

## SUMINISTROS

### SOLICITUD DE COTIZACION 63 -2012

DE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

OFICINA SUMINISTROS

CELULAR 318-5383302

CALLE 22 No7-93parque Bolívar. Conmutador 7333400 EXT 167

SAN JUAN DE PASTO – NARIÑO

PARA: PROVEEDORES

FECHA: DICIEMBRE 13DEL 2012

El Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E, invita a todos los proveedores interesados en presentar cotización para la adquisición del de acuerdo a cuadro adjunto, tener en cuenta especificaciones solicitadas, **COTIZAR DENTRO DE LOS TRES PRIMEROS DIAS A LA PUBLICACION – PRESENTAR SU PROPUESTA DE LOS INSUMOS O ELEMENTOS QUE SU EMPRESA DISPONGA.**

FAVOR ENVIAR COTIZACION A LOS CORREOS ELECTRONICOS : [mmora@hosdenar.gov.co](mailto:mmora@hosdenar.gov.co) O AL FAX 7333408 – 7333409, O LA OFICINA DE SUMINISTROS PRIMER PISO.

ITEM	DESCRIPCION DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS, DE ACUERDO A CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR EL SERVICIO REQUIRIENTE	CANTIDAD	SERVICIO
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIOMBOS CON ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE</li> <li>• 3 CUERPOS INDEPENDIENTES PLEGABLES</li> <li>• COLOR BLANCO O BEIGE DE TELA PLASTIFICADA DESMONTABLE Y LAVABLE</li> <li>• 6 RUEDAS QUE PERMITAN SU MOVILIZACION</li> <li>• ANCHO MINIMO DE 2 m – ALTO 170 m</li> </ul>	10	SERVICIO URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA

SUMINISTROS

	<p>CARROS DE PARO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CARRO DE PARO FABRICADO EN POLIMERO AVANZADO</li> <li>• FRENTE DE 100 CM</li> <li>• ALTO MINIMO 140 Y PROFUNDIDAD DE 64 CM QUE PERMITA EL ACCESO SIMULTANEO DE VARIAS PERSONAS CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS:</li> <li>• SISTEMA DE SEGURIDAD</li> <li>• MINIMO TRES GAVETAS</li> <li>• EXTENSION DESFRIBILADOR</li> <li>• SOPORTE PARA BOMBA DE INFUSION</li> <li>• SOPORTE PARA LA BALA DE OXIGENO</li> <li>• SUPERFICIE PARA MASAJE CARDIACO</li> <li>• PAPELERA</li> <li>• SOPORTE SUJETADOR DE CONTENEDOR</li> <li>• TOMA ELECTRICA DE CUATRO CONECTORES</li> <li>• SOPORTE PARA ENROLLAR CABLE</li> </ul>	<p>3</p>	<p>SERVICIO URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA</p>
--	---	----------	--

Se recomienda enviar propuesta con especificaciones completas y tener en cuenta las recomendaciones licitadas por el servicio.

MARIA ELIZABETH LLANOS ERAZO

Profesional Especializada Recursos Físicos

