



**SOLICITUD DE COTIZACION – SUM-066—2013**

DE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

OFICINA SUMINISTROS

CELULAR 318-5383302

CALLE 22 No 7-93 parque Bolívar. Conmutador 7333400 EXT 167

SAN JUAN DE PASTO – NARIÑO

PARA: PROVEEDORES

FECHA: ABRIL 10 DEL 2013

El Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E, invita a todos los proveedores interesados en presentar cotización para la adquisición del de acuerdo a cuadro adjunto, tener en cuenta especificaciones solicitadas, **COTIZAR DENTRO DE LOS TRES PRIMEROS DIAS HABILES A LA PUBLICACION** DE ESTA SOLICITUD.

FAVOR ENVIAR COTIZACION AL CORREO ELECTRONICO : [mmora@hosdenar.gov.co](mailto:mmora@hosdenar.gov.co) O AL FAX 7333408 – 7333409

ITEM	DESCRIPCION DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS, DE ACUERDO A CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR EL SERVICIO REQUIRIENTE	CANTIDAD	SERVICIO
	<p align="center"><b>CRANEOTOMO NEUMATICO</b></p> <p>CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MOTOR PARA CORTE</li> <li>• MOTOR PARA PIEZA DE MANO QUE DESARROLLEN ENTRE 80000 Y 120000 REVOLUCIONES POR MINUTO</li> <li>• PIEZA PARA CRANEOTOMIA O DRILADO EN CRANEO</li> <li>• PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON FRESAS DIAMANTADAS DE VARIOS TAMAÑOS</li> <li>• EQUIPO PARA CORTE DE CRANEO CON SIERRA Y SU RESPECTIVO PROTECTOR DE TAMAÑO : PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE</li> <li>• PIEZA PARA DRILADO Y FRESADO EN COLUMNA VERTEBRAL</li> <li>• PIEZA PARA DRILADO Y FRESADO EN HIPOFISIS EN PROCEDIMIENTOS TRANSESFENOIDALES</li> <li>• PIEZA PARA SIERRA OSCILANTE Y CIZALLANTE</li> </ul>	1	SERVICIO DE QUIROFANOS





ITEM	DESCRIPCION DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS, DE ACUERDO A CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR EL SERVICIO REQUIRIENTE	CANTIDAD	SERVICIO
	<p style="text-align: center;"><b>MESA DE CIRUGIA ELECTRICAS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MESA ELECTRO HIDRAULICA RODABLE</li> <li>• CONTROLADA CON MICROPROCESADOR</li> <li>• QUE SOPORTE UN PESO DE 160 kg COMO MINIMO</li> <li>• CON SISTEMA DE FRENO</li> <li>• LONGITUD TOTAL 210 cm +/- 10 cm</li> <li>• BASE CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NIQUEL</li> <li>• CUBIERTA DE LA COLUMNA EN ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NIQUEL</li> <li>• SUPERFICIE RADIO TRANSPARENTE ACCESIBLE AL EQUIPO DE RAYOS X</li> <li>• MESA DIVIDIDA AL MENOS EN CUATRO SECCIONES CABECERA, DORSO, PELVIS, MIEMBROS INFERIORES O PIERNAS</li> <li>• MIEMBROS INFERIORES O PIERNAS EN PLACAS INDEPENDIENTES, DESMONTABLES, ABATIBLES DE 0 A 90 GRADOS COMO MINIMO Y CON MOVIMIENTOS DE TIJERA</li> <li>• CABECERA DESMONTABLE Y CON AJUSTE DE FLEXION CONTINUA DE +/-20 GRADOS COMO MINIMO</li> <li>• CON MOVIMIENTOS ELECTRO HIDRAULICOS</li> <li>• DE ELEVACION Y DESCENSO QUE CUBRA EL RANGO DE 70 A 110 CMS +/- 10 CMS CON RESPECTO AL PISO</li> <li>• FOWLER DE 65 GRADOS COMO MINIMO</li> <li>• TRENDELEMBURG DE 25 GRADOS COMO MINIMO</li> <li>• TRENDELEMBURG INVERSO DE 20 GRADOS COMO MINIMO</li> </ul>	2	SERVICIO DE QUIROFANOS

CALLE 22 No. 7 – 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño

Corrutador 7333400 - Fax 7333408 y 7333409

[www.hosdenar.gov.co](http://www.hosdenar.gov.co) \*mail: [hudn@hosdenar.gov.co](mailto:hudn@hosdenar.gov.co)





ITEM	DESCRIPCION DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS, DE ACUERDO A CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR EL SERVICIO REQUIRIENTE	CANTIDAD	SERVICIO
	<p style="text-align: center;"><b>MESA DE CIRUGIA ELECTRICAS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• INCLINACION LATERAL, IZQUIERDA Y DERECHA DE 15 GRADOS COMO MINIMO</li><li>• CON CONTROL REMOTO</li><li>• CON SISTEMA DE EMERGENCIA QUE PERMITA TODOS LOS MOVIMIENTOS DE LA MESA EN CASO DE FALLA</li><li>• CON FUNCIONA AUTOMATICA DE REMOTO DE LA MESA A LA POSICION HORIZONTAL</li><li>• BATERIA CON INDICADOR DE CARGA</li><li>• COJINES ELECTRICAMENTE CONDUCTIVOS O ANTIESTATICOS REMOVIBLES SIN COSTURAS Y DE FUSIL LIMPIEZA</li><li>• PARA CIRUGIA GENERAL, NEUROCIRUGIA, TRAUMATOLOGIA, UROLOGIA CADA MESA CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS ESTAS PARTES DEBEN SER EN ACERO INOXIDABLE O ACERO CROMO NIQUEL Y DE LA MISMA MARCA</li><li>• PARA CORRIENTE ELECTRICA DE 110 v 60 Hz +/-10%</li></ul>		

Se recomienda enviar propuesta, teniendo en cuenta las especificaciones indicadas por el servicio y adjuntar ficha técnica por cada equipo.

MARIA ELIZABETH LLANOS ERAZO

Profesional Especializada Recursos Físicos





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

*"Un Hospital Seguro con Alma y Corazón para el Buen Vivir"*



**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

CALLE 22 No. 7 – 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño  
Conmutador 7333400 - Fax 7333408 y 7333409  
[www.hosdenar.gov.co](http://www.hosdenar.gov.co) \*mail: [hudn@hosdenar.gov.co](mailto:hudn@hosdenar.gov.co)

