




HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
 PLIEGOS DEFINITIVOS NO. MAN-IP 007-2017 -DESARROLLO DEL MACROPROCESO DEL SISTEMA DE GERENCIA DEL AMBIENTE FISICO EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: EQUIPO BIOMÉDICO, DISPOSITIVOS MÉDICOS, INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA, INCLUYENDO LA CASA ALBERGUE DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL, EN ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS Y ADYACENTES INCLUYENDO REPUESTOS ORIGINALES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DEL OBJETO CONTRATADO - VIGENCIA 2017.

EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA - DOCUMENTACION DE ORDEN FINANCIERO

Razon de Cobertura de Intereses Igual o mayor a 4
 Índice endeudamiento Menor o igual a 40%
 Índice de Liquidez Mayor o igual a 2

Empresa	Activo	Activo corriente	Pasivo	Pasivo corriente	Patrimonio	Utilidad Operacional	Intereses
BIOELECTROMEDICAL SERVICE	2,396,543,999	1,454,580,999	350,544,972	237,393,471	2,045,999,027	386,272,794	1,291,193
INGENIERIA MEDICA DEL SUR IMEDSUR SAS	3,980,363,164	2,921,952,271	1,483,022,800	334,501,545	2,497,340,364	391,867,982	74,261,027
LABORATORIO BIOMETRICAL	435,474,000	239,041,000	39,015,000	39,015,000	396,459,000	137,558,000	-

Empresa	Cobertura de Intereses	Endeudamiento	Liquidez	CUMPLE CON REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO
BIOELECTROMEDICAL SERVICE	299.16	14.63	6.13	CUMPLE
INGENIERIA MEDICA DEL SUR IMEDSUR SAS	5.28	37.26	8.74	CUMPLE
LABORATORIO BIOMETRICAL	N.A.	8.96	6.13	CUMPLE


MYRIAM SANTACRUZ MEJÍA
 Contabilidad

San Juan de Pasto, Marzo 27 de 2017

EVALUACION DE OFERTA SOLICITUD SIMPLE
 No. MAN.IP.007-2017

OBJETO: DESARROLLO DEL PROCESO DEL SISTEMA DE GERENCIA DEL AMBIENTE FISICO EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO



OFERENTE	Carta de Presentación de la propuesta (Anexo 1) e inhabilidades e incompatibilidades	Certificado de existencia y representación legal	Registro Único Tributario (RUT)	Fotocopia CEDULA	Certificado expedido por el oferente de incurso de inhabilidades o incompatibilidades y de conocer el nuevo MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (acuerdo 006 de mayo del 2014), publicado en la página web de la institución - www.hosdenar.gov.co .	Antecedentes disciplinarios fiscales y penales	certificaion de cumplimiento de Pago de aportes a seguridad social	Grantia de seriedad de la oferta	RUP 851615 721033 721029 731521 811017
BIOELECTRO MEDICAL SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
IMEDSUR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
BIOMETRICAL	NO CUMPLE * LA CARTA SE ENCUENTRA SUSCRITA POR PERSONA DIFERENTE DE QUIEN FUNGE COMO REPRESENTANTE LEGAL EN EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE, QUIEN SUSCRIBE EL OFICIO NO ES EL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	NO CUMPLE QUIEN SUSCRIBE EL OFICIO NO ES EL REPRESENTANTE LEGAL	NO CUMPLE LA GARANTIA DEBE ESTAR SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE

Sara Caicedo Lopez
 SARA CAICEDO LOPEZ
 JEFE OFICINA JURIDICA

Damaris Rosero
 DAMARIS ROSERO
 Profesional Oficina Juridica

Sylvia Rengifo Muñoz
 Sylvia Rengifo Muñoz
 Profesional Oficina Juridica




EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS MAN.IP.007-2017

REQUISITO	IMEDSUR			BIOELECTROMEDICAL SERVICE			BIOMETRICAL		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBERVACIONES
CAPACIDAD TÉCNICA									
Constancia de constitución de COPASST.	X			X			X		
Documentos que den cuenta de la existencia de procesos y registros de reclutamiento y selección del personal, así como de procesos de inducción y capacitación del mismo personal.	X			X				X	debe adjuntar documentos mencionados en el folio 005
Mínimo de TRES años en instituciones hospitalarias con servicios de tercer nivel de complejidad y/o de alta complejidad, experiencia obtenida en los últimos 3 años. (contratos)	X			X				X	No anexan contratos
Máximo 3 certificaciones de contratos que sumadas correspondan mínimo al 100% del presupuesto oficial en SMMLV	X				X	No anexan contratos de los tres ultimos años		X	No anexan contratos
Certificación escrita expedida por el representante legal del Oferente, que cuenta con sistemas de evaluación periódicos de su Personal a cargo	X			X			X		
EQUIPOS PATRONES									
Simulador de paciente con parámetros ECG, temperatura, respiración y generador de ondas.	X			X				X	No mide T ⁹ , ni respiración
Simulador digital de presión no invasiva.	X			X			X		
Simulador digital de presión invasiva.	X			X			X		
Analizador de seguridad eléctrica.	X			X			X		
Analizador de sistema de electro cirugía.	X			X			X		
Analizador para desfibrilador.	X			X			X		
Analizador de marcapasos.	X			X			X		
Analizador de lámparas de fototerapia.	X			X			X		
Simulador de paciente con parámetro de saturación de oxígeno.	X			X			X		
Analizador de equipos de cuidado infantil (Incubadoras).	X			X				X	No presenta certificado de calibración
Tacómetro estroboscópico.	X			X			X		
Analizador de flujo de gases.	X			X			X		

Simulador de prueba de Rayos X	X				X	No hay documento que certifique propiedad del equipo o alquiler		X	No presenta contrato de unión temporal para la disponibilidad del equipo
Osciloscopio grado medico	X			X				X	No hay certificado
Juegos de masas M1 y F1	X			X			X		
Analizador de temperatura y presión de equipos de esterilización.		X	No hay documento que certifique propiedad del equipo o alquiler. No esta claro a que hace referencia las mediciones de presión ya que en unidad canal dos Unidad de presión se menciona temperatura	X		No presenta certificado de calibración para temperatura		x	No presenta certificado de calibración
Patrón de termo higrometría.	X			X			X		
Simulador de monitoreo fetal	X			X			X		
Balanza analítica.	X			X				X	Hay errores en medición
Manómetro patrón de baja presión (0 a 100 psi resolución mínima 0,01 psi)	X			X			X		
Manómetro patrón de alta presión (0 a 4.000 psi resolución mínima 1 psi)	X			x			X		

Evaluado por:

Flor Angela Riascos
 FLOR ANGELA RIASCOS CAPERA
 Ingeniera Biomédica
 Recursos Físicos - Mantenimiento


MARYAM CAROLINA GOMEZ GOMEZ
 Ingeniera Biomédica
 Recursos Físicos