



EVALUACIÓN DE SUBSANACIÓN REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS MAN.IP.007-2017

REQUISITO	IMEDSUR			BIOELECTROMEDICAL SERVICE			BIOMETRICAL		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBERVACIONES
Constancia de constitución de COPASST.	X			X			X		
Documentos que den cuenta de la existencia de procesos y registros de reclutamiento y selección del personal, así como de procesos de inducción y capacitación del mismo personal.	X			X				X	NO SUBSANA
Mínimo de TRES años en instituciones hospitalarias con servicios de tercer nivel de complejidad y/o de alta complejidad, experiencia obtenida en los últimos 3 años. (contratos)	X			X				X	NO SUBSANA
Máximo 3 certificaciones de contratos que sumadas correspondan mínimo al 100% del presupuesto oficial en SMMLV	X				X	No anexan contratos de los tres ultimos años		X	NO SUBSANA
Certificación escrita expedida por el representante legal del Oferente, que cuenta con sistemas de evaluación periódicos de su Personal a cargo	X			X			X		
EQUIPOS PATRONES									
Simulador de paciente con parámetros ECG, temperatura, respiración y generador de ondas.	X			X				X	NO SUBSANA
Simulador digital de presión no invasiva.	X			X			X		
Simulador digital de presión invasiva.	X			X			X		
Analizador de seguridad eléctrica.	X			X			X		
Analizador de sistema de electro cirugía.	X			X			X		
Analizador para desfibrilador.	X			X			X		
Analizador de marcapasos.	X			X			X		
Analizador de lámparas de fototerapia.	X			X			X		
Simulador de paciente con parámetro de saturación de oxígeno.	X			X			X		
Analizador de equipos de cuidado infantil (Incubadoras).	X			X				X	NO SUBSANA
Tacómetro estroboscopio.	X			X			X		

Analizador de flujo de gases.	X			X			X		
Simulador de prueba de Rayos X	X			X		SUBSANA		X	NO SUBSANA
Osciloscopio grado medico	X			X				X	NO SUBSANA
Juegos de masas M1 y F1	X			X			X		
Analizador de temperatura y presión de equipos de esterilización.	X		SUBSANA	X		SUBSANA		x	NO SUBSANA
Patrón de termo higrometría.	X			X			X		
Simulador de monitoreo fetal	X			X			X		
Balanza analítica.	X			X				X	NO SUBSANA
Manómetro patrón de baja presión (0 a 100 psi resolución mínima 0,01 psi)	X			X			X		
Manómetro patrón de alta presión (0 a 4.000 psi resolución mínima 1 psi)	X			x			X		
observaciones	se deja constancia que en esta evaluación que se realizaron llamadas para la correcta verificación que los documentos presentados por los oferentes son válidos .								

IMEDSUR	
Cpn	89,98891376
CERTIFICADO SGC	10 PUNTOS
TOTAL	99,98891376

Evaluado por:

Flor Angela Riascos
 FLOR ANGELA RIASCOS CAPERA
 Ingeniera Biomédica
 Recursos Físicos - Mantenimiento

Maryam Carolina Gomez Gomez
 MARYAM CAROLINA GOMEZ GOMEZ
 Ingeniera Biomédica
 Recursos Físicos