



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



OLGA LUCIA BURBANO ERASO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
INSTRUMENTOS Y AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

Observaciones:

- La firma INSUNAR EU CUMPLE (subsana) el requisito número cuatro por cuanto presenta anexa certificado de antecedentes fiscales del representante legal en el término establecido para subsanar.
- La firma PRODUCMEDIC CUMPLE (subsana) el requisito número uno por cuanto presenta carta de presentación (anexo 1) con las respectivas formalidades en el término establecido para subsanar.
- La firma INSTRUMENTOS Y AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES SAS NO CUMPLE (no subsana) el requisito número uno por cuanto no lo anexa en el término establecido para subsanar.
- La firma INSTRUMENTOS Y AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES SAS NO CUMPLE (no subsana) el requisito número cuatro por cuanto no lo anexa en el término establecido para subsanar.
- La firma INSTRUMENTOS Y AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES SAS NO CUMPLE (no subsana) el requisito número cinco por cuanto no lo anexa en el término establecido para subsanar.
- La firma SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO CUMPLE (subsana) el requisito número uno por cuanto está acorde al anexo número uno (carta de presentación) en el término establecido para subsanar.
- La firma SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO CUMPLE (subsana) el requisito número cuatro por cuanto se anexa certificado de antecedentes de representante legal en el término establecido para subsanar.
- La firma SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO CUMPLE (subsana) el requisito número seis por cuanto anexa el RUT de la empresa, en el término establecido para subsanar.

S. LIVIA ALEXANDRA RENGIFO MUÑOZ
Abogada Especializada Oficina Jurídica
Proyecto: Camilo Andres Erazo Satizabal-
Judicante Oficina Jurídica.

	CONCEPTO TECNICO EQUIPOS BIOMÉDICOS E INDUSTRIALES	CÓDIGO:	FECHA DE ELABORACIÓN:
		FRMAN-022	DE DICIEMBRE DE 2016
		VERSIÓN:	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
		02	DE ABRIL DE 2017

FECHA DE ELABORACIÓN: 02 DE MAYO DE 2017

PROCESO: SUBSANACION SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS No ABA.SP.050

NOMBRE DEL PRODUCTO	PROVEEDORES				
	PRODUMEDIC	INGENIERIA HOSPITALARIA	ELEMENTOS DE REHABILITACION MEDICA	INSUNAR	INSUMOS Y EQUIPOS QUIRURGICOS
	TERMOHIGROMETRO ALLA FRANCE REF 91000-016/S	TERMOHIGROMETRO HALTHEN TTH-002C	KEX SH-109	TERMOHIGROMETRO HTC2	TERMOHIGROMETRO ALLA FRANCE 19-9
TERMOHIGROMETRO DIGITAL: CON SONIDO EXTERNO Y CERTIFICADO DE CALIBRACION	NO CUMPLE, NO PRESENTA SUBSANACION	NO CUMPLE, NO PRESENTA SUBSANACION	NO CUMPLE, NO PRESENTA SUBSANACION	NO CUMPLE, NO PRESENTA SUBSANACION	NO CUMPLE, NO PRESENTA SUBSANACION
OBSERVACIONES	No especifica con sonido externo	No especifica con sonido externo	No especifica con sonido externo	No especifica con sonido externo	NO ADJUNTA FICHA TECNICA
TERMOMETRO DIGITAL: PARA NEVERA DE TRES PANTALLAS. EXTERNO CON CABLE PARA CADENA DE FRIO, CON REGISTRO DE TEMPERATURA ACTUAL, MAXIMA Y MINIMA; CON REGISTRO DE HORA Y FECHA Y CERTIFICADO DE CALIBRACION	TERMOMETRO INT/EXT	TERMOMETRO HALTHEN SH144C	TERMOHIGROMETRO KTJ	ALL FRANCE	TERMOMETRO DIGITAL DTI
	NO CUMPLE, NO PRESENTA SUBSANACION	NO CUMPLE, NO PRESENTA SUBSANACION	NO CUMPLE, NO PRESENTA SUBSANACION	NO CUMPLE, NO PRESENTA SUBSANACION	NO CUMPLE, NO PRESENTA SUBSANACION
OBSERVACIONES	NO ES DE TRES PANTALLAS, NO REGISTRA HORA	NO ES DE TRES PANTALLAS, NO REGISTRA HORA	COTIZA TERMOHIGROMETRO	NO ADJUNTA FICHA TECNICA	NO ADJUNTA FICHA TECNICA

Fior Angela Frascos

ELABORADO POR: TECNICO OPERATIVO DE MANTENIMIENTO

NOMBRE: