



**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

"Un Hospital Seguro con Alma y Corazón para el Buen Vivir"

ADENDA NO. 003

SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA No. ABA.SP-0107.2017 - ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA POR ESPECIALIDADES DE CIRUGIA GENERAL, GINECOLOGIA, UROLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA Y NEUROCIRUGIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE QUIROFANOS Y OFRECER OPORTUNIDAD EN LA REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PROGRAMADOS Y URGENTES.

Con el fin de dar mayor claridad a los términos de la solicitud simple de oferta No. ABA.SP-0107.2017, para la selección del oferente para la ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA POR ESPECIALIDADES DE CIRUGIA GENERAL, GINECOLOGIA, UROLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA Y NEUROCIRUGIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE QUIROFANOS Y OFRECER OPORTUNIDAD EN LA REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PROGRAMADOS Y URGENTES, a continuación el HUDN se permite realizar las siguientes precisiones y modificaciones a los mismos, que deberán tenerse en cuenta por los interesados al momento de presentar la cotización respectiva así:

Se modifica el punto f. del ítem 4.1 REQUISITOS DE CAPACIDAD JURIDICA, el-cual quedará así:

f. RUP, vigente y en firme. El proveedor deberá estar inscrito en por lo menos uno de los siguientes códigos: 42291614 - 42291615 - 42291616. La entidad verificará que la clasificación que presenta el oferente le permita ejecutar el contrato que se pretende suscribir.

Se modifica el punto 4.3.2 del ítem 4.3. REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA, el cual quedará así:

**4.3.2. Índice de Endeudamiento:** Tener un índice de endeudamiento menor o igual al 65%.

Se modifica el ítem 21 del cuadro de la descripción y especificaciones técnicas:

|    |   |   |                       |
|----|---|---|-----------------------|
| 21 | OSTEOTOMOS PARA NARIZ DERECHO E IZQUIERDO DOS DE CADA UNO | CINCEL OSTEOTOMO MASING, para plástica nasal, curvado a la izquierdo; longitud 175 mm, (7"), en acero inoxidable. | 3 Juegos x 2 unidades |
|----|---|---|-----------------------|

Se modifica el ítem 41 del cuadro de la descripción y especificaciones técnicas





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

"Un Hospital Seguro con Alma y Corazón para el Buen Vivir"

|    |  |   |                         |
|----|--|---|-------------------------|
| 41 | JUEGO DE VALVAS<br>MALEABLES PEDIATRICAS | ESPATULA MALEABLE ABDOMINAL, ancho 12 mm, longitud 200 mm (8"), en acero inoxidable.  | 2 Juegos x dos unidades |
|    |  | ESPATULA MALEABLE ABDOMINAL, ancho 17 mm, longitud 200 mm, (8"), en acero inoxidable. |                         |
|    |  | ESPATULA MALEABLE ABDOMINAL, ancho 25 mm, longitud 250 mm (10"), en acero inoxidable. |                         |

Se modifica el rango de desviación, en las especificaciones técnicas del Instrumental:

En cuanto a la desviación de medidas solicitadas, la solicitud es viable en la medida que no se presente sobre dimensión en los ítems solicitados, aclarando que la mayoría de instrumental que se solicita se empleará en reposición de equipos ya existentes. Se ha dado un margen de 10% en dimensiones para ampliar oferta.

Se modifican los ítems 39 y 45 del cuadro de la descripción y especificaciones técnicas:

|    |   |   |
|----|---|---|
| 39 | TIJERA CURVA DE IRIS  | TIJERA FINA, curva, puntas agudas, longitud 110 mm, (4 3/8") en acero inoxidable.   |
| 45 | SET DE INSTRUMENTAL DE HARDY<br>PARA<br>TRANSESFENOILDAL<br>CIRUGIA | PINZA DE YASARGIL, para tumores y vascular, boca de 3 mm de ancho, forma de bayoneta, longitud 200 mm, (8"), en acero inoxidable. |
|    |   | PINZA YASARGIL, forma bayoneta, para microcirugía, puntas de 0.9 mm de ancho, longitud 240 mm, (9 1/2") en acero inoxidable.      |
|    |   | PINZA KERRISON, no desmontable, ángulo de 130° hacia arriba, mordida de 1 mm, longitud útil 180 mm (7"), acero inoxidable.        |





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

"Un Hospital Seguro con Alma y Corazón para el Buen Vivir"

Por error involuntario en algunos ítems se colocó la marca, sin embargo el hospital está abierto a recibir propuestas de diferentes marcas siempre y cuando cumplas con las especificaciones solicitadas permitiendo pluralidad de oferentes y se proteja el principio de selección objetiva.

Se modifica el ítem 4.1 REQUISITOS JURIDICOS literal a.:

Certificado de Cámara de Comercio, con vigencia no superior a un mes de antelación a la presentación de la oferta. El establecimiento de comercio o persona jurídica en su caso, debe haberse constituido con anterioridad de cuatro (4) años a la fecha de presentación de la oferta.

Se modifica el ítem 4.2 REQUISITOS DE CAPACIDAD TECNICA, Literal a. así:

**CERTIFICADO DE EXPERIENCIA EN MAXIMO UN CONTRATO SUSCRITO EN LOS ULTIMOS CUATRO (4) AÑOS CUYO VALOR SEA IGUAL O SUPERIOR AL 100% DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO EN LA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA ABA.SP-0107.2017. LA CONSTANCIA DEBERAN INDICAR VALOR DEL CONTRATO, NOMBRE DEL CONTRATANTE, DEL CONTRATISTA, FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y OBJETO. VERIFICACION EN EL RUP Y CERTIFICACION.**

Atentamente,

**JAIME ALBERTO ARTEAGA CORAL**  
Gerente (E)

Revisó Jorge Bautista Durán - Jefe Oficina Jurídica  
Revisó: Silvia Rengifo - Profesional Especializado Oficina Jurídica  
Revisó: Clara Luz Caicedo Maya - Profesional Especializada Recursos Físicos  
Proyectó: Sandra Hidalgo R. - Auxiliar Administrativo Recursos Físicos

