



EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA ABA.SP-114.2017

REQUISITO		INVERSIONES PROMEDCO S.A.S		
CAPACIDAD TÉCNICA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBERVACIONES
UN ECÓGRAFO PARA LA TOMA DE ECOGRAFÍAS GINECOBSTETRICAS	Unidad de composición bidimencinal con alta resolución para transductores de alta frecuencia	X		Ficha tecnica
	Monitor LCD	X		Ficha tecnica
	Unidad Doppler espectral pulsado	X		Ficha tecnica
	Doppler color	X		Ficha tecnica
	Dopler color angio multifrecuencia de alta sensibilidad	X		Ficha tecnica
	Unidad de almacenamiento y administración de imágenes	X		Ficha tecnica
	Unidad lectora y grabadora de DVD	X		Ficha tecnica
	Unidad USB	X		Ficha tecnica
	Unidad de composición en transductor transvaginal	X		Ficha tecnica
	Unidad de composicion convex	X		Ficha tecnica

Evaluado por:

Gregory Legarda

GREGORY RICARDO LEGARDA ROSERO

Ingeniero Electrónico

Contratista



EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA ABA.SP-114.2017

CAPACIDAD TÉCNICA	REQUISITO		HOSPIMEDICS S.A	
	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
UN ECÓGRAFO PARA LA TOMA DE ECOGRAFIAS GINECOBSTETRICAS	Unidad de composición bidimensional con alta resolución para transductores de alta frecuencia	X		Ficha técnica
	Monitor LCD	X		Ficha técnica
	Unidad Doppler espectral pulsado	X		Ficha técnica
	Doppler color	X		Ficha técnica
	Doppler color angio multifrecuencia de alta sensibilidad	X		Ficha técnica
	Unidad de almacenamiento y administración de imágenes	X		Ficha técnica
	Unidad lectora y grabadora de DVD	X		Ficha técnica
	Unidad USB	X		Ficha técnica
	Unidad de composición en transductor transvaginal	X		Ficha técnica
	Unidad de composición convex	X		Ficha técnica

OBSERVACIONES:

Obsequio videoprinter digital SONY 898MD

Evaluado por:

GREGORY RICARDO LEGARDA ROSERO
Ingeniero Electrónico
Contratista



EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA ABA.SP-114.2017

CAPACIDAD TÉCNICA	REQUISITO	BIOCLINICOS DE COLOMBIA S.A.S		
		CUMPLE	NO CUMPLE	OBERVACIONES
UN ECÓGRAFO PARA LA TOMA DE ECOGRAFIAS GINECOBSTETRICAS	Unidad de composición bidimensional con alta resolución para transductores de alta frecuencia	X		Ficha tecnica
	Monitor LCD	X		Ficha tecnica
	Unidad Doppler espectral pulsado	X		Ficha tecnica
	Doppler color	X		Ficha tecnica
	Dopler color angio multifrecuencia de alta sensibilidad	X		Ficha tecnica
	Unidad de almacenamiento y administración de imágenes	X		Ficha tecnica
	Unidad lectora y grabadora de DVD	X		Ficha tecnica
	Unidad USB	X		Ficha tecnica
	Unidad de composición en transductor transvaginal	X		Ficha tecnica
	Unidad de composición convex	X		Ficha tecnica

Evaluado por:

Gregory Legarda

GREGORY RICARDO LEGARDA ROSERO

Ingeniero Electrónico

Contratista



EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA ABA.SP-114.2017

CAPACIDAD TÉCNICA	REQUISITO		ZAINMED S.A.S		
	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
UN ECÓGRAFO PARA LA TOMA DE ECOGRAFIAS GINECOBSTRICAS	Unidad de composición bidimensional con alta resolución para transductores de alta frecuencia	X		Ficha tecnica	
	Monitor LCD	X		Ficha tecnica	
	Unidad Doppler espectral pulsado	X		Ficha tecnica	
	Doppler color	X		Ficha tecnica	
	Dopler color angio multifrecuencia de alta sensibilidad		X	No se puede evidenciar (para subsanar)	
	Unidad de almacenamiento y administración de imágenes	X		Ficha tecnica	
	Unidad lectora y grabadora de DVD	X		Ficha tecnica	
	Unidad USB	X		Ficha tecnica	
	Unidad de composición en transductor transvaginal	X		Ficha tecnica	
	Unidad de composición convex	X		Ficha tecnica	

Evaluado por:

Gregory Legarda

GREGORY RICARDO LEGARDA ROSERO

Ingeniero Electrónico
Contratista

REQUISITO		ORTHOWELL S.A.S		
CAPACIDAD TÉCNICA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBERVACIONES
UN ECÓGRAFO PARA LA TOMA DE ECOGRAFIAS GINECOBSTRICAS	Unidad de composición bidimencinal con alta resolución para transductores de alta frecuencia		X	No presenta ficha técnica (para subsanar)
	Monitor LCD		X	No presenta ficha técnica (para subsanar)
	Unidad Doppler espectral pulsado		X	No presenta ficha técnica (para subsanar)
	Doppler color		X	No presenta ficha técnica (para subsanar)
	Dopler color angio multifrecuencia de alta sensibilidad		X	No presenta ficha técnica (para subsanar)
	Unidad de almacenamiento y administración de imágenes		X	No presenta ficha técnica (para subsanar)
	Unidad lectora y grabadora de DVD		X	No presenta ficha técnica (para subsanar)
	Unidad USB		X	No presenta ficha técnica (para subsanar)
	Unidad de composición en transductor transvaginal		X	No presenta ficha técnica (para subsanar)
	Unidad de composición convex		X	No presenta ficha técnica (para subsanar)

Evaluado por:

Gregory Legarda
 GREGORY RICARDO LEGARDA ROSERO
 Ingeniero Electrónico
 Contratista

CAPACIDAD TÉCNICA	REQUISITO		GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S	
	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
UN ECÓGRAFO PARA LA TOMA DE ECOGRAFÍAS GINECOBSTRICAS	Unidad de composición bidimensional con alta resolución para transductores de alta frecuencia		X	No se puede evidenciar (para subsanar)
	Monitor LCD	X		Ficha técnica
	Unidad Doppler espectral pulsado	X		Ficha técnica
	Doppler color	X		Ficha técnica
	Dopler color angio multifrecuencia de alta sensibilidad	X		Ficha técnica
	Unidad de almacenamiento y administración de imágenes	X		Ficha técnica
	Unidad lectora y grabadora de DVD	X		Ficha técnica
	Unidad USB	X		Ficha técnica
	Unidad de composición en transductor transvaginal		X	No se puede evidenciar (para subsanar)
	Unidad de composición convex	X		Ficha técnica

Evaluado por:



GREGORY RICARDO LEGARDA ROSERO
 Ingeniero Electrónico
 Contratista