

CAPACIDAD TÉCNICA	REQUISITO	HEALTH CARE		
		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
UN ECÓGRAFO PARA LA TOMA DE ECOGRAFIAS GINECOBASTETRICAS	Unidad de composición bidimensional con alta resolución para transductores de alta frecuencia	X		Ficha técnica
	Monitor LCD	X		Ficha técnica
	Unidad Doppler espectral pulsado	X		Ficha técnica
	Doppler color	X		Ficha técnica
	Dopler color angio multifrecuencia de alta sensibilidad	X		Ficha técnica
	Unidad de almacenamiento y administración de imágenes	X		Ficha técnica
	Unidad lectora y grabadora de DVD	X		Ficha técnica
	Unidad USB	X		Ficha técnica
	Unidad de composición en transductor transvaginal	X		SUBSANADO
Unidad de composición convex	X		Ficha técnica	

Evaluated by:

*Gregorio Legarda*

GRY RICARDO LEGARDA ROSERO

Ingeniero Electrónico

Contratista



SUBSANACIÓN DE REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA ABA.SP-114.2017

REQUISITO		ORTHO WELL		
CAPACIDAD TÉCNICA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBERVACIONES
UN ECÓGRAFO PARA LA TOMA DE ECOGRAFÍAS GINECOBSTETRICAS	Unidad de composición bidimencinal con alta resoluciuón para transductores de alta freacuencia		X	NO SUBSANÓ
	Monitor LCD		X	NO SUBSANÓ
	Unidad Doppler espectral pulsado		X	NO SUBSANÓ
	Doppler color		X	NO SUBSANÓ
	Dopler color angio multifrecuencia de alta sensibilidad		X	NO SUBSANÓ
	Unidad de almacenamiento y administración de imágenes		X	NO SUBSANÓ
	Unidad lectora y grabadora de DVD		X	NO SUBSANÓ
	Unidad USB		X	NO SUBSANÓ
	Unidad de composición en transductor transvaginal		X	NO SUBSANÓ
Unidad de composición convex		X	NO SUBSANÓ	

Evaluated by:

Gregory Legarda  
GREGORY RICARDO LEGARDA RÓSERO  
Ingeniero Electrónico  
Contratista



SUBSANACIÓN DE REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA ABA.SP-114.2017

REQUISITO		ZAINMED		
CAPACIDAD TÉCNICA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
UN ECÓGRAFO PARA LA TOMA DE ECOGRAFÍAS GINECOBSTRICAS	Unidad de composición bidimensional con alta resolución para transductores de alta frecuencia	X		Ficha tecnica
	Monitor LCD	X		Ficha tecnica
	Unidad Doppler espectral pulsado	X		Ficha tecnica
	Doppler color	X		Ficha tecnica
	Dopler color angio multifrecuencia de alta sensibilidad	X		SUBSANADO
	Unidad de almacenamiento y administración de imágenes	X		Ficha tecnica
	Unidad lectora y grabadora de DVD	X		Ficha tecnica
	Unidad USB	X		Ficha tecnica
	Unidad de composición en transductor transvaginal	X		Ficha tecnica
	Unidad de composición convex	X		Ficha tecnica

Evaluated by:

Gregory Legarda  
 GREGORY RICARDO LEGARDA ROSERO  
 Ingeniero Electrónico  
 Contratista



SUBSANACIÓN DE REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA ABA.SP-114.2017

REQUISITO		BIOCLINICOS		
CAPACIDAD TÉCNICA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBERVACIONES
UN ECÓGRAFO PARA LA TOMA DE ECOGRAFÍAS GINECOBSTETRICAS	Unidad de composición bidimencinal con alta resolución para transductores de alta frecuencia	X		Ficha tecnica
	Monitor LCD	X		Ficha tecnica
	Unidad Doppler espectral pulsado	X		Ficha tecnica
	Doppler color	X		Ficha tecnica
	Dopler color angio multifrecuencia de alta sensibilidad	X		Ficha tecnica
	Unidad de almacenamiento y administración de imágenes	X		Ficha tecnica
	Unidad lectora y grabadora de DVD	X		Ficha tecnica
	Unidad USB	X		Ficha tecnica
	Unidad de composición en transductor transvaginal	X		Ficha tecnica
	Unidad de composición convex	X		Ficha tecnica

Evaluado por:

*Gregory Legarda*

GREGORY RICARDO LEGARDA RÓSERO

Ingeniero Electrónico

Contratista



SUBSANACIÓN DE REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA ABA.SP-114.2017

CAPACIDAD TÉCNICA	REQUISITO DESCRIPCIÓN	HOSPIMEDICS		
		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
UN ECÓGRAFO PARA LA TOMA DE ECOGRAFIAS GINECOBSTETRICAS	Unidad de composición bidimensional con alta resolución para transductores de alta frecuencia	X		Ficha tecnica
	Monitor LCD	X		Ficha tecnica
	Unidad Doppler espectral pulsado	X		Ficha tecnica
	Doppler color	X		Ficha tecnica
	Dopler color angio multifrecuencia de alta sensibilidad	X		Ficha tecnica
	Unidad de almacenamiento y administración de imágenes	X		Ficha tecnica
	Unidad lectora y grabadora de DVD	X		Ficha tecnica
	Unidad USB	X		Ficha tecnica
	Unidad de composición en transductor transvaginal	X		Ficha tecnica
	Unidad de composición convex	X		Ficha tecnica

OBSERVACIONES: Obsequio videoprinter digital SONY 898MD

Evaluado por:

*Gregory Legarda*

GREGORY RICARDO LEGARDA ROSERO

Ingeniero Electrónico

Contratista



SUBSANACIÓN DE REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA ABA.SP-114.2017

REQUISITO		PROMEDCO		
CAPACIDAD TÉCNICA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBERVACIONES
UN ECÓGRAFO PARA LA TOMA DE ECOGRAFÍAS GINECOBSTETRICAS	Unidad de composición bidimencinal con alta resolución para transductores de alta freacuencia	X		Ficha tecnica
	Monitor LCD	X		Ficha tecnica
	Unidad Doppler espectral pulsado	X		Ficha tecnica
	Doppler color	X		Ficha tecnica
	Dopler color angio multifrecuencia de alta sensibilidad	X		Ficha tecnica
	Unidad de almacenamiento y administración de imágenes	X		Ficha tecnica
	Unidad lectora y grabadora de DVD	X		Ficha tecnica
	Unidad USB	X		Ficha tecnica
	Unidad de composición en transductor transvaginal	X		Ficha tecnica
Unidad de composición convex	X		Ficha tecnica	

Evaluado por:

*Gregory legarda*

GREGORY RICARDO LEGARDA ROSERO

Ingeniero Electrónico

Contratista