


EVALUACION TECNICA DE SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS No. ABA.SP-073-2018

	OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS INDISPENSABLES PARA EL CONTROL DE LA TEMPERATURA, CALIDAD, SEGURIDAD Y CONTENIDO ENERGETICO DE LA LECHE MATERNA				 <p>HOSPITAL UNIVERSITARIO</p>
OFERENTE	TERMOMETRO DE NEVERA DIGITAL AL FRANCES CON CERTIFICADO DE CALIBRACION	ALARMAS-ALTAS BAJAS AL AIRE LIBRE DEL AJUSTE DE ALARMAS DE LA TEMPERATURA, AUDIBLES Y VISUALES DE LA ALARMA CUANDO EL NIVEL DE TEMPERATURA ES MAS ALTO O MAS BAJO QUE LOS PUNTOS DE AJUSTE ALTO - BAJO PROGRAMADOS POR EL USUARIO	TEMPERATURA RAPIDA DE LOS MEASURS DEL SENSOR DE TEMPERATURA EN LÍQUIDOS, SEMISOLIDOS Y AIRE	EXHIBICIONES MÁXIMA/LECTURA/MÍNIMA CON LA FUNDACION DE REAJUSTE, EL LCD EXHIBE LA LECTURA DE LA TEMPERTATURA, EL INDICADOR DE ALARMA ICONOS DE ALTOS O BAJOS DE LA ALARMA	EXHIBICION DE INTERIOR AL AIRE LIBRE DE LA TEMPERATURA DE LA C, INTERRUPTOR DE F+1°C /+1,8°. EXACTITUD BASICA DE F CON 0,1 DE RESOLUCION MAXIMA DE C, EL ASIMETRO DE LOS DATOS CONGELA LA LECTURA ACTUAL EN LA EXHIBICION, SENSOR AL AIRE LIBRE IMPERMEABLE CON 3 METROS DE CABLE
BIOMEDIX INGENIERIA MÉDICA SAS TERMOHIGROMETRO ALLA FRANCE CODIGO 23T-54	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
OFERENTE	TIENE UNA PARED POSTERIORMAGNETICA PARA SER MOUNTE EN UNA SUPERFICIO DE METAL O MONTADO EN LA PARED DE FIJACION MAGICA DE LA CINTA DE VELCRO	GAMA: -50° C AL 70°C, EXACITUD DE LA EXHIBICION 0,1C, TAMAÑO DE LA EXHIBICION 0,1°C, TAMAÑO DE LA EXHIBICION: 20(L)*47(W) MILIMETRO	LONGITUD DEL CABLE: 3 METROS	BATERIA REEMPLAZABLE: TAMAÑO 1,5V AAAX1PC	TIENE SOPORTE DE LA UNIDAD TAMBIEN UN IMAN, LOS SONIDOS DE LA ALARMA POR 5 SEGUNDOS CADA 60 SEGUNDOS
BIOMEDIX INGENIERIA MÉDICA SAS TERMOHIGROMETRO ALLA FRANCE CODIGO 23T-54	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

FIRMA:  MARIA ELIZABETH LLANOS ERAZO  
Profesional Especializada Recursos Físicos

Elaboró: Flor Angela Riascos - Técnico Operativo de Mantenimiento 