



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



AVISO

Solicitud Simple de ofertas – ABA.SP.080.2018

OBJETO: ADQUISICION DE 15 FLUJOMETROS SENCILLOS PARA OXIGENO ADAPTADOR TIPO CHEMETRON PARA EL SERVICIO DE CUIDADO INTERMEDIO ADULTO Y MEDICINA INTERNA.

Teniendo en cuenta la observación realizada por la empresa CONDOR INGENIERIA, mediante correo electrónico, la cual a continuación se describe:

“Comediante solicito aclara la especificación técnica de la descripción y especificación técnica de los flujometros sencillos para oxígeno ya que las referencias que existen para esta clase de productos es de FM-08 y FM-15, la referencia que ustedes requieren no existe. O informar la cantidad máxima de litros por minuto que requieren.”

Nos permitimos informar que una vez realizadas las respectivas verificaciones, la referencia solicita en el proceso ABA.SP.080.2018, si existe con las siguientes especificaciones:

CODIGO: P1261121

REFERENCIA: FM-115

CARACTERISTICAS:

- ✓ Presión de calibración (psl): 50
- ✓ Aplicación: Oxígeno Medicinal
- ✓ Flujos de salida; 0-15 LPM (Litros por minuto)
- ✓ Conexión de entrada: 1/8 NPT hembra
- ✓ Conexión de salida: DISS 9/16" macho

Por tal motivo no se acepta la observación realizada por el proveedor.

San Juan de Pasto, 09 de mayo de 2018

Atentamente

ORIGINAL FIRMADA

JAIME ALBERTO ARTEAGA CORAL
Gerente

Revisó: Dra. Silvia Rengifo Profesional Especializado Oficina Jurídica

Revisó: Dra. María Elizabeth Llanos Erazo. Profesional Especializado Recursos Físico

Proyectó: Salome Chávez Jaramillo – Auxiliar Administrativo Recursos Físicos

Juntos por la Excelencia

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño
Conmutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co

