

EVALUACION TECNICA DE SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS No. ABA-SP-093.2018

	OBJETO: COMPRA DE EQUIPO DE LARINGOSCOPIO, PEDIATRICO NEONATAL Y BASICO Y SU CORRECTA VALORACION MEDICA EN LAS UNIDADES DE CUIDADO INTENSIVO NEONATAL, BÁSICO E INTERMEDIO							
OFERENTE	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO DE ALTA SENSIBILIDAD	FONENDOSCOPIO NEONATAL DE ALTA SENSIBILIDAD	LARINGOSCOPIO PEDIATRICO NEONATAL CON LAMPARA DE DESMONTAJE RAPIDO SITUADA EN LA PARTE ANTERIOR DE LA PALA, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A 134° DURANTE 5 MINUTOS.	PALA DE ACERO INOXIDABLE CON SUPERFICIE DE FACIL LIMPIEZA. PALA DE FORMA INNOVADORA PARA UNA INTUBACION SENCILLA Y BUENA VISION,	MANGO A PILAS TIPO AA NO RECARGABLE: MANGO DE METAL CROMADO, SUPERFICIE DEL MANGO ACANALADA PARA UN USO HIGIENICO Y UN BUEN AGARRE, ALOJAMIENTO PARA LA PALA NORMALIZADO,	PRACTICAMENTE SIN DESGASTE, CONTACTO METALICO SOLIDO PARA UN ENCENDIDO SEGURO DE LA ILUMINACION, CAMBIO SENCILLO DE LAS PILAS EN LA PARTE INFERIOR DE LOS MANGOS.	HOJA PARA LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA PEDIATRICO RECTA 00, HOJA PARA LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA PEDIATRICO RECTA 0,	HOJA PARA LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA PEDIATRICO RECTA 1, HOJA PARA LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA PEDIATRICO CURVA 1
CONDOR INGENIERIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VITALMED	CUMPLE	CUMPLE	NO ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ET SERVICES	NO SE ESPECIFICA ALTA SENSIBILIDAD	NO SE ESPECIFICA ALTA SENSIBILIDAD	CUMPLE	CUMPLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE
INSUNAR	CUMPLE	CUMPLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE
HOSPITECNICA	CUMPLE	NO ESPECIFICA	NO CUMPLE	CUMPLE	NO ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ULTRASCHALL	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA	CUMPLE	NO ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SUKHI	CUMPLE	CUMPLE	NO ESPECIFICA	CUMPLE	NO ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ORTHOWELL	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA	CUMPLE	NO ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

SE TIENEN EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTE SOLICITUD

FIRMA: MARIA ELIZABETH LLANOS ERAZO
Profesional Especializada Recursos Físicos

Elaboró: Flor Angela Riascos - Técnico Operativo de Mantenimiento *Flora R.*