

Zimbra:

mmora@hosdenar.gov.co

RESPUESTA A OBSERVACION

De : MONICA MORA <mmora@hosdenar.gov.co>

mié, 20 de jun de 2018 15:31

Asunto : RESPUESTA A OBSERVACION**Para :** dcelis@ultraschall.co**CC :** MARIA ELIZABETH LLANOS ERASO
<ellanos@hosdenar.gov.co>, FLOR ANGELA
RIASCOS CAPERA <friascos@hosdenar.gov.co>(Laringoscopios)

Buenas tardes señores Ultraschall de colombia

Una vez revisada su observación presentada el día 20 de junio del presente, al proceso solicitud simple de oferta ABA.SP-093.2018, conjuntamente con la Ing. Flor Riascos se revisa evaluación técnica, donde su empresa dio cumplimiento a la observación presentada como se evidencia en cuadro técnico publicado en pagina web de la Institucional y secop, lo que no especifica según revision a fichas técnicas enviadas por su empresa : ES QUE NO ES ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A 134o DURANTE 5 MINUTOS.

Se aclara que según cronograma el día 18 de junio se dio cumplimiento a la publicación EVALUACION DEFINITIVA, Por lo que no es posible recibir ninguna observación a esta fecha, ya que se dio cumplimiento y cierre a dicho proceso.

--

Monica Mora Chavez

Auxiliar Administrativo

RECURSOS FISICOS

Tel.: (57) **7333400** Ext.:167

Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E Nit 891200528-8.

Calle 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar

Pasto - Colombia

www.hosdenar.gov.co

"TODA INFORMACION ENVIADA O RECIBIDA A TRAVES DEL CORREO INSTITUCIONAL ES CATALOGADA
COMO MENSAJE DE DATOS SEGUN LEY 527 DE 1999, CON RECONOCIMIENTO JURIDICO Y VALIDEZ
DOCUMENTAL"

No imprima este documento, excepto que sea estrictamente necesario - Campaña Cero Papel 2014 - Hospital
Universitario Departamental de Nariño.
www.hosdenar.gov.co

**Soporte EETT Equipos_ Ultra Schall _(ESE. HUDN SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA ABA.SP.093-2018)**

1 mensaje

Celis, Diego (USC) <dcelis@ultraschall.co>

Para: ellanos@hosdenar.gov.co, documentacionhosdenar@gmail.com

20 de junio de 2018, 9:09

Buen día,

De acuerdo a evaluación del proceso en referencia, adjunto soportes donde se especifica el cumplimiento de lo solicitado

Cordialmente,

DIEGO CELIS MORELO

EJECUTIVO COMERCIAL

CEL: 350 460 0151

DIRECTO: (57-1) 377 9321

PBX. (57-1) 377 9330

Calle 118 Bis No. 11D-51

Brr Santa Bárbara Central

Bogotá – Colombia

www.ultraschall.co

**2 archivos adjuntos** Carta 4051.pdf
192K Soporte EETT Laringoscopios.pdf
2188K

UNO DE SERVICIOS MEDICOS Y UNA UNO DE PRESTACIONES ECONOMICAS

UNO AYUDA UNA NOMINADA EN EL 2018

CERTIFICADO DE VERIFICACION A COPIA DEL

1911 2018/06/21

CERTIFICADO DE VERIFICACION

Rdo. Celis Morelo
20-06-2018
306PM



Rudolf Riester GmbH | P.O.B 35 | DE-72417 Jungingen

A quien corresponda:

Rudolf Riester GmbH
P.O.Box 35
Bruckstraße 31
DE-72417 Jungingen - Germany
Tel.: +49 (0)74 77-92 70 -0
Fax: +49 (0)74 77-92 70 -70
E-mail: info@riester.de
www.riester.de

CARTA DE FABRICANTE

Jungingen, 26 de Junio 2018

Mediante el presente nosotros, **RUDOLF RIESTER GmbH**. Confirmamos que nuestros estetoscopios.

4051 Estetoscopio duplex® neonatal, azul, en caja

4041 Estetoscopio duplex® baby azul, en caja

Son estetoscopios pediátricos "de alta sensibilidad"

Se expide el presente documento para los fines requeridos.

Atentamente,
Rudolf Riester GmbH



Rudolf Riester GmbH
P.O.Box 35 • Bruckstraße 31
DE-72417 Jungingen

Aribert Achilles
Senior Sales Manager
Tel.: +49 (0)74 77-92 70 -0
Fax: +49 (0)74 77-92 70 -70

Rudolf Riester GmbH, Sitz Jungingen, Amtsgericht Stuttgart HRB 727981 Geschäftsführer: Dr. Dominik Beck

Commerzbank AG, Balingen
BLZ 653 412 04 - Kto.-No. 121063200
IBAN: DE33 6534 1204 0121 0632 00
BIC: COBADEFFXXX

Deutsche Bank AG Albstadt-Ebingen
BLZ 653 700 75 - Kto.-No. 0113118
IBAN: DE46 6537 0075 0011 3118 00
BIC: DEUTDESS653

Erfüllungsort für Lieferung und
Zahlung: Jungingen
Gerichtsstand: Hechingen.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen
Bezahlung unser Eigentum.


Bogotá DC, Martes 19 de junio de 2018

Doctor
JAIME ALBERTO ARTEAGA CORAL
Gerente
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
Ciudad

De acuerdo a la especiación requerida "... con lámpara desmontaje rápido situada en la parte anterior de la pala..." certificamos que el equipo ofertado marca RIESTER modelo RI-MODUL 8110 es de fibra óptica con el bombillo en el mango del equipo, esto permite que la calidad de la luz sea mucho mejor y la durabilidad del bombillo mayor.

Adjunto envío ficha del modelo del equipo



Atentamente,


JUAN FRANCISCO SANTA CRUZ LAVADO
CE: 500082
Representante legal
Ultra Schall de Colombia SAS
NIT: 900.414.376-6

Ultraschall
Calle 118 Bis No. 11D-51 Barrio Santa Bárbara Bogotá D.C.
PBX: (57-1) 742 3177

ri-modul pala Miller F.O.

- Pala Miller F.O. con fibra óptica desmontable, fácil de desmontar y montar sin necesidad de herramientas.
- Alternativa económica gracias a la estructura modular.
- Potencia luminosa extraordinaria gracias a la iluminación de xenón XL y LED y excelente transmisión de la luz mediante los resistentes haces de fibras.
- Tamaño de pala 00 para neonatos.



	Dimensión „a“ de la pala	Dimensión „b“ de la pala	Anchura en el extremo distal	Números de referencia
MIL 00	67 mm	44 mm	10 mm	12274
MIL 0	78 mm	54 mm	10 mm	12275
MIL 1	101 mm	79 mm	10 mm	12276
MIL 2	155 mm	131 mm	13 mm	12277
MIL 3	195 mm	172 mm	13 mm	12278
MIL 4	205 mm	182 mm	17 mm	12279

ACCESORIOS

Fibra óptica para ri-modul pala Miller F.O.

- Montaje y desmontaje sencillos gracias al mecanismo de bola.



	Números de referencia
MIL 00	12280
MIL 0	12281
MIL 1	12282
MIL 2	12283
MIL 3	12284
MIL 4	12285

LARINGOSCOPIOS F.O.

LARINGOSCOPIOS

Los laringoscopios **Riester** son productos fiables de calidad. Su calidad de manufactura es excelente, y garantizan una larguísima vida útil. Todos los mangos y palas se fabrican con materiales de primera y están sometidos a estrictos controles de calidad. La gama **Riester** abarca todos los modelos de laringoscopio habituales, con la extraordinaria iluminación LED y Xenón de 3,5 V o 2,5 V y fibra óptica o bien con la acreditada iluminación de vacío de 2,7 V.

- Extraordinaria potencia luminosa gracias a la tecnología de iluminación LED y XL y los haces de fibra óptica especialmente gruesos de las palas de F.O.
- Palas Macintosh y Miller con formas innovadoras para optimizar la visión de la epiglotis y las cuerdas vocales y facilitar la inserción del tubo.
- Gran selección de fuentes de electricidad: mangos para pilas cómodos y robustos, prácticos acumuladores.
- También existe una amplia oferta de conjuntos de laringoscopios pediátricos y para adultos con una excelente relación calidad-precio. Todos los mangos y palas se suministran por separado, pudiéndose combinar distintos modelos dentro de las gamas estándar y de fibra óptica respectivamente.



BATERÍAS RECARGABLES DE IONES DE LITIO LA VENTAJA ENERGÉTICA.

No tienen efecto de memoria ni se autodescargan. La batería ligera y recargable de iones de litio utilizada en los laringoscopios tiene una vida útil inalcanzada hasta ahora – con una capacidad de carga mayor y un rendimiento energético constante, incluso después de superar ampliamente los 1000 ciclos de carga.





TECNOLOGÍA LED RENDIMIENTO PARA TODA UNA VIDA.

Vida útil casi ilimitada hasta 100.000 horas con máxima potencia luminosa. Gracias a estas ventajas, la tecnología LED utilizada en los laringoscopios es única. Además: La lámpara no emite calor, ilumina el campo de exploración en colores reales y no falla prácticamente nunca a diferencia de las lámparas halógenas y de xenón convencionales.



Los resultados de los ensayos* demuestran la extraordinaria potencia luminosa y durabilidad de las palas F.O. de Riester, y su idoneidad para el uso continuado durante años.

* Resultados del ensayo tras 1200 ciclos de esterilización en autoclave (134° C durante 5 minutos en el Molag Vacuklav 31). Las mediciones se realizaron utilizando una lámpara de xenón XL de 2,5 V con potencia luminosa constante a una distancia de 40 mm del extremo distal de la pala de tamaño 3.



INTRODUCCIÓN


FUENTES DE ELECTRICIDAD

Para los laringoscopios **Riester** existen numerosas fuentes de electricidad de alta calidad y larga duración. Desde el sólido mango hasta el cargador de alta fiabilidad.


MANGOS

Los sólidos mangos son la base para cualquier exploración segura. El diseño ergonómico permite un manejo cómodo.

- Mangos robustos de metal cromado.
- Superficie del mango acanalada para un uso higiénico y un buen agarre.
- Alojamiento para la pala normalizado, prácticamente sin desgaste.
- Contacto metálico sólido para un encendido seguro de la iluminación.
- Cambio sencillo de las pilas en la parte inferior de los mangos.
- Posibilidad de elegir entre mangos para utilizar con el cargador **ri-charger® L** o mangos no recargables para pilas tipo AA o tipo C.
- Todos los mangos de los laringoscopios **Riester** están normalizados y cumplen con la norma ISO 7376.




Contacto metálico de larga duración para activar la iluminación



Mangos para pilas tipo C/AA para laringoscopios F.O. + ri-dispo recargables

- Para baterías recargables **ri-accu®/ri-accu® L**.
- Carga sencilla en el cargador **ri-charger®/ri-charger® L**.
- Diámetro del mango: 28 y 19 mm.
- Los mangos para laringoscopios F.O. incluyen la lámpara.
- Baterías recargables **ri-accu®/ri-accu® L**, no están incluidas.

Mango tipo C XL 2,5 V	12300
Mango tipo C XL 3,5 V	12301
Mango tipo AA XL 2,5 V	12302
Mango tipo AA XL 3,5 V	12318
Mango tipo C LED 3,5 V	12314
Mango tipo AA LED 3,5 V	12316



Mangos para pilas tipo C/AA para laringoscopios F.O. + ri-dispo no recargables

- Para dos pilas tipo C/AA.
- Diámetro del mango: 32, 28 y 19 mm.
- La tapa cerrada del compartimento para pilas impide que penetre líquido.
- Transformación sencilla en mango recargable con la tapa abierta.
- Los mangos para laringoscopios F.O. se suministran con lámpara.
- Pilas no incluidas.

Mango tipo C XL 2,5 V	12305
Mango tipo C LED 2,5 V	12311
Mango tipo AA XL 2,5 V	12306
Mango tipo AA LED 2,5 V	12312
Mango tipo AA (corto) XL 2,5 V	12309
Mango tipo AA (corto) LED 2,5 V	12317

La tapa cerrada del compartimento para pilas impide la entrada de líquidos en el compartimento de las pilas.



ri-modul Macintosh F.O.
Con palas nº 2, 3 y 4.



ri-modul Macintosh F.O. baby
Con palas nº 0, 1 y 2.



ri-modul Miller F.O.
Con palas nº 2, 3 y 4.



ri-modul Miller F.O. baby
Con palas nº 0, 1 y 2.

Mango para pilas tipo C,
no recargable

8080 XL 2,5 V
8081 LED 2,5 V

8100 XL 2,5 V
8101 LED 2,5 V

Mango para pilas tipo AA,
no recargable

8090 XL 2,5 V
8093 LED 2,5 V

8110 XL 2,5 V
8102 LED 2,5 V

Mango para pilas tipo C,
recargable
+ ri-accu[®] L + ri-charger[®] L

8140 XL 3,5 V/230 V
8141 XL 3,5 V/120 V
8142 LED 3,5 V/230 V
8143 LED 3,5 V/120 V

8145 XL 3,5 V/230 V
8146 XL 3,5 V/120 V
8147 LED 3,5 V/230 V
8148 LED 3,5 V/120 V

Mango para pilas tipo AA,
recargable
+ ri-accu[®] L + ri-charger[®] L

8150 XL 3,5 V/230 V
8151 XL 3,5 V/120 V
8152 LED 3,5 V/230 V
8153 LED 3,5 V/120 V

8155 XL 3,5 V/230 V
8156 XL 3,5 V/120 V
8157 LED 3,5 V/230 V
8158 LED 3,5 V/120 V

STANDARD-LARYNGOSKOPE



ri-standard Macintosh
Con palas nº 2, 3 y 4.



ri-standard Macintosh baby
Con palas nº 0, 1 y 2.



ri-standard Miller
Con palas nº 2, 3 y 4.



ri-standard Miller baby
Con palas nº 0, 1 y 2.

Mango para pilas tipo C,
no recargable

7040 2,7 V

7060 2,7 V

Mango para pilas tipo AA,
no recargable

7050 2,7 V

7070 2,7 V

Mango para pilas tipo C,
recargable
+ ri-accu[®] + ri-charger[®]

7041 2,7 V/230 V
7042 2,7 V/120 V

7061 2,7 V/230 V
7062 2,7 V/120 V

Mango para pilas tipo AA,
recargable
+ ri-accu[®] + ri-charger[®]

7051 2,7 V/230 V
7052 2,7 V/120 V

7071 2,7 V/230 V
7072 2,7 V/120 V

CONJUNTOS