HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.	CUADRO COMPARATIVO ADQUISICIÓN DE ACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS APROBACION DE GERENCIA	CÓDIGO: FRABA-008	FECHA DE ELABORACIÓN: 17 DE OCTUBRE FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	ACREDITACION EN SALUD
		01	HOJA: 1 DE: 3	

FECHA DE ELABORACION: 18 de Junio del 2018

PRODUCTO		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BIOMEDIX INGENIERIA MEDICA S.A.S.				CI WARRIORS COMPANY S.A.S.			
ITEM	DESCRIPCION			VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	TERMOHIGROMETRO DIGITAL CON SONDA EXTERNA Y CERTIFICADO DE CALIBRACION ACREDITADO POR ONAC	52	Und.	$ 197,479	$ 37,521	$ 235,000	$ 12,220,000	184.873.94	$ 35,126	$ 220,000	$ 11,440,000
				HTC2, TERMOHIGROMETRO DIGITAL SONDA TEMPERATURA, HUMEDAD CON CERTIFICADO DE CALIBRACION ACREDITADO (ONAC) , VISUALIZACION DE LA TEMPERATURA INTERIOR Y EXTERIOR, VISUALIZACION DE LA HUMEDAD INTERIOR Y VISUALIZACION DEL TIEMPO, FUNCION DE MEMORIA MAXIMA Y MINIMA DE HUMEDAD Y TEMPERATURA - SISTEMA DE VISUALIZACION SELECCION DE 12 HORAS/24 HORAS - INTERRUPTOR DE LA UNIDAD DE CENTIGRADO Y DE FAHRENHEIT - RELOJ DE FUNCION DE FECHA Y FUNCION DE ALARMA DIARIA - EQUIPADO CON SOPORTE DE SOBREMESA O AGUJERO COLGANTE - BAJO CONSUMO DE ENERGIA, ALTA ESTABILIDAD Y PRECISION - UNA SONDA DE PRUEBA INCORPORADA DE 1,5 M PARA EXTERIORES, SE PUEDE INSTALAR EN LA PARED CON VENTOSA O SOPORTE ADHESIVO, 1 TERMOHIGROMETRO DUAL - 1 UNA SONDA DE MEDICION, 1 SOPORTE DE METAL ADHESIVO PARA LA SONDA, 1 MANUAL DE USUARIO EN INGLES , NO INCLUYE PILA - ESPECIFICACIONES TECNICAS: DIMENSIONES (LXAXP CM) 10.5 X 9.7 X 2.2 CM - PESO (KG) 140 G, COLOR BLANCO MATERIAL ABS BLANCO + NEGRO TIPO DIGITAL REF HTC2 - CARACTERISTICAS PANTALLA LCD DE GRAN CARACTER, BAJO CONSUMO DE ENERGIA PANTALLA LED CON RETROALIMENTACION LONGITUD DE SONDA 1,5M, RANGO DE TEMPERATURA 50oC - -70oC - RANGO DE HUMEDAD 10% - 99% RH, RESOLUCION DE TEMPERATURA 0.1oC , RESOLUCION DE HUMEDAD 1% RH, PRECISION DE LECTURA DE TEMPERATURA .....+-1oC PRECISION DE LECTURA DE HUMEDAD +-5% RH- FUENTE DE ALIMENTACION 1 PILA AAA DE 1.5 V. GARANTIA DE 6 MESES DEFECTO DE FABRICA NO CUBRE DAÑOS SONDA ROTA O MALA MANIPULACION				TERMOHIGROMETRO DIGITAL CON SONDA EXTERNA Y CERTIFICADO DE CALIBRACION ACREDITADO POR ONAC			

2	TERMOMETRO DIGITAL PARA NEVERA, DE TRES LECTURAS MAXIMA, MINIMA Y ACTUAL, EXTERNO CON CABLE PARA CADENA DE FRIO, CON REGISTRO DE TEMPERATURA ACTUAL, MAXIMA Y MINIMA: CON REGISTRO DE HORA Y FECHA Y CERTIFICADO DE CALIBRACION, CON ALARMA AUDIBLE Y ACREDITADO POR ONAC	10	Unid.	$ 155,462	$ 29,538	$ 185,000	$ 1,850,000	**NO CUMPLE** : MEDIANTE ADENDA NO 01, PUBLICADA EN LA PAGINA WEB Y PAGINA DEL SECOP, SE ACLARA QUE NO SON TERMOHIGROMETROS SINO TERMOMETROS
				TERMOMETRO NEVERA LECTURA DIGITAL CON SENSOR EXTERNO, CON CERTIFICADO DE CALIBRACION ACREDITADO (ONAC) - TIPO AMBIENTAL + SENSOR NEVERA (OUT) RANGO TEMPERATURA AMBIENTE (IN): 0oC A 50oC - RESOLUCION 0.1oC - RANGO TEMPERATURA SENSOR EXTERNO : (OUT): -40oC A 70oC - RESOLUCION 0.1 oC - LARGO DEL CABLE (SENSOR OUT) FIJO: 192 CN TAMAÑO DEL INSTRUMENTO: 108MM X 82MM X 22MM - TAMAÑO DE LOS NUMEROS : 18MM EXACTITUD : +/-1.0oC - ALIMENTACION 2 BATERIAS "AAA" INCLUIDA - FIJACION BASE MAGNETICA INCORPORADA AL RESPALDO DEL INSTRUMENTO DISPLAY GRANDE Y DE FACIL LECTURA- BOTONES: ON /OFF; ESTE BOTO SE UTILIZA PARA ENCENDER Y APAGAR EL INSTRUMENTO MAX/MIN: AL PRESIONAR ESTE BOTON PODREMOS ACCEDER A LAS MEMORIAS DE MAXIMA Y MINIMA REGISTRADAS POR EL INSTRUMENTO Co/Fo ESTE BOTON ES UTILIZADO PARA SELECCIONAR TEMPERATURA EN GRADOS CELSIUS (oC) O GRADOS FAHRENHEIT (oF). SET: SE UTILIZA PARA PROGRAMAR LA ALARMA DEL CALENDARIO Y EL RELOJ AL PRESIONARLO POR ESPACIO DE 3 SEGUNDOS TITILARA Y ACOMPAÑADO DEL BOTON oC/oF, SE PODRAN PROGRAMAR LAS FUNCIONES; IN/OUT: PARA SELECCIONAR A TEMPERATURA A MEDIR (IN SENSOR) AMBIENTAL Y OUT SENSOR DE CABLE OUT) PARA RESETEAR LAS LECTURAS DE MAXIMA Y MINIMA, SELECCIONAMOS MAX Y LO PRESIONAMOS DURANTE 5 SEGUNDOS INGUAL CON MIN. EL BOTON ROJO PALAPITARA INDICANDO QUE LA ALARMA ESTA ACTIVADA. - GARANTIA: DE 6 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACION					

OBSERVACION	SEGÚN EVALUACION JURIDICA EL PROVEEDOR **SUBSANO** DOCUMENTACION FALTANTE DENTRO DE LA HORA Y FECHA ESTABLECIDA	SEGÚN EVALUACION JURIDICA **NO SUBSANO** DOCUMENTO CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL, DENTRO DE LA FECHA Y HORA ESTABLECIDA.
(PROCEDIMIENTO DE PONDERACION) - EVALUACION DE LA OFERTA	100%	
TIEMPO DE ENTREGA	6 días	
VALIDEZ DE LA OFERTA	10 días	
FORMA DE PAGO	30 días	
VALOR TOTAL	**$ 14,070,000**	**11,440,000**
No. CDP RUBRO VALOR	CDP 460 $17.600.000 - RUBRO (B12402) MATERIALES Y SUMINISTROS	
No. DE PROCESO Y ÁREA SOLICITANTE	ABA.SP-0104 -2018 - Servicio Farmaceutico	
OBSERVACIONES GENERALES	SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DEL MANUAL INTERNO DE CONTRATACION SEGUN RESOL. No. 1058 DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 Y ESTATUTO DE CONTRATACION SEGUN ACUERDO 006 DEL 23 DE MAYO DEL 2014 - PUBLICACION DEL PROCESO A LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION Y PAGINA DEL SECOP, MEDIANTE ACTA DE CIERRE DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2018, SE PRESENTARON LOS PROVEEDORES: BIOMEDIX INGENIERIA MEDICA SAS Y CI WARRIORS COMPANY S.A.S., SEGUN EVALUACION JURIDICA EL PROVEEDOR CI WARRIORS COMPANY S.A.S. NO SUBSANO DENTRO DE LA FECHA Y HORA SEÑALADA SEGUN CRONOGRAMA ESTABLECIDO, POR TANTO EL PROVEEDOR **BIOMEDIX INGENIERIA MEDICA SAS. cumple con los requisitos establecidos en dicha solicitud.**	

ORIGINAL FIRMADA

ELABORADO POR : AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NOMBRE: MONICA MORA CHAVEZ

REVISADO: PROF. ESPECIALIZ. SERVICIO FARMACEUTICO
NOMBRE: Dra. DALILA BURBANO ROSERO

REVISADO: PROF. ESPECIALIZ RECURSOS FISICOS
NOMBRE: Dra. MARIA ELIZABETH LLANOS ERASO

REVISADO : SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: Dr. MARIO FERNANDO BRAVO

APROBADO : GERENTE
NOMBRE: Dr. JAIME ALBERTO ARTEAGA CORAL