



ADENDA NO. 001

SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA No. ABA.SP-0118.2018 - ADQUISICION PUESTA EN MARCHA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE UN (1) EQUIPO DE ELECTROENCEFALOGRAFIA, POLISOMNOGRAFIA Y VIDEOTELEMETRIA DIGITAL.

Con el fin de dar mayor claridad a los términos de la solicitud simple de oferta No. ABA.SP-0188.2018 para la selección del oferente para la ADQUISICION PUESTA EN MARCHA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE UN (1) EQUIPO DE ELECTROENCEFALOGRAFIA, POLISOMNOGRAFIA Y VIDEOTELEMETRIA DIGITAL., a continuación el HUDN se permite realizar las siguientes precisiones y modificaciones a los mismos, que deberán tenerse en cuenta por los interesados al momento de presentar la cotización respectiva así:

8.1. REQUISITOS DE CAPACIDAD JURIDICA: PUNTO No. f Se modifica, el cual quedará así:

42180000 - 42182308

OBJETO: Descripción, se modifica mediante aclaración presentada por la profesional Especializada de Urgencias y Consulta Externa, el cual quedará así:

EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE ELECTROENCEFALOGRAFIA, POLISOMNOGRAFIA, TELEMETRIA CONFIGURACION DE CANALES 32, EKG, 8 CANALES DC, - 12 CANALES EASY NET, - 1 DETECTOR DE LUZ AMBIENTAL, 1 DETECTOR DE LUZ INFRARROJA, ESTIMULADOR DE FLASH, FUENTE DE POTENCIA, CAJA 32 PARA FEG, BOTON DE EVENTO PARA PACIENTE, CAMARA A COLOR DE MONITORIZACION DE ALTA CALIDAD, SOFTWARE DE CONTROL A TRAVES DE RED, ADAPTADOR DE CORRIENTE MEZCLADOR DE SONIDO Y MICROFONO, INFRAROJO, KIT DE ELECTRODOS PARA EEG/VIDEO, KIT DE ELECTRODOS PARA PSG, KIT DE ACCESORIOS: - CABLE PARA CAJA REMOTA 1-32 CANALES. - CABLE DE CONEXIÓN PARA AMPLIFICADOR - CABLE DE CONEXIÓN PARA AMPLIFICADOR, - CABLE DE CONEXIÓN PARA ESTIMULADOR FLASH. - CABLE DE POTENCIA 20/240V - GRADO HOSPITALARIO- BRAZO ARTICULADO PARA ESTIMULADOR FLASH, SOFTWARE DE INSTALACION, INTERPRETACION Y REVISION DE EEG/PSG/Q-VIDEO, HARDWARE: - FILTRO ANALOGO/DIGITAL POR CADA CANAL, CARRO DE TRANSPORTE NACIONAL, CON LECTURA REMOTA.

Juntos por la Excelencia

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño
Commutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co



[Handwritten signature]

Punto No. 09 - Se modifica el cronograma de presentación de la oferta, teniendo en cuenta que de acuerdo a observaciones presentadas, se requiere ampliar dos (2) días más, con el fin de que los proponentes revisen nuevamente las especificaciones técnicas, para la presentación de propuestas, la cual queda así,

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Publicación de la presente solicitud	24 de agosto de 2018	Página web del hospital www.hosdenar.gov.co y SECOP
Aclaración u observaciones	27 de agosto del 2018	Subgerencia Administrativa y Financiera o correos electrónicos: documentacionhosdenar@gmail.com - mmora@hosdenar.gov.co - aenriquez@hosdenar.gov.co
Respuesta	28 de agosto del 2018	Página web del hospital www.hosdenar.gov.co y SECOP
Entrega de oferta	4 de septiembre de 2018 - 3:00 p.m.	Subgerencia Administrativa y Financiera o correo electrónico: documentacionhosdenar@gmail.com
Publicación Evaluación requisitos subsanables	6 de septiembre de 2018	Página web del hospital www.hosdenar.gov.co y SECOP
Subsanación	7 de septiembre de 2018 - 6:00 p.m.	jbautista@hosdenar.gov.co mmora@hosdenar.gov.co
Acta de selección de acuerdo al comité de contratación	10 de septiembre del 2018	Página web del hospital www.hosdenar.gov.co y SECOP
Publicación definitiva	12 de septiembre de 2018	Página web del hospital www.hosdenar.gov.co y SECOP

Juntos por la Excelencia



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



Elaboración de orden de compra y/o contrato	14 de septiembre de 2018	Almacén y/o Jurídica
---	--------------------------	----------------------

- Las demás estipulaciones quedan igual a las inicialmente publicadas.

Atentamente,

MARIO FERNANDO BRAVO CABRERA
GERENTE (E.)

Revisó Dra. Jorge Bautista Duran, Asesor Oficina Jurídica


Revisó: Dra. Silvia Rengifo, Profesional Especializado Oficina Jurídica


Dra. María Elizabeth Llanos Eraso, Profesional Especializada Recursos Físicos

Proyecto: Mónica Mora Chávez, Auxiliar Administrativo Recursos Físicos

Juntos por la Excelencia

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño
Conmutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co





**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



CGITUCE-
San Juan de Pasto,

Doctora
MARIA ELIZABETH LLANOS
P.E. Recursos Físicos
Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE
Ciudad

H.U.D.N
Consecutivo: I-7324
Fecha de Radicaci n: 20/03/2018-10:
38 AM
Asunto: SOLICITUD DE
MODIFICACION EN
ESPECIFICAC...
Firmado Por: ADRIANA ENRIQUEZ
MEZA (110-1-URGENC...
Destinatarios: MARIA ELIZABETH
LLANOS - RECURSOS...
Radicador: NANCY ROMERO -
GESTION DE LA INFORMACION

Asunto: solicitud de modificación en especificaciones técnicas del proceso de solicitud simple de ofertas ABA.SP.118.2018

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta la inquietud presentada por la casa comercial Instrumentación S.A. y después de reunión sostenida con el Dr. Moreno neurólogo clínico para solicitar concepto de exclusividad de equipo manifiesta que no es necesario esta certificación por lo cual se solicita de la manera más respetuosa su colaboración para realizar ajuste a las especificaciones técnicas del equipo a contratar en beneficio de la transparencia del proceso y la pluralidad de la participación.

Las especificaciones quedarían de la siguiente manera:

Equipo de diagnóstico de electroencefalografía, polisomnografía - telemetría configuración de canales 32, EKG, 8 canales DC, - 12 canales Easy Net, - 1 detector de luz ambiental, 1 detector de luz infrarroja, Estimulador de Flash, fuente de potencia. Caja 32 para EEG. Botón de evento para paciente. Cámara a color de monitorización de alta calidad, Software de control a través de red, -Adaptador de corriente Mezclador de sonido y microfono, Infrarojo, Kit de electrodos para EEG/Video, Kit de electrodos para PSG, Kit de accesorios: - Cable para caja remota 1-32 Canales. - Cable de conexión para amplificador. - Cable de conexión para estimulador flash. - Cable de potencia 20/240V - grado hospitalario. Brazo articulado para estimulador flash. Software de instalación, interpretación y revisión de EEG/PSG/Q-VIDEO, Hardware: - Filtro análogo/digital por cada canal, carro de transporte nacional

En lo referente a los puntos 3 y 4 se refiere a la lectura remota.

Sin otro particular agradezco su atención y comprensión.

Atentamente,


ADRIANA ENRIQUEZ MEZA
Profesional Especializada de Urgencias y consulta externa

Juntos por la Excelencia

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Nariño
Conmutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co

Adriana Enriquez Meza
20/03/2018
10:35u

