

EVALUACION TECNICA DE SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS No. ABA-SP-0126.2018

ESPECIFICACIONES		DISTRIBUCIONES QUIRUMED S.A.S	OBSERVACIONES	EMPROMED DE COLOMBIA	OBSERVACIONES			
CENTRIFUGA DE 12, 28 Y 32 TUBOS	CUMPLE			CUMPLE				
SIN ESCOBILLAS	CUMPLE			CUMPLE				
CARCARA METALICA RESISTENTE A RAYONES Y GOLPES MODERADOS	NO CUMPLE		NO ESPECIFICA FICHA TECNICA	CUMPLE				
BLOQUEO AUTOMATICO EN LA TAPA	NO CUMPLE		NO ESPECIFICA FICHA TECNICA	CUMPLE				
QUE TENGA CAPACIDAD DE ROTORES INTERCAMBIABLES	CUMPLE			CUMPLE				
VALORES HASTA DE 6000 RPM	CUMPLE			CUMPLE				
LOS VALORES DEL RPM DEBEN SER VISIBLES DURANTE EL CENTRIFUGADO	CUMPLE			CUMPLE				
CABLE DE PODER	CUMPLE			CUMPLE				
60 HZ	CUMPLE			CUMPLE				
DE 110 A 127 VOLTIOS	CUMPLE			CUMPLE				
REQUISITOS DE CAPACIDAD TECNICA								
a. Cumplir con las condiciones de introducción a la tecnología establecidas por el hospital publicada en la página WEB			Estos requisitos de capacidad tecnica seran exigidos al contratista una vez se adjudique el contrato					
b. Entrega de manuales y documentación técnica de operación y servicio en Idioma español								
c. Entrega de documentos y licencias de importación y certificados de garantía								
d. capacitación a personal que designe el hospital sobre operación, funcionamiento y mantenimiento del equipo								
e. se debiera adjuntar el certificado de calibración y/o certificado de INVIMA								
f. El contratista debiera realizar mantenimiento preventivo general por lo menos dos visitas al año por un año, de acuerdo con el cronograma establecido conjuntamente con la coordinación de mantenimiento, los costos de transporte, alojamiento y viáticos, seran asumidos por el proveedor								
ADICIONAL								
ESPECIFICACIONES	DISTRIBUCIONES QUIRUMED S.A.S	OBSERVACIONES	EMPROMED DE COLOMBIA	OBSERVACIONES				
FORMA DE PAGO	30 DIAS, 3% DE DESCUENTO POR PRONTO PAGO		90 DIAS, 5% DESCUENTO POR PAGO ANTES DE 60 DIAS					

OBSERVACIONES:
SE TIENEN EN CUENTAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTE SOLICITUD
NO SE REGISTRAN ALERTAS DE INVIMA PARA ESTOS EQUIPOS

FIRMA:

MARIA ELIZABETH LLANOS ERAZO
Profesional Especializada Recursos Físicos

Elaboró:

Gregory Legarda
Gregory Legarda, Tecnico para el Mantenimiento, Contratista

FIRMA: MARIA HELENA ERAZO PAZ
COORDINADORA AYUDAS DIAGNOSTICAS