



**CUADRO COMPARATIVO
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS
APROBACION DE GERENCIA**

CÓDIGO:

FECHA DE ELABORACIÓN:

FRABA-008

17 DE OCTUBRE DE 2013

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:


01

HOJA: 1 DE: 3




FECHA DE ELABORACION			17 de SEPTIEMBRE del 2018								
PRODUCTO		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	A&B EQUIPOS MEDICOS S.A.S.				INSTRUMENTACION			
ITEM	DESCRIPCION			VALOR UNITARIO	IYA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IYA	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	IYA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IYA	VALOR TOTAL
				74.6457.26,31	\$ 14,180,688	88.828.414,31	88.828.414,3	\$ 87,265,000	\$ 16,580,350	\$ 103,845,350	\$ 103,845,350
				REF : EASY III DE 54 CH				REF NATUS BRAIN MONITOR			
				MARCA		CADWELL		MARCA		XLTEK	
1	EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE ELECTROENCEFALOGRAFIA, POLISOMNOGRAFIA, TELEMETRIA	1	Und.	<p>ESPECIFICACIONES: EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE ELECTROENCEFALOGRAFIA, POLISOMNOGRAFIA Y TELEMETRIA - Configuración de 32 canales EKG ESTIMULADOR DE FLASH: Frecuencia de estimulación de 1 a 60 Hz, modo automatico y manual - FUETE DE POTENCIA - CAJA 32 PARA EEG - BOTON DE EVENTO PARA PACIENTE - CAMARA A COLOR DE MONITORIZACION DE ALTA CALIDAD, SOFTWARE DE CONTROL A TRAVES DE RED - ADAPTADOR DE CORRIENTE MEZCLADOR DE SONIDO Y MICROFONO - INFRARROJO - KIT DE ELECTRODOS PARA EEG/VIDEO: Electrodo de copa de oro (30), pasta conductora ten 20 (1), gel abrasivo un prep. (1), cinta métrica (1) - KIT DE ELECTRODOS PARA PSG, Módulo de oximetría SPO2 EASYNET, módulo de presión nasa EASYNET, módulo de movimiento de miembros EASYNET (2 un), módulo de posición EASYNET, sensor de presión nasal y térmico, sensor de ronquido adulto, sensor de oximetría adulto, correas de esfuerzo respiratorio con sensor para pecho adulto, correas de esfuerzo respiratorio con sensor de abdomen para adulto, electrodos de parche para EKG 60", Electorndo de parche para EMG de piernas 120", protador de cable - KIT DE ACCESORIOS - CABLE PARA CAJA REMOTA 1-32 CANALES - CABLE DE CONEXION PARA AMPLIFICADOR - CABLE DE CONEXION PARA ESTIMULADOR FLASH - CABLE DE POTENCIA 20/240, GRADO HOSPITALARIO - BRAZO ARTICULADO PARA ESTIMULADOR FLASH - SOFTWARE DE INSTALACION, INTERPRETACION Y REVISION DE EEG, PSG, Q VIDEO - HARDWARE: FILTRO ANALOGO/DIGITAL POR CADA CANAL, CARRO DE TRANSPORTE NACIONAL</p>				<p>ESPECIFICACIONES: EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE ELECTROENCEFALOGRAFIA, POLISOMNOGRAFIA Y TELEMETRIA - Configuración de 32 canales EKG: 6 entradas diferenciales, dos canales para oximetro - 10 canales DC - ESTIMULADOR DE FLASH - FUETE DE POTENCIA - CAJA 32 PARA EEG - BOTON DE EVENTO PARA PACIENTE - CAMARA A COLOR DE MONITORIZACION DE ALTA CALIDAD, SOFTWARE DE CONTROL A TRAVES DE RED, MARCA SONIPELA - ADAPTADOR DE CORRIENTE MEZCLADOR DE SONIDO Y MICROFONO - INFRARROJO - KIT DE ELECTRODOS PARA EEG/VIDEO: Electrodos de copa dorado reutilizable, pasta conductora ten 20, gel para preparar la piel, marcadores para la colocación del electrodo, cinta de medición, gasas estériles, dispositivo para quitar electrodos, rollos de venda elástica adulto y pediátrica - KIT DE ELECTRODOS PARA PSG: electrodos de copa dorados reutilizables, electrodos de Ag/AgCl, derivaciones a presión, crema para electrodos, pasta conductora, gel para preparar piel, cinta de medición, reactivos, gasas no estériles, marcadores para la colocacion de electrodos, sensor de flujo de aire, sensor de ronquido piezoelectrico, sensor de ronquidos/flujo de presión, cánula nasal, sensor de abdomen, sensor de toráx, sensor a presión para RIP, cinturones RIP - KIT DE ACCESORIOS - CABLE PARA CAJA REMOTA 1-32 CANALES - CABLE DE CONEXION PARA AMPLIFICADOR - CABLE DE CONEXION PARA ESTIMULADOR FLASH - CABLE DE POTENCIA 20/240, GRADO HOSPITALARIO - BRAZO ARTICULADO PARA ESTIMULADOR FLASH - SOFTWARE DE INSTALACION, INTERPRETACION Y REVISION DE EEG, PSG, Q VIDEO - HARDWARE: FILTRO ANALOGO/DIGITAL POR CADA CANAL, CARRO DE TRANSPORTE NACIONAL</p>			
OBSERVACIONES				NO CUMPLE, SEGÚN EVALUACION FINANCIEROS NO SUBSANARON DENTRO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO, PUBLICADO EN LA PAGINA WEB Y SECOP.				CUMPLE CON REQUISITOS FINANCIEROS, TECNICOS (EI proveedor subsano dentro del plazo estipulado)			
GARANTIA				DOS (2) AÑOS				1 AÑO			
SUMINISTRO DE REPUESTOS				10 AÑOS				NO INFERIOR A LA VIDA UTIL			
(PROCEDIMIENTO DE PONDERACION) - EVALUACION DE LA OFERTA				100%				86%			
TIEMPO DE ENTREGA								30-45 días contados a partir de la legalización del contrato			
VALIDEZ DE LA OFERTA				60 días				30 días			
FORMA DE PAGO				60 días				60 DIAS			
VALOR TOTAL				\$88.828.414				\$103.845.350			

No. CDP RUBRO VALOR	\$106.050.000 CDP NO. 529 - D112 compra equipo medico
No. DE PROCESO Y ÁREA SOLICITANTE	SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA ABA.SP.0118-2018 - URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA
OBSERVACIONES GENERALES	<p>SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DEL MANUAL INTERNO DE CONTRATACION SEGÚN RESOL. No. 1058 DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 Y ESTATUTO DE CONTRATACION SEGUN ACUERDO 006 DEL 23 DE MAYO DEL 2014 - PUBLICACION DEL PROCESO A LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION Y PAGINA DEL SECOP, MEDIANTE ACTA DE CIERRE DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SE PRESENTARON LOS PROVEEDORES: INSTRUMENTACION S.A. Y A & B EQUIPOS MEDICOS, SEGUN EVALUACION TECNICA Y EVALUACION JURIDICA LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, PERO DE ACUERDO A EVALUACION FINANCIERA EL PROVEEDOR AYB EQUIPOS MEDICOS NO CUMPLE CON ESTA EVALUACION, ADEMÁS NO SUBSANO DENTRO DEL PLAZO Y HORA SEÑALADA, QUIEN CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ES EL PROVEEDOR INSTRUMENTACION S.A., PARA LO CUAL SE ADJUNTA CONCEPTO POR EL MEDICO ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA.</p>


 ELABORADO POR : AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 NOMBRE: MONICA MORA CHAVEZ


 PROFESIONAL ESPECIALIZADO URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA
 NOMBRE: Dra. ADRIANA ENRIQUEZ


 REVISADO: PROF. ESPECIALIZ RECURSOS FISICOS
 NOMBRE: Dra. MARIA ELIZABETH LLANOS ERASO


 REVISADO : SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 NOMBRE: Dr. MARIO FERNANDO BERNAL


 APROBADO : GERENTE
 NOMBRE: Dr. JAIME ALBERTO ARTEAGA CORAL