

**SUBSANACION EVALUACION TECNICA DE SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS No. ABA-SP-0118.2018**


ESPECIFICACIONES	A&B EQUIPOS	OBSERVACIONES	INSTRUMENTACION	OBSERVACIONES
	CADWELL EASY III DE 54 CH		XLTEK/NATUS BRAIN MONITOR	
EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE ELECTROENCEFALOGRAFIA, POLISOMNOGRAFIA, TELEMETRIA	CUMPLE		CUMPLE	
CONFIGURACION DE 32 CANALES EKG	CUMPLE		CUMPLE	6 entradas diferenciales, dos canales para oxímetro
8 CANALES DC	CUMPLE		CUMPLE	10 Canales DC
ESTIMULADOR DE FLASH	CUMPLE	Frecuencia de estimulación de 1 a 60 Hz, modo automático y manual	CUMPLE	
FUENTE DE POTENCIA	CUMPLE		CUMPLE	
CAJA 32 PARA EEG	CUMPLE		CUMPLE	
BOTON DE EVENTO PARA PACIENTE	CUMPLE		CUMPLE	
CAMARA A COLOR DE MONITORIZACION DE ALTA CALIDAD, SOFTWARE DE CONTROL A TRAVES DE RED	CUMPLE	MARCA SONY IPELA	CUMPLE	MARCA SONY IPELA
ADAPTADOR DE CORRIENTE, MEZCLADOR DE SONIDO, Y MICROFONO INFRARROJO	CUMPLE		CUMPLE	
KIT DE ELECTRODOS PARA EEG/VIDEO	CUMPLE	Electrodo de copa de oro (30), pasta conductora ten 20 (1), gel abrasivo un prep (1), cinta métrica (1)	CUMPLE	Electrodos de copa dorado reutilizables, pasta conductora ten 20, gel para preparar la piel, marcadores para la colocacion del electrodo, cinta de medicion, gasas estériles, dispositivo para quitar electrodos, rollos de venda elástica adulto y pediátrica
KIT DE ELECTRODOS PARA PSG	CUMPLE	Módulo de oximetría spo2 EASYNET, módulo de presión nasa EASYNET, módulo de movimiento de miembros EASYNET (2 un), módulo de posición EASYNET, sensor de presión nasal y térmico, sensor de ronquido adulto, sensor de oximetría adulto, correas de esfuerzo respiratorio con sensor para pecho adulto, correas de esfuerzo respiratorio con sensor de abdomen para adulto, electrodos de parche para EKG 60", electrodo de parche para EMG de piernas 120", probador de cable	CUMPLE	Electrodos de copa dorados reutilizables, electrodos de Ag/AgCl, derivaciones a presión, crema para electrodos, pasta conductora, gel para preparar piel, cinta de medicion, retractil, gasas no esteriles, marcadores para la colocacion de electrodos, sensor de flujo de aire, sensor de ronquido piezoeléctrico, sensor de ronquidos/flujo de presión, cánula nasal, sensor de abdomen, sensor de tórax, sensor a presión para RIP, cinturones RIP
KIT DE ACCESORIOS	CUMPLE		CUMPLE	
CABLE PARA CAJA REMOTA 1-32 CANALES	CUMPLE		CUMPLE	
CABLE DE CONEXIÓN PARA AMPLIFICADOR	CUMPLE		CUMPLE	
CABLE DE CONEXIÓN PARA ESTIMULADOR FLASH	CUMPLE		CUMPLE	
CABLE DE POTENCIA 20/240, GRADO HOSPITALARIO	CUMPLE		CUMPLE	
BRAZO ARTICULADO PARA ESTIMULADOR FLASH	CUMPLE		CUMPLE	
SOFTWARE DE INSTALACION, INTERPRETACION, Y REVISION DE EEG, PSG, Q VIDEO	CUMPLE		CUMPLE	
HARDWARE: FILTRO ANALOGO/DIGITAL POR CADA CANAL	CUMPLE		CUMPLE	
CARRO DE TRANSPORTE NACIONAL	CUMPLE		CUMPLE	

Certificaciones de experiencia (máximo tres), de contratos suscritos en los últimos 5 años, cuyo valor sumado sea superior al 100% del valor que se oferta. Las constancias deberán indicar valor del contrato, nombre del contratante, del contratista, fecha de suscripción del contrato y objeto.	NO CUMPLE	NO SUBSANA	CUMPLE	SUBSANA
Se solicita ofertar la REFERENCIA con las especificaciones técnicas requeridas por el Hospital, adjuntando FICHAS TÉCNICAS EN ESPAÑOL.	CUMPLE		CUMPLE	
No se aceptarán las propuestas que superen el presupuesto oficial.	CUMPLE		CUMPLE	
Descripción del ítem, cantidad, unidad de medida, valor unitario y total de los bienes- incluyendo IVA, FLETES Y DEMÁS COSTOS INDIRECTOS. Para los productos que no apliquen IVA por favor hacer esa aclaración por cada ítem a cotizar.	CUMPLE		CUMPLE	

**ADICIONAL**

ESPECIFICACIONES	A&B EQUIPOS	OBSERVACIONES	INSTRUMENTACION	OBSERVACIONES
Información ADICIONAL	1 DETECTOR DE LUZ AMBIENTAL, 1 DETECTOR DE LUZ INFRARROJA, POSIBILIDAD DE ACTUALIZACION A 86 Y 150 CANALES, 12 CANALES EASY NET		Fotoestimulador con brazo, adaptador de corriente y soporte con ruedas., kit de electrodos de inicio para VideoEEG y PSG, Software VIDEOEEG/PSG Neuroworks/Sleepworks que permite revisión remota., Cables Grado médico y circuitos de conexión de todos los elementos del sistema	
Información ADICIONAL	DOS SOPORTES DE PISO PARA AMPLIFICADOR, ESTIMULADOR FLASH Y TRIPODE PARA CAMARA		Amplificador Brain Monitor 48 canales, 32 entradas referenciales, 6 canales diferenciales, 10 entradas DC (4 en caja de conexiones, 6 en unidad base) para conexión de equipos externos como por ejemplo CO2, CPAP etc., botón de eventos de paciente, SPO2 Masimo Independiente	
Información ADICIONAL	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CORE I7, 1TB DISCO DURO, 2 GB TARJETA DE VIDEO		Computador con monitor, carro de transporte, transformador de aislamiento	
GARANTIA	DOS AÑOS		UN AÑO	
CAPACITACIÓN	DOS DIAS		Al momento de la instalación	
SUMINISTRO DE REPUESTOS	10 AÑOS		No inferior a la vida útil	

**OBSERVACIONES:**  
**SE TIENEN EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTE SOLICITUD**  
**NO SE REGISTRAN ALERTAS DE INVIMA PARA ESTOS EQUIPOS**

FIRMA:   
**MARIA ELIZABETH LLANOS ERAZO**  
 Profesional Especializada Recursos Físicos

Elaboró: Flor Angela Riascos - Técnico Operativo de Mantenimiento *Flor R.*