



EVALUACIÓN JURÍDICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 020.2018

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE GASTROSCOPIA PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO "INVESTIGACIÓN DE LA PREVALENCIA DE LESIONES PRECURSORAS DE MALIGNIDAD Y EFECTO DE LA ERRADICACION DE HELICOBACTER PYLORI COMO PREVENCIÓN PRIMARIA DEL CANCER GASTRICO EN EL DEPERTAMENTO DE NARIÑO"

VERIFICACION DE REQUISITOS

PROPONENTE	Carta de presentación Anexo 1	Certificado Existencia y Representación Legal	Fotocopia Cedula de Ciudadanía Representante Legal	Antecedentes disciplinarios fiscales y judiciales	Certificado de NO encontrarse incurso en inhabilidades o Incompatibilidades para Contratar	Registro Único Tributario (RUT)	Planilla / certificado pago seguridad social	Verificación antecedentes Registro Nacional de Medidas Correctivas	Conocimiento y aceptación del anexo 3	Certificado de cuenta bancaria	Formulario SARLAFT
BIOSIMTEC S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE ✓	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE ✓
BIO ENDOSCOPE LTDA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE ✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

BIO ENDOSCOPE LTDA NO PRESENTA ninguno de los requisitos de capacidad jurídica establecidos en la Solicitud de Cotización No. 020.2018


JORGE ENRIQUE BAUTISTA
DURÁN
Jefe Oficina Jurídica HUDN E.S.E.

Proyectó: María Camila Segovia 
- Contratista



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



San Juan de Pasto, 22 de enero de 2019

**EVALUACIÓN TÉCNICA
SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 020.2018**

DESCRIPCIÓN	PROPONENTE	CUMPLE	NO CUMPLE
Torre de video endoscopia: MONITOR: de 24 pulgadas médico de alta definición. PROCESADOR: Alta definición, con almacenamiento de información de los pacientes que lo haga directamente en videos, fotos con zoom digital con hidrojete y bomba de irrigación frontal, disco duro de 500 GB con fuente de luz con vida media de aproximadamente 500 horas. DOS (2) VIDEOGASTROSCOPIO: Longitud de trabajo mayor de 1m, diámetro externo no mayor de 9,3 mm, canal de trabajo de 2,8 mm, con canal de irrigación frontal, con ángulos de flexión. CARRO DE TRANSPORTE: Con soporte para endoscopios.	SIMTEC SAS	X	
Succionadores o aspirador quirúrgico para unidad endoscopio	SIMTEC SAS	X	
FibrogastroscoPIO Kit Olympus Series GIF-E3 o XQ con su fuente de luz portátil CLK-4. Longitud de trabajo mayor de 1 m, diámetro externo no mayor de 9.3mm, canal de trabajo de 2.8 mm con canal de irrigación y ángulos de flexión.	BIOENDOSCOP Ltda.		X

NOTA: Por error de digitación, en el ITEM de FibrogastroscoPIO se colocó un “diámetro externo No mayor de 9,3 mm”, en lugar de “9.8”. Por lo tanto, se recomienda declarar la solicitud de cotización de FibrogastroscoPIO “Desierta”, y realizar la corrección pertinente para volver a licitar. La solicitud de cotización para la torre de videondoscopia y succionadores, cumple con los requisitos exigidos


ALVAR BEDOYA URRESTA
Investigador Principal
Director científico
Proyecto Urkunina 5000


VICTOR WILLIAM PANTOJA BASTIDAS
Gerente
Proyecto Urkunina 5000

Juntos por la Excelencia

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño
Conmutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co



SC-CER448531

SA-CER448535

OS-CER448536