



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



San Juan de Pasto, 8 de febrero de 2019

EVALUACIÓN TÉCNICA
SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. PLN-SC-002-2019

DESCRIPCIÓN	PROPONENTE	CUMPLE	NO CUMPLE
FibrogastroscoPIO Kit OlympusSeries GIF-E3 o XQ con su fuente de luz portátil CLK-4. Longitud de trabajo mayor de 1 m, diámetro externo no mayor de 9.8mm, canal de trabajo de 2.8 mm con canal de irrigación y ángulos de flexión.	BIO ENDOSCOPE LTDA	X	

NOTA: La solicitud de cotización No. PLN.SC - 002 - 2019 presentada por BIO ENDOSCOPE LTDA cumple con los requisitos técnicos requeridos en la propuesta.


ALVAR BEDOYA URRESTA
Investigador Principal
Director científico
Proyecto Urkunina 5000


VICTOR WILLIAM PANTOJA BASTIDAS
Gerente
Proyecto Urkunina 5000

Juntos por la Excelencia





EVALUACIÓN JURÍDICA

SOLICITUD DE COTIZACION No. PLN.SC – 002 - 2019


Adquisición de 2 Fibrogastroscopio kit: Olympus Series Gif-E3 o XQ con su fuente de luz portátil CLK-4. Longitud de trabajo mayor de 1m, diámetro externo no mayor de 9,8mm canal de trabajo de 2.8mm con canal de irrigación y ángulos de flexión.

VERIFICACION DE REQUISITOS

PROPONENTE	Carta de presentación de la oferta Anexo 1	Certificado Existencia y Representación Legal	Fotocopia Cedula de Ciudadanía Representante Legal	Antecedentes disciplinarios fiscales y penales	Certificado de NO encontrarse incurso en inhabilidades o Incompatibilidades para Contratar	Registro Único Tributario (RUT)	No se encuentra reportado en el registro nacional de medidas correctivas	Certificado seguridad social y pago aportes parafiscales vigente	Aceptación del documento ANJUR-001	Formulario Único de conocimiento SARLAFT FRTES-011
BIO ENDOSCOPE LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:


Dr. JORGE ENRIQUE BAUTISTA DURAN
 Jefe Oficina Jurídica

Proyectó: Marly Yuleny Portilla, Judicante Oficina Jurídica.
 Martha Alcira Romo Ibarra – Judicante Oficina Jurídica. 

Juntos por la Excelencia

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño
 Conmutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
 www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co

