

EVALUACIÓN TÉCNICA-MEDICAMENTOS
SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES (HUDN ESE) VIGENCIA 2019
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, FÓRMULAS NUTRICIONALES ENTERALES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES (HUDN ESE) VIGENCIA 2019

Item	Nombre Genérico	Nombre Comercial (si aplica)	Nombre de laboratorio fabricante	No. Resolución BPM	Registro Sanitario No.	Fecha de vencimiento del registro sanitario	Nombre del titular del registro sanitario	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones de Evaluación Técnica	Observaciones - En Resolución de BPM	Observaciones en Registro Sanitario INVIMA	Observaciones - Fecha de vencimiento del registro sanitario	Ficha Técnica	Referencia Técnica Solicitada	Nombre Ofertante
1	AGENTE MINERAL LÍQUIDO 5000ML	BD VACUTAINER	QUIMIBEN	NO REQUIERE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	No se encuentra Certificado de comercialización		RESOLUCIÓN 248330 DEL 1999		CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
4	AGUA DE VACUTAINER 21*1.25RTPU EQUIPS)	MULTIPLE SAMPLE LUER ADAPTER-ADAPTADOR LUER PARA TOMA MULTIPLE	BECTON, DICKINSON & CO. (BD)	NO APLICA	2018DM-0017463	15/01/2028	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
4	AGUA DE VACUTAINER 21*1.25RTPU EQUIPS)	NA	ALLEN		INVIMA 2009DM-0003581	10/03/2019	BECTON DICKINSON	CUMPLE	RESOLUCIÓN INVIMA VENGE EL 10 DE MARZO DE 2019	NA	CUMPLE	VENGE EL 10 DE MARZO DE 2019	CUMPLE	NA	ALLEN
5	AGUA HIPOTERMICA DESCHABLE 25*1	AGUAS HIPOTERMICAS NIPRO - NIPRO GROUP CO. LTD.	SHANGHAI NINDY ENTERPRISE DEVELOPMENT GROUP CO. LTD.	NO APLICA	2018DM-0013638	17/09/2025	NIPRO MEDICAL CORPORATION	NO CUMPLE	Certificado de distribuidor vendido. (Nipro)				CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
5	AGUA HIPOTERMICA DESCHABLE 25*1	NA	gmsd		INVIMA 2009DM-001987	07/12/2019	LABORATORIOS RMICO SA	CUMPLE	Certificado de distribuidor vendido. (Nipro)	NA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	ALLEN
6	AGUAS PARA JERINGA CARPULE	DENTAL NEEDLE NIPRO / AGUA DENTAL	NIPRO MEDICAL INDUSTRIES LTD.	NO APLICA	2018DM-00041241	20/12/2028	NIPRO MEDICAL CORPORATION	NO CUMPLE	Certificado de distribuidor vendido. (Nipro)				CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
7	APLICADORES DE NITRATO PLATA		NO REFIERE		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	Relación de documentación relacionada con ficha técnica, sobre registro sanitario, autorización de comercialización				NO CUMPLE	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
10	BALENGUAS DE MADERA CALA * 100unidades		NO REFIERE		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	Certificado de distribuidor vendido (INTEOMA S.A.S)				CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
10	BALENGUAS DE MADERA CALA * 100unidades	ALLEN			NA			CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	ALLEN
11	BALON DE BARRI Ref. 024237- 24F*54cm - BALON DE 500ML	BALON POSTPARTO	COOK UROLOGICAL INCORPORATED COOK	NO APLICA	2018DM-0006652	02/12/2020	COOK UROLOGICAL INCORPORATED COOK	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
11	BALON DE BARRI Ref. 024237- 24F*54cm - BALON DE 500ML	Balón Hemeragia Postparto	COO UROLOGICAL INCORPORATED COOK	CUMPLE	INVIMA 2018DM-0006652	02/12/2020	COOK UROLOGICAL INCORPORATED COOK	CUMPLE	No presenta BPM, pero el Registro sanitario está a su nombre	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	G-SARCO Tecnología Médica
22	CANULA DE TRAQUEOTOMIA No. 6.5	Canula de traqueostomía MINI Pediatría, sin balón No 6.0. (Ref. T-355-6.0)	COMIDEN	NO APLICA	2017DM-0001725- R2	05/12/2027	MEDTRONIC INC.	NO CUMPLE	NO ALEGA CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR (MEDTRONIC)				CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
22	CANULA DE TRAQUEOTOMIA No. 6.5		LM INSTRUMENTS S.A.	CUMPLE	2015DM-0002932-R1	05/09/2025	LM INSTRUMENTS S.A.	NO CUMPLE	LA OFERTA ES 6.0 NO ES 6.5 QUE ES LA REQUERIDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
23	CANULA NASAL DE ALTO FLUIDO PARA TERAPIA DE OXIGENO ACURRONO 155095-15-2535-45	NO APLICA	ACURRONIC MEDICAL SYSTEMS AGFABRIK IM SCHEITL	NO APLICA	2015EBC-0013518	08/09/2025	ACURRONIC MEDICAL SYSTEMS AGFABRIK IM SCHEITL	CUMPLE	NO LLEGA ACTA DE VISITA				CUMPLE	CUMPLE	ELECTRONICA EQUIPOS MEDICOS S.A.S.
24	CANULA NASAL DE ALTO FLUIDO PARA TERAPIA DE OXIGENO Ref. 09314 - FISHER & PAYVEL		FISHER & PAYVEL HEALTHCARE LIMITED	NO APLICA	2009DM-004105	09/07/2019	FISHER & PAYVEL HEALTHCARE LIMITED	NO CUMPLE	Ref. 09314 SOLICITADA, NO SE DESCRIBE EN FICHA TECNICA				CUMPLE	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
25	CANULA NASAL OXIGENO NEONATAL - (MEDEX/BIOULFE)	CANULA NASAL PARA OXIGENO MEDICINAL	BIOPLAST S.A.	NO APLICA	2018DM-0000161- R1	18/07/2026	BIOPLAST S.A.	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
25	CANULA NASAL OXIGENO NEONATAL - (MEDEX/BIOULFE)	CANULA	KRAMER		2013DM-0010875	13/12/2023	IMCOLMEDICA S.A.	NO CUMPLE	Acta de ITC número 0174 del día 22-01-2019 no tiene esculpido el tipo de establecimiento, ficha técnica cumple con las marcas solicitadas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	OLGA ALICIA BURBANO BRASO (ELEMENTOS DE REHABILITACION MEDICA)
25	CANULA NASAL OXIGENO NEONATAL - (MEDEX/BIOULFE)	CANULA NASAL PARA OXIGENO CON MANGUERA DE 2.1 mts. TAMAÑO NEONATAL (MS).	MEDITEC SA		INVIMA 2013DM-0009342	03/12/2022	MEDITEC SA	CUMPLE	NA	NA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	ALLEN
25	CANULA NASAL OXIGENO NEONATAL - (MEDEX/BIOULFE)		INCUMEDICA S.A. KRAMER	NO ALEGA	2013DM-0010875	no repota	INCUMEDICA S.A.	NO CUMPLE	NO OFERTA MARCAS REQUERIDAS	NO ALEGA	CORRESPONDE A OTRA MARCA	2023/12/13	NO CUMPLE	NO CUMPLE	DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
25	CANULA NASAL OXIGENO NEONATAL - (MEDEX/BIOULFE)		INTERSURGICAL LIMITED	68/PC-04303	2018DM-0014847	23/09/2028	INTERSURGICAL S.A.S.	NO CUMPLE	INFORMACIÓN DEL PRODUCTO SOLICITADA, DIFERENTE A LA DEL PRODUCTO OFERTADO.				CUMPLE	NO CUMPLE	INTERSURGICAL

Handwritten signature and date:
 14/04/2023
 E. Carrero

EVALUACIÓN TÉCNICA-MEDICAMENTOS
SOLICITUD DE COTIZACIÓN FAR-002-2019

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, FÓRMULAS NUTRICIONALES PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES (HUDN ESE) VIGENCIA 2019

Item	Nombre Genérico	Nombre Comercial (SI APLICA)	Nombre de laboratorio fabricante	No. Resolución BPM	Registro Sanitario No.	Fecha de vencimiento del registro sanitario	Nombre del titular del registro sanitario	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones de Evaluación Técnica	Observaciones - En Resolución de BPM	Observaciones en Registro Sanitario INVIMA	Observaciones - Fecha de vencimiento del registro sanitario	Ficha Técnica	Referencia Técnica Solicitada	Nombre Oferente
26	CATETER ARTERIAL FEMORAL ADULTOS REF. 8FR-20cm	MONITOR MULTIPARAMETRO DE SIGNOS VITALES - ACCESORIOS Y REPUESTOS. SISTEMA DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES. CATETER UMBILICAL - CATETER - YGON	PULSION MEDICAL SYSTEMS SE	NO APLICA	2015BEC-0015570	16/11/2026	MAQUET COLOMBIA S.A.S.	NO CUMPLE	NO ALEGA CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR (GENERAL MEDICA O MAQUET COLOMBIA)				CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
27	CATETER ARTERIAL UMBILICAL No. 4.0	CATETER UMBILICAL - CATETER - YGON	YGON S.A.	NO APLICA	2014DM-0013362	29/12/2024	YGON COLOMBIA S.A.	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
27	CATETER ARTERIAL UMBILICAL No. 4.0	CATETER UMBILICAL EN PVC 4.0 FR. X 39 CM	YGON COLOMBIA S.A.		2014DM-0013362	29/12/2024	YGON COLOMBIA S.A.	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	FUERTE MEJIA YANETH PATRICIA MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
28	CATETER CON AGUA PELABLE - PREMISTAR Ref. 6261.20(0.35mm de diámetro + 200mm de long(286(1fr)	PREMISTAR / CATETER	YGON GMBH & CO. KG	NO APLICA	2016DM-0015478	11/11/2026	YGON COLOMBIA S.A.	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
28	CATETER CON AGUA PELABLE - PREMISTAR Ref. 6261.20(0.35mm de diámetro + 200mm de long(286(1fr)	CATETER. PREMISTAR CON ANTIBIOTICO (1fr) 286. x 20cm. AGUA PELABLE REF. 6261.20	YGON COLOMBIA S.A.		2016DM-0015478	11/11/2026	YGON COLOMBIA S.A.	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	FUERTE MEJIA YANETH PATRICIA MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
29	CIRCUITO DESCHABLE CON CAMARA DE AUTOLLENADO E HILO CALIENTE- VENTILADOR SE5000/4000 REF. RT228(motocalentado)		FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	NO APLICA	2009DM-0004142	17/07/2019	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	NO CUMPLE	Ref. RT228 SOLICITADA NO SE DESCRIBE EN FICHA TECNICA.				NO CUMPLE	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
30	CIRCUITO PARA BASE CALEFACTORA - OPTIFLOW - CONEXION ARVO - Ref. RT228(ZAZUL)		FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	NO APLICA	2009DM-0004142	17/07/2019	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	NO CUMPLE	Ref. RT202 SOLICITADA, NO SE DESCRIBE EN FICHA TECNICA.				NO CUMPLE	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
31	CIRCUITO PARA CANULA NASAL ARVO - Ref- 900PTS01 (BLANCO)		SIN INFORMACION	NO APLICA	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	NO CUMPLE	NO ALEGA REGISTRO SANITARIO, POR LO TANTO NO SE PUEDE EVALUAR, EXCEL SIN INFORMACION				NO CUMPLE	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
32	CIRCUITO PARA RESUCITADOR NEOPUFF CON PIEZA EN T. Ref. RD1300-10	REANIMADOR NEONATAL NEOPUFF FISHER PAYKEL HEALTHCARE, ACCESORIOS Y REPUESTOS	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	NO APLICA	2009DM-0004158	17/07/2019	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	NO CUMPLE	NO ALEGA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO				NO CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
33	CIRCUITO VENTILADOR PEDIATRICO ventilador AUTOTRONIC(calentado)		ACUTRONIC MEDICAL SYSTEMS AGFABRIK IM SCHIFFLI	NO APLICA	2015BEC-0013518	08/09/2025	ACUTRONIC MEDICAL SYSTEMS AGFABRIK IM SCHIFFLI	CUMPLE	NO LLEGA ACTA DE VISTA IVC	VIGENTE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ELECTROMEDICA EQUIPOS MEDICOS S.A.S.
34	COLLAR DE PHILADELFA CON ORIFICIO PARA CANULA DE TRAQUEOSTOMIA TALLA L		ZHANGJIANG XIEHE IMPORT & EXPORT CO. LTD	NO APLICA	2012DM-0008964	30/07/2022	CORALMEDICA LTDA.	CUMPLE	CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR VIC- 31-01-2019				CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
34	COLLAR DE PHILADELFA CON ORIFICIO PARA CANULA DE TRAQUEOSTOMIA TALLA L	COLLAR	AMBU		2018DM-0019039	17/12/2028	INCOLMEDICA S.A.	NO CUMPLE	Acta de IVC numero 0174 del día 22-01-2019 no tiene estipulado el tipo de establecimiento. Ficha tecnica no especifica que viene con orificio para canula de traqueostomia	CUMPLE		CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	OLGA ALICIA BURBANO ERASO (ELEMENTOS DE REHABILITACION MEDICA)
35	COLLAR DE PHILADELPHIA TALLA L		DISPROMED M.K. LTDA.	NO APLICA	2010DM-0005269	25/02/2020	DISPROMED M.K. LTDA.	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
35	COLLAR DE PHILADELPHIA TALLA L	COLLAR	ENTIS		2014DM-0007033	14/03/2021	ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO LTDA.	NO CUMPLE	Acta de IVC numero 0174 del día 22-01-2019 no tiene estipulado el tipo de establecimiento	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	OLGA ALICIA BURBANO ERASO (ELEMENTOS DE REHABILITACION MEDICA)
35	COLLAR DE PHILADELPHIA TALLA L	COLLAR RIGIDO ORTOPEDICO DE PHILADELPHIA TALLA L	DISPROMED M.K. LTDA.		2010DM-0005269	2020/03/25	DISPROMED M.K. LTDA.	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	FUERTE MEJIA YANETH PATRICIA MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

EVALUACIÓN TÉCNICA-MEDICAMENTOS
SOLICITUD DE COTIZACIÓN FAR-002-2019

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, FÓRMULAS NUTRICIONALES ENTERALES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES (HUDN ESE) VIGENCIA 2019

Item	Nombre Genérico	Nombre Comercial (si aplica)	Nombre de laboratorio fabricante	No. Resolución BPM	Registro Sanitario No.	Fecha de vencimiento del registro sanitario	Nombre del titular del registro sanitario	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones de Evaluación Técnica	Observaciones - En Resolución de BPM	Observaciones en Registro Sanitario INVIMA	Observaciones - Fecha de vencimiento del registro sanitario	Ficha Técnica	Referencia Técnica Solicitada	Nombre Oferente
35	COLLAR DE PHILADELPHIA TALLA L	CUELLO PHILADELPHIA RIGIDO	Disheath	NO ALEGA	2010DM-0005269	no reporta	DISPROMED M.K. LTDA.	NO CUMPLE	NO ALEGA BPM NI COAA	NO ALEGA	CUMPLE	25/02/2020	CUMPLE	CUMPLE PERO EN FICHA TECNICA NO ESPECIFICA TALLA L	DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
45	CUBIERTA (PUNTA) PROTECTORA PARA TERMOMETRO DIGITAL SURE TEMPERATURA ORAL Y RECALT REF.05031-101 MARCA WELCH ALLYN USA- caja por 250		NO APLICA	NO APLICA	2017DM-0017343	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO DESCRITO EN EXCEL CORRESPONDE A UN PRODUCTO DISTINTO AL SOLICITADO. NO ALEGA FICHA TECNICA PARA VERIFICACION		El registro sanitario que describe excel de diferente se relaciona con otro producto, diferente al ofertado.		NO CUMPLE	NO CUMPLE	INSURAR S.A.S INSURAR Y SUMINISTROS DE NARIÑO
45	CUBIERTA (PUNTA) PROTECTORA PARA TERMOMETRO DIGITAL SURE TEMPERATURA ORAL Y RECALT REF.05031-101 MARCA WELCH ALLYN USA- caja por 250	PROTECTOR DE SONDA	WELL ALLYN	NA	INVIMA 3015DM-0002618MT	23/09/2028	WELCH ALLYN INC	NO CUMPLE	Fallo Concepto favorable emitido por el ente territorial de salud donde lo facilita como distribuidor de medicamentos y/o dispositivos médicos. Tampoco tiene carta de distribuidor autorizado por el titular del registro sanitario	NA	CUMPLE	CUMPLE	NO	NA	INSURAR S.A.S INSURAR Y SUMINISTROS DE NARIÑO
45	CUBIERTA (PUNTA) PROTECTORA PARA TERMOMETRO DIGITAL SURE TEMPERATURA ORAL Y RECALT REF.05031-101 MARCA WELCH ALLYN USA- caja por 250	PROTECTOR DE SONDA	WELL ALLYN	NA	2015DM-0002618MT	23/09/2028	WELCH ALLYN INC	NO CUMPLE	Fallo Concepto favorable emitido por el ente territorial de salud donde lo facilita como distribuidor de medicamentos y/o dispositivos médicos. Tampoco tiene carta de distribuidor autorizado por el titular del registro sanitario	NA	CUMPLE	CUMPLE	NO	NA	INSURAR S.A.S INSURAR Y SUMINISTROS DE NARIÑO
53	CUELLO ORTOPEDICO DE THOMAS UNIVERSAL TALLA XL	COLLAR	ENTIS	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE	NO CUMPLE	NO LLEGA FICHA TECNICA, NI REGISTRO SANITARIO, NO SE PUEDE EVALUAR.	NO LLEGA REGISTRO SANITARIO			NO CUMPLE	NO CUMPLE	OLGA ALICIA BURBANO BRAZO ELEMENTOS DE REHABILITACION MEDICA
53	CUELLO ORTOPEDICO DE THOMAS UNIVERSAL TALLA XL	CUELLO ORTOPEDICO DE THOMAS TALLA XL	DISPROMED M.K. LTDA.		2010DM-0005269	25/02/2020	DISPROMED M.K. LTDA.	CUMPLE	Acta de ITC numero 0174 del día 22-01-2019 no tiene estipulado el tipo de establecimiento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	YANETH PATRICIA MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
53	CUELLO ORTOPEDICO DE THOMAS UNIVERSAL TALLA XL	CUELLO THOMAS BLANDO	DISPROMED M.K. LTDA.	NO ALEGA	2010DM-0005269	no reporta	DISPROMED M.K. LTDA.	NO CUMPLE	NO ALEGA BPM NI COAA	NO ALEGA	CUMPLE	25/02/2020	CUMPLE	CUMPLE PERO EN FICHA TECNICA NO ESPECIFICA TALLA XL	DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
54	DRENALFE PEN ROSE 1"	SONDAS DE DRENALFE EN LATEX MED20X	MEDITEC S.A.	NO APLICA	2012DM-0003343	03/12/2022	MEDITEC S.A.	NO CUMPLE	NO ALEGA CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR (MEDITEC)				CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
55	DRENALFE PEN ROSE 1,2"	SONDAS DE DRENALFE EN LATEX MED20X	MEDITEC S.A.	NO APLICA	2012DM-0003343	03/12/2022	MEDITEC S.A.	NO CUMPLE	NO ALEGA CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR (MEDITEC)				CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
56	STICK 3X3 MARCA CHATTANOOGA PAQUETE X 10 UNDS		DIO, LLC	NO APLICA	2010DM-0005522	10/11/2020	DIO, LLC	CUMPLE	Fallo Concepto favorable emitido por el ente territorial de salud donde lo facilita como distribuidor de medicamentos y/o dispositivos médicos				CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
56	ELECTRODO ADHESIVO DURA STICK 3X3 MARCA CHATTANOOGA PAQUETE X 10 UNDS	ELECTRODO	DIO, LLC	NA	INVIMA 2010DM-0006522	10/11/2020	DIO, LLC	NO CUMPLE	Fallo Concepto favorable emitido por el ente territorial de salud donde lo facilita como distribuidor de medicamentos y/o dispositivos médicos	NA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	INSURAR S.A.S INSURAR Y SUMINISTROS DE NARIÑO
57	ELECTRODO ADHESIVO DURA STICK 6X3 MARCA CHATTANOOGA PAQUETE X 10 UNDS		DIO, LLC	NO APLICA	2010DM-0005522	10/11/2020	DIO, LLC	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
57	ELECTRODO ADHESIVO DURA STICK 6X3 MARCA CHATTANOOGA PAQUETE X 10 UNDS	ELECTRODO	DIO, LLC	NA	INVIMA 2010DM-0006522	10/11/2020	DIO, LLC	NO CUMPLE	Fallo Concepto favorable emitido por el ente territorial de salud donde lo facilita como distribuidor de medicamentos y/o dispositivos médicos	NA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	INSURAR S.A.S INSURAR Y SUMINISTROS DE NARIÑO
58	ELECTRODOS ADHESIVOS CUADRADOS 5" 5cm- paquete *10		DIO, LLC	NO APLICA	2010DM-0005522	10/11/2020	DIO, LLC	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL

Handwritten signature and date:
2019/11/14
E. C. C. C.

EVALUACIÓN TÉCNICA-MEDICAMENTOS
SOLICITUD DE COTIZACIÓN FAR-002-2019

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, FÓRMULAS NUTRICIONALES PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES (HUDN ESE) VIGENCIA 2019

Item	Nombre Genérico	Nombre Comercial (SI APLICA)	Nombre de laboratorio fabricante	No. Resolución BPM	Registro Sanitario No.	Fecha de vencimiento del registro sanitario	Nombre del titular del registro sanitario	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones de Evaluación Técnica	Observaciones - En Resolución de BPM	Observaciones en Registro Sanitario INVIMA	Observaciones - Fecha de vencimiento del registro sanitario	Ficha Técnica	Referencia Técnica Solicitada	Nombre Oferente
59	ELECTRODOS ADHESIVOS REDONDO DE 8cm(paquete * 10)		DIO, LLC	NO APLICA	201DDM-000522	10/11/2020	DIO, LLC	CUMPLE		NO CUMPLE, CCAA ENTREGADO CORRESPONDE PARA			CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
61	ELECTRODOS MULTIFUNCION PARA DESFIBRILACION REF. TLO311A BEXEN CARDIO PARA REANIBEX 200 800	ELECTRODOS MULTIFUNCION PARA DESFIBRILADOR BEXEN	NO REFIERE	NO REFIERE	201DDM-0007821	NO REFIERE	NO REFIERE	NO CUMPLE	EI DISPOSITIVO MÉDICO: NO OFERTA MARCA BEXEN SI NO FIAB SEGÚN REGISTRO SANITARIO INVIMA. NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE REGISTRO PARA COMERCIALIZACIÓN, NO ALLEGA FICHAS TÉCNICAS	ELECTRODOS DE MARCA DIFERENTE A LA SOLICITADA EN LA OFERTA, VIGENTE HASTA EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	NO CUMPLE PARA MARCA SOLICITADA	CUMPLE. NO LA REPORTA PERO EN INVIMA ES 2021/09/07	NO ALLEGA	NO CUMPLE CON LA OFERTA	HOSPITÉCNICA S.A.S.
62	ELECTRODOS PARA ESTIMULACIÓN DE MARCAPASO PQ12 * 2 - NIHON KOIDEN	ELECTRODOS PARA MARCAPASO NIHON KOIDEN	NO REFIERE	NO REFIERE	201DDM-0007821	NO REFIERE	NO REFIERE	NO CUMPLE	EI DISPOSITIVO MÉDICO: NO OFERTA MARCA BEXEN SI NO FIAB SEGÚN REGISTRO SANITARIO INVIMA. NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE REGISTRO PARA COMERCIALIZACIÓN, NO ALLEGA FICHAS TÉCNICAS	ELECTRODOS DE MARCA DIFERENTE A LA SOLICITADA EN LA OFERTA, VIGENTE HASTA EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	NO CUMPLE PARA MARCA SOLICITADA	CUMPLE. NO LA REPORTA PERO EN INVIMA ES 2021/09/08	NO ALLEGA	NO CUMPLE CON LA OFERTA	HOSPITÉCNICA S.A.S.
63	ELECTRODOS PARA MARCAPASO CARDIOLIFE SN 00934 - DESFIBRILADOR NIHON KOIDEN	ELECTRODOS PARA MARCAPASO CARDIOLIFE / NIHON KOIDEN	NO REFIERE	NO REFIERE	201DDM-0007821	NO REFIERE	NO REFIERE	NO CUMPLE	EI DISPOSITIVO MÉDICO: NO OFERTA MARCA BEXEN SI NO FIAB SEGÚN REGISTRO SANITARIO INVIMA. NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE REGISTRO PARA COMERCIALIZACIÓN, NO ALLEGA FICHAS TÉCNICAS	ELECTRODOS DE MARCA DIFERENTE A LA SOLICITADA EN LA OFERTA, VIGENTE HASTA EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	NO CUMPLE PARA MARCA SOLICITADA	CUMPLE. NO LA REPORTA PERO EN INVIMA ES 2021/09/09	NO ALLEGA	NO CUMPLE CON LA OFERTA	HOSPITÉCNICA S.A.S.
64	ESPEJULO DISECHABLE PARA OTOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN DE 2.75 mm Y DE 4.25 PARA MODELOS: 20000 21110.23810.23820.24031.25 000.26020 BOLSA * 34 UNIDADES		WELCH ALLYN INC	NO APLICA	2017DM-0017343	19/12/2027	WELCH ALLYN INC	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
64	ESPEJULO DISECHABLE PARA OTOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN DE 2.75 mm Y DE 4.25 PARA MODELOS: 20000 21110.23810.23820.24031.25 000.26020 BOLSA * 34 UNIDADES	NA	WELCH ALLYN INC	NA	INVIMA 2017DM-0017343	19/12/2027	WELCH ALLYN INC	CUMPLE	No tiene carta de distribuidor autorizado por el titular del registro sanitario	NA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	ALLERS
64	ESPEJULO DISECHABLE PARA OTOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN DE 2.75 mm Y DE 4.25 PARA MODELOS: 20000 21110.23810.23820.24031.25 000.26020 BOLSA * 34 UNIDADES	ESPEJULO	WELCH ALLYN INC	NA	INVIMA 2017DM-0017343	19/12/2027	WELCH ALLYN INC	NO CUMPLE	Falló Concepto favorable emitido por el ente territorial de salud donde lo facilita como distribuidor de medicamentos y/o dispositivos médicos. Tampoco tiene carta de distribuidor autorizado por el titular del registro sanitario.	NA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NA	INSUNAR S.A.S INSUMOS Y SUMINISTROS DE MARINO

EVALUACIÓN TÉCNICA-MEDICAMENTOS
SOLICITUD DE COTIZACIÓN FAR-002-2019

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, FÓRMULAS NUTRICIONALES ENTERALES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES (HUDN ESE) VIGENCIA 2019

Item	Nombre Genérico	Nombre Comercial (SI APLICA)	Nombre de laboratorio Fabricante	No. Resolución BPM	Registro Sanitario No.	Fecha de vencimiento del registro sanitario	Nombre del titular del registro sanitario	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones de Evaluación Técnica	Observaciones - En Resolución de BPM	Observaciones en Registro sanitario INVIMA	Observaciones - Fecha de vencimiento del registro sanitario	Ficha Técnica	Referencia Técnica Solicitada	Nombre Oferente
64	ESPEJULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO MARCA WELCH ALTYN DE 2.75 mm Y DE 4.25 PARA MODELOS: 20000 21110.23810.23820.24031.25 000.28020 BOLSA * 34 UNIDADES	ESPEJULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO REF: 524321 DE 2.75 mm Y REF: 524341 DE 4.25 mm	WELCH ALTYN INC	NO ALEGA	2017DM-00017343	en ficha técnica esta otro registro el cual está vendido: 2008DM-0001451	WELCH ALTYN INC	NO CUMPLE	NO ALEGA BPM NI COA, REGISTRO SANITARIO DE FICHA TÉCNICA NO COINCIDE CON OFERTADO Y ESTA VENDIDO	NO ALEGA	en ficha técnica esta otro registro el cual está vendido: 2008DM-0001451	2017DM-00017343- 2027/12/19 PERO 2008DM-0001451- 2018/01/29 VENCIDO	NO CUMPLE	CUMPLE	DISTRIBUIDOR DE VARIOS
65	ESPEJULOS DESECHABLES EN POLIESTERENO TALLA L	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE	NO CUMPLE	NO LLEGA FICHA TECNICA, NI REGISTRO SANITARIO, NO SE PUEDE EVALUAR.	NO LLEGA REGISTRO SANITARIO	NO LLEGA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL	
66	ESPEJULOS DESECHABLES EN POLIESTERENO TALLA M	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE	NO CUMPLE	NO LLEGA FICHA TECNICA, NI REGISTRO SANITARIO, NO SE PUEDE EVALUAR.	NO LLEGA REGISTRO SANITARIO	NO LLEGA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL	
66	ESPEJULOS DESECHABLES EN POLIESTERENO TALLA M	ESPEJULO DESECHABLE SENCILLO TALLA M	COMERCIALIZADORA ORBIS S.A.S.	NO ALEGA	2012DM-0003957	en ficha técnica no especifica marca ni talla	COMERCIALIZADORA ORBIS S.A.S.	NO CUMPLE	NO ALEGA BPM NI COA, no especifica talla M	NO ALEGA	CUMPLE	23/07/2022	CUMPLE PERO NO ESPECIFICA ALTA TALLA M	DISTRIBUIDOR DE VARIOS	
67	ESPEJULOS DESECHABLES EN POLIESTERENO TALLA S	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE	NO CUMPLE	NO LLEGA FICHA TECNICA, NI REGISTRO SANITARIO, NO SE PUEDE EVALUAR.	NO LLEGA REGISTRO SANITARIO	NO LLEGA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL	
68	ESPEJULOS MASALES	NO REFIERE	DIMEIDA INSTRUMENTE GMBH	NO APLICA	2017DM-0000933-R1	26/05/2017	INCOMEDICA S.A.	NO CUMPLE	No allega certificado de distribuidor, (INCOMEDICA)		El registro sanitario que describe excel de oferente se relaciona con otro producto, por lo que se toma otro de registro sanitario descrito en ficha técnica		CUMPLE	CUMPLE	OLGA ALICIA BURBANO ERAZO ELEMENTOS DE REHABILITACION MEDICA
68	ESPEJULOS MASALES	ESPEJULO	DIMEIDA		2017DM-0000933-R1	26/05/2017	INCOMEDICA S.A.	NO CUMPLE	Acta de NC número 0174 del día 22-01-2019 no tiene estipulado el tipo de establecimiento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL	
69	EXTENSION PARA OXIGENO MEDICINAL LONG 15cm. REF. 110655		BIOPLAST S.A.	NO APLICA	2016DM-0000409-R1	23/12/2026	BIOPLAST S.A.	NO CUMPLE	REF. 110655 SOLICITADA, NO SE DESCRIBE EN FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO LLEGA INFORMACION SOBRE REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL	
72	GEL ULTRASONIDO * 250ml, CON APLICADOR	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE	NO CUMPLE	NO LLEGA FICHA TECNICA PARA EVALUACION DE REFERENCIA SOLICITADA		NO LLEGA INFORMACION SOBRE REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL	
74	INHALO-CAMARA ADULTO Ref. 63-982 o Ref. B502700 con válvula unidireccional	INHALOCAMARA ACE, ESPAGADORA BIOLIFE, REDLING, ONE LIFE.	BIOPLAST S.A.	NO APLICA	2009DM-0003863	25/01/2029	BIOPLAST S.A.	NO CUMPLE	No allega ficha técnica para evaluación de referencia solicitada		NO LLEGA INFORMACION SOBRE REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL	
74	INHALO-CAMARA ADULTO Ref. 63-982 o Ref. B502700 con válvula unidireccional	INHALOCAMARA ACE, silbato indicador, tamaño Adulto. (Ref. INH-11-1121)	SMITHS MEDICAL ASD, INC	CUMPLE	2009DM-0003869	20/05/2019	SMITHS MEDICAL ASD, INC	NO CUMPLE	LA OFERTADA TIENE REFERENCIA (Ref. INH-11-1121) Y LA SOLICITADA: 63-982 o Ref. B502700 con válvula unidireccional	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.	
75	INHALOCAMARA PEDIATRICA - Ref. RS9-500ml - válvula unidireccional	INHALOCAMARA ACE, Con máscara en silicona, silbato indicador, tamaño Pediatría. (Ref. INH-11-1122)	SMITHS MEDICAL ASD, INC	CUMPLE	2009DM-0003869	20/05/2019	SMITHS MEDICAL ASD, INC	NO CUMPLE	El producto ofertado no corresponde con el solicitado, según Registro Sanitario, No llega ficha técnica	CUMPLE	El registro sanitario que describe excel de oferente se relaciona con otro producto	NO CUMPLE	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL	
75	INHALOCAMARA PEDIATRICA - Ref. RS9-500ml - válvula antiretorno	INHALOCAMARA ACE, Con máscara en silicona, silbato indicador, tamaño Pediatría. (Ref. INH-11-1122)	SMITHS MEDICAL ASD, INC	CUMPLE	2009DM-0003869	20/05/2019	SMITHS MEDICAL ASD, INC	NO CUMPLE	LA OFERTADA TIENE REFERENCIA (Ref. INH-11-1122) Y LA SOLICITADA: Ref. RS9-500ml - válvula antiretorno	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.	
76	INMOVILIZADOR CERVICAL GRADUABLE PEDIATRICOMARCA AMBUJREF. 000281107(B2)	INMOVILIZADORES DE CABEZA Y CUELLO	AMBU LTD	NO APLICA	2018DM-0013039	17/12/2028	IMCOMEDICA S.A.	NO CUMPLE	El producto ofertado no corresponde a la oferta técnica, NO ALEGA CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR (INCOMEDICA)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL	
76	INMOVILIZADOR CERVICAL GRADUABLE PEDIATRICOMARCA AMBUJREF. 000281107(B2)	INMOVILIZADOR	AMBU		2018DM-0013039	17/12/2028	IMCOMEDICA S.A.	NO CUMPLE	El producto ofertado no corresponde a la oferta técnica, NO ALEGA CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR (INCOMEDICA)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	OLGA ALICIA BURBANO ERAZO ELEMENTOS DE REHABILITACION MEDICA	

Handwritten signature and date: 12/12/2019

EVALUACIÓN TÉCNICA-MEDICAMENTOS
SOLICITUD DE COTIZACIÓN FAR-002-2019

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, FÓRMULAS NUTRICIONALES ETERALES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES (HUSD ESE) VIGENCIA 2019

Item	Nombre Genérico	Nombre Comercial (si aplica)	Nombre de laboratorio fabricante	No. Resolución BPM	Registro Sanitario No.	Fecha de vencimiento del registro sanitario	Nombre del titular del registro sanitario	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones de Evaluación Técnica	Observaciones - En Resolución de BPM	Observaciones en Registro Sanitario INVIMA	Observaciones - Fecha de vencimiento del registro sanitario	Ficha Técnica	Referencia Técnica Solicitada	Nombre Oferente
76	INMOVILIZADOR CERVICAL GRADUABLE PEDIÁTRICO/MARCA AMBUREF. 000281107(B2)	CUELLO ORTOPÉDICO PARA INMOVILIZACIÓN CERVICAL. REF. 000281107. MODELO MINI PERFECT ACETAMANO PEDIÁTRICO AUSTABLE	IMCOLMEDICA S.A.	NO APLICA	2008DM-0003086	2019/01/23	IMCOLMEDICAS	NO CUMPLE	NO ALEGA BPM NI CCAA. REGISTRO SANITARIO VENCIDO	NO ALEGA	VENCIDO	VENCIDO	ALLEGA LA SOLICITADA CON UN DÍGITO DE DIFERENCIA EN LA REFERENCIA: 000281106.	CUMPLE PERO TIENE VENCIDO EL REGISTRO SANITARIO	DISTRIFER DE NARIÑO
77	INMOVILIZADOR DE CABAZA DE ADULTO-REF. KM255(B2)		LIFE RESCUE	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA		NO CUMPLE	Ref. REF-KM255 SOLICITADA. NO CORRESPONDE A LA DE FICHA TÉCNICA, CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR NO COINCIDE FECHA DE EXPEDICIÓN (CORALMEDICA)		En ficha técnica se describe CERT. No. 2009007659, el cual corresponde a premio de comercialización. NO LLEGA DOCUMENTO		NO CUMPLE	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
77	INMOVILIZADOR DE CABAZA DE ADULTO-REF. KM255(B2)	INMOVILIZADOR	AMBU	NO APLICA	2018DM-0013039	17/12/2028	IMCOLMEDICA S.A.	NO CUMPLE	Acta de IVC número 0174 del día 22-01-2019 no tiene estipulado el tipo de establecimiento. Ficha técnica no especifica referencia solicitada	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	OLGA ALICIA BURBANO ERAZO (ELEMENTOS DE REHABILITACIÓN MEDICA)
78	JERINGA CARPULE	JERINGA CARPULE C/SUCCION	BISMARCK SEGUN FICHA TÉCNICA	NO ALEGA	2012DM-0009072	no reporta	CARDENAS IMPORTACIONES LTDA	NO CUMPLE	NO ALEGA BPM NI CCAA	NO ALEGA	CUMPLE	07/09/2022	NO ALEGA	CUMPLE	DISTRIFER DE NARIÑO
79	JERINGAS ULTRAFINE DE INSULINA 300*1/2 POR 13mm		NO RETIENE	NO RETIENE	NO RETIENE	NO RETIENE	NO RETIENE	NO CUMPLE	NO LLEGA FICHA TÉCNICA. NI REGISTRO SANITARIO. NO SE PUEDE EVALUAR.		NO LLEGA REGISTRO SANITARIO		NO CUMPLE	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
79	JERINGAS ULTRAFINE DE INSULINA 300*1/2 POR 13mm	JERINGA	MY		2011DM-0007276	16/05/2021	IMFORMEDICAS MY SAS	NO CUMPLE	Acta de IVC número 0174 del día 22-01-2019 no tiene estipulado el tipo de establecimiento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	OLGA ALICIA BURBANO ERAZO (ELEMENTOS DE REHABILITACIÓN MEDICA)
79	JERINGAS ULTRAFINE DE INSULINA 300*1/2 POR 13mm	JERINGA PARA INSULINA DE 1 ml CON AGUA FUA DE 30 X 1/2 (13mm)	BD ULTRAFINE TM	NO ALEGA	2007DM-0001046	no reporta (13mm)	SECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NO CUMPLE	NO ALEGA BPM NI CCAA	NO ALEGA	INVIMA 2017DM-0001046-R1	13/07/2027	NO ALEGA	CUMPLE	DISTRIFER DE NARIÑO
80	MIT DE TUBOS REF. FT330 OPTIFLOW DE FISHER & PAYKEL		FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	NO APLICA	2008DM-0004142	17/07/2019	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
81	LAMINAS CUBRE OBJETOS 22*22		GOLDEN CARE	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	Bioplast no describe estos productos dentro de su certificación		ACTA No. 07 Junio 10 de 2009: Listado de productos que No Requieren Registro Sanitario, por no ser catalogados como Dispositivos Médicos.		CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
81	LAMINAS CUBRE OBJETOS 22*22	LAMINILLA	GLASS LAB	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	Acta de IVC número 0174 del día 22-01-2019 no tiene estipulado el tipo de establecimiento	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	OLGA ALICIA BURBANO ERAZO (ELEMENTOS DE REHABILITACIÓN MEDICA)
81	LAMINAS CUBRE OBJETOS 22*22	LAMINILLAS CUBRE OBJETOS	IMCOLMEDICAS S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE		N/A	N/A	N/A	CUMPLE	CUMPLE	DISTRIFER DE NARIÑO
82	LAMINAS CUBRE OBJETOS 22*40		GOLDEN CARE	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	Bioplast no describe estos productos dentro de su certificación		ACTA No. 07 Junio 10 de 2009: Listado de productos que No Requieren Registro Sanitario, por no ser catalogados como Dispositivos Médicos.		CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
82	LAMINAS CUBRE OBJETOS 22*40	LAMINILLA	INTELL GLASER	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	Acta de IVC número 0174 del día 22-01-2019 no tiene estipulado el tipo de establecimiento	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	OLGA ALICIA BURBANO ERAZO (ELEMENTOS DE REHABILITACIÓN MEDICA)
82	LAMINAS CUBRE OBJETOS 22*40	LAMINILLAS CUBRE OBJETOS	GLASS LAB	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE		N/A	N/A	N/A	CUMPLE	CUMPLE	DISTRIFER DE NARIÑO

EVALUACIÓN TÉCNICA-MEDICAMENTOS
SOLICITUD DE COTIZACIÓN FAR-002-2019

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, FÓRMULAS NUTRICIONALES ENTERALES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES (HUSD ESE) VIGENCIA 2019

Item	Nombre Genérico	Nombre Comercial (SI APLICA)	Nombre de laboratorio (Indicativo)	No. Resolución BPM	Registro Sanitario No.	Fecha de vencimiento del registro sanitario	Nombre del titular del registro sanitario	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones de Evaluación Técnica	Observaciones - En resolución de BPM	Observaciones en Registro Sanitario INVIMA	Observaciones - Fecha de vencimiento del registro sanitario	Ficha Técnica	Referencia Técnica Solicitada	Nombre Oferente
83	LAMINAS PORTA OBJETOS BORDE ESMERILADO Ref. 7101(LABORATORIO CLINICO)		GOLDEN CARE	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	Ref. 7101, y especificación no se describe en ficha técnica. Bioplast no describe estos productos dentro de su certificación		ACTA No. 07 junio 10 de 2009, listado de productos que no requieren Registro Sanitario, por no ser catalogados como Dispositivos Médicos.		NO CUMPLE	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
83	LAMINAS PORTA OBJETOS BORDE ESMERILADO Ref. 7101(LABORATORIO CLINICO)	LAMINA	GLASS LAB		NO REQUIERE	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	Acta de NC número 0174 del día 22-01-2019 no tiene estipulado el tipo de establecimiento	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	OLGA ALICIA BURBANO BRAZO (ELEMENTOS DE REHABILITACION MEDICA)
83	LAMINAS PORTA OBJETOS BORDE ESMERILADO Ref. 7101(LABORATORIO CLINICO)	LAMINAS PORTA-OBJETO. REF: 7101. MARCA: GLASS LAB BORDES ESMERILADOS MEDIDAS 3 X 1 (25.4 X 76.2 mm)	GLASS LAB	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE		N/A	N/A	N/A	CUMPLE	CUMPLE	DISTRIBUIDOR DE MARIÑO
84	LAMINAS PORTA OBJETOS CON BRAND MATE Ref. 7105 Ref. 7105-01(PATOLOGIA)		GOLDEN CARE	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA		NO CUMPLE	Ref. 7105 y especificación no se describe en ficha técnica. Bioplast no describe estos productos dentro de su certificación	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
84	LAMINAS PORTA OBJETOS CON BRAND MATE Ref. 7105 Ref. 7105-01(PATOLOGIA)	LAMINAS PORTA-OBJETOS CON OBJETOS REF: 7105	GLASS LAB MICROSCOPE SLIDES	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE		N/A	N/A	N/A	CUMPLE	CUMPLE	DISTRIBUIDOR DE MARIÑO
84	LAMINAS PORTA OBJETOS CON BRAND MATE Ref. 7105 Ref. 7105-01(PATOLOGIA)	LAMINA	KNITELL GLASSER		NO REQUIERE	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	Acta de NC número 0174 del día 22-01-2019 no tiene estipulado el tipo de establecimiento. Ficha técnica no especifica referencia solicitada	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	OLGA ALICIA BURBANO BRAZO (ELEMENTOS DE REHABILITACION MEDICA)
87	LAMINA DE SUMINISTRO DE GAS PARA NEOPUFF - FISHER & PAYVEL		FISHER & PAYVEL HEALTHCARE LIMITED	NO APLICA	2009DM-0004158	17/07/2019	FISHER & PAYVEL HEALTHCARE LIMITED	NO CUMPLE	NO ALEGRA FIGHA TECNICA DEL PRODUCTO.				CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
88	MANGUERA SUCCOMADA DE SUCCION PRECORTADA 6.0 m	TUBO DE SUCCION - BIOPLAST S.A.	BIOPLAST S.A.	NO APLICA	2011DM-0009052	27/10/2021	BIOPLAST S.A.	NO CUMPLE	NO ALEGRA FIGHA TECNICA DEL PRODUCTO. Bioplast no describe estos productos dentro de su certificación				CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
89	MASCAERA PARA NEO-PUFF 42mm Ref. RB094-10	FISHER & PAYVEL HEALTHCARE LIMITED	FISHER & PAYVEL HEALTHCARE LIMITED	NO APLICA	2009DM-0004158	17/07/2019	FISHER & PAYVEL HEALTHCARE LIMITED	NO CUMPLE	NO ALEGRA FIGHA TECNICA DEL PRODUCTO.				CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
90	MASCAERA PARA NEO-PUFF 50mm Ref. RB095-10	FISHER & PAYVEL HEALTHCARE LIMITED	FISHER & PAYVEL HEALTHCARE LIMITED	NO APLICA	2009DM-0004158	17/07/2019	FISHER & PAYVEL HEALTHCARE LIMITED	NO CUMPLE	NO ALEGRA FIGHA TECNICA DEL PRODUCTO.				CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
91	MASCAERA PARA NEO-PUFF 60mm Ref. RB096-10	FISHER & PAYVEL HEALTHCARE LIMITED	FISHER & PAYVEL HEALTHCARE LIMITED	NO APLICA	2009DM-0004158	17/07/2019	FISHER & PAYVEL HEALTHCARE LIMITED	NO CUMPLE	NO ALEGRA FIGHA TECNICA DEL PRODUCTO.				CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
92	MASCAERA PARA NEO-PUFF 72mm Ref. RB097-10	FISHER & PAYVEL HEALTHCARE LIMITED	FISHER & PAYVEL HEALTHCARE LIMITED	NO APLICA	2009DM-0004158	17/07/2019	FISHER & PAYVEL HEALTHCARE LIMITED	NO CUMPLE	NO ALEGRA FIGHA TECNICA DEL PRODUCTO.				CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
93	MASCARILLAS TIPO N-95 MARCA DURMAX		3M COMPANY	NO APLICA	2018DM-0013900	10/05/2028	3M COLOMBIA S.A.	NO CUMPLE	PRODUCTO DESCRITO EN REGISTRO SANITARIO (MARCA 3M) NO CORRESPONDE AL SOLICITADO (MARCA DURMAX) NO ALEGRA FIGHA TECNICA DEL PRODUCTO.				NO CUMPLE	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
93	MASCARILLAS TIPO N-95 MARCA DURMAX	TAPABOCAS RESPIRADOR N95 CLASO UNO PROTECX PROTECCION		NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	ALLEGAR FIGHA TECNICA CON REFERENCIA SOLICITADA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	FUENTES MEJIA YANETH PATRICIA MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS
93	MASCARILLAS TIPO N-95 MARCA DURMAX	TAPABOCAS	NO LO APORTA	NA	NO LO APORTA	NO LO APORTA	NO LO APORTA	NO CUMPLE	Faltó concepto favorable emitido por el ente territorial de salud donde lo facilita como distribuidor de medicamentos y/o dispositivos médicos. Tampoco tiene carta de distribuidor autorizado por el titular del registro sanitario. No aportó el registro sanitario	NA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	INSURAR S.A.S INSURAR Y SUMINISTROS DE MARIÑO

Handwritten signature and stamp:
Eduardo
Eduardo

EVALUACIÓN TÉCNICA-MEDICAMENTOS
SOLICITUD DE COTIZACIÓN FAR-002-2019

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, FÓRMULAS NUTRICIONALES ENTERALES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES (HUDN ESE) VIGENCIA 2019

Item	Nombre Genérico	Nombre Comercial (SI APLICA)	Nombre de laboratorio fabricante	No. Resolución BPM	Registro Sanitario No.	Fecha de vencimiento del registro sanitario	Nombre del titular del registro sanitario	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones de Evaluación Técnica	Observaciones - En Resolución de BPM	Observaciones en Registro Sanitario INVIMA	Observaciones - Fecha de vencimiento del registro sanitario	Ficha Técnica	Referencia Técnica Solicitada	Nombre Oferente
94	PAPEL MONITOR COROMETRICS 4305AA0/CAO	NO APLICA	CLINLAB	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE, OFERTA MARCA PAIAMED, DIFERENTE A SOLICITADO PARA COROMETRICS 4305AA0/CAO	NO REFIERE	CERT.20122008022 INVIMA: Productos que no requieren R.S		CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
94	PAPEL MONITOR COROMETRICS 4305AA0/CAO	PAPEL PARA MONITOR FETAL COMEN STAR 1529X0X150	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REQUIERE	N.A.	NO REFIERE	NO CUMPLE	Fallo Concepto favorable emitido por el ente territorial de salud donde la facultad como distribuidor de medicamentos y/o dispositivos médicos. Tampoco tiene carta de distribuidor autorizado por el titular del registro sanitario. No aportó el registro sanitario.	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE	NO CUMPLE, NO CORRESPONDE CON PRODUCTO SOLICITADO	NO CUMPLE CON LA OFERTA	HOSPITÉCNICA S.A.S.
94	PAPEL MONITOR COROMETRICS 4305AA0/CAO	PAPEL MONITOR	NO LO APORTA	NA	NO LO APORTA	NO LO APORTA	NO LO APORTA	NO CUMPLE		NA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NA	INSUNAR S.A.S INSUMOS Y SUMINISTROS DE NARIÑO
95	PAPEL MONITOR STARS000C-COMEN	NO APLICA	CLINLAB	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE			CERT.20122008022 INVIMA: Productos que no requieren R.S		CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
95	PAPEL MONITOR STARS000C-COMEN	PAPEL PARA MONITOR FETAL COMEN STAR 5000 C 112X100X200	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REQUIERE	N.A.	NO REFIERE	NO CUMPLE	NO CUMPLE, OFERTA MARCA PAIAMED, DIFERENTE A SOLICITADO PARA STARS000C-COMEN	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE	NO CUMPLE, NO CORRESPONDE CON PRODUCTO SOLICITADO	NO CUMPLE CON LA OFERTA	HOSPITÉCNICA S.A.S.
96	PAPEL PARA ECOGRAFÍA - Modelo, DC-70EXP- MINORAY	NO APLICA	CLINLAB	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE			CERT.20122008022 INVIMA: Productos que no requieren R.S		CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
96	PAPEL PARA ECOGRAFÍA - Modelo, DC-70EXP- MINORAY	PAPEL PARA ECOGRAFO	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REQUIERE	N.A.	NO REFIERE	NO CUMPLE	NO CUMPLE, OFERTA MARCA PAIAMED, DIFERENTE A SOLICITADO PARA DC-70EXP- MINORAY	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE	NO CUMPLE, NO CORRESPONDE CON PRODUCTO SOLICITADO	NO CUMPLE CON LA OFERTA	HOSPITÉCNICA S.A.S.
97	PAPEL PARA ELECTRO 50*30	NO APLICA	CLINLAB	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE			CERT.20122008022 INVIMA: Productos que no requieren R.S		CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
97	PAPEL PARA ELECTRO 50*30	PAPEL TERMOREACTIVO	REXMER		NO REQUIERE	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	Acta de IVC número 017A del día 22-01-2019 no tiene estipulado el tipo de establecimiento	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	OLGA ALICIA BURRANO BRAZO (ELEMENTOS DE REHABILITACIÓN MEDICINA)
97	PAPEL PARA ELECTRO 50*30	Papel 50*30	EF MEDICA SRL	CUMPLE	INVIMA 2017DM-0001486-R1	16/11/2027	EF MEDICA SRL	CUMPLE	No presenta BPM, pero el Registro sanitario está a su nombre	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	G-BARCO Tecnología Médica
97	PAPEL PARA ELECTRO 50*30	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO 50X30	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REQUIERE	N.A.	NO REFIERE	CUMPLE	CUMPLE, NO SE ESPECIFICA MARCA EN SOLICITUD, OFERTAN CON MEDIDAS REQUERIDAS PARA EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO EDAN / FINUDA	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE	CUMPLE CON ESPECIFICACIONES DE MEDIDAS	CUMPLE CON ESPECIFICACIONES DE MEDIDAS	HOSPITÉCNICA S.A.S.
98	PAPEL PARA ELECTRO 63*30	NO APLICA	CLINLAB	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE			CERT.20122008022 INVIMA: Productos que no requieren R.S		CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
98	PAPEL PARA ELECTRO 63*30	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO 63X30	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REQUIERE	N.A.	NO REFIERE	NO CUMPLE	NO ALLEGA FICHA TÉCNICA	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE	NO CUMPLE, NO ALLEGA FICHA TÉCNICA	NO CUMPLE, NO ALLEGA FICHA TÉCNICA	HOSPITÉCNICA S.A.S.
99	PAPEL TECNICO PARA DESFIBRILADOR FQS-50-3-100 NIHON KHONEN	NO APLICA	CLINLAB	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	SE SOLICITA QUE SU USO SEA PARA DESFIBRILADOR FICHA TECNICA DESCRIBE ECG		CERT.20122008022 INVIMA: Productos que no requieren R.S		CUMPLE	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
99	PAPEL TECNICO PARA DESFIBRILADOR FQS-50-3-100 NIHON KHONEN	PAPEL PARA DESFIBRILADOR NIHON KHONEN 50-3-100 50X100X300	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REQUIERE	N.A.	NO REFIERE	CUMPLE	CUMPLE, OFERTAN CON MEDIDAS Y REFERENCIA PARA EQUIPO NIHON KHONEN FQS 50-3-100	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE	CUMPLE	CUMPLE CON ESPECIFICACIONES PARA EQUIPO NIHON KHONEN FQS 50-3-100	HOSPITÉCNICA S.A.S.
100	PAPEL TECNICO PARA ELECTROCARDIOGRAFO MODELO CARDIOVIT AT-1 DE SCHILLER	NO APLICA	CLINLAB	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE			CERT.20122008022 INVIMA: Productos que no requieren R.S		CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL

EVALUACIÓN TÉCNICA-MEDICAMENTOS
SOLICITUD DE COTIZACIÓN FAR-002-2019
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, FÓRMULAS NUTRICIONALES ENTERALES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES (HUSD ESE) VIGENCIA 2019

Item	Nombre Genérico	Nombre Comercial (si aplica)	Nombre de laboratorio fabricante	No. Resolución BPM	Registro Sanitario No.	Fecha de vencimiento del registro sanitario	Nombre del titular del registro sanitario	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones de Evaluación Técnica	Observaciones - En Resolución de BPM	Observaciones en Registro sanitario INVIMA	Observaciones - Fecha de vencimiento del registro sanitario	Fecha Técnica	Referencia Técnica Solicitada	Nombre Oferente
100	PAPEL TERMICO PARA ELECTROCARDIOGRAMA MODELO CARDIOVIT AT-1 DE SCHILLER	PAPEL TERMOREACTIVO	KHARMER		NO REQUIERE	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	Acta de NC número 0174 del día 22-01-2019 no tiene establecido el tipo de establecimiento. Pida técnica que especifique que función tendrán esos CARDIOVIT AT-1 DE SCHILLER	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	OLGA ALICIA BARRANO ERAZO (ELEMENTOS DE REHABILITACIÓN MÉDICA)
100	PAPEL TERMICO PARA ELECTROCARDIOGRAMA MODELO CARDIOVIT AT-1 DE SCHILLER	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA SCHILLER AT-1 90X90X400	NO REFERIR	NO REFERIR	NO REQUIERE	N.A.	NO REFERIR	NO CUMPLE	OFERTA PARA EQUIPO ELECTROCARDIOGRAMA SCHILLER 2157014 CON REFERENCIA CARDIOVIT/ SPIROVIT/ SP1 Y NO AT1 QUE ES LA SOLICITADA	NO REFERIR	NO REFERIR	NO REFERIR	NO CUMPLE, NO ALEGA FICHA TÉCNICA PARA ELECTROCARDIOGRAMA SCHILLER AT-1 90X90X400	NO CUMPLE FICHA TÉCNICA PARA MARCA EDAN	HOSPITÉCNICA S.A.S.
100	PAPEL TERMICO PARA ELECTROCARDIOGRAMA MODELO CARDIOVIT AT-1 DE SCHILLER	PAPEL TERMOREACTIVO, REF: 2.157014 / 2.157038 USO PARA ELECTROCARDIOGRAMA MODELO CARDIOVIT AT-1 Y SPIROVIT MODELO SPIROVIT SP-1	INCO MEDICAS S.A.	N/A	N/A	N/A		CUMPLE		N/A	N/A	N/A	DE INCO MEDICAS CON INFORMACIÓN DE SCHILLER	CUMPLE	DISTRIBUIDOR DE MARIÑO
101	PAPEL TERMICO PARA ELECTROCARDIOGRAMA MODELO FCP-7101 FUJUDA DENSHI O ECG-1150 NIKON KODEN MODELO 9010/9020K 110	NO APLICA	CLINILAB	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA REFERENCIA EN FICHA TÉCNICA	CERT.20122008022 INVIMA- Productos que no requieren R.S			CUMPLE	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
101	PAPEL TERMICO PARA ELECTROCARDIOGRAMA MODELO FCP-7101 FUJUDA DENSHI O ECG-1150 NIKON KODEN MODELO 9010/9020K 110	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA NIKON KODEN 9020K 110X140X143	NO REFERIR	NO REFERIR	NO REQUIERE	N.A.	NO REFERIR	NO CUMPLE	OFERTA PARA EQUIPO ELECTROCARDIOGRAMA EDAN / FUJUDA CON COMPATIBILIDAD DIFERENTE A LA SOLICITADA, IGUALMENTE PARA ELECTROCARDIOGRAMA NIKON KODEN PARA DIFERENTE MODELO QUE EL SOLICITADO	NO REFERIR	NO REFERIR	NO REFERIR	NO CUMPLE, NO ALEGA FICHA TÉCNICA PARA ELECTROCARDIOGRAMA SPIROVIT	NO CUMPLE FICHA TÉCNICA PARA MARCA S.A.S.	HOSPITÉCNICA S.A.S.
102	PAPEL TERMICO PARA MONITOR FEITAL (152mm*90mm) MONITOR MODELO COROMETRICS, MARCA EDAN	NO APLICA	CLINILAB	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO SE ENCUENTRA REFERENCIA EN FICHA TÉCNICA	CERT.20122008022 INVIMA- Productos que no requieren R.S			CUMPLE	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
102	PAPEL TERMICO PARA MONITOR FEITAL (152mm*90mm) MONITOR MODELO COROMETRICS, MARCA EDAN	PAPEL TERMICO	NO LO APORTA	NA	NO LO APORTA	NO LO APORTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	Falso concepto favorable emitido por el ente territorial de salud donde lo facilita como distribuidor de medicamentos y/o dispositivos médicos. Tampoco tiene carta de distribuidor autorizado por el titular del registro sanitario. No aportó el crédito sanitario	NA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NA	INSINAR S.A.S INSINOS Y SUMINISTROS DE MARIÑO
102	PAPEL TERMICO PARA MONITOR FEITAL (152mm*90mm) MONITOR MODELO COROMETRICS, MARCA EDAN	PAPEL para monitor feital 152*90*50	EF MEDICA SRL	CUMPLE	INVIMA 20170M-0001486- R1	16/11/2027	EF MEDICA SRL	NO CUMPLE	El registro sanitario no corresponde al producto solicitado y cotizado.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	GEARCO Tecnología Médica
102	PAPEL TERMICO PARA MONITOR FEITAL (152mm*90mm) MONITOR MODELO COROMETRICS, MARCA EDAN	PAPEL PARA MONITOR FEITAL COROMETRICS O EDAN F3/F8/F9	NO REFERIR	NO REFERIR	NO REQUIERE	N.A.	NO REFERIR	CUMPLE	OFERTA PARA MONITOR FEITAL EDAN	NO REFERIR	NO REFERIR	NO REFERIR	CUMPLE	CUMPLE	HOSPITÉCNICA S.A.S.
102	PAPEL TERMICO PARA MONITOR FEITAL (152mm*90mm) MONITOR MODELO COROMETRICS, MARCA EDAN	PAPEL MONITOR FEITAL F9/F8/F3.	NO ALEGA	N/A	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	NO ALEGA DOCUMENTACIÓN DEL PRODUCTO	N/A	N/A	N/A	NO ALEGA	NO CUMPLE	DISTRIBUIDOR DE MARIÑO
103	PAPEL TERMICO WELL ALIN C950AB-3851	NO APLICA	CLINILAB	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA REFERENCIA EN FICHA TÉCNICA	CERT.20122008022 INVIMA- Productos que no requieren R.S			CUMPLE	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL

Página 13
 J. L. Ceron
 Etterna

EVALUACIÓN TÉCNICA-MEDICAMENTOS
SOLICITUD DE COTIZACIÓN FAR-002-2019

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, FÓRMULAS NUTRICIONALES ENTERALES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES (HUDN ESE) VIGENCIA 2019

Item	Nombre Genérico	Nombre Comercial (SI APLICA)	Nombre de laboratorio fabricante	No. Resolución BPM	Registro Sanitario No.	Fecha de vencimiento del registro sanitario	Nombre del titular del registro sanitario	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones de Evaluación Técnica	Observaciones en Resolución de BPM	Observaciones en Registro Sanitario INVIMA	Observaciones - Fecha de vencimiento del registro sanitario	Ficha Técnica	Referencia Técnica Solicitada	Nombre Oferente
103	PAPEL TERMICO WELL ALLIN CP50AP-35S1	PAPEL TERMICO	NO LO APORTA	NA	NO LO APORTA	NO LO APORTA	NO LO APORTA	NO CUMPLE	Faltó Concepto favorable emitido por el ente territorial de salud donde lo facilita como distribuidor de medicamentos y/o dispositivos médicos. Tampoco tiene carta de distribuidor autorizado por el titular del registro sanitario. No aportó el registro sanitario.	NA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NA	INSUMAR S.A.S. INSUMOS Y SUMINISTROS DE NARIÑO
103	PAPEL TERMICO WELL ALLIN CP50AP-35S1	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMO CP50 114X70X250	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REQUIERE	N.A.	NO REFIERE	CUMPLE	ELECTROCARDIOGRAMO WELCH ALLYN	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE	CUMPLE	CUMPLE PARA MARCA WELCH ALLYN	HOSPITAL S.A.S.
104	PASTA CONDUCTIVA EEG - TEK-20 80z-229g		D.O. WEAVER AND COMPANY	NO APLICA	2009DM-0003471	25/03/2019	A & B EQUIPOS MEDICOS S.A.S	NO CUMPLE	NO LLEGA CERTIFICACION DE DISTRIBUIDOR (A & B EQUIPOS MEDICOS S.A.S)				CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
105	PIRZA DE BIOPSIA DESECHABLE - DBF-2.4-160SP-CPREF-REF REF. DBF-2.1160SP- FB-240K-LONG 150mmxPOR 2.8mm DE DIAMETRO (autochavable)	Plizas de biopsia desechables, copa oval lisa, canal de 2.8mm, longitud de 155cm (Ref. FB-230KA)	LM INSTRUMENTS S.A.	CUMPLE	2019DM-001205	2029/04/03	OLYMPUS LATIN AMERICA INC	NO CUMPLE	LA OFERTADA TIENE REFERENCIA (Ref. FB-230KA) Y LA SOLICITADA: FB-240K-LONG AUNQUE EL TAMAÑO Y DIAMETRO DE LAS DOS ES EL MISMO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
106	PIRZA DE BIOPSIA DESECHABLE - DBF-2.4-220SP-CPREF-REF REF. DBF-2.1160SP- FB-240K-LONG 230mmxPOR 2.8mm DE DIAMETRO (autochavable)	Plizas de biopsia desechables, mandibulas de cocodrilo, canal de 2.8mm, longitud de 230cm (Ref. FB-210UA)	LM INSTRUMENTS S.A.	CUMPLE	2019DM-001205	03/01/2029	OLYMPUS LATIN AMERICA INC	NO CUMPLE	LA OFERTADA TIENE REFERENCIA (Ref. FB-210UA) Y LA SOLICITADA: FB-240K-LONG AUNQUE EL TAMAÑO Y DIAMETRO DE LAS DOS ES EL MISMO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
108	PRESERVATIVO DE LATEX LUBRICADO		HEBEI ANGEL LATEX CO. LTD	NO APLICA	2019DM-0002305-R1	01/10/2018	KENNY INTERNATIONAL LTDA	NO CUMPLE	NO LLEGA CERTIFICACION DE DISTRIBUIDOR (KENNY INTERNATIONAL LTDA)		Registro sanitario en trámite de Renovación		CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
108	PRESERVATIVO DE LATEX LUBRICADO	PRESERVATIVO TULIP	KENNY INTERNATIONAL LTDA	NO ALLEGA	2009DM-0002305	no reporta	KENNY INTERNATIONAL LTDA	NO CUMPLE	NO ALLEGA BPM NI CCAA	NO ALLEGA	CUMPLE EN TRAMITE DE RENOVACION	01/10/2018	CUMPLE	CUMPLE	DISTRIBER DE NARIÑO
116	SET LIGADOR MULTIBANDAS - MBL-6-(WCOON)		NO APLICA	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	La referencia solicitada, no corresponde con el de la ficha técnica enviada. No presenta acta de visita de IVG, allegar documento.		Refiere que no requiere registro sanitario, sin embargo no allega documento que soporte la información.		NO CUMPLE	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
117	SET PERCUTANEO DE GASTROSTOMIA - FLOW20(CPRE/WCOON)		NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE	NO CUMPLE	NO LLEGA FICHA TECNICA, NI REGISTRO SANITARIO. NO SE PUEDE EVALUAR		NO LLEGA REGISTRO SANITARIO		NO CUMPLE	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
117	SET PERCUTANEO DE GASTROSTOMIA - FLOW20(CPRE/WCOON)	PEG KIT para gastrostomia endoscópica percutánea MIC 20 Fr. HTH.	HALYARD HEALTH, INC.	FM 620884	2019DM-0017597	16/02/2028	HALYARD HEALTH, INC.	NO CUMPLE	La referencia solicitada, no corresponde con el de la ficha técnica enviada. No presenta acta de visita de IVG, allegar documento.				CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
118	SIERRAS DE GIGLY		DIMEDA INSTRUMENTE GMBH	NO APLICA	2019DM-0015867	06/12/2026	INGOLMEDICA S.A.	NO CUMPLE	VERIFICAR REGISTRO SANITARIO, NO SE DESCRIBE PRODUCTO.		EL R.S NO DESCRIBE EL PRODUCTO SOLICITADO, DESCRIBE QUE AMPARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO ODONTOLÓGICO		CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
118	SIERRAS DE GIGLY	SIERRA	DIMEDA		2017DM-0009933-R1	26/05/2027	INGOLMEDICA S.A.	NO CUMPLE	Acta de IVG número 0174 del día 22-01-2019 no tiene estipulado el tipo de establecimiento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	OLGA ALICIA BURBANO ERAZO (ELEMENTOS DE REHABILITACION MEDICA)
119	SISTEMA DE CPAP DE BURBUJAS MINIFLOW (sistema de suministro de aire para recién nacidos) FISHER & PAYNEL - Ref. BC16L-10		FISHER & PAYNEL HEALTHCARE LIMITED	NO APLICA	2019DM-0017533	07/02/2028	FISHER & PAYNEL HEALTHCARE LIMITED	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
121	SOLUCION TOPICA ANTISEPTICA YODOPOVIDONA AL 10% - 60mL	BACTRODERM SOLUCION	LABORATORIOS ECAR	NO APLICA	2009 M-010310 R2	05/12/2018	LABORATORIOS ECAR S.A	CUMPLE	Registro sanitario en trámite de Renovación. El registro sanitario que describe excel de oferente se relaciona con otro producto				CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL

EVALUACIÓN TÉCNICA-MEDICAMENTOS
SOLUCIÓN DE COTIZACIÓN FAR-002-2019

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, FÓRMULAS NUTRICIONALES ENTERALES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES (HUDN ESE), VIGENCIA 2019

Item	Nombre Genérico	Nombre Comercial (si APLICA)	Nombre de laboratorio fabricante	No. Resolución BPM	Registro Sanitario No.	Fecha de vencimiento del registro sanitario	Nombre del titular del registro sanitario	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones de Evaluación Técnica	Observaciones en Resolución de BPM	Observaciones en Registro Sanitario INVIMA	Fecha de vencimiento del registro sanitario	Fecha Técnica	Referencia Técnica Solicitada	Nombre Oferente
121	SOLUCION TOPICA ANTISEPTICA VODOPROVIDONA AL 10%- 60ml	SOLUCION TOPICA	PROSEPSIS		2016DM-0004919-RI	2021/06/27	ASEPIS PRODUCTS DE PROSEPSIS S.A.S.	NO CUMPLE	Acta de IC número 0174 del día 22-01-2019 no tiene estipulado el tipo de establecimiento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	OLGA ALICIA BURBANO ERAZO (ELEMENTOS DE REHABILITACION MEDICA)
122	SOLUCION TOPICA ANTISEPTICA VODOPROVIDONA AL 10%- 60ml	BACTRODERM SOLUCION TOPICA	LABORATORIOS ECA S.A	NO ALEGA	NS0022820-0700	no reporta	LABORATORIOS ECA S.A	NO CUMPLE	Acta de IC número 0174 del día 22-01-2019 no tiene estipulado el tipo de establecimiento	NO ALEGA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	OLGA ALICIA BURBANO ERAZO (ELEMENTOS DE REHABILITACION MEDICA)
123	SONDAS DE SUCCION CON CONTROL No. 8		PARTNERS LP	NO APLICA	2009DM-0003342	18/12/2028	GLOBAL HEALTHCARE SICURSAL COLOMBIA	CUMPLE	NO ALEGA BPM, CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LAB IN COCA				CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL FUERTES MEJIA YANETH PATRICIA MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
123	SONDAS DE SUCCION CON CONTROL No. 8	Cateter de Succión Abierto con control de flujo de 8 FR	GLOBAL HEALTHCARE SICURSAL COLOMBIA		2009DM-0003342	2028/12/18	GLOBAL HEALTHCARE SICURSAL COLOMBIA	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL FUERTES MEJIA YANETH PATRICIA MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
124	SONDAS FOLEY 20* 3 VIAS		SUN MED HEALTHCARE	NO APLICA	2010DM-0005737	19/09/2020	SUN MED HEALTHCARE	NO CUMPLE	DISTRIBUIDOR Acta de IC número 0174 del día 22-01-2019 no tiene estipulado el tipo de establecimiento. Allegar certificado de autorización por el importador. En ficha técnica no refiere que es 3 vias (allegar información)				CUMPLE	CUMPLE	OLGA ALICIA BURBANO ERAZO (ELEMENTOS DE REHABILITACION MEDICA)
124	SONDAS FOLEY 20* 3 VIAS	SONDA	GOLDEN CARE		2015DM-0013060	2025/06/22	QUIRURGICOS LTDA.	NO CUMPLE		NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	OLGA ALICIA BURBANO ERAZO (ELEMENTOS DE REHABILITACION MEDICA)
124	SONDAS FOLEY 20* 3 VIAS	SONDA FOLEY 20FR 3	SIZHOU HENGWANG IMPORT & EXPORT CO. LTD.	NO ALEGA	2014DM-0012269	2024/12/16	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	FUERTES MEJIA YANETH PATRICIA MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
124	SONDAS FOLEY 20* 3 VIAS	SONDAS FOLEY FR 20 - 3	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	NO ALEGA	2014DM-0012269	no reporta	PRECISION CARE	NO CUMPLE	DISTRIBUIDOR Acta de IC número 0174 del día 22-01-2019 no tiene estipulado el tipo de establecimiento. Allegar certificado de autorización por el importador. En ficha técnica no refiere que es 3 vias (allegar información)	NO ALEGA BPM NI COCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL FUERTES MEJIA YANETH PATRICIA MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
125	SONDAS FOLEY 22* 3 VIAS		SUN MED HEALTHCARE	NO APLICA	2010DM-0005737	19/09/2020	SUN MED HEALTHCARE	NO CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	OLGA ALICIA BURBANO ERAZO (ELEMENTOS DE REHABILITACION MEDICA)
125	SONDAS FOLEY 22* 3 VIAS	SONDA	GOLDEN CARE		2015DM-0013060	2025/06/22	QUIRURGICOS LTDA.	NO CUMPLE		NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	OLGA ALICIA BURBANO ERAZO (ELEMENTOS DE REHABILITACION MEDICA)
125	SONDAS FOLEY 22* 3 VIAS	SONDA FOLEY 22FR 3	SIZHOU HENGWANG IMPORT & EXPORT CO. LTD.	NO ALEGA	2014DM-0012269	2024/12/16	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	FUERTES MEJIA YANETH PATRICIA MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
125	SONDAS FOLEY 22* 3 VIAS	SONDAS FOLEY FR 22 - 3	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	NO ALEGA	2014DM-0012269	no reporta	PRECISION CARE	NO CUMPLE	NO ALEGA BPM NI COCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL FUERTES MEJIA YANETH PATRICIA MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
126	SONDAS FOLEY 24* 2 VIAS		SUN MED HEALTHCARE	NO APLICA	2010DM-0005737	19/09/2020	SUN MED HEALTHCARE	NO CUMPLE	NO ALEGA BPM NI COCA	NO ALEGA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	OLGA ALICIA BURBANO ERAZO (ELEMENTOS DE REHABILITACION MEDICA)
126	SONDAS FOLEY 24* 2 VIAS	SONDA	GOLDEN CARE		2015DM-0013060	2025/06/22	QUIRURGICOS LTDA.	NO CUMPLE		NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	OLGA ALICIA BURBANO ERAZO (ELEMENTOS DE REHABILITACION MEDICA)
126	SONDAS FOLEY 24* 2 VIAS	SONDA FOLEY 24FR 2	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.		2014DM-0012269	16/12/2024	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	FUERTES MEJIA YANETH PATRICIA MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
126	SONDAS FOLEY 24* 2 VIAS	SONDAS FOLEY FR 24 - 2	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	NO ALEGA	2014DM-0012269	no reporta	PRECISION CARE	NO CUMPLE	NO ALEGA BPM NI COCA	NO ALEGA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL FUERTES MEJIA YANETH PATRICIA MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
127	SONDAS FOLEY 24* 2 VIAS		SUN MED HEALTHCARE	NO APLICA	2010DM-0005737	19/09/2020	SUN MED HEALTHCARE	NO CUMPLE	DISTRIBUIDOR				CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL FUERTES MEJIA YANETH PATRICIA MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

Handwritten signature and date:
15/12/2024
E. Herrera

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, FÓRMULAS NUTRICIONALES ENTERALES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES (HUSD ESE) VIGENCIA 2019

Item	Nombre Genérico	Nombre Comercial (SI APLICA)	Nombre de laboratorio fabricante	No. Resolución BPM	Registro Sanitario No.	Fecha de vencimiento del registro sanitario	Nombre del titular del registro sanitario	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones de Evaluación Técnica	Observaciones - En Resolución de BPM	Observaciones en Registro Sanitario INVIMA	Observaciones - Fecha de vencimiento del registro sanitario	Ficha Técnica	Referencia Técnica Solicitada	Nombre Otorgante
127	SONDAS FOLEY 8F • 2 VIAS	SONDA	GOLDEN CARE		2018DM-00013090	2025/06/22	QUIRURGICOS LTDA.	NO CUMPLE	Acta de IC número 0174 del día 22-01-2019 no tiene estipulado el tipo de establecimiento. Ricer allegar certificado de autorización por el importador.En ficha técnica refiere que el tamaño 6 fr viene con balón (allegar ficha técnica)	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	OLCA ALICIA BURGANO ERAZO (ELEMENTOS DE REHABILITACIÓN MÉDICA)
128	SONDAS FOLEY 8F • 2 VIAS		SUN MED HEALTHCARE	NO APLICA	2018DM-0003737	19/05/2020	SUN MED HEALTHCARE	NO CUMPLE	NO LLEGA CERTIFICACION DE DISTRIBUIDOR Acta de IC número 0174 del día 22-01-2019 no tiene estipulado el tipo de establecimiento. Ricer allegar certificado de autorización por el importador. Verificar el tamaño ofertado ya que se coloca 69 x 2 vías				CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
128	SONDAS FOLEY 8F • 2 VIAS	SONDA	GOLDEN CARE		2018DM-00013090	2025/06/22	QUIRURGICOS LTDA.	NO CUMPLE	Acta de IC número 0174 del día 22-01-2019 no tiene estipulado el tipo de establecimiento. Ricer allegar certificado de autorización por el importador. Verificar el tamaño ofertado ya que se coloca 69 x 2 vías	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	OLCA ALICIA BURGANO ERAZO (ELEMENTOS DE REHABILITACIÓN MÉDICA)
128	SONDAS FOLEY 8F • 2 VIAS	SONDAS FOLEY FR 8 - 2 VIAS	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	NO ALEGA	2014DM-00012269	no reporta	PRECISION CARE	NO CUMPLE	NO LLEGA CERTIFICACION DE DISTRIBUIDOR	NO ALEGA	CUMPLE	15/12/2024	CUMPLE	CUMPLE	DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
129	SONDAS NELATON No. 4	SONDAS NELATON No. 4	MEDITEC S.A.		2018DM-0001689-R3	11/01/2028	MEDITEC S.A.	NO CUMPLE	NO LLEGA CERTIFICACION DE DISTRIBUIDOR				CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
129	SONDAS NELATON No. 4	CATERER (SONDA) NELATON No. 4 DE 40 CMS.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	NO ALEGA	2008DM-0001689-R2	no reporta	INCOMEDICAS S.A.	NO CUMPLE	NO ALEGA BPM NI CCAA	NO ALEGA	APARECEN DEL LABORATORIO MEDITEC S.A. MARCA MEDEX	11/01/2028	NO CUMPLE POR QUE ES DE INCOMEDICA S.A. Y NO DE MEDEX	CUMPLE	DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
130	SONDAS NELATON No.5		MEDITEC S.A.		2018DM-0001689-R3	11/01/2028	MEDITEC S.A.	NO CUMPLE	NO LLEGA CERTIFICACION DE DISTRIBUIDOR				CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
130	SONDAS NELATON No.5	CATERER (SONDA) NELATON No. 5 DE 40 CMS	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	NO ALEGA	2008DM-0001689-R2	no reporta	INCOMEDICAS S.A.	NO CUMPLE	NO ALEGA BPM NI CCAA	NO ALEGA	APARECEN DEL LABORATORIO MEDITEC S.A. MARCA MEDEX	11/01/2028	NO CUMPLE POR QUE ES DE INCOMEDICA S.A. Y NO DE MEDEX	CUMPLE	DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
132	SONDAS PARA ALIMENTACION EN PVC No. 4	CATERER (SONDA) ALIMENTACION No.4 PLASTICA LESTERIL. DISECHABLE.	TROGE MEDICAL GMBH	NO ALEGA	V-003276.	no reporta	TROGE MEDICAL GMBH	NO CUMPLE	NO ALEGA BPM NI CCAA. REGISTRO SANITARIO VENCIDO	NO ALEGA	EL QUE ESTA EN INVIMA ES- 2005M-0003276 Y APARECE VENCIDO	08/06/2015	NO CUMPLE POR QUE ES DE INCOMEDICA S.A. Y NO DE MEDEX	CUMPLE	DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
132	SONDAS PARA ALIMENTACION EN PVC No. 4		MEDITEC S.A.		2018DM-0001786-R1	08/02/2028	MEDITEC S.A.	NO CUMPLE	NO LLEGA CERTIFICACION DE DISTRIBUIDOR				CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
133	SONDAS PARA ALIMENTACION EN PVC No. 6		MEDITEC S.A.		2018DM-0001786-R1	08/02/2028	MEDITEC S.A.	NO CUMPLE	NO LLEGA CERTIFICACION DE DISTRIBUIDOR				CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
133	SONDAS PARA ALIMENTACION EN PVC No. 6	CATERER (SONDA) ALIMENTACION No.6 PLASTICA LESTERIL. DISECHABLE.	TROGE MEDICAL GMBH	NO ALEGA	V-003276.	no reporta	TROGE MEDICAL GMBH	NO CUMPLE	NO ALEGA BPM NI CCAA. REGISTRO SANITARIO VENCIDO	NO ALEGA	EL QUE ESTA EN INVIMA ES- 2005M-0003276 Y APARECE VENCIDO	08/06/2015	NO CUMPLE POR QUE ES DE INCOMEDICA S.A. Y NO DE MEDEX	CUMPLE	DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
134	SONDAS PARA ALIMENTACION EN PVC No. 8		MEDITEC S.A.		2018DM-0001786-R1	08/02/2028	MEDITEC S.A.	NO CUMPLE	NO LLEGA CERTIFICACION DE DISTRIBUIDOR				CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
134	SONDAS PARA ALIMENTACION EN PVC No. 8	CATERER (SONDA) ALIMENTACION No.8 PLASTICA LESTERIL. DISECHABLE.	TROGE MEDICAL GMBH	NO ALEGA	V-003276.	no reporta	TROGE MEDICAL GMBH	NO CUMPLE	NO ALEGA BPM NI CCAA. REGISTRO SANITARIO VENCIDO	NO ALEGA	EL QUE ESTA EN INVIMA ES- 2005M-0003276 Y APARECE VENCIDO	08/06/2015	NO CUMPLE POR QUE ES DE INCOMEDICA S.A. Y NO DE MEDEX	CUMPLE	DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
144	TINTURA DE BENUJI 500mL		QUIMIBEN	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	NO LLEGA CERTIFICACION DE DISTRIBUIDOR		RESOLUCION 243630 DEL 1999		CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
145	TRAMPA DE AGUA CAPNOGRAFO GENERAL ELECTRIC AVANCE CS-2		GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES INC	CUMPLE	INVIMA 2008BEC-0001978	2018/07/07	GE HEALTHCARE FINLAND Oy	NO CUMPLE	El registro sanitario no ampara la referencia solicitada.	CUMPLE	NO CUMPLE	En trámite de renovación	CUMPLE	NA	C-BARCO Tecnología Médica
145	TUBO EN T No. 14	TUBO EN FORMA DE T No. 14	MEDITEC S.A.	NO ALEGA	2022DM-0008343	no reporta	MEDITEC S.A.	NO CUMPLE	NO ALEGA BPM NI CCAA. ni carta de autorización de medites s.a.	NO ALEGA	CUMPLE	03/12/2022	CUMPLE	NO CUMPLE NO ALEGA LA DE MEDITEC S.A.	DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
146	TUBO EN T No. 14		MEDITEC S.A.	NO APLICA	2012DM-0009343	03/12/2022	MEDITEC S.A.	NO CUMPLE	NO LLEGA CERTIFICACION DE DISTRIBUIDOR		se toma Registro sanitario de fecha técnica del producto		CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
149	TUBO EN T No. 16		MEDITEC S.A.	NO APLICA	2012DM-0009343	03/12/2022	MEDITEC S.A.	NO CUMPLE	NO LLEGA CERTIFICACION DE DISTRIBUIDOR		se toma Registro sanitario de fecha técnica del producto		CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL

EVALUACIÓN TÉCNICA-MEDICAMENTOS
SOLICITUD DE COTIZACIÓN FAR-002-2019

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, FÓRMULAS NUTRICIONALES ENTERALES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES (HJUDN ESE) VIGENCIA 2019

Item	Nombre Genérico	Nombre Comercial (s) APLICACIÓN	Nombre de laboratorio fabricante	No. Resolución BPM	Registro Sanitario No.	Fecha de vencimiento del registro sanitario	Nombre del titular del registro sanitario	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones de Evaluación Técnica	Observaciones - En Resolución de BPM	Observaciones en Registro Sanitario INVIMA	Observaciones - Fecha de vencimiento del registro sanitario	Ficha Técnica	Referencia Técnica Solicitada	Nombre Oferente
149	TUBO EN T No. 16	TUBO EN FORMA DE T No. 16	MEDITEC S.A.	NO ALEGA	2012DM-000343	no reporta	MEDITEC S.A.	NO CUMPLE	NO ALEGA BPM NI COCA, ni carta de autorización de medic. s.a.	NO ALEGA	CUMPLE	03/12/2022	CUMPLE	NO CUMPLE, LA DE MEDITEC S.A.	DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
150	TUBO EN T No. 12		MEDITEC S.A.	NO APLICA	2012DM-000343	03/12/2022	MEDITEC S.A.	NO CUMPLE	NO LLEGA CERTIFICACION DE DISTRIBUIDOR		se toma Registro sanitario de ficha técnica del producto		CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
150	TUBO EN T No. 12	TUBO EN FORMA DE T No. 12	MEDITEC S.A.	NO ALEGA	2012DM-000343	no reporta	MEDITEC S.A.	NO CUMPLE	NO ALEGA BPM NI COCA, ni carta de autorización de medic. s.a.	NO ALEGA	CUMPLE	03/12/2022	CUMPLE	NO CUMPLE, LA DE MEDITEC S.A.	DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
151	TUBO EN T No. 18	TUBO EN FORMA DE T No. 18	MEDITEC S.A.	NO ALEGA	2012DM-000343	no reporta	MEDITEC S.A.	NO CUMPLE	NO ALEGA BPM NI COCA, ni carta de autorización de medic. s.a.	NO ALEGA	CUMPLE	03/12/2022	CUMPLE	NO CUMPLE, LA DE MEDITEC S.A.	DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
151	TUBO EN T No. 18		MEDITEC S.A.	NO APLICA	2012DM-000343	03/12/2022	MEDITEC S.A.	NO CUMPLE	NO LLEGA CERTIFICACION DE DISTRIBUIDOR		se toma Registro sanitario de ficha técnica del producto		CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
152	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO No. 5.0		WELL LEAD MEDICAL CO LTD	NO APLICA	2016DM-000271-R1	07/10/2026	QUIRURGICOS LTDA	NO CUMPLE	NO LLEGA CERTIFICACION DE DISTRIBUIDOR		se toma Registro sanitario de ficha técnica del producto		CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
153	VENDAS DE ALGODÓN 6*5	VENDA DE ALGODÓN LAMINADO	MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S.	NO APLICA	V-4154	27/08/2019	MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S.	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
153	VENDAS DE ALGODÓN 6*5	VENDA DE ALGODÓN LAMINADO 6X5 NO ESTERIL YARDS CONFORTEX	SUPERTEX MEDICAL S.A.		2017DM-0016015	18/03/2027	SUPERTEX MEDICAL S.A.	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
153	VENDAS DE ALGODÓN 6*5	VENDA DE ALGODÓN 6 X 5 YARDS	DISPROMED M.K. LTDA.	NO ALEGA	2009DM-0003119	no reporta	DISPROMED M.K. LTDA.	CUMPLE		NO ALEGA	CUMPLE	24/09/2028	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL

Ana Sibaja Sibaja
Química Farmacéutica

Marcela Carón Burgos
Química Farmacéutica

Elvira
Química Farmacéutica

Tomás Valdegría
Químico Farmacéutico

W. C. Davis