

Evaluación técnica proceso FAR-IP-005-2020 Cirugía General

Item (relacionado en el pliego de condiciones o convocatoria)	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Cantidad	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (aplicable, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	IVA	Valor cotizado por unidad (IVA incluido)	Cantidad cotizada	Totales	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
1	MALLA DE POLIPROPILENO Y/O PROLENE 15 X 15CM	MALLA PROLENE(15X15CM) PMH1	20	2014DM-000768-R3	Unidad				20		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
2	MALLA DE BAJA DENSIDAD 6 X 11CM	MALLA ULTRAPRO(6X11CM)UMS1	30	2015DM-0003345-R1	Unidad				30		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
3	MALLA DE BAJA DENSIDAD 10 X 15CM	MALLA ULTRAPRO(10X15CM)UMN1	20	2015DM-0003345-R1	Unidad				20		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
4	MALLA DE BAJA DENSIDAD 15 X 15CM	MALLA ULTRAPRO(15X15CM)UMM1	10	2015DM-0003345-R1	Unidad				10		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
5	MALLA COMPLETA PARA CORRECCION DE DEFECTOS EN PARED ABDOMINAL	MALLA PHYSIOMESH(20X30CM)OPHY2030	4	2011DM-0007247	Unidad				4		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
6	FUDADOR DE MALLA	SECURESTRAP REF. STRAP12	4	2011DM-0008207	Unidad				4		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
7	CINTA PARA CORRECCION DE INCONTINENCIA URINARIA TOT - TVT	CINTA INCONT URINARIA TVT 810081 OBTU	10	2014DM-0002334-R1	Unidad				10		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
3	CINTA PARA CORRECCION DE INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA		1								COBO MEDICAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
9	PINZA DE ENERGIA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGIA ABIERTA		200								COBO MEDICAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
10	PINZA DE ENERGIA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA	TIERA HAK36 ARMONICO 36CM	50	2012DM-0008445	Unidad				50		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
11	PINZA PARA LEGADURA DE VASOS Y TEJIDO CON TECNOLOGIA DE ULTRASONIDO CIRUGIA ABIERTA	TIERA ENSEAL SUPER JAW NSLX120L	9	2009ERC-0004339 EN RENOVACION	Unidad				9		COBO MEDICAL	EN TRAMITE DE RENOVACION	SI	CUMPLE	
12	PINZA PARA LEGADURA DE VASOS Y TEJIDO CON TECNOLOGIA DE ULTRASONIDO CIRUGIA LAPAROSCOPICA	TIERA ENSEAL 35 NSLGC35A	35	2009ERC-0004339 EN RENOVACION	Unidad				35		COBO MEDICAL	EN TRAMITE DE RENOVACION	SI	CUMPLE	
13	GRAPADORA LINEAL CORTANTE	GRAPADORA NTLCT5 LINEAL 75MM CORT.	66	2012DM-0001054-R1	Unidad				66		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
14	RECARGA PARA GRAPADORA LINEAL	RECARGA SR75 P/GRAPADORA NTLCT5	198	2012DM-0001054-R1	Unidad				198		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
15	GRAPADORA ENDOSCOPICA DE 50mm	GRAPADORA ECG60A LINEAL 60MM CORT ARTICUL	23	2016DM-0001131-R1	Unidad				23		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
16	RECARGA DE GRAPADORA ENDOSCOPICA 60mm TEJIDO EXTRAGUESO	RECARGA ECR60G P/GRAPADORA ECG60	18	2016DM-0001131-R1	Unidad				18		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
17	RECARGA DE GRAPADORA ENDOSCOPICA 60mm TEJIDO MEDIO	RECARGA ECR60D P/GRAPADORA ECG60	53	2016DM-0001131-R1	Unidad				53		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
18	RECARGA DE GRAPADORA ENDOSCOPICA 60mm VASCULAR	RECARGA ECR60W P/GRAPADORA ECG60	10	2016DM-0001131-R1	Unidad				10		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	

Evaluación técnica proceso FAR-IP-005-2020 Cirugía General

Item (relacionado en el pliego de condiciones o convocatoria)	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Cantidad	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (gotas, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	IVA	Valor cotizado por unidad (IVA incluido)	Cantidad cotizada	Totales	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
19	GRAPADORA CIRCULAR	GRAPADORA COH33A CIRCULAR 33MM PROXIMATE	8	2016DM-0000131-R1	Unidad				8		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
20	BOTON DE GASTROSTOMIA		4								COBO MEDICAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
21	IMPLANTE OCULAR ADULTO No. 20 Y 18		30								COBO MEDICAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
22	CONFORMADOR OCULAR ADULTO No. 20 Y 18		30								COBO MEDICAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
23	SET DE CRAWFORD		15								COBO MEDICAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
24	TUBOS DE VENTILACION TIPO SHEPARD		1								COBO MEDICAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
25	TUBOS DE VENTILACION TIPO PAPARELA I Y II		1								COBO MEDICAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
25	CATERER DOBLE J SFR		8								COBO MEDICAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
27	CATERER URETERAL SIMPLE		8								COBO MEDICAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
28	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON Y SIN BALON No. 7		8								COBO MEDICAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
29	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON Y SIN BALON No. 6		4								COBO MEDICAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
30	SET COMPLETO PARA ESTABILIZACION TORACICA		8								COBO MEDICAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
31	TROCAR PARA LAPAROSCOPIA 12MM LARGOS	TROCAR B12LT XCELL 12MM SIN CUCHILLA	1	12011DM-0008003	Unidad				1		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
1	MALLA DE POLIPROPILENO Y/O PROLENE 15 X 15CM	MALLA DE POLIPROPILENO Y/O PROLENE 15 X 15CM	20	2014DM-0011591	Unidad				20		OLGA ALICIA BURBANO ERASO	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No allega catalogo del producto, por lo que no se puede evaluar
2	MALLA DE BAJA DENSIDAD 6 X 11CM	MALLA DE BAJA DENSIDAD 6X11CM	30	2014DM-0011591	Unidad				30		OLGA ALICIA BURBANO ERASO	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No allega catalogo del producto, por lo que no se puede evaluar
3	MALLA DE BAJA DENSIDAD 10 X 15CM	MALLA DE BAJA DENSIDAD 10X15CM	20	202014DM-0011591	Unidad				20		OLGA ALICIA BURBANO ERASO	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No allega catalogo del producto, por lo que no se puede evaluar
4	MALLA DE BAJA DENSIDAD 15 X 15CM	MALLA DE BAJA DENSIDAD 15 X15 CM	10	102014DM-0011591	Unidad				10		OLGA ALICIA BURBANO ERASO	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No allega catalogo del producto, por lo que no se puede evaluar
7	CINTA PARA CORRECCION DE INCONTINENCIA URINARIA TOT - TVT	CINTA PARA CORRECCION DE INCONTINENCIA URINARIA TVT	10	2014DM-001251	Unidad				10		OLGA ALICIA BURBANO ERASO	VIGENTE	SI	CUMPLE	
21	IMPLANTE OCULAR ADULTO No. 20 Y 18	IMPLANTE OCULAR ADULTO 20 Y 18	30	2015DM-0012779	Unidad				30		OLGA ALICIA BURBANO ERASO	VIGENTE	SI	CUMPLE	

Recomendado
E. Garcia
Página 2 de 5

Evaluación técnica proceso FAR-IP-005-2020 Cirugía General

Ítem (relacionado en el pliego de condiciones o convocatoria)	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Cantidad	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (capítulo, capota, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	IVA	Valor cotizado por unidad (IVA incluido)	Cantidad cotizada	Totales	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
22	CONFORMADOR OCULAR ADULTO No. 20 Y 18	CONFORMADOR OCULAR ADULTO 20/18	30	2015DM-0012779	Unidad				30		OLGA ALICIA BURBANO ERASO	VIGENTE	SI	CUMPLE	
23	SET DE CRAWFORD	SET DE CRAWFORD (NO ESTERIL)	15	2014DM-0011892	Unidad				15		OLGA ALICIA BURBANO ERASO	VIGENTE	SI	CUMPLE	
1	MALLA DE POLIPROPILENO Y/O PROLENE 15 X 15CM	MALLA DE POLIPROPILENO Y/O PROLENE 15 X 15CM	20	2014DM-000768-R3	Unidad				20		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No allega catalogo del producto, por lo que no se puede evaluar
2	MALLA DE BAJA DENSIDAD 6 X 11CM	OPTILENE MESH LP 5 X 10 CM Malla de polipropileno para reparación de hernias, monofilamento, no absorbible, ultraliviana, peso 36 g/m2, poro 1.0 mm, Marca B Braun.	30	2014DM-0012381	Unidad				30		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No allega catalogo del producto, por lo que no se puede evaluar
3	MALLA DE BAJA DENSIDAD 10 X 15CM	OPTILENE MESH ELASTIC 10 X 15 CM Malla de Polipropileno para reparación de hernias, monofilamento, no absorbible, elastica de bajo peso molecular, peso 48g/m2, poro 3.6x2.8mm, Marca B Braun	20	2014DM-0012381	Unidad				20		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No allega catalogo del producto, por lo que no se puede evaluar
4	MALLA DE BAJA DENSIDAD 15 X 15CM	OPTILENE MESH 15X15 CM Malla de polipropileno para reparación de hernias, monofilamento, no absorbible, de mediano peso molecular, peso 60 g/m2, poro 1.5 mm, Marca B Braun.	10	2014DM-0012381	Unidad				10		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No allega catalogo del producto, por lo que no se puede evaluar
5	MALLA COMPUESTA PARA CORRECCION DE DEFECTOS EN PARED ABDOMINAL	OMYRA MESH 26 X 36 CM MALLA DE PTFE Condensado, separadora de tejidos, monocapa, antihérmica para reparación de hernias. Marca B. Brau	4	2019DM-0003941-R1	Unidad				4		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No allega catalogo del producto, por lo que no se puede evaluar
6	FIJADOR DE MALLA	HISTOACRYL@L LAFIX X5, Aplicador Laparoscópico para Histoacryl, set compuesto por 3 ampolas de Histoacryl de 0.5ml.	4	2019DM-000787-R4	Unidad				4		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No allega catalogo del producto, por lo que no se puede evaluar
7	CINTA PARA CORRECCION DE INCONTINENCIA URINARIA TOT - TVT	CINTA PARA CORRECCION DE INCONTINENCIA URINARIA TOT - TVT	10	2010DM-0005191	Unidad				10		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VENCIDO	SI	CUMPLE	Registro sanitario vencido
8	CINTA PARA CORRECCION DE INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA	CINTA PARA CORRECCION DE INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA	1	2010DM-0005191	Unidad				1		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VENCIDO	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario relacionado se encuentra vencido y no corresponde a la referencia solicitada
9	PINZA DE ENERGIA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGIA ABIERTA	PINZA BIPOLAR PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS LINEA CUMMAN® 5 mm, para uso en cirugía abierta, especial para pediatría, sella y corta vasos de hasta 7 mm, dispersión térmica media menor a 1 mm, longitud de sellado 26.5 mm, longitud de corte 23.5 mm, diametro 5 mm, longitud de trabajo 240 mm, boca distal articulable 80°, rotación 360°, en empaque individual estéril, presentación caja x 6 unidades. Marca AESCULAP, Aleman	200	20010DM-0006161	Unidad				200		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No allega catalogo del producto, por lo que no se puede evaluar

Kabir
Kabir
Kabir

Painal Singh

Evaluación técnica proceso FAR-IP-005-2020 Cirugía General

Item (relacionado en el pliego de condiciones o convocatoria)	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Cantidad	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (capítulo, capítulo, ampolla, unidad, etc.)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	IVA	Valor cotizado por unidad (IVA incluido)	Cantidad cotizada	Totales	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concurrido con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
10	PINZA DE ENERGIA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA	PINZA BIPOLAR PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS LINEA CAIMAN® 5 mm, para uso en cirugía laparoscópica, sella y corta vasos de hasta 7 mm, dispersión térmica media menor a 1 mm, longitud de sellado 26,5 mm, longitud de corte 23,5 mm, diámetro 5 mm, longitud de trabajo 360 mm, rotación 360°, en empaque individual estéril, presentación caja x 6 unidades. Marca AESCULAP, Aleman	50	2010DM-0006161	Unidad				50		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No allega catalogo del producto, por lo que no se puede evaluar
11	PINZA PARA LIGADURA DE VASOS Y TEJIDO CON TECNOLOGIA DE ULTRASONIDO CIRUGIA ABIERTA	PINZA BIPOLAR PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS LINEA CAIMAN® 5 mm, para uso en cirugía abierta, especial para pediatría, sella y corta vasos de hasta 7 mm, dispersión térmica media menor a 1 mm, longitud de sellado 26,5 mm, longitud de corte 23,5 mm, diámetro 5 mm, longitud de trabajo 240 mm, boca distal articulable 80°, rotación 360°, en empaque individual estéril, presentación caja x 6 unidades. Marca AESCULAP, Aleman	9	2010DM-0006161	Unidad				9		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No allega catalogo del producto, por lo que no se puede evaluar
12	PINZA PARA LIGADURA DE VASOS Y TEJIDO CON TECNOLOGIA DE ULTRASONIDO CIRUGIA LAPAROSCOPICA	PINZA BIPOLAR PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS LINEA CAIMAN® 5 mm, para uso en cirugía laparoscópica, sella y corta vasos de hasta 7 mm, dispersión térmica media menor a 1 mm, longitud de sellado 26,5 mm, longitud de corte 23,5 mm, diámetro 5 mm, longitud de trabajo 360 mm, rotación 360°, en empaque individual estéril, presentación caja x 6 unidades. Marca AESCULAP, Aleman	35	2010DM-0006161	Unidad				35		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No allega catalogo del producto, por lo que no se puede evaluar
13	GRAPADORA LINEAL CORTANTE	GRAPADORA LINEAL CORTANTE	66	2018DM-0018034	Unidad				66		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No allega catalogo del producto, por lo que no se puede evaluar
14	RECARGA PARA GRAPADORA LINEAL	RECARGA PARA GRAPADORA LINEAL	198	2018DM-0018034	Unidad				198		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No allega catalogo del producto, por lo que no se puede evaluar
15	GRAPADORA ENDOSCOPICA DE 60mm	GRAPADORA ENDOSCOPICA DE 60mm	23		Unidad				23		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
16	RECARGA DE GRAPADORA ENDOSCOPICA 60mm TEJIDO EXTRAGRUESO	RECARGA DE GRAPADORA ENDOSCOPICA 60mm TEJIDO EXTRAGRUESO	18		Unidad				18		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
17	RECARGA DE GRAPADORA ENDOSCOPICA 60mm TEJIDO MEDIO	RECARGA DE GRAPADORA ENDOSCOPICA 60mm TEJIDO MEDIO	53		Unidad				53		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
18	RECARGA DE GRAPADORA ENDOSCOPICA 60mm VASCULAR	RECARGA DE GRAPADORA ENDOSCOPICA 60mm VASCULAR	10		Unidad				10		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
19	GRAPADORA CIRCULAR	GRAPADORA CIRCULAR	8	2018DM-0018034	Unidad				8		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No allega catalogo del producto, por lo que no se puede evaluar
20	BOTON DE GASTROSTOMIA	BOTON DE GASTROSTOMIA	4	2018DM-0017597	Unidad				4		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
21	IMPLANTE OCULAR ADULTO No. 20 Y 18	IMPLANTE OCULAR ADULTO No. 20 Y 18	30	2013DM-0009532	Unidad				30		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	SI	CUMPLE	

Evaluación técnica proceso FAR-IP-005-2020 Cirugía General

Item (relacionado en el pliego de condiciones o convocatoria)	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Cantidad	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	IVA	Valor cotizado por unidad (IVA incluido)	Cantidad cotizada	Totales	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
22	CONFORMADOR OCULAR ADULTO No. 20 Y 18	CONFORMADOR OCULAR ADULTO No. 20 Y 18	30	2013DM-0009532	Unidad				30		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
23	SET DE CRAWFORD	SET DE CRAWFORD	15		Unidad				15		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	NO ALLEGA	NO	NO CUMPLE	No se puede evaluar producto, ya que no allega registro sanitario en físico, ni en formato excel. Tampoco allega F. técnica
24	TUBOS DE VENTILACION TIPO SHEPARD	TUBOS DE VENTILACION TIPO SHEPARD	1	2009DM-004260	Unidad				1		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	SI	CUMPLE	
25	TUBOS DE VENTILACION TIPO PAPARELA I Y II	TUBOS DE VENTILACION TIPO PAPARELA I Y II	1	2009DM-004260	Unidad				1		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	SI	CUMPLE	
26	CATETER DOBLE J SFR	CATETER DOBLE J SFR	8		Unidad				8		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
27	CATETER URETERAL SIMPLE	CATETER URETERAL SIMPLE	8	2012DM-0008719	Unidad				8		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
28	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON Y SIN BALON No. 7	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON Y SIN BALON No. 7	8	2008DM-0001725-R2	Unidad				8		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
29	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON Y SIN BALON No. 6	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON Y SIN BALON No. 6	4	2008DM-0001725-R2	Unidad				4		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
30	SET COMPLETO PARA ESTABILIZACION TORACICA	SET COMPLETO PARA ESTABILIZACION TORACICA	8		Unidad				8		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
31	TROCAR PARA LAPAROSCOPIA 12MM LARGOS	TROCAR PARA LAPAROSCOPIA 12MM LARGOS	1	2010DM-0006161	Unidad				1		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No allega catalogo del producto, por lo que no se puede evaluar

K. Caballero
 E. Herrera
 A. Herrera
 Página 5 de 6

Evaluación técnica proceso FAR-IP-005-2020 Cirugía General

Ítem (relacionado en el pliego de condiciones o convocatoria)	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Cantidad	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (gotas, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	IVA	Valor cotizado por unidad (IVA incluido)	Cantidad cotizada	Totales	Oferente	Estado del Registro sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SÍ o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
CUMPLIMIENTO CRITERIOS HABILITANTES POR OFERENTES PROCESO FAR-IP-005-2020															
Oferente		Cuenta con BPM y CCA (Cumple, NO Cumple o No Aplica)	Autorizado como distribuidor mayorista (Cumple, NO Cumple o No Aplica)			Experiencia (Cumple, NO Cumple o No Aplica)	Presenta todos los productos del proceso	Conceptos de los MD Especialistas	Resultado Final (CUMPLE o NO CUMPLE)				Observación (motivo por el cual NO CUMPLE)		
COBO MEDICAL		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	NO APLICA	Favorable: En la institución se ha trabajado desde hace varios años con las marcas ofertadas por este proveedor, con buenos resultados. No favorable: no anexa catalogo de dispositivos solicitado en el pliego de condiciones, por lo que no se puede evaluar los productos de cirugías general	CUMPLE						
OLGA ALICIA BURBANO ERASO		NO APLICA		CUMPLE		NO CUMPLE	NO APLICA	No favorable: no anexa catalogo de dispositivos solicitado en el pliego de condiciones, por lo que no se puede evaluar los productos de cirugías general	NO CUMPLE						El presupuesto de los contratos en los que se acredita la experiencia con Entidades hospitalarias no es igual o mayor al valor del presente proceso. Concepto NO favorable de los especialistas en los productos de cirugía general.
INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA		CUMPLE		NO APLICA		CUMPLE	NO APLICA	No favorable: no anexa catalogo de dispositivos solicitado en el pliego de condiciones, por lo que no se puede evaluar los productos de cirugías general	CUMPLE				Concepto NO favorable de los especialistas en los productos de cirugía general.		

ASPECTOS TÉCNICOS PARA PONDERACIÓN PROCESO FAR-IP-005-2020

Oferente	Tiempo de entrega/Tiempo de respuesta (horas)	Cumple certificación de no presentar eventos adversos serios	Cumple Certificación de no presentar eventos adversos NO serios
COBO MEDICAL	Para cirugías programadas: entre 12 a 24 de disposición Para cirugías urgentes: hasta una hora	Presentó un evento adverso serio	No presentó eventos adversos NO serios
OLGA ALICIA BURBANO ERASO	72 horas	No allega certificación expedida y suscrita por la entidad contratante donde entrego y suministro el material de osteosintesis para acreditar que no se han presentado eventos adversos serios	No allega certificación expedida y suscrita por la entidad contratante donde entrego y suministro el material de osteosintesis para acreditar que no se han presentado eventos adversos NO serios
INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	Para cirugías programadas: El tiempo de entrega será de más de 24 horas hasta 36 horas Para cirugías urgentes: El tiempo de entrega será de más de 2 horas	de entrego y suministro el material de osteosin	No allega certificación expedida y suscrita por la entidad contratante donde entrego y suministro el material de osteosintesis para acreditar que no se han presentado eventos adversos NO serios

QF Erika Herrera (Servicio Farmacéutico)

QF Ana Sibaja (Servicio Farmacéutico)

QF Karol Cabrera (Servicio Farmacéutico)

QF Tomás Valencia (Servicio Farmacéutico)