

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (Información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (epitabla, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
SISTEMA DE CLAVOS INTRAMEDULARES	1	SET COMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR DE HUMERO	CLAVO INTRAMEDULAR DE HUMERO	CLAVO UNIVERS.HUMERO MULTIBLOQ.TIT 7X110	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE HUMERO	TORNILLO DE CIERRE DE HUMERO	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO DE CIERRE	TORNILLO BLOQUEADO DE HUMERO 3.6X18	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	2	SET COMPLETO CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 9mm x 38mm	CLAVO UNIV.TIBIA MULTIBLOQ.TIT 8X270	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE TIBIA	TORNILLO DE CIERRE UNIVERSAL	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO DE CIERRE	TORNILLO DE BLOQUEO TIBIA 4,5X25	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	4	SET COMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA TIPO EXPERT	CLAVO DE TIBIA 11 X 345	CLAVO DE TIBIA 11 X 346	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO DE CIERRE	TORNILLO DE CIERRE	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO DE BLOQUEO 4,5	TORNILLO DE BLOQUEO 4.6	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO DE BLOQUEO 5,0	TORNILLO DE BLOQUEO 5.1	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	5	SET COMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 10mm X 360	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 10MM X 361	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE FEMUR	PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE FEMUR	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO DE CIERRE	TORNILLO DE CIERRE	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	6	IMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR RETROGRADO	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR RETROGRADO 12mm x 34mm	CLAVO DISTAL DE FEMUR 11X150	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE FEMUR	TORNILLO DE FEMUR DE 4,9 X 25	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.


 Kaban
 Oficina

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (ej: tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
7	SET COMPLETO DE CLAVO CEFALOMEDULAR DE FEMUR	SET CC INTRAM.	TORNILLO DE CIERRE	TORNILLO DE CIERRE DE FEMUR DISTAL	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			CLAVO CEFALOMEDULAR DE FEMUR 11 X 360	CLAVO CEFALOMEDULAR DE FEMUR 11 X 361	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			CLAVO CEFALOMEDULAR CORTO	CLAVO CEFALOMEDULAR CORTO	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			HOJA EN ESPIRAL	HOJA EN ESPIRAL	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TAPON DE BLOQUEO DE HOJA	TAPON DE BLOQUEO HOJA	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	SET COMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARTRODESIS DE TOBILLO	SET CC INTRAM.	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CIM DE 5,0	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CIM DE 5,1	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			CLAVO INTRAMEDULAR DE TOBILLO	CLAVO INTRAMEDULAR DE TOBILLO		Unidad				SINAPSIS	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
			PERNO DE BLOQUEO	PERNO DE BLOQUEO		Unidad				SINAPSIS	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
			TORNILLO DE CIERRE	TORNILLO DE CIERRE		Unidad				SINAPSIS	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
1	PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA		PLACA ANATOMICA PARA CLAVICULA DE 3,5mm X 6 ORIF	PLACA CLAVICULAR EN S TIT DCHA X 5 O	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL TITANIO 3.5 X12 MM	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO BLOQ.AUTORROSC.TIT 3.5 X 12	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	PLACA ANTEROLATERAL DE CLAVICULA		PLACA ANTEROLATERAL DE CLAVICULA DE 3,5mm X 6 ORIF	PLACA ANTEROLATERAL DE CLAVICULA DE 3,5 MM X 6ORF.	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLOS CORTICAL 3,5MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLOS DE BLOQUEO 3,5MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.

[Firma]
 Kcubero
 Asesor
 ELMU

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cobizado (Información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cobizada (epitabla, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cobizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
3	PLACA DE CLAVICULA DISTAL		PLACA DE CLAVICULA DISTAL DE 3.5mm X 3 ORIF	PLACA DE CLAVICULA DISTAL DE 3.5 MM X 3 ORIF	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO DE BLOQUEO 2.7mm	TORNILLO DE BLOQUEO 2.7MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	PLACA ACROMIOC LAVICULAR		PLACA GANCHO PARA CLAVICULA DE 3.5mm X 3 ORIF	PLACA ABC GANCHO P/CLAVIC.TIT IZQ 15X3 O	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO ABC CORTICAL TITANIO 3.5 X12 MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO ABC BLOQ.AUTORROSC.TIT 3.5 X 10	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL		PLACA PARA HUMERO PROXIMAL DE 3.5mm X 8 ORIF	PLACA HUMERO PROXIMAL CORTA TIT X 3 O	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL TITANIO 3.5 X12 MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO BLOQ.AUTORROSC.TIT 3.5 X 12	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	PLACA DE HUMERO DISTAL DORSAL		PLACA PARA HUMERO DISTAL DORSAL DE 3.5mm X 6 ORIF	PLACA PARA HUMERO DISTAL DORSAL DE 3.5MM X 6 ORIF	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO DE BLOQUEO 2.7mm	TORNILLO DE BLOQUEO 2.7MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
7	MERO DISTAL		PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL DE 3.5mm X 6 ORIF	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL DE 3.5MM X 6 ORIF	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.


 Kcavara
 Ardan
 Elena

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (Información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (ej: tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SÍ o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
A	7	PLACA DE HU MEC	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO DE BLOQUEO 2.7mm	TORNILLO DE BLOQUEO 2.7MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	8	PLACA DE OLECRANON	PLACA BLOQUEADA OLECRANAL DE 3.5mm X 7 ORIF	PLACA BLOQUEADA OLECRANAL DE 3.5MM X 7 ORIF	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	9	PLACA DE OLECRANON ANATOMICA	PLACA DE COMPRESION Y BLOQUEO OLECRANON ANATOMICA DE 3.5 MM X 5 ORIFICIOS	PLACA DE COMPRESION Y BLOQUEO OLECRANON ANATOMICA DE 3.5MM X 5 ORIFICIOS	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	10	PLACA DE CUPULA RADIAL	PLACA PARA CUPULA RADIAL DE 2.4/2.7mm X 3 ORIF	PLACA PARA CUPULA RADIAL DE 2.4/2.7MM X 3 ORIF	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO CORTICAL DE 2.7mm	TORNILLO CORTICAL 2.7MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7mm	TORNILLO DE BLOQUEO 2.7MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	11	PLACA PARA RADIO DISTAL	PLACA DE RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE 2.4/2.7mm DE 6 X 3 ORIF	PLACA DE RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE 2.4/2.7MM DE 6 X 3 ORIF	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO CORTICAL DE 2.7mm	TORNILLO CORTICAL 2.7MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7mm	TORNILLO DE BLOQUEO 2.7MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
12	A PARA RADIO L EXTRALARGA		PLACA DE RADIO DISTAL VOLAR EXTRALARGA 2.4/2.7mm X 10 ORIF	PLACA BLOQ. CÚBITO DISTAL X 8	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO CORTICAL DE 2.7mm	TORNILLO CORTICAL DE 2.0 X 6MM, STARDRIIVE, AUTORROSCANTE	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.



 K. Cabrera

 Alvaro

 Olaya

 Página 4 de 61

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (ej: tableta, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
SISTEMA DE PLACAS	13	PLACA DISTAL	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7mm	TORNILLO BLOQ. 2.0 X 6MM, STARDRIVE, AUTORROSCANTE	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
		PLACA PARA CUBITO DISTAL	PLACA PARA CUBITO DITAL CON GANCHO 2.4/2.7mm X 3 ORIF	PLACA PARA CUBITO DITAL CON GANCHO 2.4/2.7MM X 3 ORIF		Unidad				SINAPSIS	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
			TORNILLO CORTICAL DE 2.7mm	TORNILLO CORTICAL 2.7MM		Unidad				SINAPSIS	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7mm	TORNILLO DE BLOQUEO 2.7MM		Unidad				SINAPSIS	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
	14	PLACA DE FEMUR PROXIMAL	PLACA PARA FEMUR PROXIMAL 4.5/5.0mm X 10 ORIF	PLACA PARA FEMUR PROXIMAL 4.5/5.0MM X 10 ORIF	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			PLACA BLOQUEADA DHS X 8 ORIF	PLACA BLOQUEADA DHSX8 ORF.	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO DESLIZANTE DE 12mm X 60mm	TORNILLO DESLIZANTE DE 12MM X 60MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO DE COMPRESION PARA DHS DE 4mm X 36mm	TORNILLO DE COMPRESION PARA DHS DE 4MM X 36MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			PLACA CABLE/PERIPROTESICA X 10 ORIF	PLACA CABLE/PERIPROTESICA X 10 ORIF		Unidad				SINAPSIS	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM		Unidad				SINAPSIS	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0MM		Unidad				SINAPSIS	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
			SUPER CABLE ISOELASTICO CON GRILLETE	SUPER CABLE ISOELASTICO CON GRILLETE		Unidad				SINAPSIS	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	



 Karim

 Alvarado

 Gómez

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (repetición, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
15	PLACA DE FEMUR DISTAL		PLACA DE FEMUR DISTAL LATERAL DE 4.5/5.0mm X 12 ORIF	PLACA DE FEMUR DISTAL LATERAL DE 4.5/5.0MM X 12 ORIF	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			PLACA BLOQUEADA DCS X 8 ORIF	PLACA BLOQUEADA DCS X 8 ORIF	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO DESLIZANTE DE 12mm X 60mm	TORNILLO DESLIZANTE DE 12MM X 60MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO DE COMPRESION PARA DCS DE 4mm X 36mm	TORNILLO DE COMPRESION PARA DCS DE 4MM X 36MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	PLACA DE TIBIA PROXIMAL		PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL DE 4.5mm X 9 ORIF	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL DE 4.5MM X 9 ORIF	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			PLACA DE TIBIA PROXIMAL EN T DE 4.5mm X 9 ORIF	PLACA DE TIBIA PROXIMAL EN T DE 4.5MM X 9 ORIF	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			PLACA DE TIBIA PROXIMAL EN L DE 4.5mm X 9 ORIF	PLACA DE TIBIA PROXIMAL EN L DE 4.5MM X 9 ORIF	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.

Handwritten signatures and initials:
 Kcan rem
 [Signature]
 [Signature]

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (ej: tableta, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
17	PLACA DE TIBIA DISTAL	PLACA DE TIBIA DISTAL MEDIAL DE 3.5mm X 10 ORIF	PLACA DE TIBIA DISTAL MEDIAL 3.5MM X 10 ORIF	2013DM-0010435	Unidad					SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
		TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5MM	2013DM-0010435	Unidad					SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
		TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5MM	2013DM-0010435	Unidad					SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
		PLACA DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL DE 3.5mm X 8 ORIF	PLACA DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL DE 3.5MM X 8 ORIF	2013DM-0010435	Unidad					SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
		TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5MM	2013DM-0010435	Unidad					SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
		TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5MM	2013DM-0010435	Unidad					SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	PLACA DE PERONE DISTAL	PLACA DE PERONE DISTAL DE 3.5/2.7mm X 8 ORIF	PLACA DE PERONE DISTAL DE 3.5/2.7MM X 8 ORIF	2013DM-0010435	Unidad					SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
		TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5MM	2013DM-0010435	Unidad					SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
		TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5MM	2013DM-0010435	Unidad					SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
		TORNILLO DE BLOQUEO 2.7mm	TORNILLO DE BLOQUEO 2.7MM	2013DM-0010435	Unidad					SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
		PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA DE 3.5mm X 7 ORIF	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA DE 3.5MM X 7 ORIF	2013DM-0010435	Unidad					SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
		TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5MM	2013DM-0010435	Unidad					SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	RECTAS DE 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5MM	2013DM-0010435	Unidad					SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
		PLACA DCP-LCP DE 3.5mm X 6 ORIF	PLACA DCP-LCP DE 3.5MM X 6 ORIF	2013DM-0010435	Unidad					SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
		PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA DE 3.5mm X 8 ORIF	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA DE 3.5MM X 8 ORIF	2013DM-0010435	Unidad					SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
19		PLACA RECTA METAFISIARIA DE 3.5mm X 6 ORIF	PLACA RECTA METAFISIARIA DE 3.5MM X 6 ORIF		Unidad					SINAPSIS	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	


 Klobreen
 Alvarado
 Colono

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (ej: tableta, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
TORNILLOS	20	PLACAS F	TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
		PLACAS RECTAS DE 4.5mm	PLACA DCP-LCP DE 4.5mm X 6 ORIF ANCHA	PLACA DCP-LCP DE 4.5MM X 6 ORIF ANCHA	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			PLACA DCP-LCP DE 4.5mm X 6 ORIF ANGOSTA	PLACA DCP-LCP DE 4.5MM X 6 ORIF ANGOSTA	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	1	TORNILLOS CANULADOS	TORNILLO CANULADO DE 4.0mm	TORNILLO CANULADO DE 4.0MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO CANULADO DE 4.5mm	TORNILLO CANULADO DE 4.5MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO CANULADO DE 6.5mm	TORNILLO CANULADO DE 6.5MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO CANULADO DE 7.3mm	TORNILLO CANULADO DE 7.3MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			ARANDELA PARA TORNILLO CANULADO	ARANDELA PARA TORNILLO CANULADO	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
		TORNILLOS CORTICALES	TORNILLOS CORTICALES DE 1.5mm	TORNILLOS CORTICALES DE 1.5MM	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLOS CORTICALES DE 2.0mm	TORNILLOS CORTICALES DE 2.0MM	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLOS CORTICALES DE 2.4mm	TORNILLOS CORTICALES DE 2.4MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLOS CORTICALES DE 2.7mm	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLOS CORTICALES DE 3.5mm	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLOS CORTICALES DE 4.5mm	TORNILLOS CORTICALES DE 4.5MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.


 Kcobren
 Almar
 Ollera

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (ej: tableta, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
SISTEMA DE TOI	3	TORNILLOS DE BLOQUEO	TORNILLO DE BLOQUEO 1.5mm	TORNILLOS DE BLOQUEO 1.5MM	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.0mm	TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.0MM	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.4mm	TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.4MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.7mm	TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.7MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5mm	TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLOS DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLOS DE BLOQUEO DE 5.0MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	4	TORNILLO DE ESPONJOSA	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16mm DE 4.0mm	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16MM DE 4.0MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32mm DE 4.0 mm	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32MM DE 4.0MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16mm DE 6.5mm	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16MM DE 6.5MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32mm DE 6.5mm	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32MM DE 6.5MM	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	5	CLAVOS KIRSCHNER - STEINM	CLAVO DE STEIMAN DESDE 2.0 A 5.0mm	CLAVO DE STEIMAN DESDE 2.0 A 5.0MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
			AGUJA DE KIRSCHNER DESDE 1.0 HASTA 1.8mm	AGUJA DE KIRSCHNER DESDE 1.0 HASTA 1.8MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
1			PLACA 1.2 DE 4 ORIFICIOS S/P	PLACA EN L X 5A. IZQ.PLAT.PERF. 0.6-JM	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
2			PLACA 1.2 EN T DE 5 ORIFICIOS	PLACA EN L X 5A. DER.PLAT.PERF. 0.6-JM	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.



 K. Cobos

 Alvaro

 Cobos

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (epitabla, calsita, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
	3		PLACA 1.2 EN Y DE 5 ORIFICIOS	PLACA CONDI. X 5A. IZQ.PLAT.PERF. 0.6-JM	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	4		PLACA 1.2 DE 16 ORIFICIOS	PLACA CONDI. X 5A. DER.PLAT.PERF. 0.6-JM	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	5		PLACA 1.2 3D DE 3 X 2 ORIFICIOS	PLACA MATRIX CUADR. X 6A. PLAT.PERF. 0.6-JM	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	6		TORNILLOS 1.2 X 10mm	TORNILLO CORTICAL 1.2X10 MANO H1 TIT	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	7		PLACA 1.7 DE 4 ORIFICIOS S/P	PLACA REC.PUENT.COMPR.X 4A PLAT.PERF. 1.5-JM	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	8		PLACA 1.7 EN T DE 6 ORIFICIOS	PLACA EN T COMPRES. X 6A. PLAT.PERF. 1.5-JM	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	9		PLACA 1.7 EN Y DE 7 ORIFICIOS	PLACA EN Y X 6A. DOR.PERF. 1.5-JM	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	10		PLACA 1.7 DE 16 ORIFICIOS	PLACA RECTA X16A. DOR.PERF. 1.5-JM	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	11		PLACA 1.7 3D DE 3 X 2 ORIFICIOS	PLACA MATRIX X 6A. DOR.PERF. 1.5-JM	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	12		PLACA 1.7 EN L DER/IZQ X 6 ORIFICIOS	PLACA EN I X16A. DOR.PERF. 1.5-JM	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	13		TORNILLOS 1.7 X 12mm	TORNILLO CORTICAL 1.5X10 MANO H1 TIT	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.



Kabera

Ariza

Elizalde

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (ej: tableta, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
MINIFRAGMENTOS - MANO Y PIE	14		PLACAS CONDILARES 1.7 DER/IZQ X 5 ORIFICIOS	PLACA EN L X 5A. IZQ.PLAT.PERF. 0.6-JM	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	15		PLACA 2.3 DE 4 ORIFICIOS S/P	MINIPLACA BLOQ.2.0 RECTA RIGIDA(DOR) 4 A-JM	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	16		PLACA 2.3 EN T DE 6 ORIFICIOS	PLACA EN T X 7A. PLAT.PERF. 0.6-JM	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	17		PLACA 2.3 EN Y DE 7 ORIFICIOS	PLACA EN Y 7A. PLAT.PERF. 0.6-JM	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	18		PLACA 2.3 DE 16 ORIFICIOS	MAXIPLACA BLOQ.2.4 RECONSTRUC.RECTA 15 A-JM	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	19		PLACA 2.3 3D DE 3 X 2 ORIFICIOS	MAXIPLACA BLOQ.2.4 RECONSTRUC.3*2 A-JM	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	20		PLACA 2.3 EN L DER/IZQ X 6 ORIFICIOS	PLACA EN L X 5A. IZQ.PLAT.PERF. 0.6-JM	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	21		PLACA CONDILAR DE COMPRESION 2.3 DER/IZQ X 5 ORIFICIOS	PLACA CONDILAR X 6A. IZQ.DOR.PERF. 1.0-JM	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	22		PLACA DE COMPRESION 2.3 DE 4 ORIFICIOS	PLA. REC.PUENT.COMPRES.X5A.PLA T.PERF.23.-JM	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	23		TORNILLO 2.3 X 9mm	TORNILLO CORTICAL 2.3X 9 MANO H2 TIT	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	24		MICROTORNILLO CANULADO TIPO HERBERT DE 18mm	MICROTORNILLO CANULADO TIPO HERBERT DE 18MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.

Kobern
Alvarez
Galina

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (ej: tableta, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
	25		PLACA DE COMPRESION Y BLOQUEO 2.7 X 4 ORIFICIOS	PLACA FOOT RECTA X4HX1.6 PER -TIT.	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	26		TORNILLO CORTICAL 2.7 X 12mm	TORNILLO CORTICAL 2.8X12MM, TIT.	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	27		TORNILLO DE BLOQUEO 2.7 X 14mm	TORNILLO BLOQUEADO SC 2.8X14MM, TIT.	2012DM-0008870	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado. No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	28		PLACA DE CALCANEIO DE 3.5mm TALLA M	PLACA DE CALCANEIO DE 3.5MM TALLA M	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	29		TORNILLO CORTICAL 3.5 X 12mm	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 12MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	30		TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 X 14mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 X 14MM	2013DM-0010435	Unidad				SINAPSIS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No se oferta el 100% de los productos solicitados.
	31		ARANDELA PARA TORNILLO DE 3.5mm	ARANDELA PARA TORNILLO DE 3.5MM		Unidad				SINAPSIS	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
	32		TORNILLO PARA ARTRORRISIS	TORNILLO PARA ARTRORRISIS		Unidad				SINAPSIS	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
1	SET COMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR DE HUMERO		CLAVO INTRAMEDULAR DE HUMERO	CLAVO INTRAMEDULAR DE HUMERO	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE HUMERO	PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE HUMERO	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE CIERRE	TORNILLO DE CIERRE	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
2	SET COMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA		CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 9mm x 38mm	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 9mm x 38mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE TIBIA	PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE TIBIA	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE CIERRE	TORNILLO DE CIERRE	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
4	COMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA TIPO EXPERT		CLAVO DE TIBIA 11 X 345	CLAVO DE TIBIA 11 X 345	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE CIERRE	TORNILLO DE CIERRE	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 4,5	TORNILLO DE BLOQUEO 4,5	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	



 Klobra

 Págs

 6/11/14

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cobrada (ej: tableta, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
SISTEMA DE CLAVOS INTRAMEDULARES	5	SET C COMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR	TORNILLO DE BLOQUEO 5,0	TORNILLO DE BLOQUEO 5,0	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
		SET COMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 10mm X 360	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 10mm X 360	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE FEMUR	PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE FEMUR	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE CIERRE	TORNILLO DE CIERRE	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	6	SET COMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR RETROGRADO	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR RETROGRADO 12mm x 34mm	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR RETROGRADO 12mm x 34mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE FEMUR	PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE FEMUR	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE CIERRE	TORNILLO DE CIERRE	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	7	SET COMPLETO DE CLAVO CEFALOMEDULAR DE FEMUR	CLAVO CEFALOMEDULAR DE FEMUR 11 X 360	CLAVO CEFALOMEDULAR DE FEMUR 11 X 360	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			CLAVO CEFALOMEDULAR CORTO	CLAVO CEFALOMEDULAR CORTO	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			HOJA EN ESPIRAL	HOJA EN ESPIRAL	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TAPON DE BLOQUEO DE HOJA	TAPON DE BLOQUEO DE HOJA	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO PARA CIM DE 5,0	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CIM DE 5,0	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	8	SET COMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARTRODESIS DE TOBILLO	CLAVO INTRAMEDULAR DE TOBILLO	CLAVO INTRAMEDULAR DE TOBILLO	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			PERNO DE BLOQUEO	PERNO DE BLOQUEO	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE CIERRE	TORNILLO DE CIERRE	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
1	ANATOMICA DE CLAVICULA		PLACA ANATOMICA PARA CLAVICULA DE 3,5mm X 6 ORIF	PLACA ANATOMICA PARA CLAVICULA DE 3,5mm X 6 ORIF	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	

Kubien
Alfaro
Ortiz

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (ej: tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
2	2	PLACA	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
		PLACA ANTEROLATERAL DE CLAVICULA	PLACA ANTEROLATERAL DE CLAVICULA DE 3.5mm X 6 ORIF	PLACA ANTEROLATERAL DE CLAVICULA DE 3.5mm X 6 ORIF	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	3	PLACA DE CLAVICULA DISTAL	PLACA DE CLAVICULA DISTAL DE 3.5mm X 3 ORIF	PLACA DE CLAVICULA DISTAL DE 3.5mm X 3 ORIF	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 2.7mm	TORNILLO DE BLOQUEO 2.7mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	4	PLACA ACROMIOCLAVICULAR	PLACA GANCHO PARA CLAVICULA DE 3.5mm X 3 ORIF	PLACA GANCHO PARA CLAVICULA DE 3.5mm X 3 ORIF	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
5	5	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL DE 3.5mm X 8 ORIF	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL DE 3.5mm X 8 ORIF	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	6	PLACA PARA HUMERO DISTAL	PLACA PARA HUMERO DISTAL DORSAL DE 3.5mm X 6 ORIF	PLACA PARA HUMERO DISTAL DORSAL DE 3.5mm X 6 ORIF	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	



 K. MARY FAJARDO ARCOS

 Página 14 de 61

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (ej: tableta, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
6	7	PLACA DE HUMERO DISTAL	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 2.7mm	TORNILLO DE BLOQUEO 2.7mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	7	PLACA DE HUMERO DISTAL MEDIAL	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL DE 3.5mm X 6 ORIF	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL DE 3.5mm X 6 ORIF	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 2.7mm	TORNILLO DE BLOQUEO 2.7mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	8	PLACA DE OLECRANON	PLACA BLOQUEADA OLECRANAL DE 3.5mm X 7 ORIF	PLACA BLOQUEADA OLECRANAL DE 3.5mm X 7 ORIF	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	9	PLACA DE OLECRANON ANATOMICA	PLACA DE COMPRESION Y BLOQUEO OLECRANON ANATOMICA DE 3.5 MM X 5 ORIFICIOS	PLACA DE COMPRESION Y BLOQUEO OLECRANON ANATOMICA DE 3.5 MM X 5 ORIFICIOS	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
10	10	PLACA DE CUPULA RADIAL	PLACA PARA CUPULA RADIAL DE 2.4/2.7mm X 3 ORIF	PLACA PARA CUPULA RADIAL DE 2.4/2.7mm X 3 ORIF	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 2.7mm	TORNILLO CORTICAL DE 2.7mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7mm	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
ADJO			PLACA DE RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE 2.4/2.7mm DE 6 X 3 ORIF	PLACA DE RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE 2.4/2.7mm DE 6 X 3 ORIF	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	

[Firma]
[Firma]
[Firma]

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General															
SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (Información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (ej:tableta, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observacioens (motivo por el cual NO CUMPLE)	
SISTEMA DE PLACAS	11	PLACA PARA RADIO DISTAL	TORNILLO CORTICAL DE 2.7mm	TORNILLO CORTICAL DE 2.7mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE		
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7mm	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE		
	12	PLACA PARA RADIO DISTAL EXTRALARGA	PLACA DE RADIO DISTAL VOLAR EXTRALARGA 2.4/2.7mm X 10 ORIF	PLACA DE RADIO DISTAL VOLAR EXTRALARGA 2.4/2.7mm X 10 ORIF	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE		
			TORNILLO CORTICAL DE 2.7mm	TORNILLO CORTICAL DE 2.7mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE		
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7mm	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE		
	13	PLACA PARA CUBITO DISTAL	PLACA PARA CUBITO DITAL CON GANCHO 2.4/2.7mm X 3 ORIF	PLACA PARA CUBITO DITAL CON GANCHO 2.4/2.7mm X 3 ORIF	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE		
			TORNILLO CORTICAL DE 2.7mm	TORNILLO CORTICAL DE 2.7mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE		
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7mm	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE		
	14	PLACA DE FEMUR PROXIMAL	PLACA PARA FEMUR PROXIMAL 4.5/5.0mm X 10 ORIF	PLACA PARA FEMUR PROXIMAL 4.5/5.0mm X 10 ORIF	2011DM-0007418	Unidad					ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	2011DM-0007418	Unidad					ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	2011DM-0007418	Unidad					ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			PLACA BLOQUEADA DHS X 8 ORIF	PLACA BLOQUEADA DHS X 8 ORIF	2011DM-0007418	Unidad					ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	2011DM-0007418	Unidad					ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	2011DM-0007418	Unidad					ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DESLIZANTE DE 12mm X 60mm	TORNILLO DESLIZANTE DE 12mm X 60mm	2011DM-0007418	Unidad					ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE COMPRESION PARA DHS DE 4mm X 36mm	TORNILLO DE COMPRESION PARA DHS DE 4mm X 36mm	2011DM-0007418	Unidad					ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	



Karben

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (cortadora, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
15			PLACA CABLE/PERIPROTESICA X 10 ORIF	PLACA CABLE/PERIPROTESICA X 10 ORIF	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			SUPER CABLE ISOELASTICO CON GRILLETE	SUPER CABLE ISOELASTICO CON GRILLETE	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	PLACA DE FEMUR DISTAL		PLACA DE FEMUR DISTAL LATERAL DE 4.5/5.0mm X 12 ORIF	PLACA DE FEMUR DISTAL LATERAL DE 4.5/5.0mm X 12 ORIF	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			PLACA BLOQUEADA DCS X 8 ORIF	PLACA BLOQUEADA DCS X 8 ORIF	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DESLIZANTE DE 12mm X 60mm	TORNILLO DESLIZANTE DE 12mm X 60mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE COMPRESION PARA DCS DE 4mm X 36mm	TORNILLO DE COMPRESION PARA DCS DE 4mm X 36mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	PROXIMAL		PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL DE 4.5mm X 9 ORIF	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL DE 4.5mm X 9 ORIF	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			PLACA DE TIBIA PROXIMAL EN T DE 4.5mm X 9 ORIF	PLACA DE TIBIA PROXIMAL EN T DE 4.5mm X 9 ORIF	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	

Handwritten signature: K. Moreno
Handwritten text: 01/10/2020

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (epitróclea, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
16	16	PLACA DE TIBIA P	TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			PLACA DE TIBIA PROXIMAL EN L DE 4.5mm X 9 ORIF	PLACA DE TIBIA PROXIMAL EN L DE 4.5mm X 9 ORIF	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	17	PLACA DE TIBIA DISTAL	PLACA DE TIBIA DISTAL MEDIAL DE 3.5mm X 10 ORIF	PLACA DE TIBIA DISTAL MEDIAL DE 3.5mm X 10 ORIF	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			PLACA DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL DE 3.5mm X 8 ORIF	PLACA DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL DE 3.5mm X 8 ORIF	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	18	PLACA DE PERONE DISTAL	PLACA DE PERONE DISTAL DE 3.5/2.7mm X 8 ORIF	PLACA DE PERONE DISTAL DE 3.5/2.7mm X 8 ORIF	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 2.7mm	TORNILLO DE BLOQUEO 2.7mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA DE 3.5mm X 7 ORIF	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA DE 3.5mm X 7 ORIF	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	

Kabon
Elvira
Alper

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (espiral, placa, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
19			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
		PLACAS RECTAS DE 3.5mm	PLACA DCP-LCP DE 3.5mm X 6 ORIF	PLACA DCP-LCP DE 3.5mm X 6 ORIF	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA DE 3.5mm X 8 ORIF	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA DE 3.5mm X 8 ORIF	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			PLACA RECTA METAFISIARIA DE 3.5mm X 6 ORIF	PLACA RECTA METAFISIARIA DE 3.5mm X 6 ORIF	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	20	PLACAS RECTAS DE 4.5mm	PLACA DCP-LCP DE 4.5mm X 6 ORIF ANCHA	PLACA DCP-LCP DE 4.5mm X 6 ORIF ANCHA	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			PLACA DCP-LCP DE 4.5mm X 6 ORIF ANGOSTA	PLACA DCP-LCP DE 4.5mm X 6 ORIF ANGOSTA	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
1		TORNILLOS CANULADOS	TORNILLO CANULADO DE 4.0mm	TORNILLO CANULADO DE 4.0mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CANULADO DE 4.5mm	TORNILLO CANULADO DE 4.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CANULADO DE 6.5mm	TORNILLO CANULADO DE 6.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CANULADO DE 7.3mm	TORNILLO CANULADO DE 7.3mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			ARANDELA PARA TORNILLO CANULADO	ARANDELA PARA TORNILLO CANULADO	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
LES			TORNILLOS CORTICALES DE 1.5mm	TORNILLOS CORTICALES DE 1.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS CORTICALES DE 2.0mm	TORNILLOS CORTICALES DE 2.0mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	

Handwritten signature and text:
 A. Contreras
 Ejecutor
 Págs. 19 de 64

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (ej: tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SÍ o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
SISTEMA DE TORNILLOS	2	TORNILLOS CORTICALES	TORNILLOS CORTICALES DE 2.4mm	TORNILLOS CORTICALES DE 2.4mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS CORTICALES DE 2.7mm	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS CORTICALES DE 3.5mm	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS CORTICALES DE 4.5mm	TORNILLOS CORTICALES DE 4.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	3	TORNILLOS DE BLOQUEO	TORNILLO DE BLOQUEO 1.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 1.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.0mm	TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.0mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.4mm	TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.4mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.7mm	TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.7mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5mm	TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLOS DE BLOQUEO DE 5.0mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	4	TORNILLO DE ESPONJOSA	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16mm DE 4.0mm	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16mm DE 4.0mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32mm DE 4.0 mm	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32mm DE 4.0 mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16mm DE 6.5mm	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16mm DE 6.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32mm DE 6.5mm	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32mm DE 6.5mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	5	CLAVOS KIRSCH - STEINM	CLAVO DE STEINM DESDE 2.0 A 5.0mm	CLAVO DE STEINM DESDE 2.0 A 5.0mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
			AGUJA DE KIRSCHNER DESDE 1.0 HASTA 1.8mm	AGUJA DE KIRSCHNER DESDE 1.0 HASTA 1.8mm	2011DM-0007418	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (ej: tableta, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
OS - MANO Y PIE	1		PLACA 1.2 DE 4 ORIFICIOS S/P	PLACA 1.2 DE 4 ORIFICIOS S/P	2011DM-0008245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	2		PLACA 1.2 EN T DE 5 ORIFICIOS	PLACA 1.2 EN T DE 5 ORIFICIOS	2011DM-0008245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	3		PLACA 1.2 EN Y DE 5 ORIFICIOS	PLACA 1.2 EN Y DE 5 ORIFICIOS	2011DM-0008245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	4		PLACA 1.2 DE 16 ORIFICIOS	PLACA 1.2 DE 16 ORIFICIOS	2011DM-0008245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	5		PLACA 1.2 3D DE 3 X 2 ORIFICIOS	PLACA 1.2 3D DE 3 X 2 ORIFICIOS	2011DM-0008245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	6		TORNILLOS 1.2 X 10mm	TORNILLOS 1.2 X 10mm	2011DM-0008245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	7		PLACA 1.7 DE 4 ORIFICIOS S/P	PLACA 1.7 DE 4 ORIFICIOS S/P	2011DM-0008245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	8		PLACA 1.7 EN T DE 6 ORIFICIOS	PLACA 1.7 EN T DE 6 ORIFICIOS	2011DM-0008245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	9		PLACA 1.7 EN Y DE 7 ORIFICIOS	PLACA 1.7 EN Y DE 7 ORIFICIOS	2011DM-0008245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	10		PLACA 1.7 DE 16 ORIFICIOS	PLACA 1.7 DE 16 ORIFICIOS	2011DM-0009245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	11		PLACA 1.7 3D DE 3 X 2 ORIFICIOS	PLACA 1.7 3D DE 3 X 2 ORIFICIOS	2011DM-0008245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	12		PLACA 1.7 EN L DER/IZQ X 6 ORIFICIOS	PLACA 1.7 EN L DER/IZQ X 6 ORIFICIOS	2011DM-0008245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	13		TORNILLOS 1.7 X 12mm	TORNILLOS 1.7 X 12mm	2011DM-0008245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	14		PLACAS CONDILARES 1.7 DER/IZQ X 5 ORIFICIOS	PLACAS CONDILARES 1.7 DER/IZQ X 5 ORIFICIOS	2011DM-0008245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	15		PLACA 2.3 DE 4 ORIFICIOS S/P	PLACA 2.3 DE 4 ORIFICIOS S/P	2011DM-0008245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	16		PLACA 2.3 EN T DE 6 ORIFICIOS	PLACA 2.3 EN T DE 6 ORIFICIOS	2011DM-0008245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	



 Karen

 Elena

 Lopez

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto utilizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (estrella, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
MINIFRAGMENT	17		PLACA 2.3 EN Y DE 7 ORIFICIOS	PLACA 2.3 EN Y DE 7 ORIFICIOS	2011DM-0008245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	18		PLACA 2.3 DE 16 ORIFICIOS	PLACA 2.3 DE 16 ORIFICIOS	2011DM-0008245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	19		PLACA 2.3 3D DE 3 X 2 ORIFICIOS	PLACA 2.3 3D DE 3 X 2 ORIFICIOS	2011DM-0008245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	20		PLACA 2.3 EN L DER/IZQ X 6 ORIFICIOS	PLACA 2.3 EN L DER/IZQ X 6 ORIFICIOS	2011DM-0008245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	21		PLACA CONDILAR DE COMPRESION 2.3 DER/IZQ X 5 ORIFICIOS	PLACA CONDILAR DE COMPRESION 2.3 DER/IZQ X 5 ORIFICIOS	2011DM-0008245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	22		PLACA DE COMPRESION 2.3 DE 4 ORIFICIOS	PLACA DE COMPRESION 2.3 DE 4 ORIFICIOS	2011DM-0008245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	23		TORNILLO 2.3 X 9mm	TORNILLO 2.3 X 9mm	2011DM-0008245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	24		MICROTORNILLO CANULADO TIPO HERBERT DE 18mm	MICROTORNILLO CANULADO TIPO HERBERT DE 18mm	2011DM-0008245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	25		PLACA DE COMPRESION Y BLOQUEO 2.7 X 4 ORIFICIOS	PLACA DE COMPRESION Y BLOQUEO 2.7 X 4 ORIFICIOS	2011DM-0008245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	26		TORNILLO CORTICAL 2.7 X 12mm	TORNILLO CORTICAL 2.7 X 12mm	2011DM-0008245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	27		TORNILLO DE BLOQUEO 2.7 X 14mm	TORNILLO DE BLOQUEO 2.7 X 14mm	2011DM-0008245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	28		PLACA DE CALCANEAL DE 3.5mm TALLA M	PLACA DE CALCANEAL DE 3.5mm TALLA M	2011DM-0008245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	29		TORNILLO CORTICAL 3.5 X 12mm	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 12mm	2011DM-0008245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	30		TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 X 14mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 X 14mm	2011DM-0008245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	31		ARANDELA PARA TORNILLO DE 3.5mm	ARANDELA PARA TORNILLO DE 3.5mm	2011DM-0008245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	
	32		TORNILLO PARA ARTRORRISIS	TORNILLO PARA ARTRORRISIS	2011DM-0008245	Unidad				ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Vigente	SI	CUMPLE	



 Escobedo

 Olaya

 Alvarado

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (epistaxia, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
SISTEMA DE CLAVOS INTRAMEDULARES	1	SET COMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR DE HUMERO	CLAVO INTRAMEDULAR DE HUMERO	Clavo universal de humero de 7 mm x 140 ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE HUMERO	Tornillo de bloqueo para clavo universal de 3.5 mm x 28 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE CIERRE	Tapón de cierre para clavo universal de humero	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
	2	SET COMPLETO CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 9mm x 38mm	Clavo universal de tibia de 9 mm x 360 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE TIBIA	Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 4.5 mm x 35 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE CIERRE	TAPON DE CLAVO	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
	4	SET COMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA TIPO EXPERT	CLAVO DE TIBIA 11 X 345	Clavo intramedular de tibia de 11.5 mm x 340 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE CIERRE	Tapón de cierre para clavo intramedular de 11.5 ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 4,5	Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 4.5 mm x 30 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 5,0	Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 5 mm x 30 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
	5	SET COMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 10mm X 360	Clavo universal de femur de 10 mm x 360 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE FEMUR	Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 4.5 mm x 30 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE CIERRE	INCLUIDO EN EL CLAVO	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
	6	SET COMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR RETROGRADO	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR RETROGRADO 12mm x 34mm	Clavo retrogrado de femur de 12 mm x 340 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE FEMUR	Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 5 mm x 45 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE CIERRE	INCLUIDO EN EL CLAVO	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	

[Firma manuscrita]
 KUBRON
 6/11/2020
 ADP

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (epitabla, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
7	SET COMPLETO DE CLAVO CEFALOMEDULAR DE FEMUR	CLAVO CEFALOMEDULAR DE FEMUR 11 X 360	CLAVO CEFALOMEDULAR DE FEMUR 11 X 360	Clavo cefalomedular NeoGen AR 11 mm x 360 mm izq. ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			CLAVO CEFALOMEDULAR CORTO	Clavo cefalomedular NeoGen AR 9 mm x 200 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			HOJA EN ESPIRAL	Hoja helicoidal NeoGen AR 10.3 mm x 100 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TAPON DE BLOQUEO DE HOJA	Tapon de cierre NeoGen AR	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO PARA CIM DE 5,0	Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 5 mm x 40 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
	SET COMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARRODONES DE TOBILLO	CLAVO INTRAMEDULAR DE TOBILLO	CLAVO INTRAMEDULAR DE TOBILLO	Clavo retrogrado de femur de 12 mm x 340 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			PERNO DE BLOQUEO	Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 5 mm x 45 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE CIERRE	INCLUIDO EN EL CLAVO	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
	PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA	PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA DE 3,5mm X 6 ORIF	PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA DE 3,5mm X 6 ORIF	Placa de compresion y bloqueo clavicular en s der. de 3.5 mm x 6 orif. ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	Tornillo cortical de 3.5 mm x 12 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	Tornillo de bloqueo de 3.5 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		PLACA ANTEROLATERAL DE CLAVICULA DE 3.5mm X 6 ORIF	PLACA ANTEROLATERAL DE CLAVICULA DE 3.5mm X 6 ORIF	Placa de compresion y bloqueo de reconstruccion clavicular de 3.5 mm der. x 6 orif. TI	2017DM-0016018	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	Tornillo cortical de 3.5 mm x 12 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	Tornillo de bloqueo de 3.5 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
VICULA DISTAL	PLACA DE CLAVICULA DISTAL DE 3.5mm X 3 ORIF	PLACA DE CLAVICULA DISTAL DE 3.5mm X 3 ORIF	PLACA DE CLAVICULA DISTAL DE 3.5mm X 3 ORIF	Placa de compresion y bloqueo de clavícula distal de 2.7/3.5 mm der. x 10 orif. TI	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	Tornillo cortical de 3.5 mm x 12 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	

[Firma]
Kobon
Belen
2020

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (especificación, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
		PLACA DE CLAVICULA	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	Tornillo de bloqueo de 3.5 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 2.7mm	Tornillo de bloqueo de 2.7 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		PLACA ACROMIOCLAVICULAR	PLACA GANCHO PARA CLAVICULA DE 3.5mm X 3 ORIF	Placa compresion y bloqueo clavicular gancho der. 3.5mm x 2 x 3 orif com. ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	Tornillo cortical de 3.5 mm x 12 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	Tornillo de bloqueo de 3.5 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		PLACA PARA HUMERO PROXIMAL	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL DE 3.5mm X 8 ORIF	Placa de compresion y bloqueo de humero proximal larga x 8 orif. ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	Tornillo cortical de 3.5 mm x 12 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	Tornillo de bloqueo de 3.5 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		PLACA DE HUMERO DISTAL DORSAL	PLACA PARA HUMERO DISTAL DORSAL DE 3.5mm X 6 ORIF	Placa de compresion y bloqueo humero distal dorsal der. de 3.5 mm x 6 x 5 orif. ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	Tornillo cortical de 3.5 mm x 12 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	Tornillo de bloqueo de 3.5 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 2.7mm	Tornillo de bloqueo de 2.7 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		PLACA DE HUMERO DISTAL MEDIAL	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL DE 3.5mm X 6 ORIF	Placa de compresion y bloqueo humero distal de 2.7/3.5 mm lizq. x 5 orif. ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	Tornillo cortical de 3.5 mm x 12 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	Tornillo de bloqueo de 3.5 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 2.7mm	Tornillo de bloqueo de 2.7 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	



Kobner

Edmundo

Angela

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (especifica, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
		PLACA DE OLECRANON	PLACA BLOQUEADA OLECRANAL DE 3.5mm X 7 ORIF	Placa de compresion y bloqueo olecranial de 3.5 mm x 3 x 5 orif. ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	Tornillo cortical de 3.5 mm x 12 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	Tornillo de bloqueo de 3.5 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		PLACA DE OLECRANON ANATOMICA	PLACA DE COMPRENSION Y BLOQUEO OLECRANON ANATOMICA DE 3.5 MM X 5 ORIFICIOS	Placa de compresion y bloqueo olecranial anatomica de 3.5 mm x 6 orif. Ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	Tornillo cortical de 3.5 mm x 12 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	Tornillo de bloqueo de 3.5 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		PLACA DE CUPULA RADIAL	PLACA PARA CUPULA RADIAL DE 2.4/2.7mm X 3 ORIF	Placa de cúpula radial de 2.4/2.7 x 3orif AV comb. ti.	2017DM-0016018	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 2.7mm	Tornillo cortical de 2.7 mm x 12 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7mm	Tornillo de bloqueo de 2.7 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		PLACA PARA RADIO DISTAL	PLACA DE RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE 2.4/2.7mm DE 6 X 3 ORIF	Placa de compresion y bloqueo radio distal VA 2.4 mm 6x3 orif der.	2017DM-0016019	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 2.7mm	Tornillo cortical de 2.7 mm x 12 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7mm	Tornillo de bloqueo de 2.7 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		PLACA PARA RADIO DISTAL EXTRALARGA	PLACA DE RADIO DISTAL VOLAR EXTRALARGA 2.4/2.7mm X 10 ORIF	Placa compresion y bloqueo radio distal volar extralarga 2.4/2.7mm 10orifcom ti	2017DM-0016018	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 2.7mm	Tornillo cortical de 2.7 mm x 12 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7mm	Tornillo de bloqueo de 2.7 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
	UBITO		PLACA PARA CUBITO DITAL CON GANCHO 2.4/2.7mm X 3 ORIF	Placa de cúbito distal 2.4/2.7 x 4orif. con gancho ti.	2017DM-0016018	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	

Verdaderamente
Eduardo
Alfaro

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (estructura, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
SISTEMA DE PLACAS	PLACA PARA CINTILLA DISTAL		TORNILLO CORTICAL DE 2.7mm	Tornillo cortical de 2.7 mm x 12 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7mm	Tornillo de bloqueo de 2.7 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
	PLACA DE FEMUR PROXIMAL		PLACA PARA FEMUR PROXIMAL 4.5/5.0mm X 10 ORIF	Placa de compresion y bloqueo de femur proximal lateral der. de 4.5 mm x 5 x 9 orif. ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	Tornillo cortical de 4.5 mm x 16 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			PLACA BLOQUEADA DHS X 8 ORIF	Placa DHS bloqueada de 8 orif. x 135° ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	Tornillo cortical de 4.5 mm x 16 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DESLIZANTE DE 12mm X 60mm	Tornillo deslizante para DHS bloqueado de 12 mm x 60 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE COMPRESION PARA DHS DE 4mm X 36mm	Tornillo de compresion para DHS bloqueado de 4 mm x 36 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			PLACA CABLE/PERIPROTESICA X 10 ORIF	Placa de compresion y bloqueo de femur proximal lateral der. de 4.5 mm x 5 x 9 orif. ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	Tornillo cortical de 4.5 mm x 16 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			SUPER CABLE ISOELASTICO CON GRILLETE	Alambre de cerclaje de 1.5mm	2013DM-0010474	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
			PLACA DE FEMUR DISTAL LATERAL DE 4.5/5.0mm X 12 ORIF	Placa de compresion y bloqueo femur distal lateral 4.5 mm x 11 orif con izq ti	2017DM-0016018	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	Tornillo cortical de 4.5 mm x 16 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	

Heberto Olvera

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (separado, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
	PLACA DE FEMUR DISTAL		TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			PLACA BLOQUEADA DCS X 8 ORIF	Placa DCS bloqueada de 8 orif. x 95° ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	Tornillo cortical de 4.5 mm x 16 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DESLIZANTE DE 12mm X 60mm	Tornillo deslizante para DHS bloqueado de 12 mm x 60 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE COMPRESION PARA DCS DE 4mm X 36mm	Tornillo de compresion para DHS bloqueado de 4 mm x 36 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
	PLACA DE TIBIA PROXIMAL		PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL DE 4.5mm X 9 ORIF	Placa de compresion y bloqueo de tibia proximal lateral de 4.5 mm x 9 orif. lza. ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	Tornillo cortical de 4.5 mm x 16 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			PLACA DE TIBIA PROXIMAL EN T DE 4.5mm X 9 ORIF	Placa de compresion y bloqueo en T de 4.5 mm x 8 orif. ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	Tornillo cortical de 4.5 mm x 16 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			PLACA DE TIBIA PROXIMAL EN L DE 4.5mm X 9 ORIF	Placa de compresion y bloqueo en L der. de 4.5 mm x 6 orif. Ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	Tornillo cortical de 4.5 mm x 16 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			PLACA DE TIBIA DISTAL MEDIAL DE 3.5mm X 10 ORIF	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal lza. de 3.5 mm x 10 orif. ti	2017DM-0016018	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	



 Kober

 Elvira

 Rojas

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (ej:tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario, incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)	
	PLACA DE TIBIA DISTAL	TORNILLO CORTICAL 3.5mm	Tornillo cortical de 3.5 mm x 12 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD					LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE		
		TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	Tornillo de bloqueo de 3.5 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD					LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE		
		PLACA DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL DE 3.5mm X 8 ORIF	Placa compresion y bloqueo tibia distal anterolateral 3.5 mm9x4 orif com der ti	2017DM-0016018	UNIDAD					LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE		
		TORNILLO CORTICAL 3.5mm	Tornillo cortical de 3.5 mm x 12 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD					LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE		
		TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	Tornillo de bloqueo de 3.5 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD					LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE		
	PLACA DE PERONE DISTAL	PLACA DE PERONE DISTAL DE 3.5/2.7mm X 8 ORIF	Placa de compresion y bloqueo de perone distal 2.7/3.5 mm der. x 7 orif. ti	2009DM-0005131	UNIDAD						LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		TORNILLO CORTICAL 3.5mm	Tornillo cortical de 3.5 mm x 12 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD						LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	Tornillo de bloqueo de 3.5 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD						LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DE BLOQUEO 2.7mm	Tornillo de bloqueo de 2.7 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD						LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA DE 3.5mm X 7 ORIF	Placa 1/3 de caña bloqueada de 3.5mm x 7orif. com ti.	2017DM-0016018	UNIDAD						LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
		TORNILLO CORTICAL 3.5mm	Tornillo cortical de 3.5 mm x 12 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD						LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	Tornillo de bloqueo de 3.5 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD						LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
	PLACAS RECTAS DE 3.5mm	PLACA DCP-LCP DE 3.5mm X 6 ORIF	Placa de compresion y bloqueo de 3.5 mm x 6 orif com ti	2017DM-0016018	UNIDAD						LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
		PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA DE 3.5mm X 8 ORIF	Placa de compresion y bloqueo de reconstruccion de 3.5 mm x 6 orif. ti	2009DM-0005131	UNIDAD						LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		PLACA RECTA METAFISIARIA DE 3.5mm X 6 ORIF	Placa de compresion y bloqueo metafisaria de 3.5 mm x 6 orif. ti	2009DM-0005131	UNIDAD						LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		TORNILLO CORTICAL 3.5mm	Tornillo cortical de 3.5 mm x 12 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD						LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	


 Kcunza
 C. H. H. H.
 H. H. H. H.

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (caja, blíster, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
SISTEMA DE TORNILLOS	PLACAS RECTAS DE 4.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	Tornillo de bloqueo de 3.5 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD					LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		PLACA DCP-LCP DE 4.5mm X 6 ORIF ANCHA	Placa de compresion y bloqueo ancha de 4.5/5.0 mm x 6 orif com ti	2017DM-0016018	UNIDAD					LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
		PLACA DCP-LCP DE 4.5mm X 6 ORIF ANGOSTA	Placa de compresion y bloqueo estrecha de 4.5/5.0 mm x 6 orif com ti	2017DM-0016018	UNIDAD					LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
	TORNILLOS CANULADOS	TORNILLO CANULADO DE 4.0mm	Tornillo canulado de 4.0 mm x 25 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD					LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		TORNILLO CANULADO DE 4.5mm	Tornillo canulado de 4.5 mm x 25 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD					LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		TORNILLO CANULADO DE 6.5mm	Tornillo canulado sin cabeza de 6.0x40 mm	2017DM-00161018	UNIDAD					LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
		TORNILLO CANULADO DE 7.3mm	Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.3 mm x 110 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD					LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		ARANDELA PARA TORNILLO CANULADO	Arandela para tornillo canulado 4.0 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD					LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
	TORNILLOS CORTICALES	TORNILLOS CORTICALES DE 1.5mm	Tornillo cortical autorroscante HLH de 1.5 mm x 6 mm ti	2015DM-0012974	UNIDAD					LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
		TORNILLOS CORTICALES DE 2.0mm	Tornillo cortical autorroscante HLH de 2.0 mm x 10 mm ti	2015DM-0012974	UNIDAD					LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
		TORNILLOS CORTICALES DE 2.4mm	Tornillo cortical de 2.4 mm x 10 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD					LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		TORNILLOS CORTICALES DE 2.7mm	Tornillo cortical de 2.7 mm x 10 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD					LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		TORNILLOS CORTICALES DE 3.5mm	Tornillo cortical de 3.5 mm x 12 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD					LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		TORNILLOS CORTICALES DE 4.5mm	Tornillo cortical de 4.5 mm x 16 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD					LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
	UEO	TORNILLO DE BLOQUEO 1.5mm	Tornillo de bloqueo autorroscante HLH de 1.5 mm x 10 mm ti	2015DM-0012974	UNIDAD					LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
		TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.0mm	Tornillo de bloqueo autorroscante HLH de 2.0 mm x 8 mm ti	2015DM-0012974	UNIDAD					LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	


 Fecha
 Firma
 Alza

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (ej: tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
		TORNILLOS DE BLOQUEO	TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.4mm	Tornillo VA-LCP 2.4 mm de 10 mm	2017DM-0016018	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.7mm	Tornillo de bloqueo de 2.7 mm x 10 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5mm	Tornillo de bloqueo de 3.5 mm x 12 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS DE BLOQUEO DE 5.0mm	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DE ESPONJOSA	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16mm DE 4.0mm	Tornillo esponjoso rosca parcial 4.0 mm x 20 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32mm DE 4.0 mm	Tornillo esponjoso rosca total 4.0 mm x 26 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16mm DE 6.5mm	Tornillo esponjoso rosca 16 mm de 6.5 mm x 50 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
			TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32mm DE 6.5mm	Tornillo esponjoso rosca 32 mm de 6.5 mm x 45 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		CLAVOS KIRSCHNER - STEINMANN	CLAVO DE STEINMANN DESDE 2.0 A 5.0mm	Pin steinman-kirsch 2.0 mm x 230 mm ac	2013DM-0010744	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
			AGUJA DE KIRSCHNER DESDE 1.0 HASTA 1.8mm	Pin steinman-kirsch 1.8 mm x 230 mm ac	2013DM-0010744	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
	1		PLACA 1.2 DE 4 ORIFICIOS S/P	Placa de compresion y bloqueo HLH de 1.5 mm recta x 4 orif ti	2015DM-0012974	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
	2		PLACA 1.2 EN T DE 5 ORIFICIOS	Placa en T HLH de 1.5 mm de 8 x 4 orif ti	2015DM-0012974	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
	3		PLACA 1.2 EN Y DE 5 ORIFICIOS	Placa en Y HLH de 1.5 mm de 8 x 3 orif ti	2015DM-0012974	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
	4		PLACA 1.2 DE 16 ORIFICIOS	Placa de compresion y bloqueo HLH de 1.5 mm recta x 4 orif ti	2015DM-0012974	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
	5		PLACA 1.2 3D DE 3 X 2 ORIFICIOS	Placa de bloqueo en rejilla HLH de 1.5 mm x 8 orif der ti	2015DM-0012974	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
	6		TORNILLOS 1.2 X 10mm	Tornillo cortical autorroscante HLH de 1.5 mm x 10 mm ti	2015DM-0012974	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	

Handwritten signature

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (reptáculo, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
MINIFRAGMENTOS - MANO Y PIE	7		PLACA 1.7 DE 4 ORIFICIOS S/P	Placa de compresion y bloqueo HLH de 2.0 mm recta x 4 orif ti	2015DM-0012974	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
	8		PLACA 1.7 EN T DE 6 ORIFICIOS	Placa en T-Adaptacion HLH de 2.0 mm de 7 x 2 orif ti	2015DM-0012974	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
	9		PLACA 1.7 EN Y DE 7 ORIFICIOS	Placa en Y-Adaptacion HLH de 2.0 mm de 7 x 3 orif ti	2015DM-0012974	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
	10		PLACA 1.7 DE 16 ORIFICIOS	Placa de compresion y bloqueo HLH de 2.0 mm recta x 8 orif ti	2015DM-0012974	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
	11		PLACA 1.7 3D DE 3 X 2 ORIFICIOS	Placa de bloqueo en rejilla HLH de 1.5 mm x 8 orif der ti	2015DM-0012974	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
	12		PLACA 1.7 EN L DER/IZQ X 6 ORIFICIOS	Mini placa en L der. con puente de 2.0 mm x 6.0 mm ti	2014DM-0011993	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario ofertado no corresponde con el producto solicitado
	13		TORNILLOS 1.7 X 12mm	Tornillo cortical autorroscante HLH de 2.0 mm x 10 mm ti	2015DM-0012974	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
	14		PLACAS CONDILARES 1.7 DER/IZQ X 5 ORIFICIOS	Placa Condilar HLH de 2.0 mm de 7 x 2 orif ti	2015DM-0012974	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
	15		PLACA 2.3 DE 4 ORIFICIOS S/P	Placa de compresion y bloqueo HLH de 2.4 mm recta x 4 orif com ti	2017DM-0016018	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
	16		PLACA 2.3 EN T DE 6 ORIFICIOS	Placa de compresion y bloqueo en T HLH de 2.4 mm de 4 x 3 orif com ti	2017DM-0016018	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
	17		PLACA 2.3 EN Y DE 7 ORIFICIOS	Placa de compresion y bloqueo Condilar HLH de 2.4 mm de 4 x 2 orif com ti	2017DM-0016018	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
	18		PLACA 2.3 DE 16 ORIFICIOS	Placa de compresion y bloqueo HLH de 2.4 mm recta x 8 orif com ti	2017DM-0016018	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
	19		PLACA 2.3 3D DE 3 X 2 ORIFICIOS	Placa de bloqueo HLH en X de 2.7 mm x 4 orif 24x18mm ti	2017DM-0016018	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
	20		PLACA 2.3 EN L DER/IZQ X 6 ORIFICIOS	Placa de compresion y bloqueo radio distal en L oblicua der. de 2.4/2.7 mm x 3 x 3 orif. TI	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
	21		PLACA CONDILAR DE COMPRESION 2.3 DER/IZQ X 5 ORIFICIOS	Placa de compresion y bloqueo Condilar HLH de 2.4 mm de 4 x 2 orif com ti	2017DM-0016018	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
	22		PLACA DE COMPRESION 2.3 DE 4 ORIFICIOS	Placa de compresion y bloqueo HLH de 2.4 mm recta x 4 orif com ti	2017DM-0016018	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	

Kobren
Edmundo
Alvarez

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (tableta, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
		23	TORNILLO 2.3 X 9mm	Tornillo cortical de 2.4 mm x 10 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		24	MICROTORNILLO CANULADO TIPO HERBERT DE 18mm	Tornillos tipo herbert de 2.4 mm rosca corta x 18 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		25	PLACA DE COMPRESION Y BLOQUEO 2.7 X 4 ORIFICIOS	Placa de compresion y bloqueo HLH de 2.7 mm recta x 4 orif con ti	2017DM-0016018	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
		26	TORNILLO CORTICAL 2.7 X 12mm	Tornillo cortical de 2.7 mm x 12 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		27	TORNILLO DE BLOQUEO 2.7 X 14mm	Tornillo de bloqueo de 2.7 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		28	PLACA DE CALCANEAL DE 3.5mm TALLA M	Placa de bloqueo calcanea 3.5 mm x 7 orif der ti	2017DM-0016018	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
		29	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 12mm	Tornillo cortical de 3.5 mm x 12 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		30	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 X 14mm	Tornillo de bloqueo de 3.5 mm x 14 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		31	ARANDELA PARA TORNILLO DE 3.5mm	Arandela para tornillo canulado 4.0 mm ti	2009DM-0005131	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	En trámite de renovación	SI	CUMPLE	
		32	TORNILLO PARA ARTRORRISIS	Tornillo canulado sin cabeza de 6.0x40 mm	2017DM-0016018	UNIDAD				LÍNEAS HOSPITALARIAS	Vigente	SI	CUMPLE	
1	SET COMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR DE HUMERO		CLAVO INTRAMEDULAR DE HUMERO	Placa de Compresion y Bloqueo de Humero	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario del producto ofertado no corresponde con el solicitado
			PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE HUMERO	Tornillo de Bloqueo Rorx 3.5 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario del producto ofertado no corresponde con el solicitado
			TORNILLO DE CIERRE	Tornillo Metalicos Cortical Torx 3.5 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario del producto ofertado no corresponde con el solicitado
2	SET COMPLETO CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA		CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 9mm x 38mm	Clavo Intramedular de Tibia KTOTM de 9 mm x 375 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE TIBIA	Perno de Bloqueo Rosca Total de 4.5 mm x 85 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE CIERRE	Tapon Final Normal de Clavo XTO de Tibia	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	

[Firma]
Kebon
Othman
Apar

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (ej: tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
SISTEMA DE CLAVOS INTRAMEDULARES	4	SET COMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA TIPO EXPERT	CLAVO DE TIBIA 11 X 345	Clavo Intramedular de Tibia KTOTM de 10 mm x 345 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE CIERRE	Tapón Final Normal de Clavo KTO de Tibia	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 4,5	Perno de Bloqueo Rosca Total de 4.5 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 5,0	Perno de Bloqueo Rosca Total de 5.0 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	5	SET COMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 10mm X 360	Clavo Intramedular de Femur KTOTM de 10 mm x 360 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE FEMUR	Perno de Bloqueo Rosca Total Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE CIERRE	Tapón Final de Clavo KTO de Femur de 0 mm	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	6	SET COMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR RETROGRADO	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR RETROGRADO 12mm x 34mm	Clavos Intramedulares Retrogrado de Femur 11mm x 340mm	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE FEMUR	Perno de Bloqueo Rosca Total Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE CIERRE	Tornillo de Cierre de Femur	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	7	SET COMPLETO DE CLAVO CEFALOMEDULAR DE FEMUR	CLAVO CEFALOMEDULAR DE FEMUR 11 X 360	Clavo Principal KTOTM-PFNA (Edición Extendida) 11 x 360mm	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			CLAVO CEFALOMEDULAR CORTO	Clavo Principal KTOTM-PFNA	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			HOJA EN ESPIRAL	Hoja Helicoidal para Clavo KTOTM-PFNA	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TAPON DE BLOQUEO DE HOJA	Tapón Final de Bloqueo	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO PARA CIM DE 5,0	Perno de Bloqueo Rosca Total de 5.0 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
E CLAVO PARA TOBILLO			CLAVO INTRAMEDULAR DE TOBILLO	Tornillo de compresión Canulado de 4.0 en Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario del producto ofertado no corresponde con el solicitado



 K. C. B. S.

 C. B. S.

 A. B. S.

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (ej: tableta, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
	8	SET COMPLETO DE INTRAMEDULAR ANTRODISTES DE	PERNO DE BLOQUEO	Arandela para Tornillo Canulado de 4.0	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario del producto ofertado no corresponde con el solicitado
			TORNILLO DE CIERRE		2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario del producto ofertado no corresponde con el solicitado
1		PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA	PLACA ANATOMICA PARA CLAVICULA DE 3.5mm X 6 CRIF	Placa de Compresion y Bloqueo de Clavícula en 5 de 3.5 mm x 6H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	Tornillo Metálicos Cortical Torx 3.5 mm x 12 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	Tornillo de Bloqueo Torx 3.5 mm x 16 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
2		PLACA ANTEROLATERAL DE CLAVICULA	PLACA ANTEROLATERAL DE CLAVICULA DE 3.5mm X 6 CRIF	Placa Percutanea De Compresion y Bloqueo De Clavícula de 3.5 mm x 6 Orif Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	Tornillo Metálicos Cortical Torx 3.5 mm x 12 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	Tornillo de Bloqueo Torx 3.5 mm x 16 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
3		PLACA DE CLAVICULA DISTAL	PLACA DE CLAVICULA DISTAL DE 3.5mm X 3 CRIF	Placa de Compresion y Bloqueo de Clavícula Distal de 2.7/3.5 mm x 4 Orif	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	Tornillo Metálicos Cortical Torx 3.5 mm x 12 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	Tornillo de Bloqueo Torx 3.5 mm x 16 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 2.7mm	Tornillo de Bloqueo Torx 2.7 mm x 10 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
4		PLACA ACROMIOCLAVICULAR	PLACA GANCHO PARA CLAVICULA DE 3.5mm X 3 CRIF	Placa de Compresion y Bloqueo en Gancho de Clavícula de 3.5 mm x 5 Orif Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	Tornillo Metálicos Cortical Torx 3.5 mm x 12 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	Tornillo de Bloqueo Torx 3.5 mm x 16 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
INERO			PLACA PARA HUMERO PROXIMAL DE 3.5mm X 8 CRIF	Placa de Compresion y Bloqueo Humero Proximal de 3.5 mm x 8H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (separada, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
	5	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL	TORNILLO CORTICAL 3.5mm	Tornillo Metálicos Cortical Torx 3.5 mm x 12 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	Tornillo de Bloqueo Rox 3.5 mm x 16 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	6	PLACA DE HUMERO DISTAL DORSAL	PLACA PARA HUMERO DISTAL DORSAL DE 3.5mm X 6 CRIF	Placa de Compresion y Bloqueo Humero Distal Lateral de 2.7/3.5 mm x 5H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	Tornillo Metálicos Cortical Torx 3.5 mm x 12 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	Tornillo de Bloqueo Rox 3.5 mm x 16 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 2.7mm	Tornillo de Bloqueo Torx 2.7 mm x 10 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	7	PLACA DE HUMERO DISTAL MEDIAL	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL DE 3.5mm X 6 CRIF	Placa de Compresion y Bloqueo Humero Distal Medial de 2.7/3.5 mm x 5H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	Tornillo Metálicos Cortical Torx 3.5 mm x 12 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	Tornillo de Bloqueo Rox 3.5 mm x 16 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 2.7mm	Tornillo de Bloqueo Torx 2.7 mm x 10 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	8	PLACA DE OLECRANON	PLACA BLOQUEADA OLECRANAL DE 3.5mm X 7 CRIF	Placa de Compresion con Bloqueo de Reconstruccion de Gancho Olecranon 3.5 mm x 7H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	Tornillo Metálicos Cortical Torx 3.5 mm x 12 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	Tornillo de Bloqueo Rox 3.5 mm x 16 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
9	PLACA DE OLECRANON ANATOMICA		PLACA DE COMPRESION Y BLOQUEO OLECRANON ANATOMICA DE 3.5 MM X 5 CRIFICIOS	Placa de Compresion y Bloqueo de Cubito proximal de 3.5 mm x 5H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	Tornillo Metálicos Cortical Torx 3.5 mm x 12 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	Tornillo de Bloqueo Rox 3.5 mm x 16 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	



 Karben

 Elbawa

 10/02/22

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cobrada (epitaxial, clípsula, ampol, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes % IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SÍ o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
MA DE PLACAS	10	PLACA DE CÚPULA RADIAL	PLACA PARA CÚPULA RADIAL DE 2.4/2.7mm X 3 CRIF	Placas de bloqueo para radio proximal de 2.7mm x 3H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 2.7mm	Tornillo Metálico Cortical Torx de 2.7 mm x 10 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7mm	Tornillo de Bloqueo Torx 2.7 mm x 10 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	11	PLACA PARA RADIO DISTAL	PLACA DE RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE 2.4/2.7mm DE 6 X 3 CRIF	Placa de Radio Distal de Angulo Variable (Min) de 2.7 x 3 H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 2.7mm	Tornillo Metálico Cortical Torx de 2.7 mm x 10 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7mm	Tornillo de Bloqueo Torx 2.7 mm x 10 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	12	PLACA PARA RADIO DISTAL EXTRALARGA	PLACA DE RADIO DISTAL VOLAR EXTRALARGA 2.4/2.7mm X 10 CRIF	Placa de Compresion y Bloqueo y Refuerzo de Radio Distal de 2.7/3.5 mm x 7H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 2.7mm	Tornillo Metálico Cortical Torx de 2.7 mm x 10 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7mm	Tornillo de Bloqueo Torx 2.7 mm x 10 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	13	PLACA PARA CUBITO DISTAL	PLACA PARA CUBITO DISTAL CON GANCHO 2.4/2.7mm X 3 CRIF	Placas Bloqueadas para Cubito/Radio x 5H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 2.7mm	Tornillo Metálico Cortical Torx de 2.7 mm x 10 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7mm	Tornillo de Bloqueo Torx 2.7 mm x 10 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			PLACA PARA FEMUR PROXIMAL 4.5/5.0mm X 10 CRIF	Placa de Compresion y Bloqueo KUS de Femur Proximal Lateral de 4.5 mm x 10H Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	Tornillo Metálico Cortical Torx 4.5 mm x 20 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	Tornillo de Bloqueo Torx 5.0 mm x 16 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			PLACA BLOQUEADA DHS X 8 CRIF	Placa de Compresion de Cadera DHS de 130° x 8H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	

[Firma manuscrita]
 Karina
 Cobarrubias
 [Firma]

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto utilizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cobrada (espiral, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cobrado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
14	PLACA DE FEMUR PROXIMAL	TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	Tornillo Metálico Cortical Torx 4.5 mm x 20 mm TI	2018DM-0018740	Unidad					UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	Tornillo de Bloqueo Rorx 5.0 mm x 16 mm TI	2018DM-0018740	Unidad					UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DESLIZANTE DE 12mm X 60mm	Tornillo Deslizante 12mm X 60mm	2018DM-0018740	Unidad					UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DE COMPRESION PARA DHS DE 4mm X 36mm	Tornillo Compresión Canulados Avellanados de 4.0 TI	2018DM-0018740	Unidad					UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
		PLACA CABLE/PERIPROTESICA X 10 CRIF	placas de compresion y bloqueo KUH de femur proximal L 6H	2018DM-0018740	Unidad					UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario del producto ofertado no corresponde con el solicitado
		TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	Tornillo Metálico Cortical Torx 4.5 mm x 20 mm TI	2018DM-0018740	Unidad					UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	Tornillo de Bloqueo Rorx 5.0 mm x 16 mm TI	2018DM-0018740	Unidad					UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
		SUPER CABLE ISOELASTICO CON GRILLETE	Alambre TI	2018DM-0018740	Unidad					UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario del producto ofertado no corresponde con el solicitado
15	PLACA DE FEMUR DISTAL	PLACA DE FEMUR DISTAL LATERAL DE 4.5/5.0mm X 12 CRIF	Placa de Compresion y Bloqueo Femur Distal Lateral de 4.5mm x 11H	2018DM-0018740	Unidad					UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
		TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	Tornillo Metálico Cortical Torx 4.5 mm x 20 mm TI	2018DM-0018740	Unidad					UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	Tornillo de Bloqueo Rorx 5.0 mm x 16 mm TI	2018DM-0018740	Unidad					UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
		PLACA BLOQUEADA DCS X 8 CRIF	Placa DCS 95°	2018DM-0018740	Unidad					UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
		TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	Tornillo Metálico Cortical Torx 4.5 mm x 20 mm TI	2018DM-0018740	Unidad					UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	Tornillo de Bloqueo Rorx 5.0 mm x 16 mm TI	2018DM-0018740	Unidad					UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DESLIZANTE DE 12mm X 60mm	Tornillo Deslizante 12mm X 60mm	2018DM-0018740	Unidad					UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DE COMPRESION PARA DCS DE 4mm X 36mm	Tornillo Compresión Canulados Avellanados de 4.0 TI	2018DM-0018740	Unidad					UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	



 Karben
 Oliver
 Ayala


Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (distribuidor, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
16		PLACA DE TIBIA PROXIMAL	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL DE 4.5mm X 9 CRIF	Placa de Compresión y Bloqueo Tibia Proximal Lateral de 4.5 mm x 9H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	Tornillo Metálico Cortical Torx 4.5 mm x 20 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	Tornillo de Bloqueo Rorx 5.0 mm x 16 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			PLACA DE TIBIA PROXIMAL EN T DE 4.5mm X 9 CRIF	Placa de reconstrucción Bloqueada tibia proximal en T de 4.5 mm x 9H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	Tornillo Metálico Cortical Torx 4.5 mm x 20 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	Tornillo de Bloqueo Rorx 5.0 mm x 16 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			PLACA DE TIBIA PROXIMAL EN L DE 4.5mm X 9 CRIF	Placa de Compresión y Bloqueo de Reconstrucción tibia proximal en L de 4.5 mm x 9H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	Tornillo Metálico Cortical Torx 4.5 mm x 20 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	Tornillo de Bloqueo Rorx 5.0 mm x 16 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			PLACA DE TIBIA DISTAL MEDIAL DE 3.5mm X 10 CRIF	Placa de Compresión y Bloqueo Tibia Distal Medial de 3.5 mm x 9H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	Tornillo Metálicos Cortical Torx 3.5 mm x 12 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	Tornillo de Bloqueo Rorx 3.5 mm x 16 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			PLACA DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL DE 3.5mm X 8 CRIF	Placa de Compresión y Bloqueo Tibia Distal Anterolateral de 3.5 mm x 7H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	Tornillo Metálicos Cortical Torx 3.5 mm x 12 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	Tornillo de Bloqueo Rorx 3.5 mm x 16 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			PLACA DE PERONE DISTAL DE 3.5/2.7mm X 8 CRIF	Placa de Compresión y Bloqueo de reconstrucción Perone Distal de 2.7/3.5 mm x 8H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	

Kaheer
Belen
Albino

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (ejemplar, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
1	18	PLACA DE PERONE DISTAL	TORNILLO CORTICAL 3.5mm	Tornillo Metálicos Cortical Torx 3.5 mm x 12 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	Tornillo de Bloqueo Rorx 3.5 mm x 16 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 2.7mm	Tornillo de Bloqueo Torx 2.7 mm x 10 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA DE 3.5mm X 7 ORIF	Placas de compresión y bloqueo 1/3 tubular de 3.5 mm x 7H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	Tornillo Metálicos Cortical Torx 3.5 mm x 12 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	Tornillo de Bloqueo Rorx 3.5 mm x 16 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	19	PLACAS RECTAS DE 3.5mm	PLACA DCP-LCP DE 3.5mm X 6 ORIF	Placa de Compresión y Bloqueo de Húmero 3.5 mm x 6H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA DE 3.5mm X 8 ORIF	Placa de Compresión y Bloqueo de Reconstrucción de 3.5 mm x 8H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			PLACA RECTA METAFISIARIA DE 3.5mm X 6 ORIF	Placa de Compresión y Bloqueo de Cubito/Radio 3.5 mm x 6H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	Tornillo Metálicos Cortical Torx 3.5 mm x 12 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	Tornillo de Bloqueo Rorx 3.5 mm x 16 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	20	PLACAS RECTAS DE 4.5mm	PLACA DCP-LCP DE 4.5mm X 6 ORIF ANCHA	Placa de Compresión y Bloqueo de Femur de 4.5 mm x 8 H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			PLACA DCP-LCP DE 4.5mm X 6 ORIF ANGOSTA	Placa de Compresión y Bloqueo de Tibia de 4.5 mm x 6H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	LOS CANULADOS		TORNILLO CANULADO DE 4.0mm	Tornillo de compresión Canulado de 4,0 mm x 26 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CANULADO DE 4.5mm	Tornillo de compresión Canulado de 4,5 mm x 42 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CANULADO DE 6.5mm	Tornillo de compresión Canulado de cuello femoral 6.5 mm x 60 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	


 Karim
 Echeverri
 Alvarado

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (reptabeta, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observacioens (motivo por el cual NO CUMPLE)
SISTEMA DE TORNILLOS	2	TORNILLO	TORNILLO CANULADO DE 7.3mm	Tornillo de compresión Canulado de cuello femoral 7.3 mm x 69 mm TI	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			ARANDELA PARA TORNILLO CANULADO	Arandela para Tornillos Canulados	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	2	TORNILLOS CORTICALES	TORNILLOS CORTICALES DE 1.5mm	Tornillo Metalico Cortical Triangular 1.5 mm x 6 mm TI	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS CORTICALES DE 2.0mm	Tornillo Metalico Cortical Triangular 2.0 mm x 6 mm TI	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS CORTICALES DE 2.4mm	Tornillo Metalico Cortical de 2.5 mm x 10 mm TI	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS CORTICALES DE 2.7mm	Tornillo Metalico Cortical Torx de 2.7 mm x 10 mm TI	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS CORTICALES DE 3.5mm	Tornillo Metalicos Cortical Torx 3.5 mm x 12 mm TI	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS CORTICALES DE 4.5mm	Tornillo Metalico Cortical Torx 4.5 mm x 20 mm TI	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	3	TORNILLOS DE BLOQUEO	TORNILLO DE BLOQUEO 1.5mm	Tornillo de Bloqueo Triangular 2.0 mm x 6 mm TI	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.0mm	Tornillo de Bloqueo Triangular 2.0 mm x 6 mm TI	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.4mm	Tornillo de Bloqueo Torx 2.5 mm x 10 mm TI	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.7mm	Tornillo de Bloqueo Torx 2.7 mm x 10 mm TI	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5mm	Tornillo de Bloqueo Rox 3.5 mm x 16 mm TI	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS DE BLOQUEO DE 5.0mm	Tornillo de Bloqueo Rox 5.0 mm x 16 mm TI	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	4	ESPONJOSA	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16mm DE 4.0mm	Tornillo Metalico Esponjoso Rosca Parcial 16mm x 4.0 mm TI	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32mm DE 4.0 mm	Tornillo Metalico Esponjoso Rosca Parcial 32mm x 4.0 mm TI	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	

Q Kabir Chhmar
Ayesha

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (escribiendo, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
5		TORNILLO DE	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16mm DE 6.5mm	Tornillo Metálico Esponjoso Rosca Parcial 16mm x 6.5 mm TI	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32mm DE 6.5mm	Tornillo Metálico Esponjoso Rosca Parcial 32mm x 6.5 mm TI	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	5	CLAVOS KIRSCH-STEINM	CLAVO DE STEIMAN DESDE 2.0 A 5.0mm	Pin Steinmann de 2.0 A 5.0 mm	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			AGUJA DE KIRSCHNER DESDE 1.0 HASTA 1.8mm	Alambre de Kirschner de 1.0 a 1.8 mm	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
1	1		PLACA 1.2 DE 4 ORIFICIOS S/P	Microplaca Recta Med	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	2		PLACA 1.2 EN T DE 5 ORIFICIOS	Microplaca en T Med	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	3		PLACA 1.2 EN Y DE 5 ORIFICIOS	Microplaca en T Med	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	4		PLACA 1.2 DE 16 ORIFICIOS	Microplaca Recta Grande	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	5		PLACA 1.2 3D DE 3 X 2 ORIFICIOS	Microplaca 120° Larga	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	6		TORNILLOS 1.2 X 10mm	Tornillo Metálico Cortical Triangular 1.5 mm x 10 mm TI	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	7		PLACA 1.7 DE 4 ORIFICIOS S/P	Placa bloqueadas KML recta de 2.0 mm x 4H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	8		PLACA 1.7 EN T DE 6 ORIFICIOS	Placa bloqueadas KML en T de 2.0 mm x 6x3H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	9		PLACA 1.7 EN Y DE 7 ORIFICIOS	Placa bloqueadas KML en Y 2.0 mm x 7H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	10		PLACA 1.7 DE 16 ORIFICIOS	Placa bloqueadas KML recta de 2.0 mm x 9H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	11		PLACA 1.7 3D DE 3 X 2 ORIFICIOS	Placa bloqueadas KML en T de 2.0 mm x 5x2H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	12		PLACA 1.7 EN L DER/IZQ X 6 ORIFICIOS	Placa bloqueadas KML en L 2.0 mm x 6H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	



Kober
Cabrera
Alvarez

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (epitabio, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
MINIFRAGMENTOS - MANO Y PIE	13		TORNILLOS 1.7 X 12mm	Tornillo Metafisco Cortical Triangular 2.0 mm x 12 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	14		PLACAS CONDILARES 1.7 DER/IZQ X 5 ORIFICIOS	Placa bloqueadas KML 2.0 mm x 5H (soporte condilar)	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	15		PLACA 2.3 DE 4 CRIFICIOS S/P	Placa bloqueadas KML recta de 2.5 mm x 4H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	16		PLACA 2.3 EN T DE 6 ORIFICIOS	Placa bloqueadas KML en T de 2.5 mm x 6x3H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	17		PLACA 2.3 EN Y DE 7 ORIFICIOS	Placa Bloqueadas KML en Y de 2.5 mm x 7H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	18		PLACA 2.3 DE 16 ORIFICIOS	Placa bloqueadas KML recta de 2.5 mm x 10H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	19		PLACA 2.3 3D DE 3 X 2 ORIFICIOS	Placa Bloqueada KML tipo T de 2.5mm	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	20		PLACA 2.3 EN L DER/IZQ X 6 ORIFICIOS	Placa bloqueadas KML en L 2.5 mm x 6H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	21		PLACA CONDILAR DE COMPRESION 2.3 DER/IZQ X 5 CRIFICIOS	Placa bloqueadas KML para tobillo de 2.5 mm x 5H (Soporte Condilar)	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	22		PLACA DE COMPRESION 2.3 DE 4 ORIFICIOS	Placa bloqueadas KML recta de 2.5 mm x 4H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	23		TORNILLO 2.3 X 9mm	Tornillo Metafisco Cortical de 2.5 mm x 10 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	24		MICROTORNILLO CAÑULADO TIPO HERBERT DE 18mm	Tipo Herbert Avellanado de 3.0 mm x 18 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	25		PLACA DE COMPRESION Y BLOQUEO 2.7 X 4 CRIFICIOS	Placa Pediátricas bloqueadas de cubito/radio/perone de 2.7mm x 4H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	26		TORNILLO CORTICAL 2.7 X 12mm	Tornillo Metafisco Cortical Torx de 2.7 mm x 12 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	27		TORNILLO DE BLOQUEO 2.7 X 14mm	Tornillo de Bloqueo Torx 2.7 mm x 14 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	28		PLACA DE CALCANEOS DE 3.5mm TALLA M	Placa bloqueada para Calcaneo de 3.5 mm x 8H	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto utilizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (ej: bula, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
5 INTRAMEDULARES		29	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 12mm	Tornillo Metalicos Cortical Torx 3.5 mm x 12 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 X 14mm	Tornillo de Bloqueo Torx 3.5 mm x 14 mm Ti	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			ARANDELA PARA TORNILLO DE 3.5mm	Arandela para Tornillos 3.5 mm	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO PARA ARTROCRISIS	Tornillo de Compresion Canulados Avellanados	2018DM-0018740	Unidad				UNION TEMPORAL BIOINTER	Vigente	SI	CUMPLE	
	1	SET COMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR DE HUMERO	CLAVO INTRAMEDULAR DE HUMERO	CLAVO TITANIO DIVIDE HUMERO DE 7 X 16	2015DM-0014034	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE HUMERO	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X24 MM	2015DM-0014034	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE CIERRE	TAPON DE SEGURIDAD EN TITANIO PARA HUMERO	2015DM-0014034	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	2	SET COMPLETO CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 9mm x 38mm	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE TIBIA ROKY 8 X 260 MM	2015DM-0014034	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE TIBIA	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL TITANIO DE 4.0 X 30 MM	2015DM-0014034	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE CIERRE	TAPON DE SEGURIDAD EN TITANIO PARA CLAVO X 0	2015DM-0014034	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	4	SET COMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA TIPO EXPERT	CLAVO DE TIBIA 11 X 345	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 8 X 26 MM	2015DM-0014034	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE CIERRE	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL TITANIO DE 4.0 X 30 MM	2015DM-0014034	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 4,5	TAPON DE SEGURIDAD EN TITANIO PARA CLAVO X 0	2015DM-0014034	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 5,0	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO DE 5.0 MM X30	2015DM-0014034	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	5	SET COMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 10mm X 360	CLAVO TITANIO DE FEMUR UNIVERSAL ANDES DE 9 X 340 MM	2015DM-0014034	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE FEMUR	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO DE 5.0 MM X30	2015DM-0014034	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	

[Firma manuscrita]
 Karsten
 Calle
 20/02/22

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (esfera, bola, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
SISTEMA DE CLAVOS	6	SET COM INTRAMEDULAR RETROGRADO	TORNILLO DE CIERRE	TAPON DE SEGURIDAD EN TITANIO PARA CLAVO X 0	2015DM-0014034	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
		SET COMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR RETROGRADO	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR RETROGRADO 12mm x 34mm	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR RETROGRADO 12mm x 34mm	2015DM-0014034	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE FEMUR	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO DE 5.0 MM X30	2015DM-0014034	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE CIERRE	TAPON DE SEGURIDAD EN TITANIO PARA CLAVO X 0	2015DM-0014034	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	7	SET COMPLETO DE CLAVO CEFALOMEDULAR DE FEMUR	CLAVO CEFALOMEDULAR DE FEMUR 11 X 360	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 10 X 180 MM	2015DM-0014034	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			CLAVO CEFALOMEDULAR CORTO	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 10 X 180 MM	2015DM-0014034	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			HOJA EN ESPIRAL	TAPON DE SEGURIDAD EN TITANIO PARA CLAVO X 0	2015DM-0014034	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TAPON DE BLOQUEO DE HOJA	HOJA HELICOIDAL DE 10 X 80 MM	2015DM-0014034	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO PARA CIM DE S.O	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO DE 5.0 MM X30	2015DM-0014034	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	8	SET COMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR PARA ANTEPIEDRES DE TOBILLO	CLAVO INTRAMEDULAR DE TOBILLO	CLAVO INTRAMEDULAR DE TORNILLO	2015DM-0014034	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			PERNO DE BLOQUEO	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO DE 5.0 MM X30	2015DM-0014034	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE CIERRE	TAPON DE SEGURIDAD EN TITANIO PARA CLAVO X 0	2015DM-0014034	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
SISTEMA DE PLACA	1	PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA	PLACA ANATOMICA PARA CLAVICULA DE 3.5mm X 6 ORIF	PLACA DE CLAVICULA BLOQUEADA EN S 12Q X 4	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X12	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 12	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
		PLACA ANTEROLATERAL DE CLAVICULA DE 3.5mm X 6 ORIF	PLACA BLOQ DE CLAVICULA ANTEROMEDIAL 12Q X 3	2010DM-0006347	Unidad					FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	

Kubon
Alonso
Alonso

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cobrada (separada, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
2		PLACA ANTEROLAT CLAVICULAR	TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X12	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 12	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
3		PLACA DE CLAVICULA DISTAL	PLACA DE CLAVICULA DISTAL DE 3.5mm X 3 CRIF	PLACA BLOQ DE CLAVICULA ANTERODISTAL DER X 3	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X12	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 12	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 2.7mm	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 10	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
4		PLACA ACROMIOCLAVICULAR	PLACA GANCHO PARA CLAVICULA DE 3.5mm X 3 CRIF	PLACA GANCHO TITANIO ACROMIOCLAVICULAR BLOQUEADA IZQ X 2	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X12	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 12	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
5		PLACA PARA HUMERO PROXIMAL	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL DE 3.5mm X 8 CRIF	PLACA BLOQUEADA TITANIO HUMERO PROX FHH UX * 3	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X12	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 12	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
6		PLACA DE HUMERO DISTAL DORSAL	PLACA PARA HUMERO DISTAL DORSAL DE 3.5mm X 6 CRIF	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ X 3 H	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X12	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 12	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 2.7mm	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 10	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	


 Cabrer
 Oficial
 Alvaro


Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (esqueleto, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
7	PLACA DE HUMERO DISTAL MEDIAL	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL DE 3.5mm X 6 ORIF	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL 12Q. X 4 H	2010DM-0006347	Unidad					FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
		TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X12	2010DM-0006347	Unidad					FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X12	2010DM-0006347	Unidad					FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DE BLOQUEO 2.7mm	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 10	2010DM-0006347	Unidad					FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	PLACA DE OLECRANON	PLACA BLOQUEADA OLECRANAL DE 3.5mm X 7 ORIF	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT X 4	2010DM-0006347	Unidad					FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
		TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X12	2010DM-0006347	Unidad					FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 12	2010DM-0006347	Unidad					FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	PLACA DE OLECRANON ANATOMICA	PLACA DE COMPRESION Y BLOQUEO OLECRANON ANATOMICA DE 3.5 MM X 5 ORIFICIOS	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT X 4	2010DM-0006347	Unidad					FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
		TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X12	2010DM-0006347	Unidad					FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 12	2010DM-0006347	Unidad					FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	PLACA DE CUPULA RADIAL	PLACA PARA CUPULA RADIAL DE 2.4/2.7mm X 3 ORIF	PLACA BLOQUEADA RADIO CUBITAL PX 2.4 X 2 H	2010DM-0006347	Unidad					FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
		TORNILLO CORTICAL DE 2.7mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 2.7 MM X 8	2010DM-0006347	Unidad					FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7mm	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 10	2010DM-0006347	Unidad					FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
11	PLACA PARA RADIO DISTAL	PLACA DE RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE 2.4/2.7mm DE 6 X 3 ORIF	PLACA JUXTA ARTICULAR BLOQUEADA GRIS DE 2.4 ANGULO VARIABLE 12Q X 2	2010DM-0006347	Unidad					FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
		TORNILLO CORTICAL DE 2.7mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 2.7 MM X 8	2010DM-0006347	Unidad					FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7mm	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 10	2010DM-0006347	Unidad					FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	

[Firma]
[Firma]
[Firma]

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida: cotaada (reptabla, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
SISTEMA DE PLACAS	12	PLACA PARA RADIO DISTAL EXTRALARGA	PLACA DE RADIO DISTAL VOLAR EXTRALARGA 2.4/2.7mm X 10 CRIF	PLACA JUXTA ARTICULAR BLOQUEADA GRIS DE 2.4 ANGULO VARIABLE IZQ X 2	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 2.7mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 2,7 MM X 8	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7mm	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 10	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	13	PLACA PARA CUBITO DISTAL	PLACA PARA CUBITO DISTAL CON GANCHO 2.4/2.7mm X 3 CRIF	PLACA PARA CUBITO DISTAL CON GANCHO 2.4/2.7mm X 3 CRIF	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 2.7mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 2,7 MM X 8	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7mm	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 10	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	14	PLACA DE FEMUR PROXIMAL	PLACA PARA FEMUR PROXIMAL 4.5/5.0mm X 10 CRIF	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR PROXIMAL DER 4.5 X 4	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 18	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 20	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			PLACA BLOQUEADA DHS X 8 CRIF	PLACA TUBO DHS 135° X 3	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM X 18	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 20	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DESLIZANTE DE 12mm X 60mm	TORNILLO DESLIZANTE 75 MM	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE COMPRESION PARA DHS DE 4mm X 36mm	TORNILLO SEGURIDAD DHS	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			PLACA CABLE/PERIPROTESICA X 10 CRIF	PLACA CABLE X 6	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 18	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	


 Página 48 de 64

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (cápsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
15			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 20	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			SUPER CABLE ISOELASTICO CON GRILLETE	SUPER CABLE	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	PLACA DE FEMUR DISTAL		PLACA DE FEMUR DISTAL LATERAL DE 4.5/5.0mm X 12 CRIF	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR DISTAL TIPO LISS IZQ X 6	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 18	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 20	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			PLACA BLOQUEADA DCS X 8 CRIF	PLACA TUBO DCS X 95° X 3	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM X 18	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 20	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DESLIZANTE DE 12mm X 60mm	TORNILLO DESLIZANTE 75 MM	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE COMPRESION PARA DCS DE 4mm X 36mm	TORNILLO SEGURIDAD DHS	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	PLACA DE TIBIA PROXIMAL		PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL DE 4.5mm X 9 CRIF	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PROXIMAL LAT IZQ X 5	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 18	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 20	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			PLACA DE TIBIA PROXIMAL EN T DE 4.5mm X 9 CRIF	PLACA ESPECIAL BLOQUEADA TITANIO TIBIA PX EN T ACODADA * 4	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 18	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 20	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	

Roberto Olvera Salazar

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (epitroclea, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SÍ o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
17			PLACA DE TIBIA PROXIMAL EN L DE 1.5mm X 9 CRIF	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PX EN L IZQ ACODADA * 4	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 18	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 20	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	PLACA DE TIBIA DISTAL		PLACA DE TIBIA DISTAL MEDIAL DE 3.5mm X 10 CRIF	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL BLOQUEADA CON LENGUETA DER X 4	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X12	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 12	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			PLACA DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL DE 3.5mm X 8 CRIF	PLACA BLOQ DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL IZQ X 5	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X12	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 12	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
18	PLACA DE PERONE DISTAL		PLACA DE PERONE DISTAL DE 3.5/2.7mm X 8 CRIF	PLACA TITANIO ANATOMICA DE PERONE DISTAL IZQ X 5	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X12	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 12	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 2.7mm	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 10	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA DE 3.5mm X 7 CRIF	PLACA TERCIO DE CAÑA BLOQUEADA X 4 CRF	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X12	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 12	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	



 Kcobon
 Oficina
 Asesor


Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (Información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (estrella, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR I/V	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
DE TORNILLOS	19	PLACAS RECTAS DE 3.5mm	PLACA DCP-LCP DE 3.5mm X 6 CRIF	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP DE 3.5 MM X 4	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA DE 3.5mm X 8 CRIF	PLACA BLOQUEADA TITANIO RECONSTRUCCION 3.5 X 5	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			PLACA RECTA METAFISIARIA DE 3.5mm X 6 CRIF	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP DE 3.5 MM X 4	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X12	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 12	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	20	PLACAS RECTAS DE 4.5mm	PLACA DCP-LCP DE 4.5mm X 6 CRIF ANCHA	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP ANCHA DE 4.5 MM X 6	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			PLACA DCP-LCP DE 4.5mm X 6 CRIF ANGOSTA	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP ANGOSTA DE 4.5 MM X 6	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	1	TORNILLOS CANULADOS	TORNILLO CANULADO DE 4.0mm	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 20	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CANULADO DE 4.5mm	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 20	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CANULADO DE 6.5mm	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 6.5 X 40	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CANULADO DE 7.3mm	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 6.5 X 40	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			ARANDELA PARA TORNILLO CANULADO	ARANDELA TITANIO	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	2	TORNILLOS CORTICALES	TORNILLOS CORTICALES DE 1.5mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 6	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS CORTICALES DE 2.0mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 6	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS CORTICALES DE 2.4mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 6	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS CORTICALES DE 2.7mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 2,7 MM X 8	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS CORTICALES DE 3.5mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X12	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS CORTICALES DE 4.5mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 18	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 1.5mm	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 1.5 X 6	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (caja, blíster, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
SISTEMA	3	TORNILLOS DE BLOQUEO	TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.0mm	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 6	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.4mm	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 6	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.7mm	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 10	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5mm	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 12	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 20	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	4	TORNILLO DE ESPONJOSA	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16mm DE 4.0mm	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TI 4.0 X 10	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32mm DE 4.0 mm	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TI 4.0 X 10	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16mm DE 5.5mm	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TI R/32 6.5 X 30	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32mm DE 6.5mm	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TI R/32 6.5 X 30	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	5	CLAVOS KIRSCH - STEINM	CLAVO DE STEINMAN DESDE 2.0 A 5.0mm	CLAVO DE STEINMAN 0.8 X 200 MM	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
			AGUJA DE KIRSCHNER DESDE 1.0 HASTA 1.8mm	CLAVO DE KIRSCHNER 0.8 X 200 MM	2010DM-0006347	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	1		PLACA 1.2 DE 4 ORIFICIOS S/P	PLACA BLOQUEADA RECTA HD SIST 1.5 X 4H	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	2		PLACA 1.2 EN T DE 5 ORIFICIOS	PLACA BLOQUEADA EN T HD 8X3H SIST 1.5	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	3		PLACA 1.2 EN Y DE 5 ORIFICIOS	PLACA BLOQUEADA EN Y HD 5X2H SIST 1.5	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	4		PLACA 1.2 DE 16 ORIFICIOS	PLACA BLOQUEADA RECTA HD SIST 1.5 X 12H	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	5		PLACA 1.2 3D DE 3 X 2 ORIFICIOS	PLACA BLOQUEADA MATRIX HD 2X2H SIST 1.5	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	6		TORNILLOS 1.2 X 10mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 6	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	7		PLACA 1.7 DE 4 ORIFICIOS S/P	PLACA BLOQUEADA RECTA HD SIST 2.0 X 4H	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	8		PLACA 1.7 EN T DE 6 ORIFICIOS	PLACA BLOQUEADA EN T HD SIST. 2.0 X 9 H / PF 1.3	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	9		PLACA 1.7 EN Y DE 7 ORIFICIOS	PLACA BLOQUEADA EN Y HD SIST. 2.0 X 9 H / PF 1.3	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	


 K. Cabrer
 E. Cabrera
 A. Lopez

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (Información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (especialista, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
MINIFRAGMENTOS - MANO Y PIE	10		PLACA 1.7 DE 16 ORIFICIOS	PLACA BLOQUEADA RECTA HD SIST 2.0 X 16H	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	11		PLACA 1.7 3D DE 3 X 2 ORIFICIOS	PLACA BLOQUEADA MATRIX HD 2X2H SIST 2.0	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	12		PLACA 1.7 EN L DER/IZQ X 6 CRIFICIOS	PLACA BLOQUEADA EN L HD SIST 2.0 X 6H IZQ	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	13		TORNILLOS 1.7 X 12mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 6	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	14		PLACAS CONDILARES 1.7 DER/IZQ X 5 ORIFICIOS	PLACA BLOQUEADA CONDILAR HD 6 X 2H SIST. 2.0	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	15		PLACA 2.3 DE 4 CRIFICIOS S/P	PLACA QUANTUM FOOT RECTA BLOQUEADA MTTF SIST 2.8 X 4 H	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	16		PLACA 2.3 EN T DE 6 ORIFICIOS	PLACA QUANTUM FOOT EN T SIST MTTF 2.8 DE 3X4 H	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	17		PLACA 2.3 EN Y DE 7 ORIFICIOS	PLACA QUANTUM FOOT EN Y SIST MTTF 2.8 DE 3X4 H	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	18		PLACA 2.3 DE 16 ORIFICIOS	PLACA QUANTUM FOOT RECTA BLOQUEADA MTTF SIST 2.8 X 16 H	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	19		PLACA 2.3 3D DE 3 X 2 ORIFICIOS	PLACA MATRIX ANATOMICA QUANTUM FOOT MTTF SIST 2.8 X 7 H	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	20		PLACA 2.3 EN L DER/IZQ X 6 ORIFICIOS	PLACA BLOQUEADA EN L HD SIST 2.8 X 6H IZQ	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	21		PLACA CONDILAR DE COMPRESION 2.3 DER/IZQ X 5 ORIFICIOS	PLACA QUANTUM FOOT CONDILEA EN T SIST MTTF 2.8 DE 3X4 H	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	22		PLACA DE COMPRESION 2.3 DE 4 CRIFICIOS	PLACA DE COMPRESION 2.3 DE 4 CRIFICIOS	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	23		TORNILLO 2.3 X 9mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 6	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	24		MICROTORNILLO CANULADO TIPO HERBERT DE 18mm	TORNILLO MINIHERRBERT TITANIO X 14	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	25		PLACA DE COMPRESION Y BLOQUEO 2.7 X 4 CRIFICIOS	PLACA DE COMPRESION Y BLOQUEO 2.7 X 4 CRIFICIOS	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	26		TORNILLO CORTICAL 2.7 X 12mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 2.7 MM X 8	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	27		TORNILLO DE BLOQUEO 2.7 X 14mm	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 10	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	28		PLACA DE CALCANEOS DE 3.5mm TALLA M	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO PARA CALCANEOS PEQUEÑA	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	

[Firma]
 Kcobier
 Odomu
 A. Lopez


Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (separista, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
	29		TORNILLO CORTICAL 3.5 X 12mm	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X12	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	30		TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 X 14mm	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 12	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	31		ARANDELA PARA TORNILLO DE 3.5mm	ARANDELA TITANIO 4,0	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
	32		TORNILLO PARA ARTRORRISIS	TORNILLO PARA ARTRORRISIS	2018DM-0018509	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	CUMPLE	
SISTEMA DE CLAVOS INTRAMEDULARES	1	SET COMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR DE HUMERO	CLAVO INTRAMEDULAR DE HUMERO	Clavo universal de humero de 8 mm x 180 ti	2012DM-0009336	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado.
			PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE HUMERO	Tornillo de bloqueo para clavo universal de 3.5 mm x 34 mm ti	2012DM-0009336	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado.
			TORNILLO DE CIERRE	Tapon de cierre para clavo universal de humero	2012DM-0009336	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado.
	2	SET COMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 9mm x 38mm	Clavo universal de tibia de 9 mm x 320 mm ti	2012DM-0009333	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado.
			PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE TIBIA	Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 4.5 mm x 35 mm ti	2012DM-0009333	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado.
			TORNILLO DE CIERRE	INCLUIDO EN EL CLAVO	2012DM-0009333	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado.
	4	SET COMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA TPC EXPERT	CLAVO DE TIBIA 11 X 345	CLAVO TIBIAL 8.0X260MM	2012DM-0009336	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado.
			TORNILLO DE CIERRE	TAPON CIERRE TIBIAL X5MM	2012DM-0009336	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado.
			TORNILLO DE BLOQUEO 4,5	TORNILLO TIBIAL BLOQ 4.2X52MM	2012DM-0009336	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado.
			TORNILLO DE BLOQUEO 5,0	TORNILLO CONDILAR 5.0X31MM	2012DM-0009336	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado.
	5	SET COMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 10mm X 360	CLAVO DIAFISIARIO	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE FEMUR	TORNILLO CUELLO FEMORAL	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE CIERRE	TAPON CIERRE FEMORAL	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	6	SET COMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR RETROGRADO	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR RETROGRADO 12mm x 34mm	Clavo retrogrado de femur de 10 mm x 240 mm ti	2012DM-0009338	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado.
			PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE FEMUR	Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 4.5 mm x 50 mm ti	2012DM-0009338	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado.
			TORNILLO DE CIERRE	INCLUIDO EN EL CLAVO	2012DM-0009338	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado.

Kevin
Calleja
Alfaro

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (retractable, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
	7	SET COMPLETO DE CLAVO CEFALOMEDULAR DE FEMUR	CLAVO CEFALOMEDULAR DE FEMUR 11 X 360	CLAVO CEFALOMEDULAR I DER 12X420MM	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			CLAVO CEFALOMEDULAR CORTO	CLAVO CEFALOMEDULAR I 9.0X200MM	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			HOJA EN ESPIRAL	HOJA EN ESPIRAL	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TAPON DE BLOQUEO DE HOJA	TAPON CEFALOMEDULAR	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO PARA CIH DE 5.0	TORNILLO BLOC 5.0	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	8	SET COMPLETO DE CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARTRODESIS DE TOBILLO	CLAVO INTRAMEDULAR DE TOBILLO	Clavo retrogrado de 10 mm x 240 mm ti	2012DM-0009338	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado.
			FERRO DE BLOQUEO	Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 4.5 mm x 50 mm ti	2012DM-0009338	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado.
			TORNILLO DE CIERRE	INCLUIDO EN EL CLAVO	2012DM-0009338	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario de la oferta no corresponde con el producto solicitado.
	1	PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA	PLACA ANATOMICA PARA CLAVICULA DE 3.5mm X 6 ORIF	PLACA DIAFISIARIA CLAVICULA	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5mm	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO BLOC AV	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	2	PLACA ANTEROLATERAL DE CLAVICULA	PLACA ANTEROLATERAL DE CLAVICULA DE 3.5mm X 6 ORIF	PLACA ANTERO-SUPERIOR CLAVICULA	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5mm	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	3	PLACA DE CLAVICULA DISTAL	PLACA DE CLAVICULA DISTAL DE 3.5mm X 3 ORIF	PLACA ANTERO-SUPERIOR CLAVICULA II	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5mm	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 2.7mm	TORNILLO DE BLOQUEO 2.7mm	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	4	PLACA ANTEROLATERAL DE CLAVICULA	PLACA GANCHO PARA CLAVICULA DE 3.5mm X 3 ORIF	PLACA GANCHO CLAVICULA 3.5	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5mm	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	



 KUBAN
 O. MORA
 A. HERRERA

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (ej: tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
		ACRON	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	2016DM-001562	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	5	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL DE 3.5mm X 8 ORIF	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO PROXIMAL X 3H	2019DM-0003484R1	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5mm	2019DM-0003484R1	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	2019DM-0003484R1	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	6	PLACA DE HUMERO DISTAL DORSAL	PLACA PARA HUMERO DISTAL DORSAL DE 3.5mm X 6 ORIF	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 3H	2019DM-0003484R1	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5mm	2019DM-0003484R1	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	2019DM-0003484R1	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 2.7mm	LA PLACA NO MANEJA TORNILLO DE 2.7		Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA			CUMPLE	
	7	PLACA DE HUMERO DISTAL MEDIAL	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL DE 3.5mm X 6 ORIF	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 3H	2019DM-0003484R1	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5mm	2019DM-0003484R1	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	2019DM-0003484R1	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 2.7mm	LA PLACA NO MANEJA TORNILLO DE 2.7		Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA			CUMPLE	
	8	PLACA DE OLECRANON	PLACA BLOQUEADA OLECRANAL DE 3.5mm X 7 ORIF	Placa de compresion y bloqueo olecranal de 3.5 mm x 3 x 4 orif. ti	2015DM-0012974	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	Tornillo cortical de 3.5 mm x 20 mm ti	2015DM-0012974	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	Tornillo de bloqueo de 3.5 mm x 34 mm ti	2015DM-0012974	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	9	DE OLECRANON ANATOMICA	PLACA DE COMPRESION Y BLOQUEO OLECRANON ANATOMICA DE 3.5 MM X 5 CRIFICIOS	Placa de compresion y bloqueo olecranal anatomica de 3.5 mm der. x 6 orif. Ti	2015DM-0012974	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	Tornillo cortical de 3.5 mm x 20 mm ti	2015DM-0012974	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	



 Karlos

 11/07/2020

 Página 56 de 64

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (Información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (epitabla, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
SISTEMA DE PLACAS	10	PLACA	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	Tornillo de bloqueo de 3.5 mm x 34 mm ti	2015DM-0012974	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		PLACA DE CÚPULA RADIAL	PLACA PARA CÚPULA RADIAL DE 2.4/2.7mm X 3 CRIF	Placa de cúpula radial de 2.4/2.7 x 3orif AV comb. ti.	2015DM-0012974	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 2.7mm	Tornillo cortical de 2.7 mm x 14 mm ti	2015DM-0012974	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7mm	Tornillo de bloqueo de 2.7 mm x 32 mm ti	2015DM-0012974	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	11	PLACA PARA RADIO DISTAL	PLACA DE RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE 2.4/2.7mm DE 6 X 3 CRIF	PLACA RADIO DISTAL AV 6X2 CRIF	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 2.7mm	TORNILLO CORTICAL DE 2.7mm	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7mm	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7mm	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	12	PLACA PARA RADIO DISTAL EXTRALARGA	PLACA DE RADIO DISTAL VOLAR EXTRALARGA 2.4/2.7mm X 10 CRIF	Placa compresion y bloqueo radio distal volar extralarga 2.4/2.7mm 12orifcom ti	2015DM-0012974	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 2.7mm	Tornillo cortical de 2.7 mm x 14 mm ti	2015DM-0012974	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7mm	Tornillo de bloqueo de 2.7 mm x 32 mm ti	2015DM-0012974	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	13	PLACA PARA CUBITO DISTAL	PLACA PARA CUBITO DISTAL CON GANCHO 2.4/2.7mm X 3 CRIF	PLACA RECTA RADIO DISTAL 2,4	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 2.7mm	TORNILLO CORTICAL DE 2.7mm	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7mm	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7mm	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			PLACA PARA FEMUR PROXIMAL 4.5/5.0mm X 10 CRIF	PLACA FEMUR PROXIMAL LATERAL	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			PLACA BLOQUEADA DHS X 8 CRIF	Placa DHS Bloqueada de 6 orif. x 135° ti	2015DM-0012974	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (caja, tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
14	PLACA DE FEMUR PROXIMAL	TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	Tornillo cortical de 4.5 mm x 34 mm ti	2015DM-0012974	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm x 34 mm ti	2015DM-0012974	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DESLIZANTE DE 12mm X 60mm	Tornillo deslizante para DHS bloqueado de 12 mm x 60 mm ti	2015DM-0012974	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DE COMPRESION PARA DHS DE 4mm X 36mm	Tornillo de compresion para DHS bloqueado de 4 mm x 36 mm ti	2015DM-0012974	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		PLACA CABLE/PERIPROTESICA X 10 CRIF	PLACA AEC PARA FEMUR PROXIMAL PERIPROTESICA DER DE 6	2010DM-0006102	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	2010DM-0006102	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	2010DM-0006102	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		SUPER CABLE ISOELASTICO CON GRILLETE	SUPER CABLE ISOELASTICO CON GRILLETE	2010DM-0006102	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	PLACA DE FEMUR DISTAL	PLACA DE FEMUR DISTAL LATERAL DE 4.5/5.0mm X 12 CRIF	PLACA FEMUR DISTAL LATERAL 12Q 6 CRIF (158MM)	2016DM-0015662	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	2016DM-0015662	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	2016DM-0015662	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		PLACA BLOQUEADA DCS X 8 CRIF	PLACA LHO bloqueada de 6 unid. x 135° ti	2015DM-0012974	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	Tornillo cortical de 4.5 mm x 34 mm ti	2015DM-0012974	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm x 34 mm ti	2015DM-0012974	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DESLIZANTE DE 12mm X 60mm	Tornillo deslizante para DHS bloqueado de 12 mm x 60 mm ti	2015DM-0012974	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DE COMPRESION PARA DCS DE 4mm X 36mm	Tornillo de compresion para DHS bloqueado de 4 mm x 36 mm ti	2015DM-0012974	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
15	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL DE 4.5mm X 9 CRIF	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL 3.5 / 4.5 12Q 4 CRIF (93MM)	2016DM-0015662	Unidad						YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	2016DM-0015662	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	2016DM-0015662	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	

[Firma manuscrita]
 Págs 58 de 61

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (ej: tableta, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
16	PLACA DE TIBIA PROXIMAL	PLACA DE TIBIA PROXIMAL EN T DE 4.5mm X 9 CRIF	PLACA DE TIBIA PROXIMAL EN T DE 4.5mm X 9 CRIF	2016DM-0015662	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	2016DM-0015662	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	2016DM-0015662	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		PLACA DE TIBIA PROXIMAL EN L DE 4.5mm X 9 CRIF	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL 3.5 IZQ 4 CRIF (81MM)	2016DM-0015662	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm	2016DM-0015662	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0mm	2016DM-0015662	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	PLACA DE TIBIA DISTAL	PLACA DE TIBIA DISTAL MEDIAL DE 3.5mm X 10 CRIF	PLACA TIBIA MEDIAL DISTAL II 3.5 IZQ 4 CRIF (59MM)	2016DM-0015662	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5mm	2016DM-0015662	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	2016DM-0015662	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		PLACA DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL DE 3.5mm X 8 CRIF	PLACA TIBIA DISTAL LATERAL 3.5 DER 7 CRIF (97MM)	2016DM-0015662	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE 3,5 X 10MM	2016DM-0015662	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	2016DM-0015662	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
18	PLACA DE PERONE DISTAL	PLACA DE PERONE DISTAL DE 3.5/2.7mm X 8 CRIF	PLACA INNOBLOX ANATOMICA PERONE DISTAL LATERAL IZQ. X 3H	2015DM-0003484R1	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5mm	2015DM-0003484R1	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	2015DM-0003484R1	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DE BLOQUEO 2.7mm	LA PLACA NO MANEJA TORNILLO DE 2.7	2015DM-0003484R1	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA DE 3.5mm X 7 CRIF	Placa 1/3 de caña bloqueada de 3.5mm x 4crif, con bi.	2015DM-0012974	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		TORNILLO CORTICAL 3.5mm	TORNILLO CORTICAL 3.5mm	2015DM-0012974	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	2015DM-0012974	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
		PLACA DCP-LCP DE 3.5mm X 6 CRIF	Placa de compresion y bloqueo de 3.5 mm x 8 orif con Ti	2017DM-0016018	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General														
SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (esqueleto, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (Sí o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
SISTEMA DE TORNILLOS	19	PLACAS RECTAS DE 3.5mm	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA DE 3.5mm X 8 CRIF	Placa de compresion y bloqueo de reconstrucción de 3.5 mm x 8 orif. ti	2015DM-0012974	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			PLACA RECTA METAFISIARIA DE 3.5mm X 6 CRIF	Placa de compresion y bloqueo metafisiaria de 3.5 mm x 6 orif. TI	2015DM-0012974	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CORTICAL 3.5mm	Tornillo cortical de 3.5 mm x 20 mm ti	2015DM-0012974	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO DE BLOQUEO 3.5mm	Tornillo de bloqueo de 3.5 mm x 34 mm ti	2015DM-0012974	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	20	PLACAS RECTAS DE 4.5mm	PLACA DCP-LCP DE 4.5mm X 6 CRIF ANCHA	Placa de compresion y bloqueo ancha de 4,5/5.0 mm x 10 orif com ti	2017DM-0016018	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			PLACA DCP-LCP DE 4.5mm X 6 CRIF ANGOSTA	Placa de compresion y bloqueo estrecha de 4,5/5.0 mm x 10 orif com ti	2017DM-0016018	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	1	TORNILLOS CANULADOS	TORNILLO CANULADO DE 4.0mm	TORNILLO CANULADO DE 4.0mm	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CANULADO DE 4.5mm	TORNILLO CANULADO DE 4.5mm	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CANULADO DE 6.5mm	TORNILLO CANULADO DE 6.5mm	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO CANULADO DE 7.3mm	TORNILLO CANULADO DE 7.3mm	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			ARANDELA PARA TORNILLO CANULADO	ARANDELA PARA TORNILLO CANULADO	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	2	TORNILLOS CORTICALES	TORNILLOS CORTICALES DE 1.5mm	TORNILLO CORTICAL 5 MM SIST 1.3	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS CORTICALES DE 2.0mm	TORNILLO CORTICAL 6 MM SIST 2.0 MINI	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS CORTICALES DE 2.4mm	TORNILLOS CORTICALES DE 2.4mm	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS CORTICALES DE 2.7mm	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7mm	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
TORNILLOS CORTICALES DE 3.5mm			TORNILLOS CORTICALES DE 3.5mm	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE		
TORNILLOS CORTICALES DE 4.5mm			TORNILLOS CORTICALES DE 4.5mm	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE		
3	DE BLOQUEO	TORNILLO DE BLOQUEO 1.5mm	TORNILLO BLOQ Ø 1.7 X 4MM CROSS	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE		
		TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.0mm	TORNILLO BLOQ Ø 1.9 X 5MM CROSS	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE		
		TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.4mm	TORNILLO BLOQ Ø 2.3 X 5MM CROSS	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE		

Leonor
 Obregon
 11/11/2020

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (epitabla, clácula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
4	TORNILLOS	TORNILLOS	TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.7mm	TORNILLO BLOQ 2.7 X 8MM	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5mm	TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5mm	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLOS DE BLOQUEO DE 5.0mm	TORNILLOS DE BLOQUEO DE 5.0mm	2016DM-0015662	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	TORNILLO DE ESPONJOSA	TORNILLO DE ESPONJOSA	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16mm DE 4.0mm	Tornillo esponjoso rosca parcial 4.0 mm x 16 mm ti	2015DM-0012974	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32mm DE 4.0 mm	Tornillo esponjoso rosca total 4.0 mm x 16 mm ti	2015DM-0012974	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16mm DE 6.5mm	Tornillo esponjoso rosca 16 mm de 6.5 mm x 90 mm ti	2015DM-0012974	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32mm DE 6.5mm	Tornillo esponjoso rosca 32 mm de 6.5 mm x 100 mm ti	2015DM-0012974	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	5	CLAVOS KIRSCHNER - STEINMANN	CLAVO DE STEINMANN DESDE 2.0 A 5.0mm	CLAVO DE STEINMANN DESDE 2.0 A 5.0mm	2012DM-0009331	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
			AGUJA DE KIRSCHNER DESDE 1.0 HASTA 1.8mm	AGUJA DE KIRSCHNER DESDE 1.0 HASTA 1.8mm	2012DM-0009331	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
1	1	PLACA 1.2 DE 4 ORIFICIOS S/P	PLACA 1.2MM DE FIJACION DE 4 ORIFICIOS XS	2010DM-004584-R1	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	2	PLACA 1.2 EN T DE 5 ORIFICIOS	PLACA 1.2MM DE FIJACION EN T 5 ORIFICIOS XS	2010DM-004584-R1	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	3	PLACA 1.2 EN Y DE 5 ORIFICIOS	PLACA 1.2MM DE FIJACION EN Y 5 ORIF. XS	2010DM-004584-R1	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	4	PLACA 1.2 DE 16 ORIFICIOS	PLACA 1.2MM DE FIJACION 16 ORIFICIOS XS	2010DM-004584-R1	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	5	PLACA 1.2 3D DE 3 X 2 ORIFICIOS	PLACA 1.2MM DE FIJACION 3D DE 3X2 ORIFICIOS XS	2010DM-004584-R1	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	6	TORNILLOS 1.2 X 10mm	TORNILLO XS DE 1.2 X 10MM	2010DM-004584-R1	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	7	PLACA 1.7 DE 4 ORIFICIOS S/P	PLACA 1.7MM DE FIJACION 4 ORIF. S	2010DM-004584-R1	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	8	PLACA 1.7 EN T DE 6 ORIFICIOS	PLACA 1.7MM DE FIJACION T 6 ORIF. S	2010DM-004584-R1	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	9	PLACA 1.7 EN Y DE 7 ORIFICIOS	PLACA 1.7MM DE FIJACION Y 7 ORIF. S	2010DM-004584-R1	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	10	PLACA 1.7 DE 16 ORIFICIOS	PLACA 1.7MM DE FIJACION 16 ORIF. S	2010DM-004584-R1	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	11	PLACA 1.7 3D DE 3 X 2 ORIFICIOS	PLACA 1.7MM DE FIJACION 3D 2X2 ORIFICIOS S	2010DM-004584-R1	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	12	PLACA 1.7 EN L DER/IZQ X 6 ORIFICIOS	PLACA 1.7MM DE FIJACION L DER/IZQ. 6 ORIF. S	2010DM-004584-R1	Unidad					YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	



 Karla Patricia Fuertes Mejia


Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (epitabla, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
MINIFRAGMENTOS - MANO Y PIE	13		TORNILLOS 1.7 X 12mm	TORNILLOS 1.7 X 12mm	2010DM-004584-R1	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	14		PLACAS CONDILARES 1.7 DER/IZQ X 5 ORIFICIOS	PLACAS CONDILARES 1.7 DER/IZQ X 5 ORIFICIOS	2010DM-004584-R1	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	15		PLACA 2.3 DE 4 CRIFICIOS S/P	PLACA 2.3MM DE FIJACION 4 ORIF. M	2010DM-004584-R1	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	16		PLACA 2.3 EN T DE 6 CRIFICIOS	PLACA 2.3MM DE FIJACION EN T 6 ORIF.M	2010DM-004584-R1	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	17		PLACA 2.3 EN Y DE 7 CRIFICIOS	PLACA 2.3MM DE FIJACION EN Y 7 ORIF.M	2010DM-004584-R1	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	18		PLACA 2.3 DE 16 ORIFICIOS	PLACA 2.3MM DE FIJACION 16 ORIFICIOS M	2010DM-004584-R1	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	19		PLACA 2.3 3D DE 3 X 2 CRIFICIOS	PLACA 2.3MM DE FIJACION 3D 3X2 ORIFICIOS M	2010DM-004584-R1	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	20		PLACA 2.3 EN L DER/IZQ X 6 ORIFICIOS	PLACA 2.3MM DE FIJACION EN L DER. 6 ORIF.M	2010DM-004584-R1	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	21		PLACA CONDILAR DE COMPRESION 2.3 DER/IZQ X 5 CRIFICIOS	PLACA 2.3MM DE COMPR. PARA CONDILO 5 ORIF. IZQ. M	2010DM-004584-R1	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	22		PLACA DE COMPRESION 2.3 DE 4 CRIFICIOS	PLACA 2.3MM DE COMPRESION 4 ORIFICIOS M	2010DM-004584-R1	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	23		TORNILLO 2.3 X 9mm	TORNILLO L/M DE 2.3 X 9MM	2010DM-004584-R1	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	24		MICROTORNILLO CANULADO TIPO HERBERT DE 18mm	TORNILLO CANULADO HERBERT 2.4X18MM RC	2011DM-0008381	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	25		PLACA DE COMPRESION Y BLOQUEO 2.7 X 4 CRIFICIOS	Placa de compresion y bloqueo Hiri de 2.7 mm recta x 4 onf con H.	2017DM-0016018	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	26		TORNILLO CORTICAL 2.7 X 12mm	Tornillo cortical de 2.7 mm x 12 mm H	2015DM-0012974	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	27		TORNILLO DE BLOQUEO 2.7 X 14mm	Tornillo de bloqueo de 2.7 mm x 14 mm H	2015DM-0012974	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	28		PLACA DE CALCANEOS DE 3.5mm TALLA M	PLACA DE CALCANEOS DE 3.5mm TALLA M	2010DM-004584-R1	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	29		TORNILLO CORTICAL 3.5 X 12mm	TORNILLO CONVENCIONAL DE 3,5	2010DM-004584-R1	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	30		TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 X 14mm	TORNILLO HEXAGONAL DE 3,5 X 14 MM, CABEZA ROSCADA	2010DM-004584-R1	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	31		ARANDELA PARA TORNILLO DE 3.5mm	ARANDELA PARA TORNILLOS DE 3,5 MM	2010DM-004584-R1	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
	32		TORNILLO PARA ARTRORRISIS	TORNILLO CONICO PARA ARTRORRISIS DE 16 X 8 MM	2012DM-0009394	Unidad				YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020 Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (ej: tableta, capsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
CUMPLIMIENTO CRITERIOS HABILITANTES POR OFERENTES PROCESO FAR-IP-008-2020														
Oferente	Cuenta con BPM y CCA (Cumple, NO Cumple o No Aplica)		Autorizado como distribuidor mayorista (Cumple, NO Cumple o No Aplica)		Experiencia (Cumple, NO Cumple o No Aplica)	Presenta todos los productos del proceso (SI, NO)		Conceptos de los MD Especialistas		Resultado Final (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observación: (motivo por el cual NO CUMPLE)			
SINAPSIS	NO APLICA		CUMPLE		CUMPLE	NO CUMPLE		Favorable		NO CUMPLE	1. Dentro del portafolio ofertado no se encuentra el 100% de los productos solicitados. 2. Los registros sanitarios de los siguientes productos ofertados, no corresponden a los productos solicitados: Sistema de clavos intramedulares: ítem 1, ítem 6, Sistema de placas: ítem 1 Sistema de tornillos: ítem 2 (tornillos corticales de 1.5mm y tornillos corticales de 2.0mm) ítem 3 (Tornillo de bloqueo 1.5mm), ítem 4 (Tornillo esponjoso rosca 32mm de 6.5mm) Minifragmentos - mano y pie: ítem 1, 2,3,4,5,6,7,8,9, ítem 13, 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, ítem 25, 26,27			
ROSA MARY FAJARDO ARCOS	NO APLICA		CUMPLE		CUMPLE	SI		Concepto: FAVORABLE Justificación: la propuesta incluye el 100% de productos ofertados, además cumple con las especificaciones técnicas.		CUMPLE				
LÍNEAS HOSPITALARIAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	SI		Favorable. Con observaciones: - En el sistema de placas no suministra la placa cable con las especificaciones solicitadas para fracturas periprotésicas. -Tener en cuenta el tipo de material utilizado acero o titanio ya que los precios son diferentes		NO CUMPLE	El registro sanitario del ítem 12 de Minifragmentos - Mano y Pie, no corresponde con el producto solicitado			
UNICH TEMPORAL BIOINTER	CUMPLE		NO APLICA		CUMPLE	SI		Concepto: FAVORABLE Justificación: la propuesta incluye el 100% de productos ofertados, pese a que no cumplen con las especificaciones técnicas de los productos (clavo de humero, clavo para artrodesis de tobillo y placa cable) los mismos pueden ser reemplazados por otro dispositivo.		NO CUMPLE	Los registros sanitarios de los siguientes productos ofertados, no corresponden a los productos solicitados: SISTEMA DE CLAVOS INTRAMEDULARES de los ítems 1 y 8 SISTEMA DE PLACAS ítems 14 (Placa Cable/Periprotésica X 10 Orif y Super Cable Isoelástico Con Grillete)			
OLGA ALICIA BURBANO	NO APLICA		CUMPLE		NO CUMPLE	NO		No Favorable: Su portafolio ofertado es mínimo y no tiene alternativas		NO CUMPLE	1.El proponente no oferta el 100% de los productos descritos en el pliego de condiciones tal como se solicita en los mismos; por tal motivo no se realiza evaluación técnica de los productos ofertados. 2. Los contratos allegados a la oferta, no acreditan la experiencia del oferente con el objeto y no supera el presupuesto oficial de este proceso. Además no se adicionó el acta final, terminación, liquidación o certificación expedida por la entidad contratante			
FIJACIÓN EXTERNA	CUMPLE		NO APLICA		CUMPLE	SI		Favorable: La propuesta del oferente y portafolio incluye el 100% de los productos ofertados necesarios y cumplen con la descripción y especificaciones técnicas solicitadas		CUMPLE				
YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	NO APLICA		CUMPLE		NO CUMPLE	CUMPLE		Favorable		NO CUMPLE	1. El presupuesto de los contratos en los que se acredita la experiencia del oferente con el objeto no es igual o mayor al valor del presente, no allega copia de los contratos que acrediten la experiencia 2. Los registros sanitarios de los siguientes productos ofertados, no corresponden a los productos solicitados: Sistema de clavos intramedulares: ítem 1, 2, 4, 5 y 8			



 KUN...

 C...

 ...

 Página 63 de 64

Evaluación Técnica de materiales de osteosíntesis, proceso FAR-IP-008-2020-Trauma General

SISTEMA	ITEM	SUBSISTEMA	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (repetible, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	VALOR IVA	Valor unitario incluido IVA	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SÍ o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
---------	------	------------	--------------------	---	--------------------	--	--	-----------	-----------------------------	----------	-------------------------------	--	---	--

ASPECTOS TÉCNICOS PARA PONDERACIÓN

Oferente	Tiempo de entrega/Tiempo de respuesta (horas)	Cumple certificación de no presentar eventos adversos serios	Cumple certificación de no presentar eventos adversos NO serios
SINAPSIS	Cirugías programadas: entre 12 a 24 horas Cirugías de urgencias: Máximo hasta una hora	No presentó eventos adversos serios	No presentó eventos NO adversos serios
ROSA MARY FAJARDO ARCOS	Cirugías Programadas: entre 12 a 24 horas Cirugías Urgentes: hasta 1 hora	No presentó eventos adversos serios	No presentó eventos NO adversos serios
LÍNEAS HOSPITALARIAS	Cirugías Programadas: 24 horas Cirugías de Urgencias: 2 horas	Revisión base de datos: 0 eventos adversos serios	revisión base de datos 0 eventos adversos no serios
UNION TEMPORAL BIOINTER	Cirugías Programadas: entre 12 a 24 horas Cirugías Urgentes: hasta 1 hora	Allega certificación con un (1) evento adverso serio	Allega certificación con cero (0) evento adverso No serios
YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	Para cirugías programadas entre 12 y 24 horas para cirugías urgentes: hasta 1 hora	No presentó eventos adversos serios	No presentó eventos NO adversos serios
OLGA ALICIA BURBANO	No establece tiempo de respuesta. Solo describe "Inmediata a programación de cirugía"	No allega certificación expedida y suscrita por la entidad contratante donde entregó y suministro el material de osteosíntesis para acreditar que no se han presentado eventos adversos serios	No allega certificación expedida y suscrita por la entidad contratante donde entregó y suministro el material de osteosíntesis para acreditar que no se han presentado eventos adversos no serios
FIJACION EXTERNA	Cirugías Programadas de 12 horas a 24 horas Cirugías de Urgencias: 1 hora	Revisión base de datos: 2 eventos adversos serios	revisión base de datos: 0 eventos adversos no serios

E. Herrera

QF Enis Herrera (Servicio Farmacéutico)

Ana Sibaja

QF Ana Sibaja (Servicio Farmacéutico)

K. Cabrera

QF Karol Cabrera (Servicio Farmacéutico)

Tomás Valencia

QF Tomás Valencia (Servicio Farmacéutico)