


Evaluación Técnica, proceso FAR-IP-010-2020 Reemplazos Articulares

ITEM	SUBGRUPO	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (separables, piezas, arpoza, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	IVA	Valor cotizado por unidad (IVA incluido)	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
1	PROTESIS DE HOMBRO	METAGLENA	METAGLENA	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		TORNILLOS	TORNILLOS	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		GLENERERA	GLENERERA	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		VASTAGO HUMERAL	VASTAGO HUMERAL	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		COTILO HUMERAL	COTILO HUMERAL	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		RESTRICTOR DE CEMENTO	RESTRICTOR DE CEMENTO	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		CEMENTO	CEMENTO	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario ofertado no corresponde con el solicitado
		COPA CEMENTADA	COPA CEMENTADA	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		COPA NO CEMENTADA	COPA NO CEMENTADA	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		CABEZA	CABEZA	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		INSERTO	INSERTO	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		VASTAGO CEMENTADO	VASTAGO CEMENTADO	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		VASTAGO NO CEMENTADO	VASTAGO NO CEMENTADO	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		TORNILLO ESPONJOSOS	TORNILLO ESPONJOSOS	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
2	PROTESIS DE CADERA PRIMARIA CEMENTADA Y NO CEMENTADA	RESTRICTOR DE CEMENTO	RESTRICTOR DE CEMENTO	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario ofertado no corresponde con el solicitado
		CEMENTO OSEO CONVENCIONAL	CEMENTO OSEO CONVENCIONAL	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario ofertado no corresponde con el solicitado
		VASTAGO CEMENTADO / NO CEMENTADO	VASTAGO CEMENTADO / NO CEMENTADO	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		COPA BIPOLAR	COPA BIPOLAR	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		CABEZA	CABEZA	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		RESTRICTOR DE CEMENTO	RESTRICTOR DE CEMENTO	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		CEMENTO OSEO	CEMENTO OSEO	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario ofertado no corresponde con el solicitado
		PROTESIS DE THOMPSON No. 43	PROTESIS DE THOMPSON No. 43	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario ofertado no corresponde con el solicitado
		RESTRICTOR DE CEMENTO	RESTRICTOR DE CEMENTO	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario ofertado no corresponde con el solicitado
		CEMENTO OSEO CONVENCIONAL	CEMENTO OSEO CONVENCIONAL	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario ofertado no corresponde con el solicitado
		VASTAGO CEMENTADO / NO CEMENTADO	VASTAGO CEMENTADO / NO CEMENTADO	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		COPA BIPOLAR	COPA BIPOLAR	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	

Evaluación Técnica, proceso FAR-IP-010-2020 Reemplazos Articulares


ITEM	SUBGRUPO	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (especificar, digitar, arropo, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	IVA	Valor cotizado por unidad (IVA incluido)	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
	PROTESIS	CEMENTO OSEO	CEMENTO OSEO	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario ofertado no corresponde con el solicitado
3	PROTESIS DE CADERA HIBRIDA	CCPA NO CEMENTADA	CCPA NO CEMENTADA	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		INSERTO	INSERTO	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		CABEZA	CABEZA	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		VASTAGO CEMENTADO	VASTAGO CEMENTADO	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		RESTRICTOR DE CEMENTO	RESTRICTOR DE CEMENTO	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		CEMENTO OSEO	CEMENTO OSEO	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario ofertado no corresponde con el solicitado
4	PROTESIS DE CADERA DOBLE MOVILIDAD	INSERTO	INSERTO	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		CCPA	CCPA	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		CABEZA	CABEZA	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		VASTAGO	VASTAGO	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
5	PROTESIS DE CUPULA RADIAL	VASTAGO RADIAL 7MM CUELLO 13MM	VASTAGO RADIAL 7MM CUELLO 13MM	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		CABEZA RADIAL 18MM	CABEZA RADIAL 18MM	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
6	PROTESIS DE RODILLA PRIMARIA	COMPONENTE FEMORAL	COMPONENTE FEMORAL	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		COMPONENTE TIBIA	COMPONENTE TIBIA	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		INSERTO	INSERTO	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		PATELA	PATELA	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	SI	CUMPLE	
		CEMENTO OSEO	CEMENTO OSEO	2012DM-0009024	Unidad				MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Vigente	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario ofertado no corresponde con el solicitado
		METAGLENA	METAGLENA	2012DM-0009024	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	NO CUMPLE	Concepto medico de especialista no favorable
FESIS DE HOMBRO		TORNILLOS	TORNILLOS	2012DM-0009024	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	NO CUMPLE	Concepto medico de especialista no favorable
		GUINCHERA	GUINCHERA	2012DM-0009024	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	NO CUMPLE	Concepto medico de especialista no favorable
		VASTAGO HUMERAL	VASTAGO HUMERAL	2012DM-0009024	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	NO CUMPLE	Concepto medico de especialista no favorable
		COTILO HUMERAL	COTILO HUMERAL	2012DM-0009024	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	NO CUMPLE	Concepto medico de especialista no favorable



 Página 2 de 12

Evaluación Técnica, proceso FAR-IP-010-2020 Reemplazos Articulares

ITEM	SUBGRUPO	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (sistema, dosis, ampolla, unidades, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	IVA	Valor cotizado por unidad (IVA incluido)	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
1	PROTESIS DE CADERA PRIMARIA CEMENTADA Y NO CEMENTADA	RESTRICTOR DE CEMENTO	RESTRICTOR DE CEMENTO	2012DM-0009024	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	NO CUMPLE	Concepto médico de especialista no favorable
		CEMENTO	CEMENTO	2012DM-0005024	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	NO	NO CUMPLE	1. Concepto médico de especialista no favorable 2. El registro sanitario ofertado no corresponde con el solicitado
		COPA CEMENTADA	COPA CEMENTADA	2012DM-0001258-R1	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	NO CUMPLE	Concepto médico de especialista no favorable
		COPA NO CEMENTADA	COPA NO CEMENTADA	2012DM-0001258-R1	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	NO CUMPLE	Concepto médico de especialista no favorable
		CABEZA	CABEZA	2012DM-0001258-R1	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	NO	NO CUMPLE	1. Concepto médico de especialista no favorable 2. El portafolio solo ofrece cabezas No. 28 mm
		INSERTO	INSERTO	2012DM-0001258-R1	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	NO CUMPLE	Concepto médico de especialista no favorable
		VASTAGO CEMENTADO	VASTAGO CEMENTADO	2012DM-0001258-R1	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	NO CUMPLE	Concepto médico de especialista no favorable
		VASTAGO NO CEMENTADO	VASTAGO NO CEMENTADO	2012DM-0001258-R1	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	NO CUMPLE	Concepto médico de especialista no favorable
		TORNILLO ESPONJOSOS	TORNILLO ESPONJOSOS	2012DM-0001258-R1	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	NO CUMPLE	Concepto médico de especialista no favorable
		RESTRICTOR DE CEMENTO	RESTRICTOR DE CEMENTO	2012DM-0001258-R1	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	NO CUMPLE	Concepto médico de especialista no favorable
		CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO	2012DM-0001258-R1	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	NO	NO CUMPLE	1. Concepto médico de especialista no favorable 2. El registro sanitario ofertado no corresponde con el solicitado
		CEMENTO OSEO CONVENCIONAL	CEMENTO OSEO CONVENCIONAL	2012DM-0001258-R1	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	NO	NO CUMPLE	Concepto médico de especialista no favorable
		VASTAGO CEMENTADO / NO CEMENTADO	VASTAGO CEMENTADO / NO CEMENTADO	2012DM-0001258-R1	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	NO CUMPLE	Concepto médico de especialista no favorable
		COPA BIPOLAR	COPA BIPOLAR	2012DM-0001258-R1	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	NO CUMPLE	Concepto médico de especialista no favorable
L Y BIPOLAR CEMENTADA / NO CEMENTADA		CABEZA	CABEZA	2012DM-0001258-R1	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	NO	NO CUMPLE	1. Concepto médico de especialista no favorable 2. El portafolio solo ofrece cabezas No. 28 mm
		RESTRICTOR DE CEMENTO	RESTRICTOR DE CEMENTO	2012DM-0001258-R1	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	NO CUMPLE	Concepto médico de especialista no favorable



 Página 3 de 12

Evaluación Técnica, proceso FAR-IP-010-2020 Reemplazos Articulares

ITEM	SUBGRUPO	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (regulada, propia, mixta, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	IVA	Valor cotizado por unidad (IVA incluido)	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
2	PROTESIS DE CADERA PARCIA CEMENTADA	CEMENTO OSEO	CEMENTO OSEO	20120M-0001258-R1	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	NO	NO CUMPLE	1. Concepto médico de especialista no favorable 2. El registro sanitario ofertado no corresponde con el solicitado
		PROTESIS DE THOMPSON No. 43	PROTESIS DE THOMPSON No. 43	20120M-0001258-R1	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	NO CUMPLE	Concepto médico de especialista no favorable
		RESTRICTOR DE CEMENTO	RESTRICTOR DE CEMENTO	20120M-0001258-R1	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	NO CUMPLE	Concepto médico de especialista no favorable
		CEMENTO OSEO	CEMENTO OSEO	20120M-0001258-R1	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	NO	NO CUMPLE	1. Concepto médico de especialista no favorable 2. El registro sanitario ofertado no corresponde con el solicitado
3	PROTESIS DE CADERA HIBRIDA	CCPA NO CEMENTADA	CCPA NO CEMENTADA	20120M-0009024	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	NO CUMPLE	Concepto médico de especialista no favorable
		INSERTO	INSERTO	20120M-0009024	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	NO CUMPLE	Concepto médico de especialista no favorable
		CABEZA	CABEZA	20120M-0009024	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	NO	NO CUMPLE	1. Concepto médico de especialista no favorable 2. El portafolio solo ofrece cabezas No. 28 mm
		VASTAGO CEMENTADO	VASTAGO CEMENTADO	20120M-0009024	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	NO CUMPLE	Concepto médico de especialista no favorable
4	PROTESIS DE CADERA DOBLE MOVILIDAD	RESTRICTOR DE CEMENTO	RESTRICTOR DE CEMENTO	20120M-0009024	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	NO CUMPLE	Concepto médico de especialista no favorable
		CEMENTO OSEO	CEMENTO OSEO	20120M-0009024	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	NO	NO CUMPLE	1. Concepto médico de especialista no favorable 2. El registro sanitario ofertado no corresponde con el solicitado
		INSERTO	INSERTO	20120M-0001342-R1	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	NO CUMPLE	Concepto médico de especialista no favorable
		CCPA	CCPA	20120M-0001342-R1	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	NO CUMPLE	Concepto médico de especialista no favorable
5	PROTESIS DE CUPULA RADIAL	CABEZA	CABEZA	20120M-0001342-R1	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	NO	NO CUMPLE	1. Concepto médico de especialista no favorable 2. El portafolio solo ofrece cabezas No. 28 mm
		VASTAGO	VASTAGO	20120M-0001342-R1	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	NO CUMPLE	Concepto médico de especialista no favorable
		VASTAGO RADIAL 7MM CUELLO 13MM	VASTAGO RADIAL 7MM CUELLO 13MM	20100M-0005934	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	NO	NO CUMPLE	1. Concepto médico de especialista no favorable 2. El registro invina del producto ofertado no corresponde con lo solicitado
		CABEZA RADIAL 18MM	CABEZA RADIAL 18MM	20100M-0005934	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	NO	NO CUMPLE	1. Concepto médico de especialista no favorable 2. El registro invina del producto ofertado no corresponde con lo solicitado
6	PROTESIS DE CUPULA RADIAL	COMPONENTE FEMORAL	COMPONENTE FEMORAL	20120M-0001342-R1	Unidad				FIJACION EXTERNA	Vigente	SI	NO CUMPLE	Concepto médico de especialista no favorable

☐ lista no favorable
☐ o ofertado no
☐ o ofertado com a solicitação
☐ o médico de
☐ lista no favorável

Assubren
 A. - Página 4 de 12


Evaluación Técnica, proceso FAR-IP-010-2020 Reemplazos Articulares

[illegible]

Página 5 de 12

Evaluación Técnica, proceso FAR-IP-010-2020 Reemplazos Articulares

ITEM	SUBGRUPO	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (litros, gramos, unidades, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	IVA	Valor cotizado (IVA incluido)	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
3	PROTESIS DE CADERA PARCIAL Y BIPOLAR CEMENTADA/	CABEZA	COPA BIPOLAR	2012DM-0001342R1	Unidad				OLGA ALICIA BURBANO ERASO	Vigente	SI	NO CUMPLE	No oferta el 100% de los productos del subgrupo solicitados
		RESTRICTOR DE CEMENTO	CABEZA 28MM O 32 MM	2012DM-0001342R1	Unidad				OLGA ALICIA BURBANO ERASO	Vigente	SI	NO CUMPLE	No oferta el 100% de los productos del subgrupo solicitados
		CEMENTO OSEO			Unidad				OLGA ALICIA BURBANO ERASO	No puede ser verificado	No puede ser verificado	NO CUMPLE	No oferta el 100% de los productos del subgrupo solicitados
		PROTESIS DE THOMPSON No. 43			Unidad				OLGA ALICIA BURBANO ERASO	No puede ser verificado	No puede ser verificado	NO CUMPLE	No oferta el 100% de los productos del subgrupo solicitados
		RESTRICTOR DE CEMENTO	RESTRICTOR DE CEMENTO	2012DM-0001342R1	Unidad				OLGA ALICIA BURBANO ERASO	Vigente	SI	NO CUMPLE	No oferta el 100% de los productos del subgrupo solicitados
		CEMENTO OSEO	CEMENTO OSEO	2014DM-0011694	Unidad				OLGA ALICIA BURBANO ERASO	Vigente	SI	NO CUMPLE	No oferta el 100% de los productos del subgrupo solicitados
		COPA NO CEMENTADA	COPA NO CEMENTADA	2012DM-0001342R1	Unidad				OLGA ALICIA BURBANO ERASO	Vigente	SI	CUMPLE	
4	PROTESIS DE CADERA HIBRIDA	INSERTO	INSERTO	2012DM-0001342R1	Unidad				OLGA ALICIA BURBANO ERASO	Vigente	SI	CUMPLE	
		CABEZA	CABEZA 36 MM	2012DM-0001342R1	Unidad				OLGA ALICIA BURBANO ERASO	Vigente	SI	CUMPLE	
		VASTAGO CEMENTADO	VASTAGO CEMENTADO	2012DM-0001342R1	Unidad				OLGA ALICIA BURBANO ERASO	Vigente	SI	CUMPLE	
		RESTRICTOR DE CEMENTO	RESTRICTOR DE CEMENTO	2012DM-0001342R1	Unidad				OLGA ALICIA BURBANO ERASO	Vigente	SI	CUMPLE	
		CEMENTO OSEO	CEMENTO OSEO	2014DM-0011694	Unidad				OLGA ALICIA BURBANO ERASO	Vigente	SI	CUMPLE	
		INSERTO	INSERTO	2012DM-0001342R1	Unidad				OLGA ALICIA BURBANO ERASO	Vigente	SI	CUMPLE	
		COPA	COPA DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA	2012DM-0001342R1	Unidad				OLGA ALICIA BURBANO ERASO	Vigente	SI	CUMPLE	
5	PROTESIS DE CADERA DOBLE MOVILIDAD	CABEZA	CABEZA 22MM O 28 MM	2012DM-0001342R1	Unidad				OLGA ALICIA BURBANO ERASO	Vigente	SI	CUMPLE	
		VASTAGO	VASTAGO NO CEMENTADO	2012DM-0001342R1	Unidad				OLGA ALICIA BURBANO ERASO	Vigente	SI	CUMPLE	
		VASTAGO RADIAL 7MM CUELLO 13MM			Unidad				OLGA ALICIA BURBANO ERASO	No cotiza	No cotiza	No cotiza	
6	PROTESIS DE CUPULA RADIAL	CABEZA RADIAL 18MM			Unidad				OLGA ALICIA BURBANO ERASO	No cotiza	No cotiza	No cotiza	
		COMPONENTE FEMORAL	COMPONENTE FEMORAL	2012DM-0001342R1	Unidad				OLGA ALICIA BURBANO ERASO	Vigente	SI	CUMPLE	Concepto médico de especialista no favorable
		COMPONENTE TIBIAL	COMPONENTE TIBIAL	2012DM-0001342R1	Unidad				OLGA ALICIA BURBANO ERASO	Vigente	SI	CUMPLE	Concepto médico de especialista no favorable
		INSERTO	INSERTO	2012DM-0001342R1	Unidad				OLGA ALICIA BURBANO ERASO	Vigente	SI	CUMPLE	Concepto médico de especialista no favorable
		PATELA	PATELA	2012DM-0001342R1	Unidad				OLGA ALICIA BURBANO ERASO	Vigente	SI	CUMPLE	Concepto médico de especialista no favorable
7	ROTESIS DE RODILLA PRIMARIA	COMPONENTE FEMORAL	COMPONENTE FEMORAL	2012DM-0001342R1	Unidad				OLGA ALICIA BURBANO ERASO	Vigente	SI	CUMPLE	Concepto médico de especialista no favorable
		COMPONENTE TIBIAL	COMPONENTE TIBIAL	2012DM-0001342R1	Unidad				OLGA ALICIA BURBANO ERASO	Vigente	SI	CUMPLE	Concepto médico de especialista no favorable
		INSERTO	INSERTO	2012DM-0001342R1	Unidad				OLGA ALICIA BURBANO ERASO	Vigente	SI	CUMPLE	Concepto médico de especialista no favorable
		PATELA	PATELA	2012DM-0001342R1	Unidad				OLGA ALICIA BURBANO ERASO	Vigente	SI	CUMPLE	Concepto médico de especialista no favorable




 Olga Alicia Burbano Eraso

 15 de 12

Evaluación Técnica, proceso FAR-IP-010-2020 Reemplazos Articulares

ITEM	SUBGRUPO	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (ejemplares, dosis, ampollas, unidades, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	IVA	Valor cotizado por unidad (IVA incluido)	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
1	PROTESIS DE CADERA PRIMARIA CEMENTADA Y NO CEMENTADA	CEMENTO OSEO	CEMENTO OSEO	2014DM-0011694	Unidad				OLGA ALICIA BURBANO ERASO	Vigente	SI	NO CUMPLE	Concepto médico de especialista no favorable
		METAGLENA	METAGLENE AFFINIS INVERSE	2012DM-0009024	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		TORNILLOS	TORNILLO DE TRACCIÓN AFFINIS INV	2012DM-0009024	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		GLENOFERRA	ESFERA GLENOIDEA AFFINIS INVERSE 36	2012DM-0009024	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		VASTAGO HUMERAL	VASTAGO AFFINIS FRACTURE 12/125	2012DM-0009024	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		COTILLO HUMERAL	INSERTO AFFINIS INVERSE 36+0	2012DM-0009024	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		RESTRICTOR DE CEMENTO	BLOQUEO INTRAMEDULAR BONE PLUG	2012DM-0009024	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		CEMENTO	CEMENTO EURECFX RO X 40G/MANUAL	2011DM-0007244	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		COPA CEMENTADA	COPA CEMENTADA CENATOR ALTEJADA	2012DM-0001342-R1	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		COPA NO CEMENTADA	COPA TRINITY POROSA L1-S-1 X44 MM	2012DM-0001342-R1	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		CABEZA	CABEZA COC 28mm y 32 UNICAMENTE	2012DM-0001342-R1	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		INSERTO	INSERTO TRINITY HXLPE S-1 X 28 MM EPW	2012DM-0001342-R1	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		VASTAGO CEMENTADO	T.TAPERFIT STD.45 MMOSI CEMENTADO	2012DM-0001342-R1	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		VASTAGO NO CEMENTADO	TALLO NO CEMENTADO HAP METAFIX	2012DM-0001342-R1	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
2	PROTESIS DE CADERA PRIMARIA CEMENTADA Y NO CEMENTADA	TORNILLO ESPALMOSOS	TORN TITANO TRINITY	2012DM-0001342-R1	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		RESTRICTOR DE CEMENTO	RESTRICTOR DE CEMENTO HARDINGE	2012DM-0001342-R1	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO SUBTOL	2015DM-0003814-R1	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		CEMENTO OSEO CONVENCIONAL	CEMENTO AAP ALTA Y BAJA DE 40gr.	2014DM-0011694	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		VASTAGO CEMENTADO / NO CEMENTADO	T.TAPERFIT STD.45 MMOSI CEMENTADO	2012DM-0001342-R1	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		COPA BIPOLAR	PROTESIS BIPOLAR EUROCCNO 39 MM	2012DM-0001342-R1	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		CABEZA	CABEZA (INCLUIDA EN LA COPA)	2012DM-0001342-R1	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		RESTRICTOR DE CEMENTO	RESTRICTOR DE CEMENTO HARDINGE	2012DM-0001342-R1	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		CEMENTO OSEO	CEMENTO AAP ALTA Y BAJA DE 40gr.	2016DM-0014335	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		COPA BIPOLAR	PROTESIS BIPOLAR EUROCCNO 39 MM	2012DM-0001342-R1	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		CABEZA	CABEZA (INCLUIDA EN LA COPA)	2012DM-0001342-R1	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		RESTRICTOR DE CEMENTO	RESTRICTOR DE CEMENTO HARDINGE	2012DM-0001342-R1	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		CEMENTO OSEO	CEMENTO AAP ALTA Y BAJA DE 40gr.	2016DM-0014335	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		COPA BIPOLAR	PROTESIS BIPOLAR EUROCCNO 39 MM	2012DM-0001342-R1	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	



 Yaneth Fuertes Mejia

Evaluación Técnica, proceso FAR-IP-010-2020 Reemplazos Articulares

ITEM	SUBGRUPO	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (espeque, arpoles, unidades, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	IVA	Valor cotizado por unidad (IVA incluido)	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
3	PROTESIS DE CADERA PARCE	PROTESIS DE THOMPSON No. 43	PROTESIS DE THOMPSON SATINADA	2016CM-0005358	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	NO CUMPLE	Concepto médico especialista no favorable para la marca STEIN; no presenta registros favorables en cirugías de prótesis de cadera
		RESTRICTOR DE CEMENTO	RESTRICTOR DE CEMENTO	2012DM-0001094-R1	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		CEMENTO OSEO	CEMENTO OSEO	2016DM-0014335	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		COPA NO CEMENTADA	COPA TRINITY POROSA LIS-1 X44 MM	2012DM-0001342-R1	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		INSERTO	INSERTO TRINITY H4LPE S-1 X 28 MM EFW	2012DM-0001342-R1	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		CABEZA	CABEZA CCo 28mm y 32 UNICAMENTE	2012DM-0001342-R1	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		YASTAGO CEMENTADO	TALLO TAPERFIT	2012DM-0001342-R1	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		RESTRICTOR DE CEMENTO	RESTRICTOR DE CEMENTO HARDINGE	2012DM-0001342-R1	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		CEMENTO OSEO	CEMENTO MAP ALTA Y BAJA DE 40gr.	2016DM-0014335	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		INSERTO	DS EVOLUTION INSERTO PE	2012DM-0009024	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	NO	NO CUMPLE	Producto ofertado no puede ser verificado las especificaciones técnicas ya que no allega ficha técnica
4	PROTESIS DE CADERA DOBLE MOVILIDAD	COPA	DS EVOLUTION COTILO HA 50 NO CEMENTADO	2012DM-0009024	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	NO	NO CUMPLE	Producto ofertado no puede ser verificado las especificaciones técnicas ya que no allega ficha técnica
		CABEZA	CABEZA CCo 28 - 32 - 36	2012DM-0009024	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	NO	NO CUMPLE	Producto ofertado no puede ser verificado las especificaciones técnicas ya que no allega ficha técnica
		YASTAGO	YASTAGO LAT. TRANSYS HA 10 NO CEM.	2012DM-0009024	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	NO	NO CUMPLE	Producto ofertado no puede ser verificado las especificaciones técnicas ya que no allega ficha técnica
		YASTAGO RADIAL 7MM CUELLO 13MM	PROTESIS DESCOTINUADA POR BAJA ROTACION		Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	
5	PROTESIS DE CADERA RADIAL												


 Yaneth Fuertes Mejia
 A-56542

Evaluación Técnica, proceso FAR-IP-010-2020 Reemplazos Articulares

ITEM	SUBGRUPO	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (epistola, diapos, ampol, unidad, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	IVA	Valor cotizado por unidad (IVA incluido)	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
6	PROTESIS DE RODILLA PRIMARIA	CABEZA RADIAL 18MM	PROTESIS DESCONTINUADA POR BAJA ROTACION		Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	
		COMPONENTE FEMORAL	COMPONENTE FEMORAL PS #	2017DM-0017280	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		COMPONENTE TIBIAL	BASE TIBIAL CMA #	2017DM-0017280	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		INSERTO	INSERTO TIBIAL UZ PS #	2017DM-0017280	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		PATELA	PATELA XPE 3 PEGS, M (VALOR AGREGADO)	2017DM-0017280	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		CEMENTO OSEO	CEMENTO EUROFIX RO X 40G/MANUAL	2017DM-0007244	Unidad				YANETH FUERTES MEJIA	Vigente	SI	CUMPLE	
		METAGENIA							NEUROELEMENTOS	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	
		TORNILLOS							NEUROELEMENTOS	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	
		GENOFEER							NEUROELEMENTOS	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	
		VASTAGO HUMERAL							NEUROELEMENTOS	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	
1	PROTESIS DE HOMBRO	COTILO HUMERAL							NEUROELEMENTOS	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	
		RESTRICTOR DE CEMENTO							NEUROELEMENTOS	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	
		CEMENTO							NEUROELEMENTOS	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	
		COPA CEMENTADA	COPA CEMENTADA APRICOT CAB. 28/30	2014DM-0012500	Unidad				NEUROELEMENTOS	Vigente	SI	CUMPLE	
		COPA NO CEMENTADA	COPA NO CEMENTADA VERSAFIT CC TRIO DDM. 48	2014DM-0012500	Unidad				NEUROELEMENTOS	Vigente	SI	CUMPLE	
		CABEZA	CABEZA FEMORAL CROMO COBALTO 28 (0) IN	2014DM-0012500	Unidad				NEUROELEMENTOS	Vigente	SI	CUMPLE	
		INSERTO	INSERTO CON REBORDE PE HIGHCROSS 28MM 48	2014DM-0012500	Unidad				NEUROELEMENTOS	Vigente	SI	CUMPLE	
		VASTAGO CEMENTADO	VASTAGO CEMENTADO STD QUADRA "C" #3	2014DM-0012500	Unidad				NEUROELEMENTOS	Vigente	SI	CUMPLE	
		VASTAGO NO CEMENTADO	VASTAGO NO CEMENTADO ESTANDAR QUADRA "HAP" 12/14 S. #3	2014DM-0012500	Unidad				NEUROELEMENTOS	Vigente	SI	CUMPLE	
		TORNILLO ESPONJOSOS	TORNILLO TITANIO 6.5 MM L. 25	2014DM-0012500	Unidad				NEUROELEMENTOS	Vigente	SI	CUMPLE	
2	PROTESIS DE CADERA PRIMARIA CEMENTADA Y NO CEMENTADA	RESTRICTOR DE CEMENTO	BONE CEMENT PLUG 2 # (0124IN)	2013DM-0010406	Unidad				NEUROELEMENTOS	Vigente	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario ofertado no corresponde con el solicitado
		CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO	CEMENTO OSEO GENTA C-MENT 1	2018DM-0018454	Unidad				NEUROELEMENTOS	Vigente	SI	CUMPLE	
		CEMENTO OSEO CONVENCIONAL	CEMENTO OSEO C-MENT 3	2018DM-0018454	Unidad				NEUROELEMENTOS	Vigente	SI	CUMPLE	
		VASTAGO CEMENTADO / NO CEMENTADO							NEUROELEMENTOS	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	
		COPA BIPOLAR							NEUROELEMENTOS	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	
		CABEZA							NEUROELEMENTOS	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	
		RESTRICTOR DE CEMENTO							NEUROELEMENTOS	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	
		CEMENTO OSEO							NEUROELEMENTOS	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	
									NEUROELEMENTOS	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	
									NEUROELEMENTOS	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	

Evaluación Técnica, proceso FAR-IP-010-2020 Reemplazos Articulares

ITEM	SUBGRUPO	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (separables, alfileres, ampolas, unidades, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	IVA	Valor cotizado por unidad (IVA incluido)	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
3	PROTESIS DE CADERA HIBRIDA	PROTESIS DE THOMPSON No 43							NEUROELEMENTOS	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	
		RESTRICTOR DE CEMENTO							NEUROELEMENTOS	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	
		CEMENTO OSEO							NEUROELEMENTOS	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	
		COPA NO CEMENTADA	COPA NO CEMENTADA VERSAFIT CC TRIO DIAM. 48	2014DM-0012500	Unidad				NEUROELEMENTOS	Vigente	SI	CUMPLE	
		INSERTO	INSERTO CON REBORDE PE HIGHCROSS 28MM 48	2014DM-0012500	Unidad				NEUROELEMENTOS	Vigente	SI	CUMPLE	
		CABEZA	CABEZA FEMORAL CROHO COBALTO 28 (9) M	2014DM-0012500	Unidad				NEUROELEMENTOS	Vigente	SI	CUMPLE	
		VASTAGO CEMENTADO	VASTAGO CEMENTADO STD QUADRA TC #3	2014DM-0012500	Unidad				NEUROELEMENTOS	Vigente	SI	CUMPLE	
		RESTRICTOR DE CEMENTO	BONE CEMENT PLUG 2# (Ø12MM)	2013DM-0010406	Unidad				NEUROELEMENTOS	Vigente	NO	NO CUMPLE	El registro sanitario ofertado no corresponde con el solicitado
		CEMENTO OSEO	CEMENTO OSEO C-MENT 3	2018DM-0018454	Unidad				NEUROELEMENTOS	Vigente	SI	CUMPLE	
		INSERTO	DOUBLE MOBILITY HC LINER DIAM 50/28 50	2014DM-0012500	Unidad				NEUROELEMENTOS	Vigente	SI	CUMPLE	
4	PROTESIS DE CADERA DOBLE MOVILIDAD	COPA	COPA DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA VERSAFIT DM 50	2014DM-0012500	Unidad				NEUROELEMENTOS	Vigente	SI	CUMPLE	
		CABEZA	CABEZA FEMORAL CROHO COBALTO 28 (9) M	2014DM-0012500	Unidad				NEUROELEMENTOS	Vigente	SI	CUMPLE	
		VASTAGO	VASTAGO NO CEMENTADO ESTANDARDO QUADRA "HAP" 12/14 S. #3	2014DM-0012500	Unidad				NEUROELEMENTOS	Vigente	SI	CUMPLE	
		VASTAGO RADIAL 7MM CUELLO 13MM							NEUROELEMENTOS	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	
		CABEZA RADIAL 18MM							NEUROELEMENTOS	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	
5	PROTESIS DE CUPULA RADIAL	COMPONENTE FEMORAL							NEUROELEMENTOS	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	
		COMPONENTE TIBIA							NEUROELEMENTOS	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	
		INSERTO							NEUROELEMENTOS	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	
		PATELA							NEUROELEMENTOS	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	
		CEMENTO OSEO							NEUROELEMENTOS	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	
6	PROTESIS DE RODILLA PRIMARIA	COMPONENTE FEMORAL							NEUROELEMENTOS	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	
		COMPONENTE TIBIA							NEUROELEMENTOS	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	
		INSERTO							NEUROELEMENTOS	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	
		PATELA							NEUROELEMENTOS	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	
		CEMENTO OSEO							NEUROELEMENTOS	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	

Evaluación Técnica, proceso FAR-IP-010-2020 Reemplazos Articulares

ITEM	SUBGRUPO	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (épistaxia, clipes, arpoles, unidades, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	IVA	Valor cotizado por unidad (IVA incluido)	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
CUMPLIMIENTO CRITERIOS HABILITANTES POR OFERENTES PROCESO FAR-IP-010-2020													
Oferente			Cuenta con BPM y CCA (Cumple, No Cumple o No Aplica)	Autorizado como distribuidor mayorista (Cumple, NO Cumple o No Aplica)	Experiencia (Cumple, NO Cumple, NO)	Presenta todos los productos del proceso	Conceptos de los MD Especialistas	Resultado Final (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observación (motivo por el cual NO CUMPLE)				
ROSA MARY FAJARDO ARCOS - MEDISUMINISTROS DE NARIÑO			NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	SI	Favorable: Buen desempeño en registros	NO CUMPLE	El registro sanitario para: 1. CEMENTO (PROTESIS DE HOMBRO) 2. CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO Y CEMENTO OSEO CONVENCIONAL (PROTESIS DE CADERA PRIMARIA CEMENTADA Y NO CEMENTADA) 3. CEMENTO OSEO Y PROTESIS DE THOMPSON No. 43 (PROTESIS DE CADERA PARCIAL Y BIPOLAR CEMENTADA / NO CEMENTADA) 4. CEMENTO OSEO (PROTESIS DE CADERA HIBRIDA) 5. CEMENTO OSEO (PROTESIS DE RODILLA PRIMARIA) no corresponde con lo solicitado				
EDICION EXTERNA			CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO	No favorable: El oferente solo maneja cabeza No.28 para protesis de cadera. No existe linea de prueba, revisión precoz, faltan registros a largo plazo del material de osteosíntesis ofertado	NO CUMPLE	1. Concepto médico de especialista no favorable para el subgrupo de PROTESIS DE RODILLA PRIMARIA 2. Para el subgrupo de PROTESIS DE CADERA PARCIAL Y BIPOLAR CEMENTADA / NO CEMENTADA no oferta el 100% de los productos solicitados (CEMENTO OSEO Y PROTESIS DE THOMPSON No. 43) 3. El oferente solo presenta en su portafolio cabezas No. 28mm para caderas				
OLGA ALICIA BURBANO ERASO			NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO	1. Favorable para los items de Cadera Primaria, Revisión y Bipolar/Thompson 2. No Favorable para el subgrupo de PROTESIS DE RODILLA PRIMARIA	NO CUMPLE					

Evaluación Técnica, proceso FAR-IP-010-2020 Reemplazos Articulares

ITEM	SUBGRUPO	NOMBRE DE PRODUCTO	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (espalda, cadera, anca, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	IVA	Valor cotizado por unidad (IVA incluido)	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
YANETH FUERTES MEJIA			NO APLICA	CUMPLE		CUMPLE	SI		1. No favorable para la marca STEIN no presenta registros favorables en cirugías de prótesis de cadera 2. No favorable para el ítem de PROTESIS DE CADERA DOBLE MOVILIDAD, ya que no se observa en la oferta las fichas técnicas para verificar las especificaciones técnicas de los productos ofertados		NO CUMPLE	1. Concepto médico especialista no favorable para el ítem PROTESIS DE TROCANTER No. 43 de marca STEIN, ya que no presenta registros favorables en cirugías de prótesis de cadera 2. No cumple para el subgrupo de PROTESIS DE CADERA DOBLE MOVILIDAD porque no allega fichas técnicas para verificar las especificaciones técnicas de los productos ofertados	
ADRIANA CHAVES DÁVALOS - NEUROELEMENTOS			NO APLICA	CUMPLE		CUMPLE	SI		Favorable con observación: faltan tallos displicados, pero para una normal (primaria) funcionan		NO CUMPLE	1. El registro Sanitario ofertado para el producto RECTOR DE CEMENTO para los ítems de PROTESIS DE CADERA HIBRIDA Y PROTESIS DE CADERA PRIMARIA CEMENTADA Y NO CEMENTADA no corresponde con lo solicitado	

ASPECTOS TÉCNICOS PARA PONDERACIÓN PROCESO FAR-IP-010-2020

Oferente	Tiempo de entrega/Tiempo de respuesta (horas)	Cumple certificación de no presentar eventos adversos serios	Cumple certificación de no presentar eventos adversos NO serios
MEDISUMINISTROS DE NARIÑO	Cirugías Programadas: Entre 12 a 24 horas Cirugías de Urgencias: Hasta 1 Hora	revisión base de datos con 0 eventos adversos serios	revisión base de datos con 0 eventos adversos no serios
FDACION EXTERNA	Cirugías Programadas de 12 horas a 24 horas Cirugías de Urgencias: 1 hora	revisión base de datos con 2 eventos adversos serios	revisión base de datos con 0 eventos adversos no serios
OLGA ALICIA BURBANO ERASO	Cirugías Programadas de 12 horas a 24 horas Cirugías de Urgencias: No establece en la oferta	No allega certificación expedida y suscrita por la entidad contratante donde entrego y suministro el material de osteosíntesis para acreditar que no se han presentado eventos adversos serios	No allega certificación expedida y suscrita por la entidad contratante donde entrego y suministro el material de osteosíntesis para acreditar que no se han presentado eventos adversos no serios
YANETH FUERTES MEJIA	Cirugías Programadas: Entre 12 a 24 horas Cirugías de Urgencias: Hasta 1 Hora	revisión base de datos: con 0 eventos adversos serios	Revisión base datos con: 0 eventos adversos no serios
ADRIANA CHAVES DÁVALOS - NEUROELEMENTOS	Cirugías Programadas: Entre 12 a 24 horas Cirugías de Urgencias: Hasta 1 Hora	revisión base de datos con 0 eventos adversos serios	revisión base de datos con 0 eventos adversos no serios

E. Herrera
QE Erika Herrera (Servicio Farmacéutico)

A. S. S. S.
QE Ana Sibaja (Servicio Farmacéutico)

K. Cabrera
QE Karol Cabrera (Servicio Farmacéutico)

T. Valencia
QE Tomás Valencia (Servicio Farmacéutico)