

Subsanaciones Evaluación técnica proceso FAR-IP-005-2020 Cirugía General

Form (nacionalizado) Nº de folio de condiciones o convocatoria		Descripción del producto solicitado a cotizar (eventual como aparece en el pliego de condiciones)		Descripción del producto cotizado (eventual como propio del Proceso)		Cantidad	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (kg, gr, ml, litro, etc.)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	IVA	Valor cotizado por unidad (IVA incluido)	Cantidad cotizada	Totales	Orientación	Estado del Registro Sanitario	Producto concedido con la solicitud (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
1		MAILLA DE POLIPROPILENO Y/O PROLENE 15 X 15CM		MAILLA PROLENE(15X15CM) PPH1		20	2011DM-000768-R3	Unidad				20		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
2		MAILLA DE BANA DENSIDAD 6 X 11CM		MAILLA ULTRAPROQ(6X11CM)NHS1		30	2015DN-0003345-	Unidad				30		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
3		MAILLA DE BANA DENSIDAD 10 X 15CM		MAILLA ULTRAPROQ(10X15CM)NHS1		20	2015DN-0003345-	Unidad				20		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
4		MAILLA DE BANA DENSIDAD 15 X 15CM		MAILLA ULTRAPROQ(15X15CM)NHS1		10	2015DN-0003345-	Unidad				10		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
5		MAILLA CONVUESTA PARA CORRECCION DE DEFECTOS EN PARED ABDOMINAL		MAILLA PRISIONESQ(20X30CM)NHS1		4	2011DM-0007247	Unidad				4		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
6		FIJADOR DE MAILLA		SECURESTRAP REF. STRAP12		4	2011DM-0008207	Unidad				4		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
7		CINTA PARA CORRECCION DE INCONTINENCIA URINARIA TOT - TVT		CINTA IMCONT. URINARIA TVT 810081 OBTU		10	2011DM-0002234-	Unidad				10		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
8		CINTA PARA CORRECCION DE INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA				1								COBO MEDICAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
9		PIEZA DE ENERGIA BIFOLAR MODIFICADA PARA CIRUGIA ABIERTA				200								COBO MEDICAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
10		PIEZA DE ENERGIA BIFOLAR MODIFICADA PARA CIRUGIA		TIJERA HANDB. AERONICO 36CH		50	2012DM-0008445	Unidad				50		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
11		PIEZA PARA LIGADURA DE VASOS Y TEJIDO CON TECNOLOGIA DE ULTRASONIDO CIRUGIA ABIERTA		TIJERA ENSEAL SUPER JAW NSX120L		9	2009BEC-000139	Unidad				9		COBO MEDICAL	EN TRANSITE DE RENOVACION	SI	CUMPLE	
12		PIEZA PARA LIGADURA DE VASOS Y TEJIDO CON TECNOLOGIA DE ULTRASONIDO CIRUGIA		TIJERA ENSEAL 35 NSG2C35A		35	2009BEC-000139	Unidad				35		COBO MEDICAL	EN TRANSITE DE RENOVACION	SI	CUMPLE	
13		GRAPADORA LINEAL CONTANTE		GRAPADORA NTL/C/5 LINEAL 75MM CONT.		66	2012DM-0001054-	Unidad				66		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
14		RECARGA PARA GRAPADORA LINEAL		RECARGA S/O/5 P/GRAPADORA NTL/C/5		198	2012DM-0001054-	Unidad				198		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
15		GRAPADORA ENDOSCOPICA DE 60mm		GRAPADORA ECR60A LINEAL 60MM CONT		23	2016DM-0000131-	Unidad				23		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
16		RECARGA DE GRAPADORA ENDOSCOPICA 60mm TEJIDO EXTRAGUESO		RECARGA ECR60G P/GRAPADORA ECR60		18	2016DM-0000131-	Unidad				18		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
17		RECARGA DE GRAPADORA ENDOSCOPICA 60mm TEJIDO MEDIO		RECARGA ECR60D P/GRAPADORA ECR60		53	2016DM-0000131-	Unidad				53		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
18		RECARGA DE GRAPADORA ENDOSCOPICA 60mm VASCULAR		RECARGA ECR60V P/GRAPADORA ECR60		10	2016DM-0000131-	Unidad				10		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
19		GRAPADORA CIRCULAR		GRAPADORA CCHB3A CIRCULAR 33MM PROXIMATE		8	2016DM-0000131-	Unidad				8		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
20		BOTON DE GASTROSTOMIA				4								COBO MEDICAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
21		IMPLANTE OCULAR ADULTO No. 20 Y 18				30								COBO MEDICAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	

Subsanaciones Evaluación técnica proceso FAR-IP-005-2020 Cirugía General

Item (relacionado con el pliego de condiciones)	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (formación propia del oferente)	Cantidad	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (epinefrina, cloruro, lactosa, unidas, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	IVA	Valor cotizado por unidad (IVA incluido)	Cantidad cotizada	Totales	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concursado con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
22	CONFORMADOR OCULAR ADULTO No. 20 Y 18		30								COBO MEDICAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
23	SET DE CRAWFORD		15								COBO MEDICAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
24	TUBOS DE VENTILACION TIPO SHEPARD		1								COBO MEDICAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
25	TUBOS DE VENTILACION TIPO PAPARELLA Y II		1								COBO MEDICAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
26	CATETER DOBLE J 5FR		8								COBO MEDICAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
27	CATETER URETERAL SIMPLE		8								COBO MEDICAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
28	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON Y SIN BALON No. 7		8								COBO MEDICAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
29	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON Y SIN BALON No. 6		4								COBO MEDICAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
30	SET COMPLETO PARA ESTABILIZACION TORACICA		8								COBO MEDICAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
31	TROCAR PARA LAPAROSCOPIA 12MM LARGOS	TROCAR BILIT XCELL 12MM SIN CUCHILLA	1	2014DM-0008003	Unidad				1		COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
1	MALLA DE POLIPROPILENO Y/O PROLENE 15 X 15CM	MALLA DE POLIPROPILENO Y/O PROLENE 15 X 15CM	20	2014DM-0011591	Unidad				20		OLGA ALICIA BURBANO ERASO	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	No allega catalogo del producto, por lo que no se puede evaluar
2	MALLA DE BAJA DENSIDAD 6 X 11CM	MALLA DE BAJA DENSIDAD 6X11CM	30	2014DM-0011591	Unidad				30		OLGA ALICIA BURBANO ERASO	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	No allega catalogo del producto, por lo que no se puede evaluar
3	MALLA DE BAJA DENSIDAD 10 X 15CM	MALLA DE BAJA DENSIDAD 10X15CM	20	2014DM-0011591	Unidad				20		OLGA ALICIA BURBANO ERASO	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	No allega catalogo del producto, por lo que no se puede evaluar
4	MALLA DE BAJA DENSIDAD 15 X 15CM	MALLA DE BAJA DENSIDAD 15 X15 CM	10	2014DM-0011591	Unidad				10		OLGA ALICIA BURBANO ERASO	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	No allega catalogo del producto, por lo que no se puede evaluar
7	CINTA PARA CORRECCION DE INCONTINENCIA URINARIA TOT - TVT	CINTA PARA CORRECCION DE INCONTINENCIA URINARIA TVT	10	2014DM-0012751	Unidad				10		OLGA ALICIA BURBANO ERASO	VIGENTE	SI	CUMPLE	
21	IMPLANTE OCULAR ADULTO No. 20 Y 18	IMPLANTE OCULAR ADULTO 20 Y 18	30	2015DM-0012779	Unidad				30		OLGA ALICIA BURBANO ERASO	VIGENTE	SI	CUMPLE	
22	CONFORMADOR OCULAR ADULTO No. 20 Y 18	CONFORMADOR OCULAR ADULTO 20/18	30	2015DM-0012779	Unidad				30		OLGA ALICIA BURBANO ERASO	VIGENTE	SI	CUMPLE	
23	SET DE CRAWFORD	SET DE CRAWFORD (NO ESTERIL)	15	2014DM-0011892	Unidad				15		OLGA ALICIA BURBANO ERASO	VIGENTE	SI	CUMPLE	
1	MALLA DE POLIPROPILENO Y/O PROLENE 15 X 15CM	MALLA DE POLIPROPILENO Y/O PROLENE 15 X 15CM	20	2014DM-000768 R3	Unidad				20		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	No allega catalogo del producto, por lo que no se puede evaluar
2	MALLA DE BAJA DENSIDAD 6 X 11CM	OPTILENE MESH 15 X 10 CM Malla de polipropileno para reparacion de hernias, monofilamento, no absorbe, ultrafina, peso 36 g/m2, poro 1.0 mm. Parca B.Braun.	30	2014DM-0012381	Unidad				30		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	No allega catalogo del producto, por lo que no se puede evaluar

Subsanaciones Evaluación técnica proceso FAR-IP-005-2020 Cirugía General

Item (relacionado en el pliego de condiciones o convocatoria)	Descripción del producto solicitado a cotizar (verbal como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (Formación por el proveedor)	Cant. ggd	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (grupos, cajas, etc.)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	IVA	Valor cotizado por unidad (IVA incluido)	Cantidad cotizada	Totales	Ofertante	Estado del Registro Sanitario	Producto con sustrato (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (positivo por el cual NO CUMPLE)
3	MALLA DE BAJA DENSIDAD 10 X 15CM	OPTILENE NESH ELASTIC 10 X 15 CM. Paja de Polipropileno para reparación de hernias, modelamiento, no absorbible, elástica de bajo peso molecular, peso 490g/m2, peso 3.6x2.8mm. Marca B. Braun	20	2014DM-0012381	Unidad				20		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	No llega catálogo del producto, por lo que no se puede evaluar
4	MALLA DE BAJA DENSIDAD 15 X 15CM	OPTILENE NESH 15X15 CM Paja de polipropileno para reparación de hernias, modelamiento, no absorbible, de mediano peso molecular, peso 60 g/m2, peso 1,5 mm. Marca B. Braun.	10	2014DM-0012381	Unidad				10		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	No llega catálogo del producto, por lo que no se puede evaluar
5	MALLA COMUESTA PARA CORRECCION DE DEFECTOS EN PARED ABDOMINAL	CONTRA NESH 26 X 36 CM MALLA DE PTFE Condensado, separadora de tejidos, monocapa, antistática para reparación de hernias. Marca B. Braun	4	2019DM-0003911-R1	Unidad				4		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	No llega catálogo del producto, por lo que no se puede evaluar
6	FLUADOR DE MALLA	HISTOACRYL LAPREX XS, Aplicador laparoscópico para Histoacryl, set compuesto por 3 aplicadores laparoscópicos, cinco jeringas y 5 ampolas de Histoacryl de 0.5ml.	4	2019DM-000287-R4	Unidad				4		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	No llega catálogo del producto, por lo que no se puede evaluar
7	CINTA PARA CORRECCION DE INCONTINENCIA URINARIA TOT - TVT	CINTA PARA CORRECCION DE INCONTINENCIA URINARIA TOT - TVT	10	2010DM-0005191	Unidad				10		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VENCIDO	SI	NO SUBSANA	Registro sanitario en estado vencido según revisión plataforma oficial Invima
8	CINTA PARA CORRECCION DE INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA	CINTA PARA CORRECCION DE INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA	1	2010DM-0005191	Unidad				1		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VENCIDO	NO	NO SUBSANA	El registro sanitario relacionado se encuentra vencido en plataforma Invima. Además de esto no corresponde al producto solicitado.
9	PINZA DE ENERGIA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGIA ABIERTA	PINZA BIPOLAR PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS LINEA CAPMANT 5 mm, para uso en cirugía abierta, especial para pedúnculo, sola y corta vasos de hasta 7 mm, dispersión térmica media menor a 1 mm, longitud de sellado 26.5 mm, longitud de corte 23.5 mm, diámetro 5 mm, longitud de trabajo 240 mm, boca distal articulable 80°, rotación 360°, en empaque individual estéril, presentación caja x 6 unidades. Marca AESCULAP, Alemania	200	2013DM-0010159	Unidad				200		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	SI	NO SUBSANA	Concepto de especialista: El hospital no cuenta con el equipo necesario para el funcionamiento de la paza citada
10	PINZA DE ENERGIA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA	PINZA BIPOLAR PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS LINEA CAPMANT 5 mm, para uso en cirugía laparoscópica, sola y corta vasos de hasta 7 mm, dispersión térmica media menor a 1 mm, longitud de sellado 26.5 mm, longitud de corte 23.5 mm, diámetro 5 mm, longitud de trabajo 240 mm, boca distal articulable 80°, rotación 360°, en empaque individual estéril, presentación caja x 6 unidades. Marca AESCULAP, Alemania	50	2010DM-0006161	Unidad				50		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	No llega catálogo del producto, por lo que no se puede evaluar
11	PINZA PARA LIGADURA DE VASOS Y TEJIDO CON TECNOLOGIA DE ULTRASONIDO CIRUGIA ABIERTA	PINZA BIPOLAR PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS LINEA CAPMANT 5 mm, para uso en cirugía abierta, especial para pedúnculo, sola y corta vasos de hasta 7 mm, dispersión térmica media menor a 1 mm, longitud de sellado 26.5 mm, longitud de corte 23.5 mm, diámetro 5 mm, longitud de trabajo 240 mm, boca distal articulable 80°, rotación 360°, en empaque individual estéril, presentación caja x 6 unidades. Marca AESCULAP, Alemania	9	2010DM-0006161	Unidad				9		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	

Subsanaciones Evaluación técnica proceso FAR-IP-005-2020 Cirugía General

Item (relacionado con el pliego de condiciones)	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (información propia del cliente)	Cantidad	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (gramos, litros, etc.)	Valor cotizado (antes de IVA)	IVA	Valor cotizado (por unidad IVA)	Cantidad cotizada	Totales	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Producto concordado con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
12	FINZA PARA LIGADURA DE VASOS Y TEJIDO CON TECNOLOGIA DE ULTRASONIDO CIRURGIA LAPAROSCOPICA	FINZA BIPOLAR PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS LINEA CAJON 19" 5 mm, para uso en cirugía laparoscópica, sella y corta vasos de hasta 7 mm, dispersión térmica media menor a 1 mm, longitud de sellado 26.5 mm, longitud de corte 23.5 mm, diámetro 5 mm, longitud de trabajo 360 mm, rotación 360°, en empaque individual estéril, presentación caja x 6 unidades. Marca AESCULAP, Aleman	35	20100N-0006161	Unidad				35		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	No llega catalogo del producto, por lo que no se puede evaluar
13	GRAPADORA LINEAL CORTANTE	GRAPADORA LINEAL CORTANTE	66	20100N-0018034	Unidad				66		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	No llega catalogo del producto, por lo que no se puede evaluar
14	RECARGA PARA GRAPADORA LINEAL	RECARGA PARA GRAPADORA LINEAL	198	20100N-0018034	Unidad				198		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	No llega catalogo del producto, por lo que no se puede evaluar
15	GRAPADORA ENDOSCOPICA DE 60mm	GRAPADORA ENDOSCOPICA DE 60mm	23		Unidad				23		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
16	RECARGA DE GRAPADORA ENDOSCOPICA 60mm TEJIDO EXTRAGRUESO	RECARGA DE GRAPADORA ENDOSCOPICA 60mm TEJIDO EXTRAGRUESO	18		Unidad				18		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
17	RECARGA DE GRAPADORA ENDOSCOPICA 60mm TEJIDO MEDIO	RECARGA DE GRAPADORA ENDOSCOPICA 60mm TEJIDO MEDIO	53		Unidad				53		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
18	RECARGA DE GRAPADORA ENDOSCOPICA 60mm VASCULAR	RECARGA DE GRAPADORA ENDOSCOPICA 60mm VASCULAR	10		Unidad				10		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
19	GRAPADORA CIRCULAR	GRAPADORA CIRCULAR	8	20100N-0018034	Unidad				8		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	No llega catalogo del producto, por lo que no se puede evaluar
20	BOTON DE GASTROSTOMIA	BOTON DE GASTROSTOMIA	4	20100N-0017597	Unidad				4		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
21	IMPLANTE OCULAR ADULTO No. 20 Y 18	IMPLANTE OCULAR ADULTO No. 20 Y 18	30	20100N-0009532	Unidad				30		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
22	CONFORMADOR OCULAR ADULTO No. 20 Y 18	CONFORMADOR OCULAR ADULTO No. 20 Y 18	30	20100N-0009532	Unidad				30		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
23	SET DE CRAWFORD	SET DE CRAWFORD	15		Unidad				15		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	NO ALLEGA	NO	NO SUBSANA	No se puede evaluar producto, ya que no llega registro sanitario en físico, ni en formato excel. Tampoco llega F. técnica
24	TUBOS DE VENTILACION TIPO SHEPARD	TUBOS DE VENTILACION TIPO SHEPARD	1	20090N-0003260	Unidad				1		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	EN TRAMITE DE RENOVACION	SI	CUMPLE	
25	TUBOS DE VENTILACION TIPO PAPARELA I Y II	TUBOS DE VENTILACION TIPO PAPARELA I Y II	1	20090N-0003260	Unidad				1		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	EN TRAMITE DE RENOVACION	SI	CUMPLE	
26	CATETER DOBLE J 5FR	CATETER DOBLE J 5FR	8		Unidad				8		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
27	CATETER URETERAL SIMPLE	CATETER URETERAL SIMPLE	8	20120N-0008719	Unidad				8		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
28	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON Y SIN BALON No. 7	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON Y SIN BALON No. 7	8	20080N-0001725-R2	Unidad				8		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
29	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON Y SIN BALON No. 6	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON Y SIN BALON No. 6	4	20080N-0001725-R2	Unidad				4		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
30	SET COMPLETO PARA ESTABILIZACION TORACICA	SET COMPLETO PARA ESTABILIZACION TORACICA	8		Unidad				8		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
31	TROCAR PARA LAPAROSCOPIA 12MM LARGOS	TROCAR PARA LAPAROSCOPIA 12MM LARGOS	1	20100N-0006161	Unidad				1		INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	No llega catalogo del producto, por lo que no se puede evaluar

Subsanaciones Evaluación técnica proceso FAR-IP-005-2020 Cirugía General

Item (relacionado en el pliego de condiciones o convocatoria)	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (formación propia del oferente)	Cantidad	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada (aparece en el pliego, un-cm, etc)	Valor cotizado por unidad (antes de IVA)	IVA	Valor cotizado por unidad (IVA incluido)	Cantidad cotizada	Totales	Oferente	Resultado Final (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observación (motivo por el cual NO CUMPLE)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
CUMPLIMIENTO CRITERIOS HABILITANTES POR OFERENTES PROCESO FAR-IP-005-2020															
Oferente	Cuenta con BPM y CCA (Cumple, NO Cumple o No Aplica)	Acreditado como distribuidor mayorista (Cumple, NO Cumple o No Aplica)				Experiencia (Cumple, NO Cumple o No Aplica)		Presenta todos los productos del proceso	Conceptos de los MD Especialistas			Resultado Final (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observación (motivo por el cual NO CUMPLE)		
COBO MEDICAL	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE		NO APLICA	Favorable: En la Inspección se ha trabajado desde hace varios años con las marcas ofertadas por este proveedor, con buenos resultados.			CUMPLE			
OLGA ALICIA BURBANO ERASO	NO APLICA	NO APLICA				CUMPLE		NO APLICA	No favorable: no anexa catalogo de productos, por lo que no se puede evaluar los productos de cirugía general			NO SUBSANA	El presupuesto de los contratos en los que se acredita la experiencia con Entidades Hospitalarias no es igual o mayor al valor del presente proceso. Concepto NO favorable de los especialistas en los productos de cirugía general.		
INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	CUMPLE	NO APLICA				CUMPLE		NO APLICA	No favorable: para los ítems 1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,19,23 y 31. No anexa catalogo de productos, por lo que no se puede evaluar los productos de la especialidad de cirugía general			CUMPLE	Item # 9 no subsana, ya que según concepto de especialista el hospital no cuenta con el equipo necesario para el funcionamiento de la pinza ofertada		

ASPECTOS TÉCNICOS PARA PONERACIÓN PROCESO FAR-IP-005-2020

Oferente	Tiempo de entrega/Tiempo de respuesta (horas)	Cumple certificación de no presentar eventos adversos serios	Cumple Certificación de no presentar eventos adversos NO serios
COBO MEDICAL	Para cirugías programadas: entre 12 a 24 de disposición Para cirugías urgentes: hasta una hora	Presentó un evento adverso serio	No presentó eventos adversos NO serios
OLGA ALICIA BURBANO ERASO	72 horas	No allega certificación expedida y suscrita por la entidad contratante donde entregue y suministro el material de osteosíntesis para acreditar que no se han presentado eventos adversos serios	No allega certificación expedida y suscrita por la entidad contratante donde entregue y suministro el material de osteosíntesis para acreditar que no se han presentado eventos adversos NO serios
INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	Para cirugías programadas: El tiempo de entrega será de más de 24 horas hasta 36 horas Para cirugías urgentes: El tiempo de entrega será de más de 2 horas	No allega certificación expedida y suscrita por la entidad contratante donde entregue y suministro el material de osteosíntesis para acreditar que no se han presentado eventos adversos serios	No allega certificación expedida y suscrita por la entidad contratante donde entregue y suministro el material de osteosíntesis para acreditar que no se han presentado eventos adversos NO serios

QF Ana Sibaja (Servicio Farmacéutico)

QF Tomás Valencia (Servicio Farmacéutico)

