



**EVALUACION TECNICA SUBSANACION -
SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS NO. ABA-SP-0023.2020**

OBJETO: COMPRA VENTA DE IMPRESORA DE ETIQUETAS PARA LAMINAS PORTA OJETOS CON LECTOR DE BARRAS.

REQUISITO			
Item	OFERENTE	CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS TANTO EN DESCRIPCION DEL BIEN COMO EN LA CANTIDAD SOLICITADA	OFICIO DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL ANEXO 3: Practicas y procedimientos de seguridad, salud ocupacional, y medio ambiente
1	SANITAS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE
2	CIBERGENIUS S.A.S.	NO CUMPLE NO SUBSANA	CUMPLE
3	SUMINISTROS V.O./VILLEGAS QUIROZ NICK SHERMAN	NO CUMPLE NO SUBSANA	CUMPLE

Observaciones:

OBSERVACION 01: EL PROVEEDOR CIBERGENIUS S.A.S. NO CUMPLE - NO SUBSANA

OBSERVACION 02 : EL PROVEEDOR SUMINISTROS V.O./VILLEGAS QUIROZ NICK SHERMAN SUBSANA adjuntando ficha tecnica con especificaciones del producto, sin embargo teniendo en cuenta la Carta del oferente Nick Villegas Quiroz, donde adjunta la ficha de la impresora que oferta: modelo ZT400 Series.

Una vez verificada la misma, se puede concluir que el equipo NO CUMPLE según las especificaciones solicitadas de tamaño y peso especificadas en el ECO y que además, no cuenta con pistola de código de barras como se solicita en el OBJETO de la solicitud.

YANETH VALENCIA LOPEZ
Profesional Especializada Ayudas Diagnosticas

FERNANDO BOLANOS ORDONEZ
Medico Especialista Patología

