EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS, PRESENTADAS DENTRO DE LA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS No. FAR-SP-055-2020 Fecha: 03 de junio de 2020

Código de Producto	Código CUM (expediente en el invima, guión y el consecutivo sin ceros a la izquierda)	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente de acuerdo al producto que tenga el oferente en su portafolio)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -(ejp:tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Factor de empaque (presentación comercial)	Oferente	Estado del Registro Sanitario (Vigente, Tramite de Renovación, Vencido)	Producto concuerda con el solicitado (s I/ no)	Concepto Tpecnico (Cumple/ No cumple)	Observaciones (Porque no cumple)
151802MQG010107		CATETER SUBCLAVIO TRES VIAS V720	CERTOFIX **DUO** G16X20CMS R:4161211 UNIDAD	2016DM-0000045-R1	unidad	unidad	Discolmédica	Vigente	NO	NO CUMPLE	Cotizan el DUO pero el Hospital requiere el de tres lúmenes. El registro sanitario no corresponde con lo cotizado.
151802MQG010107		CATETER SUBCLAVIO TRES VIAS V720	CERTOFIX TRIO V720 CATETERES G16/G18/G18 DE 20 CMS	INVIMA 2016DM-0000045-R1	UNIDAD	CAJA X 10	B Braun	vigente	SI	CUMPLE	
151802MQG010213		JERINGAS DESECHABLES DE 5cc	JERINGA 3PARTES DE 5 ML	2015DM-0013294	UNIDAD	CAJA X 100 UNIDADES	Life suministros	vigente	SI	CUMPLE	
151802MQG010213		JERINGAS DESECHABLES DE 5cc	JERINGA 5 CC 21GX1-1/2 UNIDAD	2019DM-0020742	UNIDAD	UNIDAD	Discolmédica	vigente	SI	CUMPLE	
151802MQG010213		JERINGAS DESECHABLES DE 5cc	JERINGA 3PARTES DE 5 ML	2013DM-0009855	UNIDAD	CJAX100 UND	Fuertes Méjía	vigente	SI	CUMPLE	
151802MQG010674		KIT CATETER M-HK PRECURVADO 13.5Fr. * 13.5cm (Ref. 8888135133)	KIT CATETER QUINTON BILUMEN PRECURVADO 13.5FR X 13.5CM	2009DM-0003614	kit	kit	Discolmédica	vigente	NO	CUMPLE	El producto cotizado QUINTON BILUMEN CON FICHA TÉCNICA DE BÁXTER KENDALL no es exactamente el que el Hospital requiere; sin embargo tras realizar la consulta con el Especialista en Nefrología, manifiesta que de manera temporal, para resolver se puede comprar unas unidades de esta referencia (ver anexo concepto técnico Cateter Hemodiálisis). Otra cosa que se observa es que el registro sanitario es del Mahurkar-Covidien (el que se requiere) Ref. 8888135133, pero la ficha técnica allegada corresponde al de Kendal, se solicita aclaración sobre el producto ofertado.
151802MSC010020		POLIESTER BLANCO NO TEJIDO (FIXUMUL) 15 x 10 m (B2)	FIXOMULL DE 15 X 10	2015DM-0014045	UNIDAD	CAJA X 12 UNIDADES	Life suministros	vigente	NO	NO CUMPLE	COTIZAN FIXOMULL® TRANSPARENT - PELÍCULA TRANSPARENTE EN ROLLO Y SE SOLICITA BLANCO
151802MSC010020		POLIESTER BLANCO NO TEJIDO (FIXUMUL) 15 x 10 m (B2)	SPARADRAPO FIXOMULL 15CMS*10MTS ROLLO	2016DM-0000273-R1	rollo	rollo	Discolmédica	vigente	SI	CUMPLE	
151802MSC010020		POLIESTER BLANCO NO TEJIDO (FIXUMUL) 15 x 10 m (B2)	FIXOMULL STRETCH 15 CM X 10 MT	2016DM-0000273-R1	UNIDAD	CAJAX24 UNIDADES	Fuertes Méjía	vigente	SI	CUMPLE	
151802MSC010020		POLIESTER BLANCO NO TEJIDO (FIXUMUL) 15 x 10 m (B2)	FIXOMULL STRETCH 15 CM X 10 MT	2016DM-0000273-R1	UNIDAD	CAJAX24 UNIDADES	Cobo Medical	vigente	SI	CUMPLE	

Código de Producto	**Código CUM** (expediente en el invima, guión y el consecutivo sin ceros a la izquierda)	**Descripción del producto solicitado a cotizar** (textual como aparece en el pliego de condiciones)	**Descripción del producto cotizado** (información propia del oferente de acuerdo al producto que tenga el oferente en su portafolio)	**Registro sanitario**	**Unidad de medida cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones** -(ej:tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	**Factor de empaque** (presentación comercial)	**Oferente**	**Estado del Registro Sanitario** (Vigente, Tramite de Renovación, Vencido)	**Producto concuerda con el solicitado** (s i/ no)	**Concepto Tpecnico** (Cumple/ No cumple)	**Observaciones** (Porque no cumple)
151802MQG010662		TIRAS REACTIVAS OPTIUM H NEO ABBOTT x 100 UNIDADES	TIRAS DE GLUCOMETRIA FREESTYLE OPTIUM H NEO INS CX100 ABBOTT	2013RD-0002692	CAJA	CAJAX100 UNIDADES	Fuertes Méjía	vigente	SI	CUMPLE	

Oferente	Autorización como distribuidor mayorista (Cumple, NO Cumple o No Aplica)	CCCA (Cumple, NO Cumple o No Aplica)	Autorización manejo de medicamentos de control especial (Cumple, NO	BPM (Cumple, NO Cumple o No Aplica)	Resultado Requisitos Habilitantes (Cumple/NO Cumple)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
B Braun	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	Cumple	
Cobo Medical	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	Cumple	
Fuertes Mejia	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	
Life suministros	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	Cumple	COTIZAN FIXOMULL® TRANSPARENT - PELÍCULA TRANSPARENTE EN ROLLO Y SE SOLICITA BLANCO
Discolmedica SAS	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	Cumple	El producto cotizado QUINTON BILUMEN CON FICHA TÉCNICA DE BÁXTER KENDALL no es exactamente el que el Hospital requiere; sin embargo tras realizar la consulta con el Especialista en Nefrología, manifiesta que de manera temporal, para resolver se puede comprar unas unidadesv de esta referencia (ver anexo concepto técnico Cateter Hemodiálisis). Otra cosa que se observa es que el registro sanitario es del Mahurkar-Covidien (el que se requiere) Ref. 8888135133, pero la ficha técnica allegada corresponde al de Kendal, se solicita aclaración sobre el producto ofertado. Cotizan el cateter central DUO pero el Hospital requiere el de tres lúmenes. El registro sanitario no corresponde con lo cotizado.

QF Marcela Ceron QF Erika Herrera QF Karol Cabrera QF Tomás Valencia

San Juan de Pasto, Junio 3 de 2020

Dra: Jenny Marcela Cerón Burgos
Química Farmacéutica
Programa de Uso Racional de Antibióticos
Jefe de Control de Calidad, Central de Gases Medicinales.
Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E.

Cordial saludo,

Ref. Concepto técnico Catéter Hemodiálisis.
Oficio: 001

Por medio de la presente y revisado la ficha técnica del proveedor del motivo en referencia, me permito manifestar lo siguiente:

Tenemos muy buen experiencia y resultados clínicos con el catéter: Kit Catéter Mahurkar marca Coviden, 2 lumen precurvado de alto flujo, 13.5 fr x 13.5 cm.

El catéter ofertado por el proveedor Baxter, denominado: Kit Catéter marca Kendall 2 lumen extra curva, 11.5 fr x 13,5 cm, con número de registro: 2009DM-0003614, Código 13817009, tiene especificaciones diferentes en diseño y flujo para hemodiálisis.

Por lo anterior y teniendo en cuenta la premura en su adquisición durante éste periodo de Pandemia por COVID-19, cumple con la necesidad para lo cual fue diseñado, sinembargo, una vez esté disponible nuevamente el catéter Mahurkar de Coviden, por favor volver a adquirir éste producto por ser máscómodo para los pacientes, se moviliza menos en localización yugular lo cual disminuye el riesgo de infección y da mayor flujo por tener un diámetro superior.

Atte.

Atentamente:



Jaime Arturo Jojoa, MD.
Director Médico, Nefrólogo Dialisur - HUDN.
Tel: 310 405 69 53
Email: jaimearturojojoa@gmail.com