

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS, PRESENTADAS DENTRO DE LA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS NO. FAR-SP-059-2020 Fecha: 17 de Junio de 2020

Código de Producto	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente de acuerdo al producto que tenga el oferente en su portafolio)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -(ej:tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Factor de empaque (presentación comercial)	Cantidad cotizada -debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -	OFERENTE	Estado del Registro Sanitario (Vigente, Trámite de Renovación, Vencido)	Producto concuerda con el solicitado (s i/ no)	Concepto Técnico (Cumple/No cumple)	Observaciones (Porque no cumple)
151802HQG0108 028	APÓSITO CON ANTITICROBIANO 4" X 4" (10.2cm x 10.2cm) Ref. 555H4AMDX	1044 - APOSITO SIN ADHESIVO CON PLATA 4"x4"	201304-0010102	Unidad Esteril	CAJA X 15 UNIDADES	50	CTP MEDICA S.A	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	Concepto de la especialidad NO FAVORABLE, no contiene lo que se requiere
151802HQG0108 028	APÓSITO CON ANTITICROBIANO 4" X 4" (10.2cm x 10.2cm) Ref. 555H4AMDX	555H4AMDX 4" X 4" KENDALL FOAM AND DRESSINGS (10X10CM)	2010Y-004110-R1 (Renovación)	UNIDAD	Carton x 10	50	SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S	EN TRÁMITE DE RENOVACION	SI	CUMPLE	
151802HQG0180 53	ACIDO HEMOSOL. FORMULA COBE - SOLUCION PARA HEMODIÁLISIS GARRAFA POR 3.78L	HEMOSOL. ACIDO FORMULA COBE	2013DM-0009999	GARRAFA	GARRAFA 3.78 LITROS	300	BAXTER	VIGENTE	SI	CUMPLE	
D08AX01301	AGUA OXIGENADA - PERÓXIDO DE HIDROGENO 120ml	AGUA OXIGENADA	2009N-010971-R2	UNIDAD	UNIDAD	300	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	EN TRÁMITE DE RENOVACION	SI	CUMPLE	
151802HQG0106 77	AGUA DE FISTULA DE SEGURIDAD 16G (1.6 x 30cm) FILTRO PARA HEMODIALISIS 190	AGUA DE FISTULA - F168SG	2010DM-0003571	Agua	Unidad	120	BAXTER	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQG0105 54	AGUA DESECHABLE PARA INSULINA NOVOTINE	AGUA PEN INSULINA	2010N-0016258	UNIDAD	CAJA X 100	3000	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	VIGENTE	SI	CUMPLE	Concepto de especialista FAVORABLE
151802HQG0100 10	AGUA HIPODÉRMICA DESECHABLE 20" (125"0.9mm)(B2)	AGUA HIPODÉRMICA 20G X 1 CAJA * 100 PRECISION	2012DM-0009374	UNIDAD	CAJA*100	4000	DISCOLMEDICA	VIGENTE	SI	NO SUBSANA	No allega acta de visita de la secretaria de salud
151802HQG0100 10	AGUA HIPODÉRMICA DESECHABLE 20" (125"0.9mm)(B2)	AGUA HIPODÉRMICA DESECHABLE 20" (125"0.9mm)(B2)	2013DM-0010773	UNIDAD	CAJA X 100 UNID	4000	INTERCOMERCIAL MEDICA LTDA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQG0100 10	AGUA HIPODÉRMICA DESECHABLE 20" (125"0.9mm)(B2)	AGUA HIPODÉRMICA 20G	2013DM-0010773	UNIDAD	CAJA X100	4000	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQG0100 16	AGUA HIPODÉRMICA DESECHABLE 23" (125"0.62mm)(B2)	AGUA HIPODÉRMICA 23G X 1 CAJA * 100 PRECISION	2012DM-0009374	UNIDAD	CAJA*100	1500	DISCOLMEDICA	VIGENTE	SI	NO SUBSANA	No allega acta de visita de la secretaria de salud
151802HQG0100 16	AGUA HIPODÉRMICA DESECHABLE 23" (125"0.62mm)(B2)	AGUA HIPODÉRMICA DESECHABLE 23" (125"0.62mm)(B2)	2013DM-0010773	UNIDAD	CAJA X 100 UNID	1500	INTERCOMERCIAL MEDICA LTDA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQG0100 16	AGUA HIPODÉRMICA DESECHABLE 23" (125"0.62mm)(B2)	AGUA HIPODÉRMICA 23G	2013DM-0010773	UNIDAD	CAJA X100	1500	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQG0100 22	AGUA SEMI-AUTOMÁTICA TRICUT 14-100-90mm(B2)	AGUA SEMI-AUTOMÁTICA TRICUT 14-100-90mm(B2)	2015DM-0013268	UNIDAD	CAJA X 10 UNID	5	INTERCOMERCIAL MEDICA LTDA	VIGENTE	SI	NO SUBSANA	Concepto de la especialidad NO FAVORABLE ya que el producto no se ha usado en la institución y se desconoce la calidad del producto
151802HQG0100 22	AGUA SEMI-AUTOMÁTICA TRICUT 14-100-90mm(B2)	AGUA SEMI-AUTOMÁTICA TRICUT 14-100-90 mm	2016DM-0015337	UNIDAD	UNIDAD	5	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQG0100 22	AGUA SEMI-AUTOMÁTICA TRICUT 14-100-90mm(B2)	TT1411 TENNO EVOLUTION 14G X 11 CM	2015DM-000185-R2	UNIDAD	Caja x 5	5	SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S	VIGENTE	SI	NO SUBSANA	Concepto de la especialidad NO FAVORABLE ya que el producto no se ha usado en la institución y se desconoce la calidad del producto
151802HQG0100 22	AGUA SEMI-AUTOMÁTICA TRICUT 14-100-90mm(B2)	AGUA SEMI-AUTOMÁTICA TRICUT 14-100-90mm(B2)	2013DM-0010553	5 UND	5 UND	5	OLCA ALICIA BUBIANO ERASO	VIGENTE	SI	NO SUBSANA	Concepto de la especialidad NO FAVORABLE ya que el producto no se ha usado en la institución y se desconoce la calidad del producto
151802HQG0160 6	AGUA SEMI-AUTOMÁTICA TRICUT 18G x 15-16 cm(B2)	AGUA SEMI-AUTOMÁTICA TRICUT 18G x 15-16 cm(B2)	2013DM-0013268	UNIDAD	CAJA X 10 UNID	15	INTERCOMERCIAL MEDICA LTDA	VIGENTE	SI	NO SUBSANA	Concepto de la especialidad NO FAVORABLE ya que el producto no se ha usado en la institución y se desconoce la calidad del producto

Código de Producto	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente de acuerdo al producto que tenga el oferente en su portafolio)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -(ej:tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Factor de empaque (presentación comercial)	Cantidad cotizada -debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -	OFERENTE	Estado del Registro Sanitario (Vigente, Tramite de Renovación, Vencido)	Producto concuerda con el solicitado (s /i/ no)	Concepto Técnico (Cumple/No cumple)	Observaciones (Porque no cumple)
151802M0Q50100	BRASILETE DE TENSION MECONAL DESDECHABLE - No. 2 - UREA VIA - SOFT - CHECK (4-8cm)	2870199 Brazalete neonatal No. 2	2019BEC-0002680-R1	UNIDAD	Caja x 10	20	SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S	VIGENTE	SI	NO SUBSANA	Según concepto de especialista es NO favorable ya que no se ha usado el dispositivo medico en la unidad neonatal, recomiendan se realice trabajo de campo futuro
151802M0Q50100	CAMPO DE INCIISION CON ANTIMICROBIANO 56cm *45cm	IOBAN 6650(56x45CM)(CMX10)	2009DM-0004682-EN RENOVIACION	UNIDAD	CAJA X 10 UNDS	30	COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802M0Q50100	CAMPO DE INCIISION CON ANTIMICROBIANO 56cm *45cm	CAMPO DE INCIISION CON ANTIMICROBIANO 56cm *45cm	2016DM-0015629	UND	UNIDAD	30	OLGA ALICIA BURBANO ERASO	VIGENTE	SI	NO SUBSANA	Concepto de la especialidad NO FAVORABLE ya que el producto no se ha usado en la institucion y se desconoce la calidad del producto
151802M0Q50180	CATÉTER ARTERIAL UMBILICAL No. 3.5	CATÉTER UMBILICAL No 3.5 FR UNIDAD VYCON	2014DM-0012392	UNIDAD	UNIDAD	10	DISCOLUMEDICA	VIGENTE	SI	NO SUBSANA	No allega acta de visita de la secretaria de salud
151802M0Q50180	CATÉTER ARTERIAL UMBILICAL No. 3.5	CATÉTER ARTERIAL UMBILICAL No. 3.5	2014DM-0012392	UNIDAD	CAJA X 15	10	INTERCOMERCIAL MEDICA LTDA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802M0Q50180	CATÉTER ARTERIAL UMBILICAL No. 3.5	CATÉTER ARTERIAL UMBILICAL No. 3.5	2014DM-0012392	UNIDAD	CAJA X 15	10	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802M0Q50180	CATÉTER ARTERIAL UMBILICAL No. 3.5	88889160333 CATETER ARTERIO UMBILICAL MONOLUMEN 3.5 FR. ARGYLE	2019DM-003815-R2	UNIDAD	Caja x 10	10	SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802M0Q50180	CATÉTER ARTERIAL UMBILICAL No. 4.0	CATÉTER UMBILICAL No 4.0 FR UNIDAD VYCON	2014DM-0012392	UNIDAD	UNIDAD	15	DISCOLUMEDICA	VIGENTE	SI	NO SUBSANA	No allega acta de visita de la secretaria de salud
151802M0Q50180	CATÉTER ARTERIAL UMBILICAL No. 4.0	CATÉTER ARTERIAL UMBILICAL No. 4.0	2014DM-0012392	UNIDAD	CAJA X 15 UNO	15	INTERCOMERCIAL MEDICA LTDA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802M0Q50180	CATÉTER ARTERIAL UMBILICAL No. 4.0	CATÉTER ARTERIAL UMBILICAL No. 4.0	2014DM-0012392	UNIDAD	CAJA X 15	15	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802M0Q50180	CATÉTER ARTERIAL UMBILICAL No. 4.0	CATÉTER ARTERIAL UMBILICAL No. 4.0	2014DM-0012392	UNIDAD	CAJA X 15	15	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802M0Q50185	CATÉTER CON AGUA PELABLE- PREMISTAR REF. 6261.20 (0.35mm de diámetro * 200mm de long) 28g (1fr)	CATÉTER CON AGUA PELABLE- PREMISTAR REF. 6261.20 (0.35mm de diámetro * 200mm de long) 28g (1fr)	2016DM-0015478	UNIDAD	UNIDAD	10	INTERCOMERCIAL MEDICA LTDA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151808MNC0108	CATÉTER DOBLE J 5 FR	CATÉTER DOBLE PRECUREX 4.8 FR	INVIMA-2009DM-0003636	UNIDAD	UNIDAD	3	TECNOLOGIAS MEDICAS DE COLOMBIA	EN TRAMITE DE RENOVACION	SI	NO SUBSANA	NO allega acta de visita , allega documento con nombre de operador logistico a Landrast
151802M0Q50100	CATÉTER EMBOLECTOMIA No. 3(FOGARTY)	CATÉTER FOGARTY No 3.0X40CM UNIDAD LEMATRE	2009DM-0003438	UNIDAD	UNIDAD	2	DISCOLUMEDICA	EN TRAMITE DE RENOVACION	SI	NO SUBSANA	No allega acta de visita de la secretaria de salud
151802M0Q50100	CATÉTER EMBOLECTOMIA No. 3(FOGARTY)	CATÉTER EMBOLECTOMIA No. 3(FOGARTY)	2018DM-0000866-R1	UNIDAD	UNIDAD	2	INTERCOMERCIAL MEDICA LTDA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802M0Q50100	CATÉTER EMBOLECTOMIA No. 3(FOGARTY)	CATÉTER EMBOLECTOMIA No. 3	2009DM-0003438 - R1	UNIDAD	UNIDAD	2	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	EN TRAMITE DE RENOVACION	SI	CUMPLE	
151802M0Q50100	CATÉTER EMBOLECTOMIA No. 3(FOGARTY)	120803F FOGARTY CATETER PARA EMBOLECTO 80 CM 3 FRENCH	2018DM-0000866-R1	UNIDAD	Unidad	2	SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802M0Q50100	CATÉTER MULTIPROPÓSITO CALIBRE 10	CATÉTER MULTIPROPÓSITO CALIBRE 10	2015DM-0012798	UNIDAD	UNIDAD	15	INTERCOMERCIAL MEDICA LTDA	VIGENTE	SI	CUMPLE	

Código de Producto	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente de acuerdo al producto que tenga el oferente en su portafolio)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -(cp:tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Factor de empaque (presentación comercial)	Cantidad cotizada -debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -	OFERENTE	Estado del Registro Sanitario (Vigente, Trámite de Renovación, Vencido)	Producto concuerda con el solicitado (s / no)	Concepto Técnico (Cumple/No cumple)	Observaciones (Porque no cumple)
151802MQG0106	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE ALTO FLUJO TRIOD H V1220	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE ALTO FLUJO	2016DM-0000215-R2	UNIDAD	CAJA X 50	3	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	La ficha técnica relacionada y el registro sanitario corresponde a un ITRIOCAN, y no es lo solicitado
151802MQG0106	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE ALTO FLUJO TRIOD H V1220	01CIV15703 CAT. VENOSO CENTRAL TRIUMEN ADULTO 7FR X 20 CM GA. 16, 18, 18, TÉCNICA SELDINGER REF:01CIV15703	2010DM-0005540 (Renovación)	UNIDAD	Caja x 10	3	SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	El producto ofertado no corresponde con el solicitado
151802MQG0153	CLAMP UMBILICAL DE NYLON	CLAMP UMBILICAL DE NYLON	2014DM-0011883	UNIDAD	CAJA X 50 UND	1000	INTERCOMERCIAL MEDICA LTDA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG0153	CLAMP UMBILICAL DE NYLON	CLAMP UMBILICAL DE NYLON	2008DM-0002421	UNIDAD	CAJA X 50	1000	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG0153	CLAMP UMBILICAL DE NYLON	Clamp Umbilical Esteril	INVIMA 2008DM-0002421	unidad	Caja *50 unidades	1000	SURGIPLAST	VIGENTE	SI	NO SUBSANA	No allega acta de visita de la secretaría de salud
151802MQG0180	COLLAR DE PHILADELPHIA TALLA L	COLLAR CERVICAL FILADELFA TALLA L UNIDAD DISPROGIED MK	2020DM-0005269 R1	UNIDAD	UNIDAD	10	DISCOLMEDICA	VIGENTE	SI	NO SUBSANA	No allega acta de visita de la secretaría de salud
151802MQG0180	COLLAR DE PHILADELPHIA TALLA L	COLLAR DE PHILADELPHIA TALLA L	NA	UNIDAD	UNIDAD	10	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	VIGENTE	SI	CUMPLE	Se realiza revisión con registro sanitario 2017DM-0016208 allegado en la propuesta
151802MQG0180	COLLAR DE PHILADELPHIA TALLA L	COLLAR DE PHILADELPHIA TALLA L	2011DM-0007034	UND	UNIDAD	10	OLGA ALICIA BURBANO ERASO	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG0184	CONECTOR PARA TERAPIA EN T. Ref. TT106(ORYOU)	Adaptador plastico en T para oxigenoterapia	2016DM-0015094	Unidad	Unidad	2	LM INTRUMENTS	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	El producto ofertado no corresponde con el solicitado
151802MQG0107	COMPRESA ABSORBENTE ESTERIL (7cm*9cm) - CUTINED SORBACT SWABS (faja tejida de algodón+corro de diáquecarbano)	CUTINED SORBACT COMPRESA 7CMx9CM	2014DM-0002764-R1	UNIDAD	CAJA X 40 UNDS	100	COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG0107	COMPRESA ABSORBENTE ESTERIL (7cm*9cm) - CUTINED SORBACT SWABS (faja tejida de algodón+corro de diáquecarbano)	CUTINED SORBACT SWABS	2014DM-0002764-R1	UNIDAD	CAJA X 40	100	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG0184	CUCHILLA DESECHABLE INALÁMBRICA CLIPPER Ref. 9680(82)	CUCHILLA DESECHABLE INALÁMBRICA CLIPPER Ref. 9680(82)	NO REQUIERE	UNIDAD	UNIDAD	130	INTERCOMERCIAL MEDICA LTDA	NO REQUIERE	SI	CUMPLE	
151802MQG0184	CUCHILLA DESECHABLE INALÁMBRICA CLIPPER Ref. 9680(82)	CUCHILLA DESECHABLE CLIPPER 9680(CX50)	NO REQUIERE	UNIDAD	CAJA X 50 UNDS	130	COBO MEDICAL	NO REQUIERE	SI	CUMPLE	
151802MQG0184	CUCHILLA DESECHABLE INALÁMBRICA CLIPPER Ref. 9680(82)	4406 CUCHILLA	NA	UNIDAD	Caja x 50	130	SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S	NO REQUIERE	NO	CUMPLE	
151802MQG0101	CUCHILLAS BISTURY No.10	CUCHILLAS PARA BISTURY N° 10, esteril, en empaque individual caja x 100 unds. Marca AESCULAP, aleman.	INVIMA 2015DM-0012553	UNIDAD	CAJA X100	500	BBRAUN	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG0101	CUCHILLAS BISTURY No.10	CUCHILLAS PARA BISTURY No 10 CAJA * 100 PARAMOUNT	2017DM-0016577	UNIDAD	CAJA*100	500	DISCOLMEDICA	VIGENTE	SI	NO SUBSANA	No allega acta de visita de la secretaría de salud

Código de Producto	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente de acuerdo al producto que tenga el oferente en su portafolio)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -(ej:tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Factor de empaque (presentación comercial)	Cantidad cotizada -debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -	OFERENTE	Estado del Registro Sanitario (Vigente, Trámite de Renovación, Vencido)	Producto concuerda con el solicitado (s / no)	Concepto Técnico (Cumple/No cumple)	Observaciones (Porque no cumple)
151802MQG0101	CUCHILLAS BISTURÍ No.10	HOJA DE BISTURÍ No.10	2017DM-0016580	UNIDAD	CAJA X 100	500	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802PDL01000	DETERGENTE NEUTRO GALÓN	DETERGENTE NEUTRO GALÓN	NO REQUIERE	GALON	CAJA X 4 GALONES	500	INTERCOMERCIAL MEDICA LTDA	NO REQUIERE	SI	CUMPLE	
151802PDL01000	DETERGENTE NEUTRO GALÓN	BIOCIDE Detergente desinfectante de áreas y superficies de 4 Litros	2017DM-0000946R1	Galón	Galón x 4000ml	500	LM INSTRUMENTS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802PDL01000	DETERGENTE NEUTRO GALÓN	detergente Neutro Prophybca 2x	NO REQUIERE	galon	galon 3,78 litros	500	SURGIPLAST	NO REQUIERE	SI	NO SUBSANA	No allega acta de visita de la secretaria de salud
151802MQG0100	DRENAJE DE SILICONA BLAKE 10FR SIN HUELO(2)	TUBO DRENAJE 10FR BLAKE (CX10UND) R.2226	2013DM-0001488-R1	UNIDAD	CAJA X 10	35	COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG0101	ELECTRODOS ADULTO Ref. 2239 - MONITOREO LARGO	ELECTRODO 2239 - MONIT. LARGO ADULTO BOLX50	2015DM-00015322	UNIDAD	BOLSA X 50	4500	COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG0101	ELECTRODOS ADULTO Ref. 2239 - MONITOREO LARGO	ELECTRODOS ADULTO	2015DM-00013301	UNIDAD	BOLSA X 50 U	4500	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	VIGENTE	SI	CUMPLE	Concepto tecnico de especialista FAVORABLE
151802MQG0101	ELECTRODOS ADULTO Ref. 2239 - MONITOREO LARGO	31050522 ELECTRODO ADULTO ESPUNJA MEDITRACE 200 KENDALL	2017DM-0017019	UNIDAD	Bolsa x 100	4500	SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	Concepto tecnico de especialista NO Favorable, no tiene buena adherencia, se despegan con facilidad al baño del paciente
151802MQG0101	ELECTRODOS ADULTO Ref. 2239 - MONITOREO LARGO	ELECTRODOS ADULTO Ref. 2239 - MONITOREO LARGO	2019DM-0003987-R1	UNIDAD	UNIDAD	4500	OLGA ALICIA BURBANO ERASO	VIGENTE	NO PUDO SER EVALUADO	NO SUBSANA	No allega ficha técnica
151802MQG0101	ELECTRODOS NEONATALES RED Dot (Ref. 2268-3) Respaldo Microperforado POR TRES UNIDADES)	ELECTRODO 2268 3 NEONAT. (BOLX3UNDS)	2016DM-0015322	BOLSA	BOLSA X 3	40	COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG0101	ELECTRODOS NEONATALES RED Dot (Ref. 2268-3) Respaldo Microperforado POR TRES UNIDADES)	ES40281 ELECTRODO NEONATAL, TELA KENDALL	2017DM-0017019	UNIDAD	Bolsa x 30	40	SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	Concepto de especialista es NO favorable ya que no se ha usado el dispositivo medico en la unidad neonatal, recomiendan se realice trabajo de campo futuro
151802MQG0106	EQUIPO PARA IRRIGACIÓN URETRARIO CON CÁMARA DE GOTE - Ref. ARC4002P	EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES BAXTER	2015DM-000718-R3	Equipo		160	BAXTER	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG0106	EQUIPO PARA IRRIGACIÓN URETRARIO CON CÁMARA DE GOTE - Ref. ARC4002P	EQUIPO PARA IRRIGACION CON CAMARA DE GOTEU BAXTER	2015DM-000718-R3	UNIDAD	UNIDAD	160	DISCOMEDICA	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	La ficha tecnica entregada en la propuesta no corresponde con el registro sanitario del producto ofertado, se solicita se aclare cual es el producto a ofertar. No allega acta de visita de la secretaria de salud

Código de Producto	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente de acuerdo al producto que tenga el oferente en su portafolio)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -(ejp:tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Factor de empaque (presentación comercial)	Cantidad cotizada -debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -	OFERENTE	Estado del Registro Sanitario (Vigente, Trámite de Renovación, Vencido)	Producto concuerda con el solicitado (s / no)	Concepto Técnico (Cumple/No cumple)	Observaciones (Porque no cumple)
151802MQG018473	FILTRO DIALIZADOR CAPILAR PARA HEMODIALISIS -POLYFLUX 210H	DIALIZADOR POLYFLUX 210H	2009DM-0004375	Filtro	Empaque individual	20	BAXTER	EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	SI	CUMPLE	
151802MQG010657	HEMOSTÁTICO DE CELULOSA OXIDADA FIBRILAR 2.5*5-REF. 411961	GF708-HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA Y ALGODÓN - GELTACEL FIBRILAR 50*70MM- FACTOR DE EMPAQUE CAJA X 10 UNIDADES	2018DM-000865-R1	Unidad Estéril	CAJA X 10 UNIDADES	30	CTP MEDICA S.A	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	Concepto de la especialidad NO FAVORABLE ya que el producto no se ha usado en la institución y se desconoce la calidad del producto
151802MQG010657	HEMOSTÁTICO DE CELULOSA OXIDADA FIBRILAR 2.5*5-REF. 411961	SURGICEL 1X2 411961 FIBRILAR	2011DM-0008124	UNIDAD	UNIDAD	30	COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG010657	HEMOSTÁTICO DE CELULOSA OXIDADA FIBRILAR 2.5*5-REF. 411961	HEMOSTÁTICO DE CELULOSA OXIDADA FIBRILAR		UNIDAD	CAJA X 12	30	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	NO PUEDE SER REVISADO	NO PUEDE SER REVISADO	NO SUBSANA	El producto no puede ser evaluado ya que no allega ni relaciona el registro sanitario
151802MQG010654	HEMOSTÁTICO NU-KNIT (SURGICEL) 7.5*10 (URGOLGIA)- Ref. 1943	SURGICEL 3x4 1943 NU KNIT	2011DM-0008124	UNIDAD	UNIDAD	30	COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG010654	HEMOSTÁTICO NU-KNIT (SURGICEL) 7.5*10 (URGOLGIA)- Ref. 1943	HEMOSTÁTICO NU-KNIT		UNIDAD	CAJA X 12	30	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	NO PUEDE SER REVISADO	NO PUEDE SER REVISADO	NO SUBSANA	El producto no puede ser evaluado ya que no allega ni relaciona el registro sanitario
151802MQG010663	HEMOSTÁTICO SNOW (SURGICEL) 5.1*10.2 NEUROCIRUGIA Y CIRUGIA GENERAL- REF. 2092	GF7365-GELTASPOON FIBRILAR TUFF-IT 75*50MM - FACTOR DE EMPAQUE CAJA X 10 UNIDADES-DESPACHO MINIMO	2018DM-000865-R1	Unidad Estéril	CAJA X 10 UNIDADES	6	CTP MEDICA S.A	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	Concepto de la especialidad NO FAVORABLE ya que el producto no se ha usado en la institución y se desconoce la calidad del producto
151802MQG010663	HEMOSTÁTICO SNOW (SURGICEL) 5.1*10.2 NEUROCIRUGIA Y CIRUGIA GENERAL- REF. 2092	SURGICEL 2X4 2092 SNOW	2011DM-0008124	UNIDAD	UNIDAD	6	COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG010663	HEMOSTÁTICO SNOW (SURGICEL) 5.1*10.2 NEUROCIRUGIA Y CIRUGIA GENERAL- REF. 2092	HEMOSTÁTICO SNOW		UNIDAD	CAJA X 12	6	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	NO PUEDE SER REVISADO	NO PUEDE SER REVISADO	NO SUBSANA	El producto no puede ser evaluado ya que no allega ni relaciona el registro sanitario
151802MQG010707	HOJAS DE PRUEBA DE BOVINE DICK CAJA POR 50 unidades- Ref.00130LF	HOJAS DE PRUEBA DE BOVINE DICK CAJA POR 50 unidades- Ref.00130LF		NO REQUIERE	CAJA X 50	10	INTERCOMERCIAL MEDICA LTDA	NO REQUIERE	NO	SUBSANA	
151802MQG010707	HOJAS DE PRUEBA DE BOVINE DICK CAJA POR 50 unidades- Ref.00130LF	TEST BOVINE DICK 00130 (CJXS0)		NO REQUIERE	CAJA X 50	10	COBO MEDICAL	NO REQUIERE	SI	CUMPLE	
151802MQG010707	HOJAS DE PRUEBA DE BOVINE DICK CAJA POR 50 unidades- Ref.00130LF	Hojas B&D tamaño A6		NO REQUIERE	Caja * 50 hojas	10	SURGIPLAST	NO REQUIERE	NO	NO SUBSANA	Concepto de especialidad NO FAVORABLE, el producto no se ha usado por lo que se desconoce su calidad, recomienda trabajo de campo.

Código de Producto	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente de acuerdo al producto que tenga el oferente en su portafolio)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones - (cjp:tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Factor de empaque (presentación comercial)	Cantidad cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -	OFERENTE	Estado del Registro Sanitario (Vigente, Trámite de Renovación, Vencido)	Producto concuerda con el solicitado (s / no)	Concepto Técnico (Cumple/No cumple)	Observaciones (Porque no cumple)
151802MNC0104	IMPLANTE OCULAR No. 18	IMPLANTE OCULAR No. 18	2015DM-0012779	UNIDAD	UNIDAD	2	OLGA ALICIA BURBANO ERASO	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MNC0145	INCENTIVO INSPIRATORIO POR VOLUMEN CON PUERTO DE CONEXION O2 (U.C.I)	Incentivo Inspiratorio, capacidad de 4000ml orientado por volumen	2019DM-0003830-R1	Unidad	Unidad	50	LM INSTRUMENTS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MNC0145	INCENTIVO INSPIRATORIO POR VOLUMEN CON PUERTO DE CONEXION O2 (U.C.I)	001901A INCENTIVO RESPIRATORIO DE VOLUMEN	2011DM-0007194	UNIDAD	Caja x 12	50	SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MNC0185	INDICADOR DE LAVADO REF. LCC012 - CAVA *100 unidades	Test de limpieza All clean en acero inoxidable	NO REQUIERE	caja	caja * 100 tiras	10	SURGIPLAST	NO REQUIERE	SI	CUMPLE	
151802MNC0104	INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZACIÓN POR PEROXIDO DE HIDROGENO TIPO 4 Ref. VH202 CAVA*200unidades	Indicador tipo IV peróxido	INVIMA2019 DM-0019565	caja	caja *200 tiras	15	SURGIPLAST	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MNC0105	JERINGA PARA MUESTRA DE SANGRE ARTERIAL	JERINGA PARA MUESTRA DE SANGRE ARTERIAL	2013DM-0010413	UNIDAD	CAJA X 100	1500	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MNC0105	JERINGA PARA MUESTRA DE SANGRE ARTERIAL	Jeringa PRO-VENT para toma de gases arteriales 1ml de 23G X 1" o de 25G X 5/8"	2011DM-0007031	Unidad	Unidad	1500	LM INSTRUMENTS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MNC0102	J-VAC RESERVORIO 100cc CON BULBO DE SUCCION(B2)	RESERVORIO J VAC 100ml (CJX10)2160	2013DM-0001488-R1	UNIDAD	UNIDAD	40	COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MNC0102	J-VAC RESERVORIO 100cc CON BULBO DE SUCCION(B2)	SUI 30-1-305 RESERVORIO EN SILICONA JACKSON PRATT 100cc	2014DM-0012143	UNIDAD	CAJA X 30	40	SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S	VIGENTE	SI	NO SUBSANA	Concepto de la especialidad NO FAVORABLE ya que el producto no se ha usado en la institución y se desconoce la calidad del producto
151802MNC0185	KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA MIC TECNICA PUSH 20F.	PEG kit para gastrostomía endoscópica percutánea MIC técnica PUSH 20 F. HYH.	2018DM-0017597	UNIDAD	CAJAXUNID AD	12	MINERVA MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MNC0102	LAMINAS PORTA OBJETOS CON BANDA MATE. Ref. 7105 Ref. 7105-01(PATOLOGIA)(B2) - Caja *50 laminas	LAMINAS PORTA OBJETO REF 7105 CAVA * 50 GLASS LAB	CER. 2009028200	UNIDAD	CAJA*50	250	DISCOLMEDICA	NO REQUIERE	SI	NO SUBSANA	No allega acta de visita de la secretaría de salud
151802MNC0102	LAMINAS PORTA OBJETOS CON BANDA MATE. Ref. 7105 Ref. 7105-01(PATOLOGIA)(B2) - Caja *50 laminas	LAMINAS PORTA OBJETOS CON BANDA MATE. Ref. 7105 Ref. 7105-01(PATOLOGIA)(B2) - Caja *50 laminas	NO REQUIERE	CAJA X 50 UNID	CAJA X 50 CAJAS	250	INTERCOMERCIAL MEDICA LTDA	NO REQUIERE	NO	NO SUBSANA	Concepto de especialidad es NO favorable ya que no se tiene experiencia con el producto y se conoce la calidad del vidrio, recomiendan se realice trabajo de campo futuro
151802MNC0144	LÍNEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA MONITOR DRAEGER(B2)	LÍNEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA	2016DM-0015094	UNIDAD	UNIDAD	60	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	VIGENTE	SI	NO SUBSANA	Concepto de la especialidad NO FAVORABLE ya que el producto no se ha usado en la institución y se desconoce la calidad del producto
151802MNC0144	LÍNEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA MONITOR DRAEGER(B2)	8290286 Lineas de muestreo o de capnografía	2019BEC-0002376-R1	UNIDAD	Caja x 10	60	SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S	VIGENTE	SI	CUMPLE	

Código de Producto	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente de acuerdo al producto que tenga el oferente en su portafolio)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -(ej:tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Factor de empaque (presentación comercial)	Cantidad cotizada -debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -	OFERENTE	Estado del Registro Sanitario (Vigente, Trámite de Renovación, Vencido)	Producto concuerda con el solicitado (s / i / no)	Concepto Técnico (Cumple/No cumple)	Observaciones (Porque no cumple)
151802HQG0148	PARCHE TRANSPARENTE CON PAD 9*20cm - REF. 685778- REF.85133- (B2)	7668 APOSITO TELFA CON AND ANTIMICROBIARIO 4"x14" ESTERIL (10X35CM)	2010V-004110 R1	UNIDAD	CARTON X 25	300	SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S	EN TRÁMITE DE RENOVACION	NO	NO SUBSANA	Concepto de la especialidad NO FAVORABLE ya que el producto no se ha usado en la instrucción y se desconoce la calidad del producto
151802MSC0100	PARCHE DUODERM CGF CON FORMULA GEL CONTROLADO de 10*10, Ref. 187660	5045 - APOSITO POLYMEN 11CM*11CM (SIN ADHESIVOS)	2013DM-0010102	Unidad Esteril	CAJA X 10 UNIDADES	10	CTP MEDICA S.A	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	El producto ofertado no corresponde con el solicitado
151802MSC0100	PARCHE DUODERM CGF CON FORMULA GEL CONTROLADO de 10*10, Ref. 187660	DUODERM CGF 10X10 APOSITOS UNIDAD CONVATEC	2012DM-0001219-R1	UNIDAD	UNIDAD	10	DISCOLMEDICA	VIGENTE	SI	NO SUBSANA	No allega acta de visita de la secretaria de salud
151802MSC0100	PARCHE DUODERM CGF CON FORMULA GEL CONTROLADO de 10*10, Ref. 187660	DUODERM CGF APOS 10X10CM (CMx5)187660	2012DM-0001219-R1	UNIDAD	CAJA X 5	10	COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MSC0100	PARCHE DUODERM CGF CON FORMULA GEL CONTROLADO de 10*10, Ref. 187660	suprasorb h apos.hidrocol.estand.est 10x10 cm	INV/MA2010 DM-0005745	caja	caja*10 unidades	10	SURGIPLAST	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	El producto ofertado no corresponde con el solicitado.
151802MQG0102	PARCHE OCULAR ADHESIVO	PARCHE OCULAR ADHESIVO	2017DM-0000604-R1	UNIDAD	CAJA X 20 UND	500	INTERCOMERCIAL MEDICA LTDA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG010571	PARCHE TEGADERM FILM Ref. 1624W/(geonitox)- (B2)	TEGADERM 1624W 6CMx 7CM(CMX100)	2015DM-00013141	UNIDAD	CAJA X 100	150	COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG010666	PARCHE TEGADERM IV 1685 ADVANCED DE 8.5*11.Son(para fijación de catéter subcutáneo)	TEGADERM 1685 IV 8.5X11.5CM(CMX50)	2015DM-00013141	UNIDAD	CAJA X 50	600	COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG010666	PARCHE TEGADERM IV 1685 ADVANCED DE 8.5*11.Son(para fijación de catéter subcutáneo)	FIL. DE CÁNULAS, 9X6CM, 50 UDS	INV/MA215D M-0013684	caja	Caja * 50 unidades	600	SURGIPLAST	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	Concepto de especialista NO FAVORABLE, no cumple con las medidas requeridas.
151802MQG010410	PASTA DÉRMIKA STOMAHESIVE 56.7g	STOMAHESIVE PASTE 56.7 GR CONVATEC	2017DM-00016718	UNIDAD	UNIDAD	50	DISCOLMEDICA	VIGENTE	SI	NO SUBSANA	No allega acta de visita de la secretaria de salud
151802MQG010410	PASTA DÉRMIKA STOMAHESIVE 56.7g	PASTA STOMAHESIVE(TUBOX56.7GR)1 83910	2017DM-00016718	UNIDAD	UNIDAD	50	COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG010410	PASTA DÉRMIKA STOMAHESIVE 56.7g	PASTA DÉRMIKA STOMAHESIVE 56.7g	2017DM-00016718	UNIDAD	CAJA X10	50	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG010421	PIRZA DE BIOPSIA DESECHABLE - DBF-2-4-16SP(CRE)- Ref REF. 1550mmPOR 2.8mm DE DIAMETRO- (B2)	Pinzas de biopsia desechables	2019DM-00019205	Unidad	Unidad	10	LM INSTRUMENTS	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	El producto ofertado no corresponde con el solicitado
151802MQG010424	PIRZA DE BIOPSIA DESECHABLE - DBF-2-4-16SP(CRE)- Ref REF. 1550mmPOR 2.8mm DE DIAMETRO- (B2)	PIRZA DE BIOPSIA RADIAL JAW LC 240 CM CAJA POR 5	2018DM-0003159-R1	UNIDAD	CAJAS X 5 UNIDADES	10	TECNOLOGIAS MEDICAS DE COLOMBIA	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	El producto ofertado no corresponde con el solicitado. NO allega acta de visita , allega documento con nombre de operador logístico a Landfast

Código de Producto	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente de acuerdo al producto que tenga el oferente en su portafolio)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -(ejp:tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Factor de empaque (presentación comercial)	Cantidad cotizada -debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -	OFERENTE	Estado del Registro Sanitario (Vigente, Trámite de Renovación, Vencido)	Producto concuerda con el solicitado (s i/ no)	Concepto Técnico (Cumple/No cumple)	Observaciones (Porque no cumple)
151802HQG010113	PROXIMAL PARA CPAP Ref: 8418583	MPO3771 BabyFlow desechable (Tubo de conexión 8418583)	2013EBC-0010354	UNIDAD	Caja x 20	30	SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQG010284	SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN: ADULTO 14FR (4.67mm, L:305mm) TRAQUEOSTOMÍA- Ref: 83-314(72h)	Sonda de aspiración cerrada Tracheal de adulto para traqueostomía 72 horas, tamaño F14 con conector MDL. Las sondas de aspiración cerrada Tracheal™ de Intersurgical cuentan con una camisa muy suave y completamente transparente. Esto permite al facultativo una gran sensibilidad para insertar el catéter con una buena visibilidad de posibles obstrucciones. Nuestra válvula de aspiración es muy sensible y permite controlar la fuerza de aspiración aplicada con una sola mano. El cierre de seguridad está diseñado para evitar que se aspire accidentalmente. Las sondas de aspiración cerrada Tracheal están validadas para su uso durante 72 horas. Hay dos opciones de	2015DM-0013685	Unidad	Unidad	20	INTERSURGICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQG010284	SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN: ADULTO 14FR (4.67mm, L:305mm) TRAQUEOSTOMÍA- Ref: 83-314(72h)	Sistema cerrado para succión traqueal continua TRACH CARE para traqueostomía 14 Fr., HYH.	2017DM-0015810	UNIDAD	BOLSA UNIDAD	20	MINERVA MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQG010284	SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN: ADULTO 14FR (4.67mm, L:305mm) TRAQUEOSTOMÍA- Ref: 83-314(72h)	Sonda de succión cerrada No. 14FR. Para cánula de Traqueostomía	2018DM-0018691	Unidad	Unidad	20	LM INSTRUMENTS	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	Concepto de especialidad NO FAVORABLE: El producto ofertado no corresponde con el solicitado, se solicita que sea para 72 horas y según ficha técnica es para 24 h
151802HQG010284	SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN: ADULTO 14FR (4.67mm, L:305mm) TRAQUEOSTOMÍA- Ref: 83-314(72h)	SP-SONDA14T Sistema de aspiración cerrada para traqueostomía 72 horas. Exel, puerto MDL, 14FR. Estéril. DAR + 10 jeringas prellenadas de ss	2018DM-0018675	UNIDAD	Caja x 10	20	SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	Concepto de la especialidad NO FAVORABLE ya que el producto no se ha usado en la institución y se desconoce la calidad del producto
151802HQG01446	SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN: ADULTO 14FR (4.67mm, L:510mm) TUBO- Ref: 83-214(72h)	SUCTIONPRO 72 DL 14 (Cx20)	2016DM-0014999	UNIDAD	CAJA X 20	120	COBO MEDICAL	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	Concepto de la especialidad NO FAVORABLE ya que el producto no se ha usado en la institución y se desconoce la calidad del producto

Officer
M. León

Código de Producto	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente de acuerdo al producto que tenga el oferente en su portafolio)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -(eq;tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Factor de empaque (presentación comercial)	Cantidad cotizada -debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -	OFERENTE	Estado del Registro Sanitario (Vigente, Trámite de Renovación, Vencido)	Producto concuerda con el solicitado (s / no)	Concepto Técnico (Cumple/No cumple)	Observaciones (Porque no cumple)
151802HQ6014H6	SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN ADULTO 14FR (4,67mm, L:540mm) TUBO- Ref. 83- 214(72H)	Sonda de aspiración cerrada Tracheal de adulto 72 horas, tamaño F14 con conector MDI. Las sondas de aspiración cerrada Tracheal™ de Intersurgical cuentan con una camisa muy suave y completamente transparente. Esto permite al facultativo una gran sensibilidad para insertar el catéter con una buena visibilidad de posibles obstrucciones. Nuestra válvula de aspiración es muy sensible y permite controlar la fuerza de aspiración aplicada con una sola mano. El cierre de seguridad está diseñado para evitar que se aspire accidentalmente. Las sondas de aspiración cerrada Tracheal están validadas para su uso durante 72 horas. Hay dos opciones de	2015DM-0013685	Unidad	Unidad	120	INTERSURGICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQ6014H6	SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN ADULTO 14FR (4,67mm, L:540mm) TUBO- Ref. 83- 214(72H)	Sistema cerrado para succión traqueal continua TRACH CARE Wet Pack 14 Fr, HHV.	2017DM-0015810	UNIDAD	BOLSAXUNIDAD	120	MINERVA MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQ6014H6	SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN ADULTO 14FR (4,67mm, L:540mm) TUBO- Ref. 83- 214(72H)	Sonda de succión cerrada 72 horas Plus, No. 14FR, Adulto, con codo	2018DM-0018691	Unidad	Unidad	120	LM INSTRUMENTS	VIGENTE	SI	SUBSANA	
151802HQ6014H6	SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN ADULTO 14FR (4,67mm, L:540mm) TUBO- Ref. 83- 214(72H)	SP-SONDA 14 Sistema de aspiración cerrada 72 horas. Excel. puerto MDI, 14Fr. Estéril, DNR + 10 jeringas prellenadas de SS.	2018DM-0018675	UNIDAD	Caja x 10	120	SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	Concepto de la especialidad NO FAVORABLE ya que el producto no se ha usado en la institución y se desconoce la calidad del producto
151802HQ6014H6	SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN ADULTO 14FR (4,67mm, L:540mm) TUBO- Ref. 83- 214(72H)	SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN ADULTO 14FR (4,67mm, L:540mm) TUBO- (4,67mm, L:540mm) TUBO- Ref. 83- 214(72H)	2013DM-0010862	UNID	UND	120	OLGA ALICIA BURBANO ERASO	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	Concepto de la especialidad NO FAVORABLE ya que el producto no se ha usado en la institución y se desconoce la calidad del producto
151802HQ6010H36	SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN TRAQUEAL NEONATAL 5FR	SISTEMA SUCCION CERRADA 5 FR SHERLEG	2011DM-0008336	UNIDAD	UNIDAD	30	DISCOLMEDICA	VIGENTE	SI	NO SUBSANA	No allega acta de visita de la secretaría de salud. El Concepto del especialista es NO favorable ya que en los últimos años no se ha usado el dispositivo médico en la unidad neonatal, recomiendo se realice trabajo de campo futuro
151802HQ6010H36	SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN TRAQUEAL NEONATAL 5FR	Sistema cerrado para succión traqueal continua TRACH CARE pediátrico en "Y" 5 Fr., HHV.	2017DM-0015810	UNIDAD	BOLSAXUNIDAD	30	MINERVA MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQ6010H36	SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN TRAQUEAL NEONATAL 5FR	Sonda de succión cerrada No. 5FR, Neonatal/Pediátrico, conector en Y.	2018DM-0018691	Unidad	Unidad	30	LM INSTRUMENTS	VIGENTE	SI	CUMPLE	

Elaborado

Código de Producto	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente de acuerdo al producto que tenga el oferente en su portafolio)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones - (ej: tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Factor de empaque (presentación comercial)	Cantidad cotizada -debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -	OFERENTE	Estado del Registro Sanitario (Vigente, Trámite de Renovación, Vencido)	Producto concuerda con el solicitado (s i/ no)	Concepto Técnico (Cumple/No cumple)	Observaciones (Porque no cumple)
151802HQG010436	SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN TRAQUEAL NEONATAL 5Fr	SP-SONDAS Sistema de aspiración cerrada neonatal y pediatría. 5Fr. Estéril, DNR + 10 jeringas prellenadas de ss	2018DM-0018675	UNIDAD	Caja x 10	30	SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S	VIGENTE	SI	NO SUSANA	El Concepto del especialista es NO favorable ya que en los últimos años no se ha usado el dispositivo médico en la unidad neonatal, recomiendan se realice trabajo de campo futuro
151802HQG010437	SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN TRAQUEAL NEONATAL 6Fr	SISTEMA SUCCIÓN CERRADA 6 FR SHERLEG	2011DM-0008336	UNIDAD	UNIDAD	15	DISCOLMEDICA	VIGENTE	SI	NO SUSANA	No allega acta de visita de la secretaría de salud. El Concepto del especialista es NO favorable ya que en los últimos años no se ha usado el dispositivo médico en la unidad neonatal, recomiendan se realice trabajo de campo futuro
151802HQG010437	SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN TRAQUEAL NEONATAL 6Fr	Sistema cerrado para succión traqueal continua TRACH CARE pediatría en "Y" 6 Fr. HHV.	2017DM-0015810	UNIDAD	BOLSAXUNI DAD	15	MINERVA MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQG010437	SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN TRAQUEAL NEONATAL 6Fr	Sonda de succión cerrada No. 6Fr. Neonatal/Pediatría, conector en Y.	2018DM-0018691	Unidad	Unidad	15	LM INSTRUMENTS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQG010437	SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN TRAQUEAL NEONATAL 6Fr	SP-SONDA6 Sistema de aspiración cerrada neonatal y pediatría. 6Fr. Estéril, DNR + 10 jeringas prellenadas de ss	2018DM-0018675	UNIDAD	Caja x 10	15	SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S	VIGENTE	SI	NO SUSANA	El Concepto del especialista es NO favorable ya que en los últimos años no se ha usado el dispositivo médico en la unidad neonatal, recomiendan se realice trabajo de campo futuro
151802HQG010438	SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN TRAQUEAL NEONATAL 7Fr	SISTEMA SUCCIÓN CERRADA 7 FR SHERLEG	2011DM-0008336	UNIDAD	UNIDAD	20	DISCOLMEDICA	VIGENTE	SI	NO SUSANA	No allega acta de visita de la secretaría de salud. El Concepto del especialista es NO favorable ya que en los últimos años no se ha usado el dispositivo médico en la unidad neonatal, recomiendan se realice trabajo de campo futuro
151802HQG010438	SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN TRAQUEAL NEONATAL 7Fr	Sistema cerrado para succión traqueal continua TRACH CARE pediatría en "Y" 7 Fr. HHV.	2017DM-0015810	UNIDAD	BOLSAXUNI DAD	20	MINERVA MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQG010438	SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN TRAQUEAL NEONATAL 7Fr	Sonda de succión cerrada No. 7Fr. Neonatal/Pediatría, conector en Y.	2018DM-0018691	Unidad	Unidad	20	LM INSTRUMENTS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQG010438	SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN TRAQUEAL NEONATAL 7Fr	SP-SONDA7 Sistema de aspiración cerrada neonatal y pediatría. 7Fr. Estéril, DNR + 10 jeringas prellenadas de ss	2018DM-0018675	UNIDAD	Caja x 10	20	SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S	VIGENTE	SI	CUMPLE	El Concepto del especialista es NO favorable ya que en los últimos años no se ha usado el dispositivo médico en la unidad neonatal, recomiendan se realice trabajo de campo futuro
151802HQG010438	SISTEMA CERRADO PARA SUCCIÓN TRAQUEAL CONTINUA TRACH CARE TURBO PARA TRAQUEOSTOMIA WET PACK Y PUERTO MDI 14 Fr Ref.227141863	SISTEMA CERRADO PARA SUCCIÓN TRAQUEAL CONTINUA TRACH CARE TURBO PARA TRAQUEOSTOMIA WET PACK Y PUERTO MDI 14 Fr Ref.227141863-5	2015DM-0013685	UNIDAD	UNIDAD	10	INTERCOMERCIAL MEDICA LTDA	VIGENTE	NO	NO SUSANA	Concepto de la especialidad NO FAVORABLE, no cuenta con lo solicitado
151802HQG010438	SISTEMA CERRADO PARA SUCCIÓN TRAQUEAL CONTINUA TRACH CARE TURBO PARA TRAQUEOSTOMIA WET PACK Y PUERTO MDI 14 Fr Ref.227141863	Sistema cerrado para succión traqueal continua TRACH CARE Turbo Cleaning para traqueostomía Wet Pack y puerto MDI 14 Fr. HHV.	2017DM-0015810	UNIDAD	BOLSAXUNI DAD	10	MINERVA MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	

Código de Producto	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente de acuerdo al producto que tenga el oferente en su portafolio)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones - (ej: tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Factor de empaque (presentación comercial)	Cantidad cotizada -debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -	OFERENTE	Estado del Registro Sanitario (Vigente, Trámite de Renovación, Vencido)	Producto concuerda con el solicitado (s i/ no)	Concepto Técnico (Cumple/No cumple):	Observaciones (Porque no cumple)
151802HQG010286	SISTEMA CERRADO PARA SUCCIÓN TRAQUEAL CONTINUA TRACH CARE TURBO PARA TRAQUEOSTOMIA WET PACK Y PUERTO MDI 14 fr Ref:227141863	Succión PRO 72 DL 14FR FT (CJx20)	2016DM-0014999	UNIDAD	CAJA X 20	10	COBO MEDICAL	VIGENTE	NO	NO SUSANA	Concepto de la especialidad NO FAVORABLE, no cuenta con lo solicitado
151802HQG010286	SISTEMA CERRADO PARA SUCCIÓN TRAQUEAL CONTINUA TRACH CARE TURBO PARA TRAQUEOSTOMIA WET PACK Y PUERTO MDI 14 fr Ref:227141863	Sonda de aspiración cerrada TrachSeal de adulto para traqueostomía 72 horas, tamaño F14 con conector MDI y Sol Seal, x 10. Las sondas de aspiración cerrada TrachSeal™ de Intersurgical cuentan con una camisa muy suave y completamente transparente. Esto permite al facultativo una gran sensibilidad para insertar el catéter con una buena visibilidad de posibles obstrucciones. Nuestra válvula de aspiración es muy sensible y permite controlar la fuerza de aspiración aplicada con una sola mano. El cierre de seguridad está diseñado para evitar que se aspire accidentalmente. Las sondas de aspiración cerrada TrachSeal están validadas para su uso durante 72 horas. Hay dos opciones de longitud para permitir su	2016DM-0013685	Unidad	Unidad	10	INTERSURGICAL	VIGENTE	NO	NO SUSANA	Concepto de la especialidad NO FAVORABLE, no cuenta con lo solicitado
151802HQG010286	SISTEMA CERRADO PARA SUCCIÓN TRAQUEAL CONTINUA TRACH CARE TURBO PARA TRAQUEOSTOMIA WET PACK Y PUERTO MDI 14 fr Ref:227141863	Sonda de succión cerrada 72 horas Plus, No. 14FR, Adulto, con codo. (10 jeringas de SSN).	2018DM-0018691	Unidad	Unidad	10	LM INSTRUMENTS	VIGENTE	NO	NO SUSANA	Concepto de la especialidad NO FAVORABLE, el producto ofertado no es el solicitado
151802HQG010286	SISTEMA CERRADO PARA SUCCIÓN TRAQUEAL CONTINUA TRACH CARE TURBO PARA TRAQUEOSTOMIA WET PACK Y PUERTO MDI 14 fr Ref:227141863	SP-SONDA14T Sistema de aspiración cerrada para traqueostomía 72 horas. Exel, puerto MDI, 14FR, Estéril, DAR + 10 jeringas prellenadas de ss	2018DM-0018675	UNIDAD	Caja x 10	10	SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S	VIGENTE	NO	NO SUSANA	Concepto de la especialidad NO FAVORABLE, no cuenta con lo solicitado
151802HQG010286	SISTEMA DE OSTIOMIA ADULTO DE URA SOLA PIEZA Ref:22771	ACTIVE LIFE - RECORDABLE 19 A 64MM 1 PINZA CONVATEC	2012DM-0000973-R1	UNIDAD	UNIDAD	10	DISCOLMEDICA	VIGENTE	SI	NO SUSANA	No allega acta de visita de la secretaría de salud
151802HQG010286	SISTEMA DE OSTIOMIA ADULTO DE URA SOLA PIEZA Ref:22771	BOLSA DREN 22771 AD, ACTIVE LIFE 1PIEZA	2012DM-0000973-R1	UNIDAD	CAJA X 10 UNDS	10	COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HSC010103	SOBRE DE CERA PARA HUESOS 2,5g	CERA OSEA Cera para control mecánico de hemorragias en heridas óseas, caja x 24 sobres, Marca B.Braun	INVIMA 2016DM-00000314-R2	UNIDAD	CAJA X 24	80	B BRAUN	VIGENTE	SI	CUMPLE	

Código de Producto	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente de acuerdo al producto que tenga el diferente en su portafolio)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -(ej:tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Factor de empaque (presentación comercial)	Cantidad cotizada -debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -	OFERENTE	Estado del Registro Sanitario (Vigente, Trámite de Renovación, Vencido)	Producto concuerda con el solicitado (s /i/ no)	Concepto Técnico (Cumple/No cumple)	Observaciones (Porque no cumple)
151802HQG010303	SOBRE DE CERA PARA HUESOS 2.5g	CERA PARA HUESOS 2.5GR(SOBRE)W31G	2016DM-0000128-R2	UNIDAD	CAJA X 12	80	COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HSC010103	SOBRE DE CERA PARA HUESOS 2.5g	SOBRE DE CERA PARA HUESOS 2.5g		UNIDAD	UNIDAD	80	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	NO PUEDE SER REVISADO	NO PUEDE SER REVISADO	NO CUMPLE	El producto no puede ser evaluado ya que no allega ni relaciona el registro sanitario
151802HSC010103	SOBRE DE CERA PARA HUESOS 2.5g	CO1000 CERA OSEA Forma cuadrada 2,5g	2019DM-0003739-R1	UNIDAD	Caja x 12	80	SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQG010290	SONDA DE TORAX No. 32	8888570556 CATETER TORÁXICO RECTO NO. 32FR	2013DM-001746-R1	UNIDAD	CAJA X 10	30	SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQG010291	SONDA DE TORAX No. 28 - (B2)	TUBO PARA TORAX No 28 UNIDAD MEDEX	2018DM-0001844-R2	UNIDAD	UNIDAD	20	DISCOLMEDICA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No allega acta de visita de la secretaria de salud
151802HQG010291	SONDA DE TORAX No. 28 - (B2)	8888570549 CATETER TORÁXICO RECTO NO. 28FR	2013DM-001746-R1	UNIDAD	CAJA X 10	20	SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQG010289	SONDA DE TORAX No. 30	TUBO PARA TORAX No 30 UNIDAD MEDEX	2018DM-0001844-R2	UNIDAD	UNIDAD	20	DISCOLMEDICA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No allega acta de visita de la secretaria de salud
151802HQG010304	SONDAS FOLEY 16 * 2 VIAS	SONDA FOLEY 2 VIAS No 16X5CC UNIDAD PRECISION	2015DM-0014103	UNIDAD	UNIDAD	60	DISCOLMEDICA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No allega acta de visita de la secretaria de salud
151802HQG010304	SONDAS FOLEY 16 * 2 VIAS	SONDAS FOLEY 16 * 2 VIAS	2017DM-0016300	UNIDAD	CAJA X 10	60	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQG010304	SONDAS FOLEY 16 * 2 VIAS	SONDAS FOLEY 16 * 2 VIAS	2015DM-0013080	UNIDAD	UNIDAD	60	OLGA ALICIA BURBANO ERASO	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQG010305	SONDAS FOLEY 18 * 2 VIAS	SONDA FOLEY 2 VIAS No 18X5CC UNIDAD PRECISION	2015DM-0014103	UNIDAD	UNIDAD	30	DISCOLMEDICA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No allega acta de visita de la secretaria de salud
151802HQG010305	SONDAS FOLEY 18 * 2 VIAS	SONDAS FOLEY 18 * 2 VIAS	2015DM-0013080	UNIDAD	UNIDAD	30	OLGA ALICIA BURBANO ERASO	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQG010305	SONDAS FOLEY 18 * 2 VIAS	SONDAS FOLEY 18 * 2 VIAS	2014DM-0012269	UNIDAD	UNIDAD	30	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQG010305	SONDAS FOLEY 18 * 2 VIAS	SONDAS FOLEY 18 * 2 VIAS	2019DM-0019994	UNIDAD	CAJA X 10	30	INTERCOMERCIAL MEDICA LTDA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQG010306	SONDAS FOLEY 20 * 2 VIAS	SONDA FOLEY 2 VIAS No 20X5CC UNIDAD PRECISION	2015DM-0014103	UNIDAD	UNIDAD	20	DISCOLMEDICA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No allega acta de visita de la secretaria de salud
151802HQG010306	SONDAS FOLEY 20 * 2 VIAS	SONDAS FOLEY 20 * 2 VIAS	2014DM-0012269	UNIDAD	UNIDAD	20	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQG010306	SONDAS FOLEY 20 * 2 VIAS	SONDAS FOLEY 20 * 2 VIAS	2015DM-0013080	UNIDAD	UNIDAD	20	OLGA ALICIA BURBANO ERASO	VIGENTE	SI	CUMPLE	

Código de Producto	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente de acuerdo al producto que tenga el oferente en su portafolio)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -(ej:tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Factor de empaque (presentación comercial)	Cantidad cotizada -debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -	OFERENTE	Estado del Registro Sanitario (Vigente, Trámite de Renovación, Vencido)	Producto concuerda con el solicitado (s / no)	Concepto Técnico (Cumple/No cumple)	Observaciones (Porque no cumple)
151802HQ6018004	SONIDAS FOLEY 6Fr + 2 VIAS	SONDA FOLEY 2 VIAS No 6X30CC UNIDAD SUMINIED - KRAMER	2010DM-0005737	UNIDAD	UNIDAD	10	DISCOLMEDICA	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	La ficha técnica entregada en la propuesta no corresponde con el registro sanitario del producto ofertado, se solicita se aclare cual es el producto a ofertar.
151802HQ6018004	SONIDAS FOLEY 6Fr + 2 VIAS	SONIDAS FOLEY 6Fr + 2 VIAS	2014DM-0012269	UNIDAD	UNIDAD	10	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQ6018004	SONIDAS FOLEY 6Fr + 2 VIAS	SONIDAS FOLEY 6Fr + 2 VIAS	2015DM-0013080	UND	UND	10	OLGA ALICIA BUREANO ERASO	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQ6010310	SONIDAS LEVIN No. 14	SONDA LEVIN MASOGASTRICA No 14 UNIDAD NUBENICO	2015DM-0003051-R1	UNIDAD	UNIDAD	60	DISCOLMEDICA	VIGENTE	SI	NO SUBSANA	No allega acta de visita de la secretaria de salud
151802HQ6010310	SONIDAS LEVIN No. 14	SONIDAS LEVIN No. 14	2018DM-0001686 R2	UNIDAD	UNIDAD	60	INTERCOMERCIAL MEDICA LTDA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQ6010310	SONIDAS LEVIN No. 14	SONIDAS LEVIN No. 14	2015DM-0003051-R1	UNIDAD	CAJA X 40	60	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQ6010317	SONIDAS LEVIN No. 16	SONDA LEVIN MASOGASTRICA No 16 UNIDAD NUBENICO	2015DM-0003051-R1	UNIDAD	UNIDAD	150	DISCOLMEDICA	VIGENTE	SI	NO SUBSANA	No allega acta de visita de la secretaria de salud
151802HQ6010317	SONIDAS LEVIN No. 16	SONIDAS LEVIN No. 16	2018DM-0001686 R2	UNIDAD	UNIDAD	150	INTERCOMERCIAL MEDICA LTDA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQ6010317	SONIDAS LEVIN No. 16	SONIDAS LEVIN No. 16	2015DM-0003051-R1	UNIDAD	CAJA X 40	150	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQ6010314	SONIDAS LEVIN No. 20	SONDA LEVIN MASOGASTRICA No 20 UNIDAD NUBENICO	2015DM-0003051-R1	UNIDAD	UNIDAD	20	DISCOLMEDICA	VIGENTE	SI	NO SUBSANA	No allega acta de visita de la secretaria de salud
151802HQ6010314	SONIDAS LEVIN No. 20	SONIDAS LEVIN No. 20	2018DM-0001686 R2	UNIDAD	UNIDAD	20	INTERCOMERCIAL MEDICA LTDA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQ6010314	SONIDAS LEVIN No. 20	SONIDAS LEVIN No. 20	2015DM-0003051-R1	UNIDAD	CAJA X 40	20	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQ6010321	SONIDAS NELATON No.14 - (B2)	SONDA NELATON No.14 UNIDAD SHERLEG	2016DM-0000107-R2	UNIDAD	UNIDAD	700	DISCOLMEDICA	VIGENTE	SI	NO SUBSANA	No allega acta de visita de la secretaria de salud
151802HQ6010321	SONIDAS NELATON No.14 - (B2)	SONIDAS NELATON No.14 - (B2)	2018DM-0001686 R2	UNIDAD	UNIDAD	700	INTERCOMERCIAL MEDICA LTDA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQ6010329	SONIDAS NELATON No.8	SONDA NELATON No 8 UNIDAD SHERLEG	2016DM-0000107-R2	UNIDAD	UNIDAD	400	DISCOLMEDICA	VIGENTE	SI	NO SUBSANA	No allega acta de visita de la secretaria de salud
151802HQ6010329	SONIDAS NELATON No.8	SONIDAS NELATON No.8	2018DM-0001686 R2	UNIDAD	UNIDAD	400	INTERCOMERCIAL MEDICA LTDA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQ6010329	SONIDAS NELATON No.8	SONIDAS NELATON No.8	2015DM-00003053-R1	UNIDAD	PAQUETE X 60	400	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQ6010034	SUTURA DE CATGUT CROMADO 0 - HR 37s Ref. 80560979 o 812T	CATGUT CROMADO 0 HR37s X 75 cm Monofilamento absorbible 0, con aguja de 1/2 circulo redonda reforzada de 37 mm, longitud de la hebra 75 cm, Marca B.Braun	INVINA 2017DM-0001563-R1	UNIDAD	CAJA X 24	60	BBBRAUN	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	El producto ofertado no corresponde con el solicitado

Código de Producto	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente de acuerdo al producto que tenga el oferente en su portafolio)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -(ejp:tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Factor de empaque (presentación comercial)	Cantidad cotizada -debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -	OFERENTE	Estado del Registro Sanitario (Vigente, Trámite de Renovación, Vencido)	Producto concuerda con el solicitado (s / no)	Concepto Técnico (Cumple/No cumple)	Observaciones (Porque no cumple)
151802HSC010034	SUTURA DE CATGUT CROMADO 0 - HR 3/5 Ref. 80560979 o 812T	CATGUT CROMADO 0.0 R.80560979 HR3/5 X 75CM BRAUN	2017DM-0001563-R1	UNIDAD	UNIDAD	60	DISCOLMEDICA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El producto ofertado no es el solicitado. allega acta de visita de la secretaría de salud
151802HSC010034	SUTURA DE CATGUT CROMADO 0 - HR 3/5 Ref. 80560979 o 812T	CATGUT CROMADO 0.0CT1.70CM 812T	2016DM-0000279-R4	UNIDAD	CAJA X 24	60	COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HSC010034	SUTURA DE CATGUT CROMADO 0 - HR 3/5 Ref. 80560979 o 812T	SUTURA DE CATGUT CROMADO 0 OPTILENE 3/0 2XHR26 X 90 CM Monofilamento sintético no absorbible de polipropileno y polietileno 3/0, con doble aguja 1/12 círculo redonda de 26 mm, longitud de hebra 90 cm. Marca B.Braun		UNIDAD	UNIDAD	60	LIFE SUPMINISTROS MEDICOS	NO PUEDE SER REVISADO	NO PUEDE SER REVISADO	NO CUMPLE	El producto no puede ser evaluado ya que no allega ni relaciona el registro sanitario
151802HSC010072	SUTURA DE POLIPROPILENO 3/0- Ref. 8522T(cardiovascular)- (B2)	PROLENE No 3-0 REF.8522T 90CM SH UNIDAD JOHNSON	2018DM-0000847-R3	UNIDAD	UNIDAD	60	DISCOLMEDICA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No allega acta de visita de la secretaría de salud
151802HSC010072	SUTURA DE POLIPROPILENO 3/0- Ref. 8522T(cardiovascular)- (B2)	PROLENE 3 0(CSH)90CM 8522T	2018DM-0000847-R3	UNIDAD	CAJA X 24	60	COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HSC010072	SUTURA DE POLIPROPILENO 3/0- Ref. 8522T(cardiovascular)- (B2)	OPTILENE 5/0 (1) 75CM DS19 (M) RCP Monofilamento sintético no absorbible de Polipropileno y Polietileno 5/0, con aguja 3/8 círculo constante de 19 mm DS19, longitud de hebra 75 cm. Marca Braun	2016DM-0000156-R2	UNIDAD	CAJA X 36	60	SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El producto ofertado no corresponde con el solicitado
151802HSC010068	SUTURA DE POLIPROPILENO 5/0 Ref.8686T(p.ética)- (B2)	PROLENE No 5-0 REF.8686T 45CM PS2 CON A UNIDAD JOHNSON	2018DM-0000847-R3	UNIDAD	UNIDAD	300	DISCOLMEDICA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No allega acta de visita de la secretaría de salud
151802HSC010068	SUTURA DE POLIPROPILENO 5/0 Ref.8686T(p.ética)- (B2)	PROLENE 5 0(PS2)45CM P8686T	2018DM-0000847-R3	UNIDAD	CAJA X 24	300	COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HSC010068	SUTURA DE POLIPROPILENO 5/0 Ref.8686T(p.ética)- (B2)	SPS5666 SURGIPRO 5/0 P-12 45 CM	2016DM-0000156-R2	UNIDAD	Caja x 36	300	SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	El producto ofertado no corresponde con el solicitado
151802HSC010081	SUTURA POLYDIOXANONE PDS 1 120mm - REF. PDP881G o K878(RB2)	PDS 1 PLUS LOOP(XLH)120CM PDP881G	2019DM-0001873-R1	UNIDAD	CAJA X 12	30	COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HSC010087	TAPON PARA ACCESO PERITONEAL de tipo neutro	Conector Intravenoso sin aguja	2012DM-0009391	Tapon	Empaque Individual	1000	BAXTER	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HSC010346	TERMOMETROS ORALES	TERMOMETROS ORALES	2018DM-0019094	UNIDAD	CAJA X 12 UND	300	INTERCOMERCIAL MEDICA LTDA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HSC010346	TERMOMETROS ORALES	TERMOMETROS ORALES	2017DM-0016984	UNIDAD	UNIDAD	300	LIFE SUPMINISTROS MEDICOS	VIGENTE	SI	CUMPLE	

Handwritten signature

Código de Producto	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente de acuerdo al producto que tenga el oferente en su portafolio)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -(ejp:tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Factor de empaque (presentación comercial)	Cantidad cotizada -debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -	OFERENTE	Estado del Registro Sanitario (Vigente, Trámite de Renovación, Vencido)	Producto concuerda con el solicitado (s / no)	Concepto Técnico (Cumple/No cumple)	Observaciones (Porque no cumple)
151802HQG01H43	TRAMPA DE AGUA PARA MONITOR DRAEGER REF. 6872130(B2)	6872130 Trampa de agua para máquina de anestesia - Waterlock 2	2019EBC-0002376-R1	UNIDAD	Caja x 12	30	SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQG010397	VENIDAS DE ALGODÓN 6*5- (B2)	VENIDA ALGODÓN LAMINADO 6X5 UNIDAD MEDICAL SUPPLIES	2019DM-00020064	UNIDAD	UNIDAD	700	DISCOLMEDICA	VIGENTE	SI	NO SUBSANIA	No allega acta de visita de la secretaria de salud
151802HQG010397	VENIDAS DE ALGODÓN 6*5- (B2)	VENIDAS DE ALGODÓN 6*5- (B2)	2019DM-00020064	UNIDAD	UNIDAD	700	INTERCOMERCIAL MEDICA LTDA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQG010397	VENIDAS DE ALGODÓN 6*5- (B2)	VENIDAS DE ALGODÓN 6*5- (B2)	2017DM-0000734-R1	UNID	UNID	700	OLGA ALICIA BURBANO ERASO	VIGENTE	SI	SUBSANIA	
151802HQG010397	VENIDAS DE ALGODÓN 6*5- (B2)	VENIDAS DE ALGODÓN 6*5	INATMA V - 4154	UNIDAD	PAQUETE X 6	700	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	VENCIDO	SI	NO SUBSANIA	El registro sanitario se encuentra con estado VENCIDO
151802HQG010400	VENIDAS DE YESO 6*5- (B2)	VENIDA DE YESO 6X5 UNIDAD KENNEDY	2012DM-0001414-R1	UNIDAD	UNIDAD	600	DISCOLMEDICA	VIGENTE	SI	NO SUBSANIA	No allega acta de visita de la secretaria de salud
151802HQG010400	VENIDAS DE YESO 6*5- (B2)	YESO GYPSOMA RAP. 6x5YOS.	2018DM-0003155-R1	UNIDAD	UNIDAD	600	COBO MEDICAL	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQG010400	VENIDAS DE YESO 6*5- (B2)	VENIDAS DE YESO 6*5	2009DM-00003155	UNIDAD	PAQUETE X 24	600	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQG010403	VENIDAS ELÁSTICAS 6*5- (B2)	VENIDA ELASTICA 6X5 UNIDAD MEDICAL SUPPLIES	2017DM-0016044	UNIDAD	UNIDAD	600	DISCOLMEDICA	VIGENTE	SI	NO SUBSANIA	No allega acta de visita de la secretaria de salud
151802HQG010403	VENIDAS ELÁSTICAS 6*5- (B2)	VENIDAS ELÁSTICAS 6*5	2017DM-0016044	UNIDAD	PAQUETE X 6	600	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802HQG010403	VENIDAS ELÁSTICAS 6*5- (B2)	VENIDAS ELÁSTICAS 6*5- (B2)	2017DM-0000734-R1	UNID	UNID	600	OLGA ALICIA BURBANO ERASO	VIGENTE	SI	SUBSANIA	
151802HQG010403	VENIDAS ELÁSTICAS 6*5- (B2)	VENIDAS ELÁSTICAS 6*5- (B2)	2017DM-0016044	UNIDAD	UNIDAD	600	INTERCOMERCIAL MEDICA LTDA	VIGENTE	SI	CUMPLE	

efp

9

Código de Producto	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente de acuerdo al producto que tenga el oferente en su portafolio)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones - (ej: tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Factor de empaque (presentación comercial)	Cantidad cotizada -debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -	OFERENTE	Estado del Registro Sanitario (Vigente, Trámite de Renovación, Vencido)	Producto concuerda con el solicitado (s / no)	Concepto Técnico (Cumple/No cumple)	Observaciones (Porque no cumple)
EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS, PRESENTADAS DENTRO DE LA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS No. FAR-SP-059-2020											
Oferente	Autorización como distribuidor mayorista (Cumple, NO Cumple o No Aplica)	CCCA (Cumple, NO Cumple o No Aplica)	Autorización manejo de medicamentos de control especial (Cumple, NO Cumple o No Aplica)	BPM (Cumple, NO Cumple o No Aplica)	Resultado Requisitos Habilitantes (Cumple/NO Cumple)	Observaciones					
BAXTER	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE						
BBAUN	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	Los productos: SUTURA DE CATGUT CROMADO 0 - HR 3/5 Ref. 80560979 o 812T, SUTURA DE POLIPROPILENO 3/0 - Ref. 85227 (cardexascuar)- (B2), SUTURA DE POLIPROPILENO 5/0 Ref. 858610 (pástica) - (B2). Los productos oferta					
COBO MEDICAL SAS	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	Para el producto SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN ADULTO 14FR (4.67mm, L:540mm) TUBO - Ref. 83-214(72h) Concepto de la especialidad NO FAVORABLE ya que el producto no se ha usado en la institución y se desconoce la calidad del producto. Para el producto SISTEMA CERRADO PARA SUCCIÓN TRAQUEAL CONTINUA TRACH CARE TUBERO PARA TRAQUEOSTOMIA WET PACX Y PUERTO MDI 14 fr Ref. 227141863-5, Concepto de la especialidad NO FAVORABLE, no cuenta con lo solicitado					
CTP MEDICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	Para los productos: HEROSTÁTICO DE CELULOSA OXIDADA FIBRILAR 2.5*5-REF. 411961, HEROSTÁTICO SNOIV (SURGICE) 5.1*10.2 HEMORRAGIA Y CIRUGIA GENERAL- REF. 2092, Concepto de la especialidad NO FAVORABLE ya que el producto no se ha usado en la institución y se desconoce la calidad del producto. Para el producto APÓSITO CON ANTIMICROBIANO AHD DE ESPUMA HIDROFÍLICA 4"x 4" (10.2cm x 10.2cm) Ref. 55544AMIDXT Concepto de especialidad NO FAVORABLE no contiene lo que se requiere. El producto PARCHE DUDERMI CCF CON FORMULA GEL CONTROLADO DE 10*10, Ref. 187660 no corresponde con los solicitado					
DISCOLMEDICAS	NO SUBSANA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO SUBSANA	No allega acta de visita de la secretaría de salud. Para los productos EQUIPO PARA IRRIGACIÓN UTERINO CON CÁMARA DE GOTEO - Ref. ARC1002P La ficha técnica entregada en la propuesta no corresponde con el registro sanitario del producto ofertado, se solicita se adicione cual es el producto a ofertar. El producto SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN TRAQUEAL HEMORRÁGICA 5fr, 6 fr y 7 fr. El Concepto de la especialidad es NO favorable ya que en los últimos años no se ha usado el dispositivo médico en la unidad neonatal, recomendar se realice trabajo de campo futuro. El producto SONDAS FOLEY 6fr * 2 VIALS, La ficha técnica entregada en la propuesta no corresponde con el registro sanitario del producto ofertado, se solicita se adicione cual es el producto a ofertar. Y para el producto SUTURA DE CATGUT CROMADO 0 - HR 3/5 Ref. 80560979 o 812T, el producto ofertado no es el solicitado					
INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	El producto LAMINAS PORTA OBJETOS CON BANDA MATE, Ref. 7105 Ref. 7105-01X(PATOLOGIA)(B2) - Caja 50 laminas tiene concepto de especialidad NO favorable ya que no se tiene experiencia con el producto y se conoce la calidad del vidrio, recomendar se realice trabajo de campo futuro. Para los productos AGUA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 14-100-90mm(B2), AGUA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 18x 5-15-16 cm(B2). Concepto de la especialidad NO FAVORABLE ya que el producto no se ha usado en la institución y se desconoce la calidad del producto. Para el producto SISTEMA CERRADO PARA SUCCIÓN TRAQUEAL CONTINUA TRACH CARE TUBERO PARA TRAQUEOSTOMIA WET PACX Y PUERTO MDI 14 fr Ref. 227141863-5, Concepto de la especialidad NO FAVORABLE, no cuenta con lo solicitado.					
INTERSURGICAL S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	Para el producto SISTEMA CERRADO PARA SUCCIÓN TRAQUEAL CONTINUA TRACH CARE TUBERO PARA TRAQUEOSTOMIA WET PACX Y PUERTO MDI 14 fr Ref. 227141863-5, Concepto de la especialidad NO FAVORABLE, no cuenta con lo solicitado					
LIFE SUPPLIMENTOS MEDICOS	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	El producto CATETER VENOSO CENTRAL DE ALTO FLUJO TRO H V1220 tiene concepto NO CUMPLE ya que la ficha técnica relacionada y el registro sanitario corresponde a un INTROCAN, y no es lo solicitado. Para los productos HEROSTÁTICO DE CELULOSA OXIDADA FIBRILAR 2.5*5-REF. 411961, HEROSTÁTICO SNOIV (SURGICE) 5.1*10.2 HEMORRAGIA Y CIRUGIA GENERAL- REF. 2092, concepto NO CUMPLE, no puede ser evaluado ya que no allega ni relaciona el registro sanitario. El producto LINEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA MONITOR DRAGER Concepto de la especialidad NO FAVORABLE ya que el producto no se ha usado en la institución y se desconoce la calidad del producto. VERIDAS DE ALGODÓN 6*5- (B2) NO CUMPLE ya que el registro sanitario se encuentra VENCIDO. Producto MANJERERA SILICONADA DE SUCCIÓN RECORRIDA, NO CUMPLE, no allega resolución de ítema donde informe que no requiere registro sanitario					

Código de Producto	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente de acuerdo al producto que tenga el oferente en su portafolio)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -(ejp;tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Factor de empaque (presentación comercial)	Cantidad cotizada -debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -	OFERENTE	Estado del Registro Sanitario (Vigente, Trámite de Renovación, Vencido)	Producto concuerda con el solicitado (s / no)	Concepto Técnico (Cumple/No cumple)	Observaciones (Porque no cumple)
LM INSTRUMENTS	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	Para los productos: SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN ADULTO 14FR (4,67mm, L:305mm) TRAQUEOSTOMIA - Ref. 83-314(72H). Concepto de especialidad NO FAVORABLE. El producto ofertado no corresponde con el solicitado, se solicita que sea para 72 horas y según ficha técnica es para 24 h. Para el producto SISTEMA CERRADO PARA SUCCIÓN TRAQUEAL CONTINUA TRACH CARE TUBERO PARA TRAQUEOSTOMIA WIET PACK Y PUERTO ROL 14 fr Ref.227141863-5, Concepto de la especialidad NO FAVORABLE, el producto ofertado no es el solicitado. Para la AGUA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 186 x 15-16 cm se revisa para concepto técnico con la especialidad, resultado NO FAVORABLE ya que el producto no se ha usado en la institución y se desconoce la calidad del producto. Producto CONECTOR PARA TERAPIA EN T. Ref. TT10(FOROU) NO CUMPLE ya que no es el solicitado. Revisados los registros sanitarios, se observa que son importadores de los productos que presentan en la oferta, por lo que se corrige la evaluación técnica y se concluye que NO APLICA autorización por parte del ente territorial. Por lo tanto se concluye que CUMPLE.					
MINERVA MEDICAL SAS	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	Para los productos: ELECTRODOS NEONATALES RED DOT (Ref. 2268-3) Rescatado Hicropore, BRAZALETE DE TENSION NEONATAL DESECHABLE - No. 2 - UÑA VÍA - SOFT - CHECK (4-8cm), PARCHE TRANSPARENTE CON PAD 9*20cm - REF. 685778-REF.BS833, SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN ADULTO 14FR (4,67mm, L:305mm) TRAQUEOSTOMIA - Ref. 83-314(72H), SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN ADULTO 14FR (4,67mm, L:310mm) TUBO- Ref. 83-214(72H), LINER CON VALVULA 320CC DE UN SOLO CUERPO (CARDINAL) TAPA AZUL, J-VAC RESERVOIRIO 100cc CON BUBBO DE SUCCIÓN(82), AGUA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 14-100-90mm(82), AGUA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 186 x 15-16 cm(82), el concepto de especialidad es NO favorable ya que no se ha usado el dispositivo médico, recomiendan se realice trabajo de campo futuro. Para los ELECTRODOS ADULTO Ref. 2239 - MONITOREO LARGO el concepto es NO FAVORABLE. Informa Especialista que no tiene buena adherencia, se despegan con facilidad al baño del paciente. Para el producto SISTEMA CERRADO PARA SUCCIÓN TRAQUEAL CONTINUA TRACH CARE TUBERO PARA TRAQUEOSTOMIA WIET PACK Y PUERTO ROL 14 fr Ref.227141863-5, Concepto de la especialidad NO FAVORABLE, no cuenta con lo solicitado					
SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	Para el producto HOJAS DE PRUEBA DE BOVINE DICK CALA POR 50 unidades- Ref.001304F Concepto de especialidad NO FAVORABLE, el producto no se ha usado por lo que se desconoce su calidad, recomiendan trabajo de campo. PARCHE PUDDERM CGF CON FORMULA GEL CONTROLADO DE 10*10, Ref. 187660 el producto ofertado no corresponde con el solicitado PARCHE TEGADERM IV 1685 ADVANCIADO DE 8.5*11.5cm(para fijación de catéter subcutáneo) Concepto de especialista NO FAVORABLE, no cumple con las medidas requeridas.					
SURGIPLAST	NO SUBSANA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO SUBSANA	NO allega acta de visita, allega documento con nombre de operador logístico a Landfast. Para el producto PAPULOTOMO ESFINTEROTOMO DESECHABLE TRIPLE LUMEN Ref. M0053590QUUTRATONIE XL), concepto NO FAVORABLE por la especialidad requiere					
TECNOLOGIAS MEDICAS DE COLOMBIA	NO SUBSANA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO SUBSANA	Para los productos SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN ADULTO 14FR (4,67mm, L:310mm) TUBO- Ref. 83-214(72H), CAMPO DE INYECCIÓN CON AUTOCORRIENTE 5cm*45cm, AGUA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 14-100-90mm(82), AGUA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 186 x 15-16 cm(82), el concepto de la especialidad es NO FAVORABLE ya que el producto no se ha usado en la institución y se desconoce la calidad del producto. El producto ELECTRODOS ADULTO Ref. 2239 - MONITOREO LARGO, no puede ser evaluado, no allega ficha técnica					
OLGA ALCIA BURBANO ERAZO	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE						

M. León
QF Marcela Ceron

E. Herrera
QF Erika Herrera

T. Valencia
QF Tomás Valencia