SUBSANACI .S EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS, PRESENTADA ENTRO DE LA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS
No. FAR-IP-0020-2020 Fecha: 08 de julio de 2020

Código de Producto	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente de acuerdo al producto que tenga el oferente en su portafolio)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -(ejp:tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Factor de empaque (presentación comercial)	Cantidad cotizada -debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -	OFERENTE	Estado del Registro Sanitario (Vigente, Tramite de Renovación, Vencido)	Producto concuerda con el solicitado (s i/ no)	Concepto Tecnico (Cumple/No cumple)	Observaciones (Porque no cumple)
151802MSC010112	ESPARADRAPO MICROPORE BLANCO 1" REF. 1530	MICROPORE HOSP.BLANCO 1 1530 1 CJx12UND	2017DM-0016689	Unidad	CAJA X 12 UND		COBO MEDICAL SAS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG010009	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 18*1-1/2(38*12mm)	AGUJA HIPODERMICA 18GX1 1/2 CJAX100 UND LIFE CARE	2013DM-0010773	Unidad	CAJA X 100		YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG010010	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 20*1(25*0.9mm)	AGUJA HIPODERMICA 20X1 1/2 CJAX100 UND LIFE CARE	2013DM-0010773	Unidad	CAJA X 100		YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG010012	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 21*1(25*0.8mm)	AGUJA HIPODERMICA 21GX1 1/2 CJAX100 UND LIFE CARE	2013DM-0010773	Unidad	CAJA X 100		YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG010103	CATETER SUBCLAVIO DOS VIAS S513	Cateter venoso central 2 L No. 7 Fr x 20 cm aguja introductora en Y y guía en nitinol	2014DM-0002088-R1	Unidad	Unidad	Unidad	LM INSTRUMENTS	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	Concepto NO FAVORABLE por la especialidad informan lo siguiente: El producto no ha sido evaluado en la institucion, los cateteres que se vienen utilizando en la institucion tienen excelente desempeño, se sugiere una prueba de campo previa antes de sugerir cambio.
151802MQG010104	CATETER SUBCLAVIO DOS VIAS V720	Catéter Venoso central 3 L de 7 Fr x 20 cm con aguja introductora en Y	2014DM-0002088-R1	Unidad	Unidad	Unidad	LM INSTRUMENTS	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	Concepto NO FAVORABLE por la especialidad informan lo siguiente: El producto no ha sido evaluado en la institucion, los cateteres que se vienen utilizando en la institucion tienen excelente desempeño, se sugiere una prueba de campo previa antes de sugerir cambio.
151802MQG010107	CATETER SUBCLAVIO TRES VIAS V720	catéter venoso central 1 L No. 16 Ga x 20 cm aguja introductora y guía en nitinol	2014DM-0002088-R1	Unidad	Unidad	Unidad	LM INSTRUMENTS	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	Concepto NO FAVORABLE por la especialidad informan lo siguiente: El producto no ha sido evaluado en la institucion, los cateteres que se vienen utilizando en la institucion tienen excelente desempeño, se sugiere una prueba de campo previa antes de sugerir cambio.
151802MQG018519	CINTA TRANSPARENTE (FIXUMUL) 10 x 10m	FIXOMULL TRANSPARENTE 10Mx10CM	2015DM-0014045	Unidad	UNIDAD		COBO MEDICAL SAS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG018520	CINTA TRANSPARENTE (FIXUMUL) 15 x 10m	FIXOMULL TRANSPARENTE 10MX15CM	2015DM-0014045	Unidad	UNIDAD		COBO MEDICAL SAS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG010754	CONECTOR ONE LINK DE FLUJO NEUTRO Ref 7N8371	TAPON INTERMITENTE NF(NEEDLE FREE) 00403402	2017DM-0016989	Unidad	Caja x 100 unidades		LABORATORIOS GOTHAPLAST	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	Concepto NO FAVORABLE por la especialidad informan que No cumple con las especificaciones tecnicas requeridas por la especialidad
151802MQG010754	CONECTOR ONE LINK DE FLUJO NEUTRO Ref 7N8371	Equipo de extensión para catéter con microcalibre en y sin DEHP - ONE LINK	2012DM-0009391	Unidad	Empaque Individual		LABORATORIOS BAXTER	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG010712	CONECTOR ONE LINK DE FLUJO NEUTRO Ref 7N8378	ONE- LINK NON-DEHP STANDARD BORE CATHETER EXTENSION SET	2012DM-0009391	Unidad	Empaque Individual		LABORATORIOS BAXTER	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG010372	EQUIPO DE MACROGOTEO CON SISTEMA DE SEGURIDAD	EQUIPO VENOCUSIS MACROGOTEO S/AGUJA COD 81-023 GLOBAL	2017DM-0001179-R1	Unidad	Caja x 50		YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG010372	EQUIPO DE MACROGOTEO CON SISTEMA DE SEGURIDAD	EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUA CON Y 100700	2018DM-0018182	Unidad	Paquete x 100 unidades		LABORATORIOS GOTHAPLAST	VIGENTE	SI	CUMPLE	

M. Cerón

Código de Producto	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (Información propia del oferente de acuerdo al producto que tenga el oferente en su portafolio)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -(ej:tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Factor de empaque (presentación comercial)	Cantidad cotizada -debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -	OFERENTE	Estado del Registro Sanitario (Vigente, Tramite de Renovación, Vencido)	Producto concuerda con el solicitado (s i/ no)	Concepto Tecnico (Cumple/No cumple)	Observaciones (Porque no cumple)
151802MQG010372	EQUIPO DE MACROGOTEO CON SISTEMA DE SEGURIDAD	PLEXITRON ® EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES MACROGOTEO SIN AGUJA.	2015DM-00718-R3	Unidad	Equipo admon de soluciones sin aguja		LABORATORIOS BAXTER	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG010162	EQUIPO EN TUR P/ADMINISTRACION DE GLICINA	EQUIPO EN "Y" TUR PARA IRRIGACION	2015DM-00718-R3	Unidad	Equipo en "y" tur para irrigacion		LABORATORIOS BAXTER	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG010163	EQUIPO EXTENSION ANESTESIA ref 473 - REF. 81020	EQUIPO DE EXTENSION DE 5 ML CON LER LOCK 504105	2017DM-0017035	Unidad	Caja x 25 Unidades		LABORATORIOS GOTHAPLAST	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG010163	EQUIPO EXTENSION ANESTESIA ref 473 - REF. 81020	PLEXITRON (R) EQUIPO DE EXTENSION PARA ANESTESIA	2015DM-00718-R3	Unidad	Equipo extension anestesia		LABORATORIOS BAXTER	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG010166	EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SANGRE S/A por gravedad	EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE 100531	2011DM-0007514	Unidad	Paquete x50 unidades		LABORATORIOS GOTHAPLAST	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG010165	EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCION -MICROGOTEO	EQUIPO DE MICROGOTEO SIN AGUJA 201000	2018DM-0018182	Unidad	Paquete x 100 unidades		LABORATORIOS GOTHAPLAST	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG010684	EQUIPO PARA IRRIGACION URINARIO CON CAMARA DE GOTEO - Ref. ARC4002P	PLEXITRON (R) EQUIPO PARA IRRIGACION CON CAMARA DE GOTEO	2015DM-00718-R3	Unidad	Bolsa de polietileno de baja densidad o en peel pouch (papel grado medico)		LABORATORIOS BAXTER	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MSC010018	ESPARADRAPO TIPO TELA - Tubo por 5 rollos surtido	LEUKOPLAST HOSP (1:4",1:3",2:2",1:1")	2011DM-0006944	Unidad	UNIDAD		COBO MEDICAL SAS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MSC010018	ESPARADRAPO TIPO TELA - Tubo por 5 rollos surtido	ESPARADRAPO TELA HOSPITAL TBOX5 ROLLO SURTIDO CUREBAND TEC	2017DM-0000931-R3	Unidad	TUBO X5 ROLLOS SURTIDOS		YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG010537	JERINGA PARA MUESTRA DE SANGRE ARTERIAL	Jeringa PRO-VENT para toma de gases arteriales 1ml de 23G X 1'.	2011DM-0007031	Unidad	Unidad	Unidad	LM INSTRUMENTS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG010209	JERINGAS DESECHABLES DE 10cc	JERINGA 10ML 21GX1 1/2 C/AGUJA CJAX100 UND DISPOCOL	2013DM-0009855	Unidad	CAJA X 100		YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG010213	JERINGAS DESECHABLES DE 5cc	JERINGA 5ML 21GX1 1/2 C/AGUJA CJAX100 UND DISPOCOL**	2013DM-0009855	Unidad	CAJA X 100		YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MSC010029	PARCHE TEGADERM 10cm*12cm Ref. 1626W -	TEGADERM 1626W 10CMx12CM(CJX50)	2015DM-0013141	Unidad	CAJA X 50		COBO MEDICAL SAS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG010571	PARCHE TEGADERM FILM Ref. 1624W(neonatos)-	TEGADERM 1624W 6CMx 7CM(CJX100)	2015DM-0013141	Unidad	CAJA X 100		COBO MEDICAL SAS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG010666	PARCHE TEGADERM IV 1685 ADVANCED DE 8.5*11.5cm(para fijación de cateter subclavio)	TEGADERM 1685 IV 8.5X11.5CM(CJX50)	2015DM-0013141	Unidad	CAJA X 50		COBO MEDICAL SAS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG010666	PARCHE TEGADERM IV 1685 ADVANCED DE 8.5*11.5cm(para fijación de cateter subclavio)	CURAFIX I.V XONTROL ESP DEFIJ. DE CANULAS, 9*6 COM 30200	2015DM-0013684	Unidad	Caja x 50 Unidades		LABORATORIOS GOTHAPLAST	VIGENTE	NO	NO SUBSANA	Concepto de la especialidad NO FAVORABLE, no cumple con el tamaño adecuado para cobertura de cateter venoso central.
151802MQG010687	PARCHE TEGADERM IV ADVANCE PERIFERICO 6.5cm x 7 cm REF.1683-	TEGADERM 1683 IV(6.5x7CM)ADVANCED(Cx100)	2015DM-0013141	Unidad	CAJA X 100		COBO MEDICAL SAS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MSC010019	POLIESTER BLANCO NO TEJIDO (FIXUMUL) 10x 10 m-	FIXOMULL STRETCH 10CMx10MTS	2016DM-0000273-R1	Unidad	UNIDAD		COBO MEDICAL SAS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MSC010020	POLIESTER BLANCO NO TEJIDO (FIXUMUL) 15 x 10 m	FIXOMULL STRETCH 15CMx10MTS	2016DM-0000273-R1	Unidad	UNIDAD		COBO MEDICAL SAS	VIGENTE	SI	CUMPLE	
151802MQG010087	TAPON PARA ACCESO PERIFERICO de flujo neutro	EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES ONE LINK SYSTEM	2012DM-0009391	Unidad	Empaque Individual		LABORATORIOS BAXTER	VIGENTE	SI	CUMPLE	

Código de Producto	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente de acuerdo al producto que tenga el oferente en su portafolio)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -(ejp:tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Factor de empaque (presentación comercial)	Cantidad cotizada -debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -	OFERENTE	Estado del Registro Sanitario (Vigente, Tramite de Renovación, Vencido)	Producto concuerda con el solicitado (s i/ no)	Concepto Tecnico (Cumple/No cumple)	Observaciones (Porque no cumple)

SUBSANACIONES EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS, PRESENTADAS DENTRO DE LA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS No. FAR-IP-0020-2020 Requisitos Habilitantes

Ofetente	Autorización como distribuidor mayorista (Cumple, NO Cumple o No Aplica)	CCCA (Cumple, NO Cumple o No Aplica)	Autorización manejo de medicamentos de control especial (Cumple, NO Cumple o No Aplica)	BPM (Cumple, NO Cumple o No Aplica)	Resultado Requisitos Habilitantes (Cumple/NO Cumple)	Observaciones
COBO MEDICAL SAS	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	
YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	
LM INSTRUMENTS	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	Los productos CATETER SUBCLAVIO DOS VIAS S513, CATETER SUBCLAVIO DOS VIAS V720, CATETER SUBCLAVIO TRES VIAS V720, Concepto NO FAVORABLE por la especialidad informan lo siguiente: El producto no ha sido evaluado en la institucion, los cateteres que se vienen utilizando en la institucion tienen excelente desempeño, se sugiere una prueba de campo previa antes de sugerir cambio.
LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	Los productos CONECTOR ONE LINK DE FLUJO NEUTRO Ref 7N8371, Concepto NO FAVORABLE por la especialidad informan que No cumple con las especificaciones tecnicas requeridas por la especialidad. Para el producto PARCHE TEGADERM IV 1685 ADVANCED DE 8.5*11.5cm(para fijación de cateter subclavio), Concepto de la especialidad NO FAVORABLE, no cumple con el tamaño adecuado para cobertura de cateter venoso central.
LABORATORIOS BAXTER	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	

QF Marcela Ceron **QF Erika Herrera** **QF Tomás Valencia**