

RESPUESTA A OBSERVACIONES SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA No. 009 - S.S.O-2020: CONTRATAR SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS ESPECIALES DE LA LINEA OSTEIOBIOLOGICOS

OBSERVACION A LAS EVALUACIONES TECNICAS - MEDIREX	CUMPLE - NO CUMPLE	CONCEPTO DEL COORDINADOR DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEdia
1. Matrices óseas: Fijación externa oferta un sintético por matriz ósea según revisión de registro invima	CUMPLE	En la solicitud de los dispositivos médicos no se especifica si la matriz requerida debe ser de origen sintético o biológico, por lo tanto se aceptan las dos condiciones, Fijación Externa cumple con lo requerido en la convocatoria.
2. Sinapsis S.A.S: MaXxeus (Bloque Bicortical Liofilizada) NO CUMPLE el material requerido no corresponde a las especificaciones técnicas de una cuña tricortical de cresta iliaca, Item N. 4.	CUMPLE	A pesar de ser un bloque bicortical proporciona estabilidad, Sinapsis S.A.S cumple con lo requerido en la convocatoria.
3. Fuertes Mejía: Sureblock / Hans Biomed (Bloque de Hueso Esponjoso Liofilizado) NO CUMPLE el material requerido no corresponde a las especificaciones técnicas de una cuña tricortical de cresta iliaca, Item N. 4.	CUMPLE	A pesar de ser un bloque bicortical proporciona estabilidad, Fuertes Mejía cumple con lo requerido en la convocatoria.
4. Adriana Chavez Neuroelementos: Medtronic /Wedge Plexur P: Cuña Bicortical Biocompuesto de Fosfato Betatricalcico no indicado para soporte estructural NO CUMPLE el material requerido no corresponde a las especificaciones técnicas de una cuña tricortical de cresta iliaca de origen cadavérico; el material ofertado por el oferente corresponde a un sintético. Item N. 4	CUMPLE	A pesar de ser una cuña bicortical proporciona estabilidad, por otra parte en la solicitud de los dispositivos médicos no se especifica el tipo material, sintético o biológico, por lo tanto se aceptan las dos condiciones, Neuroelementos cumple con lo requerido en la convocatoria.


Carla Herrera 10/09/20



Juntos por la Excelencia



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



5	El proponente Sinapsis S.A.S: NO CUMPLE para el Item N. 1: El producto ofertado es Osteostrux (20 % Matriz de Colágeno Tipo 1 y Fosfato Tricalcico) por NO ser el tipo de composición que solicita la entidad sus presentaciones vienen específicamente para Columna y tipo Putty; su nivel de biodegradabilidad en tejido ósea pude ir entre los 12 meses.	NO APLICA	La observación del proveedor Medirex no corresponde a la homologación realizada por el oferente Sinapsis para el item No. 1.
6	El proponente Bigpharma: NO CUMPLE para el Item N. 1: El producto Exabone (Nano Hidroxiapatita) NO es el tipo de composición que solicita la entidad, sus presentaciones vienen en cubos, gránulos, tipo Putty; su nivel de biodegradabilidad en tejido ósea pude ir entre los 12 meses.	NO APLICA	La observación del proveedor Medirex no corresponde a la homologación realizada por el oferente Bigpharma para el item No. 1
7	El oferente Fuertes Mejía NO CUMPLE: El producto New Osteo (Sulfato de Calcio al 98 %) se debe revisar la falta de información científica del producto; también al no ser una molécula completamente pura puede contener sustancias en su superficie cristalina que aumenten los niveles de drenaje en el tejido, el producto no está indicado para tejidos blandos y acepta mezcla con 2 antibióticos únicamente. Item 5.	NO CUMPLE	El homologo ofertado por Fuertes Mejía no cumple con las indicaciones clínicas para la que es solicitado el dispositivo médico del item No. 5 Sulfato de calcio, se acepta observación.
8	El oferente Fijación Externa: NO CUMPLE: El producto Ecobone Pasta (37 % Hidroxapatita, 62% Agua) por no ser el tipo de composición que solicita la entidad, sus presentaciones viene en tipo jeringa y no está indicado para fraguar in situ; su nivel de biodegradabilidad en tejido ósea pude ir entre los 12 meses. Item N. 5.	NO CUMPLE	El homologo ofertado por Fijación Externa no cumple con las indicaciones clínicas para la que es solicitado el dispositivo médico del item No. 5 Sulfato de calcio, se acepta observación.


Juntos por la Excelencia

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño
Conmutador 7333400 ~ Fax 7333408 y 7333409






**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



9	El proponente Adriana Chavez Neuroelementos: El producto Mastergraft (85% Fosfato Tricalcico, 15 % Hidroxapatita) NO CUMPLE por no ser el tipo de composición solicitado por la entidad, sus presentaciones vienen específicamente para Columna, gránulos, Putty; su nivel de biodegradabilidad en tejido ósea pude ir entre los 12 meses. Item N. 5	NO CUMPLE	El homologo ofertado por Adriana Chavez Neuroelementos no cumple con las indicaciones clínicas para la que es solicitado el dispositivo médico del item No. 5 Sulfato de calcio, se acepta observación.
---	---	-----------	--

Se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el ítem No. 5 Sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales indicaciones de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibiótico; para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas como en tejidos blandos.

Atentamente,


GUILLERMO ARTURO PATIÑO

Coordinador Especialidad de Ortopedia y Traumatología

Juntos por la Excelencia

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño
Conmutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409

