

# INFORME PRELIMINAR ACLARATORIO DE PROPUESTAS DENTRO DE LA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA

009-S.S.O.2020 LINEA DE OSTEOBIOLOGICOS

Fecha: 27/08/2020

ESPECIALIDAD	ITEM	TIPO	Descripción del producto solicitado a cotizar	Descripción del producto cotizado	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Factor de empaque (presentación comercial)	OFERENTE	Estudio del Registro Sanitario	Producto concurrido con lo solicitado (Sí o No)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)	
1 MATERIALES OSEAS	1	MATERIALES OSEAS	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 0,5CC (CÓDIGO UNSPSC 42295400)	Matriz Osea Desmineralizada D'ngraft II Putty 0,5cc, jeringa precargada	2012DM-0006360G	unidas	unidad	SINAPSIS SAS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4	
		MATERIALES OSEAS	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 1,0 CC (CÓDIGO UNSPSC 42295400)	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA 1,0	2013DM-0019772	unidas	unidad	SINAPSIS SAS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4	
		MATERIALES OSEAS	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 2,0CC (CÓDIGO UNSPSC 42295400)	Matriz Osea Desmineralizada D'ngraft II Putty 2.0cc	2012DM-00063605	unidas	unidad	SINAPSIS SAS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4	
		MATERIALES OSEAS	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 2,5CC (CÓDIGO UNSPSC 42295400)	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY II 2.5 CC	2012DM-00063605	unidas	unidad	SINAPSIS SAS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4	
		MATERIALES OSEAS	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 5CC (CÓDIGO UNSPSC 42295400)	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY II 5 CC	2012DM-00063605	unidas	unidad	SINAPSIS SAS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4	
		MATERIALES OSEAS	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 10CC (CÓDIGO UNSPSC 42295400)	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY II 10 CC	2012DM-00063605	unidas	unidad	SINAPSIS SAS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4	
2 ESPOÑOS	2	ESPOÑOS	CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 5CC (CÓDIGO UNSPSC 42295400)	Chips de hueso esponjoso (4-6 mm) 5cc	2012DM-0017645	unidas	unidad	SINAPSIS SAS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4	
		ESPOÑOS	CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 10CC (CÓDIGO UNSPSC 42295400)	Chips de hueso esponjoso Reforzado MaXxus 10 cc	2014DM-00111097	unidas	unidad	SINAPSIS SAS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4	
		ESPOÑOS	CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 15CC (CÓDIGO UNSPSC 42295400)	Chips de hueso esponjoso Reforzado MaXxus 15 cc	2014DM-00111733	unidas	unidad	SINAPSIS SAS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4	
		ESPOÑOS	CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 30CC (CÓDIGO UNSPSC 42295400)	Chips de hueso esponjoso Reforzado MaXxus SeaSpin 30 cc	2014DM-00111733	unidas	unidad	SINAPSIS SAS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4	
3 SUSTITUTOS DESEOS, SINTÉTICOS Y BIOLÓGICOS	3	INERTOS SIN PORTADOR	MATRIZ OSEA + CHIPS DE HUESO 2CC (CÓDIGO UNSPSC 42295400)	MATRIZ OSEA 1 CC + CHIPS DE HUESO 2,5CC	2013DM-0019722	unidas	unidad	SINAPSIS SAS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4	
		INERTOS SIN PORTADOR	MATRIZ OSEA + CHIPS DE HUESO 2,5CC (CÓDIGO UNSPSC 42295400)	MATRIZ OSEA 1 CC + CHIPS DE HUESO 2,5CC	2013DM-0019722	Y 2013DM-0017645	unidas	unidad	SINAPSIS SAS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
		INERTOS SIN PORTADOR	MATRIZ OSEA + CHIPS DE HUESO 5CC (CÓDIGO UNSPSC 42295400)	MATRIZ OSEA 1 CC + CHIPS DE HUESO 5CC	2013DM-0019722	Y 2013DM-0017645	unidas	unidad	SINAPSIS SAS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
		INERTOS SIN PORTADOR	MATRIZ OSEA + CHIPS DE HUESO 10CC (CÓDIGO UNSPSC 42295400)	MATRIZ OSEA 1 CC + CHIPS DE HUESO 10CC	2013DM-0019722	Y 2013DM-0017645	unidas	unidad	SINAPSIS SAS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
		INERTOS SIN PORTADOR	MATRIZ OSEA + CHIPS DE HUESO 15CC (CÓDIGO UNSPSC 42295400)	MATRIZ OSEA 1 CC + CHIPS DE HUESO 15CC	2013DM-0019722	Y 2013DM-0017645	unidas	unidad	SINAPSIS SAS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
4 ESTRUCTURABLES	4	ESTRUCTURABLES	CÚRA TRICORTICAL DE CRESTA 1UACA 8mm (CÓDIGO UNSPSC 42295400)	Blque de tricortical de cresta 8-10mm x 15mm x >9mm	2012DM-0017645	unidas	unidad	SINAPSIS SAS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4	
		ESTRUCTURABLES	CÚRA TRICORTICAL DE CRESTA 1UACA 10mm (CÓDIGO UNSPSC 42295400)	Blque de tricortical de cresta 8-10mm x 15mm x >9mm	2012DM-0017645	unidas	unidad	SINAPSIS SAS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4	
		ESTRUCTURABLES	CÚRA TRICORTICAL DE CRESTA 1UACA 15mm (CÓDIGO UNSPSC 42295400)	Blque tricortical de cresta 8-10mm x 15mm x >9mm	2014DM-00111733	unidas	unidad	SINAPSIS SAS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4	
		ESTRUCTURABLES	CÚRA TRICORTICAL DE CRESTA 1UACA 18mm (CÓDIGO UNSPSC 42295400)	Blque tricortical de cresta 8-10mm x 15mm x >9mm	2014DM-00111793	unidas	unidad	SINAPSIS SAS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4	
		ESTRUCTURABLES	CÚRA TRICORTICAL DE CRESTA 1UACA 20mm (CÓDIGO UNSPSC 42295400)	Blque tricortical de cresta 8-10mm x 15mm x >9mm	2014DM-00111793	unidas	unidad	SINAPSIS SAS	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4	

**INFORME PRELIMINAR ACLARATORIO DE PROPUESTAS DENTRO DE LA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA  
009-S.S.O.2020 LINEA DE OSTEOBIOLOGICOS**

Fecha: 27/08/2020

ESPECIALIDAD	ITEM	TIPO	Descripción del producto solicitado a cotizar	Descripción del producto cotizado	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Factor de empaque (presentación comercial)	OFERENTE	Estado del Registro Sanitario	Producto concordado con lo solicitado (Sí o No)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
5	SINTETICO	SULFATO DE CALCIO 50G (CÓDIGO UNSPSC 42235401)	Matriz de colágeno cerámica OsteoStrux tra flexible 5 cc	201504-C013550	unidas	unidad		SINAPSIS SAS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. Por solicitud de especialidad de ortopedia, se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el ítem N°5, sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas, como en tejidos blandos. 2. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
		SULFATO DE CALCIO 10CC (CÓDIGO UNSPSC 42235400)	Matriz de colágeno cerámica OsteoStrux tra flexible 10cc	201504-C013550	unidas	unidad		SINAPSIS SAS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. Por solicitud de especialidad de ortopedia, se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el ítem N°5, sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas, como en tejidos blandos. 2. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
		SULFATO DE CALCIO 25CC (CÓDIGO UNSPSC 42235401)	Matriz OsteoStrux tra flexible 25cc	201504-C013550	unidas	unidad		SINAPSIS SAS	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. Por solicitud de especialidad de ortopedia, se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el ítem N°5, sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas, como en tejidos blandos. 2. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
1	MATERIAS OSSEAS	MATRIZ OSEA DESV.ERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 0,5CC	MATRIZ OSEA DESV.ERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 0,5CC	202004-0021591	unidad	unidad		BIG PHARMA S.A.S	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. Se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el ítem N°5, sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas, como en tejidos blandos. 2. Concepto especialista: No favorable, Justificación: No se conocen los materiales ofertados 3. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
		MATRIZ OSEA DESV.ERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 1CC	MATRIZ OSEA DESV.ERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 1CC	202004-0021691	unidad	unidad		BIG PHARMA S.A.S	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. Se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el ítem N°5, sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas, como en tejidos blandos. 2. Concepto especialista: No favorable, Justificación: No se conocen los materiales ofertados 3. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
		MATRIZ OSEA DESV.ERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 2CC	MATRIZ OSEA DESV.ERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 2CC	202004-0021691	unidad	unidad		BIG PHARMA S.A.S	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. Se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el ítem N°5, sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas, como en tejidos blandos. 2. Concepto especialista: No favorable, Justificación: No se conocen los materiales ofertados 3. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
		MATRIZ OSEA DESV.ERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 2,5CC	MATRIZ OSEA DESV.ERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 2,5CC	202004-0021691	unidad	unidad		BIG PHARMA S.A.S	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. Se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el ítem N°5, sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas, como en tejidos blandos. 2. Concepto especialista: No favorable, Justificación: No se conocen los materiales ofertados 3. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4

**INFORME PRELIMINAR ACLARATORIO DE PROPUESTAS DENTRO DE LA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA  
009-S.S.O.2020 LINEA DE OSTEOBIOLOGICOS**

Fecha: 27/08/2020

ESPECIALIDAD	ITEM	TIPO	Descripción del producto solicitado a cotizar	Descripción del producto cotizado	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Factor de empaque (proporción comercial)	OFERENTE	Estudio del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (Sí o No)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
			VATRIZ OSEA DESMATERIALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 500	VATRIZ OSEA DESMATERIALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 500	20200M-0021691	unidad	unidad	BIG PHARMA S.A.S	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. Se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el Rem N°5. sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas, como en tejidos blandos. 2. Concepto especialista: No favorable, Justificación: No se conocen los materiales ofertados 3. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			VATRIZ OSEA DESMATERIALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 1000	VATRIZ OSEA DESMATERIALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 1000	20200M-0021691	unidad	unidad	BIG PHARMA S.A.S	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. Se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el Rem N°5. sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas, como en tejidos blandos. 2. Concepto especialista: No favorable, Justificación: No se conocen los materiales ofertados 3. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			VATRIZ OSEA DESMATERIALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 1500	VATRIZ OSEA DESMATERIALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 1500	20200M-0021691	unidad	unidad	BIG PHARMA S.A.S	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. Se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el Rem N°5. sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas, como en tejidos blandos. 2. Concepto especialista: No favorable, Justificación: No se conocen los materiales ofertados 3. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
2 ESPONJOSOS			CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 500	CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 500	20120M-0005918	unidad	unidad	BIG PHARMA S.A.S	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. Se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el Rem N°5. sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas, como en tejidos blandos. 2. Concepto especialista: No favorable, Justificación: No se conocen los materiales ofertados 3. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 1000	CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 1000	20120M-0003918	unidad	unidad	BIG PHARMA S.A.S	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. Se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el Rem N°5. sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas, como en tejidos blandos. 2. Concepto especialista: No favorable, Justificación: No se conocen los materiales ofertados 3. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 1500	CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 1500	20200M-0021691	unidad	unidad	BIG PHARMA S.A.S	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. Se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el Rem N°5. sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas, como en tejidos blandos. 2. Concepto especialista: No favorable, Justificación: No se conocen los materiales ofertados 3. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4

**INFORME PRELIMINAR ACLARATORIO DE PROPUESTAS DENTRO DE LA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA**  
**009-S.S.O.2020 LINEA DE OSTEOBIOLOGICOS**

Fecha: 27/08/2020

ESPECIALIDAD	ITEM	TIPO	Descripción del producto solicitado a cotizar	Descripción del producto cotizado	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Factor de empaque (presentación comercial)	OFERENTE	Estado del Registro Sanitario	Producto concurrido con lo solicitado (Sí o No)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
SUSTITUTOS OSEOS, SINTÉTICOS Y BIOLÓGICOS	3	INJERTOS SIN PORTADOR	CHIPS DE HUESO ESPONJOZO 300C	CHIPS DE HUESO ESPONJOZO 300C	2020EM-0021691	unidad	unidad	BIG PHARMA S.A.S	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. Se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el ítem N°5. sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas, como en tejidos blandos. 2. Concepto especialista: No favorable, Justificación: No se conocen los materiales ofertados 3. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			MATRIZ OSEA + CHIPS DE HUESO 200C	MATRIZ OSEA + CHIPS DE HUESO 200C	2020DM-0021691	unidad	unidad	BIG PHARMA S.A.S	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. Se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el ítem N°6. sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas, como en tejidos blandos. 2. Concepto especialista: No favorable, Justificación: No se conocen los materiales ofertados 3. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			MATRIZ OSEA + CHIPS DE HUESO 250C	MATRIZ OSEA + CHIPS DE HUESO 250C	2020DM-0021691	unidad	unidad	BIG PHARMA S.A.S	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. Se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el ítem N°6. sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas, como en tejidos blandos. 2. Concepto especialista: No favorable, Justificación: No se conocen los materiales ofertados 3. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			MATRIZ OSEA + CHIPS DE HUESO 500C	MATRIZ OSEA + CHIPS DE HUESO 500C	2020DM-0021691	unidad	unidad	BIG PHARMA S.A.S	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. Se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el ítem N°6. sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas, como en tejidos blandos. 2. Concepto especialista: No favorable, Justificación: No se conocen los materiales ofertados 3. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			MATRIZ OSEA + CHIPS DE HUESO 100C	MATRIZ OSEA + CHIPS DE HUESO 100C	2020DM-0021691	unidad	unidad	BIG PHARMA S.A.S	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. Se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el ítem N°6. sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas, como en tejidos blandos. 2. Concepto especialista: No favorable, Justificación: No se conocen los materiales ofertados 3. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			MATRIZ OSEA + CHIPS DE HUESO 150C	MATRIZ OSEA + CHIPS DE HUESO 150C	2020DM-0021691	unidad	unidad	BIG PHARMA S.A.S	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. Se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el ítem N°6. sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas, como en tejidos blandos. 2. Concepto especialista: No favorable, Justificación: No se conocen los materiales ofertados 3. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			CÚRA TRICORTICAL DE CRESTA IVAKA 8mm	CÚRA TRICORTICAL DE CRESTA IVAKA 8mm	2020DM-0021691	unidad	unidad	BIG PHARMA S.A.S	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. Se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el ítem N°6. sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas, como en tejidos blandos. 2. Concepto especialista: No favorable, Justificación: No se conocen los materiales ofertados 3. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4




**INFORME PRELIMINAR ACLARATORIO DE PROPUESTAS DENTRO DE LA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA**

**009-S.S.O.2020 LINEA DE OSTEOBIOLOGICOS**

**Fecha: 27/08/2020**

ESPECIALIDAD	ITEM	TIPO	Descripción del producto solicitado a cotizar	Descripción del producto cotizado	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Factor de empaque (presentación comercial)	OFERENTE	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (Sí o No)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
4 ESTRUCTURALES			CUÑA TRICORTICAL DE CRESTA IJACA 10mm	CUÑA TRICORTICAL DE CRESTA IJACA 10mm	202004-0011691	unidad	unidad	BIG PHARMA S.A.S	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. Se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el ítem N°5. sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas, como en tejidos blandos. 2. Concepto especialista: No favorable, Justificación: No se conocen los materiales ofertados 3. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			CUÑA TRICORTICAL DE CRESTA IJACA 15mm	CUÑA TRICORTICAL DE CRESTA IJACA 15mm	202004-0021691	unidad	unidad	BIG PHARMA S.A.S	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. Se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el ítem N°5. sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas, como en tejidos blandos. 2. Concepto especialista: No favorable, Justificación: No se conocen los materiales ofertados 3. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			CUÑA TRICORTICAL DE CRESTA IJACA 18mm	CUÑA TRICORTICAL DE CRESTA IJACA 18mm	202004-0021691	unidad	unidad	BIG PHARMA S.A.S	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. Se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el ítem N°5. sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas, como en tejidos blandos. 2. Concepto especialista: No favorable, Justificación: No se conocen los materiales ofertados 3. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			CUÑA TRICORTICAL DE CRESTA IJACA 20mm	CUÑA TRICORTICAL DE CRESTA IJACA 20mm	202004-0021691	unidad	unidad	BIG PHARMA S.A.S	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. Se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el ítem N°5. sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas, como en tejidos blandos. 2. Concepto especialista: No favorable, Justificación: No se conocen los materiales ofertados 3. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
5 SINTETICO			SULFATO DE CALCIO 5CC	SULFATO DE CALCIO 5CC	202004-0021691	unidad	unidad	BIG PHARMA S.A.S	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. Se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el ítem N°5. sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas, como en tejidos blandos. 2. Concepto especialista: No favorable, Justificación: No se conocen los materiales ofertados 3. No allega ficha técnica del producto por lo que no puede ser evaluado 4. El registro sanitario descrito no coincide con el producto solicitado, 5. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			SULFATO DE CALCIO 10CC	SULFATO DE CALCIO 10CC	202004-0021691	unidad	unidad	BIG PHARMA S.A.S	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. Se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el ítem N°5. sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas, como en tejidos blandos. 2. Concepto especialista: No favorable, Justificación: No se conocen los materiales ofertados 3. No allega ficha técnica del producto por lo que no puede ser evaluado 4. El registro sanitario descrito no coincide con el producto solicitado, 5. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4



# INFORME PRELIMINAR ACLARATORIO DE PROPUESTAS DENTRO DE LA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA

009-S.S.O.2020 LINEA DE OSTEOBIOLOGICOS

Fecha: 27/08/2020

ESPECIALIDAD	ITEM	TIPO	Descripción del producto solicitado a cotizar	Descripción del producto cotizado	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Factor de ampliación (presentación comercial)	OFERENTE	Estado del Registro Sanitario	Producto sancionado con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
			SULFATO DE CALCIO 2500	SULFATO DE CALCIO 2500	2020016-0921691	unidad	unidad	BIG PHARMA S.A.S	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. Se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el ítem N° 5. sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales da este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas, como en tejidos blandos. 2. Concepto especialista: No favorable, Justificación: No se conocen los materiales ofertados 3. No allega ficha técnica del producto por lo que no puede ser evaluado 4. El registro sanitario descrito no coincide con el producto solicitado, 5. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
1 MATERIAS PRIMAS		MATERIALES PRIMAS	MATRIZ OSEA DESV. VERAUZADA TIPO PUTTY O PASTA 0.5CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	SUREFUSE - MATERIZ OSEA DESV. VERAUZADA TIPO PUTTY 0.5 CC	201104-007320	UNDAD	FRASCO	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			MATRIZ OSEA DESV. VERAUZADA TIPO PUTTY O PASTA 1CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	SUREFUSE - MATERIZ OSEA DESV. VERAUZADA TIPO PUTTY 1 CC	201104-007320	UNDAD	FRASCO	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			MATRIZ OSEA DESV. VERAUZADA TIPO PUTTY 0.5 PASTA 2CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	SUREFUSE - MATERIZ OSEA DESV. VERAUZADA TIPO PUTTY 3 CC	201104-007320	UNDAD	FRASCO	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			MATRIZ OSEA DESV. VERAUZADA TIPO PUTTY 0.5 PASTA 2.5CL (CODIGO UNSPSC 42255400)	SUREFUSE - MATERIZ OSEA DESV. VERAUZADA TIPO PUTTY 3 CC	201104-007320	UNDAD	FRASCO	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			MATRIZ OSEA DESV. VERAUZADA TIPO PUTTY 0.5 PASTA 10CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	SUREFUSE - MATERIZ OSEA DESV. VERAUZADA TIPO PUTTY 10 CC	201104-007320	UNDAD	FRASCO	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			MATRIZ OSEA DESV. VERAUZADA TIPO PUTTY 0.5 PASTA 15CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	SUREFUSE - MATERIZ OSEA DESV. VERAUZADA TIPO PUTTY 10 CC	201104-007320	UNDAD	FRASCO	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
2 ESPORULOSOS		ESPORULOSOS	CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 5CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	SURECHIPS - CHIPS DE HUESO ESPONJOSO DE 5 CC	201104-007320	UNDAD	FRASCO	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 10CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	SURECHIPS - CHIPS DE HUESO ESPONJOSO DE 10 CC	201104-007320	UNDAD	FRASCO	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 15CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	SURECHIPS - CHIPS DE HUESO ESPONJOSO DE 15 CC	201104-007320	UNDAD	FRASCO	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 30CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	SURECHIPS - CHIPS DE HUESO ESPONJOSO DE 30 CC	201104-007320	UNDAD	FRASCO	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
3 INERTOS SIN PORTADOR		INERTOS SIN PORTADOR	MATRIZ OSEA + CHIPS DE HUESO 2CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	OSTEOGROW - MATERIZ OSEA DESV. VERAUZADA CORTICAL EN CHIPS 3 CC	201104-007320	UNDAD	FRASCO	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			MATRIZ OSEA + CHIPS DE HUESO 5CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	OSTEOGROW - MATERIZ OSEA DESV. VERAUZADA CORTICAL EN CHIPS 3 CC	201104-007320	UNDAD	FRASCO	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			MATRIZ OSEA + CHIPS DE HUESO 10CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	OSTEOGROW - MATERIZ OSEA DESV. VERAUZADA CORTICAL EN CHIPS 10 CC	201104-007320	UNDAD	FRASCO	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4

**INFORME PRELIMINAR ACLARATORIO DE PROPUESTAS DENTRO DE LA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA**

**009-S.S.O.2020 LINEA DE OSTEOBIOLOGICOS**

**Fecha: 27/08/2020**

ESPECIALIDAD	ITEM	TIPO	Descripción del producto solicitado a cotizar	Descripción del producto cotizado	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Pártida de empaque (presentación comercial)	OFERENTE	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (Sí o No)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
4 ESTRUCTURALES			MATRIZ OSEA + CH-PS DE HUESO 150G (CODIGO UNSPSC 42255400)	OSTEOPROMATRIZ OSEA DESVITALIZADA CORTICAL EN CH-PS 200G	2010CM-0007320	UNDAD	FRASCO	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SÍ	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			CURA TRICORTICAL DE CRESTA ILUACA 6mm (CODIGO UNSPSC 42255400)	SUREBLOCK - BLOQUE DE HUESO ESPONJOZO 10MMX10MMX10MM	2011CM-0007320	UNDAD	FRASCO	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SÍ	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			CURA TRICORTICAL DE CRESTA ILUACA 10mm (CODIGO UNSPSC 42255400)	SUREBLOCK - BLOQUE DE HUESO ESPONJOZO 10MMX20MMX10MM	2011CM-0007320	UNDAD	FRASCO	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SÍ	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			CURA TRICORTICAL DE CRESTA ILUACA 15mm (CODIGO UNSPSC 42255400)	SUREBLOCK - BLOQUE DE HUESO ESPONJOZO 10MMX20MMX10MM	2011CM-0007320	UNDAD	FRASCO	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SÍ	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			CURA TRICORTICAL DE CRESTA ILUACA 20mm (CODIGO UNS-SC 42255400)	SUREBLOCK - BLOQUE DE HUESO ESPONJOZO 10MMX20MMX10MM	2011CM-0007320	UNDAD	FRASCO	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	SÍ	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
5 SINTETICO			SULFATO DE CALCIO SCC (CODIGO UNSPSC 42255400)	NEWOSTEO-SUSTITUTO OSEO INORGANICO EN POLVO 5 CC / O GRANULADO	2010CM-0005226	UNDAD	FRASCO	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. En respuesta a observación realizada por cotizante MEDIREX, especialidad de Ortopedia informa que el homólogo ofrecido por Fuentes Mejia no cumple con las indicaciones clínicas para la que es solicitado el dispositivo médico del ítem 5. 2. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			SULFATO DE CALCIO 10CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	NEWOSTEO-SUSTITUTO OSEO INORGANICO EN POLVO 10 CC / O GRANULADO	2010CM-0005226	UNDAD	FRASCO	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. En respuesta a observación realizada por cotizante MEDIREX, especialidad de Ortopedia informa que el homólogo ofrecido por Fuentes Mejia no cumple con las indicaciones clínicas para la que es solicitado el dispositivo médico del ítem 5. 2. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			SULFATO DE CALCIO 20CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	NEWOSTEO-SUSTITUTO OSEO INORGANICO EN POLVO 20 CC / O GRANULADO	2010CM-0005226	UNDAD	FRASCO	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. En respuesta a observación realizada por cotizante MEDIREX, especialidad de Ortopedia informa que el homólogo ofrecido por Fuentes Mejia no cumple con las indicaciones clínicas para la que es solicitado el dispositivo médico del ítem 5. 2. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
1 MATICOS/SEAS			MATRIZ OSEA DESVITALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 0,5CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	MATRIZ OSEA DESVITALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 0,5CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	2017CM-0016126	unidad	unidad	MEDIREX S.A.S.	VIGENTE	SÍ	CUMPLE	Concepto de especialista: favorable, tener en cuenta que No se acepta utilizar productos de diferente fabricante
			MATRIZ OSEA DESVITALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 1CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	MATRIZ OSEA DESVITALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 1CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	2017CM-0016126	unidad	unidad	MEDIREX S.A.S.	VIGENTE	SÍ	CUMPLE	Concepto de especialista: favorable, tener en cuenta que No se acepta utilizar productos de diferente fabricante
			MATRIZ OSEA DESVITALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 2CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	MATRIZ OSEA DESVITALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 2CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	2017CM-0016126	unidad	unidad	MEDIREX S.A.S.	VIGENTE	SÍ	CUMPLE	Concepto de especialista: favorable, tener en cuenta que No se acepta utilizar productos de diferente fabricante
			MATRIZ OSEA DESVITALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 2,5CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	MATRIZ OSEA DESVITALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 2,5CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	2017CM-0016126	unidad	unidad	MEDIREX S.A.S.	VIGENTE	SÍ	CUMPLE	Concepto de especialista: favorable, tener en cuenta que No se acepta utilizar productos de diferente fabricante
			MATRIZ OSEA DESVITALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 5CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	MATRIZ OSEA DESVITALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 5CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	2017CM-0016126	unidad	unidad	MEDIREX S.A.S.	VIGENTE	SÍ	CUMPLE	Concepto de especialista: favorable, tener en cuenta que No se acepta utilizar productos de diferente fabricante
			MATRIZ OSEA DESVITALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 10CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	MATRIZ OSEA DESVITALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 10CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	2017CM-0016126	unidad	unidad	MEDIREX S.A.S.	VIGENTE	SÍ	CUMPLE	Concepto de especialista: favorable, tener en cuenta que No se acepta utilizar productos de diferente fabricante

# INFORME PRELIMINAR ACLARATORIO DE PROPUESTAS DENTRO DE LA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA

009-S.S.0.2020 LINEA DE OSTEOBIOLOGICOS

Fecha: 27/08/2020

ESPECIALIDAD	ITEM	TIPO	Descripción del producto solicitado a cotizar	Descripción del producto cotizado	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Factor de empaque (presentación comestible)	OFERENTE	Estatus del Registro Sanitario	Producto cumplido con lo solicitado (Sí o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
CUTINOSOS, SINTÉTICOS Y BIOLÓGICOS	2	ESPONJOSOS	MATRIZ OSEA DESV. NERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 15CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	MATRIZ OSEA DESV. NERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 15CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	2017M-0015128	unidad	unidad	MEDIREX S.A.S.	VIGENTE	SI	CUMPLE	Concepto de especialista: favorable, tener en cuenta que No se acepta utilizar productos de diferente fabricante
			CH.PS DE HUESO ESPONJOSO 50CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	CH.PS DE HUESO ESPONJOSO 50CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	201507M-0013520	unidad	unidad	MEDIREX S.A.S.	VIGENTE	SI	CUMPLE	Concepto de especialista: favorable, tener en cuenta que No se acepta utilizar productos de diferente fabricante
			CH.PS DE HUESO ESPONJOSO 100CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	CH.PS DE HUESO ESPONJOSO 100CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	201507M-0013520	unidad	unidad	MEDIREX S.A.S.	VIGENTE	SI	CUMPLE	Concepto de especialista: favorable, tener en cuenta que No se acepta utilizar productos de diferente fabricante
			CH.PS DE HUESO ESPONJOSO 15CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	CH.PS DE HUESO ESPONJOSO 15CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	201507M-0013520	unidad	unidad	MEDIREX S.A.S.	VIGENTE	SI	CUMPLE	Concepto de especialista: favorable, tener en cuenta que No se acepta utilizar productos de diferente fabricante
INERTOS SIN PORTADOR	3	INERTOS SIN PORTADOR	MATRIZ OSEA + CH.PS DE HUESO 200 (CODIGO UNSPSC 42255400)	MATRIZ OSEA + CH.PS DE HUESO 200 (CODIGO UNSPSC 42255400)	201507M-0013520	unidad	unidad	MEDIREX S.A.S.	VIGENTE	SI	CUMPLE	Concepto de especialista: favorable, tener en cuenta que No se acepta utilizar productos de diferente fabricante
			MATRIZ OSEA + CH.PS DE HUESO 2500 (CODIGO UNSPSC 42255400)	MATRIZ OSEA + CH.PS DE HUESO 2500 (CODIGO UNSPSC 42255400)	201507M-0013520	unidad	unidad	MEDIREX S.A.S.	VIGENTE	SI	CUMPLE	Concepto de especialista: favorable, tener en cuenta que No se acepta utilizar productos de diferente fabricante
			MATRIZ OSEA + CH.PS DE HUESO 500 (CODIGO UNSPSC 42255400)	MATRIZ OSEA + CH.PS DE HUESO 500 (CODIGO UNSPSC 42255400)	201507M-0013520	unidad	unidad	MEDIREX S.A.S.	VIGENTE	SI	CUMPLE	Concepto de especialista: favorable, tener en cuenta que No se acepta utilizar productos de diferente fabricante
			MATRIZ OSEA + CH.PS DE HUESO 1000 (CODIGO UNSPSC 42255400)	MATRIZ OSEA + CH.PS DE HUESO 1000 (CODIGO UNSPSC 42255400)	201507M-0013520	unidad	unidad	MEDIREX S.A.S.	VIGENTE	SI	CUMPLE	Concepto de especialista: favorable, tener en cuenta que No se acepta utilizar productos de diferente fabricante
			MATRIZ OSEA + CH.PS DE HUESO 1500 (CODIGO UNSPSC 42255400)	MATRIZ OSEA + CH.PS DE HUESO 1500 (CODIGO UNSPSC 42255400)	201507M-0013520	unidad	unidad	MEDIREX S.A.S.	VIGENTE	SI	CUMPLE	Concepto de especialista: favorable, tener en cuenta que No se acepta utilizar productos de diferente fabricante
ESTRUCTURALES	4	ESTRUCTURALES	CÚÑA TRICORTICAL DE CRESTA ILUCA 8mm (CODIGO UNSPSC 42255400)	CÚÑA TRICORTICAL DE CRESTA ILUCA 8mm (CODIGO UNSPSC 42255400)	201507M-0013520	unidad	unidad	MEDIREX S.A.S.	VIGENTE	SI	CUMPLE	Concepto de especialista: favorable, tener en cuenta que No se acepta utilizar productos de diferente fabricante
			CÚÑA TRICORTICAL DE CRESTA ILUCA 10mm (CODIGO UNSPSC 42255400)	CÚÑA TRICORTICAL DE CRESTA ILUCA 10mm (CODIGO UNSPSC 42255400)	201507M-0013520	unidad	unidad	MEDIREX S.A.S.	VIGENTE	SI	CUMPLE	Concepto de especialista: favorable, tener en cuenta que No se acepta utilizar productos de diferente fabricante
			CÚÑA TRICORTICAL DE CRESTA ILUCA 15mm (CODIGO UNSPSC 42255400)	CÚÑA TRICORTICAL DE CRESTA ILUCA 15mm (CODIGO UNSPSC 42255400)	201507M-0013520	unidad	unidad	MEDIREX S.A.S.	VIGENTE	SI	CUMPLE	Concepto de especialista: favorable, tener en cuenta que No se acepta utilizar productos de diferente fabricante
			CÚÑA TRICORTICAL DE CRESTA ILUCA 18mm (CODIGO UNSPSC 42255400)	CÚÑA TRICORTICAL DE CRESTA ILUCA 18mm (CODIGO UNSPSC 42255400)	201507M-0013520	unidad	unidad	MEDIREX S.A.S.	VIGENTE	SI	CUMPLE	Concepto de especialista: favorable, tener en cuenta que No se acepta utilizar productos de diferente fabricante
			CÚÑA TRICORTICAL DE CRESTA ILUCA 20mm (CODIGO UNSPSC 42255400)	CÚÑA TRICORTICAL DE CRESTA ILUCA 20mm (CODIGO UNSPSC 42255400)	201507M-0013520	unidad	unidad	MEDIREX S.A.S.	VIGENTE	SI	CUMPLE	Concepto de especialista: favorable, tener en cuenta que No se acepta utilizar productos de diferente fabricante
SINTÉTICO	5	SINTÉTICO	SULFATO DE CALCIO 500 (CODIGO UNSPSC 42255400)	SULFATO DE CALCIO 500 (CODIGO UNSPSC 42255400)	201407M-0012142	unidad	unidad	MEDIREX S.A.S.	VIGENTE	SI	CUMPLE	Concepto de especialista: favorable, tener en cuenta que No se acepta utilizar productos de diferente fabricante
			SULFATO DE CALCIO 1000 (CODIGO UNSPSC 42255400)	SULFATO DE CALCIO 1000 (CODIGO UNSPSC 42255400)	201407M-0012142	unidad	unidad	MEDIREX S.A.S.	VIGENTE	SI	CUMPLE	Concepto de especialista: favorable, tener en cuenta que No se acepta utilizar productos de diferente fabricante
			SULFATO DE CALCIO 2000 (CODIGO UNSPSC 42255400)	SULFATO DE CALCIO 2000 (CODIGO UNSPSC 42255400)	201407M-0012142	unidad	unidad	MEDIREX S.A.S.	VIGENTE	SI	CUMPLE	Concepto de especialista: favorable, tener en cuenta que No se acepta utilizar productos de diferente fabricante
			MATRIZ OSEA DESV. NERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 0,5CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	MATRIZ OSEA DESV. NERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 0,5CC	201507M-0019155	unidad	unidad	FUACION EXTERNA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4

**INFORME PRELIMINAR ACLARATORIO DE PROPUESTAS DENTRO DE LA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA  
009-S.S.O.2020 LINEA DE OSTEOBIOLOGICOS**

Fecha: 27/08/2020

ESPECIALIDAD	ITEM	TIPO	Descripción del producto solicitado e cotizar	Descripción del producto cotizado	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Factor de empaque (presentación comercial)	OFERENTE	Estado del Registro Sanitario	Producto cumplido con lo solicitado (Sí o No)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
SUSTITUTOS OSEOS, SINTÉTICOS Y BIOLÓGICOS	1	MATRICES OSEAS	MATRIZ OSEA DESV. NERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 1CC (CÓDIGO UNSPSC 42255400)	MATRIZ OSEA DESV. NERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 1CC	2018DM-0019155	unidad	unidad	FUJACION EXTERNA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			MATRIZ OSEA DESV. NERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 2CC (CÓDIGO UNSPSC 42255400)	MATRIZ OSEA DESV. NERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 2CC	2018DM-0019155	unidad	unidad	FUJACION EXTERNA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			MATRIZ OSEA DESV. NERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 2.5CC (CÓDIGO UNSPSC 42255400)	MATRIZ OSEA DESV. NERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 2.5CC	2018DM-0019155	unidad	unidad	FUJACION EXTERNA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			MATRIZ OSEA DESV. NERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 5CC (CÓDIGO UNSPSC 42255400)	MATRIZ OSEA DESV. NERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 5CC	2018DM-0019155	unidad	unidad	FUJACION EXTERNA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			MATRIZ OSEA DESV. NERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 10CC (CÓDIGO UNSPSC 42255400)	MATRIZ OSEA DESV. NERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 10CC	2018DM-0019155	unidad	unidad	FUJACION EXTERNA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	Concepto de especialista: favorable, tener en cuenta que No se acepta utilizar productos de diferente fabricante
			MATRIZ OSEA DESV. NERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 15CC (CÓDIGO UNSPSC 42255400)	MATRIZ OSEA DESV. NERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 15CC	2018DM-0019155	unidad	unidad	FUJACION EXTERNA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
ESTRUCTURALES	2	ESPORUSOS	CH.PS DE HUESO ESPONJOSO 500 (CÓDIGO UNSPSC 42255400)	CH.PS DE HUESO ESPONJOSO 500	2018DM-0019155	unidad	unidad	FUJACION EXTERNA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			CH.PS DE HUESO ESPONJOSO 1000 (CÓDIGO UNSPSC 42255400)	CH.PS DE HUESO ESPONJOSO 1000	2018DM-0019155	unidad	unidad	FUJACION EXTERNA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			CH.PS DE HUESO ESPONJOSO 1500 (CÓDIGO UNSPSC 42255400)	CH.PS DE HUESO ESPONJOSO 1500	2014DM-0012455	unidad	unidad	FUJACION EXTERNA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			CH.PS DE HUESO ESPONJOSO 3000 (CÓDIGO UNSPSC 42255400)	CH.PS DE HUESO ESPONJOSO 3000	2014DM-0012455	unidad	unidad	FUJACION EXTERNA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
SUSTITUTOS OSEOS, SINTÉTICOS Y BIOLÓGICOS	3	HUERTOS SIN PORTADOR	MATRIZ OSEA + CH.PS DE HUESO 200 (CÓDIGO UNSPSC 42255400)	MATRIZ OSEA + CH.PS DE HUESO 200	2014DM-0012455	unidad	unidad	FUJACION EXTERNA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			MATRIZ OSEA + CH.PS DE HUESO 2500 (CÓDIGO UNSPSC 42255400)	MATRIZ OSEA + CH.PS DE HUESO 2500	2014DM-0012455	unidad	unidad	FUJACION EXTERNA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			MATRIZ OSEA + CH.PS DE HUESO 500 (CÓDIGO UNSPSC 42255400)	MATRIZ OSEA + CH.PS DE HUESO 500	2014DM-0012455	unidad	unidad	FUJACION EXTERNA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			MATRIZ OSEA + CH.PS DE HUESO 1000 (CÓDIGO UNSPSC 42255400)	MATRIZ OSEA + CH.PS DE HUESO 1000	2014DM-0012455	unidad	unidad	FUJACION EXTERNA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			MATRIZ OSEA + CH.PS DE HUESO 1500 (CÓDIGO UNSPSC 42255400)	MATRIZ OSEA + CH.PS DE HUESO 1500	2014DM-0012455	unidad	unidad	FUJACION EXTERNA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
ESTRUCTURALES	4	ESTRUCTURALES	CUÑA TRICORTICAL DE CRESTA I/UACA 8mm (CÓDIGO UNSPSC 42255400)	CUÑA TRICORTICAL DE CRESTA I/UACA 8mm	2014DM-0012455	unidad	unidad	FUJACION EXTERNA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			CUÑA TRICORTICAL DE CRESTA I/UACA 10mm (CÓDIGO UNSPSC 42255400)	CUÑA TRICORTICAL DE CRESTA I/UACA 10mm	2014DM-0012455	unidad	unidad	FUJACION EXTERNA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			CUÑA TRICORTICAL DE CRESTA I/UACA 15mm (CÓDIGO UNSPSC 42255400)	CUÑA TRICORTICAL DE CRESTA I/UACA 15mm	2014DM-0012455	unidad	unidad	FUJACION EXTERNA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			CUÑA TRICORTICAL DE CRESTA I/UACA 18mm (CÓDIGO UNSPSC 42255400)	CUÑA TRICORTICAL DE CRESTA I/UACA 18mm	2014DM-0012455	unidad	unidad	FUJACION EXTERNA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			CUÑA TRICORTICAL DE CRESTA I/UACA 20mm (CÓDIGO UNSPSC 42255400)	CUÑA TRICORTICAL DE CRESTA I/UACA 20mm	2014DM-0012455	unidad	unidad	FUJACION EXTERNA	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4

**INFORME PRELIMINAR ACLARATORIO DE PROPUESTAS DENTRO DE LA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA**

**009-S.S.0.2020 LINEA DE OSTEOBIOLOGICOS**

Fecha: 27/08/2020

ESPECIALIDAD	ITEM	TIPO	Descripción del producto solicitado a cotizar	Descripción del producto cotizado	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Factor de empaque (presentación común)	OFERENTE	Estudio del Ruptro Sanitario	Producto diferente con lo solicitado (Sí o NO)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
5	SINTETICO	SULFATO DE CALCIO 5CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	SULFATO DE CALCIO 5CC	2018DM-0019155	unidad	unidad	FUACION EXTERNA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. En respuesta a observación realizada por cotizante MEDIREX, especialidad de Ortopedia informa que el homólogo ofrecido por fijación externa no cumple con las indicaciones clínicas para la que es solicitado el dispositivo médico del ítem 5. sulfato de calcio 2. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4	
		SULFATO DE CALCIO 10CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	SULFATO DE CALCIO 10CC	2018DM-0019155	unidad	unidad	FUACION EXTERNA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	3. En respuesta a observación realizada por cotizante MEDIREX, especialidad de Ortopedia informa que el homólogo ofrecido por fijación externa no cumple con las indicaciones clínicas para la que es solicitado el dispositivo médico del ítem 5. sulfato de calcio 2. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4	
		SULFATO DE CALCIO 20CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	SULFATO DE CALCIO 20CC	2018DM-0019155	unidad	unidad	FUACION EXTERNA	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. En respuesta a observación realizada por cotizante MEDIREX, especialidad de Ortopedia informa que el homólogo ofrecido por fijación externa no cumple con las indicaciones clínicas para la que es solicitado el dispositivo médico del ítem 5. sulfato de calcio 2. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4	
1	MATRICES OSEAS	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 0,5CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	Grafton Putty 0,5 CC (matriz ósea desmineralizada tipo putty)	2019DM-0019904	unidad	unidad	ADRIANA CHAVES DAVALOS (NEUROELEMENTOS)	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4	
		MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 1CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	Grafton Putty 1 CC (matriz ósea desmineralizada tipo putty)	2019DM-0019904	unidad	unidad	ADRIANA CHAVES DAVALOS (NEUROELEMENTOS)	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4	
		MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 2CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	Grafton Putty 2 CC (matriz ósea desmineralizada tipo putty)	2019DM-0019904	unidad	unidad	ADRIANA CHAVES DAVALOS (NEUROELEMENTOS)	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4	
		MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 2,5CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	Grafton Putty 2,5 CC (matriz ósea desmineralizada tipo putty)	2019DM-0019904	unidad	unidad	ADRIANA CHAVES DAVALOS (NEUROELEMENTOS)	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4	
		MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 5CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	Grafton Putty 5 CC (matriz ósea desmineralizada tipo putty)	2019DM-0019904	unidad	unidad	ADRIANA CHAVES DAVALOS (NEUROELEMENTOS)	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4	
		MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY O PASTA 10CC (CODIGO UNSPSC 42255400)	Grafton Putty 10 CC (matriz ósea desmineralizada tipo putty)	2019DM-0019904	unidad	unidad	ADRIANA CHAVES DAVALOS (NEUROELEMENTOS)	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4	

**INFORME PRELIMINAR ACLARATORIO DE PROPUESTAS DENTRO DE LA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA**

**009-S.S.O.2020 LINEA DE OSTEOBIOLOGICOS**

Fecha: 27/08/2020

ESPECIALIDAD	ITEM	TIPO	Descripción del producto solicitado a cotizar	Descripción del producto cotizado	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Factor de empaque (presentación comercial)	OFERENTE	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (Sí o No)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
SUSTITUTOS ÓSEOS, SINTÉTICOS Y BIOLÓGICOS	ESPONGIOSOS		VANIZ OSEA DESMATERIALIZADA TIPO PUTTY O FASTA 1500 (CODIGO UNSPSC: 42255400)	Grafton Putty 10 CC (matriz ósea desmineralizada tipo putty)	201801M-0019904	unidad	unidad	ADRIANA CHAVES DAVALOS (NEUROELEMENTOS)	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 500 (CODIGO UNSPSC: 42255400)	Tissue Allograft Cancellous chips 500 (4-10MM)	201801M-0000733 R1	unidad	unidad	ADRIANA CHAVES DAVALOS (NEUROELEMENTOS)	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 1000 (CODIGO UNSPSC: 42255400)	Tissue Allograft Cancellous chips 1500 (4-10MM)	201801M-0000733 R1	unidad	unidad	ADRIANA CHAVES DAVALOS (NEUROELEMENTOS)	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 1500 (CODIGO UNSPSC: 42255400)	Tissue Allograft Cancellous chips 1500 (4-10MM)	201801M-0000733 R1	unidad	unidad	ADRIANA CHAVES DAVALOS (NEUROELEMENTOS)	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
	INERTOS SIN PORTADOR		MATRIZ OSEA + CHIPS DE HUESO 200 (CODIGO UNSPSC: 42255400)	Grafton Orthoblast-Larga 5 CC (matriz ósea + chips esponjosos)	201801M-0019904	unidad	unidad	ADRIANA CHAVES DAVALOS (NEUROELEMENTOS)	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			MATRIZ OSEA + CHIPS DE HUESO 2500 (CODIGO UNSPSC: 42255400)	Grafton Orthoblast-Larga 5 CC (matriz ósea + chips esponjosos)	201801M-0019904	unidad	unidad	ADRIANA CHAVES DAVALOS (NEUROELEMENTOS)	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			MATRIZ OSEA + CHIPS DE HUESO 500 (CODIGO UNSPSC: 42255400)	Grafton Orthoblast-Larga 5 CC (matriz ósea + chips esponjosos)	201801M-0019904	unidad	unidad	ADRIANA CHAVES DAVALOS (NEUROELEMENTOS)	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			MATRIZ OSEA + CHIPS DE HUESO 1000 (CODIGO UNSPSC: 42255400)	Grafton Orthoblast-Small 10 CC (matriz ósea + chips esponjosos)	201801M-0019904	unidad	unidad	ADRIANA CHAVES DAVALOS (NEUROELEMENTOS)	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			MATRIZ OSEA + CHIPS DE HUESO 1500 (CODIGO UNSPSC: 42255400)	Grafton Orthoblast-Larga 15 CC (matriz ósea + chips esponjosos)	201801M-0019904	unidad	unidad	ADRIANA CHAVES DAVALOS (NEUROELEMENTOS)	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
ESTRUCTURALES	ESTRUCTURALES		CÚRA TRICORTICAL DE CRESTA (UCA) 8mm (CODIGO UNSPSC: 42255400)	Wedge Plier P 40mmX15mmX10mm (bicomponente en cuña)	201801M-0000733 R1	unidad	unidad	ADRIANA CHAVES DAVALOS (NEUROELEMENTOS)	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			CÚRA TRICORTICAL DE CRESTA (UCA) 10mm	Wedge Plier P 40mmX15mmX10mm (bicomponente en cuña)	201801M-0000733 R1	unidad	unidad	ADRIANA CHAVES DAVALOS (NEUROELEMENTOS)	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			CÚRA TRICORTICAL DE CRESTA (UCA) 15mm (CODIGO UNSPSC: 42255400)	Wedge Plier P 40mmX15mmX15mm (bicomponente en cuña)	201801M-0000733 R1	unidad	unidad	ADRIANA CHAVES DAVALOS (NEUROELEMENTOS)	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			CÚRA TRICORTICAL DE CRESTA (UCA) 18mm (CODIGO UNSPSC: 42255400)	Wedge Plier P 40mmX15mmX15mm (bicomponente en cuña)	201801M-0000733 R1	unidad	unidad	ADRIANA CHAVES DAVALOS (NEUROELEMENTOS)	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
			CÚRA TRICORTICAL DE CRESTA (UCA) 20mm (CODIGO UNSPSC: 42255400)	Wedge Plier P 40mmX15mmX15mm (bicomponente en cuña)	201801M-0000733 R1	unidad	unidad	ADRIANA CHAVES DAVALOS (NEUROELEMENTOS)	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4

**INFORME PRELIMINAR ACLARATORIO DE PROPUESTAS DENTRO DE LA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA**

**009-S.S.O.2020 LINEA DE OSTEOBIOLOGICOS**

**Fecha: 27/08/2020**

ESPECIFICIDAD	ITEM	TIPO	Descripción del producto solicitado a cotizar	Descripción del producto cotizado	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Factor de empaque (presentación comercial)	DIFERENTE	Estado del Registro Sanitario	Producto semejante con lo solicitado (Sí o No)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
5	SINTETICO	SULFATO DE CALCIO 500 (CÓDIGO UNSPSC: 42255401)	Mastegraft grandes (500) (sustituto sintético)	20150M-0013076	unidad	unidad	ADRIANA CHAVES DAVALOS (NEUROELEMENTOS)	DIFERENTE	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. En respuesta a observación realizada por cotizante MEDIREX, especialidad de Ortopedia informa que el homólogo ofrecido por Adriana Chaves - Neuroelementos NO CUMPLE con las indicaciones clínicas para la que es solicitado el dispositivo médico del ítem 5, sulfato de calcio 2. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
		SULFATO DE CALCIO 1000 (CÓDIGO UNSPSC: 42255401)	Mastegraft grandes (1500) (sustituto sintético)	20150M-0013076	unidad	unidad	ADRIANA CHAVES DAVALOS (NEUROELEMENTOS)	DIFERENTE	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. En respuesta a observación realizada por cotizante MEDIREX, especialidad de Ortopedia informa que el homólogo ofrecido por Adriana Chaves - Neuroelementos NO CUMPLE con las indicaciones clínicas para la que es solicitado el dispositivo médico del ítem 5, sulfato de calcio 2. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
		SULFATO DE CALCIO 2000 (CÓDIGO UNSPSC: 42255401)	Mastegraft grandes (3000) (sustituto sintético)	20150M-0013078	unidad	unidad	ADRIANA CHAVES DAVALOS (NEUROELEMENTOS)	DIFERENTE	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	1. En respuesta a observación realizada por cotizante MEDIREX, especialidad de Ortopedia informa que el homólogo ofrecido por Adriana Chaves - Neuroelementos NO CUMPLE con las indicaciones clínicas para la que es solicitado el dispositivo médico del ítem 5, sulfato de calcio 2. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4

**INFORME PRELIMINAR ACLARATORIO DE PROPUESTAS DENTRO DE LA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA  
009-S.S.O.2020 LINEA DE OSTEONBIOLÓGICOS**

Fecha: 27/08/2020

ESPECIALIDAD	ITEM	TIPO	Descripción del producto solicitado a cotizar	Descripción del producto cotizado	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Factor de empaque (presentación comercial)	OFERENTE	Estado del Registro Sanitario	Producto concuerda con lo solicitado (Sí o No)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
--------------	------	------	---	-----------------------------------	--------------------	---------------------------	--	----------	-------------------------------	--	---	--

**CUMPLIMIENTO CRITERIOS HABILITANTES POR OFERENTES SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA 009-S.S.O.2020 LINEA DE OSTEONBIOLÓGICOS**

OFERENTE	Cuenta con BPM y CCA (Cumple, NO Cumple o No Aplica)	Autorizado como distribuidor mayorista (Cumple, NO Cumple o No Aplica)	Experiencia Específica	Se habilitan todos los ítems de la oferta (Cumple - NO Cumple)	Conceptos de los MD Especialistas	Observación (motivo por el cual NO CUMPLE)
SINAPSIS SAS	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	Por solicitud de especialidad de ortopedia, se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el ítem N°5. sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas, como en tejidos blandos.	1. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
BIG PHARMA S.A.S	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	Concepto especialista: No favorable, Justificación: No se conocen los materiales ofertados Por solicitud de especialidad de ortopedia, se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el ítem N°5. sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas, como en tejidos blandos.	Para los ítems 1, 2, 3 y 4 Concepto especialista: No favorable, Justificación: No se conocen los materiales ofertados No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4 Para los ítems 5 Concepto especialista: No favorable, Justificación: No se conocen los materiales ofertados No allega ficha técnica del producto por lo que no puede ser evaluado El registro sanitario descrito no coincide con el producto solicitado, No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	1. En respuesta a observación realizada por cotizante MEDIREX, especialidad de Ortopedia informa que el homólogo ofertado por Fuertes Mejia no cumple con las indicaciones clínicas para la que es solicitado el dispositivo médico del ítem 5. 2. Por solicitud de especialidad de ortopedia, se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el ítem N°5. sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas, como en tejidos blandos.	No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4
MEDIREX S.A.S.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	Concepto de especialista: favorable, tener en cuenta que No se acepta utilizar productos de diferente fabricante	
FIJACION EXTERNA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	1. En respuesta a observación realizada por cotizante MEDIREX, especialidad de Ortopedia informa que el homólogo ofertado por Fijacion Externa no cumple con las indicaciones clínicas para la que es solicitado el dispositivo médico del ítem 5. 2. Por solicitud de especialidad de ortopedia, se requiere que los oferentes envíen justificación técnica de la homologación realizada para el ítem N°5. sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras óseas, como en tejidos blandos.	1. No cumple teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones numeral 17 literal 3 y 4

**INFORME PRELIMINAR ACLARATORIO DE PROPUESTAS DENTRO DE LA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA**

**009-S.S.O.2020 LINEA DE OSTEOBIOLOGICOS**

**Fecha: 27/08/2020**

SPECIALIDAD	ITEM	TIPO	Descripción del producto solicitado a cotizar	Descripción del producto cotizado	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Factor de empaque (presentación correcta)	OFERENTE	Estudio del Riesgo Sanitario	Producto coincidido con lo solicitado (Sí o No)	Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
MEDIREX S.A.S.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Concepto da especialista: favorable, tener en cuenta que No se acepta utilizar productos de diferente fabricante
FIJACION EXTERNA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1. En respuesta a observación realizada por cotizante MEDIREX, especialidad de Ortopedia informa que el homólogo ofertado por Fijacion Externa no cumple con las indicaciones clínicas para la que es solicitado el dispositivo médico del ítem 5. 2. Por solicitud de especialidad de ortopedia, se requiere que los oferentes envíen Justificación técnica de la homologación realizada para el ítem N°5, sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras osseas, como en tejidos blandos.
ADRIANA CHAVES DAVALOS (NEUROELEMENTOS)	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1. En respuesta a observación realizada por cotizante MEDIREX, especialidad de Ortopedia informa que el homólogo ofertado por Adriana Chaves Davalos (Neuroelementos) no cumple con las indicaciones clínicas para la que es solicitado el dispositivo médico del ítem 5. 2. Por solicitud de especialidad de ortopedia, se requiere que los oferentes envíen Justificación técnica de la homologación realizada para el ítem N°5, sulfato de calcio, teniendo en cuenta que una de las principales de este sustituto sintético es que sirve de vehículo para mezcla con diferentes antibióticos para tratamiento de heridas infectadas tanto en estructuras osseas, como en tejidos blandos.

*Elerura*

QF Erika Herrera

*Ana Sibaja*

QF Ana Sibaja

*Tomás Valencia*

QF Tomás Valencia