

**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,  
tu salud,  
nuestro compromiso!**

San Juan de Pasto

**Doctora  
GERSON PEÑA  
Abogado contratista Oficina Jurídica**

<b>H.U.D.N</b>	
<b>Correspondencia Interna</b>	
Vigencia: 2021 - Consecutivo: I-4272	
Consecutivo: I-4272	
Fecha de Radicación:	09/07/2021-02:06 PM
Asunto:	DR GERSON PEÑA: EVALUACION TECNICA PRELIMIN...
Firmado Por:	FLOR ANGELA RIASCOS (120-3- RECURSOS FISICOS)
Destinatarios:	particular - GESTION DE LA INFORMACION
Radicador:	NANCY ROMERO - GESTION DE LA INFORMACION


**Asunto: Evaluación técnica Preliminar Solicitud Simple de Ofertas 0013.SSO.2021**

En atención al asunto en referencia y de acuerdo al cronograma del presente proceso, me permito entregarle la evaluación y verificación técnica de requisitos habilitantes competentes a esta área de las ofertas presentadas.

Atentamente,

*Flor Angela Riascos*  
**FLOR ANGELA RIASCOS CAPERA**  
Técnico Operativo de Mantenimiento

**CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño**  
Conmutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
[www.hosdenar.gov.co](http://www.hosdenar.gov.co) \*mail: [hudn@hosdenar.gov.co](mailto:hudn@hosdenar.gov.co)





HOSPITAL  
UNIVERSITARIO

EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS 0013-S.S.O.2021

REQUISITO	PROVEEDOR IMEDSUR			PROVEEDOR: UT XINGMEDICAL BIOMETRICAL			PROVEEDOR: UT METROTECH		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBERVACIONES
Según lo dispuesto en el decreto 2126 de 2015, Artículo 2.2.1.7.12.2 el oferente deberá estar acreditado o tener suscrito un convenio con empresa acreditada ante el organismo nacional de acreditación de Colombia ONAC o por un Organismo de Acreditación que haga parte de los acuerdos Multilaterales de reconocimiento (MLA/MRA) para cada magnitud específica en que se requiera u ofrezca su servicio de calibración siendo un requisito presentar el respectivo certificado de acreditación para cada magnitud específica en la que ofrezca calibración para los equipos que midan pesen y cuenten.	X		Convenio con CONAMET Convenio con Metrocaribe Convenio con Set&Gad		X	Aporta certificación con Industria metrología, aparece un convenio de apoyo tecnológico. Certificación de 2019		X	NO APORTA
<b>Personal Requerido</b>	CUMPLE	NO CUMPLE	OBERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBERVACIONES
El oferente deberá expedir certificación de que cuenta con los siguientes profesionales para la prestación del servicio (Formato 10)	X			X		No aporta		X	NO APORTA
<b>Equipo Requerido</b>	CUMPLE	NO CUMPLE	OBERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBERVACIONES
Certificación suscrita por el representante legal que, en caso que se le adjudique el contrato objeto de esta convocatoria no podrá desarrollar al mismo tiempo los objetos de mantenimiento y calibración de equipos	X			X		No aporta		X	NO APORTA
<b>Equipos Patrones con trazabilidad</b>									
Simulador de paciente	X				X	No esta calibrado en SPO2		X	NO APORTA
Analizador de Seguridad eléctrica	X			X				X	NO APORTA
Analizador de sistema de electro cirugía	X			X				X	NO APORTA
Analizador de Desfibrilador y marcapasos	X			X				X	NO APORTA
Analizador de Incubadoras	X				X	No aporta		X	NO APORTA
Tacómetro Digital	X				X	No aporta		X	NO APORTA
Analizador de flujo de Gases en tiempo, flujo, volumen y presión		X	NO ESTA EN TIEMPO. Folio 211		X	NO ESTA EN TIEMPO		X	NO APORTA
Analizador de Rayos X y Tomografía	X				X	Certificado no esta a nombre del oferente		X	NO APORTA
Simulador de monitor fetal	X			X				X	NO APORTA
Patrón para Flujómetros, Reguladores y vacuómetros	X				X	No aporta		X	NO APORTA

FOLIO 2

Patrón para análisis de Capnografos		X	Certificado de análisis de 2019, No cumple con los requisitos de la norma ISO 17025 Numeral 7.8.2.1 literales e), h), i), j). Folio 243		X	No aporta		X	NO APORTA
Phantom de ecografía		X	Adjunta un certificado de originalidad, Folio 245 No cumple con los requisitos de la norma ISO 17025 Numeral 7.8.2.1		X	No aporta		X	NO APORTA
Radiómetro	X			X				X	NO APORTA
Osciloscopio	X				X	No aporta		X	NO APORTA
<b>Equipos patrones para variable acreditada</b>									
Vacío Vacuometro patrón -10.8 a 0 psi	X				X	Aporta certificación con Industria metrologia, aparece un convenio de apoyo tecnologico. Certificacion de 2019		X	NO APORTA
Presión 1 Manómetro patrón con rango desde 0 a 5,8 psi	X				X	Aporta certificación con Industria metrologia, aparece un convenio de apoyo tecnologico. Certificacion de 2019		X	NO APORTA
Presión 2 Manómetro patrón con rango desde 0 a 200 psi	X				X	Aporta certificación con Industria metrologia, aparece un convenio de apoyo tecnologico. Certificacion de 2019		X	NO APORTA
Presión 3 Manómetro patrón con rango desde 0 a 4000 psi	X				X	Aporta certificación con Industria metrologia, aparece un convenio de apoyo tecnologico. Certificacion de 2019		X	NO APORTA
Temperatura Termómetro patrón con rangos desde -35 °C hasta 40 °C	X				X	Aporta certificación con Industria metrologia, aparece un convenio de apoyo tecnologico. Certificacion de 2019		X	NO APORTA
Temperatura y humeada relativa Termohigrómetro patrón y cámara caracterizada con rangos: de 30% hasta 70% en humedad relativa, y de 17 °C hasta 28 °C en temperatura	X				X	Aporta certificación con Industria metrologia, aparece un convenio de apoyo tecnologico. Certificacion de 2019		X	NO APORTA
Masa instrumento de pesaje 1 juego de masas F1 de 1 g hasta 5 kg	X				X	Aporta certificación con Industria metrologia, aparece un convenio de apoyo tecnologico. Certificacion de 2019		X	NO APORTA


F101 R. 

Masa instrumento pesaje 2 juego de masas M1 de 1 g hasta 175 kg	X				X	Aporta certificación con Industria metrología, aparece un convenio de apoyo tecnológico. Certificación de 2019	X	NO APORTA	
Masa instrumento de pesaje 3 juego de masas F1 de 1 g a 175 kg	X				X	Aporta certificación con Industria metrología, aparece un convenio de apoyo tecnológico. Certificación de 2019	X	NO APORTA	
Volumen Balanza con capacidad de 42g y d=0,01mg	X				X	Aporta certificación con Industria metrología, aparece un convenio de apoyo tecnológico. Certificación de 2019	X	NO APORTA	
<b>Experiencia</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>	<b>OBERVACIONES</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>	<b>OBERVACIONES</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>	<b>OBERVACIONES</b>
El proponente persona natural o jurídica, deberá acreditar su experiencia de 3 años relacionados con el objeto del presente proceso, mediante la presentación de máximo seis (6) contratos y certificaciones de contratos, suscritos, iniciados, y certificados total o parcialmente. La sumatoria del valor de los contratos acreditados deberá ser igual o superior al presupuesto ofertado por el proponente.	X				X	No cumple con la experiencia mínima de 3 años		X	NO APORTA

Verificado por:

  
 Ing. LYNN MELODELGADO RABON  
 Profesional Universitario de Mantenimiento  
 Hospital Universitario Departamental de Nariño

Elaborado por:

  
 Ing. Flor Angela Riascos  
 Tec. Operativo Mantenimiento  
 Hospital Universitario Departamental de Nariño