



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO S.E.

San Juan de Pasto

Doctora
GERSON PEÑA
Abogado contratista Oficina Jurídica



**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

H.U.D.N	
Correspondencia Interna	
Vigencia 2021 - Consecutivo: 1-4386	
Consecutivo: 1-4350	
Fecha de Radicación:	14/07/2021-02 43 PM
Asunto:	DR GERSON PEÑA EVALUACION TECNICA SUBSANAC... FLOR ANGELA RIASCOS (120-3- RECURSOS FISICOS)
Firmado Por:	particular - GESTION DE LA INFORMACION NANCY ROMERO - Radicador:
Destinatarios:	GESTION DE LA INFORMACION

#502
HH: 8:30am
F: 15/07/2021

Asunto: Evaluación técnica subsanación Solicitud Simple de Ofertas 0013.SSO.2021

En atención al asunto en referencia y de acuerdo al cronograma del presente proceso, me permito entregarle la subsanación de evaluación y verificación técnica de requisitos habilitantes competentes a esta área de las ofertas presentadas.

Atentamente,

Flor Angela Riascos
FLOR ANGELA RIASCOS CAPERA
Técnico Operativo de Mantenimiento

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Nariño
Commutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co





HOSPITAL
UNIVERSITARIO

14 de Julio de 2021

EVALUACIÓN DE SUBSANACIÓN DE REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS 0013-S.S.O.2021

REQUISITO	PROVEEDOR IMEDSUR		PROVEEDOR: UT KINGMEDICAL BIOMETRICAL		PROVEEDOR: UT METROTECH	
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Acreditación Según lo dispuesto en el decreto 2126 de 2015, Artículo 2.2.1.7.12.2 el oferente deberá estar acreditado o tener suscrito un convenio con empresa acreditada ante el organismo nacional de acreditación de Colombia ONAC o por un Organismo de Acreditación que haga parte de los acuerdos Multilaterales de reconocimiento (MLA/MRA) para cada magnitud específica en que se requiera u ofrezca su servicio de calibración siendo un requisito presentar el respectivo certificado de acreditación para cada magnitud específica en la que ofrezca calibración para los equipos que midan pesen y cuenten.	X		Convenio con CONAMET Convenio con Metrocaribe Convenio con Set&Gad	X		SUBSANA
Personal Requerido El oferente deberá expedir certificación de que cuenta con los siguientes profesionales para la prestación del servicio (Formato 10)	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Equipo Requerido Certificación suscrita por el representante legal que, en caso que se le adjudique el contrato objeto de esta convocatoria no podrá desarrollar al mismo tiempo los objetos de mantenimiento y calibración de equipos	X			X		SUBSANA
Equipos Patrones con trazabilidad						
Simulador de paciente	X			X		NO SUBSANA CERTIFICADO DE CALIBRACION SUPERIOR A UN AÑO
Analizador de Seguridad eléctrica	X			X		NO SUBSANA CERTIFICADO DE CALIBRACION SUPERIOR A UN AÑO
Analizador de sistema de electro cirugía	X			X		SUBSANA
Analizador de Desfibrilador y marcapasos	X			X		SUBSANA

Page 2

Analizador de Incubadoras	X				X	NO SUBSANA CERTIFICADO DE CALIBRACION IM- OF36257-LT-4163-21 Solo esta calibrado en temperatura, falta flujo de aire, ruido y humedad relativa	X		SUBSANA	SUBSANA
Tacómetro Digital	X				X	SUBSANA			SUBSANA	SUBSANA
Analizador de flujo de Gases en tiempo, flujo, volumen y presión	X				X	SUBSANA			SUBSANA	SUBSANA
Analizador de Rayos X y Tomografía	X				X	SUBSANA			SUBSANA	NO SUBSANA CERTIFICADO DE CALIBRACION SUPERIOR A UN AÑO
Simulador de monitor fetal	X				X				SUBSANA	SUBSANA
Patrón para Flujometros, Reguladores y vacuometros	X				X	SUBSANA			SUBSANA	SUBSANA
Patrón para análisis de Capnografos	X				X	SUBSANA			SUBSANA	SUBSANA
Phantom de ecografía	X				X	SUBSANA			SUBSANA	SUBSANA
Radiómetro	X				X					NO SUBSANA CERTIFICADO DE CALIBRACION SUPERIOR A UN AÑO
Osciloscopio	X				X	SUBSANA				NO SUBSANA CERTIFICADO DE CALIBRACION SUPERIOR A UN AÑO
Equipos patrones para variable acreditada										
Vacio Vacuometro patrón -10.8 a 0 psi	X						X			SUBSANA
Presión 1 Manómetro patrón con rango desde 0 a 5,8 psi	X						X			SUBSANA
Presión 2 Manómetro patrón con rango desde 0 a 200 psi	X						X			SUBSANA
Presión 3 Manómetro patrón con rango desde 0 a 4000 psi	X						X			SUBSANA

4012
2

Temperatura Termómetro patrón con rangos desde 35 °C hasta 40 °C	X				X		SUBSANA	X		SUBSANA
Temperatura y humedad relativa Termohigrómetro patrón y cámara caracterizada con rangos: de 30% hasta 70% en humedad relativa, y de 17 °C hasta 28 °C en temperatura	X				X		SUBSANA	X		SUBSANA
Masa instrumento de pesaje 1 juego de masas F1 de 1 g hasta 5 kg	X				X		SUBSANA	X		SUBSANA
Masa instrumento pesaje 2 juego de masas M1 de 1 g hasta 175 kg	X				X		SUBSANA	X		SUBSANA
Masa instrumento de pesaje 3 juego de masas F1 de 1 g a 175 kg	X				X		SUBSANA	X		SUBSANA
Volumen Balanza con capacidad de 42g y d=0,01mg	X				X		SUBSANA	X		SUBSANA
Experiencia	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
El proponente persona natural o jurídica, deberá acreditar su experiencia de 3 años relacionados con el objeto del presente proceso, mediante la presentación de máximo seis (6) contratos y certificaciones de contratos, suscritos, iniciados, y certificados total o parcialmente. La sumatoria del valor de los contratos acreditados deberá ser igual o superior al presupuesto ofertado por el proponente.	X					NO SUBSANA	X			SUBSANA

Verificado por:



Ing. LYNN MEODELGABON FABON
Profesional Universitario de Mantenimiento
Hospital Universitario Departamental de Nariño

Elaborado por:



Ing. Flor Angela Riascos
Tec. Operativo Mantenimiento
Hospital Universitario Departamental de Nariño