




¡Trabajamos por mi Nariño,  
tu salud,  
nuestro compromiso!

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ANEXO TECNICO DE CONTRATACION  
TECNICA EXPERIENCIA  
23 DE JULIO DE 2021  
SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS 014-S.S.O.2021


OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIALIDADES AFINES, QUE SON EMPLEADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

OFERENTE	VERIFICACION
COBO MEDICAL S.A.S.	FALTA DILIGENCIAR PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
UNION TEMPORAL SOLUMED PASTO	NO CUMPLE
B BRAUN MEDICAL S.A.	FALTA DILIGENCIAR PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
ADRIANA CHAVES DAVALOS	NO CUMPLE
UCIPHARMA S.A	FALTA DILIGENCIAR PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	CUMPLE

  
PATRICIA NATHALY LOPEZ VALLEJO  
Instrumentadora Quirúrgica  
Contratista Servicio Farmacéutico

  
TOMAS VALENCIA  
Profesional Especializado Servicio Farmacéutico

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Nariño  
Conmutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
www.hosdenar.gov.co \*mail: hudn@hosdenar.gov.co



**INFORME DE VERIFICACION  
TECNICA EXPERIENCIA  
19 A 21 DE JULIO DE 2021  
SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS 014-S.S.O.2021**

**OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIALIDADES AFINES, QUE SON EMPLEADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.**

PROPUESTA No. 1																														
PROPONENTE: COBO MEDICAL S.A.S																														
ITEM	REQUISITO A VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																										
15	<b>EXPERIENCIA GENERAL:</b> La actividad económica del oferente deberá estar relacionada con el objeto del contrato a celebrarse y el tiempo por el cual ha ejercido su proveeduría después de haber adquirido la personería deberá ser igual o superior a cinco (05) años. La misma se corroborará con el certificado de existencia y representación y/o registro mercantil.	X		La actividad económica se relaciona con el objeto del contrato.																										
16	<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA:</b> Acreditar cuatro (04) contratos cuyo objeto se relacione con el suministro de dispositivos médicos cuya cuantía sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial. Cada uno de los contratos aportados deberán estar codificados en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) (tercer nivel) con mínimo 8 de los siguientes códigos:  <table border="1" data-bbox="472 1031 861 1356"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>CODIGO UNSPSC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>42131700</td></tr> <tr><td>2</td><td>42141700</td></tr> <tr><td>3</td><td>42142400</td></tr> <tr><td>4</td><td>42221500</td></tr> <tr><td>5</td><td>42231600</td></tr> <tr><td>6</td><td>42271900</td></tr> <tr><td>7</td><td>42291600</td></tr> <tr><td>8</td><td>42292600</td></tr> <tr><td>9</td><td>42293100</td></tr> </tbody> </table>	No.	CODIGO UNSPSC	1	42131700	2	42141700	3	42142400	4	42221500	5	42231600	6	42271900	7	42291600	8	42292600	9	42293100		X	<table border="1" data-bbox="1344 860 1921 1039"> <thead> <tr> <th>N RUP</th> <th>CODIGOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>NO CUMPLE CON LOS 8 CODIGOS SOLICITADOS</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>NO CUMPLE CON LOS 8 CODIGOS SOLICITADOS</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los números del RUP identificados en el Formato 6 no corresponden a los contratos aportados.</p> <p>El formato 6 no contiene los 4 contratos solicitados por la entidad. --</p> <p>No se adjunta contrato, acta de liquidación y/o certificación del contrato identificado con número 380 de 2017.</p>	N RUP	CODIGOS	01	NO CUMPLE CON LOS 8 CODIGOS SOLICITADOS	02	NO CUMPLE CON LOS 8 CODIGOS SOLICITADOS
No.	CODIGO UNSPSC																													
1	42131700																													
2	42141700																													
3	42142400																													
4	42221500																													
5	42231600																													
6	42271900																													
7	42291600																													
8	42292600																													
9	42293100																													
N RUP	CODIGOS																													
01	NO CUMPLE CON LOS 8 CODIGOS SOLICITADOS																													
02	NO CUMPLE CON LOS 8 CODIGOS SOLICITADOS																													



**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,  
tu salud,  
nuestro compromiso!**

10	42293400
11	42294500
12	42294900
13	42295500
14	42295900
15	42311600
16	42311900
17	42312000
18	42312200
19	51131800

En caso de uniones temporales o consorcios, cualquiera de los integrantes podrá acreditar la totalidad de los contratos de la experiencia requerida.

Los contratos serán verificados en el RUP, contrato suscrito, iniciado, ejecutado, terminado y liquidado.

La experiencia acreditada corresponde exactamente a la desarrollada por el oferente de manera directa, o como miembro de un consorcio unión temporal, o cualquier otra forma de asociación, se aceptará el valor de la experiencia afectada por el porcentaje de participación en la forma asociativa.

**Acreditación de la Experiencia específica:**

Los contratos antes mencionado deberá ser acreditado mediante la presentación de la siguiente documentación:

1. Copia del Contrato y
2. Acta de Liquidación o
3. Certificación de Experiencia expedida por La Entidad o Empresa Contratante, en la cual deben encontrarse los datos requeridos en la presente solicitud simple de oferta.

No se adjunta contrato del contrato identificado con número 183 del 2018.

Ningún contrato cumple con la cuantía solicitada.

Se adjuntan Acta de Liquidación contrato 115-FAR-0261-2016 Y contrato No. 929-OES200001, no identificados en el formato con su respectivo número en el RUP.

**CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Nariño**  
Conmutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
[www.hosdenar.gov.co](http://www.hosdenar.gov.co) \*mail: [hudn@hosdenar.gov.co](mailto:hudn@hosdenar.gov.co)





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,  
tu salud,  
nuestro compromiso!**

	<p>La certificación de experiencia se considera expedida bajo la gravedad del juramento y por tanto su contenido se desvirtúa con prueba en contrario.</p> <p>La relación del (los) contrato(s) con los que se pretende acreditar la experiencia debe realizarse digitalizando el formato 6.</p>			
--	--	--	--	--

PROPUESTA No. 2																		
PROPONENTE: UNION TEMPORAL SOLUMED PASTO																		
ITEM	REQUISITO A VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES														
15	<b>EXPERIENCIA GENERAL:</b> La actividad económica del oferente deberá estar relacionada con el objeto del contrato a celebrarse y el tiempo por el cual ha ejercido su proveeduría después de haber adquirido la personería deberá ser igual o superior a cinco (05) años. La misma se corroborará con el certificado de existencia y representación y/o registro mercantil.	X		La actividad económica se relaciona con el objeto del contrato.														
16	<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA:</b> Acreditar cuatro (04) contratos cuyo objeto se relacione con el suministro de dispositivos médicos cuya cuantía sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial. Cada uno de los contratos aportados deberán estar codificados en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) (tercer nivel) con mínimo 8 de los siguientes códigos:		X	El oferente no adjunta el formato 6 con la información de los contratos para acreditación de experiencia específica con el fin de determinar su ubicación en el RUP.														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>CODIGO UNSPSC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>42131700</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>42141700</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>42142400</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>42221500</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>42231600</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>42271900</td> </tr> </tbody> </table>	No.	CODIGO UNSPSC	1	42131700	2	42141700	3	42142400	4	42221500	5	42231600	6	42271900			
No.	CODIGO UNSPSC																	
1	42131700																	
2	42141700																	
3	42142400																	
4	42221500																	
5	42231600																	
6	42271900																	

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño  
 Conmutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
 www.hosdenar.gov.co \*mail: hudn@hosdenar.gov.co





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,  
tu salud,  
nuestro compromiso!**

7	42291600
8	42292600
9	42293100
10	42293400
11	42294500
12	42294900
13	42295500
14	42295900
15	42311600
16	42311900
17	42312000
18	42312200
19	51131800

En caso de uniones temporales o consorcios, cualquiera de los integrantes podrá acreditar la totalidad de los contratos de la experiencia requerida.

Los contratos serán verificados en el RUP, contrato suscrito, iniciado, ejecutado, terminado y liquidado.

La experiencia acreditada corresponde exactamente a la desarrollada por el oferente de manera directa, o como miembro de un consorcio unión temporal, o cualquier otra forma de asociación, se aceptará el valor de la experiencia afectada por el porcentaje de participación en la forma asociativa.

**Acreditación de la Experiencia específica:**

Los contratos antes mencionado deberá ser acreditado mediante la presentación de la siguiente documentación:

1. Copia del Contrato y
2. Acta de Liquidación o

**CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Nariño**  
Conmutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
[www.hosdenar.gov.co](http://www.hosdenar.gov.co) \*mail: [hudn@hosdenar.gov.co](mailto:hudn@hosdenar.gov.co)





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,  
tu salud,  
nuestro compromiso!**

<p>3. Certificación de Experiencia expedida por La Entidad o Empresa Contratante, en la cual deben encontrarse los datos requeridos en la presente solicitud simple de oferta.</p> <p>La certificación de experiencia se considera expedida bajo la gravedad del juramento y por tanto su contenido se desvirtúa con prueba en contrario.</p> <p>La relación del (los) contrato(s) con los que se pretende acreditar la experiencia debe realizarse digitalizando el formato 6.</p>	
---	--

**PROPUESTA No. 3**

**PROPONENTE: B BRAUN MEDICAL S.A.**

ITEM	REQUISITO A VERIFICAR	CUMPLE		OBSERVACIONES																										
		CUMPLE	NO CUMPLE																											
15	<b>EXPERIENCIA GENERAL:</b> La actividad económica del oferente deberá estar relacionada con el objeto del contrato a celebrarse y el tiempo por el cual ha ejercido su proveeduría después de haber adquirido la personería deberá ser igual o superior a cinco (05) años. La misma se corroborará con el certificado de existencia y representación y/o registro mercantil.	X		La actividad económica se relaciona con el objeto del contrato.																										
16	<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA:</b> Acreditar cuatro (04) contratos cuyo objeto se relacione con el suministro de dispositivos médicos cuya cuantía sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial. Cada uno de los contratos aportados deberán estar codificados en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) (tercer nivel) con mínimo 8 de los siguientes códigos: <table border="1" style="margin-left: 20px; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>CODIGO UNSPSC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>42 13 17 00</td></tr> <tr><td>2</td><td>42 14 17 00</td></tr> <tr><td>3</td><td>42 14 24 00</td></tr> <tr><td>4</td><td>42 22 15 00</td></tr> <tr><td>5</td><td>42 23 16 00</td></tr> <tr><td>6</td><td>42 27 19 00</td></tr> <tr><td>7</td><td>42 29 16 00</td></tr> </tbody> </table>	No.	CODIGO UNSPSC	1	42 13 17 00	2	42 14 17 00	3	42 14 24 00	4	42 22 15 00	5	42 23 16 00	6	42 27 19 00	7	42 29 16 00		X	<table border="1" style="margin-left: 20px; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>N RUP</th> <th>CODIGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>417</td> <td>NO CUMPLE CON LOS 8 CODIGOS SOLICITADOS. ACREDITA 7 CODIGOS. NO ADJUNTA CONTRATO.</td> </tr> <tr> <td>401</td> <td>NO CUMPLE CON LOS 8 CODIGOS SOLICITADOS. ACREDITA 7 CODIGOS. NO CUMPLE CON LA CUANTIA SOLICITADA. NO ADJUNTA CONTRATO</td> </tr> <tr> <td>385</td> <td>NO CUMPLE CON LOS 8 CODIGOS SOLICITADOS. ACREDITA 6 CODIGOS. NO ADJUNTA CONTRATO.</td> </tr> <tr> <td>327</td> <td>NO CUMPLE CON LOS 8 CODIGOS SOLICITADOS. ACREDITA 7 CODIGOS. NO</td> </tr> </tbody> </table>	N RUP	CODIGO	417	NO CUMPLE CON LOS 8 CODIGOS SOLICITADOS. ACREDITA 7 CODIGOS. NO ADJUNTA CONTRATO.	401	NO CUMPLE CON LOS 8 CODIGOS SOLICITADOS. ACREDITA 7 CODIGOS. NO CUMPLE CON LA CUANTIA SOLICITADA. NO ADJUNTA CONTRATO	385	NO CUMPLE CON LOS 8 CODIGOS SOLICITADOS. ACREDITA 6 CODIGOS. NO ADJUNTA CONTRATO.	327	NO CUMPLE CON LOS 8 CODIGOS SOLICITADOS. ACREDITA 7 CODIGOS. NO
No.	CODIGO UNSPSC																													
1	42 13 17 00																													
2	42 14 17 00																													
3	42 14 24 00																													
4	42 22 15 00																													
5	42 23 16 00																													
6	42 27 19 00																													
7	42 29 16 00																													
N RUP	CODIGO																													
417	NO CUMPLE CON LOS 8 CODIGOS SOLICITADOS. ACREDITA 7 CODIGOS. NO ADJUNTA CONTRATO.																													
401	NO CUMPLE CON LOS 8 CODIGOS SOLICITADOS. ACREDITA 7 CODIGOS. NO CUMPLE CON LA CUANTIA SOLICITADA. NO ADJUNTA CONTRATO																													
385	NO CUMPLE CON LOS 8 CODIGOS SOLICITADOS. ACREDITA 6 CODIGOS. NO ADJUNTA CONTRATO.																													
327	NO CUMPLE CON LOS 8 CODIGOS SOLICITADOS. ACREDITA 7 CODIGOS. NO																													

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Nariño  
 Conmutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
 www.hosdenar.gov.co \*mail: hudn@hosdenar.gov.co







**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,  
tu salud,  
nuestro compromiso!**


<p>3. Certificación de Experiencia expedida por La Entidad o Empresa Contratante, en la cual deben encontrarse los datos requeridos en la presente solicitud simple de oferta.</p> <p>La certificación de experiencia se considera expedida bajo la gravedad del juramento y por tanto su contenido se desvirtúa con prueba en contrario.</p> <p>La relación del (los) contrato(s) con los que se pretende acreditar la experiencia debe realizarse digitalizando el formato 6.</p>			
---	--	--	--

**PROPUESTA No. 4**

**PROPONENTE: ADRIANA CHAVES DAVALOS**

ITEM	REQUISITO A VERIFICAR	CUMPL E	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																		
15	<p><b>EXPERIENCIA GENERAL:</b> La actividad económica del oferente deberá estar relacionada con el objeto del contrato a celebrarse y el tiempo por el cual ha ejercido su proveeduría después de haber adquirido la personería deberá ser igual o superior a cinco (05) años. La misma se corroborará con el certificado de existencia y representación y/o registro mercantil.</p>		X	Certificado de Existencia y Representación Legal no actualizado.																		
16	<p><b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA:</b> Acreditar cuatro (04) contratos cuyo objeto se relacione con el suministro de dispositivos médicos cuya cuantía sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial. Cada uno de los contratos aportados deberán estar codificados en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) (tercer nivel) con mínimo 8 de los siguientes códigos:</p> <table border="1" data-bbox="441 1096 892 1372"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>CODIGO UNSPSC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>42 13 17 00</td></tr> <tr><td>2</td><td>42 14 17 00</td></tr> <tr><td>3</td><td>42 14 24 00</td></tr> <tr><td>4</td><td>42 22 15 00</td></tr> <tr><td>5</td><td>42 23 16 00</td></tr> <tr><td>6</td><td>42 27 19 00</td></tr> <tr><td>7</td><td>42 29 16 00</td></tr> <tr><td>8</td><td>42 29 26 00</td></tr> </tbody> </table>	No.	CODIGO UNSPSC	1	42 13 17 00	2	42 14 17 00	3	42 14 24 00	4	42 22 15 00	5	42 23 16 00	6	42 27 19 00	7	42 29 16 00	8	42 29 26 00		X	NO ADJUNTA DOCUMENTOS NI FORMATOS DE EXPERIENCIA
No.	CODIGO UNSPSC																					
1	42 13 17 00																					
2	42 14 17 00																					
3	42 14 24 00																					
4	42 22 15 00																					
5	42 23 16 00																					
6	42 27 19 00																					
7	42 29 16 00																					
8	42 29 26 00																					

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Nariño  
 Conmutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
 www.hosdenar.gov.co \*mail: hudn@hosdenar.gov.co





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,  
tu salud,  
nuestro compromiso!**

9	42 29 31 00
10	42 29 34 00
11	42 29 45 00
12	42 29 49 00
13	42 29 55 00
14	42 29 59 00
15	42 31 16 00
16	42 31 19 00
17	42 31 20 00
18	42 31 22 00
19	51 13 18 00

En caso de uniones temporales o consorcios, cualquiera de los integrantes podrá acreditar la totalidad de los contratos de la experiencia requerida.

Los contratos serán verificados en el RUP, contrato suscrito, iniciado, ejecutado, terminado y liquidado.


La experiencia acreditada corresponde exactamente a la desarrollada por el oferente de manera directa, o como miembro de un consorcio unión temporal, o cualquier otra forma de asociación, se aceptará el valor de la experiencia afectada por el porcentaje de participación en la forma asociativa.

**Acreditación de la Experiencia específica:**

Los contratos antes mencionado deberá ser acreditado mediante la presentación de la siguiente documentación:

1. Copia del Contrato y
2. Acta de Liquidación o
3. Certificación de Experiencia expedida por La Entidad o Empresa Contratante, en la cual deben encontrarse los datos requeridos en la presente solicitud simple de oferta.

**CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Nariño**  
Commutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
[www.hosdenar.gov.co](http://www.hosdenar.gov.co) \*mail: [hudn@hosdenar.gov.co](mailto:hudn@hosdenar.gov.co)





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,  
tu salud,  
nuestro compromiso!**

<p>La certificación de experiencia se considera expedida bajo la gravedad del juramento y por tanto su contenido se desvirtúa con prueba en contrario.</p> <p>La relación del (los) contrato(s) con los que se pretende acreditar la experiencia debe realizarse digitalizando el formato 6.</p>			
--	--	--	--

<b>PROPUESTA No. 5</b>																						
<b>PROPONENTE: UCIPHARMA S.A.</b>																						
ITEM	REQUISITO A VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																		
15	<b>EXPERIENCIA GENERAL:</b> La actividad económica del oferente deberá estar relacionada con el objeto del contrato a celebrarse y el tiempo por el cual ha ejercido su proveeduría después de haber adquirido la personería deberá ser igual o superior a cinco (05) años. La misma se corroborará con el certificado de existencia y representación y/o registro mercantil.	X		La actividad económica se relaciona con el objeto del contrato.																		
16	<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA:</b> Acreditar cuatro (04) contratos cuyo objeto se relacione con el suministro de dispositivos médicos cuya cuantía sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial. Cada uno de los contratos aportados deberán estar codificados en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) (tercer nivel) con mínimo 8 de los siguientes códigos:		X	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">N RUP</th> <th style="width: 90%;">CODIGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>NO CUMPLE CON LOS 8 CODIGOS SOLICITADOS. ACREDITA 4 CODIGOS. NO ADJUNTA CONTRATO. NO CUMPLE CON LA CUANTIA SOLICITADA. LOS SALARIOS REGISTRADOS NO CORRESPONDEN A LO DETERMINADO EN LA CERTIFICACION.</td> </tr> <tr> <td>79</td> <td>NO CUMPLE CON LOS 8 CODIGOS SOLICITADOS. ACREDITA 3 CODIGOS. NO ADJUNTA CONTRATO</td> </tr> <tr> <td>96</td> <td>NO CUMPLE CON LOS 8 CODIGOS SOLICITADOS. ACREDITA 5 CODIGOS. NO ADJUNTA CONTRATO. NO CUMPLE CON LA</td> </tr> </tbody> </table>	N RUP	CODIGO	15	NO CUMPLE CON LOS 8 CODIGOS SOLICITADOS. ACREDITA 4 CODIGOS. NO ADJUNTA CONTRATO. NO CUMPLE CON LA CUANTIA SOLICITADA. LOS SALARIOS REGISTRADOS NO CORRESPONDEN A LO DETERMINADO EN LA CERTIFICACION.	79	NO CUMPLE CON LOS 8 CODIGOS SOLICITADOS. ACREDITA 3 CODIGOS. NO ADJUNTA CONTRATO	96	NO CUMPLE CON LOS 8 CODIGOS SOLICITADOS. ACREDITA 5 CODIGOS. NO ADJUNTA CONTRATO. NO CUMPLE CON LA										
N RUP	CODIGO																					
15	NO CUMPLE CON LOS 8 CODIGOS SOLICITADOS. ACREDITA 4 CODIGOS. NO ADJUNTA CONTRATO. NO CUMPLE CON LA CUANTIA SOLICITADA. LOS SALARIOS REGISTRADOS NO CORRESPONDEN A LO DETERMINADO EN LA CERTIFICACION.																					
79	NO CUMPLE CON LOS 8 CODIGOS SOLICITADOS. ACREDITA 3 CODIGOS. NO ADJUNTA CONTRATO																					
96	NO CUMPLE CON LOS 8 CODIGOS SOLICITADOS. ACREDITA 5 CODIGOS. NO ADJUNTA CONTRATO. NO CUMPLE CON LA																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">No.</th> <th style="width: 85%;">CODIGO UNSPSC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>42 13 17 00</td></tr> <tr><td>2</td><td>42 14 17 00</td></tr> <tr><td>3</td><td>42 14 24 00</td></tr> <tr><td>4</td><td>42 22 15 00</td></tr> <tr><td>5</td><td>42 23 16 00</td></tr> <tr><td>6</td><td>42 27 19 00</td></tr> <tr><td>7</td><td>42 29 16 00</td></tr> <tr><td>8</td><td>42 29 26 00</td></tr> </tbody> </table>	No.	CODIGO UNSPSC	1	42 13 17 00	2	42 14 17 00	3	42 14 24 00	4	42 22 15 00	5	42 23 16 00	6	42 27 19 00	7	42 29 16 00	8	42 29 26 00			
No.	CODIGO UNSPSC																					
1	42 13 17 00																					
2	42 14 17 00																					
3	42 14 24 00																					
4	42 22 15 00																					
5	42 23 16 00																					
6	42 27 19 00																					
7	42 29 16 00																					
8	42 29 26 00																					

**CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Nariño**  
 Conmutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
 www.hosdenar.gov.co \*mail: hudn@hosdenar.gov.co





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,  
tu salud,  
nuestro compromiso!**

9	42 29 31 00
10	42 29 34 00
11	42 29 45 00
12	42 29 49 00
13	42 29 55 00
14	42 29 59 00
15	42 31 16 00
16	42 31 19 00
17	42 31 20 00
18	42 31 22 00
19	51 13 18 00

En caso de uniones temporales o consorcios, cualquiera de los integrantes podrá acreditar la totalidad de los contratos de la experiencia requerida.

Los contratos serán verificados en el RUP, contrato suscrito, iniciado, ejecutado, terminado y liquidado.

La experiencia acreditada corresponde exactamente a la desarrollada por el oferente de manera directa, o como miembro de un consorcio unión temporal, o cualquier otra forma de asociación, se aceptará el valor de la experiencia afectada por el porcentaje de participación en la forma asociativa.


**Acreditación de la Experiencia específica:**

Los contratos antes mencionado deberá ser acreditado mediante la presentación de la siguiente documentación:

1. Copia del Contrato y
2. Acta de Liquidación o

	CUANTIA SOLICITADA. LOS SALARIOS REGISTRADOS NO CORRESPONDEN A LO DETERMINADO EN LA CERTIFICACION
111	NO CUMPLE CON LOS 8 CODIGOS SOLICITADOS. ACREDITA 3 CODIGOS. NO ADJUNTA CONTRATO. NO CUMPLE CON LA CUANTIA SOLICITADA.

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Nariño  
Commutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
www.hosdenar.gov.co \*mail: hudn@hosdenar.gov.co





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,  
tu salud,  
nuestro compromiso!**

<p>3. Certificación de Experiencia expedida por La Entidad o Empresa Contratante, en la cual deben encontrarse los datos requeridos en la presente solicitud simple de oferta.</p> <p>La certificación de experiencia se considera expedida bajo la gravedad del juramento y por tanto su contenido se desvirtúa con prueba en contrario.</p> <p>La relación del (los) contrato(s) con los que se pretende acreditar la experiencia debe realizarse digitalizando el formato 6.</p>				
---	--	--	--	--

PROPUESTA No. 6																						
PROPONENTE: YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA																						
ITEM	REQUISITO A VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																		
15	<b>EXPERIENCIA GENERAL:</b> La actividad económica del oferente deberá estar relacionada con el objeto del contrato a celebrarse y el tiempo por el cual ha ejercido su proveeduría después de haber adquirido la personería deberá ser igual o superior a cinco (05) años. La misma se corroborará con el certificado de existencia y representación y/o registro mercantil.	X		La actividad económica se relaciona con el objeto del contrato.																		
16	<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA:</b> Acreditar cuatro (04) contratos cuyo objeto se relacione con el suministro de dispositivos médicos cuya cuantía sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial. Cada uno de los contratos aportados deberán estar codificados en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) (tercer nivel) con mínimo 8 de los siguientes códigos: <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>CODIGO UNSPSC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>42 13 17 00</td></tr> <tr><td>2</td><td>42 14 17 00</td></tr> <tr><td>3</td><td>42 14 24 00</td></tr> <tr><td>4</td><td>42 22 15 00</td></tr> <tr><td>5</td><td>42 23 16 00</td></tr> <tr><td>6</td><td>42 27 19 00</td></tr> <tr><td>7</td><td>42 29 16 00</td></tr> <tr><td>8</td><td>42 29 26 00</td></tr> </tbody> </table>	No.	CODIGO UNSPSC	1	42 13 17 00	2	42 14 17 00	3	42 14 24 00	4	42 22 15 00	5	42 23 16 00	6	42 27 19 00	7	42 29 16 00	8	42 29 26 00		X	Se adjuntan dos contratos no identificados en el formato con su respectivo número en el RUP, no cumplen con la cuantía solicitada.  El formato 6 no contiene los 4 contratos solicitados por la entidad.  Los contratos adjuntados no contienen la totalidad de sus folios.  El RUP se adjunta de manera incompleta le faltan varias hojas.
No.	CODIGO UNSPSC																					
1	42 13 17 00																					
2	42 14 17 00																					
3	42 14 24 00																					
4	42 22 15 00																					
5	42 23 16 00																					
6	42 27 19 00																					
7	42 29 16 00																					
8	42 29 26 00																					

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño  
 Conmutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
 www.hosdenar.gov.co \*mail: hudn@hosdenar.gov.co





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,  
tu salud,  
nuestro compromiso!**

9	42 29 31 00
10	42 29 34 00
11	42 29 45 00
12	42 29 49 00
13	42 29 55 00
14	42 29 59 00
15	42 31 16 00
16	42 31 19 00
17	42 31 20 00
18	42 31 22 00
19	51 13 18 00

En caso de uniones temporales o consorcios, cualquiera de los integrantes podrá acreditar la totalidad de los contratos de la experiencia requerida.

Los contratos serán verificados en el RUP, contrato suscrito, iniciado, ejecutado, terminado y liquidado.

La experiencia acreditada corresponde exactamente a la desarrollada por el oferente de manera directa, o como miembro de un consorcio unión temporal, o cualquier otra forma de asociación, se aceptará el valor de la experiencia afectada por el porcentaje de participación en la forma asociativa.

**Acreditación de la Experiencia específica:**

Los contratos antes mencionado deberá ser acreditado mediante la presentación de la siguiente documentación:

1. Copia del Contrato y
2. Acta de Liquidación o
3. Certificación de Experiencia expedida por La Entidad o Empresa Contratante, en la cual deben encontrarse los datos requeridos en la presente solicitud simple de oferta.

**CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Nariño**  
Conmutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
[www.hosdenar.gov.co](http://www.hosdenar.gov.co) \*mail: [hudn@hosdenar.gov.co](mailto:hudn@hosdenar.gov.co)





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,  
tu salud,  
nuestro compromiso!**

	<p>La certificación de experiencia se considera expedida bajo la gravedad del juramento y por tanto su contenido se desvirtúa con prueba en contrario.</p> <p>La relación del (los) contrato(s) con los que se pretende acreditar la experiencia debe realizarse digitalizando el formato 6.</p>			
--	--	--	--	--


**CONSOLIDADO EXPERIENCIA HABILITANTE**

No.	NOMBRES	RESULTADO VERIFICACIÓN EXPERIENCIA
01	COBO MEDICAL S.A.S.	NO CUMPLE
02	UNION TEMPORAL SOLUMED PASTO	NO CUMPLE
03	B BRAUN MEDICAL S.A.	NO CUMPLE
04	ADRIANA CHAVES DAVALOS	NO CUMPLE
05	UCIPHARMA S.A	NO CUMPLE
06	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	NO CUMPLE

*Patricia Lopez*  
**PATRICIA NATHALY LOPEZ VALLEJO**  
 Instrumentadora Quirúrgica  
 Contratista Servicio Farmacéutico

*Tomás Valencia*  
**TOMÁS VALENCIA**  
 Profesional Especializado Servicio Farmacéutico

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Nariño  
 Conmutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
 www.hosdenar.gov.co \*mail: hudn@hosdenar.gov.co



**Evaluación Técnica proceso Solicitud Simple de Oferta 014-S.S.O.2021- Fecha: 23/07/2021**

ITEM	Codigos UNSPSC	Descripcion de la necesidad	Producto cotizado	Oferente	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Estado del registro sanitario	Producto corresponde con lo solicitado	Resultado de la evaluación técnica	Observaciones
26	51131810	HEMOSTATICO DE CELULOSA OXIDADA FIBRILAR 10*10- REF. 411963 (B2)	CELSTAT FIBRILAR 10 cm x 10 cm	UCI PHARMA	2015DM-0013998	Unidad	VIGENTE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA MARCA SOLICITADA ,
27	51131810	HEMOSTATICO SNOW (SURGICEL) 2.5*5.1 LAPAROSCOPIA- REF. 2091	CELSTAT KNITTED 35 cm x 5 cm	UCI PHARMA	2015DM-0013998	Unidad	VIGENTE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA MARCA SOLICITADA ,
110	42290000	FIJADOR DE MALLA X 25 TACKERS ABSORBIBLES	SORBAFIX LAP 30 TA	UCI PHARMA	2011DM-0008276	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	
115	42290000	MALLA COMPUESTA SEPARADORA DE TEJIDOS PARA CORRECCION DE DEFECTOS EN PARED ABDOMINAL 20X30 CM	SEPRAMESH™ IP COMPOSITE 8" X 12" (20.3 CM X 30.5 CM) RECTANGLE	UCI PHARMA	2011DM-0007349	Unidad	EN TRAMITE DE RENOVACION	CUMPLE	CUMPLE	
116	42290000	MALLA COMPUESTA SEPARADORA DE TEJIDOS PARA CORRECCION DE DEFECTOS EN PARED ABDOMINAL 25X37CM	SEPRAMESH™ IP COMPOSITE 12" X 14" (30.5 CM X 35.6CM) RECTANGLE	UCI PHARMA	2011DM-0007349	Unidad	EN TRAMITE DE RENOVACION	CUMPLE	CUMPLE	
117	42290000	MALLA COMPUESTA SEPARADORA DE TEJIDOS PARA CORRECCION DE DEFECTOS EN PARED ABDOMINAL 10.2 CM X 15.2 CM	VENTRALIGHT™ ST MESH 4" X 6" (10.2CM X 15.2CM) ELLIPSE	UCI PHARMA	2011DM-0007349	Unidad	EN TRAMITE DE RENOVACION	CUMPLE	CUMPLE	
118	42290000	MALLA COMPUESTA SEPARADORA DE TEJIDOS PARA CORRECCION DE DEFECTOS EN PARED ABDOMINAL 30.5 X 30.5 CM	SEPRAMESH™ IP COMPOSITE 12" X 14" (30.5 CM X 35.6CM) RECTANGLE	UCI PHARMA	2011DM-0007349	Unidad	EN TRAMITE DE RENOVACION	CUMPLE	CUMPLE	
119	42290000	MALLA COMPUESTA SEPARADORA DE TEJIDOS PARA CORRECCION DE DEFECTOS EN PARED ABDOMINAL 15X15CM	VENTRALIGHT™ ST MESH 6" X 8" (15.2CM X 20.3CM) ELLIPSE	UCI PHARMA	2011DM-0007349	Unidad	EN TRAMITE DE RENOVACION	CUMPLE	CUMPLE	
120	42290000	MALLA DE POLIPROPILENO Y/O PROLENE 15 X 15CM	BARD® MESH 6" X 6" (15CM X 15CM)	UCI PHARMA	2021DM-0007350-R1	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	
121	42290000	MALLA DE BAJA DENSIDAD DE 30 X 30CM	BARD® SOFT MESH 12" X 12" (30.5CM X 30.5CM)	UCI PHARMA	2021DM-0007350-R1	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	
122	42290000	MALLA DE BAJA DENSIDAD 10 X 15CM	BARD® SOFT MESH 4" X 6" (10CM X 15CM)	UCI PHARMA	2021DM-0007350-R1	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	
123	42290000	MALLA DE BAJA DENSIDAD 15 X 15CM	BARD® SOFT MESH 6" X 6" (15CM X 15CM)	UCI PHARMA	2021DM-0007350-R1	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	
124	42290000	MALLA DE BAJA DENSIDAD 6 X 11CM	BARD® SOFT MESH 3" X 6" (7.5CM X 15CM)	UCI PHARMA	2021DM-0007350-R1	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	
139	42293100	RETRACTOR_ALEXIS_DE_256_CM	RETRACTOR ALEXIS RIGID 2.5-6cm	UCI PHARMA	2007DM-0001166-R1	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	
140	42293100	RETRACTOR ALEXIS 2-4cm	RETRACTOR ALEXIS XS	UCI PHARMA	2007DM-0001166-R1	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	
141	42293100	RETRACTOR ALEXIS DE 5-9 cm	RETRACTOR ALEXIS RIGIDO DE 5-9 cm	UCI PHARMA	2007DM-0001166-R1	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	
142	42293100	RETRACTOR ALEXIS DE 9-14 cm	RETRACTOR ALEXIS RIGID 9-14cm	UCI PHARMA	2007DM-0001166-R1	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	

ITEM	Códigos UNSPSC	Descripción de la necesidad	Producto cotizado	Oferente	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Estado del registro sanitario	Producto corresponde con lo solicitado	Resultado de la evaluación técnica	Observaciones
19	42320000	CLIP EN TITANIO GRANDE LT400 CLIPS PARA LIGADURA DE VASOS SANGUINEOS Y ORGANOS HUECOS Y PARA LA MARCACION DE ESTRUCTURAS ANATOMICAS TAMAÑO LARGO UTILIZADOS EN CIRUGIA GENERAL CON CLIPADORAS DE REFERENCIA ETHICON ENDOSURGERY 1411FQGA10219008-ETHICON ENDOSURGERY REF EL314	LIGACLIP LT400 TITANIO GRANDE	COBO MEDICAL		Unidad		CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUENTA CON LSO SOPORTES DE FICHA TECNICA NI REGISTRO SANITARIO
20	42320000	CUCHILLA DESECHABLE INHALAMBRICA CLIPPER REF. 9680 REF 4406	CUCHILLA DESECHABLE CLIPPER 9680(C)x50)	COBO MEDICAL	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA SEGUN RADICADO No 2014107336	Unidad	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	
22	42221500	DRENAJE DE SILICONA BLAKE 10FR SIN HUB	TUBO DRENAJE 10FR BLAKE (Cx10UND) R.2226	COBO MEDICAL	2013DM-0001488-R1	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	
24	42320000	EXOvac - CIRUDREM DE 1/4 (SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDAS)	EXOvac (6.4MM)1/4 REF 1002	COBO MEDICAL	2012DM-0001425-R1	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	
25	42271718	EXOvac - CIRUDREM DE 1/8 (SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDAS)	EXOvac (3.2MM)1/8 REF 1000	COBO MEDICAL	2012DM-0001425-R1	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	
26	51131810	HEMOSTATICO DE CELULOSA OXIDADA FIBRILAR 10*10- REF. 411963 (B2)	SURGICEL 4X4 411963 FIBRILAR	COBO MEDICAL	2011DM-0008124	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	
27	51131810	HEMOSTATICO SNOW (SURGICEL) 2.5*5.1 LAPAROSCOPIA- REF. 2091	SURGICEL 1X2 2091 SNOW Cx10	COBO MEDICAL	2011DM-0008124	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	
33	42320000	PLACA DE ELECTROBISTURI PEDIATRICA CON CABLE 12cm * 9.5cm REF. E7510-25-(B2)	PLACA DIVIDIDA 9165 CON CABLE S.REM	COBO MEDICAL	2016DM-0015323	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	
34	42320000	PLACA DE ELECTROBISTURIA ADULTO REF GBS-DB (1031ac)	PLACA DIVIDIDA 9165 CON CABLE S.REM	COBO MEDICAL	2016DM-0015323	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	
40	42311602	SOBRE CERA PARA HUESOS Ref- W31G(ETHICON)	CERA Para HUESO ( SOBRE ) W 13	COBO MEDICAL	2016DM-0000128-R2	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
43	51131810	SPONGOSTAND STANDARD 7*5*1cm - Ref. MS0002 -	SPONGOSTAN STANDARD (CJX20) REF.MS0002	COBO MEDICAL	2021DM-0004682	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	
45	42312201	SUTURA DE ACERO QUIRURGICO 5ccs -Ref- 653G-	ACERO QUIRURGICO 5(CCS)4x45CM(Cx12)M653G	COBO MEDICAL	2011DM-000275	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
46	42312201	SUTURA DE CATGUT CROMADO 0 - HR 37s Ref. B0560979 o 812T	CATGUT CROMADO 0(CT1)70CM 812T	COBO MEDICAL	2016DM-0000279 R4	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
47	42312201	SUTURA DE CATGUT CROMADO 1 - HR37s Ref. B0565121o 925T	CATGUT CROMADO 1(CT1)90CM 925T	COBO MEDICAL	2016DM-0000279 R4	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
48	42312201	SUTURA DE CATGUT CROMADO 2/0 HR-37s-B0565105 - Ref-923T - GS-21 90 CM- CG923	CATGUT CROMADO 2 0(CT1)90CM 923T	COBO MEDICAL	2016DM-0000279 R4	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
49	42312201	SUTURA DE CATGUT CROMADO 3/0 Ref-HR 26 o G122T- (B2)	CATGUT CROMADO 3 0(SH)70CM G122T	COBO MEDICAL	2016DM-0000279 R4	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
51	42312201	SUTURA DE NYLON 10/0 TG 140-8 X 15cm REF. 7618	ETHILON 10 0(TG140 8)15CM 7618G	COBO MEDICAL	2016DM-0000279 R4	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
53	42312201	SUTURA DE NYLON 8/0 Ref-2808 o REF. SE6480-13N-	ETHILON 8 0(BV130 5)13CM W2808	COBO MEDICAL	2016DM-0000279 R4	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
56	42312201	SUTURA DE POLIESTER 0 - CT1-75cm- Ref - B424H-	SEDA PERM 0(CT1)75CM 424H	COBO MEDICAL	2018DM-0000908-R3	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
57	42312201	SUTURA DE POLIESTER 0 CT-2-Ref-B412H-	ETHIBOND 0(CT2)75CM B412H	COBO MEDICAL	2018DM-0000908-R3	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
58	42312201	SUTURA DE POLIESTER 1- CT1-75cm-Ref-X425H - Ref. C0026748-	ETHIBOND 1(CT1)1X75CM X425H	COBO MEDICAL	2018DM-0000908-R3	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
59	42312201	SUTURA DE POLIESTER 2/0 (2SH)Ref. BP523T- 90CM	ETHIBOND 2 0(2 SH)90CM B523T	COBO MEDICAL	2018DM-0000908-R3	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
60	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 0 Ref-346H-	VICRYL 0 (CT1) 90CM J346H	COBO MEDICAL	2018DM-0000908-R3	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	



ITEM	Codigos UNSPSC	Descripcion de la necesidad	Producto cotizado	Oferente	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Estado del registro sanitario	Producto corresponde con lo solicitado	Resultado de la evaluación técnica	Observaciones
61	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 1 Ref-347H-	VICRYL 1 (CT1) 90CM J347H	COBO MEDICAL	2018DM-0000908-R3	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
62	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 1- Ref-J341H-	VICRYL 1(CT1)70CM J341H	COBO MEDICAL	2018DM-0000908-R3	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
63	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 2/0 Ref-317H-	VICRYL 2 0(SH1)70CM J317H	COBO MEDICAL	2018DM-0000908-R3	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
64	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 2/0 Ref-J345H-	VICRYL 2 0 (CT1) 90CM REF.J345H	COBO MEDICAL	2018DM-0000908-R3	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
65	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 2/0-Ref-339H-	VICRYL 2 0(CT1)70CM J339H	COBO MEDICAL	2018DM-0000908-R3	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
66	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 3/0 Ref-311H-	VICRYL 3 0 (SH1) 70CM J311H	COBO MEDICAL	2018DM-0000908-R3	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
67	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 4/0 Ref-J122 H-	VICRYL 4 0(SC20)70CM J122H	COBO MEDICAL	2018DM-0000908-R3	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
68	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 4/0-Ref-304H-	VICRYL 4 0(RB1)70CM J304H	COBO MEDICAL	2018DM-0000908-R3	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
69	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 5/0 Ref-JP493G-	VICRYL 5 0(P3P)45CM JP493G	COBO MEDICAL	2018DM-0000908-R3	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
70	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 5/0-Ref-J303H-	VICRYL 5 0(RB1)70CM J303H	COBO MEDICAL	2018DM-0000908-R3	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
71	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 6/0 Ref-J570G-	VICRYL 6 0(2 S14)45CM J570G	COBO MEDICAL	2018DM-0000908-R3	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
73	42312201	SUTURA DE POLIGLECAPRONE -0- MCP346 (MONOCRYL PLUS)- (B2)	MONOCRYL 0 PLUS(VLT 1)90CM MCP346H	COBO MEDICAL	2017DM-0000529-R1	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
74	42312201	SUTURA DE POLIGLECAPRONE 3/0 MCP316 (MONOCRYL PLUS)-	MONOCRYL 3 0 PLUS(VLT 1)70CM MCP316H	COBO MEDICAL	2017DM-0000529-R1	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
75	42312201	SUTURA DE POLIGLECAPRONE 3/0 MCP427H (MONOCRYL PLUS)-	MONOCRYL 3 0 PLUS(P52 P)70CM MCP427H	COBO MEDICAL	2017DM-0000529-R1	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
77	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 0 Ref-P8424T-	PROLENE 0(CT1)75CM 8424T	COBO MEDICAL	2018DM-0000847-R	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
78	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 1 Ref-8425H-	PROLENE 1(CT1)75CM 8425H	COBO MEDICAL	2018DM-0000847-R	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
79	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 2/0-CT2-Ref-P8411T-	PROLENE 2 0(CT2)75CM 8411T	COBO MEDICAL	2018DM-0000847-R	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
80	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 2/0-Ref-8423T-	PROLENE 2 0(CT1)75CM 8423T	COBO MEDICAL	2018DM-0000847-R	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
81	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 3/0- Ref. 8522T(cardiovascular)-	PROLENE 3 0(2SH)90CM 8522T	COBO MEDICAL	2018DM-0000847-R	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
82	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 3/0 Ref-P8663T-	PROLENE 3 0(P51P)45CM P8663T	COBO MEDICAL	2018DM-0000847-R	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
83	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 4/0 Ref-9557T(cardiovascular)-	PROLENE 4 0(2RB1)75CM 9557T	COBO MEDICAL	2018DM-0000847-R	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
84	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 4/0- Ref-P8682T-	PROLENE 4 0(P52P)45CM P8682T	COBO MEDICAL	2018DM-0000847-R	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
85	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 5/0 Ref-8686T(p.plástica)-	PROLENE 5 0(P52P)45CM P8686T	COBO MEDICAL	2018DM-0000847-R	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
86	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 5/0 Ref-9556T(cardiovascular)-	PROLENE 5 0(2RB1)75CM 9556T	COBO MEDICAL	2018DM-0000847-R	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
88	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 6/0-Ref-8805T(cardiovascular)-	PROLENE 6 0(2BV1)60CM M8805T	COBO MEDICAL	2018DM-0000847-R	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
89	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 6/0-Ref-P8697T-	PROLENE 6 0(P1P)45CM P8697T	COBO MEDICAL	2018DM-0000847-R	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
90	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 7/0(2-BV1 DE 60cm) Ref. M8702T-	PROLENE 7 0(2BV1)60CM M8702T	COBO MEDICAL	2018DM-0000847-R	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	

ITEM	Codigos UNSPSC	Descripcion de la necesidad	Producto cotizado	Oferente	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Estado del registro sanitario	Producto corresponde con lo solicitado	Resultado de la evaluación técnica	Observaciones
91	42312201	SUTURA DE POLYDIOXANONE 3/0 - PDS PLUS ANTIBACTERIAL Ref. PDP316H- (Aguja SH x 70cm)	PDS II 3 0 PLUS(SH)70CM PDP316H	COBO MEDICAL	2019DM-0001873-R1	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
92	42312201	SUTURA DE POLYDIOXANONE 4/0 - PDS PLUS ANTIBACTERIAL Ref.PDP315H- (Aguja SH x 70cm)	PDS II 4 0 PLUS(SH)70CM PDP315H	COBO MEDICAL	2019DM-0001873-R1	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
95	42312201	SUTURA DE SEDA NEGRA 2/0 - Ref.185T-	SEDA PERM 2 0(SC26)45CM 185T	COBO MEDICAL	2011DM-0000231-R1	Unidad	EN TRAMITE DE RENOVACION	SI	CUMPLE	
97	42312201	SUTURA DE SEDA NEGRA 2/0 AGUJA RECTA Ref-G560- C0762660	SEDA PERM 2 0(KS)75CM 623H	COBO MEDICAL	2011DM-0000231-R1	Unidad	EN TRAMITE DE RENOVACION	SI	CUMPLE	
99	42312201	SUTURA DE SEDA NEGRA 3/0-Ref- 832 H(CILINDRICA 1/2-26mm)- (B2)	SEDA PERM 3 0(SH)75CM K832H	COBO MEDICAL	2011DM-0000231-R1	Unidad	EN TRAMITE DE RENOVACION	SI	CUMPLE	
102	42312201	SUTURA DE SEDA TRENZADA 2/0-10*75-Ref-SA85T o Ref. B0260012(75cm)-	SEDA PERM 2 0(10)75CM SA85T	COBO MEDICAL	2011DM-0000231-R1	Unidad	EN TRAMITE DE RENOVACION	SI	CUMPLE	
103	42312201	SUTURA POLI GLACTINA 910 -2/0 REF. VR945 (VICRYL *RAPID)(B2)	VICRYL RAPIDE 2 0(CT1)90CM VR945G	COBO MEDICAL	2018DM-0000908-R3	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
104	42312201	SUTURA POLYDIOXANONE PDS 1 PLUS ANTIBACTERIAL XLH. 120mm - REF. PDP881G O X4878(B2)	PDS 1 PLUS LOOP(XLH)120CM PDP881G	COBO MEDICAL	2014DM-0011077	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
105	42312201	SUTURA POLYDIOXANONE PDS 2/0 PLUS(SH) ANTIBACTERIAL- Ref. PDP317H-70cm	PDS II 2 0 PLUS(SH)70CM PDP317H	COBO MEDICAL	2014DM-0011077	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
106	42312201	SUTURA SINTETICA DE ANCLA EN ESPIRAL DE 360°-STRATAFIX 1-0 REF. SXP2B401	STRATAFIX PDO I(14X14CM)CT 1 SXP2B401	COBO MEDICAL	2014DM-0011077	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
109	42290000	CAMPO DE INCISION CON ANTIMICROBIANO 56cm*45cm	IOBAN 6650(56x45CM)(CJx10)	COBO MEDICAL	2020DM-0004682-R1	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	
110	42290000	FIJADOR DE MALLA X 25 TACKERS ABSORBIBLES	SECURESTRAP REF. STRAP25	COBO MEDICAL	2011DM-0008207	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	
111	42290000	GRAPADORA CIRCULAR SET COMPLETO (21, 25, 28 o 29, 31, 33mm)	GRAPADORA CDH21A CIRCULAR 21MM PROXIMATE	COBO MEDICAL	20007DM-0000699-R1	UNIDAD		CUMPLE	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL PRODUCTO COTIZADO
			GRAPADORA CDH25A CIRCULAR 25MM PROXIMATE	COBO MEDICAL	20007DM-0000699-R1	UNIDAD		CUMPLE	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL PRODUCTO COTIZADO
			GRAPADORA CDH29A CIRCULAR 29MM PROXIMATE	COBO MEDICAL	20007DM-0000699-R1	UNIDAD		CUMPLE	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL PRODUCTO COTIZADO
			GRAPADORA CDH33A CIRCULAR 33MM PROXIMATE	COBO MEDICAL	20007DM-0000699-R1	UNIDAD		CUMPLE	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL PRODUCTO COTIZADO
112	42290000	GRAPADORA PARA RESECCION ANTERIOR BAJA DE RECTO 40mm (CURVA)	GRAPADORA CS40G CURVA 40MM CONTOUR	COBO MEDICAL	2016DM-0000131-R1	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	
		RECARGA PARA GRAPADORA DE RESECCION ANTERIOR BAJA DE RECTO 40mm	RECARGA CR40G P/GRAPADORA CS40G	COBO MEDICAL	2016DM-0000131-R1	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	
113	42290000	GRAPADORA PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA DE 60mm	GRAPADORA PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA DE 60mm	COBO MEDICAL	2016DM-0000131-R1	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	
		RECARGA DE GRAPADORA ENDOSCOPICA 60mm TEJIDO MEDIO	RECARGA ECR60B P/GRAPADORA EC60	COBO MEDICAL	2016DM-0000131-R1	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	



ITEM	Codigos UNSPSC	Descripcion de la necesidad	Producto cotizado	Oferente	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Estado del registro sanitario	Producto corresponde con lo solicitado	Resultado de la evaluación técnica	Observaciones
114	42290000	GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75mm	GRAPADORA NTL75 LINEAL 75MM CORT.	COBO MEDICAL	2016DM-0000131-R1	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	
	42290000	RECARGA PARA GRAPADORA LINEAL 75mm	RECARGA SR75 P/GRAPADORA NTL75	COBO MEDICAL	2016DM-0000131-R1	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	
120	42290000	MALLA DE POLIPROPILENO Y/O PROLENE 15 X 15CM	MALLA PROLENE(15X15CM) PMH1	COBO MEDICAL	2014DM-000768-R3	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	
128	42290000	TIJERA ENSEAL SUPER JAW REF. NSLX120L (EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA PROPIEDAD DEL HOSPITAL)	TIJERA ENSEAL SUPER JAW NSLX120L	COBO MEDICAL	2020DM-0004339-R1	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	
129	42290000	TIJERA ENSEAL LAPAROSCOPICA REF. NSLG2C35A (EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA PROPIEDAD DEL HOSPITAL)	TIJERA ENSEAL 35 NSLG2C35A	COBO MEDICAL	2020DM-0004339-R1	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	
130	42290000	TIJERA ARMONICO FOCUS 9CM REF. HAR9F (EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA PROPIEDAD DEL HOSPITAL)	TIJERA HAR9F ARMONICO FOCUS 9CM	COBO MEDICAL	2012DM-0008445	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	
33	42320000	PLACA DE ELECTROBISTURIA PEDIATRICA CON CABLE 12cm * 9.5cm REF. E7510-25-(B2)	Placa De Retorno Tipo Rem Pediatrica	SOLUMED		Unidad			NO CUMPLE	NO ENVIAN DOCUMENTOS SOLICITADOS
34	42320000	PLACA DE ELECTROBISTURIA ADULTO REF GBS-DB (1031ac)	Placa De Retorno Adulto Tipo Rem	SOLUMED		Unidad			NO CUMPLE	NO ENVIAN DOCUMENTOS SOLICITADOS
40	42311602	SOBRE CERA PARA HUESOS Ref- W31G(ETHICON)	CERA OSEA Forma cuadrada 2,5g	SOLUMED		Unidad			NO CUMPLE	NO ENVIAN DOCUMENTOS SOLICITADOS
45	42312201	SUTURA DE ACERO QUIRURGICO 5ccs -Ref- 653G-	STEEL MONO 4X18 DT20 05/KV-40	SOLUMED	2007DM-0000559	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
46	42312201	SUTURA DE CATGUT CROMADO 0 - HR 37s Ref. B0560979 o 812T	CATGUT CROMADO 0 GS-21 90 CM	SOLUMED	2011DM-0000833-R1	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
47	42312201	SUTURA DE CATGUT CROMADO 1 - HR37s Ref. B0565121o 925T	CATGUT CROMADO 1 GS-21 90 CM	SOLUMED	2011DM-0000833-R1	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
48	42312201	SUTURA DE CATGUT CROMADO 2/0 HR-37s-B0565105 - Ref-923T - GS-21 90 CM- CG923	CATGUT CROMADO 2/0 GS-21 90 CM	SOLUMED	2011DM-0000833-R1	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
49	42312201	SUTURA DE CATGUT CROMADO 3/0 Ref-HR 26 o G122T- (B2)	CATGUT CROMADO 3/0 V-20 75 CM	SOLUMED	2011DM-0000833-R1	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
50	42312201	SUTURA DE CATGUT CROMADO 4/0-Ref-HR17 o U203T Ref. B0560146- (B2)	CATGUT CROMADO 4/0 CV-23 75 CM	SOLUMED	2011DM-0000833-R1	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
51	42312201	SUTURA DE NYLON 10/0 TG 140-8 X 15cm REF. 7618	NYLON 10-0 2XDLZ 30CM	SOLUMED	2016DM-0000220-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
52	42312201	SUTURA DE NYLON 10/0 (38mm-3/8C-13cm) Ref-W2870 BV75-3	NYLON 10/0 DR5,0 13 CM	SOLUMED	2016DM-0000220-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
53	42312201	SUTURA DE NYLON 8/0 Ref-2808 o REF. SE6480-13N-	NYLON 8-0 DR 6.5 13CM	SOLUMED	2016DM-0000220-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
54	42312201	SUTURA DE NYLON 9/0 (2TG1408) Ref. G1118773 o Ref-7717G	NYLON 9-0 2XDLZ 30CM	SOLUMED	2016DM-0000220-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
55	42312201	SUTURA DE NYLON 9/0 Ref-W2813-	NYLON 9/0 DR6,5 13 CM	SOLUMED	2016DM-0000220-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
56	42312201	SUTURA DE POLIESTER 0 - CT1-75cm- Ref-B424H-	TICRON 0 GS-21 75 CM	SOLUMED	2017DM-0000391-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
57	42312201	SUTURA DE POLIESTER 0 CT-2-Ref-B412H-	TICRON 0 GS-22 75 CM	SOLUMED	2017DM-0000391-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
58	42312201	SUTURA DE POLIESTER 1- CT1-75cm-Ref-X425H - Ref. C0026748-	NO MANEJAMOS HOMOLOGO	SOLUMED	2017DM-0000391-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
59	42312201	SUTURA DE POLIESTER 2/0 (2SH)Ref. BP523T- 90CM	TICRON 2/0 DA CV305 90CM	SOLUMED	2017DM-0000391-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
60	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 0 Ref-346H-	POLYSORB 0 GS-21 90 CM	SOLUMED	2016DM-0000260-R3	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
61	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 1 Ref-347H-	POLYSORB 1 GS-21 90 CM	SOLUMED	2016DM-0000260-R3	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
62	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 1- Ref-J341H-	POLYSORB 1 GS-21 75 CM	SOLUMED	2016DM-0000260-R3	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
63	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 2/0 Ref-317H-	POLYSORB 2/0 V-20 75 CM	SOLUMED	2016DM-0000260-R3	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital

ITEM	Codigos UNSPSC	Descripcion de la necesidad	Producto cotizado	Oferente	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Estado del registro sanitario	Producto corresponde con lo solicitado	Resultado de la evaluación técnica	Observaciones
64	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 2/0 Ref-J345H-	POLYSORB 2/0 GS-21 90 CM	SOLUMED	2016DM-0000260-R3	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
65	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 2/0-Ref-339H-	POLYSORB 2/0 GS-21 75 CM	SOLUMED	2016DM-0000260-R3	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
66	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 3/0 Ref-311H-	POLYSORB 3/0 CV-25 75 CM	SOLUMED	2016DM-0000260-R3	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
67	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 4/0 Ref-J122 H-	POLYSORB 4/0 C- 13 75 CM	SOLUMED	2016DM-0000260-R3	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
68	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 4/0-Ref-304H-	POLYSORB 4/0 CVF-23 75 CM	SOLUMED	2016DM-0000260-R3	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
69	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 5/0 Ref-JP493G-	POLYSORB 5/0 P-13 45 CM	SOLUMED	2016DM-0000260-R3	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
70	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 5/0-Ref-J303H-	POLYSORB 5/0 CV-23 75 CM	SOLUMED	2016DM-0000260-R3	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
71	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 6/0 Ref-J570G-	POLYSORB 6/0 P-10 45 CM	SOLUMED	2016DM-0000260-R3	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
72	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 7/0 (2-TG140-8) Ref-J546-45cm	NO MANEJAMOS HOMOLOGO	SOLUMED	2016DM-0000260-R3	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
73	42312201	SUTURA DE POLIGLECAPRONE -0- MCP346 (MONOCRYL PLUS)- (B2)	BIOSYN 0 GS-21 90 CM VIOLET	SOLUMED	2016DM-0015518	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
74	42312201	SUTURA DE POLIGLECAPRONE 3/0 MCP316 (MONOCRYL PLUS)-	BIOSYN 3/0 V-20 70 CM	SOLUMED	2020DM-0021579	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
75	42312201	SUTURA DE POLIGLECAPRONE 3/0 MCP427H (MONOCRYL PLUS)-	CAPROSYN™ 3-0 UNDYED 1X30/75CM P-12 X12 (SM5638)	SOLUMED	2020DM-0021579	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
76	42312201	SUTURA DE POLIGLECAPRONE 4/0 MCP426H (MONOCRYL PLUS)-	CAPROSYN™ 4-0 UNDYED 1X30/75CM P-12 X12 (SM5627)	SOLUMED	2020DM-0021579	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
77	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 0 Ref-P8424T-	SURGIPRO 0 GS-21 75 CM	SOLUMED	2016DM-0000156-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
78	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 1 Ref-8425H-	SURGIPRO 1 GS-21 75 CM	SOLUMED	2016DM-0000156-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
79	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 2/0-CT2-Ref-P8411T-	SURGIPRO 2/0 GS-22 75 CM	SOLUMED	2016DM-0000156-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
80	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 2/0-Ref-8423T-	SURGIPRO 2/0 GS-21 75 CM	SOLUMED	2016DM-0000156-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
81	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 3/0- Ref. 8522T(cardiovascular)-	SURGIPRO 3/0 DA V-20 90 CM	SOLUMED	2016DM-0000156-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
82	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 3/0 Ref-P8663T-	SURGIPRO 3/0 P-14 45 CM	SOLUMED	2016DM-0000156-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
83	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 4/0 Ref-9557T(cardiovascular)-	SURGIPRO 4/0 DA CV-23 90 CM	SOLUMED	2016DM-0000156-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
84	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 4/0- Ref-P8682T-	SURGIPRO 4/0 P-12 45 CM	SOLUMED	2016DM-0000156-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
85	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 5/0 Ref-8686T(p. plástica)-	SURGIPRO 5/0 P-12 45 CM	SOLUMED	2016DM-0000156-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
86	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 5/0 Ref-9556T(cardiovascular)-	SURGIPRO 5/0 DA CV-23 90 CM	SOLUMED	2016DM-0000156-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
87	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 5/0(SC16)-Ref-P8114T(SC16-3/8 - cortante 16mm-cuticular)45cm	SURGIPRO* 5-0 BLU 45CM P11 X36	SOLUMED	2016DM-0000156-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
88	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 6/0-Ref-8805T(cardiovascular)-	SURGIPRO 6/0 DA CV-1 60 CM	SOLUMED	2016DM-0000156-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
89	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 6/0-Ref-P8697T-	SURGIPRO 6/0 P-10 45 CM	SOLUMED	2016DM-0000156-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
90	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 7/0(2-BV1 DE 60cm) Ref. M8702T-	SURGIPRO 7/0 DA CVF-1 60 CM	SOLUMED	2016DM-0000156-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital

ITEM	Codigos UNSPSC	Descripcion de la necesidad	Producto cotizado	Oferente	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Estado del registro sanitario	Producto corresponde con lo solicitado	Resultado de la evaluación técnica	Observaciones
91	42312201	SUTURA DE POLYDIOXANONE 3/0 - PDS PLUS ANTIBACTERIAL Ref. PDP316H- (Aguja SH x 70cm)	MAXON 3/0 V-20 67 CM	SOLUMED	2017DM-0000450-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
92	42312201	SUTURA DE POLYDIOXANONE 4/0 - PDS PLUS ANTIBACTERIAL Ref.PDP315H- (Aguja SH x 70cm)	MAXON 4/0 T-5 67 CM	SOLUMED	2017DM-0000450-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
93	42312201	SUTURA DE SEDA NEGRA 0 Ref -B0760439-C0760193-424H(CT1)-	SOFILK 0 GS-21 75 CM	SOLUMED	2017DM-0000578-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
94	42312201	SUTURA DE SEDA NEGRA 1 Ref-835H(SH) o Ref. C0760447-	SOFILK 1 V-20 75 CM	SOLUMED	2017DM-0000578-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
95	42312201	SUTURA DE SEDA NEGRA 2/0 - Ref.185T-	SEDA 2/0 HR-25 75 CM (GS833)	SOLUMED	2017DM-0000578-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
96	42312201	SUTURA DE SEDA NEGRA 2/0 (Aguja Recta cortante) Ref-623H o C0760342 (Aguja KS - 60MM-long 75cm)-	SOFILK 2/0 SC- 2 75 CM	SOLUMED	2017DM-0000578-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
97	42312201	SUTURA DE SEDA NEGRA 2/0 AGUJA RECTA Ref-G560- C0762660	SOFILK 2/0 SC- 2 75 CM	SOLUMED	2017DM-0000578-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
98	42312201	SUTURA DE SEDA NEGRA 3/0 Ref- C0760191(HR26-75cm)(CILINDRICA 1/2-26mm)	SEDA 3/0 HR-25 45 CM (GS832)	SOLUMED	2017DM-0000578-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
99	42312201	SUTURA DE SEDA NEGRA 3/0-Ref- 832 H(CILINDRICA 1/2-26mm)- (B2)	SEDA 3/0 HR-25 45 CM (GS832)	SOLUMED	2017DM-0000578-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
100	42312201	SUTURA DE SEDA NEGRA 3/0-Ref-SA84T o Ref. B0260011(75cm)-	SEDA 3/0 PRECUT 10 HEBRAS (S304)	SOLUMED	2017DM-0000578-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
101	42312201	SUTURA DE SEDA TRENZADA 1-10*75cm-Ref-SA87T o B0260014-	SEDA 1 PRECUT 10 HEBRAS (S317)	SOLUMED	2017DM-0000578-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
102	42312201	SUTURA DE SEDA TRENZADA 2/0-10*75-Ref-SA85T o Ref. B0260012(75cm)-	SEDA 2/0 PRECUT 10 X 75 C (S305)	SOLUMED	2017DM-0000578-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
103	42312201	SUTURA POLI GLACTINA 910 -2/0 REF. VR945 (VICRYL *RAPID)(B2)	VELOSORB 2/0 GS-21 75 CM	SOLUMED	2016DM-0000260-R3	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
104	42312201	SUTURA POLYDIOXANONE PDS 1 PLUS ANTIBACTERIAL XLH. 120mm - REF. PDP881G O X4878(B2)	MAXON 1 GS-26 150 CM	SOLUMED	2016DM-0000260-R3	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
105	42312201	SUTURA POLYDIOXANONE PDS 2/0 PLUS(SH) ANTIBACTERIAL- Ref. PDP317H-70cm	MAXON 2/0 V-20	SOLUMED	2016DM-0000260-R3	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
106	42312201	SUTURA SINTETICA DE ANCLA EN ESPIRAL DE 360°-STRATAFIX 1-0 REF. SXP2B401	NO TENEMOS HOMOLOGO (V-LOC 180 0 GS-21 30 CM)	SOLUMED	2016DM-0000220-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
107	42312201	SUTURA SINTETICA DE ANCLA EN ESPIRAL DE 360°-STRATAFIX 2-0 REF. SXMBD1B406 x 20cm	V-LOC 180 2/0 V-20 30 CM	SOLUMED	2016DM-0000220-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital
108	42312201	SUTURA SINTETICA DE ANCLA EN ESPIRAL DE 360°-STRATAFIX 2-0 REF. SXP1B401 x 30cm	V-LOC 180 2/0 GS-21 30 C	SOLUMED	2016DM-0000220-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto que no corresponde al solicitado por el Hospital

ITEM	Códigos UNSPSC	Descripción de la necesidad	Producto cotizado	Oferente	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Estado del registro sanitario	Producto corresponde con lo solicitado	Resultado de la evaluación técnica	Observaciones
110	42290000	FIJADOR DE MALLA X 25 TACKERS ABSORBIBLES	SISTEMA DE FIJACION PARA MALLAS ABSORBIBLE (30 ABSORBATAK)	SOLUMED		Unidad			NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
111	42290000	GRAPADORA CIRCULAR SET COMPLETO (21, 25, 28 o 29, 31, 33mm)	Grapadora Circular EEA DST	SOLUMED		Unidad			NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
112	42290000	GRAPADORA PARA RESECCION ANTERIOR BAJA DE RECTO 40mm (CURVA)		SOLUMED		Unidad			NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
	42290000	RECARGA PARA GRAPADORA DE RESECCION ANTERIOR BAJA DE RECTO 40mm		SOLUMED		Unidad			NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
113	42290000	GRAPADORA PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA DE 60mm	Grapadora Endo Gia Universal XL	SOLUMED		Unidad			NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
	42290000	RECARGA DE GRAPADORA ENDOSCOPICA 60mm TEJIDO MEDIO	EndoGia 60mm Articulating Medium	SOLUMED		Unidad			NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
	42290000	RECARGA DE GRAPADORA ENDOSCOPICA 60mm VASCULAR	Recarga EndoGia 60mm Articulating Vascular	SOLUMED		Unidad			NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
	42290000	RECARGA DE GRAPADORA ENDOSCOPICA 60mm TEJIDO EXTRAGRUESO	EndoGia 60mm Articulating X-Tra Thick Reload	SOLUMED		Unidad			NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
114	42290000	GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75mm	Pistola Gia 80mmx4,8mm	SOLUMED		Unidad			NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
	42290000	RECARGA PARA GRAPADORA LINEAL 75mm	Recarga Gia 80mmx4,8mm	SOLUMED		Unidad			NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
115	42290000	MALLA COMPUESTA SEPARADORA DE TEJIDOS PARA CORRECCION DE DEFECTOS EN PARED ABDOMINAL 20X30 CM	SYMBOTEX COMPOSITE 30X20	SOLUMED		Unidad			NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA

ITEM	Codigos UNSPSC	Descripción de la necesidad	Producto cotizado	Oferente	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Estado del registro sanitario	Producto corresponde con lo solicitado	Resultado de la evaluación técnica	Observaciones
116	42290000	MALLA COMPUESTA SEPARADORA DE TEJIDOS PARA CORRECCION DE DEFECTOS EN PARED ABDOMINAL 25X37CM	SYMBOTEX COMPOSITE 37X28	SOLUMED		Unidad			NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA, PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
117	42290000	MALLA COMPUESTA SEPARADORA DE TEJIDOS PARA CORRECCION DE DEFECTOS EN PARED ABDOMINAL 10.2 CM X 15.2 CM	SYMBOTEX COMPOSITE 15X10	SOLUMED		Unidad			NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA, PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
118	42290000	MALLA COMPUESTA SEPARADORA DE TEJIDOS PARA CORRECCION DE DEFECTOS EN PARED ABDOMINAL 30.5 X 30.5 CM	SYMBOTEX COMPOSITE 37X28	SOLUMED		Unidad			NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA, PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
121	42290000	MALLA DE BAJA DENSIDAD DE 30 X 30CM	MALLA MACROPORO PARIETENE 30x30	SOLUMED		Unidad			NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA, PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
123	42290000	MALLA DE BAJA DENSIDAD 15 X 15CM	MALLA MACROPORO PARIETENE 15X15CM X 3	SOLUMED		Unidad			NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA, PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
126	42290000	PINZA LIGASURE MARYLAND JAW 5 X 37 MM LAPARASCOPIA REF 1737 (EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA PROPIEDAD DEL HOSPITAL)	Pinza Ligasure Maryland 37 cm Nano Coated™ (LF1737)	SOLUMED		Unidad			NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA, PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
128	42290000	TIJERA ENSEAL SUPER JAW REF. NSLX120L (EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA PROPIEDAD DEL HOSPITAL)	Pinza Ligasure Small Jaw	SOLUMED		Unidad			NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA, PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
130	42290000	TIJERA ARMONICO FOCUS 9CM REF. HAR9F (EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA PROPIEDAD DEL HOSPITAL)	Pinza Ligasure Small Jaw	SOLUMED		Unidad			NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA, PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
18	42320000	CLIP EN TITANIO PL568T CLIPS PARA LIGADURA DE VASOS SANGUINEOS Y ORGANOS HUECOS Y PARA LA MARCACIÓN DE ESTRUCTURAS ANATOMICAS UTILIZADOS EN CIRUGIA GENERAL CON CLIPADORAS DE REFERENCIA AESCULAP PL503 R	PL568T CLIP LIGADURA MED-GRAN.20CART.=120 UN.	BRAUN	2019dm-0004475-r1	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	
30	42320000	LAPIZ DESECHABLE CONTROL ELECTRICO (STANDARD)	GN211 MANGO USO UNICO P.ELECTRDS ESTERIL	BRAUN	2019EBC-0003479-R1	Unidad	VIGENTE	CUMPLE	CUMPLE	
40	42311602	SOBRE CERA PARA HUESOS Ref-W31G(ETHICON)	1029754 BONE WAX	BRAUN	2016DM-0000314-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado por el Hospital
43	51131810	SPONGOSTAND STANDARD 7*5*1cm - Ref. MS0002 -	1069152 LYOSTYPT 5 X 8 CM	BRAUN	2019DM-0004320-R1	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado por el Hospital
51	42312201	SUTURA DE NYLON 10/0 TG 140-8 X 15cm REF. 7618	G1118765 DAFILON BK 10/0(0,2)30CM 2XDLM6S 200 BLT	BRAUN	2004V-0002454	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
54	42312201	SUTURA DE NYLON 9/0 (2TG1408) Ref. G1118773 o Ref-7717G	G1118773 DAFILON BK 9/0(0,3)30CM 2XDLM6S 200M BLT	BRAUN	2004V-0002454	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
55	42312201	SUTURA DE NYLON 9/0 Ref-W2813-	G1118471 DAFILON BK 9/0 (0,3) 13CM PRM5 100MI BLT	BRAUN	2004V-0002454	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado

ITEM	Codigos UNSPSC	Descripción de la necesidad	Producto cotizado	Oferente	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Estado del registro sanitario	Producto corresponde con lo solicitado	Resultado de la evaluación técnica	Observaciones
56	42312201	SUTURA DE POLIESTER 0 - CT1-75cm- Ref- B424H-	C0026067 PREMICON GREEN 0 (3,5) 75CM HR37S(M)DDP	BRAUN	2011DM-0000118-R1	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
57	42312201	SUTURA DE POLIESTER 0 CT-2-Ref-B412H-	C0026050 PREMICON GREEN 0 (3,5) 75CM HR26SCVDDP	BRAUN	2011DM-0000118-R1	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
58	42312201	SUTURA DE POLIESTER 1- CT1-75cm-Ref-X425H - Ref. C0026748-	C0026068 PREMICON GREEN 1 (4) 75CM HR37S (M)DDP	BRAUN	2011DM-0000118-R1	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
59	42312201	SUTURA DE POLIESTER 2/0 (2SH)Ref. BP523T- 90CM	C0026868 PREMICON GREEN 2/0(3)90CM 2XHR26 (M)POW	BRAUN	2011DM-0000118-R1	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
60	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 0 Ref-346H-	C0068956 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR37S (M)DDP	BRAUN	2011DM-0008037	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
61	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 1 Ref-347H-	C0068597 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR37S (M) DDP	BRAUN	2011DM-0008037	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
62	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 1- Ref-J341H-	C0068097 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR37S (M) DDP	BRAUN	2011DM-0008037	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
63	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 2/0 Ref-317H-	C0068542 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR26 (M) DDP	BRAUN	2011DM-0008037	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
64	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 2/0 Ref-J345H-	C0068595 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR37S (M)DDP	BRAUN	2011DM-0008037	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
65	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 2/0-Ref-339H-	C0068095 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37S (M)DDP	BRAUN	2011DM-0008037	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
66	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 3/0 Ref-311H-	C0068030 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22 (M) DDP	BRAUN	2011DM-0008037	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
67	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 4/0 Ref-J122 H-	C0069420 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5)70CM DS19 (M)DDP	BRAUN	2011DM-0008037	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
68	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 4/0-Ref-304H-	C0068013 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5)70CM HR17 (M)DDP	BRAUN	2011DM-0008037	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
69	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 5/0 Ref-JP493G-	C0069207 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DS12 (M) DDP	BRAUN	2011DM-0008037	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
70	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 5/0-Ref-J303H-	C0068012 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17 (M) DDP	BRAUN	2011DM-0008037	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
77	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 0 Ref-P8424T-	C3090152 OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR37S (M) RCP	BRAUN	2016DM-0000297 R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
78	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 1 Ref-8425H-	C3090153 OPTILENE 1 (4) 75CM HR37S (M) RCP	BRAUN	2016DM-0000297 R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
79	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 2/0-CT2-Ref-P8411T-	C3090042 OPTILENE 2/0 (3) 75CM HR26 CV RCP	BRAUN	2016DM-0000297 R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
80	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 2/0-Ref-8423T-	C3090151 OPTILENE 2/0 (3) 75CM HR37S (M) RCP	BRAUN	2016DM-0000297 R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
81	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 3/0- Ref. 8522T(cardiovascular)-	C3090908 OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHR26 CV RCP	BRAUN	2016DM-0000297 R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
82	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 3/0 Ref-P8663T-	C3090235 OPTILENE 3/0 (2) 75CM DS24 (M) RCP	BRAUN	2016DM-0000297 R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
83	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 4/0 Ref-9557T(cardiovascular)-	C3090902 OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR17 CV RCP	BRAUN	2016DM-0000297 R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
84	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 4/0- Ref-P8682T-	C3090520 OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DS19 (M) RCP	BRAUN	2016DM-0000297 R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
85	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 5/0 Ref-8686T(p.plástica)-	C3090519 OPTILENE 5/0 (1) 75CM DS19 (M) RCP	BRAUN	2016DM-0000297 R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
86	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 5/0 Ref-9556T(cardiovascular)-	C3090501 OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHR17 CV RCP	BRAUN	2016DM-0000297 R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
87	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 5/0(SC16)-Ref-P8114T(SC16-3/8 - cortante 16mm-cuticular)45cm	C3090212 OPTILENE 5/0 (1) 45CM DS16 (M) RCP	BRAUN	2016DM-0000297 R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
88	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 6/0-Ref-8805T(cardiovascular)-	C3090915 OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR10 CV RCP	BRAUN	2016DM-0000297 R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
89	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 6/0-Ref-P8697T-	C3090206 OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DS12 (M) RCP	BRAUN	2016DM-0000297 R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
94	42312201	SUTURA DE SEDA NEGRA 1 Ref-835H(SH) o Ref. C0760447-	C0760447 SILKAM BLACK 1 (4) 75CM HR26 DDP	BRAUN	2016DM-0000297 R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
95	42312201	SUTURA DE SEDA NEGRA 2/0 - Ref.185T-	C0762369 SILKAM BLACK 2/0 (3) 75CM DS24 DDP	BRAUN	2016DM-0000297 R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado

ITEM	Codigos UNSPSC	Descripcion de la necesidad	Producto cotizado	Oferente	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Estado del registro sanitario	Producto corresponde con lo solicitado	Resultado de la evaluación técnica	Observaciones
96	42312201	SUTURA DE SEDA NEGRA 2/0 (Aguja Recta cortante) Ref-623H o C0760342 (Aguja KS - 60MM-long 75cm)-	C0762660 SILKAM BLACK 2/0 (3) 75CM GS60 DDP	BRAUN	2016DM-0000297 R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
97	42312201	SUTURA DE SEDA NEGRA 2/0 AGUJA RECTA Ref-GS60- C0762660	C0762660 SILKAM BLACK 2/0 (3) 75CM GS60 DDP	BRAUN	2016DM-0000297 R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
98	42312201	SUTURA DE SEDA NEGRA 3/0 Ref- C0760191(HR26-75cm)(CILINDRICA 1/2-26mm)	C0760412 SILKAM BLACK 3/0 (2) 75CM HR26 DDP	BRAUN	2016DM-0000297 R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
99	42312201	SUTURA DE SEDA NEGRA 3/0-Ref- 832 H(CILINDRICA 1/2-26mm)- (B2)	C0760412 SILKAM BLACK 3/0 (2) 75CM HR26 DDP	BRAUN	2016DM-0000297 R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
100	42312201	SUTURA DE SEDA NEGRA 3/0-Ref-SA84T o Ref. B0260011(75cm)-	C0264652 SILKAM BLACK 3/0 (2) 10X75CM DDP	BRAUN	2016DM-0000297 R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
102	42312201	SUTURA DE SEDA TRENZADA 2/0-10*75-Ref-SA85T o Ref. B0260012(75cm)-	C0264660 SILKAM BLACK 2/0 (3) 10X75CM DDP	BRAUN	2016DM-0000297 R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
2	42271903	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No. 6.0	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA TWIST NO FENESTRADA CON BALÓN NO 06	NEUROELEMENTOS	2019DM-0020270	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No posee documentacion
3	42271903	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON No. 7.0	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA TWIST NO FENESTRADA, CON BALÓN NO 07	NEUROELEMENTOS	2019DM-0020270	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No posee documentacion
4	42271903	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON REF 8LPC (ID 7.6mm - OD 12.2mm)	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA TWIST NO FENESTRADA, CON BALÓN NO 08	NEUROELEMENTOS	2019DM-0020270	Unidad	VIGENTE		NO CUMPLE	No posee documentacion
5	42271903	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON No 6	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA TWIST FENESTRADA, CON BALÓN NO 06	NEUROELEMENTOS	2019DM-0020270	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No posee documentacion
6	42271903	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN BALON No 7	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA TWIST FENESTRADA, SIN BALÓN NO 07	NEUROELEMENTOS	2019DM-0020270	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No posee documentacion
7	42271903	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA C/B No. 7.0	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA TWIST NO FENESTRADA, SIN BALÓN NO 07	NEUROELEMENTOS	2019DM-0020270	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No posee documentacion
8	42271903	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No. 3.0	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA MINI NEONATAL, SIN BALÓN NO 3.0	NEUROELEMENTOS	2019DM-0020270	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No posee documentacion
9	42271903	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No. 3.5	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA MINI NEONATAL, SIN BALÓN NO 3.5	NEUROELEMENTOS	2019DM-0020270	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No posee documentacion
12	42271903	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No. 8.0 C/B	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA TWIST NO FENESTRADA, CON BALÓN NO 08.	NEUROELEMENTOS	2019DM-0020270	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No posee documentacion

ITEM	Codigos UNSPSC	Descripción de la necesidad	Producto cotizado	Oferente	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Estado del registro sanitario	Producto corresponde con lo solicitado	Resultado de la evaluación técnica	Observaciones
13	42271903	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA S/BALON 7 MM	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA TWIST NO FENESTRADA, SIN BALÓN NO 07.	NEUROELEMENTOS	2019DM-0020270	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No posee documentacion
14	42271903	CANULA FENESTRADA DE TRAQUEOSTOMIA X 6 FR SIN BALON	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA TWIST NO FENESTRADA, SIN BALÓN NO 06	NEUROELEMENTOS	2019DM-0020270	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No posee documentacion
15	42221500	CATETER DOBLE J CON AGUJA 6 FRX 24 CM	CATETER DOBLE J CON GUIA 6FRX 24CM	NEUROELEMENTOS	2019DM-0020099	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No posee documentacion
16	42221500	CATETER DOBLE J 6FR X 26 CM	CATETER DOBLE J CON GUIA 6FRX 26CM	NEUROELEMENTOS	2019DM-0020099	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No posee documentacion
24	42320000	EXOVAC - CIRUDREM DE 1/4 (SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDAS)	EXOVAC - CIRUDREM DE 1/4 (SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDAS)	NEUROELEMENTOS	2020DM-0006735-R1	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Corresponde al producto solicitado por la Institucion
25	42271718	EXOVAC - CIRUDREM DE 1/8 (SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDAS)	EXOVAC - CIRUDREM DE 1/8 (SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDAS)	NEUROELEMENTOS	2020DM-0006735-R1	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Corresponde al producto solicitado por la Institucion
26	51131810	HEMOSTATICO DE CELULOSA OXIDADA FIBRILAR 10*10- REF. 411963 (B2)	SURGICELL FIBRILAR 4X4	NEUROELEMENTOS	2011DM-0008124	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No posee ficha tecnica
28	42320000	KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA FENESTRADA . 8mm-14G - TRACOE- REF. 3218(TAMAÑO 8FR)	KIT DE TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA TRACOE EXPERC, CON CÁNULA TWIST, FENESTRADA, CON BALÓN, NO 08.	NEUROELEMENTOS	2019DM-0020270	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No posee ficha tecnica
29	42320000	KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA FENESTRADA . 7mm-14G	KIT DE TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA TRACOE EXPERC, CON CÁNULA TWIST, FENESTRADA, CON BALÓN, NO 07.	NEUROELEMENTOS	2015DM-0002932-R1	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No posee ficha tecnica
30	42320000	LAPIZ DESECHABLE CONTROL ELECTRICO (STANDARD)	Lapiz De Electrocirugia Con Activación Manual	NEUROELEMENTOS	2019EBC-0001750-R1	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No posee ficha tecnica
31	42320000	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMÍA, TAMAÑO ADULTO, CON LÍNEA DE OXÍGENO	NEUROELEMENTOS	2016DM-0015089	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No posee ficha tecnica
33	42320000	PLACA DE ELECTROBISTURI PEDIATRICA CON CABLE 12cm * 9.5cm REF. E7510-25-(B2)	Placa De Retorno Tipo Rem Pediatrica	NEUROELEMENTOS	2019EBC-0001750-R1	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No posee ficha tecnica
34	42320000	PLACA DE ELECTROBISTURY ADULTO REF GBS-DB (1031ac)	Placa De Retorno Adulto Tipo Rem	NEUROELEMENTOS	2019EBC-0001750-R1	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No posee ficha tecnica
35	42221500	SET INTRODUTOR PARA TRAQUEOSTOMIA PERCUTÁNEA	KIT DE TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA TRACOE EXPERC, CON CÁNULA TWIST, NO FENESTRADA, CON BALÓN, NO 07.	NEUROELEMENTOS	2019DM-0020270	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No posee ficha tecnica
38	42142406	SISTEMA CERRADO DE SUCCION ADULTO 14FR (4.67mm, L:305mm) TRAQUEOSTOMIA- Ref. 83-314(72H)	SONDA DE SUCCIÓN CERRADA 72 HORAS PLUS, NO. 14FR. ADULTO, CON CODO	NEUROELEMENTOS	2018DM-0018691	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado
39	42142406	SISTEMA CERRADO DE SUCCION PARA TRAQUEOSTOMIA 14 Fr. (72Horas) Ref: 227141863-5-(TRACH CARE TURBO WET PACK Y PUERTO MDI)	SONDA DE SUCCIÓN CERRADA NO. 14FR. PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA	NEUROELEMENTOS	2018DM-0018691	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado

ITEM	Codigos UNSPSC	Descripcion de la necesidad	Producto cotizado	Oferente	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Estado del registro sanitario	Producto corresponde con lo solicitado	Resultado de la evaluación técnica	Observaciones
40	42311602	SOBRE CERA PARA HUESOS Ref-W31G(ETHICON)	CERA OSEA 2,5g	NEUROELEMINTOS	2019DM-0003795-R1	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado
47	42312201	SUTURA DE CATGUT CROMADO 1 - HR37s Ref. B0565121o 925T	CATGUT CROMADO 1 GS-21 90 CM (CG925)	NEUROELEMINTOS	2011DM-0000833-R1	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
48	42312201	SUTURA DE CATGUT CROMADO 2/0 HR-37s-B0565105 - Ref-923T - GS-21 90 CM- CG923	CATGUT CROMADO 2/0 GS-21 90 CM (CG923)	NEUROELEMINTOS	2011DM-0000833-R1	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
49	42312201	SUTURA DE CATGUT CROMADO 3/0 Ref-HR26 o G122T- (B2)	CATGUT CROMADO 3/0 V-20 75 CM (GG122)	NEUROELEMINTOS	2011DM-0000833-R1	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
50	42312201	SUTURA DE CATGUT CROMADO 4/0-Ref-HR17 o U203T Ref. B0560146- (B2)	CATGUT CROMADO 4/0 CV-23 75 CM (UG203)	NEUROELEMINTOS	2011DM-0000833-R1	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
56	42312201	SUTURA DE POLIESTER 0 - CT1-75cm- Ref-B424H-	TICRON 0 GS-21 75 CM (8886309061)	NEUROELEMINTOS	2017DM-0000391-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
57	42312201	SUTURA DE POLIESTER 0 CT-2-Ref-B412H-	TICRON 0 GS-22 75 CM (8886309361)	NEUROELEMINTOS	2017DM-0000391-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
59	42312201	SUTURA DE POLIESTER 2/0 (25H)Ref. BP523T- 90CM	TICRON 2/0 DA Y-5 AZUL PLEDGET 3X7MM 90CM (8886321251)	NEUROELEMINTOS	2017DM-0000391-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
61	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 1 Ref-347H-	POLYSORB 1 GS-21 90 CM (CL925)	NEUROELEMINTOS	2017DM-0000578-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
62	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 1- Ref-J341H-	POLYSORB 1 GS-21 75 CM (CL813)	NEUROELEMINTOS	2017DM-0000578-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
63	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 2/0 Ref-317H-	POLYSORB 2/0 V-20 75 CM (GL123)	NEUROELEMINTOS	2017DM-0000578-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
64	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 2/0 Ref-J345H-	POLYSORB 2/0 GS-21 90 CM (CL923)	NEUROELEMINTOS	2017DM-0000578-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
65	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 2/0-Ref-339H-	POLYSORB 2/0 GS-21 75 CM (CL811)	NEUROELEMINTOS	2017DM-0000578-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
66	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 3/0 Ref-311H-	POLYSORB 3/0 CV-25 75 CM (GL182)	NEUROELEMINTOS	2017DM-0000578-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
67	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 4/0 Ref-J122 H-	POLYSORB 4/0 C- 13 75 CM (SL691)	NEUROELEMINTOS	2017DM-0000578-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
68	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 4/0-Ref-304H-	POLYSORB 4/0 CV-23 75 CM (UL203)	NEUROELEMINTOS	2017DM-0000578-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
69	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 5/0 Ref-JP493G-	POLYSORB 5/0 P-13 45 CM (SL5687)	NEUROELEMINTOS	2017DM-0000578-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
70	42312201	SUTURA DE POLIGLACTINA 5/0-Ref-J303H-	POLYSORB 5/0 CV-23 75 CM (UL202)	NEUROELEMINTOS	2017DM-0000578-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
75	42312201	SUTURA DE POLIGLECAPRONE 3/0 MCP427H (MONOCRYL PLUS)-	BIOSYN 3/0 P-12 70 CM (SM5638)	NEUROELEMINTOS	2017DM-0000450-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
77	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 0 Ref-P8424T-	SURGIPRO 0 GS-21 75 CM (CP424)	NEUROELEMINTOS	2016DM-0000156-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
78	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 1 Ref-8425H-	SURGIPRO 1 GS-21 75 CM (CP425)	NEUROELEMINTOS	2016DM-0000156-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
79	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 2/0-CT2-Ref-P8411T-	SURGIPRO 2/0 GS-22 75 CM (CP411)	NEUROELEMINTOS	2016DM-0000156-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
80	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 2/0-Ref-8423T-	SURGIPRO 2/0 GS-21 75 CM (PC423)	NEUROELEMINTOS	2016DM-0000156-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
82	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 3/0 Ref-P8663T-	SUTURA DE POLIPROPILENO 3/0 Ref-P8663T-	NEUROELEMINTOS	2016DM-0000156-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
84	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 4/0- Ref-P8682T-	SUTURA DE POLIPROPILENO 4/0- Ref-P8682T-	NEUROELEMINTOS	2016DM-0000156-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
85	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 5/0 Ref-8686T(p.plástica)-	SUTURA DE POLIPROPILENO 5/0 Ref-8686T(p.plástica)-	NEUROELEMINTOS	2016DM-0000156-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
89	42312201	SUTURA DE POLIPROPILENO 6/0-Ref-P8697T-	SURGIPRO 6/0 P-10 45 CM (SP1697)	NEUROELEMINTOS	2016DM-0000156-R2	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
91	42312201	SUTURA DE POLYDIOXANONE 3/0 - PDS PLUS ANTIBACTERIAL Ref. PDP316H- (Aguja SH x 70cm)	MAXON 3/0 V-20 67 CM	NEUROELEMINTOS	2016DM-0000260-R3	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación

ITEM	Codigos UNSPSC	Descripcion de la necesidad	Producto cotizado	Oferente	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Estado del registro sanitario	Producto corresponde con lo solicitado	Resultado de la evaluación técnica	Observaciones
92	42312201	SUTURA DE POLYDIOXANONE 4/0 - PDS PLUS ANTIBACTERIAL Ref.PDP315H- (Aguja SH x 70cm)	MAXON 4/0 T-5 67 CM	NEUROELEMENTOS	2016DM-0000260-R3	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
93	42312201	SUTURA DE SEDA NEGRA 0 Ref -B0760439-C0760193-424H(CT1)-	SOFILK 0 GS-21 75 CM (CS424)	NEUROELEMENTOS	2015DM-0003556-R1	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
94	42312201	SUTURA DE SEDA NEGRA 1 Ref-835H(SH) o Ref. C0760447-	SOFILK 1 V-20 75 CM (GS835)	NEUROELEMENTOS	2015DM-0003556-R1	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
95	42312201	SUTURA DE SEDA NEGRA 2/0 - Ref.185T-	SEDA 2-0 DS25 45CM (SS685) (SP44420)	NEUROELEMENTOS	2015DM-0003556-R1	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
96	42312201	SUTURA DE SEDA NEGRA 2/0 (Aguja Recta cortante) Ref-623H o C0760342 (Aguja KS - 60MM-long 75cm)-	SOFILK 2/0 SC- 2 75 CM (SS623)	NEUROELEMENTOS	2015DM-0003556-R1	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
99	42312201	SUTURA DE SEDA NEGRA 3/0-Ref- 832 H(CILINDRICA 1/2-26mm)- (B2)	SEDA 3/0 HR-25 45 CM (GS832)	NEUROELEMENTOS	2015DM-0003556-R1	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
101	42312201	SUTURA DE SEDA TRENZADA 1-10*75cm-Ref-SAB7T o B0260014-	SEDA 3/0 PRECUT 10 HEBRAS (S304)	NEUROELEMENTOS	2015DM-0003556-R1	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
102	42312201	SUTURA DE SEDA TRENZADA 2/0-10*75-Ref-SAB5T o Ref. B0260012(75cm)-	SEDA 2/0 PRECUT 10 X 75 C (S305)	NEUROELEMENTOS	2015DM-0003556-R1	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
109	42290000	CAMPO DE INCISION CON ANTIMICROBIANO 56cm*45cm	Campo Incifilm Yodo 62cm x 45cm	NEUROELEMENTOS	2016DM-0014843	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado, ni posee documentación
110	42290000	FIJADOR DE MALLA X 25 TACKERS ABSORBIBLES	SISTEMA+D112:D139 DE FIJACION PARA MALLAS ABSORBIBLE (30 ABSORBATAK)	NEUROELEMENTOS	2019DM-0002815-R1	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
111	42290000	GRAPADORA CIRCULAR SET COMPLETO (21, 25, 28 o 29, 31, 33mm)	Grapadora Circular EEA DST 28mm (4,8mm)	NEUROELEMENTOS	2013DM-0010508	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
112	42290000	GRAPADORA PARA RESECCION ANTERIOR BAJA DE RECTO 40mm (CURVA)	GRAPADORA CS40G CURVA 40MM CONTOUR	NEUROELEMENTOS	2015DM-0003403-R1	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
	42290000	RECARGA PARA GRAPADORA DE RESECCION ANTERIOR BAJA DE RECTO 40mm	GRAPADORA EC45A LINEAL 45MM ARTICULABLE	NEUROELEMENTOS	2015DM-0003403-R1	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
113	42290000	GRAPADORA PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA DE 60mm	Grapadora Endo Gia Universal (EGIAUSTND)	NEUROELEMENTOS	2013DM-0010508	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
	42290000	RECARGA DE GRAPADORA ENDOSCOPICA 60mm TEJIDO MEDIO	EndoGia 60mm Articulating Medium (EGIA60AMT)	NEUROELEMENTOS	2013DM-0010508	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
	42290000	RECARGA DE GRAPADORA ENDOSCOPICA 60mm VASCULAR	Recarga EndoGia 60mm Articulating Vascular (EGIA60AVM)	NEUROELEMENTOS	2013DM-0010508	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
	42290000	RECARGA DE GRAPADORA ENDOSCOPICA 60mm TEJIDO EXTRAGRUESO	EndoGia 60mm Articulating X-Thick Reloa (EGIA60AXT)	NEUROELEMENTOS	2013DM-0010508	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA

ITEM	Codigos UNSPSC	Descripcion de la necesidad	Producto cotizado	Oferente	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Estado del registro sanitario	Producto corresponde con lo solicitado	Resultado de la evaluación técnica	Observaciones
114	42290000	GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75mm	Pistola Gia 80mmx4,8mm (GIA8048S)	NEUROELEMENTOS	2013DM-0010508	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
	42290000	RECARGA PARA GRAPADORA LINEAL 75mm	Recarga Gia 80mmx4,8mm (GIA8048L)	NEUROELEMENTOS	2013DM-0010508	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
115	42290000	MALLA COMPUESTA SEPARADORA DE TEJIDOS PARA CORRECCION DE DEFECTOS EN PARED ABDOMINAL 20X30 CM	SYMBOTEX COMPOSITE 30X20	NEUROELEMENTOS	2017DM-0000680-R1	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
116	42290000	MALLA COMPUESTA SEPARADORA DE TEJIDOS PARA CORRECCION DE DEFECTOS EN PARED ABDOMINAL 25X37CM	SYMBOTEX COMPOSITE 37X28	NEUROELEMENTOS	2017DM-0000680-R1	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
117	42290000	MALLA COMPUESTA SEPARADORA DE TEJIDOS PARA CORRECCION DE DEFECTOS EN PARED ABDOMINAL 10.2 CM X 15.2 CM	SYMBOTEX COMPOSITE 15X10	NEUROELEMENTOS	2017DM-0000680-R1	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
118	42290000	MALLA COMPUESTA SEPARADORA DE TEJIDOS PARA CORRECCION DE DEFECTOS EN PARED ABDOMINAL 30.5 X 30.5 CM	SYMBOTEX COMPOSITE 37X28	NEUROELEMENTOS	2017DM-0000680-R1	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
119	42290000	MALLA COMPUESTA SEPARADORA DE TEJIDOS PARA CORRECCION DE DEFECTOS EN PARED ABDOMINAL 15X15CM	SYMBOTEX COMPOSITE 20X15	NEUROELEMENTOS	2017DM-0000680-R1	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
120	42290000	MALLA DE POLIPROPILENO Y/O PROLENE 15 X 15CM	MALLA MACROPORO PARIETENE 15X15CM	NEUROELEMENTOS	2017DM-0000381-R1	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
121	42290000	MALLA DE BAJA DENSIDAD DE 30 X 30CM	MALLA MACROPORO PARIETENE 30x30	NEUROELEMENTOS	2016DM-0000156-R2	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
122	42290000	MALLA DE BAJA DENSIDAD 10 X 15CM	MALLA MACROPORO PARIETENE 15X15CM X 3	NEUROELEMENTOS	2016DM-0000156-R2	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA

9

ITEM	Codigos UNSPSC	Descripcion de la necesidad	Producto cotizado	Oferente	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Estado del registro sanitario	Producto corresponde con lo solicitado	Resultado de la evaluación técnica	Observaciones
123	42290000	MALLA DE BAJA DENSIDAD 15 X 15CM	MALLA MACROPORO PARIETENE 15X15CM X 3	NEUROELEMENTOS	2016DM-0000156-R2	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
124	42290000	MALLA DE BAJA DENSIDAD 6 X 11CM	MALLA MACROPORO PARIETENE 6X11CM X	NEUROELEMENTOS	2016DM-0000156-R2	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
125	42290000	PINZA LIGASURE IMPACT REF LF4418 (EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA PROPIEDAD DEL HOSPITAL)	Pinza LigaSure Impact Nano Coated™ (LF4418)	NEUROELEMENTOS	2019DM-0002329-R1	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
126	42290000	PINZA LIGASURE MARYLAND JAW 5 X 37 MM LAPARASCOPIA REF 1737 (EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA PROPIEDAD DEL HOSPITAL)	Pinza Ligasure Maryland 37 cm Nano Coated™ (LF1737)	NEUROELEMENTOS	2019DM-0002329-R1	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
127	42290000	PINZA LIGASURE SMALL JAW REF. LF1212 (EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA PROPIEDAD DEL HOSPITAL)	Pinza Ligasure Small Jaw (LF1212A)	NEUROELEMENTOS	2019DM-0002329-R1	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA , PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA

ITEM	Codigos UNSPSC	Descripcion de la necesidad	Producto cotizado	Oferente	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Estado del registro sanitario	Producto corresponde con lo solicitado	Resultado de la evaluación técnica	Observaciones
128	42290000	TIJERA ENSEAL SUPER JAW REF. NSLX120L (EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA PROPIEDAD DEL HOSPITAL)	Pinza LigaSure Impact Nano Coated™ (LF4418)	NEUROELEMENTOS	2019DM-0002329-R1	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA, PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
129	42290000	TIJERA ENSEAL LAPAROSCOPICA REF. NSLG2C35A (EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA PROPIEDAD DEL HOSPITAL)	Pinza Ligasure Maryland 37 cm Nano Coated™ (LF1737)	NEUROELEMENTOS	2019DM-0002329-R1	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA, PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
130	42290000	TIJERA ARMONICO FOCUS 9CM REF. HAR9F (EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA PROPIEDAD DEL HOSPITAL)	Pinza Ligasure Small Jaw (LF1212A)	NEUROELEMENTOS	2019DM-0002329-R1	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	NO CUENTA CON LOS SOPORTES COMO SON REGISTRO SANITARIO Y FICHA TECNICA, PERO LA MARCA CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL ESPECIALISTA
132	42290000	CINTA PARA INCONTINENCIA URINARIA TVT/TOT	Sling para incontinencia urinaria femenina Steema	NEUROELEMENTOS	2020DM-0021507	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No posee documentacion
133	42290000	SET DE INTUBACION LAGRIMAL CRAWFORD ADULTO	SET DE CRAWFORD ADULTO	NEUROELEMENTOS	2014DM-0011892	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No posee documentacion
1	42221500	BOTON MIC - KEY PARA GASTROSTOMIA 20 FR X 2.0 - 2.5 CM HYH	BOTON MIC - KEY PARA GASTROSTOMIA 20 FR X 2.0 - 2.5 CM HYH	FUERTES MEJIA	2018DM-0018503	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
2	42271903	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No. 6.0	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No. 6.1	FUERTES MEJIA	2016DM-0015239	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado
3	42271903	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON No. 7.0	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON No. 7.0	FUERTES MEJIA	2016DM-0015239	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado, No hay documentacion
4	42271903	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON REF 8LPC (ID 7.6mm - OD 12.2mm)	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON REF 8LPC (ID 7.6mm - OD 12.2mm)	FUERTES MEJIA	2016DM-0015239	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado, No hay documentacion
5	42271903	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON No 6	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON No 6	FUERTES MEJIA	2016DM-0015239	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado, No hay documentacion
6	42271903	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN BALON No 7	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN BALON No 7	FUERTES MEJIA	2016DM-0015239	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado, No hay documentacion
7	42271903	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA C/B No. 7.0	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA C/B No. 7.0	FUERTES MEJIA	2016DM-0015239	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado, No hay documentacion
8	42271903	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No. 3.0	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No. 3.0	FUERTES MEJIA	2016DM-0015239	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado, No hay documentacion
9	42271903	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No. 3.5	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No. 3.5	FUERTES MEJIA	2016DM-0015239	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado, No hay documentacion
10	42271903	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No. 6.5	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No. 6.5	FUERTES MEJIA	2016DM-0015239	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado, No hay documentacion
11	42271903	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No. 7.5 C/B	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No. 7.5 C/B	FUERTES MEJIA	2016DM-0015239	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado, No hay documentacion
12	42271903	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No. 8.0 C/B	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No. 8.0 C/B	FUERTES MEJIA	2016DM-0015239	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado, No hay documentacion
13	42271903	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA S/BALON 7 MM	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA S/BALON 7 MM	FUERTES MEJIA	2016DM-0015239	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	No corresponde al producto solicitado, No hay documentacion
14	42271903	CANULA FENESTRADA DE TRAQUEOSTOMIA X 6 FR SIN BALON	CANULA FENESTRADA DE TRAQUEOSTOMIA X 6 FR SIN BALON	FUERTES MEJIA		Unidad			NO CUMPLE	No hay documentacion
15	42221500	CATETER DOBLE J CON AGUJA 6 FRX 24 CM	CATETER DOBLE J CON AGUJA 6 FRX 24 CM	FUERTES MEJIA		Unidad			NO CUMPLE	No hay documentacion
16	42221500	CATETER DOBLE J 6FR X 26 CM	CATETER DOBLE J 6FR X 26 CM	FUERTES MEJIA		Unidad			NO CUMPLE	No hay documentacion
23	42320000	EQUIPO DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA (GEP) MIC* 20FR/6.67mm TYPE PULL REF: 0640-20	EQUIPO DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA (GEP) MIC* 20FR/6.67mm TYPE PULL REF: 0640-20	FUERTES MEJIA	2018DM-0018503	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	

ITEM	Codigos UNSPSC	Descripcion de la necesidad	Producto cotizado	Oferente	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Estado del registro sanitario	Producto corresponde con lo solicitado	Resultado de la evaluación técnica	Observaciones
24	42320000	EXOvac - CIRUDREM DE 1/4 (SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDAS)	EXOvac - CIRUDREM DE 1/4 (SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDAS)	FUERTES MEJIA	2021DM-0007294-R1	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado por la Institucion
25	42271718	EXOvac - CIRUDREM DE 1/8 (SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDAS)	EXOvac - CIRUDREM DE 1/8 (SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDAS)	FUERTES MEJIA	2021DM-0007294-R1	Unidad	VIGENTE	NO	NO CUMPLE	Producto no corresponde al solicitado por la Institucion
37	42320000	SET PERCUTANEO DE GASTROSTOMIA - FLOW20(CPRE)- (B2)	SET PERCUTANEO DE GASTROSTOMIA - FLOW20(CPRE)- (B2)	FUERTES MEJIA	2018DM-0017597	Unidad	VIGENTE	SI	NO CUMPLE	No hay documentacion ( Ficha tecnica)
38	42142406	SISTEMA CERRADO DE SUCCION ADULTO 14FR (4.67mm, L:305mm) TRAQUEOSTOMIA- Ref. 83-314(72H)	SISTEMA CERRADO DE SUCCION ADULTO 14FR (4.67mm, L:305mm) TRAQUEOSTOMIA- Ref. 83-314(72H)	FUERTES MEJIA	2018DM-0003342-R1	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
39	42142406	SISTEMA CERRADO DE SUCCION PARA TRAQUEOSTOMIA 14 Fr. (72Horas) Ref: 227141863-5-(TRACH CARE TURBO WET PACK Y PUERTO MDI)	SISTEMA CERRADO DE SUCCION PARA TRAQUEOSTOMIA 14 Fr. (72Horas) Ref: 227141863-5-(TRACH CARE TURBO WET PACK Y PUERTO MDI)	FUERTES MEJIA	2017DM-0015810	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
41	42231601	SONDA DE ALIMENTACION POR GASTROSTOMIA 20Fr (MIC)	SONDA DE ALIMENTACION POR GASTROSTOMIA 20Fr (MIC)	FUERTES MEJIA	2018DM-0018503	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
42	42231601	SONDAS DE GASTROSTOMIA CON BALON 12FR(REF 0100-12)	SONDAS DE GASTROSTOMIA CON BALON 12FR(REF 0100-12)	FUERTES MEJIA	2018DM-0017597	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
44	42295901	STENT WALLFLEX FC RWV 10CM*18MM CON RECUBRIMIENTO. Ref. M00516210 (STENTS GASTROINTESTINALES)	STENT WALLFLEX FC RWV 10CM*18MM CON RECUBRIMIENTO. Ref. M00516210 (STENTS GASTROINTESTINALES)	FUERTES MEJIA	2017DM-0000447-R1	Unidad	VIGENTE	SI	CUMPLE	
120	42290000	MALLA DE POLIPROPILENO Y/O PROLENE 15 X 15CM	MALLA DE POLIPROPILENO Y/O PROLENE 15 X 15CM	FUERTES MEJIA		Unidad			NO CUMPLE	NO ENVIA REGISTRO SANITARIO
121	42290000	MALLA DE BAJA DENSIDAD DE 30 X 30CM	MALLA DE BAJA DENSIDAD DE 30 X 30CM	FUERTES MEJIA		Unidad			NO CUMPLE	NO ENVIA REGISTRO SANITARIO
122	42290000	MALLA DE BAJA DENSIDAD 10 X 15CM	MALLA DE BAJA DENSIDAD 10 X 15CM	FUERTES MEJIA		Unidad			NO CUMPLE	NO ENVIA REGISTRO SANITARIO
123	42290000	MALLA DE BAJA DENSIDAD 15 X 15CM	MALLA DE BAJA DENSIDAD 15 X 15CM	FUERTES MEJIA		Unidad			NO CUMPLE	NO ENVIA REGISTRO SANITARIO
124	42290000	MALLA DE BAJA DENSIDAD 6 X 11CM	MALLA DE BAJA DENSIDAD 6 X 11CM	FUERTES MEJIA		Unidad			NO CUMPLE	NO ENVIA REGISTRO SANITARIO

ITEM	Codigos UNSPSC	Descripcion de la necesidad	Producto cotizado	Oferente	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada	Estado del registro sanitario	Producto corresponde con lo solicitado	Resultado de la evaluación técnica	Observaciones
Cumplimiento criterios habilitantes por oferente Solicitud Simple de Oferta, Marque con "CUMPLE", "NO CUMPLE" o "NO APLICA", según corresponda										
				Oferente	Cumple CCA/BPM	Experiencia específica	Cumple como establecimiento farmacéutico mayorista	Resultado requisitos Habilitantes	Resultado de la evaluación técnica	Observaciones de porqué no cumple
				UCI PHARMA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	No cumple la experiencia específica, según lo exigido en el pliego de condiciones, numeral 9, página 41 donde se define los "REQUISITOS HABILITANTES" y "DOCUMENTOS A APORTAR", "item 16". Tampoco se cumple las exigencias en algunos ítem, según se detalla en cada uno de los mismos.
				COBO MEDICAL	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	No cumple la experiencia específica, según lo exigido en el pliego de condiciones, numeral 9, página 41 donde se define los "REQUISITOS HABILITANTES" y "DOCUMENTOS A APORTAR", "item 16". Tampoco se cumple las exigencias en algunos ítem, según se detalla en cada uno de los mismos.
				SOLUMED	NO APLICA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	No cumple la experiencia específica, según lo exigido en el pliego de condiciones, numeral 9, página 41 donde se define los "REQUISITOS HABILITANTES" y "DOCUMENTOS A APORTAR", "item 16". Tampoco se cumple las exigencias en algunos ítem, según se detalla en cada uno de los mismos.
				BRAUN	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	No cumple la experiencia específica, según lo exigido en el pliego de condiciones, numeral 9, página 41 donde se define los "REQUISITOS HABILITANTES" y "DOCUMENTOS A APORTAR", "item 16". Tampoco se cumple las exigencias en algunos ítem, según se detalla en cada uno de los mismos.
				NEUROELEMENTOS	NO APLICA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	No cumple la experiencia específica, según lo exigido en el pliego de condiciones, numeral 9, página 41 donde se define los "REQUISITOS HABILITANTES" y "DOCUMENTOS A APORTAR", "item 16". Tampoco se cumple las exigencias en algunos ítem, según se detalla en cada uno de los mismos.
				FUERTES MEJIA	NO APLICA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	No cumple la experiencia específica, según lo exigido en el pliego de condiciones, numeral 9, página 41 donde se define los "REQUISITOS HABILITANTES" y "DOCUMENTOS A APORTAR", "item 16". Tampoco se cumple las exigencias en algunos ítem, según se detalla en cada uno de los mismos.
				<i>K. Salgado</i>						<i>Patricia Lopez</i>
Elaborado por : Qf key salgado _Servicio Farmacéutico			IQ Patricia Lopez _Servicio Farmacéutico			QF Tomás Valencia _Servicio Farmacéutico				