

San Juan de Pasto, 01 de Julio de 2021

Señor:

MARIO ALFONSO RODRIGUEZ ROSAS

Representante Legal

INGENIERIA MÉDICA DEL SUR – IMEDSUR SAS

Ref. Respuesta observaciones presentadas respecto a la Solicitud Simple de Ofertas 013-S.S.O. 2021, cuyo objeto es: "Contratar la prestación del servicio de calibración y validación de equipos biomédico e industriales de propiedad del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E."

Cordial saludo,

Previa verificación de la correspondencia de la entidad y el email institucional asignado para el presente proceso y teniendo en cuenta las inquietudes formuladas a la Solicitud Simple de Ofertas de la referencia, el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E responde.

OBSERVACION No. 1 CON RESPECTO AL EQUIPOS REQUERIDO. Donde hace referencia "NOTA. Se permitirá máximo el alquiler de dos equipos patrón, para lo cual se deberá suscribir el contrato de arrendamiento" todo oferente debe contar DE SU PROPIEDAD con equipos patrón que garanticen no solo la trazabilidad sino dar cumplimiento a la normatividad y calidad del servicio según lo dispuesto en Decreto 2126 de 2015, DECRETO 4725 DE 2005, DECRETO 1595 DE 2015, puesto que el Hospital al inicio de los pliegos obliga a que los laboratorios que se presenten a esta convocatoria deben registrarse a los lineamientos de la ISO/IEC 17025, en la cual reza en el numeral 6.6. "PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE" los servicios prestados por un laboratorio externo deben ser subcontratados, no alquiler de equipos ya que en este no se brinda la buena manipulación del equipo patrón y se desconoce la trazabilidad del equipo alquilado por lo tanto se solicita eliminar esta nota.

Respuesta entidad componente técnico: En consideración a la anterior la entidad se permite informar lo siguiente:


Se acepta observación y esta nota será eliminada mediante adenda.

OBSERVACION No. 6. En los requisitos establecidos para la variable Temperatura y humedad relativa, se establece valores de Temperatura y Humedad que no son acordes con la T° de la ciudad de Pasto donde está ubicado el HUDN, los equipos se van a utilizar dentro de las instalaciones de HUDN donde se registra T° desde los 11° C en adelante, por lo tanto se debe calibrar estos equipos en la variable de Temperatura bajo estos criterios, ya que los equipos no van a ser utilizados en zona costera sino en la ciudad de Pasto la cual está a 2520 metros sobre el nivel del mar. Con referencia a la humedad relativa hay lugares del

Juntos por la Excelencia

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño
Corrutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co * mail: hudn@hosdenar.gov.co





**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



HUDN que registran humedad entre el 45 % y 80 % de humedad relativa por lo tanto se solicita ser incluido estos porcentajes en los valores acreditados, estos datos basados en la ejecución del contrato de este objeto en los años 2020, 2018, 2016, 2015.

Respuesta entidad componente técnico: En consideración a la anterior la entidad se permite informar lo siguiente:

No se acepta. Revisando los históricos de los registros de temperatura y Humedad estos no han registrado hasta los 11 grados y la Humedad relativa se encuentra entre 35 % HR y 69 % HR. Por tanto los requisitos establecidos para la variable Temperatura y Humedad se van a mantener.

Atentamente

NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA
Gerente

Reviso Componente técnico: Lynn Melodelgardo- Profesional Universitario Mantenimiento
Proyecto Componente técnico: Flor Ángela Riascos Capera – Técnico Operativo de Mantenimiento *Flor A.*
Proyecto Componente técnico: Gregory Legarda – Ingeniero Electrónico Contratista *Gregory*

Juntos por la Excelencia

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño
Commutador 7333400 • Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co

