

Buen Día,

Reciba un cordial saludo de nuestra parte, por medio del presente adjunto observaciones al pliego definitivo Proceso No. 0013- S.S.O.2021, con el fin de tenerlas en cuenta.

1. Amablemente solicitamos a la entidad aclarar que equipos y la cantidad de estos que requieran calibración mínimo 2 veces al año, con el fin de poder realizar un balance financiero correcto.
2. Se solicita amablemente a la entidad tener en cuenta el numeral conflicto de interés de la 17025 ya que un oferente que realice mantenimiento no pueda realizar la Calibración.

Cualquier inquietud, con gusto será atendida.

Cordialmente,

Katherin Chacón

Ejecutiva Comercial

licitaciones@equiposmedicos.net.co

comercial@xingmedical.com