



**SOLUCIONES HOSPITALARIAS  
DE COLOMBIA S.A.S.**  
NIT: 900609100 - 9 RÉGIMEN COMÚN



más bien se contratan por plazos de ejecución cortos por la visita de calibración y la terminación de dicha actividad.

Por lo anterior se requiere se revise dicha exigencia, puesto que la oportunidad para demostrar la experiencia es con máximo tres (03) contratos, cuya sumatoria sea de 3 años, es decir se pretende que la empresa oferente cuente con contratos con vigencias de uno (01) año cada uno, cerrando de sobremanera el proceso contractual; Ruego se replantee dicha exigencia y se permita acreditar dicha experiencia hasta con seis (06) contratos.

Por otro lado, es importante precisar que en algunas oportunidades pueden existir prorrogas y/o adiciones en los contratos, situación que hace que el contrato inicial no se termine y se extienda en el tiempo y/o en valor su ejecución, motivo por el cual se requiere se estudie la viabilidad de permitir la acreditación de la experiencia con el aporte de los contratos con sus correspondientes prorrogas y/o adiciones debidamente ejecutadas hasta el momento de la presentación de la propuesta, es decir, no se tenga en cuenta la prorroga y / o adición que aún se encuentra vigente.

Atentamente.

**CARLOS ADOLFO URREA AHUMADA**

C.C. No. 5.206.351 de Pasto - Nariño

Representante Legal

**SOLUCIONES HOSPITALARIAS DE COLOMBIA S.A.S**



**SOLUCIONES HOSPITALARIAS  
DE COLOMBIA S.A.S.**  
NIT: 900609100 - 9 RÉGIMEN COMÚN



San Juan de Pasto, 29 de junio de 2021.

Hospital Universitario  
Departamental de Nariño E.S.E.  
OFICINA JURIDICA  
CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
FECHA 02-07-21 HORA 7:35 AM  
Ivan E. R.L.  
FIRMA

Señor.

**UNIDAD DE CONTRATACION**

Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E.

La ciudad.

Referencia: **OBSERVACION.**

**SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS No. 0013- S.S.O.2021**

**Objeto: Contratar la prestación del servicio de calibración y validación de equipos biomédico e industriales de propiedad del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E.**

El suscrito en calidad de representante legal de la empresa **SOLUCIONES HOSPITALARIAS DE COLOMBIA S.A.S.**, es pertinente presentar las siguientes observaciones al pliego de condiciones:

1. **REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA: Equipos patrones para variable acreditada. Ítem 1, Vacío, requisito: Vacuometro patrón -10.8 a 0 psi.**

Cabe resaltar que dicho rango no es aceptable, puesto que ningún paciente es sometido a una succión de - 10 psi; motivo por el cual se solicita se revise el presente ítem y se exija un rango que sea de -9 a 0 psi.

2. **EXPERIENCIA: El proponente persona natural o jurídica, deberá acreditar su experiencia de 3 años relacionados con el objeto del presente proceso, mediante la presentación de máximo tres (3) contratos y certificaciones de contratos, suscritos, iniciados, ejecutados en su totalidad, la sumatoria del valor de los contratos acreditados deberá ser igual o superior al presupuesto ofertado por el proponente.**

La presente exigencia se encuentra en contravía del principio de la contratación estatal concerniente a la pluralidad de oferentes, lo anterior toda vez que como es de conocimiento el servicio de calibración de los equipos biomédicos en las instituciones de salud, por regla general no se contratan por términos extensos, sino