



**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



H.U.D.N	
Correspondencia Despachada	
Vigencia: 2021 - Consecutivo: D-2311	
Consecutivo: D-2311	
Fecha de Radicación:	01/07/2021-02:25 PM
Asunto:	SRA KATHERIN CHACON RESPUESTA OBSERVACIONES PRESE.
Firmado por:	particular-GESTION DE L
Destinatarios:	XINGMEDICAL-()
Externos:	
Radicador:	NANCY ROMERO

San Juan de Pasto, 01 de Julio de 2021

**Señora:**  
**KATHERIN CHACÓN**  
**Ejecutiva Comercial**  
**XINGMEDICAL**

**Ref.** Respuesta observaciones presentadas respecto a la Solicitud Simple de Ofertas 013-S.S.O. 2021, cuyo objeto es: "Contratar la prestación del servicio de calibración y validación de equipos biomédico e industriales de propiedad del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E."

Cordial saludo,

Previo verificación de la correspondencia de la entidad y el email institucional asignado para el presente proceso y teniendo en cuenta las inquietudes formuladas a la Solicitud Simple de Ofertas de la referencia, el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E responde.

**OBSERVACION No. 1** Amablemente solicitamos a la entidad aclarar que equipos y la cantidad de estos que requieran calibración mínimo 2 veces al año, con el fin de poder realizar un balance financiero correcto.

**Respuesta entidad componente técnico:** En consideración a la anterior la entidad se permite informar lo siguiente:

Los equipos a calibrar con trazabilidad requieren de dos visitas y los equipos con variable acreditada una visita durante la vigencia del contrato. Se anexará el inventario general.



**OBSERVACION No. 2.** Se solicita amablemente a la entidad tener en cuenta el numeral conflicto de interés de la 17025 ya que un oferente que realice mantenimiento no pueda realizar la Calibración.

**Respuesta entidad componente técnico:** En consideración a la anterior la entidad se permite informar lo siguiente:


El numeral conflicto de interés de la norma ISO 17025 es tenida en cuenta dentro de la presente solicitud simple de ofertas toda vez que dentro de los requisitos de capacidad técnica de la siguiente manera: El Oferente deberá presentar certificación suscrita por el representante legal que, en caso que se le adjudique el contrato objeto de esta convocatoria no podrá desarrollar al mismo tiempo los objetos de mantenimiento y calibración de equipos, por seguridad del paciente ya que sería Juez y parte de las actividades desarrolladas, lo anterior como garantía del servicio en beneficio de los pacientes de HUDN. Además como reza en el numeral 6 Requisitos de capacidad Jurídica "Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberá aportar los requisitos aquí exigidos."

*Juntos por la Excelencia*

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño  
Commutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
www.hosdenar.gov.co \* mail: hudn@hosdenar.gov.co



7102  
*[Signature]*



Atentamente

**NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA**  
Gerente

Reviso Componente técnico: Lynn Melodelgardo- Profesional Universitario Mantenimiento  
Proyecto Componente técnico: Flor Ángela Riascos Capera - Técnico Operativo de Mantenimiento  
Proyecto Componente técnico: Gregory Legarda - Ingeniero Electrónico Contratista

*Juntos por la Excelencia*

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño  
Commutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
[www.hosdenar.gov.co](http://www.hosdenar.gov.co) \* mail: [hudn@hosdenar.gov.co](mailto:hudn@hosdenar.gov.co)

