

San Juan de Pasto, 29 de Junio de 2021

**Señores**

**UNIDAD DE CONTRATACION**  
**Hospital Universitario Departamental de Nariño**  
**Ciudad.**

**Ref. OBSERVACIONES A SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA No. 0013-S.S.O.2021**

Cordial Saludo

Yo **RAPHAEL BUESAQUILLO ZÚÑIGA** en mi condición de representante legal de la empresa **METROMED SAS**, identificado con Nit. 900.369-874-1, me permito respetuosamente presentar las siguientes observaciones en relación a la SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA No. 0013-S.S.O.2021.

1. En relación al “EQUIPO REQUERIDO” se solicita revisar los equipos mínimos solicitados teniendo en cuenta que para los casos de calibración acreditada se acepta establecer convenios cuyos equipos no serán necesarios para temas de calibración por trazabilidad como es el caso de la balanza analítica y el equipo de Termohigrometría los cuales no serían necesarios para calibraciones por trazabilidad e igualmente se solicita aclarar que los rangos de calibración acreditada son rangos mínimos de acuerdo a las necesidades del cliente y no a rangos de trabajo de los equipos patrón ya que estos limitan a marcas específicas en dichos patrones.

Cordialmente

**JOSÉ RAPHAEL BUESAQUILLO Z.**  
**Representante legal**  
**METROMED SAS**  
**Cel: 3166808372**