

**EVALUACION DE REQUISITOS DE CAPACIDAD  
TÉCNICA INVITACIÓN PÚBLICA No. 0004-I.P.A.P.2022**



OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD Y USO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL NARIÑO, EN SUS ÁREAS MISIONALES Y DE APOYO EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1769 DE 1944. Y DEMÁS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON EL OBJETO.



REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA: EQUIPOS MÍNIMOS: certificados de calibración vigentes de los equipos de simulación biomédica a nombre del proponente.

STERILIZE SERVICE			BIOELECTROMEDICAL SERVICE		
REQUISITO	EVALUACIÓN	OBSERVACION	REQUISITO	EVALUACIÓN	OBSERVACION
1 Simulador de paciente con parámetros ECG, temperatura, respiración y generador	NO CUMPLE	Certificado de calibracion sin firma, Certificado de calibracion J13107-21 refiere "Los certificados de calibración sin firma no serán válidos"	1 Simulador de paciente con parámetros ECG, temperatura, respiración y generador	CUMPLE	
2 Simulador digital de presión no invasiva.	NO CUMPLE	Certificado de calibracion sin firma, Certificado de calibracion J25012-21 refiere "Los certificados de calibración sin firma no serán válidos"	2 Simulador digital de presión no invasiva.	CUMPLE	
3 Simulador digital de presión invasiva.	NO CUMPLE	Certificado de calibracion sin firma, Certificado de calibracion J13107-21 refiere "Los certificados de calibración sin firma no serán válidos"	3 Simulador digital de presión invasiva.	CUMPLE	
4 Anallizador de sistema de electro cirugía.	NO CUMPLE	Certificado de calibracion sin firma, Certificado de calibracion V1303-21 refiere "Los certificados de calibración sin firma no serán válidos"	4 Anallizador de sistema de electro cirugía.	CUMPLE	
5 Anallizador para desfibrilador.	NO CUMPLE	Certificado de calibracion sin firma, Certificado de calibracion J12303-21 refiere "Los certificados de calibración sin firma no serán válidos"	5 Analizador para desfibrilador.	CUMPLE	
6 Anallizador de marcapasos.	NO CUMPLE	Certificado de calibracion sin firma, Certificado de calibracion J12303-21 refiere "Los certificados de calibración sin firma no serán válidos"	6 Analizador de marcapasos.	CUMPLE	
7 Analizador de lámparas de fototerapia.	NO CUMPLE	Certificado de calibracion sin firma de quien revisa y autoriza, Certificado de calibracion DE11212-21 refiere "Los certificados de calibración sin firma no serán válidos"	7 Analizador de lámparas de fototerapia.	CUMPLE	
8 Simulador de paciente con parámetro de saturación de oxígeno.	NO CUMPLE	Certificado de calibracion sin firma, Certificado de calibracion J13107-21 refiere "Los certificados de calibración sin firma no serán válidos"	8 Simulador de paciente con parámetro de saturación de oxígeno.	CUMPLE	
9 Anallizador de equipos de cuidado infantil (Incubadoras).	NO CUMPLE	Certificado de calibracion sin firma, Certificado de calibracion E5209-21 refiere "Los certificados de calibración sin firma no serán válidos"	9 Analizador de equipos de cuidado infantil (Incubadoras).	CUMPLE	
10 Tacómetro estroboscopio.	NO CUMPLE	Certificado de calibracion sin firma, Certificado de calibracion J11703-21 refiere "Los certificados de calibración sin firma no serán válidos"	10 Tacómetro estroboscopio.	CUMPLE	
11 Anallizador de flujo de gases.	NO CUMPLE	Certificado de calibracion sin firma, Certificado de calibracion C4512-21 refiere "Los certificados de calibración sin firma no serán válidos"	11 Analizador de flujo de gases.	CUMPLE	
12 Simulador de prueba de Rayos X	CUMPLE		12 Simulador de prueba de Rayos X	CUMPLE	

flor?

EVALUACION DE REQUISITOS DE CAPACIDAD  
TÉCNICA INVITACIÓN PÚBLICA No. 0004-I.P.A.P.2022



**OBJETO:** CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD Y USO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL NARIÑO. EN SUS ÁREAS MISIONALES Y DE APOYO EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1769 DE 1944. Y DEMÁS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON EL OBJETO.




13 Juegos de masas.	NO CUMPLE	Certificados de calibración sin firma de quien revisa y autoriza, Certificados de calibración 47938 C, 47939 C, 47940 C, 47941 C, 47942 C, 50833 C, 50832 C y 50831 C refieren "Los certificados de calibración sin firma no serán válidos"	13 Juegos de masas.	CUMPLE	
14 Analizador de temperatura y presión de equipos de esterilización.	CUMPLE		14 Analizador de temperatura y presión de equipos de esterilización.	CUMPLE	
15 Patrón de termo higrometría.	NO CUMPLE	Certificado de calibración sin firma, Certificado de calibración E5209-21 refiere "Los certificados de calibración sin firma no serán válidos"	15 Patrón de termo higrometría.	CUMPLE	
16 Simulador de monitoreo fetal	NO CUMPLE	Certificado de calibración sin firma, Certificado de calibración J17912-21 refiere "Los certificados de calibración sin firma no serán válidos"	16 Simulador de monitoreo fetal	CUMPLE	
17 Balanza analítica con 5 o más cifras significativas decimales, con una resolución mínima de 0.01mg.	NO CUMPLE	Certificado de calibración sin firma, Certificado de calibración 17307 B refiere "Los certificados de calibración sin firma no serán válidos" Resolución mínima de 0,1 mg	17 Balanza analítica con 5 o más cifras significativas decimales, con una resolución mínima de 0.01mg.	CUMPLE	
18 Manómetro(s) patrón de baja presión (Con un rango Mínimo 0 a 100 psi resolución mínima)	NO CUMPLE	Certificado de calibración sin firma, Certificado de calibración C4512-21 refiere "Los certificados de calibración sin firma no serán válidos"	18 Manómetro(s) patrón de baja presión (Con un rango Mínimo 0 a 100 psi resolución mínima 0.1)	CUMPLE	
19 Manómetro(s) patrón de alta presión (Con un rango Mínimo 0 a 4.000 psi resolución mínima 1	NO CUMPLE	Certificado de calibración sin firma, Certificado de calibración C4612-21 refiere "Los certificados de calibración sin firma no serán válidos"	19 Manómetro(s) patrón de alta presión (Con un rango Mínimo 0 a 4.000 psi resolución	CUMPLE	

OBSERVACIONES

Los requisitos técnicos que no cumple el oferente STERILIZE SERVICE SAS podran ser subsanados de acuerdo con lo establecido en la presente Invitación Pública por ser requisitos habilitantes

Revisó:   
LYNNAIRO MELO DELGADO PABON  
Profesional Universitario Recursos Físicos

Elaboró:   
FLOR ANGELA RIASCOS CAPERO  
Técnico Operativo de Mantenimiento

Elaboró:   
GREGORY LEGARDA  
Ingeniero Electrónico contratista