

EVALUACION DE SUBSANACION REQUISITOS DE CAPACIDAD
TÉCNICA INVITACIÓN PÚBLICA No. 0004-I.P.A.P.2022





OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD Y USO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL NARIÑO, EN SUS ÁREAS MISIONALES Y DE APOYO EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1769 DE 1944. Y DEMÁS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON EL OBJETO.



REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA: EQUIPOS MÍNIMOS: certificados de calibración vigentes de los equipos de simulación biomédica a nombre del proponente.

STERILIZE SERVICE			BIOELECTROMEDICAL SERVICE		
REQUISITO	EVALUACIÓN	OBSERVACION	REQUISITO	EVALUACIÓN	OBSERVACION
1 Simulador de paciente con parámetros ECG, temperatura, respiración y generador de ondas.	CUMPLE	SUBSANA	1 Simulador de paciente con parámetros ECG, temperatura, respiración y generador de ondas.	CUMPLE	
2 Simulador digital de presión no invasiva.	CUMPLE	SUBSANA	2 Simulador digital de presión no invasiva.	CUMPLE	
3 Simulador digital de presión invasiva.	CUMPLE	SUBSANA	3 Simulador digital de presión invasiva.	CUMPLE	
4 Analizador de sistema de electro cirugía.	CUMPLE	SUBSANA	4 Analizador de sistema de electro cirugía.	CUMPLE	
5 Analizador para desfibrilador.	CUMPLE	SUBSANA	5 Analizador para desfibrilador.	CUMPLE	
6 Analizador de marcapasos.	CUMPLE	SUBSANA	6 Analizador de marcapasos.	CUMPLE	
7 Analizador de lámparas de fototerapia.	CUMPLE	SUBSANA	7 Analizador de lámparas de fototerapia.	CUMPLE	
8 Simulador de paciente con parámetro de saturación de oxígeno.	CUMPLE	SUBSANA	8 Simulador de paciente con parámetro de saturación de oxígeno.	CUMPLE	
9 Analizador de equipos de cuidado infantil (Incubadoras).	CUMPLE	SUBSANA	9 Analizador de equipos de cuidado infantil (Incubadoras).	CUMPLE	
10 Tacómetro estroboscópico.	CUMPLE	SUBSANA	10 Tacómetro estroboscópico.	CUMPLE	
11 Analizador de flujo de gases.	CUMPLE	SUBSANA	11 Analizador de flujo de gases.	CUMPLE	
12 Simulador de prueba de Rayos X	CUMPLE		12 Simulador de prueba de Rayos X	CUMPLE	
13 Juegos de masas.	CUMPLE	SUBSANA	13 Juegos de masas.	CUMPLE	
14 Analizador de temperatura y presión de equipos de esterilización.	CUMPLE		14 Analizador de temperatura y presión de equipos de esterilización.	CUMPLE	
15 Patrón de termo higrometría.	CUMPLE	SUBSANA	15 Patrón de termo higrometría.	CUMPLE	


EVALUACION DE SUBSANACION REQUISITOS DE CAPACIDAD
 TÉCNICA INVITACIÓN PÚBLICA No. 0004-I.P.A.P.2022

		OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD Y USO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL NARIÑO. EN SUS ÁREAS MISIONALES Y DE APOYO EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1769 DE 1944, Y DEMÁS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON EL OBJETO.			
16 Simulador de monitoreo fetal	CUMPLE	SUBSANA	16 Simulador de monitoreo fetal	CUMPLE	
17 Balanza analítica con 5 o más cifras significativas decimales, con una resolución mínima de 0.01mg.	CUMPLE	SUBSANA	17 Balanza analítica con 5 o más cifras significativas decimales, con una resolución mínima de 0.01mg.	CUMPLE	
18 Manómetro(s) patrón de baja presión (Con un rango Mínimo 0 a 100 psi resolución mínima 0.1 psi)	CUMPLE	SUBSANA	18 Manómetro(s) patrón de baja presión (Con un rango Mínimo 0 a 100 psi resolución mínima 0.1 psi)	CUMPLE	
19 Manómetro(s) patrón de alta presión (Con un rango Mínimo 0 a 4.000 psi resolución mínima 1 psi).	CUMPLE	SUBSANA	19 Manómetro(s) patrón de alta presión (Con un rango Mínimo 0 a 4.000 psi resolución mínima 1 psi).	CUMPLE	

OBSERVACIONES

El oferente **STERILIZE SERVICE** subsana los requisitos habilitantes que no cumplió la anterior evaluación

Revisó


 LYNN JAIRO MELO DELGADO PABON
 Profesional Universitario Recursos Físicos

Elaboró:


 FLOR ANGELA RIASCOS CAPERA
 Técnico Operativo de Mantenimiento

Esbozó:


 GREGORY LEGARDA
 Ingeniero Electrónico contratista