

Evaluación Técnica Solicitud Simple de Olerías 0010 - SS.O. 2022 Columna y Neurocirugía

| SISTEMA | Item | Descripción del producto cotizado a cotizar (textual como aparece en la solicitud de cotización estudio de mercado) | Descripción del producto cotizado (información propia del oferente) | Empresa Cotizante | Registro sanitario | Unidad de medida cotizada (gipletista, espesa, ampolla, unidad, etc) | Estado del Registro Sanitario | Producto corresponde con lo cotizado (SI/NO) | Resultado de la Evaluación Técnica (CUMPLE/NO CUMPLE) | OBSERVACION |
|--|----------------------------|---|---|--|--|--|-------------------------------|--|---|--|
| COLUMNA CERVICAL ANTERIOR MAS REEMPLAZO DE DISCO | 1 | PLACA AUTOESTABLE X (TODOS LOS TAMAÑOS) | | Comercializadora Fijación Externa S.A.S. | 2017DM - 0015921 | Unidad | SUSPENDIDO | SI | CUMPLE | EL REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, SIN EMBARGO, ANEXAN RESOLUCION DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION DE REGISTRO SANITARIO |
| | | TORNILLO POLIAXIAL 4.0 X 12, 14, 16 | | Comercializadora Fijación Externa S.A.S. | 2017DM - 0015921 | Unidad | SUSPENDIDO | SI | CUMPLE | EL REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, SIN EMBARGO, ANEXAN RESOLUCION DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION DE REGISTRO SANITARIO |
| | | CAJA CERVICAL EN PEER (TODOS LOS TAMAÑOS) | | Comercializadora Fijación Externa S.A.S. | 2012DM-0008815 | Unidad | EN TRAMITE DE RENOVACION | SI | CUMPLE | |
| | 2 | PLACA AUTOESTABLE X (TODOS LOS TAMAÑOS) | | Comercializadora Fijación Externa S.A.S. | 2017DM - 0015921 | Unidad | SUSPENDIDO | SI | CUMPLE | EL REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, SIN EMBARGO, ANEXAN RESOLUCION DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION DE REGISTRO SANITARIO |
| | | TORNILLO POLIAXIAL 4.0 X 12, 14, 16 | | Comercializadora Fijación Externa S.A.S. | 2017DM - 0015921 | Unidad | SUSPENDIDO | SI | CUMPLE | EL REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, SIN EMBARGO, ANEXAN RESOLUCION DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION DE REGISTRO SANITARIO |
| | | MALLA CERVICAL (TODAS LAS LONGITUDES) | | Comercializadora Fijación Externa S.A.S. | 2012DM-0008815 | Unidad | EN TRAMITE DE RENOVACION | SI | CUMPLE | |
| | 3 | TORNILLO POLIAXIAL CERVICAL 3.5 (TODAS LAS LONGITUDES) | | Comercializadora Fijación Externa S.A.S. | 2017DM - 0015921 | Unidad | SUSPENDIDO | SI | CUMPLE | EL REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, SIN EMBARGO, ANEXAN RESOLUCION DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION DE REGISTRO SANITARIO |
| | | TORNILLO DE BLOQUEO | | Comercializadora Fijación Externa S.A.S. | 2017DM - 0015921 | Unidad | SUSPENDIDO | SI | CUMPLE | EL REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, SIN EMBARGO, ANEXAN RESOLUCION DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION DE REGISTRO SANITARIO |
| | | BARRAS LONGITUDINALES CERVICALES x120mm | | Comercializadora Fijación Externa S.A.S. | 2017DM - 0015921 | Unidad | SUSPENDIDO | SI | CUMPLE | EL REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, SIN EMBARGO, ANEXAN RESOLUCION DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION DE REGISTRO SANITARIO |
| | COLUMNA CERVICAL POSTERIOR | | GAUCHO LAMINAR CERVICAL | | Comercializadora Fijación Externa S.A.S. | 2017DM - 0015921 | Unidad | SUSPENDIDO | SI | CUMPLE |

| SISTEMA | SUBSISTEMA | Item | Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en la solicitud de cotización estudio de mercado) | Descripción del producto cotizado (información propia del oferente) | Empresa Cotizante | Registro sanitario | Unidad de medida cotizada (caja, tableta, capsula, ampolla, unidad, etc) | Estado del Registro Sanitario | Producto correspondiente al solicitado (SI/NO) | Resultado de la Evaluación Técnica (CUMPLE/NO CUMPLE) | OBSERVACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|---------------------------------|---|---|--|--------------------|--|-------------------------------|--|---|--|---|--|----------------|--------|------------|----|--------|--|------------------------------|--|----------------|--------|------------|----|--------|--|---|--|----------------|--------|------------|----|--------|--|---|--|----------------|--------|------------|----|--------|--|---------------------|--|----------------|--------|------------|----|--------|--|---|--|----------------|--------|------------|----|--------|--|-------------------------|--|----------------|--------|------------|----|--------|--|------------------------|--|----------------|--------|------------|----|--------|--|
| COLUMNA CERVICAL POSTERIOR | 3 | BARRA TRANSVERSA X 40, 60, 80mm | | | Comercializadora Filial Externa S.A.S. | 2017DM-0015921 | Unidad | SUSPENDIDO | SI | CUMPLE | EL REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, SIN EMBARGO, ANEXAN RESOLUCION DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION DE REGISTRO SANITARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | BARRA PLACA (FIJACION OCCIPITOCERVICAL) | Comercializadora Filial Externa S.A.S. | 2017DM-0015921 | Unidad | SUSPENDIDO | SI | CUMPLE | EL REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, SIN EMBARGO, ANEXAN RESOLUCION DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION DE REGISTRO SANITARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COLECTOR TRANSVERSO CERVICAL | Comercializadora Filial Externa S.A.S. | 2017DM-0015921 | Unidad | SUSPENDIDO | SI | CUMPLE | EL REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, SIN EMBARGO, ANEXAN RESOLUCION DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION DE REGISTRO SANITARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TORNILLO POLIAXIAL (TODOS LOS DIAMETROS Y LONGITUDES) | Comercializadora Filial Externa S.A.S. | 2017DM-0015921 | Unidad | SUSPENDIDO | SI | CUMPLE | EL REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, SIN EMBARGO, ANEXAN RESOLUCION DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION DE REGISTRO SANITARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TORNILLO MONOAXIAL (TODOS LOS DIAMETROS Y LONGITUDES) | Comercializadora Filial Externa S.A.S. | 2017DM-0015921 | Unidad | SUSPENDIDO | SI | CUMPLE | EL REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, SIN EMBARGO, ANEXAN RESOLUCION DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION DE REGISTRO SANITARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TORRILLO DE BLOQUEO | Comercializadora Filial Externa S.A.S. | 2017DM-0015921 | Unidad | SUSPENDIDO | SI | CUMPLE | EL REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, SIN EMBARGO, ANEXAN RESOLUCION DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION DE REGISTRO SANITARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BARRAS LONGITUDINALES X 60 (TODAS LAS LONGITUDES) | Comercializadora Filial Externa S.A.S. | 2017DM-0015921 | Unidad | SUSPENDIDO | SI | CUMPLE | EL REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, SIN EMBARGO, ANEXAN RESOLUCION DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION DE REGISTRO SANITARIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GANCHO LAMINAR TORACICO | Comercializadora Filial Externa S.A.S. | 2017DM-0015921 | Unidad | SUSPENDIDO | SI | CUMPLE | EL REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, SIN EMBARGO, ANEXAN RESOLUCION DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION DE REGISTRO SANITARIO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GANCHO LAMINAR MEDIANO | Comercializadora Filial Externa S.A.S. | 2017DM-0015921 | Unidad | SUSPENDIDO | SI | CUMPLE | EL REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, SIN EMBARGO, ANEXAN RESOLUCION DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION DE REGISTRO SANITARIO |

Handwritten signature or initials.

| SISTEMA | Item | Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en la solicitud de cotización estudio de mercado) | Descripción del producto cotizado (información propia del oferente) | Empresa Cotizante | Registro sanitario | Unidad de medida cotizada (tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc) | Estado del Registro Sanitario | Producto cotizado corresponde con lo solicitado (SI/NO) | Resultado de la Evaluación Técnica (CUMPLE/NO CUMPLE) | OBSERVACIONES |
|--|------|---|---|--|--------------------|--|-------------------------------|---|---|--|
| COLUMNA TRANSPECULAR DORSOLUMBAR POSTERIOR | 4 | GANCHOS PEQUENOS | | Comercializadora Fijación Externa S.A.S. | 2017DM-0015921 | Unidad | SUSPENDIDO | SI | CUMPLE | EL REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, SIN EMBARGO, ANEXAN RESOLUCION DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION DE REGISTRO SANITARIO |
| | | | | Comercializadora Fijación Externa S.A.S. | 2017DM-0015921 | Unidad | SUSPENDIDO | SI | CUMPLE | EL REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, SIN EMBARGO, ANEXAN RESOLUCION DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION DE REGISTRO SANITARIO |
| | | | | Comercializadora Fijación Externa S.A.S. | 2017DM-0015921 | Unidad | SUSPENDIDO | SI | CUMPLE | EL REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, SIN EMBARGO, ANEXAN RESOLUCION DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION DE REGISTRO SANITARIO |
| | | | | Comercializadora Fijación Externa S.A.S. | 2017DM-0015921 | Unidad | SUSPENDIDO | SI | CUMPLE | EL REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, SIN EMBARGO, ANEXAN RESOLUCION DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION DE REGISTRO SANITARIO |
| COLUMNA TORACO LUMBAR | 5 | SCHWIZ O PIR LUMBAR | | Comercializadora Fijación Externa S.A.S. | 2012DM-0008815 | Unidad | EN TRAMITE DE RENOVACION | SI | CUMPLE | |
| | | | | Comercializadora Fijación Externa S.A.S. | 2012DM-0008815 | Unidad | EN TRAMITE DE RENOVACION | SI | CUMPLE | |
| | | ROTULA O COLECTOR | | Comercializadora Fijación Externa S.A.S. | 2012DM-0008815 | Unidad | EN TRAMITE DE RENOVACION | SI | CUMPLE | |
| | | CELDA DORSOLUMBAR EN PEEK 7mm | | Comercializadora Fijación Externa S.A.S. | 2012DM-0008815 | Unidad | EN TRAMITE DE RENOVACION | SI | CUMPLE | |

| SISTEMA | Item | Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en la solicitud de cotización estudio de mercado) | Descripción del producto cotizado (información propia del oferente) | Empresa Cotizante | Registro sanitario | Unidad de medida cotizada (tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc) | Estado del Registro Sanitario | Producto cotizado corresponde con lo solicitado (SI/NO) | Resultado de la Evaluación Técnica (CUMPLE/NO CUMPLE) | OBSERVACIONES | |
|--|------|---|---|---|---|--|-------------------------------|---|---|---------------|--|
| COLUMNA CERVICAL ANTERIOR MAS REEMPLAZO DE DISCO | 1 | PLACA AUTOESTABLE X (TODOS LOS TAMAÑOS) | Placa Cervical Autoestable X 28mm | Adriana Charves Davalos - Neuro Elementos | 2018DM-0001065-R1 | Unidad | EN TRAMITE DE RENOVACION | SI | CUMPLE | | |
| | | | Tornillo Poliaxial 4.0 x 12, 14, 16 | Adriana Charves Davalos - Neuro Elementos | 2018DM-0001065-R1 | Unidad | EN TRAMITE DE RENOVACION | SI | CUMPLE | | |
| | | | CAJA CERVICAL EN PEEK (TODOS LOS TAMAÑOS) | Caja Cervical en PEEK de 5,7mm | Adriana Charves Davalos - Neuro Elementos | 2021DM-0006328-R1 | Unidad | EN TRAMITE DE RENOVACION | SI | CUMPLE | |
| | | | PLACA AUTOESTABLE X (TODOS LOS TAMAÑOS) | Placa Cervical Autoestable X 28mm | Adriana Charves Davalos - Neuro Elementos | 2018DM-0001065-R1 | Unidad | EN TRAMITE DE RENOVACION | SI | CUMPLE | |
| | | | Tornillo Poliaxial 4.0 x 12, 14, 16 | Tornillo Horizontal 4.0 x 14mm | Adriana Charves Davalos - Neuro Elementos | 2018DM-0001065-R1 | Unidad | EN TRAMITE DE RENOVACION | SI | CUMPLE | |
| | | | MALLA CERVICAL (TODAS LAS LONGITUDES) | Malla Cervical de 12x16mm | Adriana Charves Davalos - Neuro Elementos | 2021DM-0007142-R1 | Unidad | EN TRAMITE DE RENOVACION | SI | CUMPLE | |
| | | | TORNILLO POLIAXIAL CERVICAL 3.5 (TODAS LAS LONGIT) | Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x10 | Adriana Charves Davalos - Neuro Elementos | 2018DM-0000666-R1 | Unidad | EN TRAMITE DE RENOVACION | SI | CUMPLE | |
| | | | TORNILLO DE BLOQUEO | Tornillo de Bloqueo | Adriana Charves Davalos - Neuro Elementos | 2018DM-0000666-R1 | Unidad | EN TRAMITE DE RENOVACION | SI | CUMPLE | |
| | | | BARRAS LONGITUDINALES CERVICALES x 120mm | Barra Longitudinal Cervical 3.5 x 120 | Adriana Charves Davalos - Neuro Elementos | 2018DM-0000666-R1 | Unidad | EN TRAMITE DE RENOVACION | SI | CUMPLE | |
| | | | GANCHOS LAMINAR CERVICAL | Gancho Laminar Cervical | Adriana Charves Davalos - Neuro Elementos | 2018DM-0000666-R1 | Unidad | EN TRAMITE DE RENOVACION | SI | CUMPLE | |
| COLUMNA CERVICAL POSTERIOR | 3 | BARRA TRANSVERSA X 40, 60, 80mm | Barra Transversa x 40 | Adriana Charves Davalos - Neuro Elementos | 2018DM-0000666-R1 | Unidad | EN TRAMITE DE RENOVACION | SI | CUMPLE | | |
| | | | BARRA PLACA (FUJACION OCCIPITOCERVICAL) | Barra Placa Occipital | Adriana Charves Davalos - Neuro Elementos | 2018DM-0000666-R1 | Unidad | EN TRAMITE DE RENOVACION | SI | CUMPLE | |
| | | | CONECTOR TRANSVERSO CERVICAL | Gancho Conector Cervical | Adriana Charves Davalos - Neuro Elementos | 2018DM-0000666-R1 | Unidad | EN TRAMITE DE RENOVACION | SI | CUMPLE | |

| Item | Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en la solicitud de cotización estudio de mercado) | Empresa Cotizante | Registro sanitario | Unidad de medida cotizada (fibrada, capsula, ampolla, unidad, etc) | Estado del Registro Sanitario | Producto corresponde con lo solicitado (SI/NO) | Resultado de la Evaluación Técnica (CUMPLE/NO CUMPLE) | OBSERVACIONES | |
|------|---|---|--|--|-------------------------------|--|---|---------------|--------|
| 4 | COLUMNNA TRANSPEDICULAR DORSOLUMBAR POSTERIOR | TORNILLO POLIAXIAL (TODOS LOS DIAMETROS Y LONGITUDES) | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2018DM-0000663-R1 | Unidad | VIGENTE | SI | CUMPLE | |
| | | TORNILLO MONOAXIAL (TODOS LOS DIAMETROS Y LONGITUDES) | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2018DM-0000663-R1 | Unidad | VIGENTE | SI | SI | CUMPLE |
| | | TORNILLO DE BLOQUEO | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2018DM-0000663-R1 | Unidad | VIGENTE | SI | SI | CUMPLE |
| | | BARRAS LONGITUDINALES X 60 (TODAS LAS LONGITUDES) | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2018DM-0000663-R1 | Unidad | VIGENTE | SI | SI | CUMPLE |
| | | GANCHO LAMINAR TORACICO | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2018DM-0000663-R1 | Unidad | VIGENTE | SI | SI | CUMPLE |
| | | GANCHO LAMINAR MEDIANO | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2018DM-0000663-R1 | Unidad | VIGENTE | SI | SI | CUMPLE |
| | | GANCHO PEDICULAR | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2018DM-0000663-R1 | Unidad | VIGENTE | SI | SI | CUMPLE |
| | | GANCHO CONECTOR | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2018DM-0000663-R1 | Unidad | VIGENTE | SI | SI | CUMPLE |
| | | BARRA TRANSVERSA X 40, 60, 80 Y 100mm | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2018DM-0000663-R1 | Unidad | VIGENTE | SI | SI | CUMPLE |
| | | RODULA O CORRECTOR | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2018DM-0000664-R1 | Unidad | VIGENTE | SI | SI | CUMPLE |
| | | SCHANIZ O PII LUMBAR | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2018DM-0000664-R1 | Unidad | VIGENTE | SI | SI | CUMPLE |
| 5 | COLUMNNA TORACOLUMBAR | CAJA CERVICAL EN PEEK 7mm | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2024DM-0006328-R1 | Unidad | VIGENTE | SI | CUMPLE | |
| | | CAJA CERVICAL EN PEEK 7mm | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2024DM-0006328-R1 | Unidad | VIGENTE | SI | SI | CUMPLE |

Evaluación Técnica Solicitud Simple de Ofertas 0010--SS-O-2022 Columna y Neurocirugia

| Item | Descripción del producto cotizado (información propia del oferente) | Empresa Cotizante | Registro sanitario | Unidad de medida cotizada (fibrada, capsula, ampolla, unidad, etc) | Estado del Registro Sanitario | Producto corresponde con lo solicitado (SI/NO) | Resultado de la Evaluación Técnica (CUMPLE/NO CUMPLE) | OBSERVACIONES |
|------|---|--|--------------------|--|-------------------------------|--|---|---------------|
| 1 | PLACA DE TITANIO RECTAS DE 1.5mm DE 2 ORIFICIOS C/P | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2014DM-0011671 | Unidad | VIGENTE | SI | CUMPLE | |
| 2 | PLACA DE TITANIO RECTAS DE 1.5mm DE 2 ORIFICIOS P/L | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2014DM-0011671 | Unidad | VIGENTE | SI | CUMPLE | |
| 3 | PLACA DE TITANIO DE 1.5mm DOBLE Y | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2014DM-0011671 | Unidad | VIGENTE | SI | CUMPLE | |
| 4 | PLACA EN TITANIO EN CUADRO PEQUENA | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2014DM-0011671 | Unidad | VIGENTE | SI | CUMPLE | |
| 5 | MALLA DINAMICA CRANEOPLASTIA 30 X 130MM | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2014DM-0011671 | Unidad | VIGENTE | SI | CUMPLE | |
| 6 | MALLA DINAMICA CRANEOPLASTIA 140 X 200MM 6MM | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2019DM-0002850-R1 | Unidad | VIGENTE | SI | CUMPLE | |
| 7 | TORNILLO 1.5 o 1.6 X 4mm-5mm-6mm AUTOPEFORANTE | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2014DM-0011671 | Unidad | VIGENTE | SI | CUMPLE | |
| 8 | CERRRES CRANEALES TAMAÑO S X 12MM | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2013DM-0009549 | Unidad | VIGENTE | SI | CUMPLE | |
| 9 | CERRRES CRANEALES TAMAÑO L X 16MM | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2013DM-0009549 | Unidad | VIGENTE | SI | CUMPLE | |
| 10 | SET MANIJERAS DOBLES DESECHABLES PARA RESECCION DE TUMOR POR MEDIO DE ULTRASONIDO | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2019BC-0003714-R1 | Unidad | VIGENTE | SI | CUMPLE | |
| 11 | SONOTRODO PARA DISECCION OSEA MEDIANTE ULTRAS | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2019BC-0003714-R1 | Unidad | VIGENTE | SI | CUMPLE | |

NEUROCIROGIA

| Item | Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en la solicitud de cotización estudio de mercado) | Descripción del producto cotizado (información propia del oferente) | Empresa Cotizante | Registro sanitario | Unidad de medida cotizada (epipilato, capsula, ampolla, unidad, etc) | Estado del Registro Sanitario | Producto correspondiente con lo solicitado (SI/NO) | Resultado de la Evaluación Técnica (CUMPLE/NO CUMPLE) | OBSERVACIONES |
|------|--|---|--|--------------------|--|-------------------------------|--|---|---------------|
| 12 | INSUMOS PARA GUIA DE NEUROLOCALIZACION (ESFERAS REFLECTIVAS Y HIDUICAS) | SET NEUROLOCALIZADOR CON ESFERAS REFLECTIVAS | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2013DM-0010258 | Unidad | VGENTE | SI | CUMPLE | |
| 13 | KIT DE ESTEROTAXIA (AGUA DE BIOSISIA) MAS SOFTWARE DE PLANEACION | KIT DE ESTEROTAXIA + SOFTWARE DE PLANEACION | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2019DM-0019894 | Unidad | VGENTE | SI | CUMPLE | |
| 14 | QUICHILLA PARA CORTE DE HUESO | QUICHILLA PARA CORTE DE HUESO REDONDA 4.0MM | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2019DM-0004606-R1 | Unidad | VGENTE | SI | CUMPLE | |
| 15 | FRASA PARA CORTE DE HUESO | FRASA CORTE DE HUESO PUNTA CONICA 2.3MM | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2019DM-0004606-R1 | Unidad | VGENTE | SI | CUMPLE | |
| 16 | SOLUCION TOPICA DE YODO AL 0.7% MAS ALCOHOL ISOPROPILICO AL 74% X 28ml | DUREPAR PEP 2016M-0004685 R1 | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2016M-0004685-R1 | Unidad | EN TRAMITE DE RENOVACION | SI | CUMPLE | |
| 17 | GRAPAS PARA CIERRE DE PIEL X 35 GRAPAS | KIT DE AGRAFES - GRAPADORA DE PIEL | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2013DM-0010508 | Unidad | VGENTE | SI | CUMPLE | |
| 18 | GEL BARRERA ANTIADEHERENCIAS DE 1.500 | GEL BARRERA ANTIADEHERENCIAS DE 1.5 | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2014DM-0012307 | Unidad | VGENTE | SI | CUMPLE | |
| 19 | SELLANTE DE FIBRINA A BASE DE FIBRINOGENO HUMANO DE 72 A 110mg/PROTININA 3000 ml TROMBINA HUMANA 500ml/CLORURO DE CALCIO 40ml DE 2ml | TISSEL VISO, LYO 2 ML 2010M-0010344 | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2010M-0010344 | Unidad | EN TRAMITE DE RENOVACION | SI | CUMPLE | |
| 20 | REGENERADOR DE DURAMADRE DE COLAGENO 2.5 X 2.5cm | IMPLANTE DE COLAGENO DUREPAR 2.5CM X 2.5CM | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2021DM-0007528-R1 | Unidad | VGENTE | SI | CUMPLE | |
| 21 | REGENERADOR DE DURAMADRE DE COLAGENO 7.5 X 7.5cm | IMPLANTE DE COLAGENO DUREPAR 7.5CM X 7.5 CM | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2021DM-0007528-R1 | Unidad | VGENTE | SI | CUMPLE | |
| 22 | REGENERADOR DE DURAMADRE DE COLAGENO 5 X 6cm | IMPLANTE DE COLAGENO DUREPAR 5CM X 6CM | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2021DM-0007528-R1 | Unidad | VGENTE | SI | CUMPLE | |
| 23 | REGENERADOR DE DURAMADRE DE COLAGENO 10 X 12.5cm | IMPLANTE DE COLAGENO DUREPAR 10 X 12.5 CM | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2021DM-0007528-R1 | Unidad | VGENTE | SI | CUMPLE | |
| 24 | MATIZ HEMOSTATICA (TROMBINA HUMANA 2500UHD/CLORURO DE SODIO) X 5ml | FLOSEAL HEMOSTATICO TROMBINA X 5 ML RESERVORIO VACIO 100UL | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2018DM-0017899 | Unidad | VGENTE | SI | CUMPLE | |
| 25 | DE SILENCIO CON TROCAR PUNZON 1/8 400cc Y RESERVA | DREN ACUMULADO DE DRENALDE DE 10FR BLAKE | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2013DM-0004488-R1 | Unidad | VGENTE | SI | CUMPLE | |
| 26 | KIT VALVULA DERRIVACION L.C. PRESION ALTA CONTORN | KIT VALVULA DERRIVACION L.C. PRES ALTA CONTORN | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2019DM-0002459-R1 | Unidad | VGENTE | SI | CUMPLE | |
| 27 | KIT VALVULA DERRIVACION L.C. PRESION BAJA CONTORN | KIT VALVULA DERRIVACION L.C. PRESION BAJA CONTORN | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2019DM-0002459-R1 | Unidad | VGENTE | SI | CUMPLE | |
| 28 | KIT VALVULA DERRIVACION L.C. PRESION MEDIA CONTORN | KIT VALVULA DERRIVACION L.C. PRESION MEDIA CONTORN | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2019DM-0002459-R1 | Unidad | VGENTE | SI | CUMPLE | |
| 29 | VALVULA PROGRAMABLE DE VARIOS NIVELES DE PRESION | VALVULA DERRIVACION L.C. PROGRAMABLE INCLAVE CAT PERITONEAL Y CAT VENTRICULAR | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2019DM-0002459-R1 | Unidad | VGENTE | SI | CUMPLE | |
| 30 | KIT CATEREER Y ENTUBULO AR-PRONTONAL CON RECURSOS ANTIBIOTICO | KIT CATEREER BACTERIAL FRIO PERITONEAL Y VENTRICULAR 823072 | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2020DM-0003613-R1 | Unidad | VGENTE | SI | CUMPLE | |

| Item | Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en la solicitud de cotización estudio de mercado) | Descripción del producto cotizado (información propia del oferente) | Empresa Cotizante | Registro sanitario | Unidad de medida cotizada (ej: tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc) | Estado del Registro Sanitario | Producto correspondiente al estado (S/N/O) | Resultado de la Evaluación Técnica (CUMPLE/NO CUMPLE) | OBSERVACIONES |
|------|---|---|--|----------------------------------|--|--------------------------------|--|---|---|
| 31 | CATERER VENTRICULAR ESTANDAR DE 23CM CON RECUBRIMIENTO ANTIBIOTICO | CATERER VENTRICULAR ESTANDAR 23 CM IN PREG BAR | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2019DM-0002459-R1 | Unidad | VIGENTE | SI | CUMPLE | |
| 32 | CATERER PERITONEAL/CARDIACO 90CM STANDARD CON RECUBRIMIENTO ANTIBIOTICO | CATERER PERITONEAL/CARDIACO 90CM STANDARD INH | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2019DM-0002459-R1 | Unidad | VIGENTE | SI | CUMPLE | |
| 33 | CONECTOR RECTO (PARA UNION DE CATERER PERITONEAL Y VENTRICULAR) | CONECTOR RECTO | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2019DM-0002459-R1 | Unidad | VIGENTE | SI | CUMPLE | |
| 34 | KIT SENSOR VENTRICULAR PARA MONITOREO DE PIC | KIT SENSOR VENTRICULAR PARA MONITOREO DE PIC | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2019EBC-0020178 | Unidad | VIGENTE | SI | CUMPLE | |
| 35 | SISTEMA RECOLECTOR PARA SENSOR VENTRICULAR (BOLSA RECOLECTORA X 700ml) | KIT DE DRENAJE VENTRICULAR EXTERNO | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2019DM-0002459-R1 | Unidad | VIGENTE | SI | CUMPLE | |
| 36 | SISTEMA DE DRENAJE Y MONITOREO EXTERNO HASTA 32 mm hg y cm H2O (CATERER VENTRICULAR Y BOLSA COLECTORA X 600ml) | SISTEMA DE DRENAJE Y MONITOREO EXTERNO DUET | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2019DM-0020469 | Unidad | VIGENTE | SI | CUMPLE | |
| 37 | KIT SENSOR INTRAPARENQUIMATOSO PARA MONITOREO DE PIC (TORNILLO, BROCA, MEDIDOR, CALIBRADOR Y SENSOR DE FIBRA OPTICA) | KIT SENSOR INTRAPARENQUIMATOSO PARA MONITOREO DE PIC | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2019EBC-0020178 | Unidad | VIGENTE | SI | CUMPLE | |
| 38 | IMPLANTE DE MEDIDA EN CRANEO EN PEEK (INCLUYE SET DE TORNILLOS Y MINIPLACAS) | IMPLANTE DE CRANEO EN PEEK TECHFIT (INCLUYE SET DE TORNILLOS Y MINIPLACAS) | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | AUTORIZACION POR PARTE DE INVIMA | Unidad | NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO | SI | CUMPLE | Allegan certificado de no requerimiento de Registro Sanitario |
| 39 | IMPLANTE A LA MEDIDA EN TITANIO (INCLUYE SET DE PLACAS Y TORNILLOS) | IMPLANTE DE CRANEO EN TITANIO TECHFIT (INCLUYE SET DE TORNILLOS Y MINIPLACAS) | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | AUTORIZACION POR PARTE DE INVIMA | Unidad | NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO | SI | CUMPLE | Allegan certificado de no requerimiento de Registro Sanitario |
| 40 | PUNTAS FRIAS HEMOSTATICAS BIPOLARES x 22cm | PUNTAS ISOCOOL BIPOLARES | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2018DM-0002464-R1 | Unidad | VIGENTE | SI | CUMPLE | |
| 41 | PUNTA BIPOLEAR PARA HUESO X 6.0mm | Bipolar Sealer Aquamantys 6.0 | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2013EBC-0009553 | Unidad | VIGENTE | SI | CUMPLE | |
| 42 | SET DE CLIPS PARA ANEURISMAS CEREBRALES (RECTOS, CURVOS, TEMPORALES, PERMANENTES, SEMIPERMANENTES) | CLIP DE ANEURISMA MINI YASARIC PERMANENTE DE 7.0 MM ANGULADO | Adriana Chaves Davalos - Neuro Elementos | 2014DM-0011109 | Unidad | VIGENTE | SI | CUMPLE | |

NEUROCIRUGIA


Cumplimiento criterios habilitantes por oferente Sociedad Simple de Oferta, Marque con "CUMPLE", "NO CUMPLE" o "NO APLICA", según corresponda

| Evaluación Técnica Solicitud Simple de Ofertas 0010-SS-0-2022 Columna y Neurocirugía | | | |
|--|----------------|--|--|
| Oferente | Cumple CCA/BPM | Cumple como establecimiento farmacéutico mayorista | Resultados de la evaluación técnica |
| ADRIANA CHAVES DAVALOS - NEUROELEMENTOS | NO APLICA | CUMPLE | CUMPLE EN LA LINEA DE NEUROCIURUGIA Y DE COLUMNA |
| | | | Observaciones del por qué no cumple |


06/2

Evaluación Técnica Solicitud Simple de Ofertas 0030 -SS.O.2022 Columna y Neurocirugía


| Ofertante | Cumple CCA/BPM | Cumple como establecimiento farmacéutico mayorista | Resultado requisitos Habilitantes | Resultado de la evaluación técnica | Observaciones del por qué no cumple |
|--|----------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| COMERCIALIZADORA FUNCION EXTERNA S.A.S | CUMPLE | NO APLICA | CUMPLE | CUMPLE EN LA LINEA DE COLUMNA | |



Q.F. KEY SÁLGADO



I.Q. CAMILA BEHAVIDES



Q.F. TOMÁS VALENCIA

