

Dimensiones: 520mm de ancho x 2082mm de largo. Altura mínima: 700-1040mm, con una tolerancia +/- 10% de las dimensiones	CUMPLE	En fecha técnica se evidencian las siguientes medidas: 500 mm de ancho-2000 mm de largo-685-113mm alto	CUMPLE	En la Ficha técnica se evidencian las siguientes medidas: 500 mm de ancho- 2080 mm de largo- 690-1090 alto	CUMPLE	Se evidencian las siguientes dimensiones en el documento 2072mm LARGO-520mm DE ANCHO- 690,1020mm Alto	CUMPLE	En la fecha técnica se evidencian las siguientes dimensiones: 2000 mm de largo-520mm de ancho- 1010 mm alto	CUMPLE	2082 mm de largo- 520 mm de ancho, 700-1040mm de alto
Desplazamiento longitudinal total mínimo de 350mm con una tolerancia +/- 10%.	CUMPLE	Ninguna	CUMPLE	NO CUMPLE	El desplazamiento longitudinal solicitado por la entidad es de mínimo 350 mm, se ofrecen 300 mm el cual no cumple con el ítem requerido	CUMPLE	CUMPLE	Ninguna	NO CUMPLE	El desplazamiento longitudinal solicitado por la entidad es de mínimo 350 mm, se ofrecen 270 mm el cual no cumple con el ítem requerido
Trendelenburg/Trendelenburg Inversa: 30°/30° con una tolerancia ±5°	CUMPLE	Ninguna	CUMPLE	CUMPLE	Ninguna	Ninguna	CUMPLE	Ninguna	CUMPLE	NINGUNA
Intervalo de inclinación lateral: 0-20° o mayor	CUMPLE	Ninguna	CUMPLE	CUMPLE	Ninguna	Ninguna	CUMPLE	Ninguna	CUMPLE	NINGUNA
Sección de espalda +80°/-30° ±5°	CUMPLE	En fecha técnica se evidencian los siguientes ángulos de sección de espalda 80°/-40°	CUMPLE	En la fecha técnica se evidencian los siguientes ángulos de sección de espalda 80°/-40°	En la documentación se evidencian los siguientes ángulos de sección de espalda " 80°/450°"	CUMPLE	CUMPLE	Ninguna	CUMPLE	NINGUNA
Movimiento de la cabeza: +40° a +60° / -90° o mayor	CUMPLE	En la fecha técnica se evidencian los siguientes ángulos de movimiento de cabeza	NO CUMPLE	En fecha técnica se evidencian los siguientes ángulos de movimiento de la cabeza "180°/90°" sin embargo en el manual de usuario se evidencian " (55°/58°)", se solicita aclaración ya que las medidas no coinciden en la documentación	Cumple	CUMPLE	CUMPLE	Ninguna	CUMPLE	NINGUNA
Movimiento de las piernas: +30°/-90° " Giro de 90° hacia el exterior de cada pierna PIERNAS: total 180° las dos piezas"	NO CUMPLE	No cumple con el ítem requerido ya que la entidad solicita un movimiento de piernas de " +30°/-90°" y se oferta un ángulo de movimiento de piernas de " 15°/-90°" el cual no cumple con los requerimientos del especialista.	NO CUMPLE	En fecha técnica se evidencian los siguientes ángulos en el movimiento de las piernas " (90°/-90°)", sin embargo en el manual de usuario se evidencian " (25°/-90°)", se solicita aclaración ya que las medidas no coinciden en la documentación.	en la documentación se evidencia "20°/-90°" en el movimiento de piernas, la entidad requiere un movimiento de "+30°/-90°" Se solicita aclarar.	CUMPLE	CUMPLE	Ninguna	CUMPLE	NINGUNA
Elevador de fémur radio lúcido 12cm ±1 cm o mayor.	CUMPLE	Ninguna	CUMPLE	Ninguna	Ninguna	CUMPLE	CUMPLE	Ninguna	CUMPLE	NINGUNA
ACCESORIO PARA CIRUGIA DE HOMBRO, se posiciona en la sección de asiento de las mesas una vez se eliminan la sección de piernas, colocar al paciente mediante el resorte de gas de apoyo. Apoya cabeza de varios ejes, permite una fácil colocación de la cabeza, Paneles de hombro desprendibles proporcionan acceso quirúrgico excelente para cada hombro. Incluye correas de sujeción de cabeza	NO CUMPLE	En la fecha técnica se menciona el accesorio para cirugía de hombro sin embargo no se evidencian especificaciones técnicas	CUMPLE	Ítem se encuentra en documento anexo "posicionador de hombro"	Ninguna	Se menciona el accesorio para cirugía de hombro, sin embargo no hay especificaciones técnicas	CUMPLE	Se menciona el accesorio para cirugía de hombro, sin embargo no hay especificaciones técnicas	CUMPLE	NINGUNA
SOPORTE PARA ARTROSCOPIA DE RODILLA, diámetro ajustable según las necesidades quirúrgicas. Un conjunto de tres piezas incluye colchonetas.	NO CUMPLE	En la fecha técnica se menciona el soporte para artroscopia de rodilla, sin embargo no se evidencian especificaciones técnicas de dicho elemento, se solicita aclarar si incluye un conjunto de tres piezas que incluya colchoneta.	CUMPLE	Ninguna	Se solicita anexas especificaciones técnicas de soporte para artroscopia de rodilla, ya que en el documento adjunto no se evidencia	Se menciona el accesorio para artroscopia de rodilla en fecha técnica, sin embargo no hay especificaciones técnicas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NINGUNA

PAR SOPORTE LATERAL, Montado sobre rieles laterales para apoyar el cuerpo del paciente en posición lateral. Almohadilla: con unas medidas aproximadas ordenadas de 4 cm de ancho, 15,5 cm de alto x 24,5 cm LARGO. Ajustable en altura de 0 a 15 cm o mayor COMPATIBLE CON MESA DE CIRUGIA.	NO CUMPLE	En la ficha técnica se menciona el par de soporte lateral, sin embargo no se evidencian especificaciones técnicas, se solicita anexar ficha técnica de estos accesorios	Se evidencia par de soporte lateral en ficha técnica, sin embargo no se especifican las medidas de la almohadilla, se solicita aclarar especificaciones técnicas	NO CUMPLE	En la ficha técnica se relaciona el soporte universal con soporte lateral ajustable, sin embargo se solicita anexar especificaciones técnicas.	NO CUMPLE	Se menciona el par de soporte lateral en ficha técnica, sin embargo no hay especificaciones técnicas	CUMPLE	NINGUNA
PAR CLAMP DE FIJACION PARA RIEL, en acero inoxidable, ideal para accesorios con barras planas en cualquier lugar a lo largo de carril lateral de la mesa; bloqueo simultáneo del accesorio y del clamp al carril lateral.	NO CUMPLE	En la ficha técnica se menciona el par de soporte lateral, sin embargo no se evidencian especificaciones técnicas, se solicita anexar ficha técnica de estos accesorios	Ninguna	CUMPLE	Ninguna	NO CUMPLE	Se menciona el par de clamp de fijación de riel en la ficha técnica, sin embargo no hay especificaciones técnicas	CUMPLE	NINGUNA

REVISADO POR:

MIGUEL MARTINEZ GUERRERO
ESP. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

LUIS FERNANDO CASANOVA
NEUROCIRUGIA

LYNN JAIRO JARRO DE GRADO
COORDINADOR MANTENIMIENTO

YANETH VALENTINA LOPEZ
PROF. ESP. COORDINACION QUIRURGICA GINECOOBSITRICA