



CONCEPTO TECNICO EQUIPOS BIOMÉDICOS E INDUSTRIALES

CÓDIGO: FRMAN-022
 VERSIÓN: 02

FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE DICIEMBRE DE 2015
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05 DE ABRIL DE 2016
 HOJA: 1 DE: 1



FECHA DE ELABORACIÓN	11/16/2022
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	PROCESO No. 022-S-S.O.2022 Contratar la compraventa de una mesa de cirugía electrohidráulica, radiolúcida para la realización de procedimientos de angiografía, cirugía vascular y procedimientos intervencionistas vasculares y no vasculares guiados por radiación ionizante - Arco en C para el área de radiología del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E.

ITEM	42192000
NOMBRE DEL PRODUCTO	Mesa de cirugía electrohidráulica, radiolúcida para la realización de procedimientos de angiografía, cirugía vascular y procedimientos intervencionistas vasculares y no vasculares guiados por radiación ionizante - Arco en C
CODIGO UNSPSC	

NOMBRE DEL COTIZANTE	ELECTROMÉDICA EQUIPOS MÉDICOS S.A.S.	INCUSER LTDA.	FAMED FLARE			
NOMBRE DEL EQUIPO COTIZADO (MARCA, MODELO, REFERENCIA)	VWAX 01-02					
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS	CONCEPTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS	CONCEPTO		
Plataforma multifuncional que permita la realización de diversos procedimientos intervencionistas, de acuerdo con especialidad: neurovascular periférico de mediana y alta complejidad	cumple		cumple			
Soporte peso de paciente hasta 300 kg y no inferior a 200 kg.	cumple		cumple			
Movimientos de elevación a través de un sistema eléctrico, activado por un comando manual o por el panel: Subir y bajar la mesa verticalmente Trendelenburg	cumple		cumple			
Movimientos en los 3 ejes XYZ: Longitudinal: Recorrido a la derecha (ple) y a la izquierda (cabeza). Transversal: Recorrido Izquierda/ derecha, Desplazamiento a izquierda y derecha Desplazamiento transversal izquierda/ derecha	subsana		cumple			

Movimiento de inclinación lateral derecha / Izquierda.	cumple				
Sistema de voltaje automático 100-240 VAC ~ 50 / 60HZ.	cumple				
Batería para emergencia	cumple				
3. ANALISIS DE EVENTOS ADVERSOS Y/O ALERTAS INTERNACIONALES DE LA PAGINA DE INVIMA	cumple				
¿EL EQUIPO CUMPLE CON LO QUE SE REQUIERE EN EL SERVICIO?	cumple				
OBSERVACIONES			CUMPLE		
CONCEPTO		SUBSANA	CUMPLE		

ELABORADO POR:		REVISADO POR:	
NOMBRE	LYNN SAUCO MALDONADO	NOMBRE	MARILENE ENRIQUE
CARGO	Profesional Especialista Mantenimiento	CARGO	Supervisor de Mantenimiento
FIRMA		FIRMA	