



# EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES (Evaluación final con subsanaciones)

**Número de proceso: PROCESO INVITACION PUBLICA A PROPONER No. 005-I.P.A.P.2023**

Item	Código UNSPSC	Expediente	Descripción	Producto cotizado	Registro Sanitario	Oferente	Producto cotizado corresponde con lo	Estado del Registro Sanitario	Concepto técnico	Observación
5	42293505	20055439	DRENAJE PEN ROSE 1/2" (PAQUETE POR 10 UNIDADES)	DRENAJE PEN ROSE 1/2" (PAQUETE POR 10 UNIDADES)	2012DM-0009343	Discolmedica SAS	SI	VENCIDO	SUBSANA	Se da el concepto tecnico SUBSANA y se verificara en la recepcion tecnica
6	42142530	NO APLICA	ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR 25 X 0.36MM (1" X 28G) REF. 74325-36/40"	ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR 25 X 0.36MM (1" X 28G) REF. 74325-36/40"	NO REQUIERE	Discolmedica SAS	SI	No relaciona	SUBSANA	Se evalua producto con el registro sanitario allegado como soporte 2018DM-0018053
7	42142530	NO APLICA	ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR 38 X 0.36MM (1.5" X 28G)REF. 74338-36/40	ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR 38 X 0.36MM (1.5" X 28G)REF. 74338-36/40	NO REQUIERE	Discolmedica SAS	SI	No relaciona	SUBSANA	Se evalua producto con el registro sanitario allegado como soporte 2018DM-0018053
14	42151600	20136473	ABREBOCA REUTILIZABLE OLYMPUS O EQUIVALENTE - UNIDAD	ABREBOCA REUTILIZABLE OLYMPUS O EQUIVALENTE - UNIDAD	2017DM-0017145	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
18	42281604	20013936	ACIDO PARACETICO 6% EN POLVO PARA SOLUCIÓN BOLSA POR 3kg (WEST PERCLEAN AC)	ACIDO PARACETICO 6% EN POLVO PARA SOLUCIÓN BOLSA POR 3kg (WEST PERCLEAN AC)	NSOH0265-09CO	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
21	42272220	20147889	ADAPTADOR DE VENTILACION CAR-616 - RECTO	ADAPTADOR DE VENTILACION CAR-616 - RECTO	2018DM-0018293	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
22	42272200	20063334	ADAPTADOR DE VENTILACION ERGOSTAR REF.CM40 RECTO	ADAPTADOR DE VENTILACION ERGOSTAR REF.CM40 RECTO	2013EBC-00010354	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
23	42272220	20063334	ADAPTADOR DE VENTILACION ERGOSTAR REF.CM50 RECTO	ADAPTADOR DE VENTILACION ERGOSTAR REF.CM50 RECTO	2013EBC-00010354	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
27	51131617	35680	ADHESIVO TISULAR DE ENBUCRILATO 0,5 ml AMPOLLAS - HISTOACRYL	ADHESIVO TISULAR DE ENBUCRILATO 0,5 ml AMPOLLAS - HISTOACRYL	2019DM-000287-R4	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
28	42142504	20027291	AGUJA ACURRA ARPON 20G * 10cm UNIDADES	AGUJA ACURRA ARPON 20G * 10cm UNIDADES	2021DM-0006658-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
35	42142504	19999568	AGUJA DE CHIBA CALIBRE 18G*15cm	AGUJA DE CHIBA CALIBRE 18G*15cm	2018DM-0002725-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
36	42142504	19999568	AGUJA DE CHIBA CALIBRE 20G-15cm	AGUJA DE CHIBA CALIBRE 20G-15cm	2018DM-0002725-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
37	42161803	20018084	AGUJA DE FISTULA DE SEGURIDAD 16G (1.6 x 300mm)FILTRO PARA HEMODIALISIS 190	AGUJA DE FISTULA DE SEGURIDAD 16G (1.6 x 300mm)FILTRO PARA HEMODIALISIS 190	2020DM-0005571-R1-	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
38	42142534	20158639	AGUJA DE ILLINOIS DESECHABLE PARA ASPIRACION DE MEDULA OSEA 15G*24mm-48mm Ref DII1515X	AGUJA DE ILLINOIS DESECHABLE PARA ASPIRACION DE MEDULA OSEA 15G*24mm-48mm Ref DII1515X	2019DM-0019514	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
39	42142521	20157660	AGUJA DE VACUNTAINER 21*1.-1/4(ECLIPSE) CAJA * 48unidades	AGUJA DE VACUNTAINER 21*1.-1/4(ECLIPSE) CAJA * 48unidades	2019DM-0019345	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
40	42142523	1983414	AGUJA DESECHABLE PARA INSULINA NOVOFINE	AGUJA DESECHABLE PARA INSULINA NOVOFINE	2017DM-0000198-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
51	42142500	20145325	AGUJA MONOPOLAR AMBU DE 37 MM REF 202223	AGUJA MONOPOLAR AMBU DE 37 MM REF 202223	2018DM-0018053	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
53	42142504	20157504	AGUJA PARA BIOPSIA BONE - CORE Ref. BCKT11100 (11G*100mm)	AGUJA PARA BIOPSIA BONE - CORE Ref. BCKT11100 (11G*100mm)	2019DM-0019339	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	Por reportes de eventos adversos presentados al programa de tecnovigilancia no se puede aceptar la marca DR JAPAN
54	42142504	20025720	AGUJA PISTOLA PRO-MAG 14 G * 10 cm	AGUJA PISTOLA PRO-MAG 14 G * 10 cm	2021DM-0006486-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
55	42142504	20025720	AGUJA PISTOLA PRO-MAG 18 G * 10 cm	AGUJA PISTOLA PRO-MAG 18 G * 10 cm	2021DM-0006486-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
57	42142504	20025720	AGUJA SEMI-AUTOMATICA TRUCUT 14-100-90mm	AGUJA SEMI-AUTOMATICA TRUCUT 14-100-90mm	2021DM-0006486-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
58	42142504	20025720	AGUJA SEMI-AUTOMATICA TRUCUT 18-90mm- 100mm	AGUJA SEMI-AUTOMATICA TRUCUT 18-90mm- 100mm	2021DM-0006486-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
59	42142504	19999568	AGUJA SEMI-AUTOMATICA TRUCUT 18G x 15-16 cm	AGUJA SEMI-AUTOMATICA TRUCUT 18G x 15-16 cm	2021DM-0006486-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
60	42142504	20025720	AGUJA SEMI-AUTOMATICA TRUCUT 20-150-160mm	AGUJA SEMI-AUTOMATICA TRUCUT 20-150-160mm	2021DM-0006486-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	

  
 Página 1 de 1  
 KUBORU  
 10/10/23

Item	Código UNSPSC	Expediente	Descripción	Producto cotizado	Registro Sanitario	Oferente	Producto cotizado corresponde con lo	Estado del Registro Sanitario	Concepto técnico	Observación
61	42142504	20068471	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 20G-90-100mm	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 20G-90-100mm	2013DM-0010553	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
62	42142502	20142473	AGUJA SONOPLEX STIM PARA BLOQUEO DE NERVIOS No. 21G*100 PUNTA BISEL	AGUJA SONOPLEX STIM PARA BLOQUEO DE NERVIOS No. 21G*100 PUNTA BISEL	2018DM-0018854	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
63	42142500	20142473	AGUJA SONOPLEX STIM PARA BLOQUEO DE NERVIOS No. 22G*50 PUNTA BISEL	AGUJA SONOPLEX STIM PARA BLOQUEO DE NERVIOS No. 22G*50 PUNTA BISEL	2018DM-0018854	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
65	42295400	42295400	APLICADORES CON PUNTA DE NYLON NASOFARINGEO PARA TOMA DE MUESTRAS COVID-19 PAQUETE X 100 unds	APLICADORES CON PUNTA DE NYLON NASOFARINGEO PARA TOMA DE MUESTRAS COVID-19 PAQUETE X 100 unds	2013DM-0010680	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
67	42295425	NO APLICA	APLICADORES DE PLATA	APLICADORES DE PLATA	Resolución 243630 de 1999-NO REQUIERE	Discolmedica SAS	SI	No aplica	SUBSANA	Producto evaluación según ficha técnica allegada
71	42311522	19947574	APOSITO DE ESPUMA CON HIDROFIBRA ADHESIVO talon 19,8cm*14cm - referencia 420625	APOSITO DE ESPUMA CON HIDROFIBRA ADHESIVO talon 19,8cm*14cm - referencia 420625	2014DM-0002765-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El Registro Sanitario no concuerda con el producto solicitado
76	20150150	20150150	APOSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA PARA TALÓN REF.:66801304 (ALLEVYN LIFE HEEL) 25cm * 25.2cm	APOSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA PARA TALÓN REF.:66801304 (ALLEVYN LIFE HEEL) 25cm * 25.2cm	2020DM-0021854	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El Registro Sanitario no concuerda con el producto solicitado
77	42311522	20150150	APOSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA (ALLEVYN GENTLE BORDER) 23 CM *23.2 CM	APOSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA (ALLEVYN GENTLE BORDER) 23 CM *23.2 CM	2020DM-0021854	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El Registro Sanitario no concuerda con el producto solicitado
78	42311522	20040150	APOSITO HIDROCOLOIDAL ESTANDAR 15 x 15 cm Ref. 20401 SUPRASORB H	APOSITO HIDROCOLOIDAL ESTANDAR 15 x 15 cm Ref. 20401 SUPRASORB H	2020DM-0005745-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
83	42272200	20142631	ARNES FULL HEAD PARA SUJECION DE MASCARAS PARA VMNI REF. 313-9027	ARNES FULL HEAD PARA SUJECION DE MASCARAS PARA VMNI REF. 313-9027	2021DM0006846-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
84	42272200	20142631	ARNES PARA SUJECION DE MASCARAS PARA VMNI REF. 313-9026	ARNES PARA SUJECION DE MASCARAS PARA VMNI REF. 313-9026	2021DM0006846-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
85	42295100	20138135	ASA ELECTROQUIRURGICA DESECHABLE 15mm * 0.47mm OLYMPUS (REF: SD-210U-15)	ASA ELECTROQUIRURGICA DESECHABLE 15mm * 0.47mm OLYMPUS (REF: SD-210U-15)	2018DM-0018006	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
87	42295100	20138135	ASAS PARA POLIPECTOMIA DESECHABLE	ASAS PARA POLIPECTOMIA DESECHABLE	2018DM-0018006	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El Registro Sanitario no concuerda con el producto solicitado
88	42142406	20048802	ASPIRADOR MANUAL INTRAUTERINO AMEU DOBLE VALVULA CON CANULAS DE 4 A 12 mm	ASPIRADOR MANUAL INTRAUTERINO AMEU DOBLE VALVULA CON CANULAS DE 4 A 12 mm	2012DM-0008841	Discolmedica SAS	SI	VENCIDO	NO SUBSANA	1. Registro sanitario en estado vencido
91	42294913	20005255	BALONES DE EXTRACCION DE CALCULOS W/MULTIPLE(CPRE) OLYMPUS - BOSTON	BALONES DE EXTRACCION DE CALCULOS W/MULTIPLE(CPRE) OLYMPUS - BOSTON	2009DM-0003700-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
97	42312105	20088083	BARRERA DE COLOSTOMIA MOLDEABLE No. 70 CONVATEC - Ref. 411823	BARRERA DE COLOSTOMIA MOLDEABLE No. 70 CONVATEC - Ref. 411823	2015DM-0012578	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El Registro Sanitario no concuerda con el producto solicitado (Ref. 411823)
98	42312105	20092621	BARRERA LISA STHOMAHESIVE 20*20 CONVATEC	BARRERA LISA STHOMAHESIVE 20*20 CONVATEC	2015DM-0013047	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
100	42311500	NO APLICA	BASE DE HIDROCOLOIDE NEOBOND® PROTECTOR DE LA PIEL (NEOBRIDGE)	BASE DE HIDROCOLOIDE NEOBOND® PROTECTOR DE LA PIEL (NEOBRIDGE)	NO REQUIERE	Discolmedica SAS	SI	No relaciona	NO SUBSANA	1. No allega documento que soporte el no requerimiento de registro sanitario
117	42293507	20155141	BOLSA RESERVORIO OXIGENO PARA AMBU NEONATAL	BOLSA RESERVORIO OXIGENO PARA AMBU NEONATAL	2018DM-0019043	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El Registro Sanitario no concuerda con el producto solicitado
118	42293507	20155141	BOLSA RESERVORIO OXIGENO PARA AMBU ADULTO	BOLSA RESERVORIO OXIGENO PARA AMBU ADULTO	2018DM-0019043	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El Registro Sanitario no concuerda con el producto solicitado
120	42231602	20131394	BOTON MIC - KEY PARA GASTROSTOMIA 20 FR X 2.7CM REF 8140-20-2.7	BOTON MIC - KEY PARA GASTROSTOMIA 20 FR X 2.7CM REF 8140-20-2.7	2018DM-0017597	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
121	42231602	20131394	BOTON MIC - KEY PARA GASTROSTOMIA 20 FR X 4.0CM REF 8140-20-4.0	BOTON MIC - KEY PARA GASTROSTOMIA 20 FR X 4.0CM REF 8140-20-4.0	2018DM-0017597	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
123	42181600	20047028	BRAZALETE DE TENSION NEONATAL DESECHABLE - No. 1 - UNA VÍA Ref. 2607034 SOFTCHECK	BRAZALETE DE TENSION NEONATAL DESECHABLE - No. 1 - UNA VÍA Ref. 2607034 SOFTCHECK	2012DM-0008709	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	

*Adm. Oper. 11/22*  
*13/5*  
*12/20/21*  


Item	Código UNSPSC	Expediente	Descripción	Producto cotizado	Registro Sanitario	Oferente	Producto cotizado corresponde con lo	Estado del Registro Sanitario	Concepto técnico	Observación
124	42181600	20047028	BRAZALETE DE TENSION NEONATAL DESECHABLE - No. 2 - UNA VÍA Ref. 2607035 SOFT - CHECK	BRAZALETE DE TENSION NEONATAL DESECHABLE - No. 2 - UNA VÍA Ref. 2607035 SOFT - CHECK	2012DM-0008709	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
129	42294913	20201409	CANASTILLA PARA EXTRACCION DE CALCULOS(CPRE) OLYMPUS - BOSTON	CANASTILLA PARA EXTRACCION DE CALCULOS(CPRE) OLYMPUS - BOSTON	2019DM-0003917-R1	Discolmedica SAS	SI	VIGENTE	SUBSANA	
138	42271910	20156452	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON Ref. 8LPC (ID 7.6mm - OD 12.2mm)	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON Ref. 8LPC (ID 7.6mm - OD 12.2mm)	2019DM-0020270	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El Registro Sanitario no concuerda con el producto solicitado
139	42271910	19970486	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON No.6.4mm	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON No.6.4mm	2019DM-0020270	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
143	42271910	19970486	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON No 6 FR REF. 302-06	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON No 6 FR REF. 302-06	2015DM-0002932-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
147	42271910	19970486	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN BALON No.6 Ref.304-06	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN BALON No.6 Ref.304-06	2015DM-0002932-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
148	42271910	20156452	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No 6 S/B	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No 6 S/B	2019DM-0020270	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
152	42271910	19970486	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No. 6.5 C/BALON S/FENESTRA. Ref. 4CN65R	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No. 6.5 C/BALON S/FENESTRA. Ref. 4CN65R	2016DM-0000280-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
162	42142702	20151680	CATETER DOBLE J CON AGUJA 5Fr X 24cm	CATETER DOBLE J CON AGUJA 5Fr X 24cm	2019DM-0020099	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
163	42181908	20089820	CATETER ARTERIAL FEMORAL ADULTOS REF. 5FR-20cm	CATETER ARTERIAL FEMORAL ADULTOS REF. 5FR-20cm	2015DM-0013245	Discolmedica SAS	SI	No relaciona	SUBSANA	
166	42221500	20086420	CATETER ARTERIAL UMBILICAL No. 4.5	CATETER ARTERIAL UMBILICAL No. 4.5	2014DM-0012392	Discolmedica SAS	SI	VIGENTE	SUBSANA	
168	42221503	20096080	CATETER CON AGUJA MICROFLASH-NUTRILINE TWFO Ref. 1252-235 (0.6mm de diametro * 300mm de Longitud) 2L-(2fr)	CATETER CON AGUJA MICROFLASH-NUTRILINE TWFO Ref. 1252-235 (0.6mm de diametro * 300mm de Longitud) 2L-(2fr)	2015DM-0013929	Discolmedica SAS	SI	VIGENTE	SUBSANA	
169	42221503	20095895	CATETER CON AGUJA PELABLE -PREMISTAR Ref. 6261.20 (0.35mm de diametro * 200mm de longitud) 28G (1fr)	CATETER CON AGUJA PELABLE -PREMISTAR Ref. 6261.20 (0.35mm de diametro * 200mm de longitud) 28G (1fr)	2015DM-0013396	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El Registro Sanitario no concuerda con el producto solicitado, se requiere PREMISTAR
173	42294941	19945824	CATETER DRENAJE BILIAR 8Fr (RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA)	CATETER DRENAJE BILIAR 8Fr (RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA)	2018DM-0002837-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El Registro Sanitario no concuerda con el producto solicitado
181	42221504	47836	CATETER INTRAVENOSO 16 * 2-1/4 (largo)	CATETER INTRAVENOSO 16 * 2-1/4 (largo)	2016DM-0000215 R2	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
202	42295601	NO APLICA	CATETER TUNELIZADOR 60 MM DESECHABLE MEDTRONIC	CATETER TUNELIZADOR 60 MM DESECHABLE MEDTRONIC	NO REQUIERE	Discolmedica SAS	SI	NO EVALUADO	NO SUBSANA	El soporte que anexa a la subsanción corresponde a registro Sanitario INVIMA 2015DM-0012694 WHOLEY TM GUIDEWIRE SYSTEM - SISTEMA DE GUIAS CON ACCESORIOS, el cual no corresponde con el producto solicitado. Además la información allegada no es coherente con los datos que describe en la ficha técnica, ya que no anexa documento que soporte que el Dispositivo Médico no requiere de registro sanitario ni de expediente invima
215	42272209	20007891	CIRCUITO DESECHABLE CON CAMARA DE AUTOLLENADO E HILO CALIENTE-VENTILADOR SES000/4000 REF. RT228(monocalentado)	CIRCUITO DESECHABLE CON CAMARA DE AUTOLLENADO E HILO CALIENTE-VENTILADOR SES000/4000 REF. RT228(monocalentado)	INVIMA 2019DM-0004142-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
216	42272209	20055003	CIRCUITO PARA EL SUMINISTRO DE OXIDO NITRICO PACIENTES NEONATOS PEDIATRICOS	CIRCUITO PARA EL SUMINISTRO DE OXIDO NITRICO PACIENTES NEONATOS PEDIATRICOS	INVIMA 2013EBC-0009861	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
219	42272209	20007891	CIRCUITO VENTILACION MECANICA CON LINEA PROXIMAL - REF. 5191030	CIRCUITO VENTILACION MECANICA CON LINEA PROXIMAL - REF. 5191030	INVIMA 2019DM-0004142-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El Registro Sanitario allegado no concuerda con la referencia del producto solicitado.
221	42312000	19945756	CLIP EN TITANIO GRANDE LT400	CLIP EN TITANIO GRANDE LT400	2014DM-0002806-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El Registro Sanitario allegado no concuerda con la referencia del producto solicitado. Igualmente la Ficha Técnica no corresponde al producto solicitado.
223	42312000	19945756	CLIP EN TITANIO PL565T	CLIP EN TITANIO PL565T	2014DM-0002806-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El Registro Sanitario allegado no concuerda con la referencia del producto solicitado. Igualmente la Ficha Técnica no corresponde al producto solicitado.

*Alfonso*  
*Alfonso*  
*Alfonso*

Item	Código UNSPSC	Expediente	Descripción	Producto cotizado	Registro Sanitario	Oferente	Producto cotizado corresponde con lo	Estado del Registro Sanitario	Concepto técnico	Observación
224	42312000	19945756	CLIP EN TITANIO PL567T	CLIP EN TITANIO PL567T	2014DM-0002806-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El Registro Sanitario allegado no concuerda con la referencia del producto solicitado. Igualmente la Ficha Técnica no corresponde al producto solicitado.
231	42161608	20038564	CONCENTRADO BASICO PARA HEMODIALISIS POLVO	CONCENTRADO BASICO PARA HEMODIALISIS POLVO	2022DM-0008231-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
232	42221600	20147889	CONECTOR EQUIPO DE EXTENSION EN Y DOBLE VALVULA - PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	CONECTOR EQUIPO DE EXTENSION EN Y DOBLE VALVULA - PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	2018DM-0018293	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
234	42221602	20056204	CONECTOR ONE LINK DE FLUJO NEUTRO Ref 7N8378	CONECTOR ONE LINK DE FLUJO NEUTRO Ref 7N8378	INVIMA 2022DM-0009391-R1	Discolmedica SAS	SI	VIGENTE	SUBSANA	
235	42221602	NO APLICA	CONECTOR ONE LINK DUO (DOBLE PUERTO)	CONECTOR ONE LINK DUO (DOBLE PUERTO)	NO REQUIERE	Discolmedica SAS	SI	No se puede verificar	NO SUBSANA	El soporte que anexa a la subsanación, para la justificación de que el DM ofertado no requiere de registro sanitario (ACTA No. 07 Junio 10 de 2009 COMISIÓN REVISORA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS, DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS, DE INSUMOS PARA LA SALUD Y PRODUCTOS VARIOS) no es válida, ya que este DM no se encuentra relacionado en dicha acta ni tampoco puede ser tomado como "Conectores o uniones para mangueras" ya que es un DM que se utiliza para la administración de soluciones; por lo que requiere de registro sanitario INVIMA
240	42182200	19998754	CUBIERTA (PUNTA) PROTECTORA PARA TERMOMETRO DIGITAL SURE TEMPERATURA ORAL Y RECALT REF.05031-101 MARCA WELCH ALLYN USA- caja por 250	CUBIERTA (PUNTA) PROTECTORA PARA TERMOMETRO DIGITAL SURE TEMPERATURA ORAL Y RECALT REF.05031-101 MARCA WELCH ALLYN USA- caja por 250	INVIMA 2018DM-0002616-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
253	42281704	NO APLICA	DETERGENTE BIENZIMATICO BIODEGRADABLE 3.785 Litros (WESCOZYME)	DETERGENTE BIENZIMATICO BIODEGRADABLE 3.785 Litros (WESCOZYME)	AUT: 2019005141	Discolmedica SAS	SI	NO APLICA	SUBSANA	
260	42182012	20034664	DILATADOR ESOFÁGICO	DILATADOR ESOFÁGICO	2021DM-0007392-R1	Discolmedica SAS	SI	Suspendido	NO SUBSANA	El Registro Sanitario allegado no concuerda con el producto solicitado. Se requiere un Dilatador Esofágico, y el Registro Sanitario del producto ofertado es de CATETERES INTRODUCIDORES - ACCESORIOS Y DILATADORES COOK MEDICAL DE LA URETRA Y EL URETER La ficha técnica del DM allegada, tampoco es útil para realizar la evaluación técnica del DM, ya que se encuentra incompleta
261	42143103	20187232	DISPOSITIVOS DE POSICIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN - NEOTECH / NEOPULSE	DISPOSITIVOS DE POSICIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN - NEOTECH / NEOPULSE	INVIMA 2020DM-0021981	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
263	42271700	20194441	DISPOSITIVO PARA PROTECCION Y SELLO EN FOSAS NASALES (NEOSEAL® PROTECTOR NASAL)	DISPOSITIVO PARA PROTECCION Y SELLO EN FOSAS NASALES (NEOSEAL® PROTECTOR NASAL)	INVIMA 2020DM-0022705	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
264	42293505	20055439	DRENAJE DE PEN-ROSE 1/4	DRENAJE DE PEN-ROSE 1/4	2012DM-0009343	Discolmedica SAS	SI	Vencido	NO SUBSANA	Registro Sanitario No está vigente ni en trámite de renovación. Se revisa base de datos INVIMA y se encuentran 2 registros sanitarios de este DM en estado VIGENTE: 1. ARGYLE PENROSE TUBING (TUBO DE DRENAJE PENROSE) con INVIMA 2014DM-0002902-R1 y 2. LATEX T DRAINAGE TUBE; STRAINAGE DRAINAGE TUBE; PENROSE DRAINAGE TUBE / TUBO EN T; SONDAS DE DRENAJE EN LATEX; DRENES PENROSE con INVIMA 2023DM-0026821
271	42141802	20120050	ELECTRODOS CON COPA DE BAÑO DE ORO LARGO PARA ELECTROENCEFALOGRAMA Ref. NE- 113A- (paquete por 26 electrodos)	ELECTRODOS CON COPA DE BAÑO DE ORO LARGO PARA ELECTROENCEFALOGRAMA Ref. NE- 113A- (paquete por 26 electrodos)	2017EBC-0016373	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El Registro Sanitario allegado no concuerda con el producto solicitado. Se requiere ELECTRODOS CON COPA DE BAÑO DE ORO LARGO PARA ELECTROENCEFALOGRAMA y el Registro Sanitario del producto cotizado corresponde a DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO-ACCESORIOS Y REPUESTOS QUE SE UTILIZA PARA EL TRATAMIENTO DE LA FIBRILACIÓN VENTRICULAR (FV) Y LA TAQUICARDIA VENTRICULAR (TV)
273	42203502	NO APLICA	ELECTRODOS PARA ESTIMULACION DE MARCAPASOS PQTE*2 - NIHON KHODEN	ELECTRODOS PARA ESTIMULACION DE MARCAPASOS PQTE*2 - NIHON KHODEN	NO REQUIERE	Discolmedica SAS	SI	No se puede verificar	NO SUBSANA	El soporte que anexa a la subsanación, para la justificación de que el DM ofertado no requiere de registro sanitario (ACTA No. 07 Junio 10 de 2009 COMISIÓN REVISORA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS, DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS, DE INSUMOS PARA LA SALUD Y PRODUCTOS VARIOS) no es válida, ya que este DM no se encuentra relacionado en dicha acta
274	42203502	227006	ELECTRODOS TEMPORA P/MARCAPASO DE 5 Fr	ELECTRODOS TEMPORA P/MARCAPASO DE 5 Fr	2019DM-0001734-R2	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	Se da el concepto técnico de CUMPLE y se verificará en la recepción técnica
282	42281500	20098890	ENVOLVEDORA TWO color, CH100 30*30cm. REF.CH1G0012. PAQUETE POR 240 UNIDADES	ENVOLVEDORA TWO color, CH100 30*30cm. REF.CH1G0012. PAQUETE POR 240 UNIDADES	INVIMA 2015DM-0013646	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	

Mccoll  
 10/2  
 K...  
 K...  
 9

Item	Código UNSPSC	Expediente	Descripción	Producto cotizado	Registro Sanitario	Oferente	Producto cotizado correspondiente con lo	Estado del Registro Sanitario	Concepto técnico	Observación
283	42143100	20048802	EQUIPO AMEU PLUS (JERINGAS DE KARMAN DE 2 VIAS, EMPAQUE Y SILICONA)	EQUIPO AMEU PLUS (JERINGAS DE KARMAN DE 2 VIAS, EMPAQUE Y SILICONA)	2012DM-0008841	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
284	42222003	20090799	EQUIPO DE ADMINISTRACION DE SOLUCIONES (Bomba de Infusión Medcaptain)	EQUIPO DE ADMINISTRACION DE SOLUCIONES (Bomba de Infusión Medcaptain)	2015EBC-0013283	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
291	42221700	20017516	EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE FLUIDOS RE. DI60HL MARCA LEVEL	EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE FLUIDOS RE. DI60HL MARCA LEVEL	2020DM-0005465-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El Registro Sanitario alegado no concuerda ni con la referencia ni la marca del producto solicitado
295	42222201	NO APLICA	EQUIPO PRESION VENOSA 4 LLAVES	EQUIPO PRESION VENOSA 4 LLAVES	NO REQUIERE	Discolmedica SAS	SI	No Aplica	SUBSANA	Se da el concepto técnico de CUMPLE y se verificará en la recepción técnica
296	42311700	20123545	ESPARADRAPO MICROPORE 1" * 10 COLOR PIEL	ESPARADRAPO MICROPORE 1" * 10 COLOR PIEL	2017DM-0015914	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El Registro Sanitario alegado no concuerda con el producto solicitado. El producto solicitado es esparadrapo MICROPORE y el Registro Sanitario del producto ofertado es Esparadrapo Cureband Microporoso
297	42311700	20083384	ESPARADRAPO MICROPORE 12 MM * 9.1 METROS ROLLO	ESPARADRAPO MICROPORE 12 MM * 9.1 METROS ROLLO	2014DM-0012035	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El Registro Sanitario alegado no concuerda con el producto solicitado. El producto solicitado es esparadrapo MICROPORE y el Registro Sanitario del producto ofertado es ESPARADRAPO - CINTA MÉDICA - 3M NFXCARF
308	41116100	NO APLICA	FLJADOR CITOLOGICO 150 ml - 166ml	FLJADOR CITOLOGICO 150 ml - 166ml	AUT:707102009-201766184036	Discolmedica SAS	SI	NO APLICA	SUBSANA	
320	42142802	20099737	FUNDA ESTERIL SMARTDRAPE KINEVO 900 TIVATO 700 REF: 306028.0000-000	FUNDA ESTERIL SMARTDRAPE KINEVO 900 TIVATO 700 REF: 306028.0000-000	2015DM-0013749	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El Registro Sanitario alegado no concuerda con el producto solicitado. El Registro Sanitario ofertado corresponde a CÁMARA DE FONDO MEDICO CON LENTE OFTALMOSCOPICO. - CÁMARA DE FONDO DE OJO PORTÁTIL - CARL ZEISS MEDITEC AG
321	42142802	19969994	FUNDA PARA COMPRESOR SCD LARGE MUSLO 73013	FUNDA PARA COMPRESOR SCD LARGE MUSLO 73013	2016DM-0000269-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
322	42142802	19969994	FUNDA PARA COMPRESOR SCD MEDIUM MUSLO 73012	FUNDA PARA COMPRESOR SCD MEDIUM MUSLO 73012	2016DM-0000269-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
323	42142802	19969994	FUNDA PARA COMPRESOR SCD SMALL MUSLO 73011	FUNDA PARA COMPRESOR SCD SMALL MUSLO 73011	2016DM-0000269-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
343	42293401	20101455	GUIAS HIDROFILICAS PRECURVAS(CPRE) Ref. G-240-3545A-Ref. MET-35-480-A OLYMPUS - BOSTON	GUIAS HIDROFILICAS PRECURVAS(CPRE) Ref. G-240-3545A-Ref. MET-35-480-A OLYMPUS - BOSTON	2015DM-0013909	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
345	42293401	20241409	GUIAS HIDROFILICAS TIPO TERUMO SIN PRECURVAR(CPRE) OLYMPUS - BOSTON	GUIAS HIDROFILICAS TIPO TERUMO SIN PRECURVAR(CPRE) OLYMPUS - BOSTON	2022DM-0026249	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El Registro Sanitario alegado no concuerda con el producto solicitado. El registro Sanitario del producto ofertado corresponde a RADIFOCUS GLIDEWIRE ADVANTAGE/ CATÉTER GUÍA, y no tienen ni la misma referencia ni marca
367	42281526	20179926	INDICADOR BIOLÓGICO PARA PEROXIDO DE HIDRÓGENO VERIFY V24I - Ref. LCB022 (Caja*50 Unidades)	INDICADOR BIOLÓGICO PARA PEROXIDO DE HIDRÓGENO VERIFY V24I - Ref. LCB022 (Caja*50 Unidades)	2022DM-0021633	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
368	42281526	20086975	INDICADOR DE LAVADO Ref. LCC012 - CAJA *100 unidades	INDICADOR DE LAVADO Ref. LCC012 - CAJA *100 unidades	2014DM-0012450	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El Registro Sanitario alegado no concuerda con la referencia del producto solicitado.
387	42295400	20140708	INYECTOR DE VARICES DESECHABLES LVDI-25(enteroscopia)(CPRE) O NM-400L-0423, Long 1650mm*2.8mm(23G) OLYMPUS - BOSTON	INYECTOR DE VARICES DESECHABLES LVDI-25(enteroscopia)(CPRE) O NM-400L-0423, Long 1650mm*2.8mm(23G) OLYMPUS - BOSTON	2018DM-0017590	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
390	42272220	20142631	JACKSON REES - AIRE CON PULMON DE 2 LITROS	JACKSON REES - AIRE CON PULMON DE 2 LITROS	2018DM-0017803	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
402	42241701	NO APLICA	JUEGO DE FERULAS NEUMATICAS ADULTO CON BOMBA	JUEGO DE FERULAS NEUMATICAS ADULTO CON BOMBA	NO REQUIERE	Discolmedica SAS	SI	N.A	SUBSANA	
408	42295100	19989003	KIT DE RELLENO REF 8551	KIT DE RELLENO REF 8551	2019DM-0002263-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
436	42142406	20153115	LINER CON VALVULA 1000cc DE UN SOLO CUERPO (CARDINAL) TAPA AZUL con gelificante incluido	LINER CON VALVULA 1000cc DE UN SOLO CUERPO (CARDINAL) TAPA AZUL con gelificante incluido	2018DM-0018821	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
438	42142406	20153115	LINER CON VALVULA 1500cc DE UN SOLO CUERPO (CARDINAL) TAPA AZUL con gelificante incluido	LINER CON VALVULA 1500cc DE UN SOLO CUERPO (CARDINAL) TAPA AZUL con gelificante incluido	2018DM-0018821	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
441	42142406	20153115	LINER CON VALVULA 3000cc DE UN SOLO CUERPO (CARDINAL) TAPA AZUL	LINER CON VALVULA 3000cc DE UN SOLO CUERPO (CARDINAL) TAPA AZUL	2018DM-0018821	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
456	42272000	20150834	MASCARA LARINGEA No.0	MASCARA LARINGEA No.0	2018DM-0016812	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
457	42272000	20150834	MASCARA LARINGEA No.1.5	MASCARA LARINGEA No.1.5	2018DM-0018612	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	

*Handwritten signature and notes:*  
 15/12/2021  
 K. Cruz  
 15/12/2021

Ítem	Código UNSPSC	Expediente	Descripción	Producto cotizado	Registro Sanitario	Oferente	Producto cotizado corresponde con lo	Estado del Registro Sanitario	Concepto técnico	Observación
464	42294944	20148499	MASCARAS ENDOSCOPICAS No. 5.0	MASCARAS ENDOSCOPICAS No. 5.0	2018DM-0018364	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
478	42272510	20177240	MASCARILLAS PARA ANESTESIA ADULTO	MASCARILLAS PARA ANESTESIA ADULTO	2020DM-0021318	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
483	42142717	19963815	NEPHROFIX CERTO REF. 4435613 diámetro CH11/3.8mm(set básico para nefrostomía percutánea)	NEPHROFIX CERTO REF. 4435613 diámetro CH11/3.8mm(set básico para nefrostomía percutánea)	2016DM-0000045-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
487	20084387	20201264	NUTRIBEN NATAL- FORMULA INFANTIL LIQUIDA PARA LACTANTES DE 0 A 6 MESES- frasco por 90 ml	NUTRIBEN NATAL- FORMULA INFANTIL LIQUIDA PARA LACTANTES DE 0 A 6 MESES- frasco por 90 ml	RSIA03116814	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
490	53131624		PAÑO CLÍNICO DE 30*40 ALTA ABSORCIÓN Ref. PT31013HE(CMP)	PAÑO CLÍNICO DE 30*40 ALTA ABSORCIÓN Ref. PT31013HE(CMP)	N.A	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
502	42294924	20152446	PAPILOTOMO ESFINTERÓTOMO DESECHABLE TRIPLE LUMEN Ref. M00532810(MICROKNIFE XL)	PAPILOTOMO ESFINTERÓTOMO DESECHABLE TRIPLE LUMEN Ref. M00532810(MICROKNIFE XL)	2018DM-0018769	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El Registro Sanitario no concuerda con el producto cotizado ya que el RS hace referencia a la marca Cook, y el cotizado es referencia a Boston Scientific
503	42294924	NO APLICA	PAPILOTOMO ESFINTERÓTOMO DESECHABLE TRIPLE LUMEN Ref. M00535900(ULTRATOME XL)	PAPILOTOMO ESFINTERÓTOMO DESECHABLE TRIPLE LUMEN Ref. M00535900(ULTRATOME XL)	NO REQUIERE	Discolmedica SAS	SI	No allega RS	NO SUBSANA	El Registro Sanitario no concuerda con el producto solicitado, ya que NO allega RS, ni ficha técnica para evaluar, adicionalmente el solicitado por el Hospital hace referencia a la marca Boston Scientific
515	42311700	20093588	PARCHE TEGADERM FILM Ref. 1624W(neonatos)-	PARCHE TEGADERM FILM Ref. 1624W(neonatos)-	2015DM-0013141	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
518	51241208	20162963	PASTA CONDUCTIVA EEG - ELEFIX REF: Z-401CE 400g	PASTA CONDUCTIVA EEG - ELEFIX REF: Z-401CE 400g	2019DM-0019803	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	Se da el concepto técnico de CUMPLE y se verificará en la recepción técnica
524	42291600	20155134	PIINZA CUCHARA OVAL SIN AGUJA PARA CANAL DE TRABAJO DE 2mm - UNIDAD	PIINZA CUCHARA OVAL SIN AGUJA PARA CANAL DE TRABAJO DE 2mm - UNIDAD	2019DM-0019205	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
527	42294924	19983030	PIINZA HARTMAN PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO 16cm - DIMEDA	PIINZA HARTMAN PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO 16cm - DIMEDA	2017DM-0000933-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
528	42294924	20141507	PIINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO MARCA OLYMPUS PARA GASTROSCOPIO	PIINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO MARCA OLYMPUS PARA GASTROSCOPIO	2018DM-0017670	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
531	42295400	19983908	PLACA DE ELECTROBISTURY ADULTO Ref.: GBS-DB(1031ac) COVIDIEN	PLACA DE ELECTROBISTURY ADULTO Ref.: GBS-DB(1031ac) COVIDIEN	2019EBC-0001750-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
536	42231800	19928172	PRENAN NURSER GNG 6(70mL)- FORMULA LACTEA LIQUIDA PARA PREMATUROS	PRENAN NURSER GNG 6(70mL)- FORMULA LACTEA LIQUIDA PARA PREMATUROS	RSIA02114802	Discolmedica SAS	SI	Vencido	SUBSANA	Se da concepto tecnico de SUBSANA y se verificará en la recepción
546	20178234	NO APLICA	RESUCITADOR NEONATAL NEO-TEE	RESUCITADOR NEONATAL NEO-TEE	2020DM-0021418	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
548	42272220	20116784	SENSOR SpO2 DESECHABLE ADULTO/NEONATAL 0.5m 25pcs.	SENSOR SpO2 DESECHABLE ADULTO/NEONATAL 0.5m 25pcs.	2016DM-0015287	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
549	42272220	20019602	SENSOR SpO2 DESECHABLE NEONATAL Ref 2606211 ó 01.57.471749	SENSOR SpO2 DESECHABLE NEONATAL Ref 2606211 ó 01.57.471749	2016DM-0015287	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El registro sanitario no concuerda con el producto cotizado.
551	42171804	20086562	SET DE CRICOTIROTOMIA ADULTO PERCUTANEA - PERTRACH PULMODYNE	SET DE CRICOTIROTOMIA ADULTO PERCUTANEA - PERTRACH PULMODYNE	2014DM-0012411	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
557	42143503	20106893	SET LIGADOR MULTIBANDAS Ref. SGK-6( incluye barni de 6 bandas)	SET LIGADOR MULTIBANDAS Ref. SGK-6( incluye barni de 6 bandas)	2016DM-0014457	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
559	42231601	20106478	SET PERCUTANEO DE GASTROSTOMIA - FLOW20	SET PERCUTANEO DE GASTROSTOMIA - FLOW20	2016DM-0015067	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El Registro sanitario del producto cotizado hace referencia a la marca Marflow, y el solicitado por el Hospital es marca Cook
564	42231800	20018099	SIMILAC SPECIAL CARE IQ (24Kcal)- FORMULA INFANTIL CON HIERRO. ACIDOS GRASOS POLINSATURADOS DE CADENA LARGA PARA PREMATUROS-59mL (2oz)	SIMILAC SPECIAL CARE IQ (24Kcal)- FORMULA INFANTIL CON HIERRO. ACIDOS GRASOS POLINSATURADOS DE CADENA LARGA PARA PREMATUROS-59mL (2oz)	RSIA0317210	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
565	42231800	20018825	SIMILAC SPECIAL CARE IQ (30Kcal)- FORMULA INFANTIL CON HIERRO. ACIDOS GRASOS POLINSATURADOS DE CADENA LARGA PARA PREMATUROS-59mL (2oz)	SIMILAC SPECIAL CARE IQ (30Kcal)- FORMULA INFANTIL CON HIERRO. ACIDOS GRASOS POLINSATURADOS DE CADENA LARGA PARA PREMATUROS-59mL (2oz)	RSA-0009826-2020	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
571	42142406	20122158	SISTEMA CERRADO DE SUCCION ENDOTRAQUEAL 14Fr (24 Horas) - Ref: 22108-5 (TURBO-CLEANING, WET PACK Y PUERTO MDI)	SISTEMA CERRADO DE SUCCION ENDOTRAQUEAL 14Fr (24 Horas) - Ref: 22108-5 (TURBO-CLEANING, WET PACK Y PUERTO MDI)	2017DM-0015810	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
573	42142406	20122158	SISTEMA CERRADO DE SUCCION PARA TRAQUEOSTOMIA 14 Fr. (72Horas) Ref: 227141863-5-(TRACH CARE TURBO WET PACK Y PUERTO MDI)	SISTEMA CERRADO DE SUCCION PARA TRAQUEOSTOMIA 14 Fr. (72Horas) Ref: 227141863-5-(TRACH CARE TURBO WET PACK Y PUERTO MDI)	2017DM-0015810	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	

AP/2  
 Olego  
 K. Sborra  
 Al. Cervini

Ítem	Código UNSPSC	Expediente	Descripción	Producto cotizado	Registro Sanitario	Oferente	Producto cotizado corresponde con lo	Estado del Registro Sanitario	Concepto técnico	Observación
579	42311900	20236894	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS - EXOVAC 1/8 (10FR)	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS - EXOVAC 1/8 (10FR)	2022DM-0025955	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
585	42271505	20019602	SISTEMA VIBRATORIO Y DE PRESION ESPIRATORIA POSITIVA PEP	SISTEMA VIBRATORIO Y DE PRESION ESPIRATORIA POSITIVA PEP	2020DM-0005803-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El Registro Sanitario no concuerda con el producto cotizado ya que el RS aportado hace referencia dispositivo de ligadura de bandas múltiples-Boston Scientific
596	42142406	32336	SONDAS DE SUCCION CON CONTROL No. 8	SONDAS DE SUCCION CON CONTROL No. 8	2018DM-0001686-R3	Discolmedica SAS	CUMPLE	Vigente	SUBSANA	
600	42142406	32336	SONDAS DE SUCCION CON CONTROL No. 5	SONDAS DE SUCCION CON CONTROL No. 5	2018DM-0001686-R3	Discolmedica SAS	CUMPLE	Vigente	SUBSANA	
603	42142710	20085432	SONDAS FOLEY 12 * 2 VIAS-	SONDAS FOLEY 12 * 2 VIAS-	2014DM-0012269	Discolmedica SAS	CUMPLE	vencido	SUBSANA	
631	42293600	20001847	SONDAS PARA ARGON PLASMA PARA ENDOSCOPIA GRUESO DELGADO MARCA ALSA - REF. 449472/AC/FP1-3.3.; REF. 449332-AC/FP3-	SONDAS PARA ARGON PLASMA PARA ENDOSCOPIA GRUESO DELGADO MARCA ALSA - REF. 449472/AC/FP1-3.3.; REF. 449332-AC/FP3-	2020EBC-0004122-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El registro sanitario allegado no corresponde con el producto solicitado, se requiere las referencias 449472/AC/FP1-3.3.; REF. 449332-AC/FP3-
632	42293600	20001847	SONDAS PARA ARGON PLASMA PARA GASTROSCOPIO GRUESO DELGADO MARCA ALSA-REF. 449553-AC/FP3	SONDAS PARA ARGON PLASMA PARA GASTROSCOPIO GRUESO DELGADO MARCA ALSA-REF. 449553-AC/FP3	2020EBC-0004122-R1	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El registro sanitario allegado no corresponde con el producto solicitado, se requiere las referencias REF. 449553-AC/FP3
639	42203419	20131600	STENT BILIAR CLBS-10-10 OLYMPUS - BOSTON	STENT BILIAR CLBS-10-10 OLYMPUS - BOSTON	2018DM-0018566	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El registro sanitario allegado no corresponde con el producto solicitado, se requiere las marcas OLYMPUS - BOSTON
654	47131502	20199630	TOALLA CON ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% (WEBCOL 5110-ISOPANIN)(consumo)	TOALLA CON ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% (WEBCOL 5110-ISOPANIN)(consumo)	2021DM-0023858	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
664	42142402	20151760	TUBO CORRUGADO 15mm*22mm.REF.1115 (SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO @ Y ACCESORIOS)	TUBO CORRUGADO 15mm*22mm.REF.1115 (SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO @ Y ACCESORIOS)	2018DM-0018691	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	Subsana para la referencia 1115, se tendra en cuenta al momento de la recepcion tecnica
667	20101155	20155134	TUBO DE SUCCION REF: MAJ-591. REUTILIZABLE Y AUTOCLAVABLE - DISEÑADO PARA INSUFLADOR UHI-4 DE LONGITUD 6290mm - OLYMPUS	TUBO DE SUCCION REF: MAJ-591. REUTILIZABLE Y AUTOCLAVABLE - DISEÑADO PARA INSUFLADOR UHI-4 DE LONGITUD 6290mm - OLYMPUS	2015DM-0013889	Discolmedica SAS	CUMPLE	Vigente	SUBSANA	
669	42311903	20055439	TUBO EN T No. 14	TUBO EN T No. 14	2012DM-0009343	Discolmedica SAS	SI	vencido	NO SUBSANA	Registro Sanitario vencido, se consulta en pagina de INVIMA la cual refleja otras marcas con RS vigente por ejemplo 2023DM-0026821
670	42311903	20055439	TUBO EN T No. 16	TUBO EN T No. 16	2012DM-0009343	Discolmedica SAS	SI	vencido	NO SUBSANA	Registro Sanitario vencido, se consulta en pagina de INVIMA la cual refleja otras marcas con RS vigente por ejemplo 2023DM-0026821
671	42311903	20055439	TUBO EN T No. 12	TUBO EN T No. 12	2012DM-0009343	Discolmedica SAS	SI	vencido	NO SUBSANA	Registro Sanitario vencido, se consulta en pagina de INVIMA la cual refleja otras marcas con RS vigente por ejemplo 2023DM-0026821
672	42311903	20055439	TUBO EN T No. 18	TUBO EN T No. 18	2012DM-0009343	Discolmedica SAS	SI	vencido	NO SUBSANA	Registro Sanitario vencido, se consulta en pagina de INVIMA la cual refleja otras marcas con RS vigente por ejemplo 2023DM-0026821
705	42221500	20094359	TUNELIZADOR CATETER 60 CM	TUNELIZADOR CATETER 60 CM	2015DM-0014141	Discolmedica SAS	SI	Vigente	SUBSANA	
722	51212033	NO APLICA	VIOLETA DE GENCIANA (VIOLETINA) 2g/100mL FRASCO DE 30mL	VIOLETA DE GENCIANA (VIOLETINA) 2g/100mL FRASCO DE 30mL	NO REQUIERE	Discolmedica SAS	CUMPLE	NO APLICA	SUBSANA	
726	42241501	NO APLICA	ZAPATO PARA YESO TALLA L	ZAPATO PARA YESO TALLA L	NO REQUIERE	Discolmedica SAS	CUMPLE	No registran	SUBSANA	
732	42295202	NO APLICA	CUCHILLA DE MORCELADOR STORZ	CUCHILLA DE MORCELADOR STORZ	N/A	Discolmedica SAS	CUMPLE	No registra	SUBSANA	
733	42281700	NO APLICA	LUBRICANTE PARA TERMOLAVADORA COMPATIBLE CON LA MARCA STEELCO	LUBRICANTE PARA TERMOLAVADORA COMPATIBLE CON LA MARCA STEELCO	NO REQUIERE	Discolmedica SAS	CUMPLE	No registran	SUBSANA	se verificará en recepción técnica que sea compatible con lavadora steelco
734	42321806	20162161	BANDAS PARA SEPARACIÓN DE ARTERIAS - VESSEL LOOPS	BANDAS PARA SEPARACIÓN DE ARTERIAS - VESSEL LOOPS	2019DM-0019746	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El registro sanitario allegado no corresponde con el producto solicitado, se requiere VESSEL LOOPS
735	42131600	NO APLICA	KIT DE MANIPULADOR (INCLUYE PUNTA CAMISA Y COPA) DE MEDIDAS 3,0MM , 3,5MM, 4,0MM, 4,5MM COOPER SURGICAL	KIT DE MANIPULADOR (INCLUYE PUNTA CAMISA Y COPA) DE MEDIDAS 3,0MM , 3,5MM, 4,0MM, 4,5MM COOPER SURGICAL	N/A	Discolmedica SAS	SI	No registran	SUBSANA	Subsana de cuerdo a ficha tecnica allegada CooperSurgical
736	42143102	20233647	MANIPULADOR UTERINO CON INYECTOR UTERINO REFERENCIA: UMH750 ( COOPER SURGICAL)	MANIPULADOR UTERINO CON INYECTOR UTERINO REFERENCIA: UMH750 ( COOPER SURGICAL)	2022DM-0025761	Discolmedica SAS	CUMPLE	Vigente	SUBSANA	
737	42295400	NO APLICA	PRUEBA PARA SELLADO DE PAPEL PARA ESTERILIZAR A VAPOR Y PEROXIDO DE HIDROGENO	PRUEBA PARA SELLADO DE PAPEL PARA ESTERILIZAR A VAPOR Y PEROXIDO DE HIDROGENO	NO REQUIERE	Discolmedica SAS	SI	No registran	NO SUBSANA	Producto no pudo ser evaluado con la información allegada. No relacionan Registro Sanitario y NO demuestran que no lo requiera, tampoco allega ficha tecnica

*Handwritten signature and date:*  
 M. G. G. G.  
 15/11/2023

Item	Código UNSPSC	Expediente	Descripción	Producto cotizado	Registro Sanitario	Oferente	Producto cotizado corresponde con lo	Estado del Registro Sanitario	Concepto técnico	Observación
740	42171608	20231494	INMOVILIZADOR LATERAL DE CABEZA	INMOVILIZADOR LATERAL DE CABEZA	2022DM-0025604	Discolmedica SAS	CUMPLE	Vigente	SUBSANA	
741	42241701	NO APLICA	FÉRULAS PARA EL BRAZO	FÉRULAS PARA EL BRAZO	NO REQUIERE	Discolmedica SAS	CUMPLE	No registran	SUBSANA	
742	42241701	NO APLICA	FÉRULAS PARA EL ANTEBRAZO	FÉRULAS PARA EL ANTEBRAZO	NO REQUIERE	Discolmedica SAS	CUMPLE	No registran	SUBSANA	
743	42241701	NO APLICA	FÉRULAS PARA PIERNA	FÉRULAS PARA PIERNA	NO REQUIERE	Discolmedica SAS	CUMPLE	No registran	SUBSANA	
744	42171610	NO APLICA	JUEGO DE INMOVILIZACIÓN DE EXTREMIDADES Y DE TORAX EN TELA DE ALTA RESISTENCIA ADULTO	JUEGO DE INMOVILIZACIÓN DE EXTREMIDADES Y DE TORAX EN TELA DE ALTA RESISTENCIA ADULTO	NO REQUIERE	Discolmedica SAS	CUMPLE	No registran	SUBSANA	
745	42171610	NO APLICA	JUEGO DE INMOVILIZACIÓN DE EXTREMIDADES Y DE TORAX EN TELA DE ALTA RESISTENCIA PEDIATRICO	JUEGO DE INMOVILIZACIÓN DE EXTREMIDADES Y DE TORAX EN TELA DE ALTA RESISTENCIA PEDIATRICO	NO REQUIERE	Discolmedica SAS	CUMPLE	No registran	SUBSANA	
746	42291616	20141507	PINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO MARCA OLYMPUS PARA CITOSCOPIO	PINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO MARCA OLYMPUS PARA CITOSCOPIO	2018DM-0017670	Discolmedica SAS	CUMPLE	Vigente	SUBSANA	
747	42294913	20138442	CAÑASTILLA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO PARA NEUMOLOGÍA BOSTON/OLYMPUS ref ZEROTIP12-16MMH.8/1MM	CAÑASTILLA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO PARA NEUMOLOGÍA BOSTON/OLYMPUS ref ZEROTIP12-16MMH.8/1MM	2017DM-0017335	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El registro sanitario allegado corresponde a PINZAS DE AGARRE DESECHABLES y se requiere CAÑASTILLA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO PARA NEUMOLOGÍA
750	42294913	20053452	BALON DE DILATACION PULMONAR REF CREPULMS.5 CM15-18MM	BALON DE DILATACION PULMONAR REF CREPULMS.5 CM15-18MM	2022DM-0009211-R1	Discolmedica SAS	CUMPLE	Vigente	SUBSANA	
751	42294913	20053452	BALON DE DILATACION PULMONAR REF CREPULMS.5 12-15MM	BALON DE DILATACION PULMONAR REF CREPULMS.5 12-15MM	2022DM-0009211-R1	Discolmedica SAS	CUMPLE	Vigente	SUBSANA	
752	42142504	20193484	AGUJA PARA ASPIRACION TRANSBRONQUIAL REF EXCELONTBNA19-2021GA X130BX5	AGUJA PARA ASPIRACION TRANSBRONQUIAL REF EXCELONTBNA19-2021GA X130BX5	2020DM-0022595	Discolmedica SAS	CUMPLE	Vigente	SUBSANA	
753	42293401	20230171	GUIA PARA BALON CRE JAGWIRE/035/STRAIGHT (BX/2)	GUIA PARA BALON CRE JAGWIRE/035/STRAIGHT (BX/2)	2022DM-0025483	Discolmedica SAS	CUMPLE	Vigente	SUBSANA	
754	42142609	20124447	JERINGA INSUFLADORA PARA BALON BRE ALLIANCE INFLATION SYRINGE	JERINGA INSUFLADORA PARA BALON BRE ALLIANCE INFLATION SYRINGE	2017DM-0016012	Discolmedica SAS	CUMPLE	Vigente	SUBSANA	
755	42322202	20155134	PISTOLA PARA INSUFLAR REF. ALLIANCE INFLATION/LITHODEVICE	PISTOLA PARA INSUFLAR REF. ALLIANCE INFLATION/LITHODEVICE	2017DM-0016012	Discolmedica SAS	CUMPLE	Vigente	SUBSANA	
756	42294900	20069691	VALVULA PARA CANAL DE TRABAJO EN EQUIPOS OLYMPUS UNIDAD	VALVULA PARA CANAL DE TRABAJO EN EQUIPOS OLYMPUS UNIDAD	2013DM-0010654	Discolmedica SAS	CUMPLE	Vigente	SUBSANA	
758	42293401	19961094	GUIA HIDROFILICA PARA UROLOGÍA	GUIA HIDROFILICA PARA UROLOGÍA	2016DM-0003731	Discolmedica SAS	CUMPLE	Vigente	SUBSANA	
759	42203502	20155134	ELECTRODOS PARA DESFIBRILACION MARCAPASOS_MONITORIZACION_CARDIOVERSION BEXEN CARDIO Ref. TKL0311A	ELECTRODOS PARA DESFIBRILACION MARCAPASOS_MONITORIZACION_CARDIOVERSION BEXEN CARDIO Ref. TKL0311A	2019DM-0019205	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El registro sanitario allegado no corresponde con el producto solicitado
763	42272220	20155134	SENSOR ProAQT MINIMAMENTE INVASIVO	SENSOR ProAQT MINIMAMENTE INVASIVO	2019DM-0019205	Discolmedica SAS	SI	Vigente	NO SUBSANA	El registro sanitario allegado no corresponde con el producto solicitado
780	42231500	20138056	SONDA DE NUTRICIÓN ENTERAL ENTERAL NASOGASTRICA /OROGASTRICA NEONATAL CON CONEXIÓN ENFIT	SONDA DE NUTRICIÓN ENTERAL ENTERAL NASOGASTRICA /OROGASTRICA NEONATAL CON CONEXIÓN ENFIT	2017DM-0017308	Discolmedica SAS	CUMPLE	Vigente	SUBSANA	
781	42231500	20138056	SONDA DE NUTRICIÓN ENTERAL ENTERAL NASOGASTRICA /OROGASTRICA/PEDIÁTRICA CON CONEXIÓN ENFIT	SONDA DE NUTRICIÓN ENTERAL ENTERAL NASOGASTRICA /OROGASTRICA/PEDIÁTRICA CON CONEXIÓN ENFIT	2017DM-0017308	Discolmedica SAS	CUMPLE	Vigente	SUBSANA	

*M. Ceron*  
**QF Marcela Ceron**

*A. Sibaja*  
**QF Ana Sibaja**

*K. Salgado*  
**QF Key Salgado**

*K. Cabrera*  
**QF Karol Cabrera**

*E. Herrera*  
**QF Erika Herrera**

*T. Valencia*  
**QF Tomás Valencia**



# EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES (Evaluación final con subsanaciones)

**Número de proceso: PROCESO INVITACION PUBLICA A PROPONER No. 005-I.P.A.P.2023**

Item	Código UNSPSC	CUM cotizado	Descripción	Producto cotizado	Registro Sanitario	Ofe-rente	Producto cotizado corresponde con lo solicitado?	Estado del Registro Sanitario	Concepto técnico	Observación
5	51142001	20099563-3	ACETAMINOFEN 1% (1G/100ML) SOLUCION INYECTABLE	PARACETAMOL 10MG/100ML C*10 VIAL X 100ML SOL INY (REF:3560100) - B BRAUN	2017M-0017613	Disfarma	NO	En tramite renov	SUBSANA	Se emite concepto SUBSANA de acuerdo a información descrita en registro sanitario relacionado
11	51142202	20046832-4	ACETAMINOFEN+CODEINA FOSFATO 500mg+8mg TABLETA	ACETAMINOFEN+C ODEINA FOSFATO 500mg+8mg TABLETA	2023M-0013656-R2	Disfarma	NO	Vigente	SUBSANA	Se da el concepto técnico de CUMPLE y se verificará en la recepción técnica
34	51241234	26013-4	ACIDO FUSIDICO 2% UNGUENTO TOPICO TUBO POR 30g	ACIDO FUSIDICO 2G/100G TUB*30G UNG TOP (FUCIDIN) - BIOPAS	2018M-008790-R3	Disfarma	NO	Vigente	SUBSANA	
64	51102702	38321-2	AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION 3000ml	AGUA ESTERIL 3000ML C*6 BOL X 3000ML SOL INY (REF:ARB7925) - BAXTER	2020M-011991-R3	Disfarma	NO	Vigente	SUBSANA	
66	51102709	35578-3	AGUA OXIGENADA - PEROXIDO DE HIDROGENO X 500ml	PEROXIDO HIDROGENO 5G/100ML FCO*500ML SOL TOP (AGUA OXIGENADA J.G.B.) - BIONUTRECT	2009 M-010971-R2	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	
76	51182406	19943211-1	ALENDRONATO 70mg TABLETAS	ALENDRONATO 70MG C*4 TAB - LA SANTE	2022M-0003608-R1	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	
81	51141919	227600-1	ALPRAZOLAM 0.5mg TABLETAS	ALPRAZOLAM 0.5MG C*30 TAB - GENFAR	2008 M-011168 R1	Disfarma	SI	En tramite renov	SUBSANA	
83	51122112	27612-1	ALPROSTADIL PROSTAGLANDINA E1 500mcg SOLUCION INYECTABLE	ALPROSTADIL 500MCG C*5 AMP X 1ML SOL INY (PROSTIN) - PFIZER	2019M-009439-R3	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	
95	51121511	45892-1	AMIODARONA 200mg CLORHIDRATO TABLETAS	AMIODARONA 200MG C*30 TAB - MK	2020M-013975-R3	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	
102	51121700	20043747-26	AMLODIPINO+VAL SARTAN+HIDROCL OROTIAZIDA 5MG+160MG+12,5 MG TABLETA	AMLODIPINO+HIDROCLOROTIAZIDA+VALSARTAN 5MG+12.5MG+160MG C*30 TAB (VARTERAL HCT) - PROCAPS	2019M-0018921	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	
114	51101801	20049640-6	ANFOTERICINA B 50mg LIPOSOMAL POLVO PARA RECONSTITUIR AMBISOME	ANFOTERICINA B LIPOSOMAL 50MG C*10 VIAL POL LIOF INY (AMBISOME) - STENDHAL	2021M-0014480-R1	Disfarma	NO	Vigente	SUBSANA	
115	51101801	19990851-1	ANFOTERICINA B 50mg POLVO PARA RECONSTITUIR	ANFOTERICINA B 50MG C*1 VIAL POL LIOF INY - VITALIS	2009M-0009237	Disfarma	NO	En tramite renov	SUBSANA	
130	51151601	94321-1	ATROPINA - ISOPTO SOLUCION OFTALMICA 1%- 5ml	ATROPINA SULFATO 10MG/ML FCO*5ML SOL OFT GTS (ISOPTO ATROPINA) - ALCON	2016M-07416-R3	Disfarma	SI	En tramite renov	SUBSANA	
131	51151601	19930287-2	ATROPINA SULFATO 1mg/mL SOLUCION INYECTABLE	ATROPINA SULFATO 1MG/ML C*100 AMP SOL INY - FRESENIUS KABI	2020M-0001745-R2	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	
132	51111600	20097294-1	AZACITIDINA 100mg POLVO PARA RECONSTITUIR	AZACITIDINA 100MG C*1 VIAL POL LIOF INY (AZACYT) - XINETIX PHARMA	2021M-0016715-R1	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	
133	51201501	20023909-1	AZATIOPRINA 50mg TABLETA	AZATIOPRINA 50MG C*100 TAB - NEXTPHARMA	2015M-0011719-R1	Disfarma	SI	En tramite renov	SUBSANA	
134	51101572	19993382-1	AZITROMICINA 200mg/5mL (4%) SUSPENSIÓN ORAL (15mL)	AZITROMICINA 200MG/5ML FCO*15ML POL PARA SUSP (AZTROBAC) - BIOQUIFAR	2018M-0008578-R1	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	
135	51101572	210571-2	AZITROMICINA 500mg TABLETAS	AZITROMICINA 500MG C*3 TAB - LA SANTE	2020M-007294-R2	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	
136	51101555	20159461-3	AZTREONAM 1g POLVO PARA RECONSTITUIR- TREONAX	AZTREONAM 1G C*10 VIAL POL INY (TREONAX) - PROCAPS	2020M-0019905	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	

A  
11/2  
B  
C

Item	Código UNSPSC	CUM cotizado	Descripción	Producto cotizado	Registro Sanitario	Ofe-rente	Producto cotizado corresponde con lo solicitado?	Estado del Registro Sanitario	Concepto técnico	Observación
137	51211615	20189657-1	AZUL DE METILENO 10 MG/5 ML SOLUCIÓN INYECTABLE	AZUL DE METILENO 50MG/5ML C*5 AMP X 5ML SOL INY - ADS PHARMA	2021M-0020357	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	
138	51102707	20029582-10	BACCIDINE SOLUCIÓN TOPICA 240ml (CLORHEXIDINA 2g+ALCOHOL ISOPROPILICO 70ml) tapa rosca	ALCOHOL ISOPROPILICO+CLORHEXIDINA (70G+2G)/100ML FCO*240ML SOL TOP (BACCIDINE) QUIRUMEDICAS	2018M-0012475-R1	Disfarma	NO	Vigente	SUBSANA	
143	51201500	20157001-9	BARICITINIB 4 MG TABLETA	BARICITINIB 4MG C*28 TAB (OLUMIANT) - ELI LILLY	2019M-0019292	Disfarma	NO	Vigente	SUBSANA	
167	51101800	22100-2	BIFONAZOL 1G CREMA TOPICA TUBO X 15G	BIFONAZOL 1G/100G TUB*15G CREM TOP (MEXSANA MEDICAL) - BAYER	2016M-008060-R3	Disfarma	NO	Vigente	SUBSANA	
177	51121700	19988006-1	BOSENTAN 62.5 MG TABLETAS (Tracleer®)	BOSENTAN 62.5MG C*60 TAB (TRACLEER) - JANSSEN	2021M-0008502-R1	Disfarma	NO	Vigente	SUBSANA	
180	51142501	20036843-1	BROMOCRIPTINA 2.5mg TABLETAS	BROMOCRIPTINA 2.5MG C*30 TAB (LACTIDEL) - BLUEPHARMA	2012M-0013170	Disfarma	SI	En tramite renov	SUBSANA	
183	51161700	20073341-1	BROMURO DE UMECLIDINIO+VIL ANTEROL 55MCG+22MCG POLVO PARA INHALACION - INHALADOR POR 30 DOSIS	UMECLIDINIO+VILANTEROL 55MCG+22MCG FCO*30DOSIS INH BUC (ANORO 62.5 BU+25V) - GLAXOSMITHKLINE	2021M-0016721-R1	Disfarma	NO	Vigente	SUBSANA	
184	51152004	20210726	BROMURO DE VECURONIO 10MG/VIAL	BROMURO VECURONIO 10MG/ML C*10 VIAL POL LIOF INY - NEXTPHARMA	20210726	Disfarma	SI	No aplica	SUBSANA	Medicamento Vital No Disponible, según Acta No. 08 de 2020 SEM COVID19
189	51142905	19915903-3	BUPIVACAINA CLORHIDRATO SIN EPINEFRINA 0.5%- 10ml	BUPIVACAINA 50MG/10ML C*1 VIAL X 10ML SOL INY PISA	2011M-0000040-R1	Disfarma	NO	En tramite renov	SUBSANA	
197	51142610	20175897-1	CAFEINA CITRATO 60MG/3ML SOLUCION INYECTABLE/ORAL	CITRATO CAFEINA 20MG/ML C*10 AMP X 1ML SOL INY (CAF-CLIN) - PROCLIN SA	2020M-0019920	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	Se da el concepto de CUMPLE, pero se debe verificar el ítem 197 de modo que el precio corresponda con la cantidad de mg de cafeina que contiene el producto ofertado cumpliendo la Regulación de precios de medicamentos
199	51171501	20191357	CALCIO CARBONATO 1500mg (equivalente a 600mg de Calcio)+ VITAMINA D 200UITABLETAS	CARBONATO DE CALCIO+VITAMINA D3 600MG+200UI C*300 TAB MAST - LAPROFF	SD2022-0004655	Disfarma	NO	Vigente	SUBSANA	
218	51182400	20044614-4	CARBONATO DE CALCIO 1500mg TABLETAS(equivalente a 600mg de calcio elemental)	CARBONATO DE CALCIO 600MG C*300 TAB MAST (OROCAL) - LAPROFF	2020M-0013166-R1	Disfarma	NO	Vigente	SUBSANA	
233	51101578	23798-1	CEFAZOLINA 1g POLVO PARA RECONSTITUIR (KEFZOL)	CEFAZOLINA 1G C*25 VIAL POL INY (KEFZOL) - BAXTER	2009M-007528-R2	Disfarma	NO	En tramite renov	SUBSANA	
265	51111828	48902-2	CIPROTERONA ACETATO 50mg TABLETAS	CIPROTERONA 50MG C*20 TAB (ANDROCUR) - BAYER	2019M-006115-R4	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	
284	51181742	20019337-3	CLOBETASOL 0.05% CREMA x 25g	CLOBETASOL PROPIONATO 0.05G/100G TUB*25G CREM TOP (0.05%) - MK	2022M-0011205-R2	Disfarma	NO	Vigente	SUBSANA	
288	51181742	20021844-2	CLOBETASOL PROPIONATO 0.05% UNGUENTO TOPICO TUBO X 30G	CLOBETASOL PROPIONATO 0.05G/100G TUB*30G UNG TOP (DERMOVATE 0.05%) - GLAXOSMITHKLINE	2017M-0012157-R1	Disfarma	NO	En tramite renov	SUBSANA	
293	51121718	20048027-2	CLONIDINA CLOHIDRATO 0.150mg TABLETAS	CLONIDINA 0.150MG C*20 COMPR (CATAPRESAN) - BOEHRINGER	2021M-0013703-R1	Disfarma	SI	En tramite renov	SUBSANA	

Ítem	Código UNSPSC	CUM cotizado	Descripción	Producto cotizado	Registro Sanitario	Ofe-rente	Producto cotizado corresponde con lo solicitado?	Estado del Registro Sanitario	Concepto técnico	Observación
296	51102707	40377-2	CLORHEXIDINA ENJUAQUE BUCAL 210mL	CLORHEXIDINA 0.2G/100ML FCO*120ML SOL BUC (CLARA X) - BIOCHEM	2009 M-13561 R1	Disfarma	NO	En tramite renov	SUBSANA	Se da el concepto técnico de CUMPLE y se verificará en la recepción técnica que sea suministrado el de 210 ml
301	51151911	NO APLICA	CLORURO DE SUXAMETONIO (CLORURO DE SUCCINILCOLINA) 40mg/2mL SOLUCION INYECTABLE	SUCCINILCOLINA 40MG/ML C*5 AMP SOL INY - PISA	NO APLICA	Disfarma	NO	No aplica	SUBSANA	Medicamento solicitado es Vital No Disponible según acta Acta No. 08 de 2020 SEM_COVID19
306	51101805	25941-6	CLOTRIMAZOL+NE OMICINA+DEXAME TASONA 35g CREMA	CLOTRIMAZOL+DEXAMETASONA+NEOMICINA (1.0G+0.04G+0.5G)/100G CREM TOP TUB*35G (BAYCUTEN N) - BAYER	2017M-008385-R3	Disfarma	NO	En tramite renov	SUBSANA	
309	51121900	20108330	COENZIMA Q-10 (UBIDECARENOME) 200MG SOFTGELS	COENZIMA Q10 VARIOS C*60 TAB (TRICOVT) - SUIPHAR	NO APLICA	Disfarma	SI	No Aplica	SUBSANA	
321	51131801	19900235-1	CONCENTRADO DE PROTEINAS HUMANA COAGULABLES 1mL	APROTININA+CLORURO DE CALCIO+FACTOR XIII DE PLASMA HUMANO+FIBRINOGENO+TROMBINA 1000UI+5.9MG+60UI+90MG+500UI C*I KIT POL TOP (BERIPLAST P 1ML) - BIOTOSCANA S.A.	2023MB-013202-R2	Disfarma	SI	VIGENTE	SUBSANA	
335	51101500	19981180-1	DAPTOMICINA 350mg POLVO PARA INYECCION CUBICIN	DAPTOMICINA 350MG C*1 VIAL POL LIOF INY (CUBICIN) - MSD	2008M-0007684	Disfarma	SI	En tramite renov	SUBSANA	
336	51101500	19981181-1	DAPTOMICINA 500mg POLVO PARA INYECCIÓN CUBICIN	DAPTOMICINA 500MG C*1 VIAL POL LIOF INY (CUBICIN) - MSD	2008M-0007685	Disfarma	SI	En tramite renov	SUBSANA	
337	51102300	20093575-1	DARUNAVIR 600mg TABLETA RECUBIERTAS	DARUNAVIR 600MG FCO*60 TAB (DARUHET) - HETERO LABS LIMITED	2017M-0017680	Disfarma	SI	En tramite renov	SUBSANA	
352	51182101	19982965-1	DESMOPRESINA 4mcg/mL SOLUCION INYECTABLE	DESMOPRESINA 4MCG/ML C*10 AMP SOL INY (DESMOPRESIN) - BIOPAS	2017M-0007939-R1	Disfarma	SI	Perdida Fuerza Ejec	SUBSANA	Se da el concepto técnico de CUMPLE y se verificará en la recepción técnica
370	51211500	20113125-1	DIACEREINA 50 MG CAPSULAS	DIACEREINA 50MG C*30 CAP - GENFAR	2022M-0017955-R1	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	
396	51101589	19993380-9	DORIPENEM 500mg POLVO PARA INYECCIÓN DORIVAX	DORIPENEM 500MG C*10 VIAL POL LIOF INY (DORIBAX) - BAXALTA	2019M-0009628-R1	Disfarma	SI	Temp. no comerc - Vigente	SUBSANA	Se da el concepto técnico de CUMPLE y se verificará en la recepción técnica
415	51131700	20019264-2	ELTROMBOPAG TABLETAS 50mg	ELTROMBOPAG 50MG C*28 TAB (REVOLADE) - GLAXOSMITHKLINE	2017M-0011658-R1	Disfarma	SI	En tramite renov	SUBSANA	
483	51142220	20014670-7	FENTANILO 0.05mg/mL SOLUCION INYECTABLE (2mL)	FENTANILO 0.5MG/10ML C*10 AMP SOL INY - RYAN	2021M-0010894-R1	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	
569	51181706	20150841-2	HIDROCORTISONA 10mg TABLETA	HIDROCORTISONA 10MG FCO*100 TAB (KORTAFGOR) - GORAM LABORATORIOS	2019M-0019082	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	
571	51241209	20146510-1	HIDROQUINONA 3% LOCION 120mL	HIDROQUINONA 3G/100ML FCO*120ML LOC TOP (DIVAMERICA 3%) - AMERICA	2019M-0019071	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	
598	51101589	27048-1	IMIPENEM + CILASTATINA 500mg+500mg POLVO PARA INYECCIÓN TIENAM	CILASTATINA+IMIPENEM 500MG+500MG POL INY C*25 VIAL (TIENAM) - MSD	2019M-006539-R2	Disfarma	SI	Perdida Fuerza Ejec	SUBSANA	Se da el concepto técnico de CUMPLE y se verificará en la recepción técnica
613	51201806	43789-1	INMUNOGLOBULIN A HUMANA PENTAGLOBIN - IGG 38MG, IGM 6MG, IGA 6MG / 1ML SOLUCION INYECTABLE VIAL POR 10ML	INMUNOGLOBULINA HUMANA VARIOS FCO*10ML SOL INY (PENTAGLOBIN 0.5G) - AMAREY	2021MB-012811-R3	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	

Item	Código UNSPSC	CUM cotizado	Descripción	Producto cotizado	Registro Sanitario	Ofe-rente	Producto cotizado corresponde con lo solicitado?	Estado del Registro Sanitario	Concepto técnico	Observación
657	51102707	19945396-2	JABON QUIRURGICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% POR 120mL	JABON QUIRURGICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% POR 120mL	2015M-0003464-R1	Disfarma	SI	En tramite renov	SUBSANA	
669	51141500	20010106-1	LACOSAMIDA 100mg SOLUCION INYECTABLE	LACOSAMIDA 10MG/ML C*1 VIAL X 20ML SOL INY (VIMPAT) - BIOPAS	2021M-0011055-R2	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	Se da el concepto técnico de CUMPLE y se verificará en la recepción técnica
671	51141500	20168748-1	LACOSAMIDA 150mg TABLETA	LACOSAMIDA 150MG C*30 TAB - CLÍNICOS Y HOSPITALARIOS	2021M-0020177	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	
700	51111807	19998293-1	LEUPROLIDE ACETATO 11.25mg SOLUCION INYECTABLE	ACETATO LEUPROLIDE 11.25MG C*1 VIAL + DIL POL LIOF INY - SANDOZ	INVIMA 2009M-0010292	Disfarma	SI	Pérdida de fuerza ejecutoria	SUBSANA	Se da el concepto técnico de CUMPLE y se verificará en la recepción técnica
703	51111807	20018782-1	LEUPROLIDE ACETATO 30mg SOLUCION INYECTABLE	ACETATO LEUPROLIDE 30MG C*1 JERPRE POL LIOF INY (LUPRON DEPOT) - ABBVIE	INVIMA 2016M-0011846-R1	Disfarma	SI	Pérdida de fuerza ejecutoria	SUBSANA	Se da el concepto técnico de CUMPLE y se verificará en la recepción técnica
707	51141518	20028425-1	LEVETIRACETAM 100mg/ml SUSPENSION ORAL x 250mL KEPPRA	LEVETIRACETAM 100MG/ML FCO*250ML SOL ORL - GENFAR	2019M-0006885-R1	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	
721	51121774	20143428-3	LEVOSIMENDAN 12,5 MG POLVO LIOFILIZADO VIAL DE VIDRIO (DAXMEN)	LEVOSIMENDAN 12,5 MG POLVO LIOFILIZADO VIAL DE VIDRIO (DAXMEN)	2020M-0019741	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	
730	51142904	218170-5	LIDOCAINA CON EPINEFRINA 2%- 50mL SOLUCION INYECTABLE	EPINEFRINA+LIDOCAINA (5MCG+20MG)/ML C*1 VIAL X 50ML SOL INY (ROXICAINA 2%) - ROPSOHN		Disfarma	SI	No allega registro sanitario en la subsanación	SUBSANA	Se da el concepto técnico de CUMPLE y se verificará en la recepción técnica
743	51141916	19902389	LORAZEPAM 2mg TABLETAS (ATIVAN)	LORAZEPAM 2MG C*30 TAB - LAPROFF	2021M-013234-R2	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	
750	51191509	29514-2	MANITOL 20%- 500mL SOLUCION INYECTABLE Baxter	MANITOL 20%- 500mL SOLUCION INYECTABLE Baxter	2022M-012100-R4	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	
753	51181827	13854-2	MEDROXIPROGEST ERONA + ESTRADIOL SUSPENSION INYECTABLE(25mg /5mg)(CYCLOFEM)	MEDROXIPROGEST ERONA + ESTRADIOL SUSPENSION INYECTABLE(25mg /5mg)(CYCLOFEM)	2007M-006325-R1	Disfarma	SI	En tramite renov	SUBSANA	
795	51101603	1983837-3	METRONIDAZOL 500mg OVULOS O TABLETA VAGINAL	METRONIDAZOL 500mg OVULOS O TABLETA VAGINAL	2022M-003380-R3	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	
901	51142227	19992939-4	OXICODONA 20mg TABLETAS	OXICODONA 20MG C*30 TAB - HUMAX	2008M-0008587	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	
902	51142227	19993083-2	OXICODONA 40mg TABLETAS	OXICODONA 40MG C*30 TAB - HUMAX	2008M-0008586	Disfarma	SI	En tramite renov	SUBSANA	
907	51101510		OXITETRACICLINA +POLIMIXINA 30g UNGUENTO TOPICO	OXITETRACICLINA +POLIMIXINA 30g UNGUENTO TOPICO		Disfarma	NO	No allega registro sanitario en la subsanación	SUBSANA	Se da el concepto técnico de CUMPLE y se verificará en la recepción técnica
920	51201802	19959519-5	PEGFILGRASTIM 6mg/0.6mL SOLUCION INYECTABLE CON DISPOSITIVO ON BODY INJECTOR	PEGFILGRASTIM 6MG/0.6ML C*1 SOL INY (NEULASTIM KIT (Dispositivo on body injector OBI)) - AMGEN	2023MBT-0004907-R2	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	Se da concepto favorable para el CUM 19959519-5 den la presentación comercial que incluye BODY INJECTOR ®
937	51201500	19927924-3	PIMEROLIMUS 1% CREMA 15g	PIMECROLIMUS 1G TUB*15G EMUL TOP (ELIDEL) - BAGO	2012M-0001261-R1	Disfarma	SI	Vencido	SUBSANA	Se da el concepto técnico de CUMPLE y se verificará en la recepción técnica
938	51101561	20089767-1	PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4.5g POLVO PARA RECONSTITUIR AUROTAPZ	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4G+0.5G C*1 VIAL POL LIOF INY (AUROTAPZ-P) - AUROBINDO	2017M-0017589	Disfarma	SI	En tramite renov	SUBSANA	

*Handwritten signature and initials:*  
 M.E.  
 10/12/2023

Item	Código UNSPSC	CUM cotizado	Descripción	Producto cotizado	Registro Sanitario	Ofe-rente	Producto cotizado corresponde con lo solicitado?	Estado del Registro Sanitario	Concepto técnico	Observación
943	51102008	20045833-15	PIRAZINAMIDA 400mg TABLETAS	PIRAZINAMIDA 500MG C*10 TAB (MACROZIDE) - VESALIUS PHARMA	2013M-0014180	Disfarma	NO	En tramite renov	SUBSANA	Se da el concepto técnico de CUMPLE y se verificará en la recepción técnica
948	51101907	FORMULA MAGISTRAL	PIRIMETAMINA 2,5mg/mL SUSPENSION FRASCO 30mL(FORMULA MAGISTRAL)	PIRIMETAMINA 2.5MG/ML FCO*30ML SOL ORL GTS - FAGRON	FORMULA MAGISTRAL	Disfarma	SI	NO REGISTRA	SUBSANA	Se da el concepto técnico de CUMPLE y se verificará en la recepción técnica, Concentración y forma farmacéutica deben ser tal cual como se solicita
949	51101907	NO APLICA	PIRIMETAMINA 25 MG TABLETAS	PIRIMETAMINA 25MG C*100 TAB - VESALIUS PHARMA	NO APLICA	Disfarma	SI	NO REGISTRA	SUBSANA	Se da el concepto técnico de CUMPLE y se verificará en la recepción técnica, VITAL NO DISPONIBLE
997	51111700	20111011-2	RAMUCIRUMAB 10 MG SOLUCION INYECTABLE VIAL POR 50ML - CYRAMZA	RAMUCIRUMAB 10MG C*1 SOL INY (CYRAMZA) - ELY LILLY	2018M-0018666	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	
999	51171904	19958767-3	RANITIDINA 150mg TABLETA	RANITIDINA 150MG C*300 TAB - BCN MEDICAL	2016M-005161-R1	Disfarma	SI	Vencido	SUBSANA	Se da el concepto técnico de CUMPLE y se verificará en la recepción técnica
1022	51151515	19985986-4	RIVASTIGMINA 13,3mg/24HORAS PARCHES TRANSDERMICOS	RIVASTIGMINA 27MG C*30 SIST TRANSD (EXELON PARCHES 13.3MG/24H) - BIOTOSCANA	2008M-0007794	Disfarma	SI	En tramite renov	SUBSANA	Se da el concepto técnico de CUMPLE y se verificará en la recepción técnica, Concentración y forma farmacéutica deben ser tal cual como se solicita
1026	51151515	19985987-12	RIVASTIGMINA 9,5mg/24HORAS PARCHES TRANSDERMICOS	RIVASTIGMINA 18MG C*30 SIST TRANSD (EXELON PARCHES 9.5MG/24H) - BIOTOSCANA	2022M-0007795-R1	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	Se da el concepto técnico de CUMPLE y se verificará en la recepción técnica, Concentración y forma farmacéutica deben ser tal cual como se solicita
1081	51211600	NO APLICA	SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE 25mg+10mg SOLUCION INYECTABLE	SUERO ANTIOFIDICO 2MG C*1 VIAL X 10ML SOL PAREN (ANTICORAL) - NACIONAL	NO APLICA	Disfarma	NO	NO ALLEGA	SUBSANA	Se da el concepto técnico de CUMPLE y se verificará en la recepción técnica que sea el suero antiofídico polivalente
1090	51211609	NO APLICA	SULFATO DE PROTAMINA 71.5mg/mL SOLUCIÓN INYECTABLE	PROTAMINA 5.000UI/5ML C*5 AMP SOL INY - SWISS PARENTALS	NO APLICA	Disfarma	SI	NO APLICA	SUBSANA	
1111	51111519	20061379-1	TEMOZOLAMIDA 250mg CAPSULAS	TEMOZOLAMIDA 250MG C*5 CAP (DRALITEM) - TECNOFARMA	2016M-0017294	Disfarma	NO	En tramite renov	SUBSANA	
1139	51151917	47085-6	TIZANIDINA + ACETAMINOFEN (20mg+500mg) TABLETAS	ACETAMINOFEN+TIZANIDINA 350MG+2MG C*20 TAB (TIZAFEN)	2018M-005181-R2	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	Se da el concepto técnico de CUMPLE y se verificará en la recepción técnica
1147	51181700	20156969-2	TOFACITINIB CITRATO 5mg TABLETAS (XELJANZ®)	TOFACITINIB 5MG FCO*60 TAB (XELJANZ) - PFIZER	2019M-0014423-R1	Disfarma	NO	Vigente	SUBSANA	
1168	51241100	20087519-1	TRAVOPROST 0.04mg/mL SOLUCION OFTALMICA (5mL)	TRAVOPROST 0.004% FCO*10ML SOL OFT GTS (FOCUS) - SYNTHESIS	2021M-0016209-R1	Disfarma	NO	Vigente	SUBSANA	
1172	51172109	19928181-2	TRIMEBUTINA 300mg TABLETA	TRIMEBUTINA 300MG C*20 TAB LIB PRO (MUVETT) - PROCAPS	2012M-0001363-R1	Disfarma	SI	Negado	SUBSANA	
1182	51172003	20056633-3	URSODESOXICOLI CO ACIDO 300mg TABLETAS	ACIDO URSODESOXICOLICO 500MG C*25 TAB (URSOFALK) - BIOTOSCANA	2020M-0015257-R1	Disfarma	NO	Vigente	SUBSANA	

Elicse  
 M. B. S.  
 M. B. S.  
 Página 5 de 6

Item	Código UNSPSC	CUM cotizado	Descripción	Producto cotizado	Registro Sanitario	Ofe-rente	Producto cotizado corresponde con lo solicitado?	Estado del Registro Sanitario	Concepto técnico	Observación
1188	51201608	20059967-14	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA CUATRIVALENTE	VACUNA PENTAXIM VARIOS C*1 JERPRE X 0.5ML POL LIOF INY (PENTAXIM) - SANOFI AVENTIS	2021MB-0002347-R2	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	
1196	51121733	20048817-4	VALSARTAN 320mg CAPSULAS	VALSARTAN 320MG C*14 TAB (DIOVAN) - NOVARTIS	2018M-0013671-R1	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	
1216	51191900	NO APLICA	VITAMINA B-12 (Methylcobalamin) 5.000 mcg CÁPSULA	VITAMINA B-12 (Methylcobalamin) 5.000 mcg CÁPSULA	NO APLICA	Disfarma	SI	NO APLICA	SUBSANA	Se da el concepto técnico de CUMPLE y se verificará en la recepción técnica
1224	51102713	FORMULA MAGISTRAL	YODOPOVIDONA 5%(frasco*10mL) FÓRMULA MAGISTRAL	YODOPOVIDONA 5MG/ML FCO*10ML SOL OFT GTS	FORMULA MAGISTRAL	Disfarma	NO	NO APLICA	SUBSANA	
1237	51131711	19932170-1	TENECTEPLASE 40 MG POLVO PARA INYECCIÓN	TENECTEPLASE 40 MG POLVO PARA INYECCIÓN		Disfarma	SI	NO REGISTRAN	SUBSANA	
1244	51201517	20008024-9	POLIHEXAMETILEN BIGUANIDINA HIDROCLORURO (PHMB) MICROSAFE 8000 JABON HIGIENIZANTE PARA MANOS BOLSA 1000 ML CUM: 20008024-9	POLIHEXAMETILEN BIGUANIDINA HIDROCLORURO 0.8G BOL*850ML SOL TOP (MICROSAFE PHMB) - WEST	2020M-0010589-R1	Disfarma	SI	Vigente	SUBSANA	

*M. Ceron*  
**QF Marcela Ceron**

*A. Sibaja*  
**QF Ana Sibaja**

*K. Salgado*  
**QF Key Salgado**

*K. Cabrera*  
**QF Karol Cabrera**

*E. Herrera*  
**QF Erika Herrera**

*T. Valencia*  
**QF Tomás Valencia**

**EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES**

**Número de proceso: PROCESO INVITACION PUBLICA A PROPONER No. 005-I.P.A.P.2023**

Oferente	Cumple con Certificado BPM	Cumple con CCAA	Cumple con autorización ente territorial de salud	Tiene Resolución para el manejo de Medicamentos de Control Especial	Cotiza todos los productos solicitados	Presenta las Fichas Técnicas de todos los Dispositivos Médicos cotizados	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones
Disfarma	No aplica	No aplica	Si	Si	Si	No aplica	SUBSANA	Se da el concepto de CUMPLE, pero se debe verificar el ítem 197 de modo que el precio corresponda con la cantidad de mg de cafeina que contiene el producto ofertado cumpliendo la Regulación de precios de medicamentos
Discolmedica SAS	No aplica	No aplica	Si - Subsana	No aplica	Si	CUMPLE	NO SUBSANA	<p>1. Algunas fichas técnicas aportadas NO corresponden con los productos solicitados (se detalla en la evaluación), en los ítem 202, 221, 223, 224, 260, 503 y 737</p> <p>2. Se da el concepto de NO CUMPLE, ya que algunos productos evaluados NO SUBSANA las condiciones técnicas como se detalla en la evaluación por ítem y se relacionan a continuación: 53, 71, 76, 77, 87, 88, 97, 100, 117, 118, 138, 169, 173, 202, 219, 221, 223, 224, 235, 260, 264, 271, 273, 291, 296, 297, 320, 345, 368, 502, 503, 549, 559, 585, 631, 632, 639, 669, 670, 671, 672, 734, 737, 747, 759 y 763.</p>

*M. Ceron*  
QF Marcela Ceron

*K. Salgado*  
QF Key Salgado

*E. Herrera*  
QF Erika Herrera

*A. Sibaja*  
QF Ana Sibaja

*K. Cabrera*  
QF Karol Cabrera

*T. Valencia*  
QF Tomás Valencia

