

EVALUACIÓN TÉCNICA

Número de proceso: SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS No. 017 - S.S.O.2023

Nombre del Oferente: UCIPHARMA S.A

Ítem	Código UNSPSC	Descripción del producto solicitado	Descripción del producto cotizado	Registro sanitario	Código Único de Medicamentos (CUM) o Número de expediente	Estado del Registro Sanitario	Producto corresponde con lo solicitado (SI/NO)	Concepto Técnico	Observaciones
1	42294935	CAMISA ESTABILIZADORA DE TROCAR 12mm REF. CB12L	CANULA KII ROSCADA EN Z 12x100mm REF CTS22	2018DM-0018755	20152360	Vigente	SI	CUMPLE	
2	42294935	CAMISA ESTABILIZADORA DE TROCAR 5mm REF. CB5LT	CANULA KII ROSCADA EN Z 5x100mm REF CTS02	2018DM-0018755	20152360	Vigente	SI	CUMPLE	
3	42293100	DISPOSITIVO RETRACTOR 360* UNA SOLA PIEZA DE FUNDA DE POLIESTER + ISOPRENO CON ANILLO RIGIDO DE TAMAÑO 5 A 9CM - REF: C8402	DISPOSITIVO RETRACTOR 360* UNA SOLA PIEZA DE FUNDA DE POLIESTER + ISOPRENO CON ANILLO RIGIDO DE TAMAÑO 5 A 9CM - REF: C8402	2007DM-0001166 R1	19986059	Vigente	SI	CUMPLE	
4	42293100	DISPOSITIVO RETRACTOR 360* UNA SOLA PIEZA DE FUNDA DE POLIESTER + ISOPRENO CON ANILLO RIGIDO DE TAMAÑO 9 A 14CM - REF: C8303	DISPOSITIVO RETRACTOR 360* UNA SOLA PIEZA DE FUNDA DE POLIESTER + ISOPRENO CON ANILLO RIGIDO DE TAMAÑO 9 A 14CM - REF: C8403	2007DM-0001166 R1	19986059	Vigente	SI	CUMPLE	
5	42293100	DISPOSITIVO RETRACTOR 360* UNA SOLA PIEZA DE FUNDA DE POLIESTER + ISOPRENO CON ANILLO RIGIDO TAMAÑO 2 A 4C - REF: C8312	DISPOSITIVO RETRACTOR 360* UNA SOLA PIEZA DE FUNDA DE POLIESTER + ISOPRENO CON ANILLO RIGIDO TAMAÑO 2 A 4C - REF: C8312	2007DM-0001166 R1	19986059	Vigente	SI	CUMPLE	
6	42293100	DISPOSITIVO RETRACTOR 360* UNA SOLA PIEZA DE FUNDA DE POLIESTER + ISOPRENO CON ANILLO RIGIDO TAMAÑO 2.5 A 6CM - REF: C8401	DISPOSITIVO RETRACTOR 360* UNA SOLA PIEZA DE FUNDA DE POLIESTER + ISOPRENO CON ANILLO RIGIDO TAMAÑO 2.5 A 6CM - REF: C8401	2007DM-0001166 R1	19986059	Vigente	SI	CUMPLE	
7	42294900	FILTRO BACTERIANO PARA NEUMOINSUFLADOR UHI4 DE DOBLE PROPOSITO REF: 11813	FILTRO BACTERIANO PARA NEUMOINSUFLADOR UHI4 DE DOBLE PROPOSITO REF: 11813 CJAX10 UNIDADES	2011DM-0008271	20042175	Vencido	SI	NO CUMPLE	1. El Registro Sanitario no concuerda con el producto solicitado. El Registro Sanitario ofertado corresponde a REGULADOR DE VACIO - TECHNOLOGIE MEDICALE. 2. El Registro Sanitario No está vigente ni en trámite de renovación
8	42293400	GUIA DE LUZ O CABLE DE FIBRA OPTICA REF: WA4KL130	GUIA DE LUZ O CABLE DE FIBRA OPTICA REF: WA03310A	2009DM-0003721	20005334	Vencido	SI	CUMPLE	Se da el concepto técnico de CUMPLE y se verificará en la recepción técnica
9	42294935	KIT DE TROCAR DE 4 PUERTOS DE FUACIÓN AVANZADA (SISTEMAS DE ACCESO TROCAR KII - APPLIED)	KIT DE TROCAR DE 4 PUERTOS DE FUACIÓN AVANZADA (SISTEMAS DE ACCESO TROCAR KII - APPLIED) KIT4PHUDN	2018DM-0018755	20152360	Vigente	SI	CUMPLE	
10	42294900	MANGUERAS PARA EXTRACCION DE HUMO	MANGUERAS PARA EXTRACCION DE HUMO QUIRURGICO UHI-4 REF.MAJ 591	2015DM-0013889	20101155	Vigente	SI	CUMPLE	

Nombre del Oferente: UCIPHARMA S.A

Item	Código UNSPSC	Descripción del producto solicitado	Descripción del producto cotizado	Registro sanitario	Código Único de Medicamentos (CUM) o Número de expediente	Estado del Registro Sanitario	Producto corresponde con lo solicitado (SI/NO)	Concepto Técnico	Observaciones
11	42294935	TROCAR B 12 XT XCELL DE 12 MM EXTRA LARGO	SIST. KII FIOS ROSCA EN Z 12x150mm. REF. CTF71	2018DM-0018755	20152360	Vigente	SI	CUMPLE	
12	42294935	TROCARES DE 10mm - 12DESC.	SIST. KII FIOS ROSCA EN Z 12x100mm. CTF73	2018DM-0018755	20152360	Vigente	SI	CUMPLE	
13	42294935	TROCARES DE 5mm.DESC.	KIT KII FIOS ROSCA EN Z 5x100 mm. CTF03	2018DM-0018755	20152360	Vigente	SI	CUMPLE	

EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES (CAPACIDAD TÉCNICA) POR OFERENTE

Oferente	Cumple con Certificado BPM	Cumple con CCAA	Cumple con autorización ente territorial de salud	Cotiza todos los productos solicitados	Presenta las Fichas Técnicas de todos los Dispositivos Médicos cotizados	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones
UCIPHARMA SA	No aplica	Si	Si	Si	Si	No cumple	El item 7 no cumple 1. El Registro Sanitario no concuerda con el producto solicitado. El Registro Sanitario ofertado corresponde a REGULADOR DE VACIO - TECHNOLOGIE MEDICALE. 2. El Registro Sanitario No está vigente ni en trámite de renovación

K Cabrera
QF Karol Cabrera

A Vicuña.
TRF Alexandra Vicuña

QF Tomás Valencia