

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

San Juan de Pasto 31 de mayo de 2023

Por medio del presente documento se da respuesta a las observaciones interpuestas para la **"SOLICITUD DE COTIZACIÓN SIP.091.2023"**

OBSERVACIONES DE SURGIPLAST LTDA

1. Con compartimento doble, solicitamos a la entidad se permita modificar para que finalmente quede "Con compartimento sencillo", teniendo en cuenta que las medidas y capacidad de almacenamiento es para un equipo sencillo.

RTA/No se acepta observación, la necesidad del servicio es con doble compartimento.

2. Rango de temperatura entre 35° y 60° con selección de temperatura graduable con capacidad en litros 60 a 80 litros. Solicitamos a la entidad se permita modificar para que finalmente quede "Rango de temperatura entre 32° y 70° con selección de temperatura graduable con capacidad en litros entre 60 a 120 litros".

RTA/Se acepta observación referente a temperatura, quedando entre 35° y 60°, con variabilidad de +- 10 grados

No se acepta la observación referente a capacidad, se requiere equipo con la capacidad de almacenamiento de bolsas de suero por 1000ml entre 10-20 unidades, ya que el espacio de ubicación es reducido en el servicio de quirófano.

3. Medidas internas de ancho, alto fondo entre 45-50/3540/40-45 y medidas externas ancho- alto- fondo entre 70- 75/65-70/75-80. Solicitamos a la entidad se permita modificar para que finalmente quede "Medidas internas

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño
Conmutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co



CO-BO-CER-439511




CO-NA-CER-44508



CO-OS-CER-449536





**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

de ancho, alto fondo entre 50-65/30-40/50-60 y medidas externas ancho- alto- fondo entre 75-80/60-65/65-70".

RTA/No se acepta la observación, quedando alto fondo entre 45-50/3540/40-45 y medidas externas ancho- alto- fondo entre 70- 75/65-70/75-80 con una variación de más o menos 20 centímetros por dimensión, correspondiendo a la necesidad del servicio, ya que el espacio de ubicación asignado para el equipo, es reducido en el quirófano

4. Capacidad de almacenamiento de bolsas de suero por 1000ml entre 10-20 unidades. Solicitamos a la entidad se permita modificar para que finalmente quede "Capacidad de almacenamiento de bolsas de suero por 1000ml entre 10- 30 unidades"

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN
1	42191906	Gabinete calentador de líquidos en seco. con tecnología térmica por circulación de aire forzado. Con compartimento doble, interior de acero inoxidable, puertas de vidrio templado de doble panel. con pantalla y control de ajuste gradual de temperatura. Rango de temperatura entre 35° y 60° con selección de temperatura graduable con capacidad en litros 60 a 80 litros. Fabricado en materiales de una gran durabilidad y resistencia. Parte exterior en material resistente a ambientes corrosivos. Medidas internas de ancho, alto fondo entre 45-50/35-40/40 - 45 y medidas externas ancho- alto- fondo entre 70-75/65-70/75-80. Capacidad de almacenamiento de bolsas de suero por 1000ml entre 10- 20 unidades.

RTA/No se acepta la observación, se requiere equipo con la capacidad de almacenamiento de bolsas de suero por 1000ml entre 10- 20 unidades, ya que el espacio de ubicación asignado para el equipo, es reducido en el quirófano.

OBSERVACIONES DE MEQ TECNOLOGIA MEDICA S.A.S.

Actualmente en el mercado existen equipos fabricados bajo los más altos estándares de calidad, reconocidos mundialmente, que cumplen con la mayoría de las especificaciones técnicas requeridas y que se adecuan a las necesidades de la entidad; por lo tanto, en aras de la pluralidad de


CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño
Conmutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co



CO-80-CEP-14631

CO-84-CEP-14630

CO-01-CEP-14630



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

oferentes y teniendo en cuenta que las modificaciones a solicitar no afectan la funcionalidad y si permiten a la entidad un mayor número de Participantes entre los cuales se pueda elegir la mejor ofertas, nos permitimos solicitar lo siguiente: Ampliar el rango de las medidas del equipo: · Medidas Internas: ü Ancho: 45-50 : Entre 45-70cm ü Alto: 35- 40: Entre 35-60 cm ü Fondo: 40 – 45 Entre 40-55cm · Medidas Externas: ü Ancho 70-75 :Entre 60-75cm ü Alto 65-70: Entre 60- 90 cm ü Fondo 75-80. :entre 60-80cm

RTA/Se acepta la observación, quedando alto fondo entre 45-50/3540/40-45 y medidas externas ancho- alto- fondo entre 70- 75/65-70/75-80 con una variación de más o menos 20 centímetros por dimensión, correspondiendo a la necesidad del servicio ya que el espacio de ubicación asignado para el equipo, es reducido en el quirófano.

OBSERVACIONES DE ELECTROMEDICA EQUIPOS MÉDICOS S.A.S.

1. Solicitamos amablemente que el rango de temperatura sea considerado de la siguiente manera: Para líquidos endovenosos entre 37°C y 42°C, y para líquidos de irrigación entre 45°C y 60°C. Esto teniendo en cuenta la diferencia entre ambos líquidos y la temperatura que requieren.

RTA/Se acepta observación referente a temperatura, quedando entre 35° y 60°, con variabilidad de +- 10 grados

2. Solicitamos amablemente que las dimensiones internas y externas sean consideradas en unos rangos diferentes para permitir la participación de oferentes con tecnología que cumpla con lo requerido por la entidad. En las medidas internas solicitamos que puedan ser consideradas así: Ancho: 40-50, alto: 35-55 y fondo: 40-45. En las medidas externas: Ancho: 50-75, alto: 65-75 y fondo: 46-80.

RTA/Se acepta la observación, quedando alto fondo entre 45-50/3540/40-45 y medidas externas ancho- alto- fondo entre 70- 75/65-70/75-80 con una variación de más o menos 20 centímetros por dimensión, correspondiendo a la necesidad del servicio ya que el espacio de ubicación es reducido en el servicio de quirófano


CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño
Conmutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co



CO-80-CER-446801




CO-84-CER-446803



CO-05-CER-446835





**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

3. Por favor aclarar la solicitud "puertas de vidrio templado de doble panel" a que se refieren con doble panel.

RTA/Se aclara que las puertas del calentador de líquidos deben tener vidrio templado de doble panel, es decir doble vidrio, con el fin de permitir la visibilidad de su contenido y garantizar seguridad del equipo.

Revisado por:

YANETH VALENCIA LOPEZ
Prof. Esp. Quirófano- Ginecoobstetricia

FABIOLA ZAMBRANO
ENFERMERA QUIROFANO

LYNN JAIRO MELO DELGADO
Coordinador Mantenimiento

GREGORY LEGARDA
INGENIERO CONTRATISTA DE MANTENIMIENTO

