



**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

**Señores  
PRESISION BIOMÉDICA**



**¡Trabajamos por mi Nariño,  
tu salud,  
nuestro compromiso!**

**ASUNTO: SOLICITUD DE ACLARACIÓN A OBSERVACIONES DE EVALUACIÓN TÉCNICA  
PRELIMINAR OBSERVACIONES PROCESO SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS N. 022-SSO.2023**

Cordial saludo,

En evaluación técnica preliminar del proceso asunto en referencia, se evaluaron los ítems de su propuesta de la siguiente manera:

Requisito	Cumple	No cumple	Observaciones
Patrón para Flujometros, Reguladores y vacuometros	X		

El 27 de Junio de 2023, se recibió observaciones del oferente Sterilize Services SAS entre las cuales manifiesta que:

**3.3. Para el requerimiento según REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA, Ítem 21, equipos patrones con trazabilidad, numeral 12 (ítem 12). PATRÓN PARA FLUJOMETROS, REGULADORES, Y VACUOMETROS, El oferente presenta los siguientes certificados:**

CERTIFICADO No.	FECHA	EMPRESA	OBSERVACIÓN
PR-07485	27/02/2023	F Y H	El certificado de calibración del equipo patrón con Marca: PRONK TECHNOLOGIES INC Modelo: SIMCUBE SC-5, aportado, que se encuentra entre páginas 194 y 196 de la oferta de PRESICIÓN BIOMEDICA S.A.S, no está firmado, por lo tanto, el certificado no es válido.



**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,  
tu salud,  
nuestro compromiso!**

Dado lo anterior teniendo en cuenta la anterior observacion, se verifica este requisito en su propuesta y se evidencia que el certificado de calibración del equipo patrón con Marca: PRONK TECHNOLOGIES INC Modelo: SIMCUBE SC-5, no se encuentra firmado, por lo tanto, el certificado no es válido y se reevalua este requisito de la siguiente manera:

Requisito	Cumple	No cumple	Observaciones
Patrón para Flujometros, Reguladores y vacuometros		X	Certificado de equipo patrón PRONK TECHNOLOGIES INC Modelo: SIMCUBE SC-5, no se encuentra firmado

Por tanto se hace necesario aclarar y/o subsanar en el término determinado por la oficina jurídica del Hospital el cumplimiento total

Atentamente

**NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA**  
Gerente

Proyecto Componente técnico: Flor Ángela Riascos Capera – Técnico Operativo de Mantenimiento  
Proyectó y revisó Componente Técnico: Ing Lynn Jairo Melodelgado Pabón



**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,  
tu salud,  
nuestro compromiso!**

**CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Nariño**  
Conmutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
**[www.hosdenar.gov.co](http://www.hosdenar.gov.co) \*mail: [hudn@hosdenar.gov.co](mailto:hudn@hosdenar.gov.co)**



CO-SC-CER448531



CO-SA-CER448535



CO-OS-CER448536

