


	CONCEPTO TECNICO DE BIENES COTIZADOS EN SOLICITUD DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES	CÓDIGO:	FECHA DE ELABORACIÓN:	
		VERSIÓN:	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	
			HOJA: 1 DE: 1	

FECHA DE ELABORACIÓN	SEPTIEMBRE 11 2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	Contratar la compraventa de GABINETES CALENTADORES DE LIQUIDOS ENDOVENOSOS EN SECO, para dotar las áreas de quirófano, ginecología, y Sala de Partos del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E.

NOMBRE DEL COTIZANTE	GROUP CLINIMEDICAL SUMINISTROS MEDICOS
INFORMACIÓN DE LA COTIZACIÓN	NIT 901.181.781-8 FECHA DE PRESENTACION : 11/09/2023

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CONCEPTO (CUMPLE/NO CUMPLE)	OBSERVACIÓN
Gabinete calentador de líquidos en seco, con tecnología térmica por circulación de aire forzado.	CALENTADOR DE LIQUIDOS ELECTRICO	CUMPLE	
Compartimento doble, interior de acero inoxidable.	Gabinete/calentador de doble compartimento con puerta en vidrio templado. SOLDAS	CUMPLE	
Puertas de vidrio templado de doble panel, con pantalla y control de ajuste gradual de temperatura.	compartimento con puerta en vidrio templado. SOLDAS	CUMPLE	
Rango de temperatura entre 35° y 60°, con variabilidad de +- 10 grados, con selección de temperatura graduable.	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO ENTRE 20 Y 25°C Y HUMEDAD DEL 10-90% NO CONDENSADO. temperatura de 90°F (32°C) a 160°F (71°C)	CUMPLE	
Capacidad MINIMO DE 80 litros. Fabricado en materiales de una gran. Durabilidad y resistencia. Parte exterior en material resistente a ambientes corrosivos.	Capacidad ei litros 119 litros	CUMPLE	
Medidas internas: Ancho: Entre 45-50cm Alto: Entre 35-40 cm Fondo: Entre 40-45cm y medidas externas: Ancho Entre 70-75cm Alto: Entre 65- 70 cm Fondo: entre 75-80cm. con una variación de más o menos 20 centímetros por dimensión.	Medidas externas: 616x762x673mm H x W x D. Medidas Internas: 343x610x581mm.	CUMPLE	
Capacidad de almacenamiento de bolsas de suero por 1000ml MINIMO 10 unidades.	Capacidad productiva aprox. 50 a 60 bolsas o botellas de 500 c.c. / 30 bolsas o botellas de 1000 c.c.	CUMPLE	

ELABORADO POR:	
NOMBRE	FABIOLA ZAMBRANO J
CARGO	ENFERMERA QUIROFANO
FIRMA	
REVISADO POR:	
NOMBRE	YANETH VALENCIA LOPEZ
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO QUIROFANO- SALA DE PARTOS
FIRMA	
REVISADO POR:	
NOMBRE	
CARGO	
FIRMA	



CONCEPTO TECNICO DE BIENES COTIZADOS EN SOLICITUD DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES

CÓDIGO:	FECHA DE ELABORACIÓN:	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:		
VERSIÓN:		
HOJA: 1 DE:		

FECHA DE ELABORACIÓN	SEPTIEMBRE 11, 2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	Contratar la compraventa de GABINETES CALENTADORES DE LÍQUIDOS ENDOVENOSOS EN SECO, para dotar las áreas de quirófano, ginecología, y Sala de Partos del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E.

NOMBRE DEL COTIZANTE	GROUP CLINIMEDICAL SUMINISTROS MEDICOS		
INFORMACIÓN DE LA COTIZACIÓN	NIT 901.181.781-8 FECHA DE PRESENTACION : 11/09/2023		
2. APLICA POLÍTICA DE INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍA	SI/NO	OBSERVACIÓN	
	NO	NO ANEXA CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS	
Documentos que acrediten la originalidad del equipo ofertado	APLICA SI/NO	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
	SI	CUMPLE	FOLIO 205
Manuales de Operación y Servicios en Español	APLICA SI/NO	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
	SI	CUMPLE	FOLIO 219-228
Información relacionada con la preinstalación e instalación del equipo.	APLICA SI/NO	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
	SI		FOLIO 206
Registro de Importación	APLICA SI/NO	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
	NO		INFORMACION SE VERIFICA EN LA RECEPCION DE EQUIPO
Registro Santario INVIMA	APLICA SI/NO	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
	SI	CUMPLE	FOLIO 200
Garantía del Equipo	APLICA SI/NO	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
	SI	CUMPLE	FOLIO 212
Cronograma de Mantenimiento	APLICA SI/NO	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
	SI	CUMPLE	FOLIO 213
Disponibilidad de repuestos mínimo 5 años	APLICA SI/NO	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
	SI	NO	NO APORTA
Disponibilidad de Equipos Back Up durante el tiempo de la Garantía	APLICA SI/NO	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
		CUMPLE	REQUERIMIENTO POR NECESIDAD DEL SERVICIO
Disponibilidad de Equipos Back Up durante el proceso de la Importación	APLICA SI/NO	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
		CUMPLE	REQUERIMIENTO POR NECESIDAD DEL SERVICIO
El equipo cuenta con certificado de calibración	APLICA SI/NO	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
	NO		INFORMACION SE VERIFICA EN LA RECEPCION DE EQUIPO
Documentos de distribución exclusiva	APLICA SI/NO	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
	NO		NO ES CONTRATACION DIRECTA

ELABORADO POR:	
NOMBRE	FLOR ANGELA RIASCOS
CARGO	TECNICO OPERATIVO DE MANTENIMIENTO
FIRMA	<i>Flor Angela Riascos</i>
REVISADO POR:	
NOMBRE	LYNN JAIRO MELODELGADO BABON
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO
FIRMA	<i>Lynn Jairo Melo delgado Babon</i>
REVISADO POR:	
NOMBRE	
CARGO	
FIRMA	